

Περιεχόμενα

Όνομα: PELMY PLUS MEDICAL	1
Όνομα: MEDI SUP A.E.	3
Όνομα: SURGILIFE ΕΠΕ	6
Όνομα: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε	9
Όνομα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΕ	10
Όνομα: ΠΡΩΤΟΝ ΑΕ	14
Όνομα: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. – MEDIPOWER	17

Όνομα: PELMY PLUS MEDICAL

Email: info@pelmyplusmedical.com

Δημοσιεύθηκε: 14-11-2025

Άρθρο: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 3ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» CPV: 33162200-5.

ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αρμόδια: Α. ΚΟΥΛΕΡΗ

ΘΕΜΑ: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ»

Αξιότιμοι Κύριοι/Κυρίες,

Σε συνέχεια της Ανάρτησής σας 17283/10-11-25 σχετικά με τη διενέργεια 3ης Δημόσιας Διαβούλευσης Επικαιροποίησης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» (CPV: 33162200-5) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, θα θέλαμε να σας παραθέσουμε τις προτάσεις και παρατηρήσεις της εταιρείας μας.

Η εταιρεία Pelmy Plus Medical αποτελεί τον εξουσιοδοτημένο και αποκλειστικό διανομέα για τα προϊόντα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων της εταιρείας HOLOGIC σε Ελλάδα και Κύπρο, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και εξειδικευμένα εργαλεία γενικής χειρουργικής και ενέργειας, τα οποία σχετίζονται με την παρούσα διαβούλευση. Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται ενεργά σε μεγάλο αριθμό δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων σε όλη την Επικράτεια, ενώ συμμετέχει συστηματικά σε αντίστοιχους διαγωνισμούς και έχει υλοποιήσει πλήθος συμβάσεων προμήθειας.

Με γνώμονα:

- την ενίσχυση του ανταγωνισμού,

- την εξασφάλιση περισσότερων επιλογών για το ιατρικό προσωπικό,
- την εισαγωγή καινοτόμων ιατροτεχνολογικών λύσεων,
- και τη βελτιστοποίηση της ποιότητας φροντίδας των ασθενών,

προτείνουμε την προσθήκη ή τροποποίηση ορισμένων τεχνικών προδιαγραφών, ώστε να ενσωματωθούν καινοτόμες τεχνολογίες και σύγχρονες λύσεις που προσφέρει η HOLOGIC. Οι προτεινόμενες αλλαγές αποσκοπούν στην αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, στη βελτίωση της κλινικής αποτελεσματικότητας και στην παράλληλη μείωση του συνολικού κόστους μέσω βελτιωμένης απόδοσης και αξιοπιστίας.

Ως εκ τούτου, προτείνουμε την ακόλουθη τροποποίηση στο τμήμα των τεχνικών προδιαγραφών για συρραπτικά/ενεργειακά εργαλεία γενικής χειρουργικής:

ΛΑΒΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ έως 7 mm.

1) ΛΑΒΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 30cm, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ έως 7 mm τύπου Maryland με κυρτές σιαγόνες κίνησης διπλής δράσης μήκους 20 mm και ενσωματωμένη λεπίδα . Λαβίδα Μήκους 30cm, διάμετρος 5mm , Δυνατότητα περιστροφής 360ο με ηλεκτρόδιο μήκους 20mm και μήκος κοπής 18mm ,ενσωματωμένο καλώδιο από τη λαβή , κλείδωμα χειρολαβής , μηχανικό άνοιγμα και ξεχωριστή σκανδάλη μηχανικής κοπής. Να διαθέτει ξεχωριστό κουμπί παροχής ενεργείας που σταματά αυτόματα μόλις ολοκληρωθεί η απολίνωση. Τεχνολογία με Θερμική βλάβη λιγότερο από 1mm. Ενώ οι εξωτερικές σιαγόνες παραμένουν σε χαμηλή θερμοκρασία σε όλη την διάρκεια της διαδικασίας απολίνωσης. Το εργαλείο να είναι μιας χρήσης. Τιμή / Τεμάχιο 820€

2) ΛΑΒΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ έως 7 mm τύπου Maryland με κυρτές σιαγόνες κίνησης διπλής δράσης μήκους 20 mm και ενσωματωμένη λεπίδα . Λαβίδα Μήκους 37cm, διάμετρος 5mm , Δυνατότητα περιστροφής 360ο με ηλεκτρόδιο μήκους 20mm και μήκος κοπής 18mm ,ενσωματωμένο καλώδιο από τη λαβή , κλείδωμα χειρολαβής , μηχανικό άνοιγμα και ξεχωριστή σκανδάλη μηχανικής κοπής. Να διαθέτει ξεχωριστό κουμπί παροχής ενεργείας που σταματά αυτόματα μόλις ολοκληρωθεί η απολίνωση. Τεχνολογία με Θερμική βλάβη λιγότερο από 1mm. Ενώ οι εξωτερικές σιαγόνες παραμένουν σε χαμηλή θερμοκρασία σε όλη την διάρκεια της διαδικασίας απολίνωσης. Το εργαλείο να είναι μιας χρήσης. Τιμή / Τεμάχιο 820€

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ 6mm

1) Εργαλείο ανοιχτής ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης , διαχωρισμού, χειρουργικής παρασκευής και διατομής αγγείων έως 6mm τύπου Maryland με κυρτές σιαγόνες κίνησης διπλής δράσης μήκους 12 mm και ενσωματωμένη λεπίδα . Εργαλείο με άξονα μήκους 10 cm , διάμετρος 5mm , Δυνατότητα περιστροφής 335ο με ηλεκτρόδιο μήκους 12mm μήκος κοπής 10mm και μήκος απολίνωσης 11mm, ενσωματωμένο καλώδιο από τη λαβή , ξεχωριστή σκανδάλη μηχανικής κοπής. Να διαθέτει ξεχωριστό κουμπί παροχής ενεργείας που σταματά αυτόματα μόλις ολοκληρωθεί η απολίνωση. Τεχνολογία με Θερμική βλάβη λιγότερο από 1mm. Ενώ οι εξωτερικές σιαγόνες παραμένουν σε χαμηλή θερμοκρασία σε όλη την διάρκεια της διαδικασίας απολίνωσης. Το εργαλείο να είναι μιας χρήσης. Τιμή / Τεμάχιο 820€

Με εκτίμηση,

Ελευθεριάδης Γιώργος

General Manager

Αγαπητοί κύριοι, κυρίες,

Διαβάσαμε με προσοχή τις προς διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές.

Παρατηρούμε ότι , παρά τις τεκμηριωμένες παρατηρήσεις μας κατά το στάδιο της δεύτερης διαβούλευσης, αυτές δεν ελήφθησαν υπόψιν.

Για τον λόγο αυτό, καταθέτουμε εκ νέου τις παρατηρήσεις μας και παρακαλούμε όπως εξετασθούν προσεκτικά και ληφθούν υπόψιν από την αξιότιμη επιτροπή σας:

Η εταιρεία μας είναι ο τρέχων προμηθευτής σας βάσει της Σύμβασης 224-TA-2024 (Αναλώσιμο Υλικό Χειρουργείου) για τα κλιπ απολίνωσης αγγείων σε μεγέθη SMALL, MEDIUM & LARGE.

Η εταιρεία μας αντιπροσωπεύει τον παγκοσμίως γνωστό και αξιόπιστο Οίκο Peters Surgical Γαλλίας και διαθέτει στα Ελληνικά Δημόσια & Ιδιωτικά Νοσοκομεία κλιπς τιτανίου για χρήση στην γενική χειρουργική και στην καρδιοχειρουργική, για ανοικτές και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις.

Συμμετέχουμε στην ως άνω διαβούλευση και καταθέτουμε τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά μας επί των τεχνικών προδιαγραφών για τα ζητούμενα είδη:

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΣΤ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ-ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

A/A 78 CLIP M/L

Οι προδιαγραφές είναι ελλιπείς.

Η εταιρεία μας προτείνει να εμπλουτισθούν οι προδιαγραφές ως προς το υλικό κατασκευής, με απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά ως εξής:

CLIPS ΤΙΤΑΝΙΟΥ - ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ

Clips τιτανίου από ειδικό, βιολογικά αδραντοποιημένο υλικό το οποίο να είναι ακτινοεντοπιζόμενο, μη μαγνητικό, συμβατό με αξονικούς & μαγνητικούς τομογράφους.

Να είναι ατραυματικά, να διαθέτουν μηδενική μνήμη ώστε να αποτρέπεται το άνοιγμα τους. Να διαθέτουν σχήμα Chevron που να παρέχει προοδευτικό και περιεκτικό κλείσιμο από άκρη σε άκρη πριν ολοκληρωθεί και ασφαλιστεί η απόφραξη του ιστού ή του αγγείου.

Να έχουν εσωτερική επιφάνεια πολυπρισματικού αδαμαντόμορφου σχήματος (από πολλές μικρές πρισματικές κεφαλές) για ασφαλέστερο και απαλό κλείσιμο των αγγείων.

Να έχουν τριγωνικό εξωτερικό σχεδιασμό για ασφαλή συγκράτηση στις λαβίδες εφαρμογής. Να διατίθενται σε εύκαμπτες κασέτες των 6 κλιπ με αυτοκόλλητη ταινία στο πίσω μέρος τους για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση.

Οι κασέτες να διαθέτουν εύκαμπτους εσωτερικούς οδηγούς στα τοιχώματά τους ώστε να προστατεύουν τις σιαγόνες των λαβίδων κατά τη φόρτιση.

Να διατίθενται σε μεγέθη με τις ακόλουθες διαστάσεις:

SMALL (ύψος: κλειστό 3,6 mm, ανοιχτό 3,0mm, πλάτος 4,2mm)

MEDIUM (ύψος: κλειστό 5,6 mm, ανοιχτό 4,8mm, πλάτος 5,8mm)

MEDIUM/LARGE (ύψος: κλειστό 9,0 mm, ανοιχτό 7,8mm, πλάτος 8,4mm)

LARGE (ύψος: κλειστό 12,3 mm, ανοιχτό 10,7mm, πλάτος 11,0mm)

Να διατίθεται με λαβίδες πολλαπλών χρήσεων, από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας. Οι λαβίδες για ανοιχτή χειρουργική να διατίθενται σε μήκη 15, 20 και 28εκ., με δυνατότητα επιλογής άκρων ευθέων ή με ήπιο γωνιώδες προφίλ. Να ανοίγουν στο μεγαλύτερο δυνατόν εύρος για ευκολότερο καθαρισμό.

Οι λαβίδες για λαπαροσκοπική χειρουργική να διατίθενται σε μήκος 33εκ & να μπορούν να διέλθουν από τροκάρ 5, 10 & 12mm.

Να έχουν άκρα με εσωτερική τριγωνική διαμήκη σχεδίαση φόρτισης του κλιπ για ασφαλή συγκράτησή του.

Προβλεπόμενη δαπάνη 3,60€/ κασέτα 6 clip

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Γ. ΚΛΙΠ ΑΓΓΕΙΩΝ

A/A 96 CLIP M/L

Οι προδιαγραφές είναι ελλιπείς.

Η εταιρεία μας προτείνει να εμπλουτισθούν οι προδιαγραφές ως προς το υλικό κατασκευής, με απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά ως εξής:

CLIPS TITANIOY - ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ

Clips τιτανίου από ειδικό, βιολογικά αδραντοποιημένο υλικό το οποίο να είναι ακτινοεντοπιζόμενο, μη μαγνητικό, συμβατό με αξονικούς & μαγνητικούς τομογράφους.

Να είναι ατραυματικά, να διαθέτουν μηδενική μνήμη ώστε να αποτρέπεται το άνοιγμα τους. Να διαθέτουν σχήμα Chevron που να παρέχει προοδευτικό και περιεκτικό κλείσιμο από άκρη σε άκρη πριν ολοκληρωθεί και ασφαλιστεί η απόφραξη του ιστού ή του αγγείου.

Να έχουν εσωτερική επιφάνεια πολυπρισματικού αδαμαντόμορφου σχήματος (από πολλές μικρές πρισματικές κεφαλές) για ασφαλέστερο και απαλό κλείσιμο των αγγείων.

Να έχουν τριγωνικό εξωτερικό σχεδιασμό για ασφαλή συγκράτηση στις λαβίδες εφαρμογής. Να διατίθενται σε εύκαμπτες κασέτες των 6 κλιπ με αυτοκόλλητη ταινία στο πίσω μέρος τους για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση.

Οι κασέτες να διαθέτουν εύκαμπτους εσωτερικούς οδηγούς στα τοιχώματά τους ώστε να προστατεύουν τις σιαγόνες των λαβίδων κατά τη φόρτιση.

Να διατίθενται σε μεγέθη με τις ακόλουθες διαστάσεις:

SMALL (ύψος: κλειστό 3,6 mm, ανοιχτό 3,0mm, πλάτος 4,2mm)

MEDIUM (ύψος: κλειστό 5,6 mm, ανοιχτό 4,8mm, πλάτος 5,8mm)

MEDIUM/LARGE (ύψος: κλειστό 9,0 mm, ανοιχτό 7,8mm, πλάτος 8,4mm)

LARGE (ύψος: κλειστό 12,3 mm, ανοιχτό 10,7mm, πλάτος 11,0mm)

Να διατίθεται με λαβίδες πολλαπλών χρήσεων, από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας. Οι λαβίδες για ανοιχτή χειρουργική να διατίθενται σε μήκη 15, 20 και 28εκ., με δυνατότητα επιλογής άκρων ευθέων ή με ήπιο γωνιώδες προφίλ. Να ανοίγουν στο μεγαλύτερο δυνατόν εύρος για ευκολότερο καθαρισμό.

Οι λαβίδες για λαπαροσκοπική χειρουργική να διατίθενται σε μήκος 33εκ & να μπορούν να διέλθουν από τροκάρ 5, 10 & 12mm.

Να έχουν άκρα με εσωτερική τριγωνική διαμήκη σχεδίαση φόρτισης του κλιπ για ασφαλή συγκράτησή του.

Προβλεπόμενη δαπάνη 3,60€/ κασέτα 6 clip

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Γ. ΚΛΙΠ ΑΓΓΕΙΩΝ

A/A 96 LIP L

Οι προδιαγραφές είναι ελλιπείς.

Η εταιρεία μας προτείνει να εμπλουτισθούν οι προδιαγραφές ως προς το υλικό κατασκευής, με απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά ως εξής:

CLIPS TITANIOY - ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ

Clips τιτανίου από ειδικό, βιολογικά αδραντοποιημένο υλικό το οποίο να είναι ακτινοεντοπιζόμενο, μη μαγνητικό, συμβατό με αξονικούς & μαγνητικούς τομογράφους.

Να είναι ατραυματικά, να διαθέτουν μηδενική μνήμη ώστε να αποτρέπεται το άνοιγμά τους. Να διαθέτουν σχήμα Chevron που να παρέχει προοδευτικό και περιεκτικό κλείσιμο από άκρη σε άκρη πριν ολοκληρωθεί και ασφαλιστεί η απόφραξη του ιστού ή του αγγείου.

Να έχουν εσωτερική επιφάνεια πολυπρισματικού αδαμαντόμορφου σχήματος (από πολλές μικρές πρισματικές κεφαλές) για ασφαλέστερο και απαλό κλείσιμο των αγγείων.

Να έχουν τριγωνικό εξωτερικό σχεδιασμό για ασφαλή συγκράτηση στις λαβίδες εφαρμογής. Να διατίθενται σε εύκαμπτες κασέτες των 6 κλιπ με αυτοκόλλητη ταινία στο πίσω μέρος τους για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση.

Οι κασέτες να διαθέτουν εύκαμπτους εσωτερικούς οδηγούς στα τοιχώματά τους ώστε να προστατεύουν τις σιαγόνες των λαβίδων κατά τη φόρτιση.

Να διατίθενται σε μεγέθη με τις ακόλουθες διαστάσεις:

SMALL (ύψος: κλειστό 3,6 mm, ανοιχτό 3,0mm, πλάτος 4,2mm)

MEDIUM (ύψος: κλειστό 5,6 mm, ανοιχτό 4,8mm, πλάτος 5,8mm)

MEDIUM/LARGE (ύψος: κλειστό 9,0 mm, ανοιχτό 7,8mm, πλάτος 8,4mm)

LARGE (ύψος: κλειστό 12,3 mm, ανοιχτό 10,7mm, πλάτος 11,0mm)

Να διατίθεται με λαβίδες πολλαπλών χρήσεων, από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας. Οι λαβίδες για ανοιχτή χειρουργική να διατίθενται σε μήκη 15, 20 και 28εκ., με δυνατότητα επιλογής άκρων ευθέων ή με ήπιο γωνιώδες προφίλ. Να ανοίγουν στο μεγαλύτερο δυνατόν εύρος για ευκολότερο καθαρισμό.

Οι λαβίδες για λαπαροσκοπική χειρουργική να διατίθενται σε μήκος 33εκ & να μπορούν να διέλθουν από τροκάρ 5, 10 & 12mm.

Να έχουν άκρα με εσωτερική τριγωνική διαμήκη σχεδίαση φόρτισης του κλιπ για ασφαλή συγκράτησή του.

Προβλεπόμενη δαπάνη 3,60€/ κασέτα 6 clip

Με τιμή ,

Για την MEDI-SUP A.E.

Νικήτας Δημέας

Διευθυντής πωλήσεων

Όνομα: SURGILIFE ΕΠΕ

Email: surgilife@surgilife.gr

Δημοσιεύθηκε: 14-11-2025

Άρθρο: ΠΡΟΤΑΣΗ SURGILIFE ΕΠΕ που αφορά την 3η διαβούλευση ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ»

Σε συνέχεια της ανάρτησης σας, παρακαλώ δεχτείτε τις παρακάτω παρατηρήσεις μας:

Α. Να συμπεριληφθούν τα παρακάτω εργαλεία στο τμήμα Δ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ για ΕΥΘΕΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ-ΔΙΑΤΟΜΗ-ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΥΜΕΝΑ της γενικής χειρουργικής («ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ»), τα οποία ήδη ζητούνται στο τμήμα του διαγωνισμού «ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ», δεδομένου ότι τα παρακάτω εργαλεία καθίστανται κατάλληλα τόσο σε επεμβάσεις θωρακοχειρουργικής όσο και σε επεμβάσεις γενικής χειρουργικής (ανοιχτές και λαπαροσκοπικές).

1α. Ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης με δέκα σταθερές θέσεις άρθρωσης, με δυνατότητα ανοίγματος των σιαγώνων κεφαλής από τη σκανδάλη, επαναφορτιζόμενο για 25 πυροδοτήσεις, το οποίο μπορεί να δεχθεί ευθείες, αρθρούμενες και με κεκαμμένο άκρο κεφαλές, για όλους τους τύπους των ιστών, με τριπλή γραμμή συρραφής, με διαφορετικό ύψος κλειστού κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής, με απόκλιση εκ του κλειστού μεσαίου κλιπ αναφοράς σε εύρος από -0,2mm έως +0,1mm για ενίσχυση της αιμόστασης και της στεγανοποίησης των αγγείων και των ιστών, σε μεγέθη συρραφής 30mm, 45mm και 60mm. Με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης. Με ευκρινές κουμπί γρήγορης απελευθέρωσης και αντικατάστασης της ανταλλακτικής κεφαλής και ένδειξη λανθασμένης φόρτισης.

Μήκος στυλεού 60mm

1β. Ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης με δέκα σταθερές θέσεις άρθρωσης, με δυνατότητα ανοίγματος των σιαγώνων κεφαλής από τη σκανδάλη, επαναφορτιζόμενο για 25 πυροδοτήσεις, το οποίο μπορεί να δεχθεί ευθείες, αρθρούμενες και με κεκαμμένο άκρο κεφαλές, για όλους τους τύπους των ιστών, με τριπλή γραμμή συρραφής, με διαφορετικό ύψος κλειστού κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής, με απόκλιση εκ του κλειστού μεσαίου κλιπ αναφοράς σε εύρος από -0,2mm έως +0,1mm για ενίσχυση της αιμόστασης και της στεγανοποίησης των αγγείων και των ιστών, σε μεγέθη συρραφής 30mm, 45mm και 60mm. Με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης. Με ευκρινές κουμπί γρήγορης απελευθέρωσης και αντικατάστασης της ανταλλακτικής κεφαλής και ένδειξη λανθασμένης φόρτισης.

Μήκος στυλεού 160mm

2α Ηλεκτροκίνητο ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης με δέκα σταθερές θέσεις άρθρωσης. Με δυνατότητα ανοίγματος και κλεισίματος των σιαγώνων κεφαλής ηλεκτρικά από τη σκανδάλη της λαβής. Με πυροδότηση της κεφαλής ηλεκτρικά με ξεχωριστό διακόπτη επί της λαβής, εξολοκλήρου ή τμηματικά κατόπιν επιλογής, αυτόματη επιστροφή της κοπτικής λάμας και αυτόματο άνοιγμα της κεφαλής μετά την πλήρη επιστροφή της κοπτικής λάμας. Με αυτόματη αναγνώριση του μήκους της τοποθετημένης κεφαλής και ξεχωριστή χρωματική λυχνία επιβεβαίωσης. Διαθέτει οθόνη επί της λαβής με ενδείξεις καθοδήγησης σε όλα τα στάδια λειτουργίας του εργαλείου. Διαθέτει μπαταρία με ενσωματωμένη οθόνη με ένδειξη της ισχύος της. Φέρει σύστημα προστασίας για εμπλοκή επί της λαβής ώστε να μετατρέπεται σε μηχανικό. Επαναφορτιζόμενο για 15 πυροδοτήσεις, το οποίο μπορεί να δεχθεί ευθείες, αρθρούμενες και με κεκαμμένο άκρο κεφαλές, για όλους τους τύπους των ιστών, με τριπλή γραμμή συρραφής, με διαφορετικό ύψος κλειστού κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής, με απόκλιση εκ του κλειστού μεσαίου κλιπ αναφοράς σε εύρος από -0,2mm έως +0,1mm για ενίσχυση της αιμόστασης και της στεγανοποίησης των αγγείων και των ιστών, σε μεγέθη συρραφής 30mm, 45mm και 60mm. Με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης. Με ευκρινές κουμπί γρήγορης απελευθέρωσης και αντικατάστασης της ανταλλακτικής κεφαλής και ένδειξη λανθασμένης φόρτισης.

Μήκος στυλεού 60mm

2β Ηλεκτροκίνητο ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης με δέκα σταθερές θέσεις άρθρωσης. Με δυνατότητα ανοίγματος και κλεισίματος των σιαγώνων κεφαλής ηλεκτρικά από τη σκανδάλη της λαβής. Με πυροδότηση της κεφαλής ηλεκτρικά με ξεχωριστό διακόπτη επί της λαβής, εξολοκλήρου ή τμηματικά κατόπιν επιλογής, αυτόματη επιστροφή της κοπτικής λάμας και αυτόματο άνοιγμα της κεφαλής μετά την πλήρη επιστροφή της κοπτικής λάμας. Με αυτόματη αναγνώριση του μήκους της τοποθετημένης κεφαλής και ξεχωριστή χρωματική λυχνία επιβεβαίωσης. Διαθέτει οθόνη επί της λαβής με ενδείξεις καθοδήγησης σε όλα τα στάδια λειτουργίας του εργαλείου. Διαθέτει μπαταρία με ενσωματωμένη οθόνη με ένδειξη της ισχύος της. Φέρει σύστημα προστασίας για εμπλοκή επί της λαβής ώστε να μετατρέπεται σε μηχανικό. Επαναφορτιζόμενο για 15 πυροδοτήσεις, το οποίο μπορεί να δεχθεί ευθείες, αρθρούμενες και με κεκαμμένο άκρο κεφαλές, για όλους τους τύπους των ιστών, με τριπλή γραμμή συρραφής, με διαφορετικό ύψος κλειστού κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής, με απόκλιση εκ του κλειστού μεσαίου κλιπ αναφοράς σε εύρος από -0,2mm έως +0,1mm για ενίσχυση της αιμόστασης και της στεγανοποίησης των αγγείων και των ιστών, σε μεγέθη συρραφής 30mm, 45mm και 60mm. Με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης. Με ευκρινές κουμπί γρήγορης απελευθέρωσης και αντικατάστασης της ανταλλακτικής κεφαλής και ένδειξη λανθασμένης φόρτισης.

Μήκος στυλεού 160mm

3. Αρθρούμενες κεφαλές, για τα παραπάνω εργαλεία, κλιμακωτής σχεδίασης με ενσωματωμένη κοπτική λάμα, με τρεις γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της λάμας, με διαφορετικό ύψος κλειστού κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής (0,8-1,0-1,1) για αυξημένη ασφάλεια, μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης των κεφαλών, με 4 κλιπς μετά την γραμμή συρραφής, με τον άκμονα της κεφαλής σταθερό για ευκολότερο περιβροχισμό των ιστών, για αγγειακούς ιστούς.

3α. Με κεκαμμένο άκρο και μήκος συρραφής 30mm

3β. Μήκος συρραφής 45mm

3γ. Με κεκαμμένο άκρο και μήκος συρραφής 45mm

3δ. Μήκος συρραφής 60mm

3ε. Με κεκαμμένο άκρο και μήκος συρραφής 60mm

4. Αρθρούμενες κεφαλές, για τα παραπάνω εργαλεία, κλιμακωτής σχεδίασης με ενσωματωμένη κοπτική λάμα, με τρεις γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της λάμας, με διαφορετικό ύψος κλειστού κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής (1,3-1,5-1,6) για αυξημένη ασφάλεια, μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης των κεφαλών, με 4 κλιπς μετά την γραμμή συρραφής, με τον άκμονα της κεφαλής σταθερό για ευκολότερο περιβροχισμό των ιστών, για λεπτούς/κανονικούς ιστούς.

4α. Με κεκαμμένο άκρο και μήκος συρραφής 30mm

4β. Μήκος συρραφής 45mm

4γ. Με κεκαμμένο άκρο και μήκος συρραφής 45mm

4δ. Μήκος συρραφής 60mm

4ε. Με κεκαμμένο άκρο και μήκος συρραφής 60mm

5. Αρθρούμενες κεφαλές, για τα παραπάνω εργαλεία, κλιμακωτής σχεδίασης με ενσωματωμένη κοπτική λάμα, με τρεις γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της λάμας, με διαφορετικό ύψος κλειστού κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής (1,6-1,8-1,9) για αυξημένη ασφάλεια, μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης των κεφαλών, με 4 κλιπς μετά την γραμμή συρραφής, με τον άκμονα της κεφαλής σταθερό για ευκολότερο περιβροχισμό των ιστών, για κανονικούς/ενδιάμεσους ιστούς.

5α. Μήκος συρραφής 45mm

5β. Με κεκαμμένο άκρο και μήκος συρραφής 45mm

5γ. Μήκος συρραφής 60mm

5δ. Με κεκαμμένο άκρο και μήκος συρραφής 60mm

6. Αρθρούμενες κεφαλές, για τα παραπάνω εργαλεία, κλιμακωτής σχεδίασης με ενσωματωμένη κοπτική λάμα, με τρεις γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της λάμας, με διαφορετικό ύψος κλειστού κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής (1,8-2,0-2,1) για αυξημένη ασφάλεια, μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης των κεφαλών, με 4 κλιπς μετά την γραμμή συρραφής, με τον άκμονα της κεφαλής σταθερό για ευκολότερο περιβροχισμό των ιστών, για παχείς ιστούς.

6α. Μήκος συρραφής 45mm

6β. Με κεκαμμένο άκρο και μήκος συρραφής 45mm

6γ. Μήκος συρραφής 60mm

6δ. Με κεκαμμένο άκρο και μήκος συρραφής 60mm

B. Να συμπεριληφθούν στις προδιαγραφές του τμήματος Γ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ - ΣΥΡΡΑΦΗΣ - ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ, οι παρακάτω προδιαγραφές:

1. Αυτόματο ευθύγραμμο εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης μαλακών ιστών και αγγείων, μήκους 55mm, με κλιπς τιτανίου που φέρει δύο γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της λάμας διατομής, με κυρτή λάμα για καλύτερη κοπτικότητα. Να επιδέχεται κασέτες για όλα τα είδη των ιστών και να έχει μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης

1α. Για λεπτούς/κανονικούς ιστούς με ύψος κλειστού κλιπ 1.5mm

1β. Για κανονικούς/ενδιάμεσους ιστούς με ύψος κλειστού κλιπ 1.8mm

1γ. Για παχείς ιστούς με ύψος κλειστού κλιπ 2.0mm

2. Ανταλλακτικές κασέτες για το αυτόματο ευθύγραμμο εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης μαλακών ιστών και αγγείων, μήκους 55mm, με κλιπς τιτανίου που φέρει δύο γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της λάμας διατομής.

2α. Για λεπτούς/κανονικούς ιστούς με ύψος κλειστού κλιπ 1.5mm

2β. Για κανονικούς/ενδιάμεσους ιστούς με ύψος κλειστού κλιπ 1.8mm

2γ. Για παχείς ιστούς με ύψος κλειστού κλιπ 2.0mm

3. Αυτόματο ευθύγραμμο εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης μαλακών ιστών και αγγείων, μήκους 75mm, με κλιπς τιτανίου που φέρει δύο γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της λάμας διατομής, με κυρτή λάμα για καλύτερη κοπτικότητα. Να επιδέχεται κασέτες για όλα τα είδη των ιστών και να έχει μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης (να προσφερθούν όλα τα υποείδη για τον α/α 4 επί ποινή απόρριψης)

3α. Για λεπτούς/κανονικούς ιστούς με ύψος κλειστού κλιπ 1.5mm

3β. Για κανονικούς/ενδιάμεσους με ύψος κλειστού κλιπ 1.8mm

3γ. Για παχείς ιστούς με ύψος κλειστού κλιπ 2.0mm

4. Ανταλλακτικές κασέτες για το αυτόματο ευθύγραμμο εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης μαλακών ιστών και αγγείων, μήκους 75mm, με κλιπς τιτανίου που φέρει δύο γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της λάμας διατομής.

4α. Για λεπτούς/κανονικούς ιστούς με ύψος κλειστού κλιπ 1.5mm

4β. Για κανονικούς/ενδιάμεσους με ύψος κλειστού κλιπ 1.8mm

4γ. Για παχείς ιστούς με ύψος κλειστού κλιπ 2.0mm

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

SURGILIFE ΕΠΕ

Όνομα: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε Email: tendersqr@its.jnj.com

Δημοσιεύθηκε: 14-11-2025

Άρθρο: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 3η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» CPV: 33162200-5.

Αξιότιμοι Κύριοι/Κυρίες,

Στα πλαίσια της Πρόσκλησης του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου "Γ.Ο.Ν.Κ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" για την 3η Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Εργαλείων Χειρουργείου CPV: 33162200-5, θα θέλαμε να σας υποβάλουμε τις παρατηρήσεις μας:

Εισηγούμαστε την πραγματοποίηση στοχευμένων προσαρμογών, οι οποίες θα περιλαμβάνουν την προσαρμογή των υπαρχόντων ή την προσθήκη νέων ειδών που ενσωματώνουν καινοτόμες τεχνολογίες, ώστε να εξασφαλιστεί ο εκσυγχρονισμός του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Η προσθήκη καινοτόμων προϊόντων θα ενδυναμώσει τη θεραπευτική στρατηγική του νοσοκομείου, εξασφαλίζοντας υψηλότερη ποιότητα φροντίδας για τους ασθενείς, ενώ θα συμβάλλει έμμεσα στη μείωση του συνολικού κόστους μέσω της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας.

Ως εκ τούτου προτείνουμε την κάτωθι τροποποίηση στο τμήμα τεχνικών προδιαγραφών για συρραπτικά εργαλεία γενικής χειρουργικής:

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Προσθήκη του κάτωθι είδους:

1. Ενισχυτικό Γραμμής Συρραφής μήκους 60 mm για επεμβάσεις πνευμονικού παρεγχύματος και γαστρεντερικών επεμβάσεων. Να είναι τοποθετημένο σε ειδικό εφαρμογέα, κατασκευασμένο από βιοαπορροφήσιμο υλικό, αποτελούμενο από τρία λεπτά στρώματα και πιο συγκεκριμένα από πλέξη δύο φιλμ πολυδιοξανόνης και ενδιάμεσα ενός φιλμ πολυγλακτίνης 910, με προ-χαραγμένη υποδοχή για την λάμα.

Επικαλυμμένο με υδατοδιαλυτό συγκολλητικό υλικό (μίγμα συμπολυμερούς αλκυλενοξειδίου) για την γρήγορη και εύκολη εφαρμογή του σε Ενδοσκοπικό Κοπτοράπτη μέσω της σύγκλισης και απελευθέρωσης των σιαγόνων του εργαλείου, παρέχοντας 100% κάλυψη σε όλο το μήκος και ανεξαρτήτως της πλευράς τοποθέτησής του για απρόσκοπτο χειρισμό και ασφαλή συγκράτηση.

Να μπορεί να διατηρεί την μέγιστη σταθερότητα κατά τις πρώτες ημέρες της κρίσιμης επούλωσης του τραύματος, με παραμονή ελάχιστου ξένου σώματος και πλήρη απορρόφηση στις 17 εβδομάδες (120 ημέρες).

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Με εκτίμηση,

Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων

JOHNSON & JOHNSON MEDTECH GREECE

EMAIL: TENDERSGR@ITS.JNJ.COM

ΤΗΛ: 2106875756 -506

2132058 394

Όνομα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΕ

Email: sales@mavrogenis.com

Δημοσιεύθηκε: 13-11-2025

Άρθρο: ΣΧΟΛΙΑ 3ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» CPV: 33162200-5

ΠΡΟΣ

Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αρμόδια: Α.ΚΟΥΛΕΡΗ

ΘΕΜΑ: Υποβολή παρατηρήσεων στην 3η Δημόσια Διαβούλευση για την Επικαιροποίηση των Τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» CPV 33162200-5

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια της Ανάρτησής σας 17283/10-11-25 για την διενέργεια 3ης Δημόσιας διαβούλευσης επικαιροποίησης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» CPV: 33162200-5, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, σας παραθέτουμε τις προτάσεις της εταιρείας μας.

Η εταιρεία μας είναι εξουσιοδοτημένος διανομέας στην ελληνική αγορά των προϊόντων του οίκου COVIDIEN/MEDTRONIC USA (ΗΠΑ) μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» (που ζητούνται στην εν λόγω διαβούλευση). Εκτελεί σημαντικό αριθμό αντίστοιχων συμβάσεων, που της έχουν κατακυρωθεί τόσο από το Νοσοκομείο σας όσο και από διάφορα Νοσοκομεία της Ελληνικής Επικράτειας, περαιτέρω δε, συμμετέχει σε σημαντικό αριθμό αντίστοιχων διαγωνισμών.

Με σκοπό την ανάπτυξη του ανταγωνισμού, την ύπαρξη πληθώρας επιλογών για το χειρουργό και πάντα με γνώμονα το καλό του ασθενούς με την προμήθεια υψηλής ποιότητας ιατροτεχνολογικών προϊόντων, προτείνουμε όπως προστεθούν ή τροποποιηθούν οι κάτωθι προδιαγραφές:

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Στην κατηγορία:

Η. ΛΑΒΙΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ & ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ.

Προτείνουμε, όπως προστεθεί η παρακάτω τεχνική προδιαγραφή:

Ψαλίδι κυρτού άκρου μίας χρήσης, ασύρματης γεννήτριας υπερήχου (55,5Khz), κατάλληλο για την παρασκευή, διατομή και πήξη αγγείων διαμέτρου έως και 7mm. Να διαθέτει ενσωματωμένο κουμπί δυο ταχυτήτων (min & max) προσφέροντας χειρουργική λειτουργικότητα τόσο στο πεδίο της αιμόστασης, όσο και της διατομής. Ο στελεός να διαθέτει σημάδια μέτρησης έως 10cm από το περιφερικό παλλόμενο ενεργό άκρο μήκους 14,5mm και δυνατότητα περιστροφής 360°. Μήκους 26cm και 39cm.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το προτεινόμενο εργαλείο είναι εργαλείο υπερήχων (ψαλίδι) νέας τεχνολογίας ασύρματο, το οποίο λειτουργεί χωρίς να χρειάζεται να είναι συνδεδεμένο μέσω καλωδίου με γεννήτρια. Προσδίδει μεγαλύτερη ελευθέρια κίνησης στο χειρουργό καθώς δεν χρειάζεται να προσέχει το που θα τοποθετηθεί το καλώδιο του εργαλείου ώστε να μην εμποδίζει στο χειρουργικό πεδίο, όπως σε άλλα εργαλεία και δίνει τη δυνατότητα της απρόσκοπτης χρήσης του από όλη τη χειρουργική ομάδα. Επίσης προσφέρει μεγαλύτερη ελευθέρια κινήσεων στο χειρουργείο εφόσον δεν έχουμε καλώδιο να «φεύγει» από το χειρουργικό τραπέζι και να συνδέεται με κάποιο παρακείμενο τροχήλατο. Τέλος είναι πολύ πιο εύκολο στις μετακινήσεις από αίθουσα σε αίθουσα στο χειρουργείο εφόσον δε χρειάζεται να μεταφερθεί τροχήλατο μαζί με γεννήτρια.

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Στην κατηγορία:

ΣΤ. ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Προτείνουμε όπως ενταχθούν στις προδιαγραφές του Νοσοκομείου τα κάτωθι ΣΕΤ Λαπαροσκοπικής Κολεκτομής, για την καλύτερη διευκόλυνση του προσωπικού του χειρουργείου αλλά και του ίδιου του χειρουργού διεγχειρητικά και με σκοπό την ευρεία επιλογή εργαλείων.

Α/Α ΕΚΑΠΥ:

261) ΣΕΤ Λαπαροσκοπικής Αριστερής Κολεκτομής αποτελούμενο από:

1) Αποστειρωμένο τροκάρ άμεσης όρασης (οπτικό) διαμέτρου 5-12mm μιας χρήσης, με ατραυματικά πεπλατυσμένα πτερύγια σε σχήμα νυστεριού V, υψηλής διεισδυτικής ικανότητας με άκρο οδηγό διείσδυσης κοιλιακού τοιχώματος τύπου "dolphin nose" και εργονομική λαβή χαμηλού προφίλ για ομαλή και με ακρίβεια ελεγχόμενη εισαγωγή για ευκολότερη τοποθέτηση του τροκάρ. Ραβδωτή διαφανή κάνουλα εσωτερικής διαμέτρου 12,95 mm, λοξευμένη στο άκρο της ελαχιστοποιώντας την δύναμη διείσδυσης, με βαλβίδα CO₂ τριών δρόμων για ταχεία κάθετη εκτόνωση ενδοκοιλιακού περιεχομένου, ελαχιστοποιώντας την επαφή του με τη χειρουργική ομάδα και κουμπί απελευθέρωσης του ενσωματωμένου μετατροπέα για μείωση του χειρουργικού χρόνου. Διαμέτρου 5-12mm, μήκους 100mm * 1 τεμάχιο

2) Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων και λεμφαγγείων διατομής έως και 7mm με άκρα τύπου Maryland. Να διαθέτει κυρτές κεραμικές σιαγόνες με μονόπλευρο άνοιγμα για χρήση και ως dissecter με επίστρωση αντικολλητικού νανοϋλικού HMDSO (hexamethyldisiloxane) ώστε να βελτιώνει την προσβασιμότητα στο σημείο συγκόλλησης και ξεχωριστή μηχανική σκανδάλη κοπής. Η παρουσία των κεραμικών σιαγόνων και του αντικολλητικού νάνο-υλικού μειώνουν τη θερμική διασπορά, το χειρουργικό καπνό και την θερμοκρασία των σιαγόνων. Να διαθέτει στειλεό μήκους 37cm, διαμέτρου 5mm, με δυνατότητα περιστροφής 360° και ενσωματωμένο καλώδιο. Η ενεργοποίηση της διαδικασίας απολίνωσης να πραγματοποιείται είτε με παρατεταμένο κλείσιμο της χειρολαβής καθώς δε διαθέτει μηχανισμό κλειδώματος είτε με ποδοδιακόπτη, με οπτικό και ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης ή μη της ολοκλήρωσης συγκόλλησης του αγγείου. Το μήκος συγκόλλησης ηλεκτροδίου να είναι 22,6mm, το μήκος κοπής 21,8mm και η διαδικασία απολίνωσης να διαρκεί 1-4 δευτερόλεπτα με την πίεση διάρρηξης της να είναι μεγαλύτερη από 360 mmHg, για αντοχή της συγκόλλησης ακόμα και τρεις φορές της συστολικής πίεσης. * 1 τεμάχιο

3) Επαναφορτιζόμενο εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής, αναστόμωσης με πιστολοειδή λαβή και δυνατότητα άρθρωσης σε δέκα προκαθορισμένες θέσεις. Δυνατότητα άνοιγματος των σιαγόνων του εργαλείου από την χειρολαβή πυροδότησης. Να δέχεται κεφαλές ευθείες, αρθρούμενες, αρθρούμενες με κεκαμένο άκρο, αρθρούμενες με προ εγκαταστημένο ενισχυτικό γραμμών συρραφής και ημικυκλίου με ενσωματωμένη κοπτική λάμα, κλιμακωτή σχεδίαση κεφαλής, σταθερό άκμονα, τουλάχιστον τέσσερα κλιπ πέραν του τελικού σημείου της γραμμής διατομής και μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης. Σε μεγέθη συρραφής 30,45,60 mm και διαφορετικό μέγεθος κλιπ σε κάθε μία από τις τρεις γραμμές συρραφής, για διάφορα πάχη ιστών. Να δύναται δυνατότητα πυροδότησης του εργαλείου για τουλάχιστον 25 φορές, για μεγαλύτερη οικονομία. Μήκους 16cm ή αποστειρωμένο διαφανές κάλυμμα/χειριστήριο μίας χρήσης, για την επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική λαβή εργαλείου συρραφής διατομής και αναστόμωσης με ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου, που αποτελεί ασηπτικό φραγμό και διεπαφή ελέγχου και σύνδεσης με τρεις στειλεούς διαφορετικού μήκους. * 1 τεμάχιο

4) Ανταλλακτικές κεφαλές, αρθρούμενες, εφοδιασμένες με λάμα, συμβατές και κατά συνέπεια του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με τα παραπάνω εργαλεία του α/α 3 καθώς και με εργαλείο πολλαπλών χρήσεων συρραφής διατομής αναστόμωσης, που

εφαρμόζει στο αποστειρωμένο κάλυμα/χειριστήριο μιας χρήσεως στον α/α 3, με μικροεπεξεργαστή για αμφίδρομη επικοινωνία με τον προσαρμογέα και το ηλεκτρικό εργαλείο πολλαπλών χρήσεων, με τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της διατομής, με διαφορετικό ύψος ποδιού κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής και μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης, σε διαστάσεις: 60mm ή 45mm για μεσαίους/παχείς ιστούς (με ύψος ανοικτού κλιπ 3,0-3,5-4,0mm) *3 τεμάχια

5) Κυκλικοί αναστομωτήρες με τριπλή γραμμή συρραφής για εκμηδενισμό των διαφυγών, κυρτοί με ισχυρούς αγκήρες (κλιπς) τιτανίου κλιμακωτής σχεδίασης διαφορετικού ύψους που προσδίδουν μεγαλύτερη ασφάλεια (3,0mm -3,5mm - 4,0mm & 4,0mm -4,5mm - 5,0mm), μεσαίους - παχείς & παχείς - πολύ παχείς ιστούς. Με ανακλινόμενη κεφαλή ώστε να εκμηδενίζεται η πιθανότητα κακοποίησης της αναστόμωσης κατά την απόσυρση του εργαλείου. Για ανοιχτές και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις μήκους 22 εκ. Διαμέτρου 28mm ή 31mm (με ύψος ανοικτού κλιπ 4,0-4,5-5,0mm) * 1 τεμάχιο

262) ΣΕΤ Λαπαροσκοπικής Δεξιάς Κολεκοτομής αποτελούμενο:

1)Αποστειρωμένο τροκάρ άμεσης όρασης (οπτικό) διαμέτρου 5-12mm μιας χρήσης, με ατραυματικά πεπλατυσμένα πτερύγια σε σχήμα νυστεριού V, υψηλής διεισδυτικής ικανότητας με άκρο οδηγό διείσδυσης κοιλιακού τοιχώματος τύπου "dolphin nose" και εργονομική λαβή χαμηλού προφίλ για ομαλή και με ακρίβεια ελεγχόμενη εισαγωγή για ευκολότερη τοποθέτηση του τροκάρ. Ραβδωτή διαφανή κάνουλα εσωτερικής διαμέτρου 12,95 mm, λοξευμένη στο άκρο της ελαχιστοποιώντας την δύναμη διείσδυσης, με βαλβίδα CO2 τριών δρόμων για ταχεία κάθετη εκτόνωση ενδοκοιλιακού περιεχομένου, ελαχιστοποιώντας την επαφή του με τη χειρουργική ομάδα και κουμπί απελευθέρωσης του ενσωματωμένου μετατροπέα για μείωση του χειρουργικού χρόνου. Διαμέτρου 5-12mm, μήκους 100mm * 1 τεμάχιο

2)Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων και λεμφαγγείων διατομής έως και 7mm με άκρα τύπου Maryland. Να διαθέτει κυρτές κεραμικές σιαγόνες με μονόπλευρο άνοιγμα για χρήση και ως dissecter με επίστρωση αντικολλητικού νανοϋλικού HMDSO (hexamethyldisiloxane) ώστε να βελτιώνει την προσβασιμότητα στο σημείο συγκόλλησης και ξεχωριστή μηχανική σκανδάλη κοπής. Η παρουσία των κεραμικών σιαγόνων και του αντικολλητικού νάνο-υλικού μειώνουν τη θερμική διασπορά, το χειρουργικό καπνό και την θερμοκρασία των σιαγόνων. Να διαθέτει στειλεό μήκους 37cm, διαμέτρου 5mm, με δυνατότητα περιστροφής 360° και ενσωματωμένο καλώδιο. Η ενεργοποίηση της διαδικασίας απολίνωσης να πραγματοποιείται είτε με παρατεταμένο κλείσιμο της χειρολαβής καθώς δε διαθέτει μηχανισμό κλειδώματος είτε με ποδοδιακόπτη, με οπτικό και ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης ή μη της ολοκλήρωσης συγκόλλησης του αγγείου. Το μήκος συγκόλλησης ηλεκτροδίου να είναι 22,6mm, το μήκος κοπής 21,8mm και η διαδικασία απολίνωσης να διαρκεί 1-4 δευτερόλεπτα με την πίεση διάρρηξης της να είναι μεγαλύτερη από 360 mmHg, για αντοχή της συγκόλλησης ακόμα και τρεις φορές της συστολικής πίεσης. * 1 τεμάχιο

3)Επαναφορτιζόμενο εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής, αναστόμωσης με πιστολοειδή λαβή και δυνατότητα άρθρωσης σε δέκα προκαθορισμένες θέσεις. Δυνατότητα άνοιγματος των σιαγόνων του εργαλείου από την χειρολαβή πυροδότησης. Να δέχεται κεφαλές ευθείες, αρθρούμενες, αρθρούμενες με κεκαμένο άκρο, αρθρούμενες με προ εγκαταστημένο ενισχυτικό γραμμών συρραφής και ημικυκλίου με ενσωματωμένη κοπτική λάμα, κλιμακωτή σχεδίαση κεφαλής, σταθερό άκμονα, τουλάχιστον τέσσερα κλιπ πέραν του τελικού σημείου της γραμμής διατομής και μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης. Σε μεγέθη συρραφής 30,45,60 mm και διαφορετικό μέγεθος κλιπ σε κάθε μία από τις τρεις γραμμές συρραφής, για διάφορα πάχη ιστών. Να δύναται δυνατότητα πυροδότησης του εργαλείου για τουλάχιστον 25 φορές, για μεγαλύτερη οικονομία. Μήκους 16cm ή αποστειρωμένο διαφανές κάλυμμα/χειριστήριο μιας χρήσης, για την επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική λαβή εργαλείου

συρραφής διατομής και αναστόμωσης με ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου, που αποτελεί ασηπτικό φραγμό και διεπαφή ελέγχου και σύνδεσης με τρεις στειλεούς διαφορετικού μήκους. * 1 τεμάχιο

4)Ανταλλακτικές κεφαλές, αρθρούμενες, εφοδιασμένες με λάμα, συμβατές και κατά συνέπεια του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με τα παραπάνω εργαλεία του α/α 3 καθώς και με εργαλείο πολλαπλών χρήσεων συρραφής διατομής αναστόμωσης, που εφαρμόζει στο αποστειρωμένο κάλυμα/χειριστήριο μιας χρήσεως στον α/α 3, με μικροεπεξεργαστή για αμφίδρομη επικοινωνία με τον προσαρμογέα και το ηλεκτρικό εργαλείο πολλαπλών χρήσεων, με τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της διατομής, με διαφορετικό ύψος ποδιού κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής και μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης, σε διαστάσεις: 60mm για μεσαίους/παχείς ιστούς (με ύψος ανοικτού κλιπ 3,0-3,5-4,0mm) *4 τεμάχια

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Για την Αναστάσιος ΜαυρογένηςΑ.Ε.

Ιωάννης Διαμαντόπουλος

Business Unit Manager Medtronic Surgical Innovations

& Head of Technical Service Department

Όνομα: ΠΡΩΤΟΝ ΑΕ

Email: aklessia@protoncy.gr

Δημοσιεύθηκε: 13-11-2025

Άρθρο: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ»

Προς

Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΓΥΡΟΙ»

Αρ.Πρωτ.: 0000017110 rev. 1

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2025

Θέμα: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ»

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια του υπ'αριθμ. Πρωτ. 13846 πρόσκλησης του Νοσοκομείου σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι αναρτημένες προς διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές για τα παρακάτω είδη, θέτουν περιορισμούς συμμετοχής σε εταιρείες με προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας που διαθέτουν την σήμανση πιστοποίησης CE, και κατ' αυτόν τον τρόπο δεν εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στον υπό προκήρυξη διαγωνισμό και δεν εξασφαλίζεται η προμήθεια προϊόντων με ισοδύναμα ή και καλύτερα τεχνολογικά χαρακτηριστικά.

Η εταιρία μας προτίθεται να συμμετάσχει στον εν λόγω διαγωνισμό, πλην όμως προτείνουμε όπως τροποποιηθούν-εμπλουτιστούν (διατηρώντας την αρχική τους σύνθεση) οι αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στον υπό κρίση διαγωνισμό στο πλαίσιο και τις αρχές του υγιούς ανταγωνισμού, δίχως να μειώνεται το κλινικό όφελος για το Νοσοκομείο σας.

Ακολουθούν οι προστιθέμενες προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Αναλυτικότερα :

Η. ΛΑΒΙΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ & ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 7MM ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ.

1. Αιμοστατική λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων διαμέτρου έως και 7mm, με ταυτόχρονη χρήση τεχνολογίας υπερήχων. Να διαθέτει τύπου ψαλιδοειδής χειρολαβή με δυο ενσωματωμένους χειροδιακόπτες επιλογής ενέργειας. Να διαθέτει κυρτή σιαγόνα μήκους 16mm, με επιμήκη κίνηση στα 47KHz. Το άκαμπτο άκρο της σιαγόνας να διαθέτει ειδική μόνωση για ακόμα μικρότερη θερμική διασπορά στους παρακείμενους ιστούς. Να διαθέτει τεχνολογία αντίληψης ιστού και αυτόματη διακοπή της ενέργειας όταν ολοκληρωθεί η διατομή του. Να είναι μιας χρήσης διαστάσεων στειλεού 9cm. Ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει συνοδό εξοπλισμό (ηλεκτροχειρουργική διαθερμία και τυχόν καλώδια απολύτως συμβατά με λαβίδες ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης με ταυτόχρονη χρήση υπερήχων και ψαλίδια υπερήχων). Τιμή / Τεμάχιο 820€
2. Αιμοστατική λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων διαμέτρου έως και 7mm, με ταυτόχρονη χρήση τεχνολογίας υπερήχων. Να διαθέτει τύπου πιστολοειδής χειρολαβή με δυο ενσωματωμένους χειροδιακόπτες επιλογής ενέργειας. Να διαθέτει κυρτή σιαγόνα μήκους 15-16mm, με παλμική επιμήκη κίνηση από 45 έως 50KHz. Να διαθέτει τεχνολογία αντίληψης ιστού και αυτόματη διακοπή της ενέργειας όταν ολοκληρωθεί η διατομή του. Να είναι μιας χρήσης διαμέτρου 5mm και μήκους 20-22cm. Ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει συνοδό εξοπλισμό (ηλεκτροχειρουργική διαθερμία και τυχόν καλώδια απολύτως συμβατά με λαβίδες ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης με ταυτόχρονη χρήση υπερήχων και ψαλίδια υπερήχων). Τιμή / Τεμάχιο 820€
3. Λαπαροσκοπική Αιμοστατική λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων διαμέτρου έως και 7mm, με ταυτόχρονη χρήση τεχνολογίας υπερήχων. Να διαθέτει τύπου πιστολοειδής χειρολαβή με δυο ενσωματωμένους χειροδιακόπτες επιλογής ενέργειας. Να διαθέτει κυρτή σιαγόνα μήκους 15-16mm, με παλμική επιμήκη κίνηση από 45 έως 50KHz. Το άκαμπτο άκρο της σιαγόνας να διαθέτει ειδική μόνωση για ακόμα μικρότερη θερμική διασπορά στους παρακείμενους ιστούς. Να διαθέτει τεχνολογία αντίληψης ιστού και αυτόματη διακοπή της ενέργειας όταν ολοκληρωθεί η διατομή του. Να είναι μιας χρήσης διαμέτρου 5mm και μήκους 35-37cm. Ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει συνοδό εξοπλισμό (ηλεκτροχειρουργική διαθερμία και τυχόν καλώδια απολύτως συμβατά με λαβίδες ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης με ταυτόχρονη χρήση υπερήχων και ψαλίδια υπερήχων). Τιμή / Τεμάχιο 820€

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 7MM.

1. Αιμοστατική διπολική λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων διαμέτρου έως και 7mm συμπεριλαμβανομένων των πνευμονικών αγγείων και των λεμφαγγείων. Να διαθέτει τύπου πιστολοειδής χειρολαβή με δυνατότητα περιστροφής τουλάχιστον 330 μοίρες. Στην χειρολαβή να υπάρχει διακόπτης ενεργοποίησης - απενεργοποίησης του μηχανισμού κλειδώματος και σκανδάλη ενεργοποίησης της κοπτικής λάμας. Να διαθέτει ενσωματωμένο καλώδιο και κομβίο για δυνατότητα ενεργοποίησης της ενέργειας από την χειρολαβή. Να λειτουργεί χωρίς την απαίτηση πλήρους κλεισίματος των σιαγόνων για αποτελεσματικότερη αιμόσταση σε παχύ ιστό και τοπική αιμόσταση επιφανειών που αιμορραγούν. Να διαθέτει κυρτές σιαγόνες διπλής ενέργειας με μέγιστο άνοιγμα τουλάχιστον 19,0mm για καλύτερο διαχωρισμό των ιστών. Να έχουν επικάλυψη από τιτάνιο για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Να διαθέτει μήκος σιαγόνας τουλάχιστον 22,5mm και μήκος κοπής τουλάχιστον 19,0mm. Να έχει μικρή θερμική διασπορά και ο χρόνος συγκόλλησης

αγγείων να είναι περίπου 3 δευτερόλεπτα. Να διαθέτει τεχνολογία αντίληψης ιστού με αυτόματη διακοπή της ενέργειας όταν ολοκληρωθεί η απολίνωση του ιστού. Να είναι μίας χρήσης μήκους 37cm και διαμέτρου 5mm. Ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει συνοδό εξοπλισμό απολύτως συμβατό με τις λαβίδες ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων. Τιμή τεμαχίου 820€ +ΦΠΑ

2. Αιμοστατική διπολική λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων διαμέτρου έως και 7mm συμπεριλαμβανομένων των πνευμονικών αγγείων και των λεμφαγγείων. Να διαθέτει τύπου πιστολοειδής χειρολαβή με δυνατότητα περιστροφής τουλάχιστον 330 μοίρες. Στην χειρολαβή να υπάρχει διακόπτης ενεργοποίησης - απενεργοποίησης του μηχανισμού κλειδώματος και σκανδάλη ενεργοποίησης της κοπτικής λάμας. Να διαθέτει ενσωματωμένο καλώδιο και κομβίο για δυνατότητα ενεργοποίησης της ενέργειας από την χειρολαβή. Να λειτουργεί χωρίς την απαίτηση πλήρους κλεισίματος των σιαγόνων για αποτελεσματικότερη αιμόσταση σε παχύ ιστό και τοπική αιμόσταση επιφανειών που αιμορραγούν. Να διαθέτει κυρτές σιαγόνες διπλής ενέργειας με μέγιστο άνοιγμα τουλάχιστον 19,0mm για καλύτερο διαχωρισμό των ιστών. Να έχουν επικάλυψη από τιτάνιο για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Να διαθέτει μήκος σιαγόνας τουλάχιστον 22,5mm και μήκος κοπής τουλάχιστον 19,0mm. Να έχει μικρή θερμική διασπορά και ο χρόνος συγκόλλησης αγγείων να είναι περίπου 3 δευτερόλεπτα. Να διαθέτει τεχνολογία αντίληψης ιστού με αυτόματη διακοπή της ενέργειας όταν ολοκληρωθεί η απολίνωση του ιστού. Να είναι μίας χρήσης μήκους 23cm και διαμέτρου 5mm. Ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει συνοδό εξοπλισμό απολύτως συμβατό με τις λαβίδες ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων. Τιμή τεμαχίου 820€ +ΦΠΑ

3. Αιμοστατική διπολική λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων διαμέτρου έως και 7mm συμπεριλαμβανομένων των πνευμονικών αγγείων και των λεμφαγγείων. Να διαθέτει τύπου πιστολοειδής χειρολαβή με δυνατότητα περιστροφής τουλάχιστον 330 μοίρες. Στην χειρολαβή να υπάρχει διακόπτης ενεργοποίησης - απενεργοποίησης του μηχανισμού κλειδώματος και σκανδάλη ενεργοποίησης της κοπτικής λάμας. Να διαθέτει ενσωματωμένο καλώδιο και κομβίο για δυνατότητα ενεργοποίησης της ενέργειας από την χειρολαβή. Να λειτουργεί χωρίς την απαίτηση πλήρους κλεισίματος των σιαγόνων για αποτελεσματικότερη αιμόσταση σε παχύ ιστό και τοπική αιμόσταση επιφανειών που αιμορραγούν. Να διαθέτει ευθείες σιαγόνες διπλής ενέργειας (Blunt Tip) με μέγιστο άνοιγμα τουλάχιστον 19,0mm για καλύτερη σύλληψη και διαχωρισμό των ιστών. Να έχουν επικάλυψη από τιτάνιο για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Να διαθέτει μήκος σιαγόνας τουλάχιστον 20,5mm και μήκος κοπής τουλάχιστον 18,0mm. Να έχει μικρή θερμική διασπορά και ο χρόνος συγκόλλησης αγγείων να είναι περίπου 3 δευτερόλεπτα. Να διαθέτει τεχνολογία αντίληψης ιστού με αυτόματη διακοπή της ενέργειας όταν ολοκληρωθεί η απολίνωση του ιστού. Να είναι μίας χρήσης μήκους 37cm και διαμέτρου 5mm. Ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει συνοδό εξοπλισμό απολύτως συμβατό με τις λαβίδες ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων. Τιμή τεμαχίου 820€ +ΦΠΑ

4. Αιμοστατική διπολική λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων διαμέτρου έως και 7mm συμπεριλαμβανομένων των πνευμονικών αγγείων και των λεμφαγγείων. Να διαθέτει τύπου πιστολοειδής χειρολαβή με δυνατότητα περιστροφής τουλάχιστον 330 μοίρες. Στην χειρολαβή να υπάρχει διακόπτης ενεργοποίησης - απενεργοποίησης του μηχανισμού κλειδώματος και σκανδάλη ενεργοποίησης της κοπτικής λάμας. Να διαθέτει ενσωματωμένο καλώδιο και κομβίο για δυνατότητα ενεργοποίησης της ενέργειας από την χειρολαβή. Να λειτουργεί χωρίς την απαίτηση πλήρους κλεισίματος των σιαγόνων για αποτελεσματικότερη αιμόσταση σε παχύ ιστό και τοπική αιμόσταση επιφανειών που αιμορραγούν. Να διαθέτει ευθείες σιαγόνες διπλής ενέργειας (Blunt Tip) με μέγιστο άνοιγμα τουλάχιστον 19,0mm για καλύτερη σύλληψη και διαχωρισμό των ιστών. Να έχουν επικάλυψη από τιτάνιο για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Να διαθέτει μήκος σιαγόνας τουλάχιστον 20,5mm και μήκος κοπής τουλάχιστον 18,0mm. Να έχει μικρή θερμική διασπορά και ο χρόνος

συγκόλλησης αγγείων να είναι περίπου 3 δευτερόλεπτα. Να διαθέτει τεχνολογία αντίληψης ιστού με αυτόματη διακοπή της ενέργειας όταν ολοκληρωθεί η απολίνωση του ιστού. Να είναι μίας χρήσης μήκους 23cm και διαμέτρου 5mm. Ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει συνοδό εξοπλισμό απολύτως συμβατό με τις λαβίδες ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων. Τιμή τεμαχίου 820€ +ΦΠΑ

ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΓΓΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ

1. Λαπαροσκοπική διπολική λαβίδα διατομής και αιμόστασης αγγείων. Να διαθέτει τύπου πιστολοειδής χειρολαβή με αμφίπλευρη σκανδάλη ενεργοποίησης της κοπτικής λάμας για μεγαλύτερη εργονομία. Να είναι κατάλληλη για σύλληψη, κινητοποίηση, αιμόσταση, κοπή και διαχωρισμό των ιστών. Να διαθέτει μηχανισμό κλειδώματος με δυνατότητα απενεργοποίησης του και οδοντωτές θυριδωτές σιαγόνες με ενσωματωμένη την λεπίδα κοπής. Να είναι μίας χρήσης μήκους 33cm και διαμέτρου 5mm. ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 550€+ΦΠΑ

2. Διπολικό καλώδιο τύπου μπανάνας (4 mm diameter) πολλαπλών χρήσεων συμβατό με τα παραπάνω εργαλεία. ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 150€+ΦΠΑ.

Μετά τιμής

Φωτιάδης Γιώργος

Sales and Application Specialist

Surgical Products

Kiv: 6983192107

Όνομα: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. – MEDIPOWER Email: info@medipower.gr Δημοσιεύθηκε: 12-11-2025

Άρθρο: Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» - 3η διαβούλευση ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» - ΣΧΟΛΙΑ

Προς : 1Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ – Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

Θέμα: 3η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» CPV: 33162200-5

CPV: 33162200-5, με μοναδικό Αρ. Δημοσίευσης στο ΕΣΗΔΗΣ 2025DIAB31653

Αρ. Πρωτ.: 17283/ 10.11.2025

Ανακοίνωσης Πρόσκλησης του Φορέα 10/11/2025 και ημερομηνία λήξης 16/11/2025

Υπόψιν Κυρίας Κουλερή,

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε απάντηση της ανακοίνωσης του φορέα σας και ανταποκρινόμενοι στο αίτημά σας για υποβολή απόψεων επί των Τεχνικών Προδιαγραφών που τίθενται σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση μέσω του ιστότοπου του ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό αριθμό 2025DIAB31653, όπως αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω στο θέμα, έχοντας ως γνώμονα την βέλτιστη κάλυψη των αναγκών των ασθενών και την υποστήριξη του συστήματος δημόσιας υγείας προς όφελος όλων, η εταιρεία μας θέτει υπόψη σας τα ακόλουθα: Με στόχο: α) την εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης χωρίς να περιορίζεται η ευρύτητα συμμετοχής των οικονομικών φορέων στις διαδικασίες σύναψης σύμβασης, β) την διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών του κλάδου, γ) την βελτιστοποίηση και πληρότητα των περιγραφόμενων τεχνικών όρων των διακηρύξεων, δ) την

δυνατότητα προμήθειας της αναθέτουσας αρχής με όλα τα προϊόντα σύγχρονης τεχνολογίας για την χρήση και το σκοπό που προορίζονται και ε) την διατήρηση της ανώτερης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, παρακαλούμε όπως ληφθούν υπόψη κατά τη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος της διαβούλευσης, οι κάτωθι Προτάσεις Ποιοτικών Κριτηρίων επιλογής/ Τεχνικών Προδιαγραφών κατά την έννοια του άρθρου 54 Ν.4412/2016:

Προτείνουμε να συμπεριληφθούν στις “ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ » οι κάτωθι κατηγορίες:

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Δ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΥΘΕΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ-ΔΙΑΤΟΜΗ-ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΥΜΕΝΑ

1) Ηλεκτροκίνητος αρθρούμενος κοπτοράπτης μιας χρήσης με συνολικό μήκος εργασίας 27cm και διαμέτρου 12,5mm. Με αυτόματη αναγνώριση του πάχους των ιστών και μήκους κασέτας, με φωτεινή ένδειξη επάνω στο εργαλείο. Για την ασφαλή πυροδότηση παρέχει ηχητική ειδοποίηση 10-15 sec μετά την σύλληψη του ιστού και το ποσοστό μπαταρίας να παρουσιάζεται με φωτεινή ένδειξη στο επάνω μέρος της χειρολαβής. Οι σιαγόνες να ελέγχονται ηλεκτροκίνητα και είναι συμβατός με ανταλλακτικές κεφαλές μήκους 32mm, 44mm και 60mm και πάχους 0.75mm – 2.15mm, με τεχνολογία ανισοσκελής πυροδότησης των κλιπς.

Ο συγκεκριμένος ηλεκτροκίνητος κοπτοράπτης παρέχει παραπάνω ασφάλεια τόσο με την φωτεινή ένδειξη αναγνώρισης του πάχους του ιστού κατά την σύγκλιση όσο και με τον χειροκίνητο μηχανισμό που διαθέτει ώστε σε περίπτωση βλάβης του ηλεκτροκίνητου μέρους, η λάμα κοπής να επιστρέψει στην θέση της και με ασφάλεια να ανοίξουν οι σιαγόνες. Σε σχέση με ανταγωνιστικά υλικά ο συγκεκριμένος κοπτοράπτης σε περίπτωση αποφόρτισης της μπαταρίας λόγω παραπάνω πυροδοτήσεων από το οριζόμενο αριθμό του κατασκευαστή (15 πυροδοτήσεις) μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν χειροκίνητος συμβάλλοντας στην μείωση του κόστους μια περίπλοκης επέμβασης αφού δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί νέος.

1β) Ηλεκτροκίνητος αρθρούμενος κοπτοράπτης μιας χρήσης με συνολικό μήκος εργασίας 37cm και διαμέτρου 12,5mm. Με αυτόματη αναγνώριση του πάχους των ιστών και μήκους κασέτας, με φωτεινή ένδειξη επάνω στο εργαλείο. Για την ασφαλή πυροδότηση παρέχει ηχητική ειδοποίηση 10-15 sec μετά την σύλληψη του ιστού και το ποσοστό μπαταρίας να παρουσιάζεται με φωτεινή ένδειξη στο επάνω μέρος της χειρολαβής. Οι σιαγόνες να ελέγχονται ηλεκτροκίνητα και είναι συμβατός με ανταλλακτικές κεφαλές μήκους 32mm, 44mm και 60mm και πάχους 0.75mm – 2.15mm, με τεχνολογία ανισοσκελής πυροδότησης των κλιπς.

2) Ανταλλακτικές κεφαλές για ηλεκτροκίνητο κοπτοράπτη με αντιολισθητική επιφάνεια και δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης του πάχους των ιστών. Τεχνολογία ανισοσκελής πυροδότησης των κλιπς με απόσταση 0.15mm μεταξύ των γραμμών συρραφής για πλήρη στεγανοποίηση.

2α) 32mm με κυρτό άκρο για αγγειακούς ιστούς (με ύψος ανοιχτού κλιπ 2,0mm)

2β) 32mm με κυρτό άκρο για αγγειακούς/λεπτούς ιστούς (με ύψος ανοιχτού κλιπ 2,5mm)

2γ) 32mm με κυρτό άκρο για μεσαίους ιστούς (με ύψος ανοιχτού κλιπ 3,5mm)

2δ) 32mm με κυρτό άκρο για παχείς ιστούς (με ύψος ανοιχτού κλιπ 4,0mm)

- 2ε) 44mm για αγγειακούς ιστούς (με ύψος ανοιχτού κλιπ 2,0mm)
- 2στ) 44mm για αγγειακούς/λεπτούς ιστούς (με ύψος ανοιχτού κλιπ 2,5mm)
- 2ζ) 44mm για μεσαίους ιστούς (με ύψος ανοιχτού κλιπ 3,5 mm)
- 2η) 44mm για παχείς ιστούς (με ύψος ανοιχτού κλιπ 4,0 mm)
- 2θ) 44mm για πολύ παχείς ιστούς (με ύψος ανοιχτού κλιπ 4,8 mm)
- 2ι) 60mm για αγγειακούς/λεπτούς ιστούς (με ύψος ανοιχτού κλιπ 2,5mm)
- 2κ) 60mm για μεσαίους ιστούς (με ύψος ανοιχτού κλιπ 3,5 mm)
- 2λ) 60mm για παχείς ιστούς (με ύψος ανοιχτού κλιπ 4,0 mm)
- 2μ) 60mm για πολύ παχείς ιστούς (με ύψος ανοιχτού κλιπ 4,8 mm)

Η. ΛΑΒΙΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ & ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

- 1) Ψαλίδι υπερήχων απολίνωσης αγγείων έως 7mm, μήκους στυλεού 23cm, διαμέτρου 5.5mm με ενσωματωμένο καλώδιο. Να διαθέτει αλγόριθμο RTTE II για γρηγορότερη και ασφαλέστερη προσαρμογή στον ιστό και να έχει φωτεινή ένδειξη καλής λειτουργίας πάνω στο εργαλείο.
- 1β) Ψαλίδι υπερήχων απολίνωσης αγγείων έως 7mm, μήκους στυλεού 36cm, διαμέτρου 5.5mm με ενσωματωμένο καλώδιο. Να διαθέτει αλγόριθμο RTTE II για γρηγορότερη και ασφαλέστερη προσαρμογή στον ιστό και να έχει φωτεινή ένδειξη καλής λειτουργίας πάνω στο εργαλείο.

Το συγκεκριμένο ψαλίδι υπερήχων διαθέτει τον αλγόριθμο AI RTTE II το οποίο τον καθιστά απόλυτα ασφαλή καθώς μπορεί να πραγματοποιήσει πάνω από 50000 προσαρμογές ενέργειας ανά δευτερόλεπτο ώστε να αποδώσει την γρηγορότερη και ασφαλέστερη απολίνωση αγγείων. Η γεννήτρια υπερήχων που συνοδεύεται είναι μικρών διαστάσεων (20x15cm περίπου και βάρους 0,6kg) για την ευκολότερη μετακίνηση μεταξύ των χειρουργικών αιθουσών.

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

- 1) Ηλεκτροκίνητος αρθρούμενος κοπτοράπτης μιας χρήσης με συνολικό μήκος εργασίας 27cm και διαμέτρου 12,5mm. Με αυτόματη αναγνώριση του πάχους των ιστών και μήκους κασέτας, με φωτεινή ένδειξη επάνω στο εργαλείο. Για την ασφαλή πυροδότηση παρέχει ηχητική ειδοποίηση 10-15 sec μετά την σύλληψη του ιστού και το ποσοστό μπαταρίας να παρουσιάζεται με φωτεινή ένδειξη στο επάνω μέρος της χειρολαβής. Οι σιαγόνες να ελέγχονται ηλεκτροκίνητα και είναι συμβατός με ανταλλακτικές κεφαλές μήκους 32mm, 44mm και 60mm και πάχους 0.75mm – 2.15mm, με τεχνολογία ανισοσκελής πυροδότησης των κλιπς.

Ο συγκεκριμένος ηλεκτροκίνητος κοπτοράπτης παρέχει παραπάνω ασφάλεια τόσο με την φωτεινή ένδειξη αναγνώρισης του πάχους του ιστού κατά την σύγκλιση όσο και με τον χειροκίνητο μηχανισμό που διαθέτει ώστε σε περίπτωση βλάβης του ηλεκτροκίνητου μέρους, η λάμα κοπής να επιστρέψει στην θέση της και με ασφάλεια να ανοίξουν οι σιαγόνες. Σε σχέση με ανταγωνιστικά υλικά ο συγκεκριμένος κοπτοράπτης σε περίπτωση αποφόρτισης της μπαταρίας λόγω παραπάνω πυροδοτήσεων από το οριζόμενο αριθμό του κατασκευαστή (15 πυροδοτήσεις) μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν χειροκίνητος συμβάλλοντας στην μείωση του κόστους μια περίπλοκης επέμβασης αφού δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί νέος.

1β) Ηλεκτροκίνητος αρθρούμενος κοπποράπτης μιας χρήσης με συνολικό μήκος εργασίας 37cm και διαμέτρου 12,5mm. Με αυτόματη αναγνώριση του πάχους των ιστών και μήκους κασέτας, με φωτεινή ένδειξη επάνω στο εργαλείο. Για την ασφαλή πυροδότηση παρέχει ηχητική ειδοποίηση 10-15 sec μετά την σύλληψη του ιστού και το ποσοστό μπαταρίας να παρουσιάζεται με φωτεινή ένδειξη στο επάνω μέρος της χειρολαβής. Οι σιαγόνες να ελέγχονται ηλεκτροκίνητα και είναι συμβατός με ανταλλακτικές κεφαλές μήκους 32mm, 44mm και 60mm και πάχους 0.75mm – 2.15mm, με τεχνολογία ανισοσκελής πυροδότησης των κλιπς.

2) Ανταλλακτικές κεφαλές για ηλεκτροκίνητο κοπποράπτη με αντιολισθητική επιφάνεια και δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης του πάχους των ιστών. Τεχνολογία ανισοσκελής πυροδότησης των κλιπς με απόσταση 0.15mm μεταξύ των γραμμών συρραφής για πλήρη στεγανοποίηση.

2α) 32mm με κυρτό άκρο για αγγειακούς ιστούς (με ύψος ανοιχτού κλιπ 2,0mm)

2β) 32mm με κυρτό άκρο για αγγειακούς/λεπτούς ιστούς (με ύψος ανοιχτού κλιπ 2,5mm)

2γ) 32mm με κυρτό άκρο για μεσαίους ιστούς (με ύψος ανοιχτού κλιπ 3,5mm)

2δ) 32mm με κυρτό άκρο για παχείς ιστούς (με ύψος ανοιχτού κλιπ 4,0mm)

2ε) 44mm για αγγειακούς ιστούς (με ύψος ανοιχτού κλιπ 2,0mm)

2στ) 44mm για αγγειακούς/λεπτούς ιστούς (με ύψος ανοιχτού κλιπ 2,5mm)

2ζ) 44mm για μεσαίους ιστούς (με ύψος ανοιχτού κλιπ 3,5 mm)

2η) 44mm για παχείς ιστούς (με ύψος ανοιχτού κλιπ 4,0 mm)

2θ) 44mm για πολύ παχείς ιστούς (με ύψος ανοιχτού κλιπ 4,8 mm)

2ι) 60mm για αγγειακούς/λεπτούς ιστούς (με ύψος ανοιχτού κλιπ 2,5mm)

2κ) 60mm για μεσαίους ιστούς (με ύψος ανοιχτού κλιπ 3,5 mm)

2λ) 60mm για παχείς ιστούς (με ύψος ανοιχτού κλιπ 4,0 mm)

2μ) 60mm για πολύ παχείς ιστούς (με ύψος ανοιχτού κλιπ 4,8 mm)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΨΑΛΙΔΙΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

1) Ψαλίδι υπερήχων απολίνωσης αγγείων έως 7mm, μήκους στυλεού 23cm, διαμέτρου 5.5mm με ενσωματωμένο καλώδιο. Να διαθέτει αλγόριθμο RTTE II για γρηγορότερη και ασφαλέστερη προσαρμογή στον ιστό και να έχει φωτεινή ένδειξη καλής λειτουργίας πάνω στο εργαλείο.

Το συγκεκριμένο ψαλίδι υπερήχων διαθέτει τον αλγόριθμο AI RTTE II το οποίο τον καθιστά απόλυτα ασφαλή καθώς μπορεί να πραγματοποιήσει πάνω από 50000 προσαρμογές ενέργειας ανά δευτερόλεπτο ώστε να αποδώσει την γρηγορότερη και ασφαλέστερη απολίνωση αγγείων. Η γεννήτρια υπερήχων που συνοδεύεται είναι μικρών διαστάσεων (20x15cm περίπου και βάρους 0,6kg) για την ευκολότερη μετακίνηση μεταξύ των χειρουργικών αιθουσών.

Με εκτίμηση,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. - MEDIPOWER