



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, Ν.Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ, Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 14564
ΤΗΛ. 210-3501562

Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ

ΑΡ. ΠΡ.

1195/21-1/21

ΠΡΟΣ: Τμήμα προμηθειών

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΘΕΜΑ: « ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΠΛΑΣΜΑΤΩΝ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 2^η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ»

Μετά την ανασκόπηση των παρατηρήσεων από τις σχετικές επιτροπές μετά την Β' Διαβούλευση σας ενημερώνουμε ότι παραμένουμε στις τελικές προδιαγραφές έτσι όπως έχουν κατατεθεί στο έγγραφο ΑΠ 21973/24-12-20.

Με εκτίμηση

Η επιτροπή προδιαγραφών

Γάφου Ανθή

Χαραλάμπους Αναστασία

Γρηγοράτου Ασπασία

Κοινοποίηση :



ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ(CVP3971120-6)

1. Ο καταψύκτης να είναι κατακόρυφος και τροχήλατος να είναι διαθέτει φρένο
2. Διαστάσεις (μέγιστες) 200x 105x 75cm (ΥxΒxΠ)
3. Επιθυμητή χωρητικότητα σε ασκούς πλάσματος τουλάχιστον 400 ασκούς πλάσματος 250 ml
4. Ο καταψύκτης να διαθέτει τουλάχιστον 7 συρόμενα συρτάρια Ο καταψύκτης να διαθέτει λεία εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια από ανοξείδωτο χάλυβα ή αλουμίνιο.
5. ή από άλλο ανθεκτικό υλικό αναλλοίωτο στα συνήθη χημικά καθαρισμού, με στρογγυλές γωνίες για εύκολο καθαρίσμα
6. Να διαθέτει συμπανή πόρτα με αεροστεγές κλείσιμο για να μην πιάνει πάγο
7. Να διαθέτει μηχανισμό αυτόματης απόψυξης
8. Ο καταψύκτης να διαθέτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για χρήση εντός της Ευρωπαϊκής ένωσης -
9. Ο καταψύκτης να λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα 230V/50-60 Hz
10. Να διαθέτει αθόρυβο σύστημα κυκλοφορίας αέρα (< 60 db)
11. Η ενεργειακή κατανάλωση του καταψύκτη να είναι σύμφωνα με την επικαιροποιημένη νομοθεσία.
12. Ο θάλαμος του καταψύκτη να έχει μόνωση από υλικό φιλικό προς το περιβάλλον (non-CFC), επαρκούς πάχους για να επιτυγχάνεται θερμική μόνωση
13. Ο καταψύκτης να χρησιμοποιεί ψυκτικό υγρό φιλικό για το περιβάλλον
14. Η ρυθμισμένη θερμοκρασία του καταψύκτη εκ του κατασκευαστή να είναι -27 περίπου C° με εύρος επιλέξιμων θερμοκρασιών -15 C° έως -35 C°
15. Ο καταψύκτης να διαθέτει αυτόματη ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας
16. Να διαθέτει ενδείκτης ρύθμισης θερμοκρασίας 0,1
17. Ο καταψύκτης να διαθέτει καταγραφικό 7 ημερών
18. Να διαθέτει βοηθητική μπαταρία η οποία να εξασφαλίζει τη λειτουργία του πίνακα ελέγχου στην περίπτωση απώλειας ρεύματος
19. Να διαθέτει οθόνη μέσω της οποίας να γίνεται η ρύθμιση και η παρακολούθηση της θερμοκρασίας και των συναγερμών και άλλων παραμέτρων
20. Να υπάρχει σύστημα οπτικοακουστικού συναγερμού με δυνατότητα σίγαση από τον χειριστή και με δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικό σύστημα συναγερμού
21. να προγραμματίζονται οι παρακάτω λειτουργίες:
 Ρύθμιση θερμοκρασίας λειτουργίας του καταψύκτη ,ημερομηνίας κ ώρας,
 - ορίων συναγερμού,
 - συναγερμός άνω σημείου (θερμού),
 - συναγερμός κάτω σημείου (ψυχρού),
 - βλάβη αισθητήρα,
 - ανοιχτής πόρτας
 - πτώση τροφοδοσίας ρεύματος
 - χαμηλής φόρτισης μπαταρίας



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ν.Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΚ 14564

ΤΗΛ 210-3501562 / 725

ΠΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ(CVP3971120-6)

22. Η προσφέρουσα εταιρία να διαθέτει ή να συνεργάζεται με τμήμα σέρβις με πιστοποίηση και να είναι εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστή για την Τεχνική Υποστήριξη.
23. Ο καταψύκτης να διαθέτει **ει δυνατόν** εισαγωγή κωδικού για άνοιγμα και κλείσιμο της λειτουργίας του
24. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας όταν η εξωτερική θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ +10 και +25οC. Να προσφέρεται τεχνική υποστήριξη καθώς και ανταλλακτικά για τουλάχιστον 10 χρόνια από τη στιγμή αγοράς του ψυγείου
25. Να προσφέρεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών.

1195/21-1-21

