

Σχόλια εταιρειών 2ης Διαβούλευσης για την προμήθεια «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ»

Περιεχόμενα

Όνομα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΕ	1
Όνομα: ΠΡΩΤΟΝ ΑΕ	5
Όνομα: MEDI SUP Α.Ε.	8
Όνομα: VISTA NOVUS ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ	11
Όνομα: THE MEDLINE COMPANY ΑΕ	12
Όνομα: ΑΡΤΙΟΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΝ ΙΚΕ	15
Όνομα: ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.	15
Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ	18
Όνομα: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.	22
Όνομα: MILIMED S.A.	23
Όνομα: ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.	30

Όνομα: **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΕ**

Email: sales@mavrogenis.com

Δημοσιεύθηκε: 30-10-2025

Άρθρο: ΣΧΟΛΙΑ 2ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» CPV: 33162200-5

ΠΡΟΣ

Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αρμόδια: Α.ΚΟΥΛΕΡΗ

ΘΕΜΑ: Υποβολή παρατηρήσεων στην 2η Δημόσια Διαβούλευση για την Επικαιροποίηση των Τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» CPV 33162200-5

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια της Ανάρτησής σας για την διενέργεια 2ης Δημόσιας διαβούλευσης επικαιροποίησης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» CPV: 33162200-5, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, σας παραθέτουμε τις προτάσεις της εταιρείας μας.

Η εταιρεία μας είναι εξουσιοδοτημένος διανομέας στην ελληνική αγορά των προϊόντων του οίκου COVIDIEN/MEDTRONIC USA (ΗΠΑ) μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» (που ζητούνται στην εν λόγω διαβούλευση). Εκτελεί σημαντικό αριθμό αντίστοιχων συμβάσεων, που της έχουν κατακυρωθεί τόσο από το Νοσοκομείο σας όσο και από διάφορα Νοσοκομεία της Ελληνικής Επικράτειας, περαιτέρω δε, συμμετέχει σε σημαντικό αριθμό αντίστοιχων διαγωνισμών.

Με σκοπό την ανάπτυξη του ανταγωνισμού, την ύπαρξη πληθώρας επιλογών για το χειρουργό και πάντα με γνώμονα το καλό του ασθενούς με την προμήθεια υψηλής ποιότητας ιατροτεχνολογικών προϊόντων, προτείνουμε όπως προστεθούν ή τροποποιηθούν οι κάτωθι προδιαγραφές:

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Στην κατηγορία:

Η. ΛΑΒΙΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΜΗΣΗΣ & ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ.

Προτείνουμε, όπως προστεθεί η παρακάτω τεχνική προδιαγραφή:

Ψαλίδι κυρτού άκρου μίας χρήσης, ασύρματης γεννήτριας υπερήχου (55,5Khz), κατάλληλο για την παρασκευή, διατομή και πήξη αγγείων διαμέτρου έως και 7mm. Να διαθέτει ενσωματωμένο κουμπί δυο ταχυτήτων (min & max) προσφέροντας χειρουργική λειτουργικότητα τόσο στο πεδίο της αιμόστασης, όσο και της διατομής. Ο στελεχός να διαθέτει σημάδια μέτρησης έως 10cm από το περιφερικό παλλόμενο ενεργό άκρο μήκους 14,5mm και δυνατότητα περιστροφής 360°. Μήκους 26cm και 39cm.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το προτεινόμενο εργαλείο είναι εργαλείο υπερήχων (ψαλίδι) νέας τεχνολογίας ασύρματο, το οποίο λειτουργεί χωρίς να χρειάζεται να είναι συνδεδεμένο μέσω καλωδίου με γεννήτρια. Προσδίδει μεγαλύτερη ελευθέρια κίνησης στο χειρουργό καθώς δεν χρειάζεται να προσέχει το που θα τοποθετηθεί το καλώδιο του εργαλείου ώστε να μην εμποδίζει στο χειρουργικό πεδίο, όπως σε άλλα εργαλεία και δίνει τη δυνατότητα της απρόσκοπτης χρήσης του από όλη τη χειρουργική ομάδα. Επίσης προσφέρει μεγαλύτερη ελευθέρια κινήσεων στο χειρουργείο εφόσον δεν έχουμε καλώδιο να «φεύγει» από το χειρουργικό τραπέζι και να συνδέεται με κάποιο παρακείμενο τροχήλατο. Τέλος είναι πολύ πιο εύκολο στις μετακινήσεις από αίθουσα σε αίθουσα στο χειρουργείο εφόσον δε χρειάζεται να μεταφερθεί τροχήλατο μαζί με γεννήτρια.

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Στην κατηγορία:

ΣΤ. ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Προτείνουμε όπως ενταχθούν στις προδιαγραφές του Νοσοκομείου τα κάτωθι ΣΕΤ Λαπαροσκοπικής Κολεκτομής, για την καλύτερη διευκόλυνση του προσωπικού του χειρουργείου αλλά και του ίδιου του χειρουργού διεγχειρητικά και με σκοπό την ευρεία επιλογή εργαλείων.

Α/Α ΕΚΑΠΥ:

261) ΣΕΤ Λαπαροσκοπικής Αριστερής Κολεκοτομής αποτελούμενο από:

1)Αποστειρωμένο τροκάρ άμεσης όρασης (οπτικό) διαμέτρου 5-12mm μιας χρήσης, με ατραυματικά πεπλατυσμένα πτερύγια σε σχήμα νυστεριού V, υψηλής διεισδυτικής ικανότητας με άκρο οδηγό διείσδυσης κοιλιακού τοιχώματος τύπου "dolphin nose" και εργονομική λαβή χαμηλού προφίλ για ομαλή και με ακρίβεια ελεγχόμενη εισαγωγή για ευκολότερη τοποθέτηση του τροκάρ. Ραβδωτή διαφανή κάνουλα εσωτερικής διαμέτρου 12,95 mm, λοξυμένη στο άκρο της ελαχιστοποιώντας την δύναμη διείσδυσης, με βαλβίδα CO2 τριών δρόμων για ταχεία κάθετη εκτόνωση ενδοκοιλιακού περιεχομένου, ελαχιστοποιώντας την επαφή του με τη χειρουργική ομάδα και κουμπί απελευθέρωσης του ενσωματωμένου μετατροπέα για μείωση του χειρουργικού χρόνου. Διαμέτρου 5-12mm, μήκους 100mm * 1 τεμάχιο

2)Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων και λεμφαγγείων διατομής έως και 7mm με άκρα τύπου Maryland. Να διαθέτει κυρτές κεραμικές σιαγόνες με μονόπλευρο άνοιγμα για χρήση και ως dissecter με επίστρωση αντικολλητικού νανοϋλικού HMDSO (hexamethyldisiloxane) ώστε να βελτιώνει την προσβασιμότητα στο σημείο συγκόλλησης και ξεχωριστή μηχανική σκανδάλη κοπής. Η παρουσία των κεραμικών σιαγόνων και του αντικολλητικού νανοϋλικού μειώνουν τη θερμική διασπορά, το χειρουργικό καπνό και την θερμοκρασία των σιαγόνων. Να διαθέτει στειλεό μήκους 37cm, διαμέτρου 5mm, με δυνατότητα περιστροφής 360° και ενσωματωμένο καλώδιο. Η ενεργοποίηση της διαδικασίας απολίνωσης να πραγματοποιείται είτε με παρατεταμένο κλείσιμο της χειρολαβής καθώς δε διαθέτει μηχανισμό κλειδώματος είτε με ποδοδιακόπτη, με οπτικό και ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης ή μη της ολοκλήρωσης συγκόλλησης του αγγείου. Το μήκος συγκόλλησης ηλεκτροδίου να είναι 22,6mm, το μήκος κοπής 21,8mm και η διαδικασία απολίνωσης να διαρκεί 1-4 δευτερόλεπτα με την πίεση διάρρηξης της να είναι μεγαλύτερη από 360 mmHg, για αντοχή της συγκόλλησης ακόμα και τρεις φορές της συστολικής πίεσης. * 1 τεμάχιο

3)Επαναφορτιζόμενο εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής, αναστόμωσης με πιστολοειδή λαβή και δυνατότητα άρθρωσης σε δέκα προκαθορισμένες θέσεις. Δυνατότητα ανοιγματος των σιαγόνων του εργαλείου απο την χειρολαβή πυροδότησης. Να δέχεται κεφαλές ευθείες, αρθρούμενες, αρθρούμενες με κεκαμένο άκρο, αρθρούμενες με προ εγκαταστημένο ενισχυτικό γραμμών συρραφής και ημικυκλίου με ενσωματωμένη κοπτική λάμα, κλιμακωτή σχεδίαση κεφαλής, σταθερό άκμονα, τουλάχιστον τέσσερα κλιπ πέραν του τελικού σημείου της γραμμής διατομής και μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης. Σε μεγέθη συρραφής 30,45,60 mm και διαφορετικό μέγεθος κλιπ σε κάθε μία από τις τρεις γραμμές συρραφής, για διάφορα πάχη ιστών. Να δύναται δυνατότητα πυροδότησης του εργαλείου για τουλάχιστον 25 φορές, για μεγαλύτερη οικονομία. Μήκους 16cm ή αποστειρωμένο διαφανές κάλυμμα/χειριστήριο μίας χρήσης, για την επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική λαβή εργαλείου συρραφής διατομής και αναστόμωσης με ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου, που αποτελεί ασηπτικό φραγμό και διεπαφή ελέγχου και σύνδεσης με τρεις στειλεούς διαφορετικού μήκους. * 1 τεμάχιο

4)Ανταλλακτικές κεφαλές, αρθρούμενες, εφοδιασμένες με λάμα, συμβατές και κατά συνέπεια του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με τα παραπάνω εργαλεία του α/α 3 καθώς και με εργαλείο πολλαπλών χρήσεων συρραφής διατομής αναστόμωσης, που εφαρμόζει στο αποστειρωμένο κάλυμα/χειριστήριο μιας χρήσεως στον α/α 3, με μικροεπεξεργαστή για αμφίδρομη επικοινωνία με τον προσαρμογέα και το ηλεκτρικό εργαλείο πολλαπλών χρήσεων, με τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν

της διατομής, με διαφορετικό ύψος ποδιού κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής και μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης, σε διαστάσεις: 60mm ή 45mm για μεσαίους/παχείς ιστούς (με ύψος ανοικτού κλιπ 3,0-3,5-4,0mm) *3 τεμάχια

5) Κυκλικοί αναστομωτήρες με τριπλή γραμμή συρραφής για εκμηδενισμό των διαφυγών, κυρτοί με ισχυρούς αγκήτρες (κλιπς) τιτανίου κλιμακωτής σχεδίασης διαφορετικού ύψους που προσδίδουν μεγαλύτερη ασφάλεια (3,0mm -3,5mm - 4,0mm & 4,0mm -4,5mm - 5,0mm), μεσαίους - παχείς & παχείς - πολύ παχείς ιστούς. Με ανακλινόμενη κεφαλή ώστε να εκμηδενίζεται η πιθανότητα κακοποίησης της αναστόμωσης κατά την απόσυρση του εργαλείου. Για ανοιχτές και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις μήκους 22 εκ. Διαμέτρου 28mm ή 31mm (με ύψος ανοικτού κλιπ 4,0-4,5-5,0mm) * 1 τεμάχιο

262) ΣΕΤ Λαπαροσκοπικής Δεξιάς Κολεκοτομής αποτελούμενο:

1)Αποστειρωμένο τροκάρ άμεσης όρασης (οπτικό) διαμέτρου 5-12mm μιας χρήσης, με ατραυματικά πεπλατυσμένα πτερύγια σε σχήμα νυστεριού V, υψηλής διεισδυτικής ικανότητας με άκρο οδηγό διείσδυσης κοιλιακού τοιχώματος τύπου "dolphin nose" και εργονομική λαβή χαμηλού προφίλ για ομαλή και με ακρίβεια ελεγχόμενη εισαγωγή για ευκολότερη τοποθέτηση του τροκάρ. Ραβδωτή διαφανή κάνουλα εσωτερικής διαμέτρου 12,95 mm, λοξυμένη στο άκρο της ελαχιστοποιώντας την δύναμη διείσδυσης, με βαλβίδα CO2 τριών δρόμων για ταχεία κάθετη εκτόνωση ενδοκοιλιακού περιεχομένου, ελαχιστοποιώντας την επαφή του με τη χειρουργική ομάδα και κουμπί απελευθέρωσης του ενσωματωμένου μετατροπέα για μείωση του χειρουργικού χρόνου. Διαμέτρου 5-12mm, μήκους 100mm * 1 τεμάχιο

2)Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων και λεμφαγγείων διατομής έως και 7mm με άκρα τύπου Maryland. Να διαθέτει κυρτές κεραμικές σιαγόνες με μονόπλευρο άνοιγμα για χρήση και ως dissector με επίστρωση αντικολλητικού νανοϋλικού HMDSO (hexamethyldisiloxane) ώστε να βελτιώνει την προσβασιμότητα στο σημείο συγκόλλησης και ξεχωριστή μηχανική σκανδάλη κοπής. Η παρουσία των κεραμικών σιαγόνων και του αντικολλητικού νανοϋλικού μειώνουν τη θερμική διασπορά, το χειρουργικό καπνό και την θερμοκρασία των σιαγόνων. Να διαθέτει στειλεό μήκους 37cm, διαμέτρου 5mm, με δυνατότητα περιστροφής 360° και ενσωματωμένο καλώδιο. Η ενεργοποίηση της διαδικασίας απολίνωσης να πραγματοποιείται είτε με παρατεταμένο κλείσιμο της χειρολαβής καθώς δε διαθέτει μηχανισμό κλειδώματος είτε με ποδοδιακόπτη, με οπτικό και ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης ή μη της ολοκλήρωσης συγκόλλησης του αγγείου. Το μήκος συγκόλλησης ηλεκτροδίου να είναι 22,6mm, το μήκος κοπής 21,8mm και η διαδικασία απολίνωσης να διαρκεί 1-4 δευτερόλεπτα με την πίεση διάρρηξης της να είναι μεγαλύτερη από 360 mmHg, για αντοχή της συγκόλλησης ακόμα και τρεις φορές της συστολικής πίεσης. * 1 τεμάχιο

3)Επαναφορτιζόμενο εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής, αναστόμωσης με πιστολοειδή λαβή και δυνατότητα άρθρωσης σε δέκα προκαθορισμένες θέσεις. Δυνατότητα άνοιγματος των σιαγόνων του εργαλείου απο την χειρολαβή πυροδότησης. Να δέχεται κεφαλές ευθείες, αρθρούμενες, αρθρούμενες με κεκαμένο άκρο, αρθρούμενες με προ εγκαταστημένο ενισχυτικό γραμμών συρραφής και ημικυκλίου με ενσωματωμένη κοπτική λάμα, κλιμακωτή σχεδίαση κεφαλής, σταθερό άκμονα, τουλάχιστον τέσσερα κλιπ πέραν του τελικού σημείου της γραμμής διατομής και μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης. Σε μεγέθη συρραφής 30,45,60 mm και διαφορετικό μέγεθος κλιπ σε κάθε μία από τις τρεις γραμμές συρραφής, για διάφορα πάχη ιστών. Να δύναται δυνατότητα πυροδότησης του εργαλείου για τουλάχιστον 25 φορές, για μεγαλύτερη οικονομία.

Μήκους 16cm ή αποστειρωμένο διαφανές κάλυμμα/χειριστήριο μίας χρήσης, για την επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική λαβή εργαλείου συρραφής διατομής και αναστόμωσης με ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου, που αποτελεί ασηπτικό φραγμό και διεπαφή ελέγχου και σύνδεσης με τρεις στειλεούς διαφορετικού μήκους. * 1 τεμάχιο

4)Ανταλλακτικές κεφαλές, αρθρούμενες, εφοδιασμένες με λάμα, συμβατές και κατά συνέπεια του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με τα παραπάνω εργαλεία του α/α 3 καθώς και με εργαλείο πολλαπλών χρήσεων συρραφής διατομής αναστόμωσης, που εφαρμόζει στο αποστειρωμένο κάλυμμα/χειριστήριο μιας χρήσεως στον α/α 3, με μικροεπεξεργαστή για αμφίδρομη επικοινωνία με τον προσαρμογέα και το ηλεκτρικό εργαλείο πολλαπλών χρήσεων, με τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της διατομής, με διαφορετικό ύψος ποδιού κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής και μηχανισμό αποφυγής επαναपुरοδότησης, σε διαστάσεις: 60mm για μεσαίους/παχείς ιστούς (με ύψος ανοικτού κλιπ 3,0-3,5-4,0mm) *4 τεμάχια

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Για την Αναστάσιος ΜαυρογένηςΑ.Ε.

Ιωάννης Διαμαντόπουλος

Business Unit Manager Medtronic Surgical Innovations

& Head of Technical Service Department

Όνομα: **ΠΡΩΤΟΝ ΑΕ**

Email: akollessia@protoncy.gr

Δημοσιεύθηκε:30-10-2025

Άρθρο: Σχόλια της εταιρείας μας αναφορικά με την 2η διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας "Εργαλείων Χειρουργείου".

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. Πρωτ. 13846 πρόσκλησης του Νοσοκομείου σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι αναρτημένες προς διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές για τα παρακάτω είδη, θέτουν περιορισμούς συμμετοχής σε εταιρείες με προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας που διαθέτουν την σήμανση πιστοποίησης CE, και κατ' αυτόν τον τρόπο δεν εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στον υπό προκήρυξη διαγωνισμό και δεν εξασφαλίζεται η προμήθεια προϊόντων με ισοδύναμα ή και καλύτερα τεχνολογικά χαρακτηριστικά.

Η εταιρία μας προτίθεται να συμμετάσχει στον εν λόγω διαγωνισμό, πλην όμως προτείνουμε όπως τροποποιηθούν εμπλουτιστούν (διατηρώντας την αρχική τους σύνθεση) οι αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στον υπό κρίση διαγωνισμό στο πλαίσιο και τις αρχές του υγιούς ανταγωνισμού, δίχως να μειώνεται το κλινικό όφελος για το Νοσοκομείο σας.

Ακολουθούν οι προστιθέμενες προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές. Αναλυτικότερα:

Η. ΛΑΒΙΔΕΣ ΗΉΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ & ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 7MM ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ.

1. Αιμοστατική λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων διαμέτρου έως και 7mm, με ταυτόχρονη χρήση τεχνολογίας υπερήχων. Να διαθέτει τύπου ψαλιδοειδής χειρολαβή με δυο ενσωματωμένους χειροδιακόπτες επιλογής ενέργειας. Να διαθέτει κυρτή σιαγόνα μήκους 16mm, με επιμήκη κίνηση στα 47KHz. Το άκαμπτο άκρο της σιαγόνας να διαθέτει ειδική μόνωση για ακόμα μικρότερη θερμική διασπορά στους παρακείμενους ιστούς. Να διαθέτει τεχνολογία αντίληψης ιστού και αυτόματη διακοπή της ενέργειας όταν ολοκληρωθεί η διατομή του. Να είναι μιας χρήσης διαστάσεων στειλεού 9cm. Ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει συνοδό εξοπλισμό (ηλεκτροχειρουργική διαθερμία και τυχόν καλώδια απολύτως συμβατά με λαβίδες ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης με ταυτόχρονη χρήση υπερήχων και ψαλίδια υπερήχων).
2. Αιμοστατική λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων διαμέτρου έως και 7mm, με ταυτόχρονη χρήση τεχνολογίας υπερήχων. Να διαθέτει τύπου πιστολοειδής χειρολαβή με δυο ενσωματωμένους χειροδιακόπτες επιλογής ενέργειας. Να διαθέτει κυρτή σιαγόνα μήκους 15-16mm, με παλμική επιμήκη κίνηση από 45 έως 50KHz. Να διαθέτει τεχνολογία αντίληψης ιστού και αυτόματη διακοπή της ενέργειας όταν ολοκληρωθεί η διατομή του. Να είναι μιας χρήσης διαμέτρου 5mm και μήκους 20-22cm. Ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει συνοδό εξοπλισμό (ηλεκτροχειρουργική διαθερμία και τυχόν καλώδια απολύτως συμβατά με λαβίδες ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης με ταυτόχρονη χρήση υπερήχων και ψαλίδια υπερήχων).
3. Λαπαροσκοπική Αιμοστατική λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων διαμέτρου έως και 7mm, με ταυτόχρονη χρήση τεχνολογίας υπερήχων. Να διαθέτει τύπου πιστολοειδής χειρολαβή με δυο ενσωματωμένους χειροδιακόπτες επιλογής ενέργειας. Να διαθέτει κυρτή σιαγόνα μήκους 15-16mm, με παλμική επιμήκη κίνηση από 45 έως 50KHz. Το άκαμπτο άκρο της σιαγόνας να διαθέτει ειδική μόνωση για ακόμα μικρότερη θερμική διασπορά στους παρακείμενους ιστούς. Να διαθέτει τεχνολογία αντίληψης ιστού και αυτόματη διακοπή της ενέργειας όταν ολοκληρωθεί η διατομή του. Να είναι μιας χρήσης διαμέτρου 5mm και μήκους 35-37cm. Ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει συνοδό εξοπλισμό (ηλεκτροχειρουργική διαθερμία και τυχόν καλώδια απολύτως συμβατά με λαβίδες ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης με ταυτόχρονη χρήση υπερήχων και ψαλίδια υπερήχων).

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 7MM.

1. Αιμοστατική διπολική λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων διαμέτρου έως και 7mm συμπεριλαμβανομένων των πνευμονικών αγγείων και των λεμφαγγείων. Να διαθέτει τύπου πιστολοειδής χειρολαβή με δυνατότητα περιστροφής τουλάχιστον 330 μοίρες. Στην χειρολαβή να υπάρχει διακόπτης ενεργοποίησης - απενεργοποίησης του μηχανισμού κλειδώματος και σκανδάλη ενεργοποίησης της κοπτικής λάμας. Να διαθέτει ενσωματωμένο καλώδιο και κομβίο για δυνατότητα ενεργοποίησης της ενέργειας από την χειρολαβή. Να λειτουργεί χωρίς την απαίτηση πλήρους κλεισίματος των σιαγόνων για αποτελεσματικότερη αιμόσταση σε παχύ ιστό και τοπική αιμόσταση επιφανειών που αιμορραγούν. Να διαθέτει κυρτές σιαγόνες διπλής ενέργειας με μέγιστο άνοιγμα τουλάχιστον 19,0mm για καλύτερο διαχωρισμό των ιστών. Να έχουν επικάλυψη από τιτάνιο για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Να διαθέτει μήκος σιαγόνας τουλάχιστον 22,5mm και μήκος κοπής τουλάχιστον 19,0mm. Να έχει μικρή θερμική διασπορά και ο χρόνος συγκόλλησης αγγείων να είναι περίπου 3 δευτερόλεπτα. Να διαθέτει τεχνολογία αντίληψης ιστού με αυτόματη διακοπή της ενέργειας όταν ολοκληρωθεί η απολίνωση του ιστού. Να είναι μιας χρήσης μήκους 37cm και διαμέτρου 5mm. Ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει συνοδό εξοπλισμό απολύτως συμβατό με τις λαβίδες ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων.

2. Αιμοστατική διπολική λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων διαμέτρου έως και 7mm συμπεριλαμβανομένων των πνευμονικών αγγείων και των λεμφαγγείων. Να διαθέτει τύπου πιστολοειδής χειρολαβή με δυνατότητα περιστροφής τουλάχιστον 330 μοίρες. Στην χειρολαβή να υπάρχει διακόπτης ενεργοποίησης - απενεργοποίησης του μηχανισμού κλειδώματος και σκανδάλη ενεργοποίησης της κοπτικής λάμας. Να διαθέτει ενσωματωμένο καλώδιο και κομβίο για δυνατότητα ενεργοποίησης της ενέργειας από την χειρολαβή. Να λειτουργεί χωρίς την απαίτηση πλήρους κλεισίματος των σιαγόνων για αποτελεσματικότερη αιμόσταση σε παχύ ιστό και τοπική αιμόσταση επιφανειών που αιμορραγούν. Να διαθέτει κυρτές σιαγόνες διπλής ενέργειας με μέγιστο άνοιγμα τουλάχιστον 19,0mm για καλύτερο διαχωρισμό των ιστών. Να έχουν επικάλυψη από τιτάνιο για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Να διαθέτει μήκος σιαγόνας τουλάχιστον 22,5mm και μήκος κοπής τουλάχιστον 19,0mm. Να έχει μικρή θερμική διασπορά και ο χρόνος συγκόλλησης αγγείων να είναι περίπου 3 δευτερόλεπτα. Να διαθέτει τεχνολογία αντίληψης ιστού με αυτόματη διακοπή της ενέργειας όταν ολοκληρωθεί η απολίνωση του ιστού. Να είναι μίας χρήσης μήκους 23cm και διαμέτρου 5mm. Ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει συνοδό εξοπλισμό απολύτως συμβατό με τις λαβίδες ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων.

3. Αιμοστατική διπολική λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων διαμέτρου έως και 7mm συμπεριλαμβανομένων των πνευμονικών αγγείων και των λεμφαγγείων. Να διαθέτει τύπου πιστολοειδής χειρολαβή με δυνατότητα περιστροφής τουλάχιστον 330 μοίρες. Στην χειρολαβή να υπάρχει διακόπτης ενεργοποίησης - απενεργοποίησης του μηχανισμού κλειδώματος και σκανδάλη ενεργοποίησης της κοπτικής λάμας. Να διαθέτει ενσωματωμένο καλώδιο και κομβίο για δυνατότητα ενεργοποίησης της ενέργειας από την χειρολαβή. Να λειτουργεί χωρίς την απαίτηση πλήρους κλεισίματος των σιαγόνων για αποτελεσματικότερη αιμόσταση σε παχύ ιστό και τοπική αιμόσταση επιφανειών που αιμορραγούν. Να διαθέτει ευθείες σιαγόνες διπλής ενέργειας (Blunt Tip) με μέγιστο άνοιγμα τουλάχιστον 19,0mm για καλύτερη σύλληψη και διαχωρισμό των ιστών. Να έχουν επικάλυψη από τιτάνιο για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Να διαθέτει μήκος σιαγόνας τουλάχιστον 20,5mm και μήκος κοπής τουλάχιστον 18,0mm. Να έχει μικρή θερμική διασπορά και ο χρόνος συγκόλλησης αγγείων να είναι περίπου 3 δευτερόλεπτα. Να διαθέτει τεχνολογία αντίληψης ιστού με αυτόματη διακοπή της ενέργειας όταν ολοκληρωθεί η απολίνωση του ιστού. Να είναι μίας χρήσης μήκους 37cm και διαμέτρου 5mm. Ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει συνοδό εξοπλισμό απολύτως συμβατό με τις λαβίδες ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 7MM.

1. Λαπαροσκοπική διπολική λαβίδα διατομής και αιμόστασης αγγείων. Να διαθέτει τύπου πιστολοειδής χειρολαβή με αμφίπλευρη σκανδάλη ενεργοποίησης της κοπτικής λάμας για μεγαλύτερη εργονομία. Να είναι κατάλληλη για σύλληψη, κινητοποίηση, αιμόσταση, κοπή και διαχωρισμό των ιστών. Να διαθέτει μηχανισμό κλειδώματος με δυνατότητα απενεργοποίησης του και οδοντωτές θυριδωτές σιαγόνες με ενσωματωμένη την λεπίδα κοπής. Να είναι μίας χρήσης μήκους 33cm και διαμέτρου 5mm.

2. Διπολικό καλώδιο τύπου μπανάνας (4 mm diameter) πολλαπλών χρήσεων συμβατό με τα παραπάνω εργαλεία.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση

Με εκτίμηση

ΠΡΩΤΟΝ ΑΕ

Αγαπητοί κύριοι, κυρίες,

Η εταιρεία μας είναι ο τρέχων προμηθευτής σας βάσει της Σύμβασης 224-TA-2024 (Αναλώσιμο Υλικό Χειρουργείου) για τα κλιπ απολίνωσης αγγείων σε μεγέθη SMALL, MEDIUM & LARGE.

Η εταιρεία μας αντιπροσωπεύει τον παγκοσμίως γνωστό και αξιόπιστο Οίκο Peters Surgical Γαλλίας και διαθέτει στα Ελληνικά Δημόσια & Ιδιωτικά Νοσοκομεία κλιπς τιτανίου για χρήση στην γενική χειρουργική και στην καρδιοχειρουργική, για ανοικτές και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις.

Συμμετέχουμε στην ως άνω διαβούλευση και καταθέτουμε τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά μας επί των τεχνικών προδιαγραφών για τα ζητούμενα είδη:

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΣΤ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ-ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

A/A 78 CLIP M/L

Οι προδιαγραφές είναι ελλιπείς.

Η εταιρεία μας προτείνει να εμπλουτισθούν οι προδιαγραφές ως προς το υλικό κατασκευής, με απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά ως εξής:

CLIPS ΤΙΤΑΝΙΟΥ - ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ

Clips τιτανίου από ειδικό, βιολογικά αδραντοποιημένο υλικό το οποίο να είναι ακτινοεντοπιζόμενο, μη μαγνητικό, συμβατό με αξονικούς & μαγνητικούς τομογράφους.

Να είναι ατραυματικά, να διαθέτουν μηδενική μνήμη ώστε να αποτρέπεται το άνοιγμα τους. Να διαθέτουν σχήμα Chevron που να παρέχει προοδευτικό και περιεκτικό κλείσιμο από άκρη σε άκρη πριν ολοκληρωθεί και ασφαλιστεί η απόφραξη του ιστού ή του αγγείου.

Να έχουν εσωτερική επιφάνεια πολυπρισματικού αδαμαντόμορφου σχήματος (από πολλές μικρές πρισματικές κεφαλές) για ασφαλέστερο και απαλό κλείσιμο των αγγείων.

Να έχουν τριγωνικό εξωτερικό σχεδιασμό για ασφαλή συγκράτηση στις λαβίδες εφαρμογής. Να διατίθενται σε εύκαμπτες κασέτες των 6 κλιπ με αυτοκόλλητη ταινία στο πίσω μέρος τους για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση.

Οι κασέτες να διαθέτουν εύκαμπτους εσωτερικούς οδηγούς στα τοιχώματά τους ώστε να προστατεύουν τις σιαγόνες των λαβίδων κατά τη φόρτιση.

Να διατίθενται σε μεγέθη με τις ακόλουθες διαστάσεις:

SMALL (ύψος: κλειστό 3,6 mm, ανοιχτό 3,0mm, πλάτος 4,2mm)

MEDIUM (ύψος: κλειστό 5,6 mm, ανοιχτό 4,8mm, πλάτος 5,8mm)

MEDIUM/LARGE (ύψος: κλειστό 9,0 mm, ανοιχτό 7,8mm, πλάτος 8,4mm)

LARGE (ύψος: κλειστό 12,3 mm, ανοιχτό 10,7mm, πλάτος 11,0mm)

Να διατίθεται με λαβίδες πολλαπλών χρήσεων, από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας. Οι λαβίδες για ανοιχτή χειρουργική να διατίθενται σε μήκη 15, 20 και 28εκ., με δυνατότητα επιλογής άκρων ευθέων ή με ήπιο γωνιώδες προφίλ. Να ανοίγουν στο μεγαλύτερο δυνατόν εύρος για ευκολότερο καθαρισμό.

Οι λαβίδες για λαπαροσκοπική χειρουργική να διατίθενται σε μήκος 33εκ & να μπορούν να διέλθουν από τροκάρ 5, 10 & 12mm.

Να έχουν άκρα με εσωτερική τριγωνική διαμήκη σχεδίαση φόρτισης του κλιπ για ασφαλή συγκράτησή του.

Προβλεπόμενη δαπάνη 3,60€/ κασέτα 6 clip

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Γ. ΚΛΙΠ ΑΓΓΕΙΩΝ

A/A 96 CLIP M/L

Οι προδιαγραφές είναι ελλιπείς.

Η εταιρεία μας προτείνει να εμπλουτισθούν οι προδιαγραφές ως προς το υλικό κατασκευής, με απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά ως εξής:

CLIPS ΤΙΤΑΝΙΟΥ - ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ

Clips τιτανίου από ειδικό, βιολογικά αδραντοποιημένο υλικό το οποίο να είναι ακτινοεντοπιζόμενο, μη μαγνητικό, συμβατό με αξονικούς & μαγνητικούς τομογράφους.

Να είναι ατραυματικά, να διαθέτουν μηδενική μνήμη ώστε να αποτρέπεται το άνοιγμα τους. Να διαθέτουν σχήμα Chevron που να παρέχει προοδευτικό και περιεκτικό κλείσιμο από άκρη σε άκρη πριν ολοκληρωθεί και ασφαλιστεί η απόφραξη του ιστού ή του αγγείου.

Να έχουν εσωτερική επιφάνεια πολυπρισματικού αδαμαντόμορφου σχήματος (από πολλές μικρές πρισματικές κεφαλές) για ασφαλέστερο και απαλό κλείσιμο των αγγείων.

Να έχουν τριγωνικό εξωτερικό σχεδιασμό για ασφαλή συγκράτηση στις λαβίδες εφαρμογής. Να διατίθενται σε εύκαμπτες κασέτες των 6 κλιπ με αυτοκόλλητη ταινία στο πίσω μέρος τους για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση.

Οι κασέτες να διαθέτουν εύκαμπτους εσωτερικούς οδηγούς στα τοιχώματά τους ώστε να προστατεύουν τις σιαγόνες των λαβίδων κατά τη φόρτιση.

Να διατίθενται σε μεγέθη με τις ακόλουθες διαστάσεις:

SMALL (ύψος: κλειστό 3,6 mm, ανοιχτό 3,0mm, πλάτος 4,2mm)

MEDIUM (ύψος: κλειστό 5,6 mm, ανοιχτό 4,8mm, πλάτος 5,8mm)

MEDIUM/LARGE (ύψος: κλειστό 9,0 mm, ανοιχτό 7,8mm, πλάτος 8,4mm)

LARGE (ύψος: κλειστό 12,3 mm, ανοιχτό 10,7mm, πλάτος 11,0mm)

Να διατίθεται με λαβίδες πολλαπλών χρήσεων, από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας. Οι λαβίδες για ανοιχτή χειρουργική να διατίθενται σε μήκη 15, 20 και 28εκ., με δυνατότητα επιλογής άκρων ευθέων ή με ήπιο γωνιώδες προφίλ. Να ανοίγουν στο μεγαλύτερο δυνατόν εύρος για ευκολότερο καθαρισμό.

Οι λαβίδες για λαπαροσκοπική χειρουργική να διατίθενται σε μήκος 33εκ & να μπορούν να διέλθουν από τροκάρ 5, 10 & 12mm.

Να έχουν άκρα με εσωτερική τριγωνική διαμήκη σχεδίαση φόρτισης του κλιπ για ασφαλή συγκράτησή του.

Προβλεπόμενη δαπάνη 3,60€/ κασέτα 6 clip

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Γ. ΚΛΙΠ ΑΓΓΕΙΩΝ

A/A 96 CLIP L

Οι προδιαγραφές είναι ελλιπείς.

Η εταιρεία μας προτείνει να εμπλουτισθούν οι προδιαγραφές ως προς το υλικό κατασκευής, με απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά ως εξής:

CLIPS TITANIOY - ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ

Clips τιτανίου από ειδικό, βιολογικά αδραντοποιημένο υλικό το οποίο να είναι ακτινοεντοπιζόμενο, μη μαγνητικό, συμβατό με αξονικούς & μαγνητικούς τομογράφους.

Να είναι ατραυματικά, να διαθέτουν μηδενική μνήμη ώστε να αποτρέπεται το άνοιγμα τους. Να διαθέτουν σχήμα Chevron που να παρέχει προοδευτικό και περιεκτικό κλείσιμο από άκρη σε άκρη πριν ολοκληρωθεί και ασφαλιστεί η απόφραξη του ιστού ή του αγγείου.

Να έχουν εσωτερική επιφάνεια πολυπρισματικού αδαμαντόμορφου σχήματος (από πολλές μικρές πρισματικές κεφαλές) για ασφαλέστερο και απαλό κλείσιμο των αγγείων.

Να έχουν τριγωνικό εξωτερικό σχεδιασμό για ασφαλή συγκράτηση στις λαβίδες εφαρμογής. Να διατίθενται σε εύκαμπτες κασέτες των 6 κλιπ με αυτοκόλλητη ταινία στο πίσω μέρος τους για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση.

Οι κασέτες να διαθέτουν εύκαμπτους εσωτερικούς οδηγούς στα τοιχώματά τους ώστε να προστατεύουν τις σιαγόνες των λαβίδων κατά τη φόρτιση.

Να διατίθενται σε μεγέθη με τις ακόλουθες διαστάσεις:

SMALL (ύψος: κλειστό 3,6 mm, ανοιχτό 3,0mm, πλάτος 4,2mm)

MEDIUM (ύψος: κλειστό 5,6 mm, ανοιχτό 4,8mm, πλάτος 5,8mm)

MEDIUM/LARGE (ύψος: κλειστό 9,0 mm, ανοιχτό 7,8mm, πλάτος 8,4mm)

LARGE (ύψος: κλειστό 12,3 mm, ανοιχτό 10,7mm, πλάτος 11,0mm)

Να διατίθεται με λαβίδες πολλαπλών χρήσεων, από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας. Οι λαβίδες για ανοιχτή χειρουργική να διατίθενται σε μήκη 15, 20 και 28εκ., με δυνατότητα επιλογής άκρων ευθέων ή με ήπιο γωνιώδες προφίλ. Να ανοίγουν στο μεγαλύτερο δυνατόν εύρος για ευκολότερο καθαρισμό.

Οι λαβίδες για λαπαροσκοπική χειρουργική να διατίθενται σε μήκος 33εκ & να μπορούν να διέλθουν από τροκάρ 5, 10 & 12mm.

Να έχουν άκρα με εσωτερική τριγωνική διαμήκη σχεδίαση φόρτισης του κλιπ για ασφαλή συγκράτησή του.

Προβλεπόμενη δαπάνη 3,60€/ κασέτα 6 clip

Με τιμή ,

Για την MEDI-SUP A.E.

Νικήτας Δημέας

Διευθυντής πωλήσεων

Όνομα: **VISTA NOVUS ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ**

Email: info@vistanovus.gr

Δημοσιεύθηκε: 30-10-2025

Άρθρο: 2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» CPV :33162200-5

ΠΡΟΣ:

Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΑΒ. Τ.Π. – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ»

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 2025DIAB31535

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Χαλάνδρι, 30/10/2025

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 2ΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» CPV :33162200-5

Αξιότιμοι κύριοι,

Λάβαμε γνώση της πρόσκλησης για τη συμμετοχή μας στη ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 2ΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» CPV :33162200-5 που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου σας. Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων, θα θέλαμε να συνδράμουμε στη προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών προτείνοντας σας να συμπεριλάβετε τις ακόλουθες τεχνικές περιγραφές στην κατάσταση των ζητούμενων ειδών:

Ειδικότερα:

Θα θέλαμε στη κατηγορία «ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ» να προστεθεί και η εξής προδιαγραφή:

Βιοαπρροφήσιμο ενισχυτικό στεγανοποίησης γραμμών συρραφής αποτελούμενο από 67% PGA (πολυγλυκολικό οξύ) και 33% (ανθρακικό τριμεθυλένιο). Συμβατό με ενδοσκοπικούς και ανοικτούς κοπτοράπτες 45mm & 60mm. Απορροφάται σε 6-7 μήνες.

Η παραπάνω προδιαγραφή υποστηρίζονται από πλήθος Κλινικών Μελετών οι οποίες και είναι διαθέσιμες.

Παρακαλούμε όπως ληφθούν υπόψη τα ανωτέρω αναφερόμενα και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή τυχόν διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

VISTA NOVUS ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ Μ.Ε.Π.Ε.

Όνομα: **THE MEDLINE COMPANY AE**

Email: info@the-medline.company

Δημοσιεύθηκε: 29-10-2025

Άρθρο: 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ" CPV 33162200-5

ΠΡΟΣ: Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Υπ' όψιν κας Α. ΚΟΥΛΕΡΗ

Αξιότιμες κυρίες, Αξιότιμοι κύριοι,

Στο πλαίσιο της διενεργούμενης από το Νοσοκομείο σας 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης για την επικαιροποίηση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» (CPV 33162200-5), ανταποκρινόμενοι στη σχετική Πρόσκληση και επιθυμώντας να συνεισφέρουμε στη βελτιστοποίηση των ιατρικών υπηρεσιών, που παρέχονται στους ασθενείς, θα θέλαμε να υποβάλλουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις, που αποσκοπούν στην ένταξη νέων ειδών:

1. ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ:

Ενδοσκοπικό εργαλείο, ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης ΜΧ, με 10 προκαθορισμένες θέσεις άρθρωσης και γωνίωση έως 45 μοίρες εκατέρωθεν, περιστροφή 360° και δυνατότητα 25 πυροδοτήσεων, διακόπτη ασφαλείας πυροδότησης και μήκος στειλεού 60 mm για ανοιχτή χειρουργική. Να δέχεται ανταλλακτικές κεφαλές με διαφορετικό ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής σε μεγέθη 30mm/45mm/60mm για πολύ λεπτούς/ αγγειακούς ιστούς (30mm/45mm) με κυρτή μύτη, για αγγειακούς/ λεπτούς ιστούς (30mm/45mm) με κυρτή μύτη, για κανονικούς/ παχείς ιστούς (30mm/45mm/60mm) και για παχείς/ πολύ παχείς ιστούς (45mm/60mm).

Ενδοσκοπικό εργαλείο, ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης ΜΧ, με 10 προκαθορισμένες θέσεις άρθρωσης και γωνίωση έως 45 μοίρες εκατέρωθεν, περιστροφή 360° και δυνατότητα 25 πυροδοτήσεων, διακόπτη ασφαλείας πυροδότησης και μήκος στειλεού 160 mm για λαπαροσκοπική χειρουργική. Να δέχεται ανταλλακτικές κεφαλές με διαφορετικό ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής σε μεγέθη 30mm/45mm/60mm για πολύ λεπτούς/ αγγειακούς ιστούς

(30mm/45mm) με κυρτή μύτη, για αγγειακούς/ λεπτούς ιστούς (30mm/45mm) με κυρτή μύτη, για κανονικούς/παχύς ιστούς (30mm/45mm/60mm) και για παχείς / πολύ παχείς ιστούς (45mm/60mm).

Ανταλλακτικές κεφαλές για ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης, κλιμακωτής σχεδίασης, μήκους 30mm, με τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της τομής, με νέα κοπτική λάμα και ύψος ανοιχτού κλιπ 1,0mm-1,5mm-2,00mm και κλειστού κλιπ 0,5-1,0 mm για πολύ λεπτούς/ αγγειακούς ιστούς (γκρι) και κυρτή μύτη για εύκολη πρόσβαση και βέλτιστο έλεγχο στην παρασκευή ιστών και αγγείων.

Ανταλλακτικές κεφαλές για ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης, κλιμακωτής σχεδίασης, μήκους 45mm, με τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της τομής, με νέα κοπτική λάμα και ύψος ανοιχτού κλιπ 1.0mm-1,5mm-2,00mm και κλειστού κλιπ 0,5-1,0 mm για πολύ λεπτούς/ αγγειακούς ιστούς (γκρι) και κυρτή μύτη για εύκολη πρόσβαση και βέλτιστο έλεγχο στην παρασκευή ιστών και αγγείων.

Ανταλλακτικές κεφαλές για ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης, κλιμακωτής σχεδίασης, μήκους 30mm, με τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της τομής, με νέα κοπτική λάμα και ύψος ανοιχτού κλιπ 2.0mm-2,5mm-3,00mm και κλειστού κλιπ 0,5-1,2 mm για αγγειακούς/λεπτούς (χρυσή) και κυρτή μύτη για εύκολη πρόσβαση και βέλτιστο έλεγχο στην παρασκευή ιστών και αγγείων.

Ανταλλακτικές κεφαλές για ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης, κλιμακωτής σχεδίασης, μήκους 45mm, με τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της τομής, με νέα κοπτική λάμα και ύψος ανοιχτού κλιπ 2.0mm-2,5mm-3,00mm και κλειστού κλιπ 0,5-1,2 mm για αγγειακούς/λεπτούς (χρυσή) και κυρτή μύτη για εύκολη πρόσβαση και βέλτιστο έλεγχο στην παρασκευή ιστών και αγγείων.

Ανταλλακτικές κεφαλές για ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης, κλιμακωτής σχεδίασης, μήκους 60mm, με τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της τομής, με νέα κοπτική λάμα και ύψος ανοιχτού κλιπ 2.0mm-2,5mm-3,00mm και κλειστού κλιπ 0,5-1,2 mm για αγγειακούς/λεπτούς (χρυσή).

Ανταλλακτικές κεφαλές για ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης, κλιμακωτής σχεδίασης, μήκους 30mm, με τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της τομής, με νέα κοπτική λάμα και ύψος ανοιχτού κλιπ 3.0mm-3,5mm-4,00mm και κλειστού κλιπ 1,5-2,6mm για κανονικούς/ παχείς ιστούς (μωβ).

Ανταλλακτικές κεφαλές για ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης, κλιμακωτής σχεδίασης, μήκους 45mm, με τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της τομής, με νέα κοπτική λάμα και ύψος ανοιχτού κλιπ 3.0mm-3,5mm-4,00mm και κλειστού κλιπ 1,5-2,6mm για κανονικούς/ παχείς ιστούς (μωβ).

Ανταλλακτικές κεφαλές για ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης, κλιμακωτής σχεδίασης, μήκους 60mm, με τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της τομής, με νέα κοπτική λάμα και ύψος ανοιχτού κλιπ 3.0mm-3,5mm-4,00mm και κλειστού κλιπ 1,5-2,6mm για κανονικούς/ παχείς ιστούς (μωβ).

Ανταλλακτικές κεφαλές για ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης, κλιμακωτής σχεδίασης, μήκους 45mm, με τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της τομής, με νέα κοπτική λάμα και ύψος ανοιχτού κλιπ 4.0mm-4,5mm-5,0mm και κλειστού κλιπ 2,6-3,5mm για παχείς / πολύ παχείς ιστούς (μαύρη).

Ανταλλακτικές κεφαλές για ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης, κλιμακωτής σχεδίασης, μήκους 45mm, με τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της τομής, με νέα κοπτική λάμα και ύψος ανοιχτού κλιπ 4.0mm-4,5mm-5,0mm και κλειστού κλιπ 2,6-3,5mm για παχείς / πολύ παχείς ιστούς (μαύρη) και κυρτή μύτη για εύκολη πρόσβαση και βέλτιστο έλεγχο στην παρασκευή ιστών και αγγείων.

Ανταλλακτικές κεφαλές για ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης, κλιμακωτής σχεδίασης, μήκους 60mm, με τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της τομής, με νέα κοπτική λάμα και ύψος ανοιχτού 4,0mm-4,5mm-5,0mm και κλειστού κλιπ 2,6-3,5mm για παχείς / πολύ παχείς ιστούς (μαύρη).

2. ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ /

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΨΑΛΙΔΙΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ:

Ψαλιδοειδής λαβίδα σύντηξης ιστών, ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και μηχανικής διατομής αγγείων έως 7mm, κυρτού άκρου, με ενσωματωμένη λάμα με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης σε 1-4 sec, διαμέτρου 5mm με ενσωματωμένη κοπτική λάμα, με κυρτές σιαγόνες τύπου Maryland μήκους 20mm με μήκος κοπής τουλάχιστον 14,7mm & μήκος συγκόλλησης τουλάχιστον 16,5mm. Με κεραμική εξωτερική επικάλυψη των σιαγόνων για μείωση της θερμικής διασποράς στους παρακειμένους ιστούς και εσωτερική επίστρωση νάνο-υλικού. Διαθέτει ξεχωριστή μηχανική σκανδάλη κοπής και δυνατότητα ενεργοποίησης κατά το κλείσιμο της χειρολαβής χωρίς την ανάγκη πίεσης χωριστού κομβίου. Επίσης η χειρολαβή δεν κλειδώνει κατά τον συμπλησιασμό των σκελών, ώστε το εργαλείο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως διαχωριστής ιστών.

Λαβίδα σύντηξης ιστών, ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και μηχανικής διατομής αγγείων έως 7 mm με κυρτές σιαγόνες (big bite), με ενσωματωμένη λάμα και μήκος κοπής τουλάχιστον 34mm & μήκος συγκόλλησης τουλάχιστον 36mm και περιστρεφόμενη κατά 180 μοίρες. Με κεραμική εξωτερική επικάλυψη των σιαγόνων για μείωση της θερμικής διασποράς στους παρακειμένους ιστούς και εσωτερική επίστρωση νάνο-υλικού. Με αυτόματο κύκλο απολίνωσης από 1-4 sec και τεχνολογία αναγνώρισης του ιστού. Η ενεργοποίηση γίνεται από την χειρολαβή και η κοπή από μηχανική σκανδάλη. Με δυνατότητα κλειδώματος της χειρολαβής και ενσωματωμένο καλώδιο σε αυτή.

Λαπαροσκοπική λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων έως και 7 mm, με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης σε 1-4 sec, διαμέτρου 5mm με ενσωματωμένη κοπτική λάμα, με στείλεό 37cm, κυρτές σιαγόνες τύπου

Maryland και περιστρεφόμενη κατά 350 μοίρες, μήκος κοπής τουλάχιστον 18,4mm & μήκος συγκόλλησης τουλάχιστον 20mm. Με κεραμική εξωτερική επικάλυψη των σιαγόνων για μείωση της θερμικής διασποράς στους παρακειμένους ιστούς και εσωτερική επίστρωση νάνο-υλικού. Διαθέτει ξεχωριστή μηχανική σκανδάλη κοπής και δυνατότητα ενεργοποίησης κατά το κλείσιμο της χειρολαβής χωρίς την ανάγκη πίεσης χωριστού κομβίου. Επίσης η χειρολαβή δεν κλειδώνει κατά τον συμπλησιασμό των σκελών, ώστε το εργαλείο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως διαχωριστής ιστών.

Λαπαροσκοπική λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων έως και 7 mm, με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης σε 1-4 sec, διαμέτρου 5mm με ενσωματωμένη κοπτική λάμα, με στειλεό 23cm, κυρτές σιαγόνες τύπου Maryland και περιστρεφόμενη κατά 350 μοίρες, μήκος κοπής τουλάχιστον 18,4mm & μήκος συγκόλλησης τουλάχιστον 20mm. Με κεραμική εξωτερική επικάλυψη των σιαγόνων για μείωση της θερμικής διασποράς στους παρακειμένους ιστούς και εσωτερική επίστρωση νάνο-υλικού. Διαθέτει ξεχωριστή μηχανική σκανδάλη κοπής και δυνατότητα ενεργοποίησης κατά το κλείσιμο της χειρολαβής χωρίς την ανάγκη πίεσης χωριστού κομβίου. Επίσης η χειρολαβή δεν κλειδώνει κατά τον συμπλησιασμό των σκελών, ώστε το εργαλείο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως διαχωριστής ιστών.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στην διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

The Medline Company A.E

Όνομα: ΑΡΤΙΟΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΝ ΙΚΕ Email: contact@artionmedical.gr Δημοσιεύθηκε: 29-10-2025

Άρθρο: Σχόλια της εταιρείας μας αναφορικά με την 2η διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας "Εργαλείων Χειρουργείου".

Αξιότιμες Κυρίες/Κύριοι,

Αναφορικά με την 2η δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Υλικών Χειρουργείου», θα θέλαμε να καταθέσουμε το κάτωθι σχόλιο και παρακαλούμε για τις σχετικές ενέργειες σας:

Κάναμε το ίδιο σχόλιο και στην 1η διαβούλευση και δεν το λάβατε υπόψιν.

Στον πρώτο Α/Α των Θωρακοχειρουργικών εργαλείων ζητούνται εργαλεία 45mm με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που κρίνει το νοσοκομείο. Παρόλα αυτά δεν ζητούνται ακριβώς από κάτω οι αντίστοιχες κασέτες – κεφαλές 45mm διαφόρων χρωμάτων – ύψους κλιπ που είναι απαραίτητες για τη χρήση των εργαλείων. Επειδή ζητούνται στον τρίτο έως έβδομο Α/Α ανταλλακτικές κασέτες 45mm, που φαίνεται ότι ταιριάζουν με τον πρώτο Α/Α παρακαλούμε να γίνει διευκρίνιση ή να αλλάξει η σειρά έτσι ώστε να μη γίνει κάποιο λάθος κατά τη διάρκεια των προσφορών ή των αξιολογήσεων.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση,

ΑΡΤΙΟΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΝ ΙΚΕ

Όνομα: ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

Email: tenders@koper.gr

Δημοσιεύθηκε: 31-10-2025

Άρθρο: ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ" CPV 33162200-5

Αθήνα 31/10/2025

Αρ. Πρωτ: 448

ΠΡΟΣ

1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

Κύριοι,

Σε συνέχεια του εγγράφου σας με τον Μοναδικό Κωδικό 2025DIAB31535 που δημοσιεύθηκε την 24/10/2025, σχετικά με την Δημόσια Διαβούλευση για την επικαιροποίηση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» (CPV 33162200-5), σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις μας για ένταξη προδιαγραφών ως νέα είδη.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι οι προδιαγραφές των νέων ειδών προς ένταξη είναι αριθμητικά βάσει των εγκεκριμένων προδιαγραφών του ΕΚΑΠΥ.

Παραμένοντας στην διάθεσή σας.

Με εκτίμηση

Για την ΚΟΠΕΡ Α.Ε

Νικόλαος Μελάς

Δ/νων Σύμβουλος & Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

- Α/α ΕΚΑΠΥ: 68

Kit Αιμορροϊδεκτομής που να αποτελείται από:

α) Πρωκτοδιαστολέα μιας χρήσης με ειδική θέση υποδοχής βελονοκατόχου και σένσορα με ενσωματωμένο μηχανισμό ανάταξης πρόπτωσης.

β) Βελονοκάτοχο μιας χρήσης με ειδική θέση σύλληψης βελόνας ράμματος.

γ) Χειρουργικά ράμματα απολίνωσης (6 τεμάχια)

δ) Χειρουργικά ράμματα (3 τεμάχια)

ε) Πρωθητή κόμπου ράμματος.

στ) Αναβαθμισμένο σένσορα, δύο κρυστάλλων, ενός (1) περιστατικού.

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

A. ΤΡΟΚΑΡ

- Α/α ΕΚΑΠΥ: 30

Ατραυματικά οπτικά τροκάρ διύνησης με μηχανισμό καθήλωσης διαμέσου ράμματος και με μηχανισμό σταθεροποίησης – στεγανότητας αποτελούμενο από μπαλόνι χωρίς latex στο κάτω κοιλιακό τοίχωμα και δακτύλιο καθήλωσης στο άνω, με ενσωματωμένο και πλήρως αποσπώμενο χαμηλού προφίλ μετατροπέα με μηχανισμό διατήρησης της οπτικής στον στείλειό και με δυνατότητα αμφίπλευρου κλειδώματος του στείλειού στην κάνουλα. Με οπή δημιουργίας πνευμοπεριτοναίου στην μύτη του τροκάρ χωρίς την ανάγκη βελόνης verres. Διαμέτρου:

30. Α 5mm μήκους 75, 100, 150mm

30. Β 5-11mm μήκους 100mm

30. Γ 5-12mm μήκους 75, 100, 150mm

B. ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΣΕΤ ΛΑΒΙΔΩΝ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ

- Α/α ΕΚΑΠΥ: 65.A

Ενδοσκοπική λαβίδα σύλληψης με επικάλυψη των σιαγόνων από ειδικό μαλακό και αντιολισθητικό υλικό για ατραυματική σύλληψη, μετρική διαγράμμιση στείλειού και μηχανισμό κλειδώματος μιας χρήσης. Διαμέτρου: 5mm και μήκους 35cm – 2TMX

- Α/α ΕΚΑΠΥ: 66.A

Λαπαροσκοπικό ψαλίδι μιας χρήσεως, περιστρεφόμενο, πλήρως μονωμένο, κυρτό με διαφορετική κοπτική ικανότητα (εμπρός για ιστούς πίσω για ράμματα) με δυνατότητα σύνδεσης διαθερμίας και χειρολαβή αντιολισθητική. Διαμέτρου: 5mm και μήκους 35cm – 1TMX

- Α/α ΕΚΑΠΥ: 67.A

Λαπαροσκοπικό ντισεκτέρ μιας χρήσεως, περιστρεφόμενο, με κωνικές και οδοντωτές σιαγόνες πλήρως μονωμένο, με δυνατότητα σύνδεσης διαθερμίας και χειρολαβή αντιολισθητική. Διαμέτρου: 5mm και μήκους 35cm – 1TMX

Σημείωση: Το παραπάνω σετ να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου για να τηρείται η συμβατότητα μεταξύ των εργαλείων.

Δ. ΠΛΥΣΗ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ

-Α/α ΕΚΑΠΥ: 114

Λαπαροσκοπικό σύστημα πλύσης - έκπλυσης 33cm x 5mm με διπλούς σωλήνες για σύνδεση με σακούλα φυσιολογικού ορού και ενσωματωμένο σύστημα ρύθμισης αναρρόφησης από το χρήστη.

Ε. ΣΑΚΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

- Α/α ΕΚΑΠΥ: 119

Ενδοσκοπικός σάκος συλλογής παρασκευασμάτων 10mm, μιας χρήσης με μεταλλικό έλασμα ανοίγματος σε τριγωνικό σχήμα που να διευκολύνει την ταχεία εισαγωγή παρασκευάσματος χωρίς άσκοπους χειρισμούς και σταθεροποίησης του σάκου. Να περιλαμβάνει ράμμα περίπαρσης. Να υπάρχει η δυνατότητα να ανοίγει και να κλείνει πολλές φορές. Χωρητικότητας 225ml.

- Α/α ΕΚΑΠΥ: 120

Ενδοσκοπικός σάκος συλλογής παρασκευασμάτων 12/15mm, μιας χρήσης με μεταλλικό έλασμα ανοίγματος σε τριγωνικό σχήμα που να διευκολύνει την ταχεία εισαγωγή παρασκευάσματος χωρίς άσκοπους χειρισμούς και σταθεροποίησης του σάκου. Να περιλαμβάνει ράμμα περίπαρσης. Να υπάρχει η δυνατότητα να ανοίγει και να κλείνει πολλές φορές. Χωρητικότητας 1.600ml

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

- Α/α ΕΚΑΠΥ: 122

Διαστολείς κοιλιακών τοιχωμάτων και προστασίας τραύματος χωρίς LATEX μιας χρήσης σε οκτώ (8) τουλάχιστον μεγέθη για κάλυψη ευρείας γκάμας επεμβάσεων. Να φέρουν δύο (2) δακτυλούς στην μία πλευρά για εύκολη τοποθέτηση και ένα (1) δακτύλιο στην άλλη χρωματισμένο για ένδειξη του μέρους εισαγωγής στην τομή. Σε μεγέθη:

122.A XX-Small για τομές 1-3cm και μήκος μεμβράνης 20cm

122.B XX-Small Short για τομές 1-3cm και μήκος μεμβράνης 11cm

122.Γ X-Small για τομές 2-4cm και μήκος μεμβράνης 19cm

122.Δ X-Small Short για τομές 2-4cm και μήκος μεμβράνης 13cm

122.E Small για τομές 2.5-6cm και μήκος μεμβράνης 18cm

122.ΣΤ Medium για τομές 5-9cm και μήκος μεμβράνης 18cm

122.Z Large για τομές 9-14cm και μήκος μεμβράνης 25cm

122.H X-large για τομές 11-17cm και μήκος μεμβράνης 34cm

- Α/α ΕΚΑΠΥ: (ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ – ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΑΠΥ)

Σύστημα που επιτρέπει την λαπαροσκοπική προσέγγιση πριν και μετά την εξαγωγή παρασκευάσματος προστατεύοντας συγχρόνως τα κοιλιακά τοιχώματα. Αποτελούμενο από οπτικό τροκάρ 5-12mm και μήκους 100mm, διάφανο κοιλιακό διαστολέα και προστασίας τραύματος και λαπαροσκοπικό καπάκι για δημιουργία πνευμοπεριτοναίου. (αποστειρωμένα σε μία συσκευασία). Να διατίθεται σε μεγέθη:

Small για τομές 2.5-6cm και μήκος μεμβράνης 18cm

Medium για τομές 5-9cm και μήκος μεμβράνης 18cm

Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ

Email: surgilife@surgilife.gr

Δημοσιεύθηκε: 31-10-2025

Άρθρο: Παρατηρήσεις SURGILIFE για την 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ"

Σε συνέχεια της ανάρτησης σας, παρακαλώ δεχτείτε τις παρακάτω παρατηρήσεις μας:

Α. Να συμπεριληφθούν τα παρακάτω εργαλεία στο τμήμα που αναφέρεται στη γενική χειρουργική («ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ»), τα οποία ήδη ζητούνται στο τμήμα του διαγωνισμού «ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ», δεδομένου ότι τα παρακάτω εργαλεία καθίστανται κατάλληλα τόσο σε επεμβάσεις θωρακοχειρουργικής όσο και σε επεμβάσεις γενικής χειρουργικής (ανοιχτές και λαπαροσκοπικές).

1α. Ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης με δέκα σταθερές θέσεις άρθρωσης, με δυνατότητα ανοίγματος των σιαγώνων κεφαλής από τη σκανδάλη, επαναφορτιζόμενο για 25 πυροδοτήσεις, το οποίο μπορεί να δεχθεί ευθείες, αρθρούμενες και με κεκαμμένο άκρο κεφαλές, για όλους τους τύπους των ιστών, με τριπλή γραμμή συρραφής, με διαφορετικό ύψος κλειστού κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής, με απόκλιση εκ του κλειστού μεσαίου κλιπ αναφοράς σε εύρος από -0,2mm έως +0,1mm για ενίσχυση της αιμόστασης και της στεγανοποίησης των αγγείων και των ιστών, σε μεγέθη συρραφής 30mm, 45mm και 60mm. Με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης. Με ευκρινές κουμπί γρήγορης απελευθέρωσης και αντικατάστασης της ανταλλακτικής κεφαλής και ένδειξη λανθασμένης φόρτισης.

Μήκος στυλεού 60mm

1β. Ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης με δέκα σταθερές θέσεις άρθρωσης, με δυνατότητα ανοίγματος των σιαγώνων κεφαλής από τη σκανδάλη, επαναφορτιζόμενο για 25 πυροδοτήσεις, το οποίο μπορεί να δεχθεί ευθείες, αρθρούμενες και με κεκαμμένο άκρο κεφαλές, για όλους τους τύπους των ιστών, με τριπλή γραμμή συρραφής, με διαφορετικό ύψος κλειστού κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής, με απόκλιση εκ του κλειστού μεσαίου κλιπ αναφοράς σε εύρος από -0,2mm έως +0,1mm για ενίσχυση της αιμόστασης και της στεγανοποίησης των αγγείων και των ιστών, σε μεγέθη συρραφής 30mm, 45mm και 60mm. Με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης. Με ευκρινές κουμπί γρήγορης απελευθέρωσης και αντικατάστασης της ανταλλακτικής κεφαλής και ένδειξη λανθασμένης φόρτισης.

Μήκος στυλεού 160mm

2α Ηλεκτροκίνητο ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης με δέκα σταθερές θέσεις άρθρωσης. Με δυνατότητα ανοίγματος και κλεισίματος των σιαγώνων κεφαλής ηλεκτρικά από τη σκανδάλη της λαβής. Με πυροδότηση της κεφαλής ηλεκτρικά με ξεχωριστό διακόπτη επί της λαβής, εξολοκλήρου ή τμηματικά κατόπιν επιλογής, αυτόματη επιστροφή της κοπτικής λάμας και αυτόματο άνοιγμα της κεφαλής μετά την πλήρη επιστροφή της κοπτικής λάμας. Με αυτόματη αναγνώριση του μήκους της τοποθετημένης κεφαλής και ξεχωριστή χρωματική λυχνία επιβεβαίωσης. Διαθέτει οθόνη επί της λαβής με ενδείξεις καθοδήγησης σε όλα τα στάδια λειτουργίας του εργαλείου. Διαθέτει μπαταρία με ενσωματωμένη οθόνη με ένδειξη της ισχύος της. Φέρει σύστημα προστασίας για εμπλοκή επί της λαβής ώστε να μετατρέπεται σε μηχανικό. Επαναφορτιζόμενο για 15 πυροδοτήσεις, το οποίο μπορεί να δεχθεί ευθείες, αρθρούμενες και με κεκαμμένο άκρο κεφαλές, για όλους τους τύπους των ιστών, με τριπλή γραμμή συρραφής, με διαφορετικό ύψος κλειστού κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής, με απόκλιση εκ του κλειστού μεσαίου κλιπ αναφοράς σε εύρος από -0,2mm έως +0,1mm για ενίσχυση της αιμόστασης και της στεγανοποίησης των αγγείων και των ιστών, σε μεγέθη συρραφής 30mm, 45mm και 60mm. Με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης. Με ευκρινές κουμπί γρήγορης απελευθέρωσης και αντικατάστασης της ανταλλακτικής κεφαλής και ένδειξη λανθασμένης φόρτισης.

Μήκος στυλεού 60mm

2β Ηλεκτροκίνητο ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης με δέκα σταθερές θέσεις άρθρωσης. Με δυνατότητα ανοίγματος και κλεισίματος των σιαγώνων κεφαλής ηλεκτρικά από τη σκανδάλη της λαβής. Με πυροδότηση της κεφαλής ηλεκτρικά με ξεχωριστό διακόπτη επί της λαβής, εξολοκλήρου ή τμηματικά κατόπιν επιλογής, αυτόματη επιστροφή της κοπτικής λάμας και αυτόματο άνοιγμα της κεφαλής μετά την πλήρη επιστροφή της κοπτικής λάμας. Με αυτόματη αναγνώριση του μήκους της τοποθετημένης κεφαλής και ξεχωριστή χρωματική λυχνία επιβεβαίωσης. Διαθέτει οθόνη επί της λαβής με ενδείξεις καθοδήγησης σε όλα τα στάδια λειτουργίας του εργαλείου. Διαθέτει μπαταρία με ενσωματωμένη οθόνη με ένδειξη της ισχύος της. Φέρει σύστημα προστασίας για εμπλοκή επί της λαβής ώστε να μετατρέπεται σε μηχανικό. Επαναφορτιζόμενο για 15 πυροδοτήσεις, το οποίο μπορεί να δεχθεί ευθείες, αρθρούμενες και με κεκαμμένο άκρο κεφαλές, για όλους τους τύπους των ιστών, με τριπλή γραμμή συρραφής, με διαφορετικό ύψος κλειστού κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής, με απόκλιση εκ του κλειστού μεσαίου κλιπ αναφοράς σε εύρος από -0,2mm έως +0,1mm για ενίσχυση της αιμόστασης και της στεγανοποίησης των αγγείων και των ιστών, σε μεγέθη συρραφής 30mm, 45mm και 60mm. Με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης. Με ευκρινές κουμπί γρήγορης απελευθέρωσης και αντικατάστασης της ανταλλακτικής κεφαλής και ένδειξη λανθασμένης φόρτισης.

Μήκος στυλεού 160mm

2. Αρθρούμενες κεφαλές, για τα παραπάνω εργαλεία, κλιμακωτής σχεδίασης με ενσωματωμένη κοπτική λάμα, με τρεις γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της λάμας, με διαφορετικό ύψος κλειστού κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής (0,8-1,0-1,1) για αυξημένη ασφάλεια, μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης των κεφαλών, με 4 κλιπς μετά την γραμμή συρραφής, με τον άκμονα της κεφαλής σταθερό για ευκολότερο περιβροχισμό των ιστών, για αγγειακούς ιστούς.

2α. Με κεκαμμένο άκρο και μήκος συρραφής 30mm

2β. Μήκος συρραφής 45mm

2γ. Με κεκαμμένο άκρο και μήκος συρραφής 45mm

2δ. Μήκος συρραφής 60mm

2ε. Με κεκαμμένο άκρο και μήκος συρραφής 60mm

3. Αρθρούμενες κεφαλές, για τα παραπάνω εργαλεία, κλιμακωτής σχεδίασης με ενσωματωμένη κοπτική λάμα, με τρεις γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της λάμας, με διαφορετικό ύψος κλειστού κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής (1,3-1,5-1,6) για αυξημένη ασφάλεια, μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης των κεφαλών, με 4 κλιπς μετά την γραμμή συρραφής, με τον άκμονα της κεφαλής σταθερό για ευκολότερο περιβροχισμό των ιστών, για λεπτούς/κανονικούς ιστούς.

3α. Με κεκαμμένο άκρο και μήκος συρραφής 30mm

3β. Μήκος συρραφής 45mm

3γ. Με κεκαμμένο άκρο και μήκος συρραφής 45mm

3δ. Μήκος συρραφής 60mm

3ε. Με κεκαμμένο άκρο και μήκος συρραφής 60mm

4. Αρθρούμενες κεφαλές, για τα παραπάνω εργαλεία, κλιμακωτής σχεδίασης με ενσωματωμένη κοπτική λάμα, με τρεις γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της λάμας, με διαφορετικό ύψος κλειστού κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής (1,6-1,8-1,9) για

αυξημένη ασφάλεια , μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης των κεφαλών, με 4 κλιπς μετά την γραμμή συρραφής, με τον άκμονα της κεφαλής σταθερό για ευκολότερο περιβροχισμό των ιστών, για κανονικούς/ενδιάμεσους ιστούς.

4α. Μήκος συρραφής 45mm

4β. Με κεκαμμένο άκρο και μήκος συρραφής 45mm

4γ. Μήκος συρραφής 60mm

4δ. Με κεκαμμένο άκρο και μήκος συρραφής 60mm

5. Αρθρούμενες κεφαλές, για τα παραπάνω εργαλεία, κλιμακωτής σχεδίασης με ενσωματωμένη κοπτική λάμα, με τρεις γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της λάμας, με διαφορετικό ύψος κλειστού κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής (1,8-2,0-2,1) για αυξημένη ασφάλεια, μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης των κεφαλών, με 4 κλιπς μετά την γραμμή συρραφής, με τον άκμονα της κεφαλής σταθερό για ευκολότερο περιβροχισμό των ιστών, για παχείς ιστούς.

5α. Μήκος συρραφής 45mm

5β. Με κεκαμμένο άκρο και μήκος συρραφής 45mm

5γ. Μήκος συρραφής 60mm

5δ. Με κεκαμμένο άκρο και μήκος συρραφής 60mm

B. Να συμπεριληφθούν στις προδιαγραφές του τμήματος «ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ», οι παρακάτω προδιαγραφές:

1. Αυτόματο ευθύγραμμο εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης μαλακών ιστών και αγγείων, μήκους 55mm, με κλιπς τιτανίου που φέρει δύο γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της λάμας διατομής, με κυρτή λάμα για καλύτερη κοπτικότητα. Να επιδέχεται κασέτες για όλα τα είδη των ιστών και να έχει μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης

1α. Για λεπτούς/κανονικούς ιστούς με ύψος κλειστού κλιπ 1.5mm

2β. Για κανονικούς/ενδιάμεσους ιστούς με ύψος κλειστού κλιπ 1.8mm

1γ. Για παχείς ιστούς με ύψος κλειστού κλιπ 2.0mm

2. Ανταλλακτικές κασέτες για το αυτόματο ευθύγραμμο εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης μαλακών ιστών και αγγείων, μήκους 55mm, με κλιπς τιτανίου που φέρει δύο γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της λάμας διατομής.

2α. Για λεπτούς/κανονικούς ιστούς με ύψος κλειστού κλιπ 1.5mm

2β. Για κανονικούς/ενδιάμεσους ιστούς με ύψος κλειστού κλιπ 1.8mm

2γ. Για παχείς ιστούς με ύψος κλειστού κλιπ 2.0mm

3. Αυτόματο ευθύγραμμο εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης μαλακών ιστών και αγγείων, μήκους 75mm, με κλιπς τιτανίου που φέρει δύο γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της λάμας διατομής, με κυρτή λάμα για καλύτερη κοπτικότητα. Να επιδέχεται κασέτες για όλα τα είδη των ιστών και να έχει μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης (να προσφερθούν όλα τα υποείδη για τον α/α 4 επί ποινή απόρριψης)

3α. Για λεπτούς/κανονικούς ιστούς με ύψος κλειστού κλιπ 1.5mm

3β. Για κανονικούς/ενδιάμεσους με ύψος κλειστού κλιπ 1.8mm

3γ. Για παχείς ιστούς με ύψος κλειστού κλιπ 2.0mm

4. Ανταλλακτικές κασέτες για το αυτόματο ευθύγραμμο εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης μαλακών ιστών και αγγείων, μήκους 75mm, με κλιπς τιτανίου που φέρει δύο γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της λάμας διατομής.

α) Για λεπτούς/κανονικούς ιστούς με ύψος κλειστού κλιπ 1.5mm

β) Για κανονικούς/ενδιάμεσους με ύψος κλειστού κλιπ 1.8mm

γ) Για παχείς ιστούς με ύψος κλειστού κλιπ 2.0mm

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

SURGILIFE ΕΠΕ

Όνομα: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε Email: tendersgr@its.jnj.com

Δημοσιεύθηκε: 31-10-2025

Άρθρο: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ»

Αξιότιμοι Κύριοι/Κυρίες,

Στα πλαίσια της Πρόσκλησης του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου "Γ.Ο.Ν.Κ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ " για την 2η Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Εργαλείων Χειρουργείου CPV: 33162200-5, θα θέλαμε να σας υποβάλουμε τις παρατηρήσεις μας:

Εισηγούμαστε την πραγματοποίηση στοχευμένων προσαρμογών, οι οποίες θα περιλαμβάνουν την προσαρμογή των υπάρχοντων ή την προσθήκη νέων ειδών που ενσωματώνουν καινοτόμες τεχνολογίες, ώστε να εξασφαλιστεί ο εκσυγχρονισμός του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Η προσθήκη καινοτόμων προϊόντων θα ενδυναμώσει τη θεραπευτική στρατηγική του νοσοκομείου, εξασφαλίζοντας υψηλότερη ποιότητα φροντίδας για τους ασθενείς, ενώ θα συμβάλλει έμμεσα στη μείωση του συνολικού κόστους μέσω της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας.

Ως εκ τούτου προτείνουμε την κάτωθι τροποποίηση στο τμήμα τεχνικών προδιαγραφών για συρραπτικά εργαλεία γενικής χειρουργικής:

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Προσθήκη του κάτωθι είδους:

1. Ενισχυτικό Γραμμής Συρραφής μήκους 60 mm για επεμβάσεις πνευμονικού παρεγχύματος και γαστρεντερικών επεμβάσεων. Να είναι τοποθετημένο σε ειδικό εφαρμογέα, κατασκευασμένο από βιοαπορροφήσιμο υλικό, αποτελούμενο από τρία λεπτά στρώματα και πιο συγκεκριμένα από πλέξη δύο φιλμ πολυδιοξανόνης και ενδιάμεσα ενός φιλμ πολυγλακτίνης 910, με προ-χαραγμένη υποδοχή για την λάμα.

Επικαλυμμένο με υδατοδιαλυτό συγκολλητικό υλικό (μίγμα συμπολυμερούς αλκυλενοξειδίου) για την γρήγορη και εύκολη εφαρμογή του σε Ενδοσκοπικό Κοπποράπτη μέσω της σύγκλισης και απελευθέρωσης των σιαγόνων του εργαλείου, παρέχοντας 100% κάλυψη σε όλο το μήκος και ανεξαρτήτως της πλευράς τοποθέτησής του για απρόσκοπτο χειρισμό και ασφαλή συγκράτηση.

Να μπορεί να διατηρεί την μέγιστη σταθερότητα κατά τις πρώτες ημέρες της κρίσιμης επούλωσης του τραύματος, με παραμονή ελάχιστου ξένου σώματος και πλήρη απορρόφηση στις 17 εβδομάδες (120 ημέρες).

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Με εκτίμηση,

Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων

JOHNSON & JOHNSON MEDTECH GREECE

EMAIL: TENDERSGR@ITS.JNJ.COM

ΤΗΛ: 2106875756 -506

Όνομα: MILIMED S.A.

Email: diagonismoimilimed.gr

Δημοσιεύθηκε: 30-10-2025

Άρθρο: ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Αξιότιμες Κυρίες/Κύριοι,

Στα πλαίσια της διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών, με μοναδικό κωδικό 2025DIAB31535, με τίτλο «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ», θα θέλαμε να προτείνουμε τις συγκεκριμένες προσθήκες – διευρύνσεις τεχνικών προδιαγραφών ώστε να επιτευχθεί στο μέγιστο η δυνατότητα συμμετοχής στον διαγωνισμό προμήθειας, από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, στα πλαίσια διαμόρφωσης συνθηκών ισονομίας και υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος του φορέα και των ασθενών.

Η εταιρεία μας έχει την τιμή να λάβει μέρος στην ως άνω διαβούλευση με υλικά αξιόπιστα, αποτελεσματικά, που χρίζουν εκτίμησης σε πλείστα νοσοκομεία της επικράτειας.

Σας υποβάλλουμε παρακάτω τις προτάσεις μας επί των τεχνικών προδιαγραφών στα πλαίσια της ως άνω διαβούλευσης:

Παρακαλούμε όπως συμπεριληφθούν ως ΝΕΑ ΕΙΔΗ τα κάτωθι υλικά.

Επαναφορτιζόμενο εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής, αναστόμωσης με πιστολοειδή λαβή και δυνατότητα άρθρωσης σε δέκα προκαθορισμένες θέσεις, μήκους 8.5 cm, Να διαθέτει δυνατότητα ανοίγματος των σιαγόνων του εργαλείου από την χειρολαβή πυροδότησης.

Να δέχεται κεφάλες αρθρούμενες, αρθρούμενες με κυρτή μύτη, με ενσωματωμένη κοπτική λάμα, αντιολισθητική επιφάνεια κεφαλής, για αποφυγή ολίσθησης του ιστού, σταθερό άκμονα, τουλάχιστον τέσσερα κλιπ πέραν του τελικού σημείου της γραμμής διατομής και μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης.

Σε μήκη συρραφής 30, 45, 60, 75 mm, με διαφορετικό μήκος ποδιού κλιπ σε κάθε μια από τις τρεις γραμμές συρραφής, (2.0 – 2.5 – 3.0 mm για αγγειακό – κανονικό ιστό, 3.0 – 3.5 – 4.0 mm για κανονικό - παχύ ιστό και 4.0 – 4.5 – 5.0 mm για παχύ – πολύ παχύ ιστό.). Επίσης να

δύναται να δεχθεί κεφαλές με ύψος κλιπ 2.5mm για αγγειακό ιστό, 3.5mm για κανονικό ιστό, 4.0mm για κανονικό, παχύ ιστό, και 4.8mm για παχύ ιστό. Τα κλίπς να διαθέτουν αντοχή εφελκυσμού $\geq 950\text{Mpa}$.

Να δύναται δυνατότητα πυροδότησης του εργαλείου για τουλάχιστον 25 φορές, για μεγαλύτερη οικονομία.

Ανταλλακτικές κεφάλες αρθρούμενες, αρθρούμενες με κυρτή μύτη, με ενσωματωμένη κοπτική λάμα, αντιολισθητική επιφάνεια κεφαλής, για αποφυγή ολίσθησης του ιστού, σταθερό άκμονα, τουλάχιστον τέσσερα κλιπ πέραν του τελικού σημείου της γραμμής διατομής και μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης. Διαθέτουν διαφορετικό μήκος ποδιού κλιπ σε κάθε μια από τις τρεις γραμμές συρραφής, (2.0– 2.5 – 3.0 mm για αγγειακό – κανονικό ιστό, χρώματος καφέ. Επίσης διατίθενται κεφαλές με ύψος κλιπ 2.5mm για αγγειακό ιστό, 3.5mm για κανονικό ιστό, 4.0mm για κανονικό, παχύ ιστό, και 4.8mm για παχύ ιστό. Τα κλίπς διαθέτουν αντοχή εφελκυσμού $\geq 950\text{Mpa}$.

Ανταλλακτικές κεφάλες αρθρούμενες, αρθρούμενες με κυρτή μύτη, με ενσωματωμένη κοπτική λάμα, αντιολισθητική επιφάνεια κεφαλής, για αποφυγή ολίσθησης του ιστού, σταθερό άκμονα, τουλάχιστον τέσσερα κλιπ πέραν του τελικού σημείου της γραμμής διατομής και μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης. Διαθέτουν διαφορετικό μήκος ποδιού κλιπ σε κάθε μια από τις τρεις γραμμές συρραφής, 3.0 – 3.5 – 4.0 mm για κανονικό χρώματος μωβ. Επίσης διατίθενται κεφαλές με ύψος κλιπ 2.5mm για αγγειακό ιστό, 3.5mm για κανονικό ιστό, 4.0mm για κανονικό, παχύ ιστό, και 4.8mm για παχύ ιστό. Τα κλίπς διαθέτουν αντοχή εφελκυσμού $\geq 950\text{Mpa}$.

Ανταλλακτικές κεφάλες αρθρούμενες, αρθρούμενες με κυρτή μύτη, με ενσωματωμένη κοπτική λάμα, αντιολισθητική επιφάνεια κεφαλής, για αποφυγή ολίσθησης του ιστού, σταθερό άκμονα, τουλάχιστον τέσσερα κλιπ πέραν του τελικού σημείου της γραμμής διατομής και μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης. Διαθέτουν διαφορετικό μήκος ποδιού κλιπ σε κάθε μια από τις τρεις γραμμές συρραφής, 4.0 – 4.5 – 5.0 mm για παχύ – πολύ παχύ ιστό χρώματος μαύρου. Επίσης διατίθενται κεφαλές με ύψος κλιπ 2.5mm για αγγειακό ιστό, 3.5mm για κανονικό ιστό, 4.0mm για κανονικό, παχύ ιστό, και 4.8mm για παχύ ιστό. Τα κλίπς διαθέτουν αντοχή εφελκυσμού $\geq 950\text{Mpa}$.

Επαναφορτιζόμενο εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής, αναστόμωσης με πιστολοειδή λαβή και δυνατότητα άρθρωσης σε δέκα προκαθορισμένες θέσεις, μήκους, 15.5 cm. Να διαθέτει δυνατότητα ανοίγματος των σιαγόνων του εργαλείου από την χειρολαβή πυροδότησης.

Να δέχεται κεφάλες αρθρούμενες, αρθρούμενες με κυρτή μύτη, με ενσωματωμένη κοπτική λάμα, αντιολισθητική επιφάνεια κεφαλής, για αποφυγή ολίσθησης του ιστού, σταθερό άκμονα, τουλάχιστον τέσσερα κλιπ πέραν του τελικού σημείου της γραμμής διατομής και μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης.

Σε μήκη συρραφής 30, 45, 60, 75 mm, με διαφορετικό μήκος ποδιού κλιπ σε κάθε μια από τις τρεις γραμμές συρραφής, (2.0 – 2.5 – 3.0 mm για αγγειακό – κανονικό ιστό, 3.0 – 3.5 – 4.0 mm για κανονικό - παχύ ιστό και 4.0 – 4.5 – 5.0 mm για παχύ – πολύ παχύ ιστό.). Επίσης να

δύναται να δεχθεί κεφαλές με ύψος κλιπ 2.5mm για αγγειακό ιστό, 3.5mm για κανονικό ιστό, 4.0mm για κανονικό, παχύ ιστό, και 4.8mm για παχύ ιστό. Τα κλίπς να διαθέτουν αντοχή εφελκυσμού $\geq 950\text{Mpa}$.

Να δύναται δυνατότητα πυροδότησης του εργαλείου για τουλάχιστον 25 φορές, για μεγαλύτερη οικονομία.

Ανταλλακτικές κεφαλές αρθρούμενες, αρθρούμενες με κυρτή μύτη, με ενσωματωμένη κοπτική λάμα, αντιολισθητική επιφάνεια κεφαλής, για αποφυγή ολίσθησης του ιστού, σταθερό άκμονα, τουλάχιστον τέσσερα κλιπ πέραν του τελικού σημείου της γραμμής διατομής και μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης. Διαθέτουν διαφορετικό μήκος ποδιού κλιπ σε κάθε μια από τις τρεις γραμμές συρραφής, (2.0– 2.5 – 3.0 mm για αγγειακό – κανονικό ιστό, χρώματος καφέ. Επίσης διατίθενται κεφαλές με ύψος κλιπ 2.5mm για αγγειακό ιστό, 3.5mm για κανονικό ιστό, 4.0mm για κανονικό, παχύ ιστό, και 4.8mm για παχύ ιστό. Τα κλίπς διαθέτουν αντοχή εφελκυσμού $\geq 950\text{Mpa}$.

Ανταλλακτικές κεφαλές αρθρούμενες, αρθρούμενες με κυρτή μύτη, με ενσωματωμένη κοπτική λάμα, αντιολισθητική επιφάνεια κεφαλής, για αποφυγή ολίσθησης του ιστού, σταθερό άκμονα, τουλάχιστον τέσσερα κλιπ πέραν του τελικού σημείου της γραμμής διατομής και μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης. Διαθέτουν διαφορετικό μήκος ποδιού κλιπ σε κάθε μια από τις τρεις γραμμές συρραφής, 3.0 – 3.5 – 4.0 mm για κανονικό χρώματος μωβ. Επίσης διατίθενται κεφαλές με ύψος κλιπ 2.5mm για αγγειακό ιστό, 3.5mm για κανονικό ιστό, 4.0mm για κανονικό, παχύ ιστό, και 4.8mm για παχύ ιστό. Τα κλίπς διαθέτουν αντοχή εφελκυσμού $\geq 950\text{Mpa}$.

Ανταλλακτικές κεφαλές αρθρούμενες, αρθρούμενες με κυρτή μύτη, με ενσωματωμένη κοπτική λάμα, αντιολισθητική επιφάνεια κεφαλής, για αποφυγή ολίσθησης του ιστού, σταθερό άκμονα, τουλάχιστον τέσσερα κλιπ πέραν του τελικού σημείου της γραμμής διατομής και μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης. Διαθέτουν διαφορετικό μήκος ποδιού κλιπ σε κάθε μια από τις τρεις γραμμές συρραφής, 4.0 – 4.5 – 5.0 mm για παχύ – πολύ παχύ ιστό χρώματος μαύρου. Επίσης διατίθενται κεφαλές με ύψος κλιπ 2.5mm για αγγειακό ιστό, 3.5mm για κανονικό ιστό, 4.0mm για κανονικό, παχύ ιστό, και 4.8mm για παχύ ιστό. Τα κλίπς διαθέτουν αντοχή εφελκυσμού $\geq 950\text{Mpa}$.

Ηλεκτροκίνητοι ευθύγραμμοι, εύκαμπτοι επαναφορτιζόμενοι κοπτοράπτες, διαμέτρου 12mm, μήκους στυλεού 26 & 36 cm, μήκους συρραφής 45mm (που να τοποθετεί 66 αγκτήρες) ,διατομής 38mm & 54mm αντίστοιχα, διαμέτρου 12 MM, με άρθρωση κεφαλής 45 μοιρών και από τις δύο πλευρές. Να δύναται να κάνει στάση, σε όποια μοίρα κρίνει απαραίτητο ο χειριστής. Να δέχεται κασέτες με κλιπ από τιτάνιο συμβατά με MRI μέχρι 3 Tesla, Διαθέτει προηγμένο σύστημα αισθητήρων που ενσωματώνεται στο εργαλείο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του πάχους του ιστού σε πραγματικό χρόνο. Διαθέτει ασφάλεια ενεργοποίησης και χρωματική ένδειξη λαμπτήρων, τοποθέτησης της μπαταρίας, σύλληψης του ιστού, ετοιμότητας πυροδότησης, τέλος πυροδότησης, βλάβης. Με δυνατότητα 12 πυροδοτήσεων και διάρκεια ζωής μπαταρίας 10 ωρών.

Ανταλλακτικές κασέτες για τα παραπάνω εργαλεία. Για αγγειακούς ιστούς, ύψος κλιπ 2,0mm (χρώματος γκρι) με 0,75mm ύψος κλειστού κλιπ, καθώς και ύψος κλιπ 2,5mm (χρώματος άσπρου) με ύψος κλειστού κλιπ 1,0mm, ενδιάμεσους ιστούς, ύψος κλιπ 3,0mm (χρώματος καφέ) με ύψος κλειστού κλιπ 1,3mm, για κανονικούς ιστούς, ύψος κλιπ 3,5mm (χρώματος μπλε) με ύψος κλειστού κλιπ 1,5mm, για κανονικούς / παχείς ιστούς , ύψος κλιπ 3,8mm (χρώματος χρυσού) με ύψος κλειστού κλιπ 1,8mm, και παχείς ιστούς ύψος κλιπ 4,0mm (χρώματος πράσινου), με ύψος κλειστού κλιπ 2,0mm.

Ηλεκτροκίνητοι ευθύγραμμοι, εύκαμπτοι επαναφορτιζόμενοι κοπτοράπτες, διαμέτρου 12mm, μήκους στυλεού 26 & 36 cm, μήκους συρραφής 60mm (που να τοποθετεί 66 αγκτήρες) ,διατομής 38mm & 54mm αντίστοιχα, διαμέτρου 12 MM, με άρθρωση κεφαλής 45 μοιρών και από τις δύο πλευρές. Να δύναται να κάνει στάση, σε όποια μοίρα κρίνει απαραίτητο ο χειριστής. Να δέχεται κασέτες με κλιπ από τιτάνιο συμβατά με MRI μέχρι 3 Tesla, Διαθέτει προηγμένο σύστημα αισθητήρων που ενσωματώνεται στο εργαλείο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του πάχους του ιστού σε πραγματικό χρόνο. Διαθέτει ασφάλεια ενεργοποίησης και χρωματική ένδειξη λαμπτήρων, τοποθέτησης της μπαταρίας, σύλληψης του ιστού, ετοιμότητας πυροδότησης, τέλος πυροδότησης, βλάβης. Με δυνατότητα 12 πυροδοτήσεων και διάρκεια ζωής μπαταρίας 10 ωρών.

Ανταλλακτικές κασέτες για τα παραπάνω εργαλεία. Για αγγειακούς ιστούς, ύψος κλιπ 2,5mm (χρώματος άσπρου) με ύψος κλειστού κλιπ 1,0mm, ενδιάμεσους ιστούς, ύψος κλιπ 3,0mm (χρώματος καφέ) με ύψος κλειστού κλιπ 1,3mm, για κανονικούς ιστούς, ύψος κλιπ 3,5mm (χρώματος μπλε) με ύψος κλειστού κλιπ 1,5mm, για κανονικούς / παχείς ιστούς , ύψος κλιπ 3,8mm (χρώματος χρυσού) με ύψος κλειστού κλιπ 1,8mm, και παχείς ιστούς ύψος κλιπ 4,0mm (χρώματος πράσινου), με ύψος κλειστού κλιπ 2,0mm.

Εργαλείο/ψαλίδι υπερήχων ανοιχτών και λαπαροσκοπικών επεμβάσεων και για αιμόσταση- διατομή και απολίνωση αγγείων έως και 7mm- ακόμα και σε Επίπεδο 1- πιστοποιημένο με CE, με αποκλειστική χρήση υπερήχων, σε μήκος 13εκ.

Να έχει εξωτερική διάμετρο 5.5mm, κυρτού άκρου κυρτού άκρου περίπου 19mm, από κράμα τιτανίου, να είναι πλήρως περιστρεφόμενο 360ο και να πάλλεται με επιμήκη κίνηση (συχνότητα λειτουργίας) 55.5KHz.

Να έχει ενσωματωμένη σχεδίαση δυναμόκλειδου με περιστρεφόμενο τροχό, εργονομική κλειστού τύπου σκανδάλη με επιλογέα ενέργειας min και Max, αλλαγή ηχητικής προειδοποίησης κατά την απολίνωση.

Να υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης από το χέρι (Hand Activation) ή με ποδοδιακόπτη χωρίς την ανάγκη χρήσης προσαρμογέα.

Ο στυλεός να είναι από τιτάνιο ώστε να επιτυγχάνεται μόνωση και σωστή κατανομή βάρους. Να είναι μιας χρήσης.

Με ενσωματωμένο μετατροπέα με καλώδιο.

Να συνοδεύεται από αυτορρυθμιζόμενη πηγή ενέργειας και χειροκίνητη ρύθμιση της ενέργειας εξόδου σε δύο κλίμακες (min και Max), όπου ο χειριστής θα επιλέγει από τη σκανδάλη. Η πηγή να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου, εξασφαλίζοντας ασφαλή και συμβατή λειτουργία στα 55.5KHz.

Εργαλείο/ψαλίδι υπερήχων ανοιχτών και λαπαροσκοπικών επεμβάσεων και για αιμόσταση- διατομή και απολίνωση αγγείων έως και 7mm- ακόμα και σε Επίπεδο 1- πιστοποιημένο με CE, με αποκλειστική χρήση υπερήχων, σε μήκος 21εκ.

Να έχει εξωτερική διάμετρο 5.5mm, κυρτού άκρου κυρτού άκρου περίπου 19mm, από κράμα τιτανίου, να είναι πλήρως περιστρεφόμενο 360ο και να πάλλεται με επιμήκη κίνηση (συχνότητα λειτουργίας) 55.5KHz.

Να έχει ενσωματωμένη σχεδίαση δυναμόκλειδου με περιστρεφόμενο τροχό, εργονομική κλειστού τύπου σκανδάλη με επιλογέα ενέργειας min και Max, αλλαγή ηχητικής προειδοποίησης κατά την απολίνωση.

Να υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης από το χέρι (Hand Activation) ή με ποδοδιακόπτη χωρίς την ανάγκη χρήσης προσαρμογέα.

Ο στυλεός να είναι από τιτάνιο ώστε να επιτυγχάνεται μόνωση και σωστή κατανομή βάρους. Να είναι μιας χρήσης.

Με ενσωματωμένο μετατροπέα με καλώδιο.

Να συνοδεύεται από αυτορρυθμιζόμενη πηγή ενέργειας και χειροκίνητη ρύθμιση της ενέργειας εξόδου σε δύο κλίμακες (min και Max), όπου ο χειριστής θα επιλέγει από τη σκανδάλη. Η πηγή να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου, εξασφαλίζοντας ασφαλή και συμβατή λειτουργία στα 55.5KHz.

Εργαλείο/ψαλίδι υπερήχων ανοιχτών και λαπαροσκοπικών επεμβάσεων και για αιμόσταση- διατομή και απολίνωση αγγείων έως και 7mm- ακόμα και σε Επίπεδο 1- πιστοποιημένο με CE, με αποκλειστική χρήση υπερήχων, σε μήκος 35εκ.

Να έχει εξωτερική διάμετρο 5.5mm, κυρτού άκρου κυρτού άκρου περίπου 19mm, από κράμα τιτανίου, να είναι πλήρως περιστρεφόμενο 360ο και να πάλλεται με επιμήκη κίνηση (συχνότητα λειτουργίας) 55.5KHz.

Να έχει ενσωματωμένη σχεδίαση δυναμόκλειδου με περιστρεφόμενο τροχό, εργονομική κλειστού τύπου σκανδάλη με επιλογή ενέργειας min και Max, αλλαγή ηχητικής προειδοποίησης κατά την απολίνωση.

Να υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης από το χέρι (Hand Activation) ή με ποδοδιακόπτη χωρίς την ανάγκη χρήσης προσαρμογέα.

Ο στυλεός να είναι από τιτάνιο ώστε να επιτυγχάνεται μόνωση και σωστή κατανομή βάρους. Να είναι μιας χρήσης.

Με ενσωματωμένο μετατροπέα με καλώδιο.

Να συνοδεύεται από αυτορρυθμιζόμενη πηγή ενέργειας και χειροκίνητη ρύθμιση της ενέργειας εξόδου σε δύο κλίμακες (min και Max), όπου ο χειριστής θα επιλέγει από τη σκανδάλη. Η πηγή να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου, εξασφαλίζοντας ασφαλή και συμβατή λειτουργία στα 55.5KHz.

Εργαλείο/ψαλίδι υπερήχων ανοιχτών και λαπαροσκοπικών επεμβάσεων και για αιμόσταση- διατομή και απολίνωση αγγείων έως και 7mm- ακόμα και σε Επίπεδο 1- πιστοποιημένο με CE, με αποκλειστική χρήση υπερήχων, σε μήκος 43εκ.

Να έχει εξωτερική διάμετρο 5.5mm, κυρτού άκρου κυρτού άκρου περίπου 19mm, από κράμα τιτανίου, να είναι πλήρως περιστρεφόμενο 360ο και να πάλλεται με επιμήκη κίνηση (συχνότητα λειτουργίας) 55.5KHz.

Να έχει ενσωματωμένη σχεδίαση δυναμόκλειδου με περιστρεφόμενο τροχό, εργονομική κλειστού τύπου σκανδάλη με επιλογή ενέργειας min και Max, αλλαγή ηχητικής προειδοποίησης κατά την απολίνωση.

Να υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης από το χέρι (Hand Activation) ή με ποδοδιακόπτη χωρίς την ανάγκη χρήσης προσαρμογέα.

Ο στυλεός να είναι από τιτάνιο ώστε να επιτυγχάνεται μόνωση και σωστή κατανομή βάρους. Να είναι μιας χρήσης.

Με ενσωματωμένο μετατροπέα με καλώδιο.

Να συνοδεύεται από αυτορρυθμιζόμενη πηγή ενέργειας και χειροκίνητη ρύθμιση της ενέργειας εξόδου σε δύο κλίμακες (min και Max), όπου ο χειριστής θα επιλέγει από τη σκανδάλη. Η πηγή να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου, εξασφαλίζοντας ασφαλή και συμβατή λειτουργία στα 55.5KHz.

Εργαλείο/ψαλίδι υπερήχων για αιμόσταση- διατομή και απολίνωση αγγείων έως 7mm- ακόμα και σε Επίπεδο 1- πιστοποιημένο με CE, με αποκλειστική χρήση υπερήχων, με μήκος εργασίας 9εκ

Διαθέτει λεπίδα τιτανίου 19mm κυρτού άκρου, με τεχνολογία προσαρμοζόμενης ενέργειας στον ιστό και πάλλεται με επιμήκη κίνηση (συχνότητα λειτουργίας) 55.5KHz.

Να έχει δυναμόκλειδο, εργονομική κλειστού τύπου σκανδάλη με επιλογή ενέργειας Min και Max, αλλαγή ηχητικής προειδοποίησης κατά την απολίνωση. Να υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης από το χέρι (Hand Activation) ή με ποδοδιακόπτη χωρίς την ανάγκη χρήσης προσαρμογέα. Το άκρο του είναι από τιτάνιο ώστε να επιτυγχάνεται μόνωση και σωστή κατανομή βάρους. Παρέχεται μετατροπέας 99 χρήσεων.

Συνοδεύεται από αυτορρυθμιζόμενη πηγή ενέργειας και χειροκίνητη ρύθμιση της ενέργειας εξόδου σε δύο κλίμακες (min και Max), όπου ο χειριστής θα επιλέγει από τη σκανδάλη. Η πηγή είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου, εξασφαλίζοντας ασφαλή και συμβατή λειτουργία στα 55.5KHz.

Ο μειοδότης θα πρέπει να μπορεί να αποδεικνύει πως είναι εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, στην Ελλάδα, του οίκου, του οποίου τα υλικά θα προσφέρει και εξουσιοδοτημένος για την τεχνική υποστήριξη, των υλικών που προσφέρει.

Κυκλικός Αναστωματήρας μιας χρήσης για αιμορροϊδεκτομή με τρεις γραμμές συρραφής ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερα η αιμόσταση και με ασφαλή μηχανισμό πυροδότησης (Fool-Firing position) για την αποφυγή λανθασμένης ενεργοποίησης κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Χρησιμοποιείται σε πρωκτολογικές επεμβάσεις, αντιμετώπισης αιμορροϊδων με τεχνική PPH. Με κλιπς τιτανίου για υψηλή αντοχή και βιοσυμβατότητα. Με 48 κλιπς και με εξωτερική σειρά συρραπτικών χαμηλότερη κατά 2mm στο ύψος για την καλύτερη αιμάτωση των ιστών.

Απορροφήσιμο αιμοστατικό σφραγιστικό επίθεμα ζελατίνης με τροποποιημένη επιφάνεια για αυξημένη πρόσφυση ιστού.

Απορροφήσιμο αιμοστατικό επίθεμα κατασκευασμένο από 100% απορροφήσιμη καθαρή χοίρεια ζελατίνη με τροποποιημένη επιφάνεια για αιμόσταση και αερόσταση σε σοβαρές αιμορραγίες.

Με ειδικά διαμορφωμένη επιφάνεια , με ειδικό κόψιμο από laser που δημιουργεί πάνω από 1000 στήλες οι οποίες βοηθούν στην καλύτερη επαφή με οποιοδήποτε ιστό και αυξάνουν δέκα φορές την αλληλεπίδραση μεταξύ του προϊόντος και του υποκείμενου ιστού.

Έτοιμο για χρήση σε ξηρή μορφή δεν απαιτείται διαβροχή, δεν διαλύεται στο νερό και η πορώδης δομή του επιτρέπει την απορρόφηση 35 φορές το βάρος του σε υγρά και αίμα.

Αποστειρωμένο με ακτινοβολία γ και προορίζεται για μία χρήση.

Σε ξηρή μορφή μπορεί να κοπεί σε όποια μορφή απαιτείται. Δυνατή προσκόλληση στο σημείο εφαρμογής με μηδενική πιθανότητα απόρριψης από τον ιστό.

Παρέχει ταχεία αιμόσταση και ελέγχει τα σημεία αιμορραγίας

Δεν περιέχει πρωτεΐνες που προέρχονται από το αίμα

Εύκολη εφαρμογή

Ανάλογα με την μέθοδο χρήσης και το σημείο αιμορραγίας το διάστημα πλήρους απορρόφησης ποικίλει μεταξύ τεσσάρων και έξι εβδομάδων.

Η επιφάνεια μιας από τις πλευρές τροποποιείται μηχανικά για να δημιουργήσει πολλαπλές στήλες. Η άλλη πλευρά δεν έχει τροποποιηθεί. Ο αριθμός των στηλών για τα τρία διαφορετικά μεγέθη προϊόντων έχει ως εξής:

Είναι διαθέσιμο σε διαστάσεις :

80mm X 50mm x 10mm με αριθμό στηλών ±1750

50mm X 40mm X 10mm, με αριθμό στηλών ±860

40mm X 25mm X 10mm με αριθμό στηλών ±415

Αποστειρωμένο απορροφήσιμο αιμοστατικό από πολυσακχαρίτη σε μορφή σκόνης με απλικατέρ, 2,gr

Να αποτελείται από 100% πολυσακχαρίτες φυτικής προέλευσης και να έχει σχεδιαστεί για τον έλεγχο της επίμονης αιμορραγίας σε μεγάλες επιφάνειες.

Τα σωματίδια της σκόνης να είναι βιοσυμβατά, μη πυρετογόνα και να προέρχονται από καθαρισμένο φυτικό άμυλο.

Να έχει υπέρ-υδρόφιλες και κολλητικές ιδιότητες που να ελέγχουν την αιμορραγία και να μειώνουν την πιθανότητα της εκ νέου αιμορραγίας.

Να περιορίζει τον κίνδυνο επανεμφάνισης της αιμορραγίας.

Να μην περιέχει ανθρώπινα ή ζωικά παράγωγα

Να απορροφάται εντός 24-48 ωρών από τον οργανισμό.

Να μην περιέχει λάτεξ και να μην είναι πυρετογόνο.

Να διαθέτει απλικατέρ για την τοποθέτησή του.

Να μην απαιτούνται ειδικές συνθήκες αποθήκευσης.

Το μήκος του ρύγχους να είναι 14εκ και για λαπαροσκοπική χρήση 38εκ.

Η σύσταση της σκόνης να είναι αιμοστατικό άμυλο πατάτας – αιθανόλη – τρισμεταφωσφορικό νάτριο – υδροξείδιο του νατρίου.

Το υλικό του εφαρμοστή να είναι πολυαιθυλενογλυκόλης ή πολυαιθυλένιο.

Να φέρει σήμανση CE και να παρέχεται σε απλικατέρ των 3ων γραμμάτων σε διπλή αποστειρωμένη συσκευασία.

Αποστειρωμένο απορροφήσιμο αιμοστατικό από πολυσακχαρίτη σε μορφή σκόνης με απλικατέρ, 3,gr

Να αποτελείται από 100% πολυσακχαρίτες φυτικής προέλευσης και να έχει σχεδιαστεί για τον έλεγχο της επίμονης αιμορραγίας σε μεγάλες επιφάνειες.

Τα σωματίδια της σκόνης να είναι βιοσυμβατά, μη πυρετογόνα και να προέρχονται από καθαρισμένο φυτικό άμυλο.

Να έχει υπέρ-υδρόφιλες και κολλητικές ιδιότητες που να ελέγχουν την αιμορραγία και να μειώνουν την πιθανότητα της εκ νέου αιμορραγίας.

Να περιορίζει τον κίνδυνο επανεμφάνισης της αιμορραγίας.

Να μην περιέχει ανθρώπινα ή ζωικά παράγωγα

Να απορροφάται εντός 24-48 ωρών από τον οργανισμό.

Να μην περιέχει λάτεξ και να μην είναι πυρετογόνο.

Να διαθέτει απλικατέρ για την τοποθέτησή του.

Να μην απαιτούνται ειδικές συνθήκες αποθήκευσης.

Το μήκος του ρύγχους να είναι 14εκ και για λαπαροσκοπική χρήση 38εκ.

Η σύσταση της σκόνης να είναι αιμοστατικό άμυλο πατάτας – αιθανόλη – τρισμεταφωσφορικό νάτριο – υδροξείδιο του νατρίου.

Το υλικό του εφαρμοστή να είναι πολυαιθυλενογλυκόλης ή πολυαιθυλένιο.

Να φέρει σήμανση CE και να παρέχεται σε απλικατέρ των 3ων γραμμάτων σε διπλή αποστειρωμένη συσκευασία.

Απορροφήσιμο αιμοστατικό οξειδωμένης αναγεννημένης κυτταρίνης με ουδέτερο Ph, σε σκόνη, αποστειρωμένο, έτοιμο προς χρήση σε δόσεις 2gr για γρήγορη αιμόσταση μεταξύ 2-4 λεπτών, με βακτηριοκτόνο δράση. Να είναι πλήρως απορροφήσιμο μέσω υδρόλυσης (4-6 ημέρες) με απουσία αίματος, να μην αδρανοποιεί την θρομβίνη, λόγω του ουδέτερου PH και να μην κάνει καμία επιβλαβή ιστική αντίδραση ή αντίδραση υπερευαισθησίας, να μην χρειάζεται συναρμολόγηση ή ανάμειξη. Να

χρησιμοποιείται στεγνό και να εφαρμόζεται - ψεκάζεται απευθείας όπου χρειάζεται η αιμόσταση. Το μοναδικό αποστειρωμένο δοχείο – σκορπιστής να επιτρέπει την ευκολότερη και ταχύτερη εφαρμογή ακόμη και σε δύσκολες χειρουργικές επεμβάσεις όταν η περιοχή είναι δυσπρόσιτη.

Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλούς τομείς της χειρουργικής επέμβασης: Πχ πλαστική χειρουργική, γυναικολογία, εκτομή στομάχου, επεμβάσεις ήπατος και χοληδόχου κύστης, θωρακική και κοιλιακή συμπαθεκτομή, επεμβάσεις θυρεοειδούς, μεταμόσχευση δέρματος, θεραπεία επιπόλαιων τραυμάτων.

Να φέρει σήμανση CE και να παρέχεται σε αποστειρωμένη συσκευασία.

Απορροφήσιμο αιμοστατικό οξειδωμένης αναγεννημένης κυτταρίνης με ουδέτερο Ph, σε σκόνη, αποστειρωμένο, έτοιμο προς χρήση σε δόσεις 3gr για γρήγορη αιμόσταση μεταξύ 2-4 λεπτών, με βακτηριοκτόνο δράση. Να είναι πλήρως απορροφήσιμο μέσω υδρόλυσης (4-6 ημέρες) με απουσία αίματος, να μην αδραντοποιεί την θρομβίνη, λόγω του ουδέτερου PH και να μην κάνει καμία επιβλαβή ιστική αντίδραση ή αντίδραση υπερευαισθησίας, να μην χρειάζεται συναρμολόγηση ή ανάμειξη. Να χρησιμοποιείται στεγνό και να εφαρμόζεται - ψεκάζεται απευθείας όπου χρειάζεται η αιμόσταση. Το μοναδικό αποστειρωμένο δοχείο – σκορπιστής να επιτρέπει την ευκολότερη και ταχύτερη εφαρμογή ακόμη και σε δύσκολες χειρουργικές επεμβάσεις όταν η περιοχή είναι δυσπρόσιτη.

Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλούς τομείς της χειρουργικής επέμβασης: Πχ πλαστική χειρουργική, γυναικολογία, εκτομή στομάχου, επεμβάσεις ήπατος και χοληδόχου κύστης, θωρακική και κοιλιακή συμπαθεκτομή, επεμβάσεις θυρεοειδούς, μεταμόσχευση δέρματος, θεραπεία επιπόλαιων τραυμάτων.

Να φέρει σήμανση CE και να παρέχεται σε αποστειρωμένη συσκευασία.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στην διάθεσή σας.

Milimed. S.A

Τμήμα Διαγωνισμών

Όνομα: ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.

Email:info@gcp.gr

Δημοσιεύθηκε:30-10-2025

Άρθρο:ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,

Καταρχάς σας ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να σας υποβάλουμε τις παρατηρήσεις μας επί των τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων του ανωτέρω διαγωνισμού. Σας προτείνουμε τα ακόλουθα νέα προϊόντα και παρακαλούμε όπως προστεθούν στον επερχόμενο διαγωνισμό σας:

Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στα εξής :

Στην κατηγορία «Ζ.Εργαλεία Καθήλωσης Πλέγματος»

1.Εργαλείο καθήλωσης πλέγματος 5mm για χρήση σε ανοικτή και λαπαροσκοπική επέμβαση κήλης, με προφορτωμένα κλιπ σε μορφή απορροφήσιμης βίδας από πολυλακτιδογλυκόλη - PLGA ύψους 5.16mm και πλάτους 5,08mm, με μήκος

στειλεού 36cm. Το κλιπ παραμένει στο σώμα έως και 26 εβδομάδες, η τάση διατηρείται τουλάχιστον 12 εβδομάδες. Σε δύο τύπους με 15 και 30 προφορτωμένα κλιπ αντίστοιχα.

Προτείνουμε την συγκεκριμένη προδιαγραφή για τους κάτωθι λόγους:

Το κλιπ είναι κατασκευασμένο από συμπολυμερές πολυλακτιδογλυκόλης (PLGA). Αυτό το συμπολυμερές αποικοδομείται και απορροφάται με υδρόλυση σε γλυκολικό οξύ και γαλακτικό οξύ τα οποία στη συνέχεια μεταβολίζονται από τον οργανισμό. Κατά τη διάρκεια της αρχικής περιόδου εμφύτευσης, η ταχύτητα αποικοδόμησης είναι αργή για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της στερέωσης. Το ποσοστό απορρόφησης της πολυλακτιδογλυκόλης (PLGA) κατά τις υπόλοιπες δύο εβδομάδες μετά την αρχική εμφύτευση είναι ελάχιστο, ενώ σημαντικός ρυθμός απορρόφησης παρατηρείται κατά την περίοδο από 3 έως 5 μήνες. Μετά από αυτή τη σημαντική διάσπαση, η απορρόφηση του πολυμερούς ολοκληρώνεται ουσιαστικά πριν από ένα έως ενάμιση χρόνο.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

- Προσφέρει άνεση στον ασθενή χωρίς πόνο
- Διατηρεί το 85% της αρχικής του αντοχής για 12 εβδομάδες παρέχοντας ασφαλή στερέωση κατά την αρχική κρίσιμη περίοδο επούλωσης
- Το απορροφήσιμο κλιπ σχήματος βίδας εξασφαλίζει ελάχιστο τραυματισμό των ιστών ενώ τα φαρδιά πλαϊνά του περύγια, συγκρατούν με ασφάλεια τα πλέγματα τόσο εκείνα με μεγαλύτερο μέγεθος πόρων όσο και τα διπλά, εξασφαλίζοντας ισχυρή αποκατάσταση
- Με ενισχυμένο στειλεό που αποτρέπει την κάμψη του, ιδίως κατά την καθήλωση ορθογώνιων πλεγμάτων

2.Εργαλείο καθήλωσης πλέγματος 5mm για χρήση σε ανοικτή και λαπαροσκοπική επέμβαση κήλης, με προφορτωμένα ελικοειδή κλιπ τιτανίου ύψους 3.8mm και πλάτους 4.0mm, με μήκος στειλεού 36cm . Σε δύο τύπους με 15 και 30 προφορτωμένα κλιπ αντίστοιχα. Με δυνατότητα αφαίρεσης των κλιπ απο τον ίδιο στειλεο του εργαλειου για περισσότερη αυτονομία.

Προτείνουμε την συγκεκριμένη προδιαγραφή για τους κάτωθι λόγους:

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

- Αξεπέραστη αντοχή στερέωσης
- Στερεώνεται στον σύνδεσμο coopers και στις υποκείμενες δομές
- Εξαιρετική βιοσυμβατότητα, ιδίως όταν έρχεται σε άμεση επαφή με τους ιστούς
- Το ενισχυμένο πάχος στειλεού εξαλείφει τον κίνδυνο κάμψης του , ιδίως κατά τη στερέωση των άκρων ορθογώνιου πλέγματος
- Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή για μεγαλύτερη άνεση

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή τεκμηρίωση.

Με εκτίμηση,
ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.