

Όνομα: T-Vascula

Email: info@t-vascular.com.gr

Δημοσιεύθηκε: 31-07-2025

Άρθρο: Αριθμό Διαβούλευσης: 2025DIAB30904

Προς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αρμόδια: Ε. ΒΛΑΧΟΥ

Δ/ση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14

Τ.Κ 14564 Καλυφτάκη, Ν.Κηφισιά

Τηλ.: 2103501545

Θεσσαλονίκη, 31 Ιουλίου 2025

Θέμα: Αφορά τη Διαβούλευση που δημοσιεύτηκε στις 16-07-2025 για την κατάθεση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Υλικών Ψηφιακού Αγγειογράφου για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου σας, με Αριθμό Διαβούλευσης: 2025DIAB30904.

Σύμφωνα με την Δημόσια Διαβούλευση για την κατάθεση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Υλικών Ψηφιακού Αγγειογράφου για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου σας και των οποίων λάβαμε πλήρη γνώση, σας παραθέτουμε κάτωθι τις προδιαγραφές για ορισμένα προϊόντα όπως αναλυτικά παρουσιάζονται, με σκοπό να ενταχθούν στη λίστα των προϊόντων, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής στον διενεργούμενο διαγωνισμό ευρύτερης της αγοράς:

Μπαλόνια για Περιφερικά Αγγεία (Λαγόνια — Επιπολής)

Να είναι συμβατό με σύρμα 0.014" OTW.

Να διατίθενται σε διαμέτρους από 1.25 έως 4.00mm και μήκη 10, 15, 20, 40, 60, 80, 120, 150, 200mm.

Να διατίθεται σε καθετήρες 100cm και 150cm.

Να διαθέτουν ειδική υδρόφιλη επικάλυψη HYDRAX και ειδικό σύστημα αναδίπλωσης 6 πτερύγων που να εξασφαλίζει την συμβατότητα με μικρό θηκάρι δηλαδή έως 6Fr καθώς και 3 πτερύγων για την περίπτωση χρήσης του σε πολλαπλές στενώσεις.

Μπαλόνια για Περιφερικά Αγγεία (Λαγόνια — Επιπολής)

Να είναι συμβατό με σύρμα 0.018" OTW.

Να διατίθενται σε διαμέτρους από 2.0 έως 8.00mm και μήκη 20, 40, 60, 80, 120, 150, 200mm.

Να διατίθεται σε καθετήρες 100cm, 140cm και 150cm.

Να διαθέτουν ειδική υδρόφιλη επικάλυψη HYDRAX και ειδικό σύστημα αναδίπλωσης 6 πτερύγων που να εξασφαλίζει την συμβατότητα με μικρό θηκάρι δηλαδή έως 6Fr καθώς και 3 πτερύγων για την περίπτωση χρήσης του σε πολλαπλές στενώσεις.

Μπαλόνια για Περιφερικά Αγγεία (Λαγόνια — Επιπολής)

Να είναι συμβατό με σύρμα 0.035"OTW.

Να διατίθενται σε διαμέτρους από 3 έως 12.00mm και μήκη 20, 40, 60, 80, 120, 150, 200mm.

Να διατίθεται σε καθετήρες 80cm, 140cm, και 200cm.

Να διαθέτουν ειδική υδρόφιλη επικάλυψη HYDRAX και ειδικό σύστημα αναδίπλωσης 6 πτερύγων που να εξασφαλίζει την συμβατότητα με μικρό θηκάρι δηλαδή έως 6Fr καθώς και 3 πτερύγων για την περίπτωση χρήσης του σε πολλαπλές στενώσεις.

Περιφερικά Εκπτυσσόμενα Stent με μπαλόνι

Stent εκπτυσσόμενο με μπαλόνι από χρώμιο κοβάλτιο διαμέτρου από 5 mm έως 10 mm μήκους 18,28,38,58 mm και ειδική επικάλυψη HYDRAX. Να διατίθεται σε καθετήρα μήκους 80 cm και 140 cm.

Να διαθέτει προφίλ εισόδου 0.036" και είναι συμβατά σε όλα τα μεγέθη με θηκάρι 6Fr.

Περιφερικά Αυτό-εκπτυσσόμενα Stent

Να είναι συμβατά με σύρμα 0.035" OTW. Να είναι από Νιτινόλη με σχεδιασμό τριών ομοαξονικών καθετήρων. Να φέρεται σε καθετήρα 80cm και 130cm. Να είναι συμβατά με 6F θηκάρι σε όλα τα μεγέθη και να διαθέτει εκτός από τους 4 markers στην αρχή και στο τέλος της πρόθεσης, 2 markers στον φέροντα καθετήρα και 1 στο κινούμενο μέρος του καθετήρα. Να διατίθεται σε μήκη 40 έως 200 mm και διαμέτρους 5 έως 10 mm. Να είναι σχεδιασμού ανοικτών κελιών σε όλο το μήκος εκτός από τα δύο άκρα όπου να είναι κλειστών κελιών για ακριβή τοποθέτηση.

Επικαλυμμένες ενδοπροθέσεις με ePTFE λαγονίων, περιφερικών και σπλαχνικών Αγγείων με μπαλόνι
Επικαλυμμένη ενδοπρόθεση με μπαλόνι και σύστημα μεταλλικής κεκαλυμμένης ενδοπρόθεσης από σκελετό χρωμίου-κοβαλτίου, ενταφιασμένο ανάμεσα σε διπλό φύλλο e-PTFE που να αποτελεί την επικάλυψη του ενδονάρθηκα και να διαθέτει χαμηλό profile πτύχωσης, κατάλληλο για στενώσεις λαγονίων, σπλαχνικών και περιφερικών αγγείων. Να είναι συμβατό με 0.035" υδρόφιλο σύρμα. Να είναι διαθέσιμο από 5mm έως 10mm μήκους 17,27,37,57mm. Να διατίθεται σε καθετήρα μήκους 80 cm και 140 cm. Να διαθέτει τρεις επιπλέον ακτινοσκοπούς markers σε κάθε άκρο της πρόθεσης. Να διέρχεται από θηκάρι 6 και 7Fr.

Με εκτίμηση,
για την T-Vascular I.K.E.

Προς

Θεσσαλονίκη, 31-07-2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αρμόδια: Ε. ΒΛΑΧΟΥ

Δ/ση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14

Τ.Κ 14564 Καλυφτάκη, Ν.Κηφισιά

Τηλ.: 2103501545

Θέμα: Σχόλια επί της Δημόσιας Διαβούλευσης με αριθμό: 2025DIAB30904, των τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια Υλικών Ψηφιακού Αγγειογράφου για τις ανάγκες του Νοσοκομείου σας.

Αξιότιμες/οι κυρίες/κύριοι,

Έπειτα από τη δημοσίευση της Διαβούλευσης του Νοσοκομείου σας με Αριθμό: 2025DIAB30904 για την προμήθεια Υλικών Ψηφιακού Αγγειογράφου που δημοσιεύτηκε στις 16-07-2025 και στα πλαίσια της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών από το νοσοκομείο σας, η εταιρεία μας με γνώμονα την ανάπτυξη του υγιούς/ελεύθερου ανταγωνισμού καθώς και πρωτίστως της ανθρώπινης υγείας προτείνει τη διάθεση προϊόντων με μοναδικά χαρακτηριστικά που διευκολύνουν τις ιατρικές πράξεις του Νοσοκομείου σας, τα οποία σας παραθέτουμε ακολούθως, ώστε να συμπεριληφθούν στις κατηγορίες προϊόντων του Νοσοκομείου σας.

ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΘΗΚΑΡΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 4-8 FR 45CM

Να είναι ειδικής πλέκτης διαμορφωσης τριών στρωμάτων με εσωτερικό μεταλλικό σπείρωμα και υδρόφιλη επικάλυψη

Να είναι κατάλληλο για cross-over πρόσβαση

Να διατίθεται σε διάφορες καμπυλότητες και διακτύλιο συρραφής .

Να διαθέτει αιμοστατική βαλβίδα από σιλικόνη και παράπλευρη παροχή από πολυουρεθάνη για χορήγηση υγρών και διενέργεια αγγειογραφιών,

Να διαθέτει βελόνα παρακέντησης και ατραυματικό άκρο με ακτινοσκοπικό δείκτη.

Να είναι συμβατό με σύρμα 0.038".

Διαθέσιμα σε μεγέθη 4-8FR και μήκους 45cm.

ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΘΗΚΑΡΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 4-9 FR 70CM

Να είναι ειδικής πλέκτης διαμορφωσης τριών στρωμάτων με εσωτερικό μεταλλικό σπείρωμα και υδρόφιλη επικάλυψη

Να είναι κατάλληλο για cross-over πρόσβαση

Να διατίθεται σε διάφορες καμπυλότητες και διακτύλιο συρραφής .

Να διαθέτει αιμοστατική βαλβίδα από σιλικόνη και παράπλευρη παροχή από πολυουρεθάνη για χορήγηση υγρών και διενέργεια αγγειογραφιών,

Να διαθέτει βελόνα παρακέντησης και ατραυματικό άκρο με ακτινοσκοπικό δείκτη.

Να είναι συμβατό με σύρμα 0.038".

Διαθέσιμα σε μεγέθη 4-9FR και μήκους 70cm.

ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΘΗΚΑΡΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 4-9 FR 90CM

Να είναι ειδικής πλέκτης διαμορφωσης τριών στρωμάτων με εσωτερικό μεταλλικό σπείρωμα και υδρόφιλη επικάλυψη

Να είναι κατάλληλο για cross-over πρόσβαση

Να διατίθεται σε διάφορες καμπυλότητες και διακτύλιο συρραφής .

Να διαθέτει αιμοστατική βαλβίδα από σιλικόνη και παράπλευρη παροχή από πολυουρεθάνη για χορήγηση υγρών και διενέργεια αγγειογραφιών,

Να διαθέτει βελόνα παρακέντησης και ατραυματικό άκρο με ακτινοσκοπικό δείκτη.

Να είναι συμβατό με σύρμα 0.038".

Διαθέσιμα σε μεγέθη 4-9FR και μήκους 90cm.

ΘΗΚΑΡΙΑ ΥΔΡΟΦΙΛΑ ΜΕ 0,035"-0,038" ΣΥΡΜΑ

Να προσφερθούν θηκάρια αγγειογραφίας – αγγειοπλαστικής με υδρόφιλη επικάλυψη σε όλο το μήκος τους και να διατίθενται σε διάμετρο 5-6-7Fr μήκους 11cm. Να διαθέτουν βελόνα παρακέντησης 18G μήκους 70mm κατάλληλη για πρόσβαση σε μικρά αγγεία και σύρμα με υδρόφιλη επικάλυψη 0.35-0.38" και μήκος 45cm με καλή εφαρμογή στο άκρο του εισαγωγέα. Να διαθέτουν βαλβίδα σιλικόνης με καλή αιμόσταση χωρίς να εμποδίζουν την περιστροφή και προώθηση του καθετήρα. Η μετάπτωση του ελύτρου του θηκαριού στον εισαγωγέα να είναι ομαλή. Να διαθέτουν ενσωματωμένο παράπλευρο σωληνίσκο με 3way (στροφή για τριών οδών). Να διατεθεί δείγμα προς αξιολόγηση.

ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΥΔΡΟΦΙΛΟ

Να διαθέτουν κάλυμμα πολυουρεθάνης και υδροφιλική επικάλυψη που καλύπτει όλο το μήκος του σύρματος, να έχει πραγματικά 1:1 ροπή και να απαιτεί ελάχιστη δύναμη προώθησης. Να διατίθεται με εξωτερική διάμετρο 0.018", 0,025", 0,035" και 0,038" με διαφορετικά σχήματα στο άκρο, ευθύ, κεκαμένο, ακτίνας R1.5mm και R3.0mm κανονικό ή σκληρό στέλεχος και μήκη 120cm, 150cm και 180cm.

ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΥΔΡΟΦΙΛΟ

Να διαθέτουν κάλυμμα πολυουρεθάνης και υδροφιλική επικάλυψη που καλύπτει όλο το μήκος του σύρματος, να έχει πραγματικά 1:1 ροπή και να απαιτεί ελάχιστη δύναμη προώθησης. Να διατίθεται με εξωτερική διάμετρο 0.018", 0,025", 0,035" και 0,038" με διαφορετικά σχήματα στο άκρο, ευθύ, κεκαμένο, ακτίνας R1.5mm και R3.0mm κανονικό ή σκληρό στέλεχος και μήκη 220cm, 260cm και 300cm.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ

Να προσφερθεί συσκευή διαστολής 20ml, με μανόμετρο έως και 30 atm. Να είναι διάφανη σε όλο το μήκος της. Να διαθέτει περιστροφικό έμβολο σχήματος T για καλύτερη εργονομία και για σταδιακή συμπίεση/αποσυμπίεση. Να διαθέτει ξεχωριστό διπλό κομβίο ταχείας απελευθέρωσης για την αποφυγή αποσυμπίεσης εκ παραδρομής. Να διαθέτει μανόμετρο με διαβαθμισμένες φωσφορίζουσες ενδείξεις. Να διατεθεί δείγμα προς αξιολόγηση.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα της TeaMedical

Όνομα: SOFMEDICA ΕΛΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε.

Email:

pavlina.georgiou@sofmedica.com

Δημοσιεύθηκε: 30-07-2025

Άρθρο: Σχόλια για την διαβούλευση επικαιροποίησης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια "Υλικών Ψηφιακού Αγγειογράφου"

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε απάντηση της πρόσκλησης του νοσοκομείου σας για τη διενέργεια διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ» με μοναδικό κωδικό 2025DIAB30904, θα θέλαμε να προτείνουμε την προσθήκη των κατωτέρω ειδών με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:

1. Καθετήρας αγγειοπλαστικής με ειδικό μπαλόνι ενδοαγγειακής λιθοτριψίας, για διάνοιξη επασβεστωμένων αγγείων.

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΠΑΛΟΝΙ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ

Να διαθέτει πομπούς ακουστικού κρουστικού παλμού.

Να κονιορτοποιεί το συσσωρευμένο ασβέστιο στα τοιχώματα των αρτηριών.

Να διατίθεται με τον απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό:

Γεννήτρια και συνδετικό καλώδιο. Μεγέθη από 3,5mm – 8,0mm και μήκος μπαλονιού 60mm

Ενδεικτική τιμή : 2780€ + ΦΠΑ 13%

Π.Τ.: Δεν περιγράφεται

2. Καθετήρας αγγειοπλαστικής με ειδικό μπαλόνι ενδοαγγειακής λιθοτριψίας, για διάνοιξη επασβεστωμένων αγγείων μεγαλύτερου μεγέθους από 8mm.

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΠΑΛΟΝΙ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ

Να διαθέτει πομπούς ακουστικού κρουστικού παλμού.

Να κονιορτοποιεί το συσσωρευμένο ασβέστιο στα τοιχώματα των αρτηριών.

Να διατίθεται με τον απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό:

Γεννήτρια και συνδετικό καλώδιο. Μεγέθη από 8,0mm – 12,0mm και μήκος μπαλονιού 30mm

Ενδεικτική τιμή: 3680€ + ΦΠΑ 13%

Π.Τ.: Δεν περιγράφεται

3. Καθετήρας αγγειοπλαστικής με ειδικό μπαλόνι ενδοαγγειακής λιθοτριψίας, για διάνοιξη επασβεστωμένων αγγείων κάτωθεν του γόνατος.

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΠΑΛΟΝΙ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ

Να διαθέτει πομπούς ακουστικού κρουστικού παλμού.

Να κονιορτοποιεί το συσσωρευμένο ασβέστιο στα τοιχώματα των αρτηριών.

Να διατίθεται με τον απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό:

Γεννήτρια και συνδετικό καλώδιο. Μεγέθη από 2,5mm – 6,0mm μήκος μπαλονιού 80mm.

Ενδεικτική τιμή: 3680€ + ΦΠΑ 13%

Π.Τ.: Δεν περιγράφεται

4. Οδηγά σύρματα αγγειοπλαστικής περιφερικών αγγείων, πρώτης επιλογής για καθημερινή χρήση, σύμπλοκες βλάβες και χρόνιες ολικές αποφράξεις και μεγέθη 0,014" και 0,018".

ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Οδηγά σύρματα αγγειοπλαστικής περιφερικών αγγείων, πρώτης επιλογής για καθημερινή χρήση, σύμπλοκες βλάβες και χρόνιες ολικές αποφράξεις.

Για μεγάλα και μικρά περιφερικά αγγεία (ATK, BTK).

Να διαθέτουν:

- Υψηλή ικανότητα ελιγμών,
- Εξαιρετική προσπελασιμότητα,
- Σύνθετο πυρήνα πολλαπλών συρμάτων, τεχνολογίας ACTONE,
- Υδρόφιλη επικάλυψη SLIP-COAT,
- Υψηλή ανθεκτικότητα άκρου,
- Προηγμένη απόδοση στρέψης (απόκριση 1:1), αποτρέποντας το whip motion,
- Να καλύπτουν όλες τις ανατομικές ανάγκες και τύπους βλαβών.

Να διατίθενται σε διάφορους τύπους:

- Επικαλύψεων,
- Βάρους άκρων, από 1.0 -40.0 gf,
- Τύπους κωνικότητας άκρων,
- Διαμέτρων 0,014" , 0,018",
- Μηκών από 180 έως 300 cm.

Ενδεικτική τιμή: 150€ + ΦΠΑ 24%

Π.Τ.: 3.6.12

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας την ανωτέρω πρότασή μας.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Για την εταιρεία

SOFMEDICA ΕΛΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε.

Παυλίνα Γεωργίου

Tenders Coordinator

Όνομα: ZERONO A.E.

Email: info@zerono.gr

Δημοσιεύθηκε:

29-07-2025

Άρθρο: Σχόλια για την Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια " Υλικών Ψηφιακού Αγγειογράφου"

Αναφορικά με την δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Υλικών Ψηφιακού Αγγειογράφου» παρακαλούμε ἴπως γίνει η παρακάτω διόρθωση:

Για το Α/Α 9 το «...την απόλυτη ελεγχόμενη καθοδήγηση του άκρου 0° - 278° ...» να αλλάξει σε «...την απόλυτη ελεγχόμενη καθοδήγηση του άκρου 0° - 180° ...».

Επιπροσθέτως για την πληρέστερη λειτουργία του Νοσοκομείου η εταιρεία μας ZERONO A.E. επιθυμεί την προσθήκη των παρακάτω υλικών:

1. Σέτ Παρακέντησης Αγγείων τύπου Mini Access - Micro Puncture

Σύστημα πρόσβασης ομοαξονικού εισαγωγέα 4F με διαστολέα και οδηγό σύρμα 0,018" για την τοποθέτηση στο αγγειακό σύστημα οδηγών συρμάτων μεγαλύτερης διαμέτρου όταν προτιμάται η διενέργεια παρακέντησης με μικρή βελόνα. Με βελόνη εισαγωγής 21G και ειδικό εργαλείο BOWTIE για εύκολη εισαγωγή σύρματος.

2. Σέτ Παρακέντησης για Διαδερμική Παροχέτευση

Σετ Παρακέντησης για διαδερμική παροχέτευση, ομοαξονικού εισαγωγέα 6 Fr μήκους 20cm, με ακτινοσκοιρό δείκτη στο άκρο, ηχογενή βελόνα 21G x 15cm, συρμάτινο οδηγό 0.018" με άκρο από πλατίνα και μήκος 60cm και οδηγό σύρμα διπλού άκρου Heavy Duty 0.038" 150cm.

Με εκτίμηση,

Για την ZERONO A.E.

Χονδρογιάννης Κωνσταντίνος

Business Development Manager

Όνομα: KALTEQ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Email: tenders@kalteq.gr Δημοσιεύθηκε: 25-07-2025

Άρθρο: Διαβούλευση για προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ»

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια της ανάρτησης της 1ης Διαβούλευσης με Μοναδικό Κωδικό 2025DIAB30904 και ημερομηνία δημοσίευσης 16/07/2025, η εταιρεία μας με σκοπό την διασφάλιση της ευρύτητας συμμετοχής στη επικείμενη διαγωνιστική διαδικασία και της ανάπτυξης υγιούς ανταγωνισμού, σας προτείνουμε την προσθήκη των παρακάτω νέων ειδών.

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΜΙΚΡΟΣΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

Να είναι κατασκευασμένα από πλατίνα, χωρίς ίνες, συμβατά με μικροκαθετήρες εσωτερικής διαμέτρου 0,0165"-0,027" και να διαθέτουν σύρμα προώθησης που φέρει 2 ακτινοσκίερα/fluorosafe markers.

Να διατίθενται σε σχεδιασμούς "complex" για την δημιουργία σταθερού σχήματος/σκελετού αλλά και ελικοειδούς (helical) σχήματος.

Να έχουν την δυνατότητα άμεσης (λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο) απόσπασης, χάρη στον θερμικό μηχανισμό.

Να διατίθενται στα παρακάτω μεγέθη:

Διάμετρος Ø : 2mm έως 24mm και Μήκος: 2cm έως 65cm

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΣΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ

Εργονομική συσκευή μίας χρήσεως με χρόνο θερμικής απόσπασης σπειραμάτων < 1 sec συμβατή με τα άνωθι/αντίστοιχα σπειράματα.

ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΥ ΑΓΓΕΙΩΝ (COILS) .018" & .037" ΧΩΡΙΣ ΙΝΕΣ

Ενδοαγγειακά σπειράματα, σχεδιασμένα για εμβολισμό στην περιφερική κυκλοφορία.

Να είναι κατασκευασμένα από πλατίνα χωρίς συνθετικά ινίδια.

Να διατίθενται στα παρακάτω μεγέθη:

Διάμετρος Ø 2mm - 16mm Μήκος 25mm - 450mm

ΥΓΡΟ ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΥ 1.5ML

Υγρό εμβολισμού από συμπολυμερές αιθυλένιο βινυλικής αλκοόλης (EVOH), διαλυμένο σε DMSO και μικρονοποιημένης πούδρας τανταλίου χαμηλής ταχύτητας καθίζησης.

Να διατίθεται με ιξώδες 12cP , 18cP και 34cP με επιλογή κανονικής ή κατά 30% λιγότερης ακτινοδιαπερατότητας (LD, Low Density).

Η συσκευασία να περιέχει :

1 φιαλίδιο των 1,5ml εμβολικό υλικό

1 φιαλίδιο των 1,5ml DMSO

2 σύριγγες των 1 cc για το εμβολικό υλικό

1 σύριγγα των 1 cc για DMSO

2 συνδετικά (adaptors)

Οι σύριγγες για DMSO και εμβολικό υλικό να είναι διαφορετικού χρώματος.

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο χώρο των προμηθειών υγειονομικού υλικού για τα νοσοκομεία επί εικοσαετίας και αποτελεί ηγέτιδα δύναμη σε πολλές κατηγορίες υλικών παρέχοντας ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα για τους ασθενείς των Ελληνικών Νοσοκομείων.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε.

Μετά τιμής,

Για την εταιρεία KALTEQ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.,

Διονυσία Αρναούτογλου

Product Manager CVS

Όνομα: Y-LOGIMED MAE Email: A.Ziongka@y-logimed.gr Δημοσιεύθηκε: 22-07-2025

Άρθρο: ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜ.ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ»

ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 1ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ» CPV:33111710-1».

Αξιότιμοι κύριοι,

Στα πλαίσια της πρόσκλησης της ανωτέρω Δημόσιας Διαβούλευσης για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια υλικών ψηφιακού αγγειογράφου και εστιάζοντας στην ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και στον εμπλουτισμό των νέων καινοτόμων τεχνολογιών , θα θέλαμε να συνδράμουμε στην βελτιστοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών προτείνοντάς σας να συμπεριλάβετε τις ακόλουθες τεχνικές περιγραφές στην κατάσταση των ζητούμενων ειδών.

1. ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ARMADA 35 (Ο.Τ.Ω.) ΜΕ ΣΥΡΜΑ 0,035":

Καθετήρας περιφερικών αρτηριών με ατραυματικό εύκαμπτο άκρο συμβατό με οδηγό σύρμα 0,035" Ο.Τ.Ω. και μήκος καθετήρα 80cm και 135cm. Το φέρον σύστημα έχει ιδιαίτερα χαμηλό προφίλ , είναι κατασκευασμένο από ολισθηρού υλικό microglide για ευελιξία και οδηγησιμότητα και έχει δύο ακτινοσκοιούς δείκτες για τον προσδιορισμό της θέσης του καθετήρα. Τα μπαλόνια προσφέρονται σε διαμέτρους από 3mm έως και 14mm και σε μήκη από 20mm έως και 200mm.

Ενδεικτική τιμή τεμαχίου 115,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%).

2. ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ARMADA 18 (Ο.Τ.Ω.) ΜΕ ΣΥΡΜΑ 0,018":

Καθετήρας περιφερικών αρτηριών με ατραυματικό εύκαμπτο άκρο συμβατό με οδηγό σύρμα 0,018" Ο.Τ.Ω. και μήκος καθετήρα 90cm και 150cm. Το φέρον σύστημα έχει ιδιαίτερα χαμηλό προφίλ, είναι κατασκευασμένο από ολισθηρού υλικό microglide για ευελιξία και οδηγησιμότητα και έχει δύο ακτινοσκοιούς δείκτες για τον προσδιορισμό της θέσης του καθετήρα. Τα μπαλόνια προσφέρονται σε διαμέτρους από 2mm έως και 6mm και σε μήκη από 20mm έως και 200mm.

Ενδεικτική τιμή τεμαχίου 165,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%).

3. ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ARMADA 14 (Ο.Τ.Υ.) ΜΕ ΣΥΡΜΑ 0,014":

Καθετήρας περιφερικών αρτηριών με ατραυματικό εύκαμπτο άκρο συμβατό με οδηγό σύρμα 0,014" Ο.Τ.Υ. και μήκος καθετήρα 90cm και 150cm. Το φέρον σύστημα έχει ιδιαίτερα χαμηλό προφίλ, είναι κατασκευασμένο από ολισθηρού υλικό microglide για ευελιξία και οδηγησιμότητα και έχει δύο ακτινοσκοπικούς δείκτες για τον προσδιορισμό της θέσης του καθετήρα. Τα μπαλόνια προσφέρονται σε διαμέτρους από 1,5mm έως και 4mm και σε μήκη από 20mm έως και 200mm.

Ενδεικτική τιμή τεμαχίου 165,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%).

4. ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ VIATRAC PLUS (RX) ΜΕ ΣΥΡΜΑ 0,014":

Καθετήρας περιφερικών αρτηριών με ατραυματικό εύκαμπτο άκρο συμβατό με οδηγό σύρμα 0,014" RX και μήκος καθετήρα 80cm και 135cm. Το φέρον σύστημα έχει ιδιαίτερα χαμηλό προφίλ, είναι κατασκευασμένο από ολισθηρού υλικό microglide για ευελιξία και οδηγησιμότητα και έχει δύο ακτινοσκοπικούς δείκτες για τον προσδιορισμό της θέσης του καθετήρα. Τα μπαλόνια προσφέρονται σε διαμέτρους από 4mm έως και 7mm και σε μήκη από 15mm έως και 40mm.

Ενδεικτική τιμή τεμαχίου 155,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%).

5. ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 0,014" ΓΙΑ ΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ COMMAND ΚΑΙ COMMAND ES.

Οδηγό σύρμα αγγειοπλαστικής 0,014" 190cm και 300cm περιφερικών αγγείων από ανοξείδωτο ατσάλινο σώμα με επικάλυψη PTFE κατασκευασμένο από κράμα νικελίου τιτανίου (NITINOL) με υδρόφιλη επικάλυψη για ελαχιστοποίησή της τριβής, μήκους 3cm και σκληρότητα άκρου 2,8 και 3,5 grams.

Ενδεικτική τιμή τεμαχίου 150,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%).

6. ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 0,018" ΓΙΑ ΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ COMMAND LT ΚΑΙ COMMAND ST:

Οδηγό σύρμα αγγειοπλαστικής 0,018" 190cm και 300cm περιφερικών αγγείων από ανοξείδωτο ατσάλινο σώμα με επικάλυψη PTFE κατασκευασμένο από κράμα νικελίου τιτανίου (NITINOL) με υδρόφιλη επικάλυψη για ελαχιστοποίηση της τριβής, μήκους 3cm και σκληρότητα άκρου 2,8 και 3,5 grams.

Ενδεικτική τιμή τεμαχίου 150,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%).

7. ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 0,014" ΓΙΑ ΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ WINN 40, WINN 80 ΚΑΙ WINN 200T :

Οδηγό σύρμα αγγειοπλαστικής 0,014" 190cm και 300cm περιφερικών αγγείων από ανοξείδωτο ατσάλινο σώμα με επικάλυψη PTFE κατασκευασμένο από κράμα νικελίου τιτανίου (NITINOL) με υδρόφιλη επικάλυψη για ελαχιστοποίηση της τριβής, μήκους 3cm και σκληρότητα άκρου 4,8 grams, 9,7grams και 13grams.

Ενδεικτική τιμή τεμαχίου 150,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%)

8. ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 0,018" ΓΙΑ ΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ CONNECT, CONNECT FLEX ΚΑΙ CONNECT 250T :

Οδηγό σύρμα αγγειοπλαστικής 0,018" 145cm, 195cm και 300cm περιφερικών αγγείων από ανοξείδωτο ατσάλινο σώμα με επικάλυψη PTFE κατασκευασμένο από κράμα νικελίου τιτανίου (NITINOL) με

υδρόφιλη επικάλυψη για ελαχιστοποίηση της τριβής, μήκους 3cm και σκληρότητα άκρου 4 grams, 12grams και 30grams.

Ενδεικτική τιμή τεμαχίου 150,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%).

9. ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 0,035" SUPRACORE ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΛΙΚΟΕΙΔΗ ΑΓΓΕΙΑ :

Οδηγό σύρμα αγγειοπλαστικής 0,035" 190cm και 300cm περιφερικών αγγείων από ανοξείδωτο ατσάλινο σώμα με επικάλυψη πλατίνας και με ατραυματικό άκρο (FLOPY), μήκους 10cm. Εξαιρετικής στρεπτικότητας και ευελιξίας αλλά και υποστήριξης όλων των υλικών αγγειοπλαστικής.

Ενδεικτική τιμή τεμαχίου 70,80 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%).

10. ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 0,018" STEELCORE ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΛΙΚΟΕΙΔΗ ΑΓΓΕΙΑ :

Οδηγό σύρμα αγγειοπλαστικής 0,018" 190cm και 300cm περιφερικών αγγείων από ανοξείδωτο ατσάλινο σώμα με επικάλυψη πλατίνας και με ατραυματικό άκρο (FLOPY), μήκους 10cm. Εξαιρετικής στρεπτικότητας και ευελιξίας αλλά και υποστήριξης όλων των υλικών αγγειοπλαστικής.

Ενδεικτική τιμή τεμαχίου 70,80 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%).

11. ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 0,014" SPARTACORE ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΛΙΚΟΕΙΔΗ ΑΓΓΕΙΑ :

Οδηγό σύρμα αγγειοπλαστικής 0,014" 130cm, 190cm και 300cm περιφερικών αγγείων από ανοξείδωτο ατσάλινο σώμα με επικάλυψη πλατίνας και με ατραυματικό άκρο (FLOPY), μήκους 5cm. Εξαιρετικής στρεπτικότητας και ευελιξίας αλλά και υποστήριξης όλων των υλικών αγγειοπλαστικής.

Ενδεικτική τιμή τεμαχίου 65,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%)

12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΚΛΙΠ ΝΙΤΙΝΟΛΗΣ STARCLOSE (5Fr ME 7Fr):

Σύστημα αιμόστασης με κλιπ (CLIP) από κράμα νικελίου τιτανίου (NITINOL), διαδερμικής τοποθέτησης για την ασφαλή, ταχεία και αξιόπιστη αιμόσταση της μηριαίας αρτηρίας μετά από αγγειογραφία ή αγγειοπλαστική για την ταχεία κινητοποίηση του ασθενή. Η συσκευή είναι συμβατή για αρτηριακούς εισαγωγείς από 5Fr έως και 7Fr. Η συσκευή δεν διαταράσσει την ροή και την ταχύτητα του αίματος μέσα στο αγγείο μετά την τοποθέτησή του και επιτρέπει την άμεση και εκ νέου πρόσβαση στο αγγείο.

Ενδεικτική τιμή τεμαχίου 125,50 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%).

13. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ PAMMA PERCLOSE PROSTYLE (5Fr ME 8Fr):

Σύστημα αιμόστασης ράμμα για την διαδερμική ραφή της μηριαίας αρτηρίας σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε διαγνωστικές ή επεμβατικές διαδικασίες για την ασφαλή, ταχεία και αξιόπιστη αιμόσταση της μηριαίας αρτηρίας. Η συσκευή είναι συμβατή για αρτηριακούς εισαγωγείς από 5Fr έως και 8Fr. Η συσκευή δεν διαταράσσει την ροή και την ταχύτητα του αίματος μέσα στο αγγείο μετά την τοποθέτησή του και επιτρέπει την άμεση εκ νέου πρόσβαση στο αγγείο.

Ενδεικτική τιμή τεμαχίου 250,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%).

Παρακαλούμε όπως ληφθούν υπόψη τα ανωτέρω και παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε.

Με εκτίμηση,
Υ-LOGIMED MAE
Τηλ. επικοινωνίας: 210-2802000

Όνομα: Μ.Σ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. **Email: tenders@msjacovides.com** **Δημοσιεύθηκε:**
22-07-2025

Άρθρο: ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ

Προς
Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Τμήμα Προμηθειών

Θέμα : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 1ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ» CPV: 33111710-1

Αξιότιμοι κύριοι,
Σε συνέχεια της ανάρτησής σας στο διαδίκτυο προς δημόσια διαβούλευση για την επικαιροποίηση
τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ» CPV: 33111710-1
σημειώνουμε τα εξής για τα ακόλουθα είδη :

Ζητούμε να διευρυνθούν οι προδιαγραφές για το συγκεκριμένο είδος και να δοθεί η δυνατότητα σε
περισσότερα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και εξαιρετικής απόδοσης, να προσφερθούν για τις ανάγκες
του αγγειογράφου. Προτείνουμε να προστεθεί το εξής:

19. Οδηγά σύρματα υδρόφιλο “J” tip 0,035” x 175-180cm

Οδηγά σύρματα κατασκευασμένα από ενιαίο υπερελαστικό πυρήνα κράμματος Νικελίου-Τιτανίου
(Nitinol), για αντοχή στο τσάκισμα και ανταπόκριση άκρου 1 προς 1. Να διαθέτουν άκρο με μνήμη του
σχήματός του, στρογγυλεμένο, ευέλικτο και ατραυματικό και ειδικό ακτινοσκοπικό εξωτερικό κάλυμμα από
“M” υδρόφιλο πολυμερές πολυουρεθάνης, σε όλο το μήκος του σύρματος, για την ασφαλή και
ατραυματική καθοδήγησή τους μέσα από αβαστωμένα και με απαιτητικές ανατομίες (ελικωμένα) αγγεία,
καθώς και την αποφυγή διάτρησης αυτών (perforation).

Η υδρόφιλη ιδιότητα των συρμάτων να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή
ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, έτσι ώστε να μην γίνονται κολλώδη και
δύσχρηστοι και να αντέχουν σε χρονοβόρες διαδικασίες.

Να διατίθενται σε μήκη 150, 180cm και όλες τις διαμέτρους από 0.018”, 0.025”, 0.032”, 0.035” και 0.038”.
Να διαθέτουν άκρο ευθύ, γωνιώδες και τύπου J καθώς επίσης και διαφορετικά μήκη εύκαμπτου άκρου 3,
5 και 8cm.

Επίσης, ζητούμε όπως προστεθούν οι προδιαγραφές για τα ακόλουθα είδη και να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερα προϊόντα, υψηλής τεχνολογίας και εξαιρετικής απόδοσης, να προσφερθούν για τις ανάγκες του αγγειογράφου. Έτσι πέρα των ήδη υφιστάμενων προδιαγραφών προτείνουμε να προστεθούν και τα ακόλουθα ΝΕΑ ΕΙΔΗ:

A. Οδηγά σύρματα υδρόφιλο “J” tip 0,035” x 260cm

Οδηγά σύρματα κατασκευασμένα από ενιαίο υπερελαστικό πυρήνα κράμματος Νικελίου-Τιτανίου (Nitinol), για αντοχή στο τσάκισμα και ανταπόκριση άκρου 1 προς 1. Να διαθέτουν άκρο με μνήμη του σχήματός του, στρογγυλεμένο, ευέλικτο και ατραυματικό και ειδικό ακτινοσκοπικό εξωτερικό κάλυμμα από “M” υδρόφιλο πολυμερές πολυουρεθάνης, σε όλο το μήκος του σύρματος, για την ασφαλή και ατραυματική καθοδήγησή τους μέσα από ασβεστωμένα και με απαιτητικές ανατομίες (ελικωμένα) αγγεία, καθώς και την αποφυγή διάτρησης αυτών (perforation).

Η υδρόφιλη ιδιότητα των συρμάτων να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, έτσι ώστε να μην γίνονται κολλώδη και δύσχρηστοι και να αντέχουν σε χρονοβόρες διαδικασίες.

Να διατίθενται σε μήκη 260cm και όλες τις διαμέτρους από 0.018”, 0.025”, 0.032”, 0.035” και 0.038”. Να διαθέτουν άκρο ευθύ, γωνιώδες και τύπου J καθώς επίσης και διαφορετικά μήκη εύκαμπτου άκρου 3, 5 και 8cm.

B. Υδρόφιλο KIT Εισαγωγής Κερκιδικής πρόσβασης με Υδρόφιλη M coat Επιφάνεια και Υπέρλεπτα Τοιχώματα

Υδρόφιλο kit εισαγωγής κερκιδικής πρόσβασης για περιπτώσεις “ad-hoc αγγειοπλαστικής”. Το θηκάρι να είναι συμβατό με οδηγούς καθετήρες 5Fr/6Fr/7Fr και εξωτερική διάμετρο που να αντιστοιχεί σε θηκάρι μικρότερο κατά 1Fr, δηλαδή, 4Fr/5Fr/6Fr αντίστοιχα.

Να διαθέτει υδρόφιλα τοιχώματα πάχους 0,12mm για να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος αγγειοσπασμού της κερκιδικής αρτηρίας και ο απαιτούμενος χρόνος αιμόστασης.

Να διαθέτει ειδική αιμοστατική βαλβίδα σταυροειδούς οπής από σιλικόνη και παράπλευρο σωλήνα με υποδοχή για έγχυση ή λήψη αίματος.

Για την αποφυγή αγγειοσπασμού, η υδρόφιλη ιδιότητά του να επιτυγχάνεται μέσω χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένης σε μοριακό επίπεδο στην επιφάνεια του υλικού και όχι με απλή επίστρωση αυτής.

Το KIT να περιλαμβάνει: Υδρόφιλο θηκάρι 5, 6, ή 7Fr μήκους 10cm ή 16cm με κωνικό διαστολέα, μεταλλική βελόνα ή πλαστικό καθετήρα (20G ή 21G), mini οδηγό σύρμα 0,21” ή 0,22”.

Γ. Υδρόφιλοι υπερεκλεκτικοί καθετήρες αγγειογραφίας 5Fr

Υδρόφιλοι υπερεκλεκτικοί καθετήρες (οδηγοί καθετήρες και καθετήρες αγγειογραφίας) η υδροφιλικότητα των οποίων να επιτυγχάνεται μέσω χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένης σε μοριακό επίπεδο στην επιφάνεια του υλικού και όχι με απλή επίστρωση αυτής ειδικά σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι από μαλακό υλικό (πολυουρεθάνη) ώστε να εξασφαλίζεται άριστη βιοσυμβατότητα. Να διαθέτουν

ενσωματωμένο διπλό πλέγμα από ανοξείδωτο χάλυβα έως και 15 cm από το άκρο τους. Η επιφάνειά τους να είναι λεία και μη θρομβογενής. Να διαθέτουν επίσης μεγάλο εσωτερικό αυλό (1.15 mm στα 5Fr και 1.02 mm στα 4 Fr.) και να είναι συμβατοί με οδηγό σύρμα 0.038". Επίσης να διαθέτουν ακροφύσιο από διαφανές υλικό για τον έλεγχο φουσαλίδων και θρόμβων και ο εσωτερικός τους αυλός να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη μικροκαθετήρων (εμβολισμού, χημειοεμβολισμού κλπ.) έως 3 Fr. Να διατίθενται σε διάμετρο 4 και 5 Fr, Μήκη : 65, 80, 100 και 110 cm και σε τύπους Cobra 1,2,3, Straight, Multipurpose, Simmons/ Sidewinter 1,2 ή 3, Hick Headhunter 1 και Vertebral.

Δ. Υδρόφιλοι υπερεκλεκτικοί καθετήρες αγγειογραφίας 4Fr

Υδρόφιλοι υπερεκλεκτικοί καθετήρες (οδηγοί καθετήρες και καθετήρες αγγειογραφίας) η υδροφιλικότητα των οποίων να επιτυγχάνεται μέσω χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένης σε μοριακό επίπεδο στην επιφάνεια του υλικού και όχι με απλή επίστρωση αυτής ειδικά σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι από μαλακό υλικό (πολυουρεθάνη) ώστε να εξασφαλίζεται άριστη βιοσυμβατότητα. Να διαθέτουν ενσωματωμένο διπλό πλέγμα από ανοξείδωτο χάλυβα έως και 15 cm από το άκρο τους. Η επιφάνειά τους να είναι λεία και μη θρομβογενής. Να διαθέτουν επίσης μεγάλο εσωτερικό αυλό (1.15 mm στα 5Fr και 1.02 mm στα 4 Fr.) και να είναι συμβατοί με οδηγό σύρμα 0.038". Επίσης να διαθέτουν ακροφύσιο από διαφανές υλικό για τον έλεγχο φουσαλίδων και θρόμβων και ο εσωτερικός τους αυλός να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη μικροκαθετήρων (εμβολισμού, χημειοεμβολισμού κλπ.) έως 3 Fr. Να διατίθενται σε διάμετρο 4 και 5 Fr, Μήκη : 65, 80, 100 και 110 cm και σε τύπους Cobra 1,2,3, Straight, Multipurpose, Simmons/ Sidewinter 1,2 ή 3, Hick Headhunter 1 και Vertebral.

Ε. Υδρόφιλοι μικροκαθετήρες χημειοεμβολισμού 2,4Fr & 2,7 Fr με οδηγό σύρμα (Coaxial Type)

Ειδικοί υπερεκλεκτικοί τριστηρωματικοί μικροκαθετήρες με εσωτερικό στρώμα από PTFE για πλήρη συμβατότητα με χημειοεμβολικά, χημειοθεραπευτικά (NBCA glue, Ethanol, DMSO, Lipidol, Cisplatin, Mytomycin, Adriamycin, Zinostatin κλπ) και άλλα εμβολικά υλικά. Να διαθέτει σε όλο του το σώμα ακτινοσκοπικό σπείραμα από Tungsten βαθμιδωτής ελίκωσης καθώς και εξωτερικό κάλυμμα από "Μ" υδρόφιλο πολυστρωματικό πλαστικό πολυμερές για να του προσδίδει δυνατότητα πρόσβασης σε δύσκολες και ασβεστωμένες ανατομίες και ευκολία στους χειρισμούς.

Ο συρμάτινος οδηγός να είναι κατασκευασμένος από μονοκόμματο πυρήνα κράματος Νικελίου-Τιτανίου (Nitinol), διαμέτρου 0,021" και ειδικό ακτινοσκοπικό εξωτερικό κάλυμμα από "Μ" υδρόφιλο πολυμερές πολυουρεθάνης, σε όλο το μήκος του σύρματος, για την ασφαλή και ατραυματική καθοδήγησή τους μέσα από ασβεστωμένα και με δύσκολες ανατομίες (ελικωμένα) αγγεία.

Η υδρόφιλη ιδιότητα του καθετήρα και του συρμάτινου οδηγού να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, έτσι ώστε να μην γίνονται κολλώδη και δύσχρηστα και να αντέχουν σε χρονοβόρες διαδικασίες. Να διαθέτει εξωτερική διάμετρο καθετήρα 2.4 Fr άπω / 2.9 Fr εγγύς.

ΣΤ. Υδρόφιλοι μικροκαθετήρες χημειοεμβολισμού 2,0 Fr, 2,4Fr & 2,7 Fr

Ειδικοί υπερεκλεκτικοί τριστρωματικοί μικροκαθετήρες με εσωτερικό στρώμα από PTFE για πλήρη συμβατότητα με χημειοεμβολικά, χημειοθεραπευτικά (NBCA glue, Ethanol, DMSO, Lipidol, Cisplatin, Mytomycin, Adriamycin, Zinostatin κλπ) και άλλα εμβολικά υλικά. Να διαθέτει σε όλο του το σώμα ακτινοσκοπικό σπείραμα από Tungsten βαθμιδωτής ελίκωσης καθώς και εξωτερικό κάλυμμα από "M" υδρόφιλο πολυστρωματικό πλαστικό πολυμερές για να του προσδίδει δυνατότητα πρόσβασης σε δύσκολες και επασβεστωμένες ανατομίες, για ευκολία στους χειρισμούς. Η υδρόφιλη ιδιότητα του καθετήρα να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, έτσι ώστε να μην γίνονται κολλώδη και δύσχρηστοι και να αντέχουν σε χρονοβόρες διαδικασίες.

Να διαθέτει εξωτερική διάμετρο καθετήρα 2.4 Fr άπω / 2.9 Fr εγγύς. Να είναι συμβατός με οδηγό σύρμα έως και 0.018", μήκος καθετήρα έως και 150cm.

Ζ. Σύστημα Αγγειακής Αιμόστασης Μηριαίας με βιοαπορροφήσιμα υλικά χωρίς ράμματα

Να διαθέτει δικό του σύστημα εισαγωγής (θηκάρι συμβατό και βαθμονομημένο) και αποκλειστικά βιοαπορροφήσιμα υλικά για να σφραγίσει άμεσα με αποτελεσματικότητα και με διπλή ασφάλεια την αρτηριοτομή. Να τοποθετείται ενδοαγγειακά και να σφραγίζει τόσο το εσωτερικό τμήμα του αγγείου, μη επιτρέποντας την διαφυγή του αίματος από την αρτηριοτομή, όσο και εξωτερικά με το κολλαγόνο την αρτηριοτομή, κάτω από τους ιστούς. Να αποδομούνται όλα τα υλικά του εντός 3 μηνών αφήνοντας ανεπηρέαστη την ροή του αίματος χωρίς το παραμικρό ίχνος στένωσης εντός του αγγείου. Το σύστημα να διατίθεται σε μεγέθη, 6Fr και 8Fr.

Η. Θηκάρια - Οδηγοί Καθετήρες για PTA 90cm

Να είναι κατασκευασμένα από Nylon με ενίσχυση από σπειροειδές έλασμα χειρουργικού χάλυβα. Ο εσωτερικός αυλός να έχει επικάλυψη PTFE για μειωμένες τριβές. Το άπω (distal) άκρο τους να διαθέτει: ακτινοσκοπικό "Gold marker", να είναι ιδιαίτερα ατραυματικό, με ομαλή μετάπτωση θηκαριού-διαστολέα και με εξωτερικό κάλυμμα από "M" υδρόφιλο πολυμερές για εύκολη καθοδήγηση μέσα από δύσκολες και ασβεστωμένες ανατομίες. Η υδρόφιλη ιδιότητα να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού. Να διαθέτουν αποσπώμενη σταυροειδή βαλβίδα σιλικόνης ή διαφοροποιημένη περιστρεφόμενη βαλβίδα τύπου Y (Tuohy-Borst valve). Να διατίθενται σε διαμέτρους 5Fr - 8Fr, μεγάλες εσωτερικές διαμέτρους (5Fr. 0,076", 6Fr. 0,087", 7Fr. 0,100", 8Fr. 0,114"), και μήκος 90cm με διάφορους τύπους διαμόρφωσης άκρου.

Θ. Θηκάρια - Οδηγοί Καθετήρες για PTA 65cm

Να είναι κατασκευασμένα από Nylon με ενίσχυση από σπειροειδές έλασμα χειρουργικού χάλυβα. Ο εσωτερικός αυλός να έχει επικάλυψη PTFE για μειωμένες τριβές. Το άπω (distal) άκρο τους να διαθέτει: ακτινοσκοπικό "Gold marker", να είναι ιδιαίτερα ατραυματικό, με ομαλή μετάπτωση θηκαριού-διαστολέα και με εξωτερικό κάλυμμα από "M" υδρόφιλο πολυμερές για εύκολη καθοδήγηση μέσα από δύσκολες και ασβεστωμένες ανατομίες. Η υδρόφιλη ιδιότητα να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη

με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού. Να διαθέτουν αποσπώμενη σταυροειδή βαλβίδα σιλικόνης ή διαφοροποιημένη περιστρεφόμενη βαλβίδα τύπου Y (Tuohy-Borst valve). Να διατίθενται σε διαμέτρους 5Fr - 8Fr, μεγάλες εσωτερικές διαμέτρους (5Fr. 0,076", 6Fr. 0,087", 7Fr. 0,100", 8Fr. 0,114"), και μήκος 65cm με διάφορους τύπους διαμόρφωσης άκρου.

I. Θηκάρια - Οδηγοί Καθετήρες για PTA 45cm

Να είναι κατασκευασμένα από Nylon με ενίσχυση από σπειροειδές έλασμα χειρουργικού χάλυβα. Ο εσωτερικός αυλός να έχει επικάλυψη PTFE για μειωμένες τριβές. Το άπω (distal) άκρο τους να διαθέτει: ακτινοσκοπικό "Gold marker", να είναι ιδιαίτερα ατραυματικό, με ομαλή μετάπτωση θηκαριού-διαστολέα και με εξωτερικό κάλυμμα από "M" υδρόφιλο πολυμερές για εύκολη καθοδήγηση μέσα από δύσκολες και ασβεστωμένες ανατομίες. Η υδρόφιλη ιδιότητα να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού. Να διαθέτουν αποσπώμενη σταυροειδή βαλβίδα σιλικόνης ή διαφοροποιημένη περιστρεφόμενη βαλβίδα τύπου Y (Tuohy-Borst valve). Να διατίθενται σε διαμέτρους 5Fr - 8Fr, μεγάλες εσωτερικές διαμέτρους (5Fr. 0,076", 6Fr. 0,087", 7Fr. 0,100", 8Fr. 0,114"), και μήκος 45cm με διάφορους τύπους διαμόρφωσης άκρου.

IA. Ειδικοί Υπέρσκληροι Υδρόφιλοι Οδηγοί Αγγειοπλαστικής Περιφερικών Αγγείων

Ειδικά σχεδιασμένο υπέρσκληρο σύρμα αγγειοπλαστικής από υπερελαστικό κράμα Νικελίου –Τιτανίου (Nitinol) και πολυουρεθάνης. Να διαθέτει τεχνολογία διπλού πυρήνα για την αποτελεσματική προσπέλαση της βλάβης αλλά και την ασφαλή μεταφορά των επεμβατικών συσκευών με ένα μόνο σύρμα εξασφαλίζοντας στο χειριστή του, λιγότερο ρίσκο, γρηγορότερη διαδικασία και μικρότερο χρόνο έκθεσης στην ακτινοβολία.

Το εγγύς άκρο του να είναι εξαιρετικά σκληρό (extra stiff) με σπειροειδή επένδυση από PTFE για αυξημένη υποστήριξη και ομαλή ολίσθηση ακόμη και στις πιο δύσκολες ανατομίες. Τα 25cm του απώτερου άκρου του διαθέτει χαρακτηριστικά υδρόφιλου σύρματος, δηλαδή πυρήνα Nitinol πολυουρεθάνη και υδροφιλικότητα M-coat εφαρμοσμένη με χημική επεξεργασία στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση

Το άκρο του να είναι κωνικό (tapered) και στρογγυλεμένο για ομαλότερη και ασφαλέστερη εισαγωγή του σύρματος στο αγγείο.

Να διατίθεται σε διάμετρο .035" με μήκος 260cm με ευθύ ή κυρτό άκρο.

Να διατίθεται σε διαμέτρους .014" και .018" με μήκος 180cm με κυρτό άκρο.

IB. Ειδικοί Υπέρσκληροι Υδρόφιλοι Οδηγοί Αγγειοπλαστικής Περιφερικών Αγγείων Διπλού Πυρήνα για Σύμπλοκες Βλάβες

Ειδικά σχεδιασμένο υπέρσκληρο σύρμα αγγειοπλαστικής με τεχνολογία διπλού πυρήνα (dual core) για σύμπλοκες βλάβες. Να διαθέτει ειδικό διπλό πυρήνα Νικελίου-Τιτανίου & Ανοξείδωτου Χάλυβα (Nitinol & Stainless-Steel), ενωμένα με την τεχνολογία της άμεσης ένωσης δύο διαφορετικών μετάλλων (Fusion Joint).

Το εγγύς άκρο του να είναι αστάλινο (stainless steel), εξαιρετικά σκληρό (Extra stiff) με σπειροειδή επένδυση από PTFE για αυξημένη υποστήριξη και ομαλή ολίσθηση ακόμη και στις πιο δύσκολες ανατομίες.

Στο απώτερο άκρο του, σε μήκος 25cm να είναι κωνικό (tapered), να διαθέτει μνήμη του σχήματός του, να είναι στρογγυλεμένο, ευέλικτο, ατραυματικό και υδρόφιλο, κατασκευασμένο από ενιαίο ειδικό υπερελαστικό κράμα Νικελίου –Τιτανίου (Nitinol) και ειδικό ακτινοσκιερό εξωτερικό κάλυμμα από “M” υδρόφιλο πολυμερές πολυουρεθάνης. Η υδρόφιλη ιδιότητα του σύρματος να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, έτσι ώστε να μην γίνονται κολλώδη και δύσχρηστοι και να αντέχουν σε χρονοβόρες διαδικασίες. Να διατίθεται με: μήκος σύρματος 180cm & 300cm, διάμετρο 0,014 & 0.018”, σχήμα άκρου: ευθύ ή κυρτό και εύκαμπτο άκρο 1cm.

ΙΓ. Ειδικοί Υδρόφιλοι Περιφερικοί Καθετήρες Υποστήριξης

Ειδικά σχεδιασμένος καθετήρας 4Fr για την παροχή στήριξης κατά τη διάρκεια επεμβάσεων αγγειοπλαστικής σε περιφερικά αγγεία. Να διαθέτει ενίσχυση από διπλή έλικα ανοξείδωτου χάλυβα για να εξασφαλίζει μέγιστη καθοδηγησιμότητα και αποφυγή τσακίσματος (kink resistance).

Να διαθέτει 3 ακτινοσκιερά σημάδια για μέγιστη ακρίβεια στην τοποθέτηση και τον υπολογισμό του μεγέθους των συσκευών που καθοδηγούνται μέσω αυτού (μετρικός καθετήρας).

Να διατίθεται σε 2 διαμορφώσεις άπω άκρου (ευθύς και με γωνία 30°) και σε μήκη 65, 90, 130 και 150cm ενώ διαθέτει υδρόφιλη επικάλυψη από από “M” υδρόφιλο πολυμερές σε μήκος 40cm από το άκρο .

Να είναι συμβατός με οδηγό σύρμα .035” και θηκάρι 4Fr.

ΙΔ. Ειδικοί Υδρόφιλοι Περιφερικοί Μικροκαθετήρες Υποστήριξης

Υδρόφιλος μικροκαθετήρας 2,6Fr, από “M” υδρόφιλο πολυμερές, ειδικά σχεδιασμένος για την καθοδήγηση και υποστήριξη του οδηγού σύρματος κατά τη διάρκεια επεμβάσεων αγγειοπλαστικής σε μικρά, Femoro–Popliteal, περιφερικά αγγεία.

Να διαθέτει ενίσχυση από διπλή έλικα ανοξείδωτου χάλυβα για να εξασφαλίζει μέγιστη καθοδηγησιμότητα και αποφυγή τσακίσματος (kink resistance).

Να διαθέτει χαμηλό Crossing Profile, με προοδευτικά λεπτινόμενο άκρο που να μηδενίζει το κενό με τον συρμάτινο οδηγό, για να επιτρέπει την προσπέλαση σε σημεία έντονης ασβέστωσης και απαιτητικής αγγειακής ανατομίας ακόμη και σε αγγεία κάτωθεν του αστραγάλου.

Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως “Μετρικός Καθετήρας” διαθέτοντας ακτινοσκιερά markers υψηλής ευκρίνειας, για μέγιστη ακρίβεια στην τοποθέτηση, τον υπολογισμό του μήκους της στένωσης καθώς και του μεγέθους των συσκευών που καθοδηγούνται μέσω αυτού.

Να διατίθεται σε σχήμα άκρου ευθύ και με γωνία 30° και σε μήκη 65, 90, 135 και 150cm για Antegrade και Retrograde πρόσβαση. Να είναι συμβατός με οδηγό 0,018”.

Να επιτρέπει την αλλαγή συρμάτινων οδηγών, έγχυση σκιαγραφικού υγρού καθώς και την παράδοση εμβολικού υλικού (micro coils).

Με τιμή,

Για την Μ.Σ. Ιακωβίδης Ελλάς Α.Ε.

Όνομα: VISTA NOVUS ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ Email: info@vistanovus.gr Δημοσιεύθηκε: 18-07-2025

Άρθρο: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ

ΠΡΟΣ: Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Χαλάνδρι, 18/7/2025

ΘΕΜΑ : «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 1ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ» CPV:33111710-1».

Αξιότιμοι κύριοι,

Λάβαμε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) προς δημόσια διαβούλευση και, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων, θα θέλαμε να συνδράμουμε στη προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών προτείνοντας σας να συμπεριλάβετε τις ακόλουθες τεχνικές περιγραφές στην κατάσταση των ζητούμενων ειδών, και να λάβετε υπόψη σας κάποιες προτάσεις για τροποποίηση – προσαρμογή.

Ειδικότερα:

Επικαλυμμένο αυτοεκπτυσσόμενο μόσχευμα περιφερικών αγγείων από e-PTFE/FEP με σκελετό Nitinol, με διάμετρο 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 13mm και μήκος 2.5, 5, 7.5, 10 & 15cm, με μήκος καθετήρα 120cm. Διαθέτει 8 χρυσούς ακτινοσκοπικούς δείκτες και συνδέσμους ηπαρίνης στην εσωτερική του επιφάνεια, με σταδιακή απελευθέρωση στους 6 μήνες. Ο τρόπος έκπτυξης του μοσχεύματος να γίνεται από την κορυφή του καθετήρα προς το τέλος του (tip to hub). Εισέρχεται από θηκάρι εισαγωγής 7-10Fr ανάλογα με τη διάμετρο του μοσχεύματος.

Κωδικός ΕΠΥ: 55.4.2 → 3.900,00 €

Επικαλυμμένο μόσχευμα περιφερικών αγγείων από φθοριούχο πολυμερές με σκελετό Stainless steel 316L ανεξάρτητων δακτυλίων που προσδίδει ευελιξία, εκπτυσσόμενο με μπαλόνι, χαμηλού προφίλ

μέσης ενδοτικότητα που επιτρέπει την προσαρμογή της διαμέτρου. Στην εσωτερική του επιφάνεια διαθέτει συνδέσμους ηπαρίνης σταδιακής απελευθέρωσης στους 6 μήνες. Διατίθεται σε διαμέτρους 5 – 9 mm και σε μήκη 15 - 79mm, με συνολικό μήκος του σώματος της συσκευής 135cm. Εισέρχεται από θηκάρι εισαγωγής 6 - 8Fr ανάλογα με τη διάμετρο του μοσχεύματος Κωδικός ΕΠΥ :55.4.2 → 3.900,00 €

Παρακαλούμε όπως ληφθούν υπόψη τα ανωτέρω αναφερόμενα και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή τυχόν διευκρίνηση.

Με εκτίμηση,
VISTA NOVUS ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ Μ.Ε.Π.Ε