

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΕΣΗΔΗΣ & ΣΤΗΝ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αρμόδια: Ε. ΒΛΑΧΟΥ
Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14
Τ.Κ 14564 Καλυφτάκη, Ν.Κηφισιά
Τηλ.: 2103501545

**ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 1^{ης} ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ» CPV: 33111710-1.**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 / Α /4-4-05) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016(ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Την υπ' αριθ. 17/03-12-13 (θέμα 3ο) Συνεδρίαση της ΕΚΑΠΥ σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής»
4. Τις αποφάσεις της Ολομέλειας της ΕΚΑΠΥ που ελήφθησαν κατά την υπ' αριθ. 68/14-12-2015 (θέμα 6ο) και υπ' αριθ. 88/07-09-2016 συνεδριάσής της (θέμα 3ο, 4ο και 5ο) αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων.
5. Την υπ' αριθ. 3512/14-9-2015 εγκύκλιο της ΕΚΑΠΥ «Διευκρινήσεις αναφορικά με την διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων»
6. Την υπ' αριθ. 5657/28-11-2016 εγκύκλιο της ΕΚΑΠΥ «Εγκύκλιος – Για την εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών και των κριτηρίων ανάθεσης με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»
7. Την υπ' αριθ. 10972/10.07.2025 (ΑΔΑ: ΨΟΦ6469ΗΔΖ-ΝΡΗ) Απόφαση του Διοικητή περί ορισμού μελών επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
8. Το υπ' αριθ. 11169/15.07.2025 πρακτικό της Επιτροπής επικαιροποίησης τεχνικών προδιαγραφών με το οποίο καταθέτει τις τεχνικές προδιαγραφές.
9. Το γεγονός ότι δεν έχουν αναρτηθεί ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές από την ΕΚΑΠΥ για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ».

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

1^η Δημόσια διαβούλευση για την επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια **«ΥΛΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ» CPV: 33111710-1**, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών: α. από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» (<http://www.eprocurement.gov.gr>) και β. από τον ιστότοπο του Νοσοκομείου www.gonkhosp.gr (Τμήμα Προμηθειών-Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών).

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές για επτά (7) επιπλέον ημερολογιακές ημέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους από την επόμενη της ανάρτησης στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών. Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη αρχείων.

Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.). Κάθε αποστολή στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του. Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.gonkhosp.gr (Τμήμα Προμηθειών-Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών) με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις αυτές και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.

Η τελική απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών πρέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμως αιτιολογημένη, διάλογο των συντακτών της με τουλάχιστον τα εξής έξι (6) στοιχεία : 1) το υλικό που της παραδίδεται από το Τμήμα Προμηθειών 2) τις εν γένει διεθνείς παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα 3) τις παραδοχές της επιστήμης 4) την εμπειρία 5) τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις 6) τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι αποφάσεις της ΕΚΑΠΥ, των οποίων το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής.

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (<http://www.eprocurement.gov.gr>) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” και στην ιστοσελίδα του www.gonkhosp.gr (Τμήμα Προμηθειών-Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΥΡΟΥΛΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΗΣ ΘΩΜΑΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. 'Οι Άγιοι Ανάργυροι'



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Ταχ. Δ/ση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14
ΤΚ. 14564 Καλυφτάκη, Κηφισιά

Κηφισιά, 15/7/2024

Προς,
Γραφείο Προμηθειών

ΘΕΜΑ: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ» (CPV: 33111710-1)

Σας υποβάλλουμε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ» (CPV: 33111710-1)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΑΛΟΥΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΡΥΠΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ

1. Διαγνωστικοί καθετήρες αγγειογραφίας εκλεκτικοί μήκους από 65-110cm ατραυματικοί. Να είναι κατασκευασμένοι από υλικό μαλακού τύπου(πολυαμίδιο) συνεχές (one piece) με ενσωματωμένο συρμάτινο πλέγμα έως και 10cm από το άκρο τους για καλή υποστήριξη και προωθητικότητα. Να διαθέτουν μεγάλο εσωτερικό αυλό (5Fr =1.10mm). Τύπος:Cobra 1,2,3
2. Διαγνωστικοί καθετήρες αγγειογραφίας εκλεκτικοί μήκους από 65-110cm ατραυματικοί. Να είναι κατασκευασμένοι από υλικό μαλακού τύπου(πολυαμίδιο) συνεχές (one piece) με ενσωματωμένο συρμάτινο πλέγμα έως και 10cm από το άκρο τους για καλή υποστήριξη και προωθητικότητα. Να διαθέτουν μεγάλο εσωτερικό αυλό (5Fr =1.10mm). Τύπος:Simmons 1,2,3 -
3. Περιφερικοί διαγνωστικοί καθετήρες με εμφανές κωνικό άκρο, ώστε να εξασφαλίζουν ατραυματική διόδο στα αγγεία ενώ ταυτόχρονα να προσφέρει ικανή στήριξη και κατευθυντικότητα. Να διαθέτουν μεγάλη εσωτερική διάμετρο και συμβατότητα με σύρμα

διαμέτρου έως 0,038". Μήκος 40-125cm. Διάμετρος 4Fr ,5Fr. Κατάλληλοι και για εμβολισμό. Σε καμπυλότητα με όλους τους κοινούς τύπους Cobra 1,2,3 -

4. Περιφερικοί διαγνωστικοί καθετήρες με εμφανές κωνικό άκρο, ώστε να εξασφαλίζουν ατραυματική δίοδο στα αγγεία ενώ ταυτόχρονα να προσφέρει ικανή στήριξη και κατευθυντικότητα. Να διαθέτουν μεγάλη εσωτερική διάμετρο και συμβατότητα με σύρμα διαμέτρου έως 0,038". Μήκος 40-125cm. Διάμετρος 4Fr ,5Fr. Κατάλληλοι και για εμβολισμό. Σε καμπυλότητα με όλους τους κοινούς τύπους Simmons 1,2,3 -
5. Περιφερικοί διαγνωστικοί καθετήρες με εμφανές κωνικό άκρο, ώστε να εξασφαλίζουν ατραυματική δίοδο στα αγγεία ενώ ταυτόχρονα να προσφέρει ικανή στήριξη και κατευθυντικότητα. Να διαθέτουν μεγάλη εσωτερική διάμετρο και συμβατότητα με σύρμα διαμέτρου έως 0,038". Μήκη 40-125cm. Διάμετροι 4Fr ,5Fr. Κατάλληλοι και για εμβολισμό. Στέλεχος κατασκευασμένο από SOFT Nylon Pebax και εσωτερικό πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι για άριστη περιστροφική ικανότητα και ευελιξία και μείωση του πιθανού κινδύνου τραυματισμού του αγγείου. Διατίθενται σε μεγέθη 4Fr με εσωτερική διάμετρο 0,040"/ 1,02mm, 5Fr με εσωτ. διάμ. 0,046"/1,17mm και μήκη 30-125cm. μέγιστη αντοχή πίεσης έως 1200psi να διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία σε καμπυλότητα με όλους τους κοινούς τύπους(Cobra 1,2,3 - Simmons 1,2,3 - Headhunter, Vertebral, STR Pig Tail, STR tapered, Renal, Jcurve 1,2,3 - Shepherd Hook, Mani, Hinck, Bentson) καθώς και εξειδικευμένοι για φίστουλα.
6. Μικροκαθετήρας πολυαμιδίου 2.6F με ωφέλιμο μήκος 105/125/150 cm, υδρόφιλο μήκος 65-100 cm, , 1000psi, 6895kPa μέγιστη πίεση, ροή μέχρι 5.1 ml/sec σύρμα 021"και εσωτερικό πλέγμα βολφραμίου
7. Μικροκαθετήρας υδρόφιλος μαλακός με 1,98F άπω άκρο ωφέλιμο μήκος 125cm, υδρόφιλο μήκος 65 cm, με πλέγμα από βολφράμιο, κυρτό προσχηματισμένο άκρο, εγγύς άκρο 1.98Fr για σύρμα max 0.018"
8. Περιφερικό σύρμα 0.016" μήκους 165 και 180cm πυρήνα από ανοξείδωτο ατσάλι και υδρόφιλη επικάλυψη μήκους 160 και 175cm και με άκρο προσχηματιζόμενο, ευθύ ή κυρτό ή διπλής γωνίωσης σχεδιασμού ACTONE.
9. Μικροκαθετήρας κατευθυνόμενος. Υδρόφιλος μικροκαθετήρας με ειδικό εξοπλισμό πηδαλίου που επιτυγχάνει την απόλυτη ελεγχόμενη καθοδήγηση του άκρου από 0o-278° για υπερεκλεκτικό καθετηριασμό περιφερικών αγγείων χωρίς την χρήση οδηγού σύρματος για έγχυση εμβολικών υλικών, μήκους 125cm, οδηγό σύρμα 0,018".
10. Θηκάρι εισαγωγής αρτηρίας με βελόνα παρακέντησης 5Fr x11cm.
11. Θηκάρι εισαγωγής αρτηρίας με βελόνα παρακέντησης 6Fr x11cm. .
12. Θηκάρι εισαγωγής αρτηρίας με βελόνα παρακέντησης 7Fr x11cm. .
13. Θηκάρι εισαγωγής αρτηρίας με βελόνα παρακέντησης 8Fr x11cm.
14. Θηκάρι εισαγωγής αρτηρίας με βελόνα παρακέντησης 9Fr x11cm. .
15. Θηκάρι εισαγωγής αρτηρίας με βελόνα παρακέντησης 10Fr x11cm. .

16. Θηκάρι micro-introducer system με αιμοστατική βαλβίδα. Το κάλυμμα της αιμοστατικής βαλβίδας του θηκαριού έχει χρωματικό κώδικα και να συμπεριλαμβάνονται διαστολέας, οδηγό σύρμα 0,018" x 45cm και βελόνα παρακέντησης 21G x 7cm. Να προσφέρονται σε διαμέτρους 4Fr-8Fr μήκους 11cm.
17. Σετ ομοαξονικής μικροεισαγωγής περιφερικής αγγειακής πρόσβασης V-stick (για μικρά αγγεία) από πολουρεθάνη σε αποστειρωμένη συσκευασία να αποτελείται από ομοαξονικό σύστημα με διαστολέα 3Fr και θηκάρι εισαγωγής 4Fr και 5Fr μήκους 10cm, με βελόνα 21G x 7cm και με οδηγό σύρμα 0,018" x 40cm από ανοξείδωτο ατσάλι ή nitinol.
18. Οδηγά σύρματα "J" tip 0,035" x 175-180cm.
19. Οδηγά σύρματα υδρόφιλο "J" tip 0,035" x 175-180cm.
20. Ειδικοί υδρόφιλοι συρμάτινοι οδηγοί stiff 150-180cm από υπερελαστικό πυρήνα κράματος Νικελίου – Τιτανίου για αντοχή στο τσάκισμα με ειδικό ακτινοσκοπικό εξωτερικό κάλυμμα από «M» υδρόφιλο πολυμερές πολουρεθάνης για την ασφαλή και ατραυματική καθοδήγηση της μέσα από αβαστωμένα και με δύσκολη ανατομία αγγεία καθώς και την αποφυγή διάτρησης αυτών. Μήκη 150, 180cm και διάμετρο από 0,018", 0,035". Να διαθέτουν ευθύ ή κεκαμμένο άκρο (τύπου "J") και διάφορα μήκη εύκαμπτων άκρων 3,5 και 8cm.
21. Ειδικοί υδρόφιλοι συρμάτινοι οδηγοί stiff 260cm από υπερελαστικό πυρήνα κράματος Νικελίου – Τιτανίου για αντοχή στο τσάκισμα με ειδικό ακτινοσκοπικό εξωτερικό κάλυμμα από «M» υδρόφιλο πολυμερές πολουρεθάνης για την ασφαλή και ατραυματική καθοδήγηση της μέσα από αβαστωμένα και με δύσκολη ανατομία αγγεία καθώς και την αποφυγή διάτρησης αυτών. Μήκη 260cm και διάμετρο από 0,018", 0,035". Να διαθέτουν ευθύ ή κεκαμμένο άκρο (τύπου "J") και διάφορα μήκη εύκαμπτων άκρων 3,5 και 8cm.
22. Διαγνωστικοί καθετήρες αγγειογραφίας εκλεκτικοί μήκους από 65-110cm ατραυματικοί. Να είναι κατασκευασμένοι από υλικό μαλακού τύπου (πολυαμίδιο) συνεχές (one piece) με ενσωματωμένο συρμάτινο πλέγμα έως και 10cm από το άκρο τους για καλή υποστήριξη και προωθητικότητα. Να διαθέτουν μεγάλο εσωτερικό αυλό (5Fr = 1.10mm). Τύπος: Vertebral,
23. Μικροσφαιρίδια εμβολισμού κατασκευασμένα από ακρυλικό πολυμερές εμποτισμένα με ζελατίνη, βιοσυμβατά μη απορροφήσιμα σφαιρικά και υδρόφιλα. Να είναι ελαστικά έως 33%, ώστε να εξασφαλίζεται η εύκολη διόδος τους μέσα από τους μικροκαθετήρες και η επαναφορά τους στο αρχικό σχήμα. Να διατίθενται σε προγεμισμένες σύριγγες του 1ml με χρωματική διάκριση σε μεγέθη 40-120μm, 100-300μm, 300-500μm, 500-700μm, 700-900μm, 900-1200μm.
24. Μικροσφαιρίδια χημειοεμβολισμού βιοδιασπώμενα διαμέτρου 35-50μm από άμυλο, προσωρινής ισχαιμικής δραστηριότητας με δυνατότητα ανάμειξης με διάφορα χημειοθεραπευτικά φάρμακα (Doxorubicin, Irinotecan, Oxoplatin κτλ), και δυνατότητα διάσπασης εντός 2 ωρών από την έγχυση τους.
25. Μικροσφαιρίδια εμβολισμού να είναι σφαιρικές, στενά διαβαθμισμένες, βιοσυμβατές, μη απορροφήσιμες μικροσφαίρες υδρογέλης. Η κατασκευή τους να εξασφαλίζει ότι το 95% των μικροσφαιριδίων έχουν μέγεθος εντός της δηλωθείσας διασποράς μεγέθους με αποτέλεσμα μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την χρήση τους σε υπέρ-εκλεκτικούς και στοχευόμενους εμβολισμούς. Να διατίθενται χρωματισμένες (χρωματικά κωδικοποιημένες) σύμφωνα με το μέγεθός τους για διευκόλυνση και ασφάλεια κατά την επιλογή μεγέθους. Να προσφέρονται σε μεγέθη 40μm, 75μm, 100μm, 250μm, 400μm, 500μm, 700μm, 900μm, 1100μm και 1300μm. Να διατίθενται σε εκ των προτέρων γεμισμένες σύριγγες με 1 ml προϊόντος.

26. Βελόνα μικροκυμάτων διαμέτρου 15G υψηλής αντοχής με ενσωματωμένο σύστημα ψύξης σε όλο το μήκος της και θερμικό ζεύγος για τον έλεγχο της θερμοκρασίας με αποσπώμενο καλώδιο σύνδεσης από τη χειρολαβή για την ευκολότερη τοποθέτηση της , μήκους 18 cm και ενεργού άκρου 1,1 cm και διαθέτει CE .Η γεννήτρια παρέχει δύο συχνότητες λειτουργίας 915MHz και 2450MHz και διπλή λειτουργία εξόδου ,παλμική ή συνεχόμενη και ισχύ έως 150 watt. Η γεννήτρια παρέχεται ως σύνολος εξοπλισμός.
27. Μεταλλική ειδικής σχεδίασης φλεβική ενδοπρόθεση με σύστημα ανεξάρτητων δακτυλίων με εύκαμπτους συνδέσμους σύστημα ανοικτών και κλειστών κελιών διαμέτρου από 10-18 mm και μήκους 60-150 mm με σύστημα θηκαριού εισαγωγής 10 fr και φέρων καθετήρα 100 cm
28. Μεταλλική αυτοεκπτυσσόμενη ενδοπρόθεση μεγάλων περιφερικών αγγείων και φλεβών 10 fr με διάμετρο από 16 έως 36 mm και μήκη από 30- 100 mm με σύρμα 0035
29. Ενδαγγειακό μόσχευμα περιφερικών αγγείων επικεκαλυμένα με συνθετικό υλικό P.T.F.E μονής επίστρωσης και ενδοτοιχωματική μεταλλική ενίσχυση χρωμίου- κοβαλτίου CrCo, διαμέτρου 2,5mm έως 10mm και μήκη 18mm- 58mm, να διέρχονται από θηκάρι 6 Fr μέχρι και τη διάμετρο ενδοπρόθεσης 8mm, προφορτωμένα σε καθετήρα μπαλόνι 75cm ή 120cm. Συμβατά με οδηγό σύρμα 35''.
30. Ενδαγγειακό μόσχευμα περιφερικών αγγείων επικεκαλυμένα με συνθετικό υλικό P.T.F.E μονής η διπλής επίστρωσης και ενδοτοιχωματική μεταλλική ενίσχυση χρωμίου- κοβαλτίου CrCo, μεγάλης διαμέτρου από 5 έως 24mm και δυνατότητα επανέκπτυξης έως 30mm, προφορτωμένα σε καθετήρα μπαλόνι 75cm και 120cm. Συμβατά με οδηγό σύρμα 35''.
31. Οδηγά σύρματα αγγειοπλαστικής τύπου Amplatz Super Stiff ευθεία και J, προ-εμποτισμένα με PTFE. Να διαθέτουν ατραυματικό flexible tip 1, 3 και 6 cm. Να διατίθενται σε διαμέτρους 0.035 και 0.038 in και μήκη 75, 145, 180 και 260 cm.
32. Οδηγά σύρματα κυρτά τύπου Amplatz σε μήκος 90cm και 150cm. Το περιφερικό ατραυματικό άκρο του σύρματος να είναι 7,5cm με ακτίνα 3mm.
33. Οδηγά σύρματα ευθεία τύπου Amplatz με εύκαμπτο άκρο διαμέτρου 0,035"και μήκους 150,180,260cm. Το περιφερικό ατραυματικό άκρο του σύρματος να είναι 3,5cm και 7,5cm.
34. Εμβολικό σπείραμα micro NESTER για εμβολισμό αγγείων, από πλατίνα, μη σιδηρομαγνητικό υλικό που επιτρέπει MRI έως 3 Tesla. Το έμβολο να έχει μήκος 3, 5, 7 ή 14 cm και απελευθερούμενο να έχει σπειροειδή μορφή με διάμετρο 2, 3, 4, 5, 6, 8 ή 10 mm, διαμορφωμένο σε ανάλογες περιελίξεις
35. Εμβολικό σπείραμα NESTER για εμβολισμό αγγείων, από πλατίνα, μη σιδηρομαγνητικό υλικό που επιτρέπει MRI έως 3 Tesla, διαμέτρου .035'', με πυκνές συνθετικές ίνες. Το έμβολο να έχει μήκος 7, 14 ή 20 cm και απελευθερούμενο να έχει σπειροειδή μορφή με διάμετρο 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ή 20 mm, διαμορφωμένο σε ανάλογες περιελίξεις
36. Εμβολικό σπείραμα για εμβολισμό αγγείων , από μη σιδηρομαγνητικό υλικό που να επιτρέπει MRI έως 3 Tesla, διαμέτρου 0,035 '' ή 0,038 '', με μακριές και πυκνές συνθετικές ίνες. Το έμβολο να έχει μήκος 1.0, 1.2, 2.0, 2.5, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 20 cm και απελευθερούμενο να έχει σπειροειδή μορφή με διάμετρο 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 20 mm .

37. Μικροσπειράματα 0,018' για περιφερικό εμβολισμό αγγείων με θρομβογενείς ίνες και ατραυματική διαμόρφωση άκρου. Να διατίθεται σε διαμέτρους 3mm-11mm. .
38. Μικροσπείραμα 0,035'' για περιφερικό εμβολισμό αγγείων με θρομβογενείς ίνες και ατραυματική διαμόρφωση άκρου. Να διατίθεται σε όλες τις διαμέτρους .
39. Πλήρως ελεγχόμενα αποσπώμενο σπείρωμα εμβολισμού Helix- 3D από πλατίνα, με θρομβογενής ίνες PGLA ή νάιλον. Το σύστημα να διαθέτει δύο επιλογές αποδέσμευσης του σπειράματος: χειροκίνητη και μηχανική. Να διατίθεται σε διαμέτρους 2-20mm, μήκη 4-50cm και είναι συμβατά με μικροκαθετήρα 0.0165'', 0.021''
40. Μηχανισμός αποδέσμευσης μικροσπειραμάτων για μηχανική αποδέσμευση – συμβατό με τα αντίστοιχα μικροσπειράματα
41. Μικροσπειράματα λευκόχρυσου, πάχους σπειράματος 0.010 ίντσες εσωτερικής διαμέτρου 16mm για κάλυψη κενού μεγάλων ανευρυσμάτων μήκους 20, 30 cm, τα οποία να αποδεσμεύονται ηλεκτρομηχανικά με οπτικό και ακουστικό σήμα ή μέσω λειτουργίας over-ride για άμεση αποδέσμευση. Απαραίτητα για πολύ λεπτά και ευαίσθητα αγγεία
42. Συσκευή άμεσης αποδέσμευσης μικροσπειραμάτων η οποία ειδοποιεί με οπτικό και ακουστικό σήμα το κατάλληλο σημείο αποδέσμευσης. Διαθέτει και λειτουργία override για στιγμιαία αποδέσμευση.