



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
1<sup>η</sup> Υ ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΥΠ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡ.: Ε. ΒΛΑΧΟΥ  
Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14  
14564 Καλυφτάκη, Ν. Κηφισιά  
ΤΗΛ.: 210 35.01.545

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

**ΘΕΜΑ:** Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συλλογή γραπτών προσφορών με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 του ν.4782/2021) για την προμήθεια «**ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ**» **CPV: 33141320-9**, προϋπολογισθείσας δαπάνης **6.399,02€ συμπ/νου Φ.Π.Α.**, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, για διάστημα ενός (1) έτους.

Έχοντας υπόψη:

**Α.** Τις διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα

1. Την Υ.Α. Υ4α/20074/15-02-2013 (ΦΕΚ Β΄ 557/11.03.2013) «Οργανισμός του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
2. Του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α΄ 81/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
3. Των άρθρων 75-83 του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ Α 184/23.09.2020) «Ψηφιακή Διαφάνεια- Πρόγραμμα Διαύγεια»
4. Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»
5. Του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23.07.2013) σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος και ειδικότερα του άρθρου 64
6. Την παρ. Ζ του άρθρου Πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107/09.05.2013) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16-02-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»
7. Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
8. Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε/ αντικαταστάθηκε/ συμπληρώθηκε με τον ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36/09.05.2021)«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
9. Του ν. 4915/2022 (ΦΕΚ Α 63/24.3.2022) όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4958/2022 (ΦΕΚ Α 142/21.7.2022) και ειδικότερα της παρ.1 του άρθρου 27, στο οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η απόφαση έγκρισης

σκοπιμότητας για την προμήθεια υγειονομικού υλικού, αναλώσιμου υλικού και αγαθών ή υπηρεσιών, καθώς και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εκδίδεται «...γ) για ποσό μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, πλέον του Φ.Π.Α., από τον Διοικητή εκάστου φορέα που υπάγεται στη Δ.Υ.ΠΕ.».

10. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α' 145/05.08.2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
11. Την Υ.Α. Γ4β/Γ.Π.οικ.91557 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 1114/31.12.2019) περί διορισμού Διοικητή στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι», αρμοδιότητας της 1 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, του οποίου η θητεία παρατάθηκε με την Υ.Α. Αριθμ. Γ4β/Γ.Π. οικ.6570 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 88/3.2.2022).

**Β.** Την υπ' αριθ. 18<sup>η</sup>/Θ.10<sup>η</sup>/18.05.2022 (ΑΔΑ: ΨΠΜΡ469ΗΔΖ-6Ο6) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ», CPV: 33141320-9, όπως διαμορφώθηκαν έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης.

**Γ.** Την υπ' αριθ. 2<sup>η</sup>/Θ.9<sup>η</sup>/26.01.2024 (ΑΔΑ: 60Χ1469ΗΔΖ-ΧΑΘ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε μεταξύ άλλων η επανάληψη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συλλογή γραπτών προσφορών με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ» CPV: 33141320-9, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.399,02€ συμπ/νου Φ.Π.Α. και συγκεκριμένα των ειδών που είτε δεν προσφέρθηκαν από καμία εταιρεία (α/α 4,5,6,7,15), είτε προσφέρθηκαν με τιμές μεγαλύτερες της Πρόσκλησης (α/α 8,9,10,16,19) για διάστημα ενός (1) έτους, με Απόφαση Διοικητή, δεδομένου ότι η προϋπολογισθείσα δαπάνη δεν υπερβαίνει τις 15.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α

**Δ.** Την υπ' αριθ. 10288/14.06.2023 (ΑΔΑ: 6ΡΛ2469ΗΔΖ-6Η8) Απόφαση Διοικητή με την οποία εγκρίθηκε ο ορισμός μελών της επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ» CPV: 33162200-5.

**Ε.** Το γεγονός ότι η προμήθεια των «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ» CPV: 33141320-9, είναι απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου.

**ΣΤ.** Η δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα απόφαση θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 1311 του προϋπολογισμού, βάσει της υπ'αριθ. 1785/29.01.2024 (ΑΔΑ: 6Α6Τ469ΗΔΖ-6ΣΜ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

## ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ» CPV: 33141320-9, συνολικής δαπάνης **6.399,02€ συμπ/νου Φ.Π.Α.**, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου για διάστημα ενός (1) έτους και σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές (Σχ. Β.), ως ακολούθως:

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΤΙΜΗ	ΠΟΣΟΤ.	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ
4	ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (No 18Gx127mm)	2,80 €	10	28,00 €	34,72 €
5	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ PENCIL POINT (No 22G, No 25G, No 29G)	0,99 €	50	49,50 €	61,38 €

6	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ, ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ QUINCKE (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ, ΛΟΞΟΤΟΜΗΜΕΝΗ ΜΕ ΟΔΗΓΟ) (No 22G, No 25G)	0,96 €	400	384,00 €	476,16 €
7	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ WHITACRE ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ (22G, 25G)	2,70 €	20	54,00 €	66,96 €
8	ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΜΕ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ (No 9Gx100mm, No 9Gx150mm)	10,20 €	250	2.550,00 €	3.162,00 €
9	ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΤΕΡΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ (ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ) (No 15Gx30mm) - μυελού	6,60 €	80	528,00 €	654,72 €
10	ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΤΕΡΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ (ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ) (No 9Gx100mm) - οστού	10,20 €	60	612,00 €	758,88 €
15	ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100ΤΕΜ.) (No 0,20x15mm, No 0,20x30mm, No 0,20x40mm, 0,20x50mm, 0,25x40mm)	0,05 €	3500	175,00 €	217,00 €
16	ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ΜΕΣΩ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΗ (No 22Gx50mm, No 22Gx120mm)	15,00 €	40	600,00 €	744,00 €
19	ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ/ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ CHIBA ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ (18GX15CM, 18GX9 Ή 10CM)	9,00 €	20	180,00 €	223,20 €

**ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:**

**5.160,50 €**

**6.399,02 €**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Απόσπασμα)**

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και οι Μέθοδοι Ελέγχου των πλαστικών συριγγών μιας χρήσης καθορίζονται με την Υπουργική απόφαση Α6 6404 δις (ΦΕΚ 681/τ.Β/8-8-91) «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ». Οι τεχνικές προδιαγραφές των βελονών πρέπει να είναι καθ' όλα σύμφωνες με την υπουργική απόφαση Α6/6404, Τεχνικές προδιαγραφές και Μέθοδοι Ελέγχου Πλαστικών Συριγγών και Βελονών μιας χρήσης, (ΦΕΚ 681 τ.Β'8.8.1991) Η συσκευασία των ειδών πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: ο όνομα ή η εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.

Η ένδειξη :ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ

- Η μέθοδος αποστείρωσης
- Ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη ΠΑΡΤΙΔΑ(ή LOT)
- Η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα Η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση
- Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης Κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη
- Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων.

Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσεως και στην Ελληνική Γλώσσα.

Τα ανωτέρω υλικά πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 13485-2003 και ο κατασκευαστής ή ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή στην Ελλάδα να φέρει Πιστοποιητικό ISO 9001:2008. Τα υλικά πρέπει να είναι πιστοποιημένα από οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ86/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ ▯ περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων - ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10- 09 και ▯ τεχνικών προδιαγραφών και μεθόδων ελέγχου πλαστικών συριγγών και βελονών μιας χρήσης ▯ - ΦΕΚ 681 τ.Β'8.8.1991)

- Εκτός και αν αναφέρεται σαφώς, απαιτούνται επίσης:
- Μιας χρήσης, ατομική, διαφανής, συσκευασία με εύκολο άσηπτο άνοιγμα. • Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία παραγωγής και η ημερομηνία λήξης.
- Να είναι αποστειρωμένες (διάρκεια 3-5 έτη), μη τοξικές και απαλλαγμένες πυρετογόνων ουσιών.
- Το υλικό της βελόνας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, χωρίς μαγνητικές ιδιότητες
- Να φέρει προστατευτικό κάλυμμα, εύκολα αφαιρούμενο από υλικό που θα πληροί τη σύμβαση ISO 6009.
- Να είναι Latex Free

## ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ

### 1) «ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΕΣΕΩΝ Μ.Χ.»

Να εφαρμόζουν σε όλες τις σύριγγες, διάφορα μεγέθη τόσο σε διάμετρο όσο και σε μήκος 18G+19G+20G+21G+22G+23G(23G\*1 Inch & 23 G\*1,5 Inch)+25G+26G

- Μιας χρήσης, ατομική, διαφανής, συσκευασία με εύκολο άσηπτο άνοιγμα.
- Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία παραγωγής και η ημερομηνία λήξης.
- Να είναι αποστειρωμένες (διάρκεια 3-5 έτη), μη τοξικές και απαλλαγμένες πυρετογόνων ουσιών.
- Το υλικό της βελόνας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, χωρίς μαγνητικές ιδιότητες.
- Να φέρει προστατευτικό κάλυμμα, εύκολα αφαιρούμενο
- Να προσκομισθεί δείγμα

### 2) « ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΝΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 32GX 6MM »

Για ασφαλή χρήση σε ενήλικες και παιδιά: Βελόνες ασφαλείας πένας ινσουλίνης 32GX 6mm, για προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας (να φέρει ειδική σήμανση ιχνηλάτησης (αυτοκόλλητο άυλο barcode) με τον αριθμό EAN του προϊόντος και την ονομασία του και τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ-ΕΟΠΥΥ.)Έτσι ώστε να:

- Μειώνει τον κίνδυνο ενδομυϊκής χορήγησης
- Απλουστεύει την τεχνική της ένεσης, με κάθετη και μόνο χορήγηση
- Με άριστο σχήμα για μέγιστη ευκολία και αξιοπιστία
- Από ανοξείδωτο ατσάλι ειδικής χειρουργικής ποιότητας
- Καλύπτεται από πολυμερή σιλικόνη που κάνει την ένεση πιο ανώδυνη
- Μη τοξική και χωρίς λάτεξ
- Να προσκομισθεί δείγμα

### 3) «ΠΙΣΤΟΛΑΚΙ ΒΙΟΨΙΑΣ TRU-CUT, ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΧ»

Εκτός από τις γενικές τεχνικές προδιαγραφές απαιτούνται τα εξής χαρακτηριστικά:

- Μιας χρήσης, αποστειρωμένο, σε ατομική συσκευασία
- Να είναι εύκολα χρησιμοποιούμενο με το ένα χέρι για να επιτρέπεται η ταυτόχρονη χρήση με υπέρηχο και να διαθέτει εργονομική λαβή.
- Να φέρει ένα η και δυο σημεία πυροδότησης για εύκολο χειρισμό.
- Να έχει ενσωματωμένη βελόνη από ανοξείδωτο ατσάλι η οποία να φέρει ακτινοσκιερές σημάνσεις ανά ένα εκατοστό για ακριβές βάθος διεϊόδησης.

- Το άκρο να είναι ηχογενές τύπου tru-cut
- Να έχει τη δυνατότητα συλλογής ικανής ποσότητας δείγματος, 10mm & 20mm
- Να διατίθεται σε διάφορες διαστάσεις 14G, 16G,18G & 20G και μήκος 10-11cm.
- Να προσκομισθεί δείγμα

#### 4) «ΒΕΛΟΝΕΣ GRIPPER M.X. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ»

Εκτός από τις γενικές προδιαγραφές απαιτούνται τα εξής χαρακτηριστικά:

Μιας χρήσης, αποστειρωμένες, με αυτοκόλλητο περίβλημα σε ατομική συσκευασία.

Να είναι συμβατές με όλους τους τύπους των εμφυτεύσιμων καθετήρων (port).

Να φέρουν πτερύγια για σταθεροποίηση της βελόνας'

Διάφορα μεγέθη 20G\*20mm & 20G\*25mm, σε ευθεία και κεκαμμένη γραμμή 90 μοιρών .

Να είναι ελεύθερη από DEHP και Latex και PVC, συμβατική με τη χορήγηση ταξανών (TAXOTERE και TAXOL). Χωρίς σημείο έγχυσης Υ. Δυνατότητα δυναμικής έγχυσης.

- Η ειδική βελόνα παρακέντησης εμφυτεύσιμων τυμπάνων είναι ασφαλείας και προστατεύει το νοσηλευτικό προσωπικό από ατυχής τραυματισμούς από τρυπήματα με βελόνες και πιθανή μετάδοση νοσημάτων όπως Ηπατίτιδα Β και C, HIV κτλ.
  - Διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό ασφαλείας για ελεγχόμενο και απλό χειρισμό.
  - Ο μηχανισμός ασφαλείας κλειδώνει εύκολα κατά την απομάκρυνση της βελόνας από το port.
  - Η βελόνα είναι επικαλυμμένη με λιπαντική ουσία για διευκόλυνση κατά την είσοδο και έξοδο της από το port.
  - Η βάση της βελόνας είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να επιτρέπει μέγιστη άνεση για τον ασθενή και ακουμπάει σε ειδικό επίθεμα.
  - Η βελόνα είναι χαμηλού προφίλ και μπορεί να καλυφθεί εύκολα με επίθεμα.
  - Είναι ελεύθερη DEHP προστατεύοντας από απώλειες της ισχύς του φαρμάκου.
  - Δεν απαιτείται αλλαγή της τεχνικής παρακέντησης.
  - Είναι Latex-Free.
  - Σε αποστειρωμένη συσκευασία.
  - Βελόνα 90° non coring, με προ-συνδεδεμένη επέκταση μικροσωλήνωσης, με αντάπτορα luer-lock, θέση έγχυσης, πτερύγια για χειρισμό και clamp.
- Να προσκομισθεί δείγμα.

#### 5) «ΒΕΛΟΝΑ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ» 18G X 127MM

α) Να είναι μιάς χρήσης

β) Να έχουν στυλεο

γ) Να μην είναι εύκαμπτες

δ) Να είναι αποστειρωμένες

Να προσκομισθεί δείγμα

#### 6) «ΒΕΛΟΝΑ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘ Μ.Χ. PENCIL POINT»

Να είναι τύπου Pencil Point ατραυματικές, με κλειστό άκρο κι ευρύ οβάλ πλάγιο στόμιο .

- Να αναγράφεται το μέγεθός τους στον στυλεό τους για άμεση κι ασφαλή αναγνώριση. Με οδηγό μήκους 40 -42 mm

- Διαφόρων διαστάσεων: Μιας χρήσης αποστειρωμένες Νο 22G, 25G και 29G μήκους 90mm 103mm & 120mm
- Εκτός από τις γενικές προδιαγραφές απαιτούνται τα εξής χαρακτηριστικά:
- Μιας χρήσης, αποστειρωμένες, σε ατομική συσκευασία.
- Να έχουν ατραυματικό άκρο.
- Να φέρει εργονομική λαβή για να παρέχει καλή αίσθηση της διάτρησης της μήνιγγας
- Διάφορα μεγέθη.
- Να προσκομισθεί δείγμα.

**7) ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧ. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ, ΟΣΦ/ΑΣ ΠΑΡΑΚ/ΗΣ ΤΥΠΟΥ QUINCKE (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ, ΛΟΞΟΤΟΜΗΜΕΝΗ ΜΕ ΟΔΗΓΟ)**

Εκτός από τις γενικές τεχνικές προδιαγραφές απαιτούνται επίσης τα εξής χαρακτηριστικά:

- Να διατίθενται σε διάφορα μεγέθη: 18, 19, 20, 22, 23, 25 G (2,5 έως 3,5 ίντσες ) και μήκη: 75, έως 120mm
- Να είναι μιας χρήσης, latex free αποστειρωμένες.
- Να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι με μέτρια λοξοτομούμενο άκρο τύπου Quincke για να διηνίζει και όχι να τέμνει τις ίνες της μήνιγγας.
- Να φέρει καλά προσαρμοσμένο αφαιρούμενο στυλεό ο οποίος να εμποδίζει την είσοδο ιστών στη βελόνη και στον υπαραχνοειδή χώρο και να έχει χρωματική σήμανση για αναγνώριση του μεγέθους.
- Να διαθέτει τραπεζοειδή εργονομική λαβή και να παρέχει στο χειριστή καλή αίσθηση της διάτρησης της μήνιγγας.
- Να διαθέτει ειδική εγκοπή η οποία υποδεικνύει το σωστό προσανατολισμό της βελόνας κατά την διείσδυση της.
- Να έχουν λεία εξωτερική επιφάνεια για να ελαχιστοποιεί τον ερεθισμό της μήνιγγας κατά την εισαγωγή.
- Να φέρει άκρο ακριβείας και οπή για ατραυματική εισαγωγή και ελαχιστοποίηση των μετεπεμβατικών κεφαλαλγιών.
- Να επιτρέπει την άμεση και γρήγορη παλινδρόμηση του ENY.
- Να φέρει διαφανή δακτυλολαβή που επιτρέπει την άμεση πιστοποίηση της παλινδρόμησης του ENY.
- Το μέγεθος της οπής να ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες διασκληριδίου τοποθέτησης (διαμέσου της σκληράς μήνιγγας).
- Να διατίθεται μαζί με βελόνα (οδηγό) εισαγωγής για να επιβεβαιώνεται η ακριβής και ασφαλής τοποθέτηση στον υπαραχνοειδή χώρο.
- Να προσκομισθεί δείγμα.

**8) ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧ. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ, ΟΣΦ/ΑΣ ΠΑΡΑΚ/ΗΣ ΤΥΠΟΥ QUINCKE (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ, ΛΟΞΟΤΟΜΗΜΕΝΗ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ)**

Εκτός από τις γενικές τεχνικές προδιαγραφές απαιτούνται επίσης τα εξής χαρακτηριστικά:

- Να διατίθενται σε διάφορα μεγέθη: 18, 19, 20, 22, 23, 25, G (2,5 έως 3,5 ίντσες) και μήκη: 75, έως 120mm
- Να είναι μιας χρήσης, latex free αποστειρωμένες.
- Να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι με μέτρια λοξοτομούμενο άκρο τύπου Quincke για να διηνίζει και όχι να τέμνει τις ίνες της μήνιγγας.
- Να φέρει καλά προσαρμοσμένο αφαιρούμενο στυλεό ο οποίος να εμποδίζει την είσοδο

ιστών στη βελόνη και στον υπαρχνοειδή χώρο και να έχει χρωματική σήμανση για αναγνώριση του μεγέθους.

- Να διαθέτει τραπεζοειδή εργονομική λαβή και να παρέχει στο χειριστή καλή αίσθηση της διάτρησης της μήνιγγας.
- Να διαθέτει ειδική εγκοπή η οποία υποδεικνύει το σωστό προσανατολισμό της βελόνας κατά την διείσδυση της.
- Να έχουν λεία εξωτερική επιφάνεια για να ελαχιστοποιεί τον ερεθισμό της μήνιγγας κατά την εισαγωγή.
- Να φέρει άκρο ακριβείας και οπή για ατραυματική εισαγωγή και ελαχιστοποίηση των μετεπεμβατικών κεφαλαλγιών.
- Να επιτρέπει την άμεση και γρήγορη παλινδρόμηση του ΕΝΥ.
- Να φέρει διαφανή δακτυλολαβή που επιτρέπει την άμεση πιστοποίηση της παλινδρόμησης του ΕΝΥ.
- Το μέγεθος της οπής να ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες διασκληριδίου τοποθέτησης (διαμέσου της σκληράς μήνιγγας).
- Να διατίθεται χωρίς βελόνα (οδηγό) εισαγωγής.
- Να προσκομισθεί δείγμα.

#### **9) ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ WHITACRE ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ**

Εκτός από τις γενικές προδιαγραφές απαιτούνται τα εξής χαρακτηριστικά:

- Μιας χρήσης, αποστειρωμένες, σε ατομική συσκευασία.
- Βελόνες ενδοραχιαίας αναισθησίας λεπτών τοιχημάτων για γρήγορη επιστροφή ΕΝΥ, με διάφανη πλαστική λαβή και εργονομικό σχεδιασμό.
- Να έχουν λεία εξωτερική επιφάνεια για να ελαχιστοποιείται ο τραυματισμός της μήνιγγας.
- Διάφορα μεγέθη
- Να προσκομισθεί δείγμα.

#### **10) ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ**

- Να είναι μιας χρήσης
  - Να είναι κλασικού τύπου JAMSIDI δηλαδή με κατάλληλο ρύγχος για να διαφυλάσσεται ο οστικός κύλινδρος κατά την έξοδο από το οστόν
  - Να έχουν ωφέλιμο μήκος 100mm, 150mm
  - Να έχουν διάμετρο 9G
  - Να φέρουν στυλεό εξόδου του δείγματος
  - Να μην είναι ευλύγιστες και εύθραστες
  - Να είναι από υλικό μη πυρετογόνο
  - Να φέρουν εργονομική χειρολαβή για την μεγαλύτερη ευκολία του χρήστη ιατρού
- 
- Εργονομική λαβή.
  - Διαφορα μεγέθη.
  - Συμβατές με οποιαδήποτε σύριγγα μιάς χρήσης.
  - Να προσκομισθεί δείγμα.



### 11) ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΤΕΡΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ Μ.Χ.

- Εκτός από τις γενικές τεχνικές προδιαγραφές απαιτούνται επίσης τα εξής χαρακτηριστικά:
- Μιας χρήσης, αποστειρωμένες, σε ατομική συσκευασία.
- Με και χωρίς εργονομική λαβή
- Να έχουν εξάρτημα που να δύναται να αυξομειωθεί το μήκος της βελόνας
- Να είναι με ατραυματικό άκρο.
- Ειδικά σχεδιασμένες για αναρρόφηση του μυελού των οστών.
- Διάφορα μεγέθη
- Να προσκομισθεί δείγμα (με και χωρίς εργονομική λαβή)

### 12) ΣΕΤ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

Εκτός από τις γενικές τεχνικές προδιαγραφές απαιτούνται τα εξής:

- Μιας χρήσης, αποστειρωμένο σε ατομική συσκευασία.
- Το σέτ να είναι φτιαγμένο από πολυουρεθάνη και να διαθέτει βαλβίδα Heimlich και καθετήρα πολλαπλών για προστασία από περιστατικά πνευμοθώρακα.
- Περιλαμβάνει:
- 1 καθετήρα 8FR, βελόνα 18G και σύριγγα 5cc
- 1 βαλβίδα Heimlich
- 1 σωλήνα επέκτασης Λάτεξ
- 1 σωλήνα Luer Lock με αντάπτορα
- 1 νυστέρι Νο11 μίας χρήσης
- 1 σφιγκτήρα για καθετήρα με συνδετήρα
- Να συνοδεύεται από συλλέκτη και αποστειρωμένες βελόνες διαφόρων μεγεθών.
- Να φέρει ενσωματωμένο 3-way.
- Να προσκομισθεί δείγμα.

### 13) ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΚΛΗΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ

- Εκτός από τις γενικές τεχνικές προδιαγραφές απαιτούνται τα εξής:
- Να είναι αποστειρωμένες, μιας χρήσης.
- Να είναι διαφόρων διαστάσεων ώστε να καλύπτουν το ανώτερο και το κατώτερο πεπτικό.
- Να είναι εύχρηστες με καλή λειτουργικότητα
- Να διαθέτει διαφανή σκληρό καθετήρα.
- Να είναι κατάλληλη για αιμόσταση, σκληροθεραπεία, έγχυση, μαρκάρισμα.
- Να διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό κλειδώματος βελόνας, stopper εισαγωγής και αστεροειδή σχηματισμό για χρήση σε δύσκολες ανατομίες.
- Το άκρο του καθετήρα να είναι ατραυματικό.
- Να φέρει μηχανισμό προστασίας του ενδοσκοπίου κατά την εισαγωγή της βελόνας.
- Να είναι βελόνες σκληροθεραπείας - έγχυσης μιας χρήσης με βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι και καθετήρα από Teflon.
- Να διατίθενται με 3,4, 5, 6 και 8 mm μήκος και 21, 23 και 25G διάμετρο βελόνας έγχυσης.
- Ο φέρων καθετήρας έχει διάμετρο 1,8mm και 2,4 mm και μήκος 165cm και 230cm.

- Να προσκομισθεί δείγμα.

**14) «ΒΕΛΟΝΕΣ ΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ {ΜΑΣΤΟΥ} ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ»**

Εκτός από τις γενικές τεχνικές προδιαγραφές απαιτούνται επίσης τα εξής χαρακτηριστικά:

- Να είναι μιας χρήσης , αποστειρωμένες,
- Να διαθέτει εργονομική λαβή
- Να φέρει εκατοστιαίες διαβαθμίσεις προσδιορισμού βάθους διείσδυσης.
- Διάφορα μεγέθη.(16G\*150mm & 18G\*150mm)
- Το άκρο της βελόνης να εξασφαλίζει επαρκές δείγμα βιοπτικού ιστού και να είναι ηχογενές.
- Να δίνει στο χρήστη τον έλεγχο δειγματοληψίας.
- Να προσκομισθεί δείγμα.

**15) « ΣΕΤ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ & ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ 18Χ25»**

- Set συνδυασμού μιας χρήσης βελόνας ραχιαίας και βελόνας επισκληρίδιου. Προτιμάται το Set να: περιέχει αποστειρωμένο πεδίο μιας χρήσης με οπή, λαβίδα, τολύπια και γάζες.
- No βελόνας επισκληρίδιου τύπου Tuochy 18G,
- No βελόνας ραχιαίας G25.
- Το set πρέπει να έχει: - βελόνα ραχιαίας τύπου Pencil-Point - βελόνα επισκληρίδιου - καθητήρα επισκληρίδιου- - φίλτρο αντιμικροβιακό - σύριγγα εντοπισμού επισκληρίδιου χώρου
- Να προσκομισθεί δείγμα

**16) «ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΔΗΓΟ »**

(Εκτός από τις γενικές τεχνικές προδιαγραφές απαιτούνται επίσης τα εξής χαρακτηριστικά:

- Να έχουν εργονομική σπειροειδή κεφαλή
- Αποστειρωμένες μιας χρήσεως,
- χωρίς αυλό ,
- από ανοξείδωτο χειρουργικό ατσάλι,
- να διατίθενται σε διάφορα μεγέθη (0,20\*15mm- 0,25\*30mm- 0,25\*40mm)
- Να προσκομισθεί δείγμα

**17) « ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΗΜΙΜΟΝΙΜΕΣ ΓΙΑ ΩΤΟΒΕΛΟΝΙΣΜΟ»**

- Να είναι αυτοκόλλητες, ημιμόνιμες, Ργονex,
- Να είναι ξεχωριστά τοποθετημένες σε πλαστική θήκη
- Διάφορα μεγέθη 0,9mm & 0,6mm
- Να προσκομισθεί δείγμα

**18) «ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ΜΕΣΩ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΗ»**

- Με εξωτερική και εσωτερική επίστρωση για απόλυτη μόνωση και αυξημένη ροή (πιστοποίηση από επίσημο προσπέκτους)
- Να διαθέτουν διαβάθμιση βάθους ανα εκατοστό

- Να συνοδεύονται απο εξοπλισμό νευροδιεγερτών για τους οποίους η ανάδοχη εταιρεία να δεσμεύεται για τα απαραίτητα service η τυχόν άμεση αντικατάστασή τους
- Να είναι μιάς χρήσης , αποστειρωμένες
- Να έχουν ατραυματικό άκρο
- να διαθέτουν προέκταση για την χορήγηση φαρμάκων
- να διατίθενται σε διάφορα μεγέθη 25G με μήκος 50mm, 80mm& 120mm
- να προσκομιστεί δείγμα

19) «**ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ( τύπου PLEXUFIX)**»

- Με εξωτερική και εσωτερική επίστρωση για απόλυτη μόνωση και αυξημένη ροή (πιστοποίηση από επίσημο προσπέκτους)
- Να διαθέτουν διαβάθμιση βάθους ανα εκατοστό
- Να είναι μιάς χρήσης , αποστειρωμένες
- Να έχουν ατραυματικό άκρο
- να διαθέτουν προέκταση για την χορήγηση φαρμάκων
- να διατίθενται σε διάφορα μεγέθη 25G με μήκος 50mm, 80mm& 120mm
- να προσκομιστεί δείγμα

Το κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.

## **B. Χρόνος και Τόπος Κατάθεσης των Προσφορών**

1. Οι υπογεγραμμένες προσφορές θα κατατίθενται ή θα παραλαμβάνονται (αν αποστέλλονται ταχυδρομικά) στην Γραμματεία-Πρωτόκολλο του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» μέχρι την **Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 10:00**, μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο και απαραίτητα θα αναφέρουν την λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ή ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, την επωνυμία του Νοσοκομείου, τον τίτλο της σύμβασης, την καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής), τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (οδός, αριθμός, τηλ. κλπ) σύμφωνα με το άρθρου 92 του ν. 4412/08.08.2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/16) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 34 του ν.4782/2021),
2. **ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ο ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α4, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.**
3. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτά στοιχεία συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η συνθήκη της Χάγης που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984. Τα ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα (εταιρικά ή μη) με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική.
4. Οι προσφορές θα υποβάλλονται δακτυλογραφημένες σε ενιαίο κλειστό φάκελο ο οποίος θα περιλαμβάνει τους κάτωθι **χωριστούς επί μέρους σφραγισμένους φάκελους**:
  - α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνική Προσφορά» στο οποίο θα τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και τεχνικά στοιχεία της προσφοράς
  - β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στο οποίο θα τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς **ως εξής**:
    - γ1.** Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ (€) συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων.
    - γ2.** Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής. Η συνολική τιμή προσφοράς για το κάθε είδος, χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.  
Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται.
    - γ3.** Στην προσφορά θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για **ένα (1) έτος**.
5. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη **«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»**
6. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο.
7. Οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία θα πρέπει να παραλαμβάνονται με απόδειξη. Σε περίπτωση που περιέλθουν στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
8. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο. Η αποσφράγιση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα γίνει στο Γραφείο Διαγωνισμών του Τμ. Προμηθειών του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» στο ισόγειο την **Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 10:30. Η αξιολόγηση τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα γίνει σε ένα στάδιο και θα συνταχθεί ένα πρακτικό τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης.**
9. Κατά την διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή εκπρόσωποι τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης
10. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για **διάστημα ενός (1) έτους** από την υπογραφή της. Σε περίπτωση κατά την οποία κατά το οριζόμενο στην παρούσα χρόνο λήξεως της προμήθειας, το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας δεν έχει εξαντληθεί κατά απόλυτο αριθμό (κατά προϋπολογιζόμενα τεμάχια) τότε η σύμβαση θα παρατείνεται αυτοδικαίως και άνευ ετέρου έως χρόνου εξαντλήσεως των αντικειμένων προς προμήθεια ειδών.
11. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
12. Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
13. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο προσφέρων, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. Ως κύρια θεωρείται η πρώτη κατά σειρά προσφορά και ως εναλλακτικές όλες οι υπόλοιπες.
14. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος.

## 15. Απαιτούνται Δείγματα.

### Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

**Δικαίωμα Συμμετοχής** στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

**α)** κράτος-μέλος της Ένωσης,

**β)** κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

**γ)** τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

**δ)** σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

**2.** Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

### Δ. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί 360 ημέρες από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο και χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς.

### Ε. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι οικονομικοί φορείς με την υποβολή της προσφοράς τους πρέπει να αποστείλουν υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία θα δηλώνουν ότι μέχρι την ημέρα υποβολής αυτής:

- 1) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης
- 2) Είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις
- 3) Δεν τελούν σε αποκλεισμό από σε διαγωνισμό κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- 4) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
- 5) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική τους διαγωγή βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου και ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
- 6) Δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους της παρ. 1 του άρθρου 73 ν. 4412/08.08.2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/16) όπως τροποποιήθηκε ο τίτλος και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του ν.4782/2021
- 7) Έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους –υποχρεώσεις της πρόσκλησης.
- 8) Τηρούν την σχετική Νομοθεσία με την εργασία (εργατική – ασφαλιστική)

Τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις, όπου απαιτείται, δύναται να ζητηθούν από το Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις περί προμηθειών διατάξεις, κατά την υπογραφή της σύμβασης.

### ΣΤ. ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την παραλαβή των ειδών με βάση τα δικαιολογητικά και τα συνοδευτικά στοιχεία (τιμολόγιο, πρωτόκολλο παραλαβή, Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κλπ). Τα σχετικά τιμολόγια θα είναι εξοφλητέα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.

Η αμοιβή του αναδόχου θα επιβαρύνεται από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος όπως κάθε φορά αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

## **Z. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Για ό,τι δεν προβλέπεται στη συγκεκριμένη διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου.

### Εσωτερική Διανομή:

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ  
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 21326/20.12.2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ:**

#### **ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ**

1. ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΓΓ. (ΤΕ ΝΟΣ/ΚΗΣ)
2. ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓ. (ΤΕ ΝΟΣ/ΚΗΣ)
3. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ. (ΔΕ Β.Υ.Π.)

#### **ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ**

1. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΙΝΝΑ (ΤΕ ΝΟΣ/ΚΗΣ)
2. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δ. (ΤΕ ΝΟΣ.ΜΑΙΕΥΤ.)
3. ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ Ι. (ΔΕ Δ/ΚΟΥ- Λ/ΚΟΥ)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΥΡΟΥΛΑΣ