



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
1<sup>η</sup> Υ ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΥΠ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡ.: ΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  
Δ/ση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14  
14564 Καλυφτάκη, Ν. Κηφισιά  
ΤΗΛ.: 210 35.01.536

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

**ΘΕΜΑ:** Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συλλογή γραπτών προσφορών, με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 του ν.4782/2021) για την προμήθεια «**ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ**» (**ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ**) (**CPV 33162200-5**), προϋπολογιζόμενης δαπάνης **36.329,72€ συμ/νου Φ.Π.Α.** με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την κάλυψη αναγκών του χειρουργείου (χειρουργικές επεμβάσεις ασθενών), για διάστημα δυο (2) μηνών.

Έχοντας υπόψη:

**Α.** Τις διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα:

1. Της Υ.Α. Υ4α/20074/15-02-2013 (ΦΕΚ Β΄ 557/11.03.2013) «Οργανισμός του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
2. Του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α΄ 81/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
3. Του ν. 75-83 του ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α΄ 184/23.09.2020) «Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα Διαύγεια»
4. Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014 / 24/ ΕΕ και 2014 / 25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε/αντικαταστάθηκε/συμπληρώθηκε με τον ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36/09.03.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
5. Του ν. 4915/2022 (ΦΕΚ Α 63/24.3.2022) όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4958/2022 (ΦΕΚ Α 142/21.7.2022) και ειδικότερα το άρθρο 27, στο οποίο αναφέρεται ότι: «Σε ό,τι αφορά στην προμήθεια υγειονομικού υλικού, αναλώσιμου υλικού και αγαθών ή υπηρεσιών, εντός του προϋπολογισμού έκαστου φορέα, η αρμοδιότητα για την έγκριση σκοπιμότητας, ανεξαρτήτως ποσού, ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο έκαστου, υπαγόμενου στη Δ.Υ.ΠΕ φορέα και στον Διοικητή ή Υποδιοικητή της αρμόδιας ΥΠΕ για τους φορείς της Πρωτοβάθμιας και την Κεντρική Υπηρεσία των Υ.ΠΕ.»
6. Του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167/23.07.2013) σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος και ειδικότερα του άρθρου 64
7. Την παρ. Ζ του άρθρου Πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107/09.05.2013) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16-02-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»
8. Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
9. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α 145/05.08.2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

10. Την Υ.Α. αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 53928 ΦΕΚ ΥΟΔΔ 898/29.09.2022 «Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», αρμοδιότητας 1<sup>ης</sup> Δ.Υ.Πε. Αττικής

**Β.** Τις υπ' αριθ. 32η/Θ17ο/03-11-2023 (ΑΔΑ: Ψ2Π469ΗΔΖ-2Θ6) και 34η/Θ2ο/24-11-2023 (ΑΔΑ: 91ΕΜ469ΗΔΖ-ΨΛ3) Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οποίες εγκρίθηκαν: 1) το υπ' αριθ. 18206/31.10.2023 πρακτικό της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» (CPV 33162200-5) όπως διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης και 2) η διενέργεια Τακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ». (CPV 33162200-5) δαπάνης 550.271,50€ συμ/νου ΦΠΑ.

**Γ.** Την αριθ. 47/Τ.Α/2023 Διακήρυξη του Τακτικού Ανοικτού διαγωνισμού Άνω των ορίων για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» (CPV 33162200-5), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, προϋπολογισθείσας δαπάνης 550.271,50€ συμ/νου Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής και ημερομηνία διενέργειας την 15η Ιανουαρίου 2024, στον οποίο έχει ασκηθεί η ΑΚ1219/28.06.2024 Αίτηση Ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών της εταιρείας INSIDE Ιατρικές Τεχνολογίες Μ. ΙΚΕ με ημερομηνία εξέτασης την 24<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2024 και αναμένεται η έκδοση απόφασης.

**Δ.** Την αριθ. 11ης/11.06.2024 Έκτακτη Συνεδρίαση του Επιστημονικού Συμβουλίου επί αιτημάτων Λευκών καρτών της Θωρακοχειρουργικής και Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής με την οποία τα μέλη του Ε.Σ αποφάσισαν να ακολουθηθεί η Ευρωπαϊκή Κατευθυντήρια Γραμμή MEDDEn rev.8 (ενημέρωση του ΕΟΦ και των κατασκευαστικών εταιριών).

**Ε.** Την αριθ. 29<sup>η</sup>/Θ11ο/26.09.2024 (ΑΔΑ:ΨΛΧΨ469ΗΔΖ-ΔΛΑ) Απόφαση Δ.Σ του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή γραπτών προσφορών για την προμήθεια «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» (**ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ**) (CPV 33162200-5), προϋπολογιζόμενης δαπάνης **36.329,72€ συμ/νου Φ.Π.Α** με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, μόνο βάσει τιμής, για την κάλυψη αναγκών του χειρουργείου (χειρουργικές επεμβάσεις ασθενών), για διάστημα δυο (2) μηνών, έως την ολοκλήρωση του Τακτικού Ανοικτού διαγωνισμού Άνω των ορίων.

**ΣΤ.** Το γεγονός ότι η προμήθεια των «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» (**ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ**) (CPV 33162200-5), θα πραγματοποιηθεί βάσει των περιγραφών που είναι καταχωρημένες στο Παρατηρητήριο Τιμών και έχει προϋπολογισθεί σύμφωνα με τις τιμές των τελευταίων συμβάσεων (χαμηλότερες του Παρατηρητηρίου Τιμών).

**Ζ.** Το γεγονός ότι η προμήθεια «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» (**ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ**) (CPV 33162200-5), κρίνεται απαραίτητη, επείγουσα και επιβεβλημένη προκειμένου να καλυφθούν ανελαστικές ανάγκες του Χειρουργείου και να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου έως την ολοκλήρωση του Τακτικού Ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων (σχετ. Γ).

**Η.** Η δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα απόφαση θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 1311 του προϋπολογισμού.

#### ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

**Α)** Τις ενδιαφερόμενες εταιρείες όπως υποβάλουν γραπτές προσφορές για την προμήθεια «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» (**ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ**) (CPV 33162200-5), προϋπολογιζόμενης δαπάνης **36.329,72€ συμ/νου Φ.Π.Α** με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, μόνο βάσει τιμής, για την κάλυψη αναγκών του χειρουργείου (χειρουργικές επεμβάσεις ασθενών), για διάστημα δυο (2) μηνών, ως ακολούθως:

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

A/A	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ	ΤΕΜ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
1	(55.8.3.1) ΤΡΟΚΑΡ ΜΕ ΛΟΓΧΗ ΚΑΙ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5MM ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΚΗ	100	17,00 €	1.700,00 €	2.108,00 €
2	(55.8.3.2) ΤΡΟΚΑΡ ΜΕ ΛΟΓΧΗ ΚΑΙ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5/10MM ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΚΗ	100	17,00 €	1.700,00 €	2.108,00 €
3	(55.7.44) ΣΕΤ ΛΑΒΙΔΩΝ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ	80	65,00 €	5.200,00 €	6.448,00 €
4	(55.7.36) ΣΑΚΚΟΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΜ. ΣΤΥΛΕΟΥ 10MM	80	8,00 €	640,00 €	793,60 €
5	(55.7.32) ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ	80	12,00 €	960,00 €	1.190,40 €
6	(55.7.31) ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΣΧΗΜΑ J-HOOK (ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΣΧΗΜΑ J-HOOK)	20	20,00 €	400,00 €	496,00 €
7	(55.7.60) ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 10 MM ΜΕ ΚΛΙΠ ΤΙΤΑΝΙΟΥ, ΜΕ ΔΥΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ)	75	63,00 €	4.725,00 €	5.859,00 €
8	(56.7.74 Λ) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΜΕ ΚΟΠΤΙΚΗ ΛΑΜΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΑΓΚΤΗΡΕΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ-ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΙΣΤΩΝ ΜΗΚΟΥΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 80MM ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ.	75	10,00 €	750,00 €	930,00 €
9	(56.7.34) ΕΡΓ. ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦ. ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ ΜΗΚ. 80MM	30	60,00 €	1.800,00 €	2.232,00 €
10	(56.7.47) ΑΥΤΟΜ. ΛΑΒΙΔΕΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΚΤΗΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑ 20 ΑΓΚΤΗΡΕΣ	20	91,70 €	1.834,00 €	2.274,16 €
11	57.171 Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων έως και 7 mm, μιας χρήσεως διαμέτρου στυλεού 10 mm με ευθείες σιαγόνες με κεραμικά στοπ συγκράτησης του ιστού με ενσωματωμένη λάμα, με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίπωσης και ειδοποίηση ηχητικά και οπτικά χειροδιακόπτη ενεργοποίησης, κλείδωμα χειρολαβής και ξεχωριστή σκανδάλη μηχανικής κοπής.	3	678,00 €	2.034,00 €	2.522,16 €

12	<p>Λαπαροσκοπική λαβίδα σύλληψης μιας χρήσεως με επικάλυψη Latis για ισχυρή και ατραυματική σύλληψη, διαμέτρου 5mm μήκους 35cm, περιστρεφόμενη, με διαγράμμιση στον στείλειό ανά πέντε εκατοστά, και μηχανισμό κλειδώματος(2 TEM)</p>	9	112,99 €	1.016,91 €	1.260,97 €
13	<p>Εργαλείο άκρου Maryland μίας χρήσης, σύντηξης ιστών και ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης, διατομής αγγείων και λεμφαγγείων για χρήση σε όλους τους τύπους ιστών έως και 7mm πιστοποιημένη. Διαθέτει κυρτές κεραμικές σιαγόνες 22° για χρήση και ως dissecter με επίστρωση αντικολλητικό νανουλικό HMDSO (hexamethyldisiloxane) βελτιώνει την οπτική και την πρόσβαση του σημείου συγκόλλησης, μειώνει την θερμική διασπορά, τον χειρουργικό καπνό, την θερμοκρασία των σιαγόνων, το θερμικό έγκαυμα, με μονόπλευρο άνοιγμα 12,7mm και ενσωματωμένη λάμα διατομής ιστών. Με στείλειό μήκους 23 cm (και 37 εκ.), διάμετρο 5mm με δυνατότητα περιστροφής 350° με μήκος συγκόλλησης ηλεκτροδίου 20,3mm και μήκος κοπής 18,5mm,για ασφαλέστερη συγκόλληση-διατομή, με ενσωματωμένο καλώδιο. Ενεργοποίηση με παρατεταμένο κλείσιμο της χειρολαβής και κατά συνέπεια των σιαγόνων, χωρίς τον κίνδυνο θερμικής διασποράς και καταστροφής του ιστού, με οπτικό και ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης της συγκόλλησης του αγγείου σε 1-4 δευτερόλεπτα, μειώνει την θερμική διασπορά, τον χειρουργικό καπνό και τον χρόνο του χειρουργείου, με πίεση διάρρηξης μεγαλύτερη από 360mmHg, για αντοχή της συγκόλλησης ακόμη και τρεις φορές την συστολική πίεση. Μήκος στείλειού: 23εκ. και 37εκ.</p>	2	678,00 €	1.356,00€	1.681,44€
14	<p>Εργαλείο άκρου Maryland μίας χρήσης, σύντηξης ιστών και ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης, διατομής αγγείων και λεμφαγγείων για χρήση σε όλους τους τύπους ιστών έως και 7mm πιστοποιημένη. Διαθέτει κυρτές κεραμικές σιαγόνες 22° για χρήση και ως dissecter με επίστρωση αντικολλητικό νανουλικό HMDSO (hexamethyldisiloxane) βελτιώνει την οπτική και την πρόσβαση του σημείου συγκόλλησης, μειώνει την θερμική διασπορά, τον χειρουργικό καπνό, την θερμοκρασία των σιαγόνων, το θερμικό έγκαυμα, με μονόπλευρο άνοιγμα 12,7mm και ενσωματωμένη λάμα διατομής ιστών. Με στείλειό μήκους 20 cm, διάμετρο 7mm με δυνατότητα περιστροφής 350° με μήκος συγκόλλησης ηλεκτροδίου 20,3mm και μήκος κοπής 18,5mm,για ασφαλέστερη συγκόλληση-διατομή, με ενσωματωμένο καλώδιο. Ενεργοποίηση με παρατεταμένο κλείσιμο της χειρολαβής και κατά συνέπεια των σιαγόνων, χωρίς τον κίνδυνο θερμικής διασποράς και καταστροφής του ιστού, με οπτικό και ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης της συγκόλλησης του αγγείου σε 1-4 δευτερόλεπτα, μειώνει την θερμική διασπορά, τον χειρουργικό καπνό και τον χρόνο του χειρουργείου, με πίεση</p>	1	678,00 €	678,00€	840,72€

	διάρρηξης μεγαλύτερη από 360mmHg, για αντοχή της συγκόλλησης ακόμη και τρεις φορές την συστολική πίεση. Μήκος στείλεου: 20εκ.				
15	59.1.32 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ /ΘΥΡΟΕΙΔΟΥΣ	5	199,00 €	995,00 €	1.233,80 €
16	56.7.83 ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΑΙΜΟΡΡΟΙΔΕΚΤΟΜΗ	4	190,00 €	760,00 €	942,40 €
17	55.7.84 ΨΑΛΙΔΙ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΙΣΤΩΝ, ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑ 55.5 ΚΗΖ ΜΗΚΟΥΣ 36 , 23 , ΚΑΙ 9 cm	4	380,00 €	1.520,00 €	1.884,80 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>29.298,16 €</b>	<b>36.329,72 €</b>

Το κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.

#### **B. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

1	(55.8.3.1) ΤΡΟΚΑΡ ΜΕ ΛΟΓΧΗ ΚΑΙ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5MM ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΚΗ
2	(55.8.3.2) ΤΡΟΚΑΡ ΜΕ ΛΟΓΧΗ ΚΑΙ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5/10MM ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΚΗ
3	(55.7.44) ΣΕΤ ΛΑΒΙΔΩΝ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ
4	(55.7.36) ΣΑΚΚΟΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΜ. ΣΤΥΛΕΟΥ 10MM
5	(55.7.32) ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ
6	(55.7.31) ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΣΧΗΜΑ J-HOOK (ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΣΧΗΜΑ J-HOOK)
7	(55.7.60) ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 10 MM ΜΕ ΚΛΙΠ ΤΙΤΑΝΙΟΥ, ΜΕ ΔΥΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ)
8	(56.7.74 Λ) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΜΕ ΚΟΠΤΙΚΗ ΛΑΜΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΑΓΚΤΗΡΕΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ-ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΙΣΤΩΝ ΜΗΚΟΥΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 80MM ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ.
9	(56.7.34) ΕΡΓ. ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦ. ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ ΜΗΚ. 80MM
10	(56.7.47) ΑΥΤΟΜ. ΛΑΒΙΔΕΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΚΤΗΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑ 20 ΑΓΚΤΗΡΕΣ
11	57.1.71 Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων έως και 7 mm, μιας χρήσεως διαμέτρου στυλεού 10 mm με ευθείες σιαγόνες με κεραμικά στοπ συγκράτησης του ιστού με ενσωματωμένη λάμα, με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης και ειδοποίηση ηχητικά και οπτικά χειροδιακόπτη ενεργοποίησης, κλείδωμα χειρολαβής και ξεχωριστή σκανδάλη μηχανικής κοπής.

12	Λαπαροσκοπική λαβίδα σύλληψης μιας χρήσεως με επικάλυψη Latis για ισχυρή και ατραυματική σύλληψη, διαμέτρου 5mm μήκους 35cm, περιστρεφόμενη, με διαγράμμιση στον στειλεό ανά πέντε εκατοστά, και μηχανισμό κλειδώματος(2 TEM)
13	Εργαλείο άκρου Maryland μίας χρήσης, σύντηξης ιστών και ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης, διατομής αγγείων και λεμφαγγείων για χρήση σε όλους τους τύπους ιστών έως και 7mm πιστοποιημένη. Διαθέτει κυρτές κεραμικές σιαγόνες 22° για χρήση και ως dissecter με επίστρωση αντικολλητικό νανουλικό HMDSO (hexamethyldisiloxane) βελτιώνει την οπτική και την πρόσβαση του σημείου συγκόλλησης, μειώνει την θερμική διασπορά, τον χειρουργικό καπνό, την θερμοκρασία των σιαγόνων, το θερμικό έγκαυμα, με μονόπλευρο άνοιγμα 12,7mm και ενσωματωμένη λάμα διατομής ιστών. Με στειλεό μήκους 23 cm (και 37 εκ.), διάμετρο 5mm με δυνατότητα περιστροφής 350° με μήκος συγκόλλησης ηλεκτροδίου 20,3mm και μήκος κοπής 18,5mm,για ασφαλέστερη συγκόλληση-διατομή, με ενσωματωμένο καλώδιο. Ενεργοποίηση με παρατεταμένο κλείσιμο της χειρολαβής και κατά συνέπεια των σιαγόνων, χωρίς τον κίνδυνο θερμικής διασποράς και καταστροφής του ιστού, με οπτικό και ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης της συγκόλλησης του αγγείου σε 1-4 δευτερόλεπτα, μειώνει την θερμική διασπορά, τον χειρουργικό καπνό και τον χρόνο του χειρουργείου, με πίεση διάρρηξης μεγαλύτερη από 360mmHg, για αντοχή της συγκόλλησης ακόμη και τρεις φορές την συστολική πίεση. Μήκος στειλεού: 23 cm και 37εκ.
14	Εργαλείο άκρου Maryland μίας χρήσης, σύντηξης ιστών και ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης, διατομής αγγείων και λεμφαγγείων για χρήση σε όλους τους τύπους ιστών έως και 7mm πιστοποιημένη. Διαθέτει κυρτές κεραμικές σιαγόνες 22° για χρήση και ως dissecter με επίστρωση αντικολλητικό νανουλικό HMDSO (hexamethyldisiloxane) βελτιώνει την οπτική και την πρόσβαση του σημείου συγκόλλησης, μειώνει την θερμική διασπορά, τον χειρουργικό καπνό, την θερμοκρασία των σιαγόνων, το θερμικό έγκαυμα, με μονόπλευρο άνοιγμα 12,7mm και ενσωματωμένη λάμα διατομής ιστών. Με στειλεό μήκους 20 cm, διάμετρο 7mm με δυνατότητα περιστροφής 350° με μήκος συγκόλλησης ηλεκτροδίου 20,3mm και μήκος κοπής 18,5mm,για ασφαλέστερη συγκόλληση-διατομή, με ενσωματωμένο καλώδιο. Ενεργοποίηση με παρατεταμένο κλείσιμο της χειρολαβής και κατά συνέπεια των σιαγόνων, χωρίς τον κίνδυνο θερμικής διασποράς και καταστροφής του ιστού, με οπτικό και ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης της συγκόλλησης του αγγείου σε 1-4 δευτερόλεπτα, μειώνει την θερμική διασπορά, τον χειρουργικό καπνό και τον χρόνο του χειρουργείου, με πίεση διάρρηξης μεγαλύτερη από 360mmHg, για αντοχή της συγκόλλησης ακόμη και τρεις φορές την συστολική πίεση. Μήκος στειλεού: 20 cm
15	59.1.32 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ /ΘΥΡΟΕΙΔΟΥΣ
16	56.7.83 ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΑΙΜΟΡΡΟΙΔΕΚΤΟΜΗ
17	55.7.84 ΨΑΛΙΔΙ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΙΣΤΩΝ, ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑ 55.5 KHZ ΜΗΚΟΥΣ 36 , 23 , ΚΑΙ 9 cm

### Γ. Χρόνος και Τόπος Κατάθεσης της Προσφοράς

1. Οι υπογεγραμμένες προσφορές μπορούν να κατατεθούν ή θα παραληφθούν (αν αποσταλεί ταχυδρομικά) στην Γραμματεία-Πρωτόκολλο του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» μέχρι την **Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2024 και ώρα 11:00πμ**, μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο και απαραίτητα θα αναφέρει τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ή ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, την επωνυμία του Νοσοκομείου, τον τίτλο της σύμβασης, την καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης

υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής), τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (οδός, αριθμός, τηλ., κλπ) σύμφωνα με το άρθρο 92 του ν. 4412/08.08.2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/16) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 34 του ν.4782/2021).

**ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ο ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α4, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.**

2. Η προσφορά και τα περιλαμβανόμενα σε αυτή στοιχεία συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η συνθήκη της Χάγης που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984. Τα ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα (εταιρικά ή μη) με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική.
3. Η προσφορά θα υποβάλλεται δακτυλογραφημένη σε ενιαίο κλειστό φάκελο ο οποίος θα περιλαμβάνει τους κάτωθι **χωριστούς επί μέρους σφραγισμένους φάκελους**:
  - α) Έναν υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνική Προσφορά» στον οποίο θα τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.
  - β) Έναν υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο θα τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς **ως εξής**:
    - \* Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ (€) συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων.
    - \* Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής. Η συνολική τιμή προσφοράς για το κάθε είδος, χωρίς ΦΠΑ..
    - \* **Στην προσφορά θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για τέσσερις (4) μήνες.**
 Προσφορά που οι τιμή της υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτεται.
4. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη **«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»**.
5. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη της προσφοράς, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλεται με τον ως άνω τρόπο.
6. Η προσφορά που υποβάλλεται ή περιέρχεται καθ' οιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία θα πρέπει να παραλαμβάνεται με απόδειξη. Σε περίπτωση που περιέλθει στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρείται εκπρόθεσμη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγισθεί.
7. Η αποσφράγιση της προσφοράς θα γίνει δημόσια **σε ένα στάδιο** (τεχνική και οικονομική προσφορά), και θα συνταχθεί ένα πρακτικό αξιολόγησης, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, στο Γραφείο Διαγωνισμών του Τμ. Προμηθειών του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» στο ισόγειο την **Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2024 και ώρα 11:30πμ** σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν.4412/08.06.2016 (ΦΕΚ 147/Τα/16) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του ν.4782/2021.
8. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για **διάστημα δύο (2) μηνών** από την υπογραφή της. Σε περίπτωση κατά την οποία κατά το οριζόμενο στην παρούσα χρόνο λήξεως της προμήθειας, το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας δεν έχει εξαντληθεί κατά απόλυτο αριθμό (κατά προϋπολογιζόμενα τεμάχια) τότε η σύμβαση θα παρατείνεται αυτοδικαίως και άνευ ετέρου έως χρόνου εξαντλήσεως των αντικειμένων προς προμήθεια ειδών.
9. Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

#### **Δ. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί 120 ημέρες από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο και χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς.

**E. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

Οι οικονομικοί φορείς με την υποβολή της προσφοράς τους πρέπει να αποστείλουν υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία θα δηλώνουν ότι μέχρι την ημέρα υποβολής αυτής:

- 1) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης
- 2) Είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις
- 3) Δεν τελούν σε αποκλεισμό από σε διαγωνισμό κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- 4) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
- 5) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική τους διαγωγή βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου και ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
- 6) Δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους της παρ. 1 του άρθρου 73 ν. 4412/08.08.2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/16) όπως τροποποιήθηκε ο τίτλος και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του ν.4782/2021
- 7) Έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους –υποχρεώσεις της πρόσκλησης.
- 8) Τηρούν τη σχετική Νομοθεσία με την εργασία (εργατική – ασφαλιστική)

Τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις, όπου απαιτείται, δύναται να ζητηθούν από το Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις περί προμηθειών διατάξεις, κατά την υπογραφή της σύμβασης.

**ΣΤ. ΠΛΗΡΩΜΗ**

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την παραλαβή των υπηρεσιών με βάση τα δικαιολογητικά και τα συνοδευτικά στοιχεία (τιμολόγιο, πρωτόκολλο παραλαβής, Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κλπ). Τα σχετικά τιμολόγια θα είναι εξοφλητέα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.

Η αμοιβή του αναδόχου θα επιβαρύνεται από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος όπως κάθε φορά αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

**Ζ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Για ό,τι δεν προβλέπεται στη συγκεκριμένη διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου.

Εσωτερική Διανομή:

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

**ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ**

1. ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΣΑΨΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ(ΧΕΙΡ/ΓΟΣ)
2. ΝΤΟΥΡΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΠΕ ΝΟΣ/ΚΗΣ.)
3. ΡΟΚΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ. (ΠΕ Δ/ΚΟΥ – ΟΙΚ/ΚΟΥ)

**ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ**

1. ΓΕΡΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΧΕΙΡ/ΓΟΣ)
2. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ Α (ΤΕ ΝΟΣ/ΚΗΣ)
3. ΜΠΑΚΑΛΗ Α. (ΠΕ Δ/ΚΟΥ – ΟΙΚ/ΚΟΥ)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΥΡΟΥΛΑΣ



.....'

'