

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2<sup>ΗΣ</sup> ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ»

**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε**

**A/A 1: ΛΑΒΙΔΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟΥ**

- Να είναι μιας χρήσης
- Να διατίθενται σε τύπους oval, alligator, oval με ακίδα, alligator με ακίδα
- Να διατίθενται και σε τύπους jumbo για κανάλι 3,7mm
- Να είναι επικαλυμμένες με PTFE
- Να είναι διαθέσιμες και σε τύπο με κινούμενες – αιωρούμενες σιαγόνες (swing Jaw) για καλύτερη προσέγγιση του σημείου βιοψίας.
- Να διατίθενται σε μήκος 1550 mm για γαστροσκόπιο.

**A/A 3: ΒΡΟΓΧΟΙ ΘΕΡΜΗΣ ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΗΣ**

- Να διατίθενται προσυναρμολογημένοι και αποστειρωμένοι έτοιμοι για χρήση
- Να είναι μήκους 2300mm και κατάλληλοι για χρήση από κανάλι εργασίας 2,8mm
- Να είναι σχήματος οβάλ διαμέτρου 25mm
- Να διαθέτουν διάμετρο σύρματος κοπής 0,47mm

**A/A 4: ΒΡΟΓΧΟΙ ΘΕΡΜΗΣ ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΗΣ**

- Να διατίθενται προσυναρμολογημένοι και αποστειρωμένοι έτοιμοι για χρήση
- Να είναι μήκους 2300mm και κατάλληλοι για χρήση από κανάλι εργασίας 2,8mm
- Να είναι σχήματος οβάλ διαμέτρου 15mm
- Να διαθέτουν διάμετρο σύρματος κοπής 0,47mm

**A/A 5: ΒΡΟΓΧΟΙ ΘΕΡΜΗΣ ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΗΣ**

- Να διατίθενται προσυναρμολογημένοι και αποστειρωμένοι έτοιμοι για χρήση
- Να είναι μήκους 2300mm και κατάλληλοι για χρήση από κανάλι εργασίας 2,8mm
- Να είναι σχήματος οβάλ διαμέτρου 10 mm
- Να διαθέτουν διάμετρο σύρματος κοπής 0,47mm

**A/A 6: ΒΡΟΧΟΙ ΨΥΧΡΗΣ ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ**

- Να είναι κατάλληλοι και για ψυχρή και για θερμή πολυπεκτομή διαθέτοντας την κατάλληλη σήμανση στη χειρολαβή(cold and hot) και στη συσκευασία του.
- Να παρέχουν ταυτόχρονη ικανότητα κοπής του πολύποδα με ή χωρίς καυτηριασμό.

- Να διαθέτουν εργονομικά σχεδιασμένη χειρολαβή με διαβαθμίσεις.
- Να διατίθενται σε σχήμα εξαγωνικό διαμέτρου 10mm και 15mm.
- Να διατίθενται με σύρμα κοπής διαμέτρου 0,3mm.
- Να διατίθενται για ελάχιστο κανάλι εργασίας 2.6mm.
- Να διατηρούν το σχήμα τους ακόμη και μετά από επανειλημμένες κοπές.

#### **A/A 7: ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΚΛΗΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ**

- Να προσφέρονται σε δύο τύπους:  
Για το ανώτερο πεπτικό με γωνία βελόνης 14ο  
Για το κατώτερο πεπτικό με γωνία βελόνης 30ο
- Να διαθέτουν μηχανισμό κλειδώματος της βελόνης για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς και προστασία του ενδοσκοπίου.
- Να φέρουν εσωτερικό μηχανισμό ακινητοποίησης της βελόνης για σταθερή και αξιόπιστη έγχυση και αποφυγή διείσδυσης πέραν του επιθυμητού.
- Να διαθέτουν διάφανο ανθεκτικό εξωτερικό περίβλημα ώστε να πραγματοποιείται έγχυση ακόμα και όταν αυτό τσακίσει.
- Να προσφέρονται με μήκος βελόνης: 5mm για ασφαλείς εγχύσεις στο ανώτερο και κατώτερο πεπτικό.
- Να προσφέρονται με διάμετρο βελόνης: 23G.

#### **A/A 8: ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ CLIPS ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΑ)**

- Να διαθέτουν προσυναρμολογημένο clip από ανθεκτικό και εύκαμπτο κράμα μετάλλων (ELGILOY).
- Να διαθέτει ειδικά σχεδιασμένο περίβλημα καθετήρα έτσι ώστε να μην προκαλεί φθορά στο κανάλι του ενδοσκοπίου.
- Να διαθέτουν δυνατότητα ανοίγματος-κλεισίματος τουλάχιστον πέντε φορές πριν την τελική απελευθέρωση.
- Να διαθέτουν δυνατότητα πλήρους περιστροφής κατά 360 μοίρες για την βέλτιστη προσέγγιση της πάσχουσας περιοχής
- Να είναι συμβατά με MRI.
- Να διαθέτουν μεγάλο άνοιγμα τουλάχιστον 11mm.
- Να διαθέτει βιβλιογραφία με αποδεδειγμένη κλινική εμπειρία στην αποτελεσματική αντιμετώπιση αιμορραγιών του ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού.

#### **A/A 9: ΚΛΙΠΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΑ**

- Να διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία διαφορετικών μεγεθών, άνω των έξι, έτσι ώστε να καλύπτεται μεγαλύτερη γκάμα αναγκών του ενδοσκόπου και αυτό να αποδεικνύεται από το εργοστασιακό prospectus.

- Να διατίθενται σε αποστειρωμένη συσκευασία ανά τεμάχιο.
- Να διαθέτουν δυνατότητα πλήρους περιστροφής κατά 360 μοίρες για την βέλτιστη προσέγγιση της πάσχουσας περιοχής
- Να είναι συμβατά με MRI.
- Να διαθέτουν βιβλιογραφία με αποδεδειγμένη κλινική εμπειρία στην αποτελεσματική αντιμετώπιση αιμορραγιών του ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού.

**A/A 12: Λαβίδα τοποθέτησης κλιπς αιμόστασης μέσω ενδοσκοπίου, μιας χρήσης. Να είναι περιστρεφόμενη και αποστειρωμένη, μήκους 1550mm για γαστροσκόπιο και 2300 mm για κολonosκόπιο.**

**A/A 16: ΛΑΒΙΔΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ**

- Να είναι μιας χρήσης
- Να διατίθενται σε τύπους oval, alligator, oval με ακίδα, alligator με ακίδα
- Να διατίθενται και σε τύπους jumbo για κανάλι 3,7mm
- Να είναι επικαλυμμένες με PTFE
- Να είναι διαθέσιμες και σε τύπο με κινούμενες – αιωρούμενες σιαγόνες (swing Jaw) για καλύτερη προσέγγιση του σημείου βιοψίας.
- Να διατίθενται σε μήκος 2300mm για κολonosκόπιο.

**A/A 21: ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ GEL**

- Να είναι υδατοδιαλυτό.
- Να διατηρεί καθαρούς τους φακούς των οργάνων κατά την διάρκεια της εξέτασης

**A/A 24: (ΠΑΓΙΔΕΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΠΟΔΑ ΜΙΑΣ ΘΕΣΕΩΣ)**

- Να είναι μοναδικού σχεδιασμού παγίδα με δυνατότητα άμεσης σύλληψης ενός δείγματος.
- Να διαθέτει θάλαμο για την φυλάκιση του δείγματος
- Να απομονώνει το δείγμα στο θάλαμο ώστε να παρέχει την άριστη προστασία και ασφάλεια του, κατά τη μεταφορά του, για εξέταση.
- Να παρέχει δυνατότητα εύκολης και γρήγορης εγκατάστασης μεταξύ του ενδοσκοπίου και της αντλίας αναρρόφησης.
- Να διατίθεται σε ατομική συσκευασία.

**A/A 25: ΛΑΒΙΔΑ ΘΕΡΜΗΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΑΙΜΟΡΑΓΟΥΝΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ (Coagrasper)**

- Να είναι μήκους 1.650 mm με άνοιγμα σιαγόνων 5mm για οισοφάγο, στομάχι.
- Να είναι μήκους 1.950 mm με άνοιγμα σιαγόνων 4mm για παχύ έντερο.

- Να διαθέτει ειδικό μηχανισμό περιστροφής.
- Να δύναται να συνδεθεί με ηλεκτροχειρουργική διαθερμία.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Μετά τιμής

Κ. Μαύρου

Product Specialist

Olympus ET