

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»  
Ταχ. Δ/ση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14  
ΤΚ. 14564 Καλυφτάκη, Κηφισιά

Κηφισιά, 30/05/2024

Προς,  
Γραφείο Προμηθειών

**ΘΕΜΑ:** Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ» CPV:  
33141114-2.

Η Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών αποτελείται από τους:

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΚΟΥΪΜΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  
ΣΠΥΡΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ

η οποία ορίστηκε με την υπ' αριθ. 4878/12.03.2024 (ΑΔΑ: 6ΚΨΧ469ΗΔΖ-0ΛΩ) Απόφαση του Διοικητή περί ορισμού μελών επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ» CPV: 33141114-2, αφού μελέτησε τις παρατηρήσεις των κάτωθι εταιρειών: 1) BBD ΝΙΚ. ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ και 2) JOHNSON & JOHNSON MEDTECH GREECE, αποφάσισε να μην τις λάβει υπόψη και μένει στις προηγούμενες κατατεθείσες τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες και επισυνάπτονται.



## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ

### 1. Γάζα αιμοστατική 5cm x 35cm απορροφητική βακτηριοστατική.

Να είναι απορροφητική αιμοστατική γάζα από 100% οξειδωμένη κυτταρίνη ιδιοσυμβατή, υποαλλεργική, να απορροφά υγρά από 5 έως 10 φορές το βάρος της γάζας, να παρέχει ταχεία αιμόσταση καθώς και να απορροφάται πλήρως. Θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό CE με αναγραφή class 111. Να έχει πιστοποίηση επίσημη για αντιβακτηριδιακή δράση.

### 2. Γάζα απλή σε μέτρα 90cm x 100cm σε πακέτο 100 μέτρων.

Θα πρέπει η γάζα να είναι 100% βαμβακερή απλής ύφανσης και να έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση.

Θα πρέπει να τηρεί τους όρους του EN 14079 2003 να είναι τελείως λευκή, άοσμη και απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα ύφανσης .

Να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες .

Συγκεκριμένα οι γάζες να έχουν πλάτος  $90 \pm 1\%$  εκ και μήκος  $100 \pm 1\%$  μέτρων.

Θα είναι συσκευασμένες σε πακέτα με μορφή αναδίπλωσης ( zig zag) του ενός μέτρου ή σε φύλλα με τη μια διάσταση 90εκ. σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο.

Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά.

### 3. Γάζα βαζελινούχος παραφινούχος 10cm x10cm.

Βαζελινούχος παραφινούχος γάζα από 100% βαμβάκι , εμποτισμένο με αδρανή ανθεκτική στο νερό αλοιφή, αποστειρωμένο με ακτινοβολία, να μην κολλά στην πληγή.

### 4. Γάζα βαζελινούχος παραφινούχος 10cm x30cm.

Βαζελινούχος παραφινούχος γάζα από 100% βαμβάκι , εμποτισμένο με αδρανή ανθεκτική στο νερό αλοιφή, αποστειρωμένο με ακτινοβολία, να μην κολλά στην πληγή.

### 5. Γάζα λαπαροτομίας X-RAY 40X40cm (8PLY) (κομπρεσόπανα κοιλίας με κορδόνι)

Να είναι 100% βαμβακερή απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση και να πληροί τους όρους EN 14079 2003 και ειδικότερα να είναι άοσμη απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχασίματα, μπερδεμένες κλωστές κλπ.)και να μην παρουσιάζει ρυπαρή εμφάνιση από ουσίες.

Να φέρει ακτινοσκοπική κλωστή περιεκτικότητας 45% θειικού βαρίου, ανά 30εκ. υφάσματος.

Να έχει διαστάσεις 40X40, η γάζα να είναι τουλάχιστον 18 κλωστών και 24γρ βάρος. Να φέρει κορδόνι ασφαλείας καλά ραμμένο.

### 6. Γάζες τραχειοστομίας.

Να είναι από μη υφαντό απορροφητικό υλικό με μεγάλη αντοχή. Να είναι αποστειρωμένη και σε ατομική συσκευασία των 22τεμαχίων, να φέρει σχισμή στο μέσο της γάζας έως τη μέση. Οι διαστάσεις 10X 10 και 4PLY.

### 7. Επίθεμα γάζας αυτοκόλλητο αποστειρωμένο 10cm X 20cm

Να είναι πορώδες για να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος, υποαλλεργικό να μην ερεθίζει το δέρμα, να επιτρέπει να διαπερνά ο αέρας και ο υδρατμός, αλλά να μην επιτρέπει να περνούν οι μικροοργανισμοί. Να διατηρεί την υγρασία και την θερμότητα για γρήγορη και καλύτερη επούλωση και θεραπεία του τραύματος. Η αυτοκόλλητη επιφάνεια να μην ξεκολλά στην εφίδρωση και να μην αφήνει

κανένα ίχνος μετά την αφαίρεση του, η οποία πρέπει να γίνεται εύκολα και ανώδυνα. Το ειδικό γαζάκι να είναι κατασκευασμένο από 100% απορροφητική βισκόζη με επικάλυψη ενός διάτρητου φιλμ πολυαιθυλενίου το οποίο δεν κολλά στο τραύμα. Να ενδείκνυται για την περιποίηση – θεραπεία μετεγχειρητικών πληγών, πληγών μέτριας αιμορραγίας κοψιμάτων ή σχισιμάτων και επιφανειακών τραυμάτων ή μικρών πληγών. Η αποστείρωση να γίνεται με ακτινοβολία γ' και να είναι μακροχρόνιας διάρκειας. Η ημερομηνία και η συσκευασία αποστείρωσης να αναγράφεται σε κάθε ένα επίθεμα ξεχωριστά αλλά και στη συσκευασία.

#### **8. Επίθεμα γάζας αυτοκόλλητο αποστειρωμένο 10cm X 15cm**

Να είναι πορώδες για να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος, υποαλλεργικό να μην ερεθίζει το δέρμα, να επιτρέπει να διαπερνά ο αέρας και ο υδρατμός, αλλά να μην επιτρέπει να περνούν οι μικροοργανισμοί. Να διατηρεί την υγρασία και την θερμότητα για γρήγορη και καλύτερη επούλωση και θεραπεία του τραύματος. Η αυτοκόλλητη επιφάνεια να μην ξεκολλά στην εφίδρωση και να μην αφήνει κανένα ίχνος μετά την αφαίρεση του, η οποία πρέπει να γίνεται εύκολα και ανώδυνα. Το ειδικό γαζάκι να είναι κατασκευασμένο από 100% απορροφητική βισκόζη με επικάλυψη ενός διάτρητου φιλμ πολυαιθυλενίου το οποίο δεν κολλά στο τραύμα. Να ενδείκνυται για την περιποίηση – θεραπεία μετεγχειρητικών πληγών, πληγών μέτριας αιμορραγίας κοψιμάτων ή σχισιμάτων και επιφανειακών τραυμάτων ή μικρών πληγών. Η αποστείρωση να γίνεται με ακτινοβολία γ' και να είναι μακροχρόνιας διάρκειας. Η ημερομηνία και η συσκευασία αποστείρωσης να αναγράφεται σε κάθε ένα επίθεμα ξεχωριστά αλλά και στη συσκευασία.

#### **9. Επίθεμα γάζας αποστειρωμένο 10 X 20cm.**

Αποστειρωμένα, επίθεμα γάζας (8PLY) σύμφωνα με την ευρωπαϊκή φαρμακοποιία εξαιρετικής ποιότητας με όλες τις άκρες διπλωμένες μέσα.

#### **10. Επίθεμα γάζας αυτοκόλλητο αποστειρωμένο 25cm x 10cm**

Να είναι πορώδες για να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος, υποαλλεργικό, να μην ερεθίζει το δέρμα, να επιτρέπει να διαπερνά ο αέρας και ο υδρατμός, αλλά να μην επιτρέπει να περνούν οι μικροοργανισμοί. Να διατηρεί την υγρασία και την θερμότητα για γρήγορη και καλύτερη επούλωση και θεραπεία του τραύματος. Η αυτοκόλλητη επιφάνεια να μην ξεκολλά στην εφίδρωση και να μην αφήνει κανένα ίχνος μετά την αφαίρεση του, η οποία πρέπει να γίνεται εύκολα και ανώδυνα. Το ειδικό γαζάκι να είναι κατασκευασμένο από 100% απορροφητική βισκόζη με επικάλυψη ενός διάτρητου φιλμ πολυαιθυλενίου το οποίο δεν κολλά στο τραύμα. Να ενδείκνυται για την περιποίηση – θεραπεία μετεγχειρητικών πληγών, πληγών μέτριας αιμορραγίας κοψιμάτων ή σχισιμάτων και επιφανειακών τραυμάτων ή μικρών πληγών. Η αποστείρωση να γίνεται με ακτινοβολία γ' και να είναι μακροχρόνιας διάρκειας. Η ημερομηνία και η συσκευασία αποστείρωσης να αναγράφεται σε κάθε ένα επίθεμα ξεχωριστά αλλά και στη συσκευασία.

#### **11. Επίθεμα γάζας αυτοκόλλητο αποστειρωμένο 6cm X 7cm**

Να είναι πορώδες για να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος, υποαλλεργικό, να μην ερεθίζει το δέρμα, να επιτρέπει να διαπερνά ο αέρας και ο υδρατμός, αλλά να μην επιτρέπει να περνούν οι μικροοργανισμοί. Να διατηρεί την υγρασία και την θερμότητα για γρήγορη και καλύτερη επούλωση και θεραπεία του τραύματος. Η αυτοκόλλητη επιφάνεια να μην ξεκολλά στην εφίδρωση και να μην αφήνει κανένα ίχνος μετά την αφαίρεση του, η οποία πρέπει να γίνεται εύκολα και ανώδυνα. Το ειδικό γαζάκι να είναι κατασκευασμένο από 100% απορροφητική βισκόζη με επικάλυψη ενός διάτρητου φιλμ πολυαιθυλενίου το οποίο δεν κολλά στο τραύμα. Να ενδείκνυται για την περιποίηση – θεραπεία μετεγχειρητικών πληγών, πληγών μέτριας αιμορραγίας κοψιμάτων ή σχισιμάτων και επιφανειακών τραυμάτων ή μικρών πληγών. Η αποστείρωση να γίνεται με ακτινοβολία γ' και να είναι μακροχρόνιας διάρκειας. Η ημερομηνία και η συσκευασία αποστείρωσης να αναγράφεται σε κάθε ένα επίθεμα ξεχωριστά αλλά και στη συσκευασία.

#### **12. Επίθεμα γάζας αυτοκόλλητο αποστειρωμένο 9cm X 10CM**

Να είναι πορώδες για να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος, υποαλλεργικό, να μην ερεθίζει το δέρμα, να επιτρέπει να διαπερνά ο αέρας και ο υδρατμός, αλλά να μην επιτρέπει να περνούν οι μικροοργανισμοί. Να διατηρεί την υγρασία και την θερμότητα για γρήγορη και καλύτερη εππούλωση και θεραπεία του τραύματος. Η αυτοκόλλητη επιφάνεια να μην ξεκολλά στην εφίδρωση και να μην αφήνει κανένα ίχνος μετά την αφαίρεση του, η οποία πρέπει να γίνεται εύκολα και ανώδυνα. Το ειδικό γαζάκι να είναι κατασκευασμένο από 100% απορροφητική βισκόζη με επικάλυψη ενός διάτρητου φιλμ πολυαιθυλενίου το οποίο δεν κολλά στο τραύμα. Να ενδείκνυται για την περιποίηση – θεραπεία μετεγχειρητικών πληγών, πληγών μέτριας αιμορραγίας κοψιμάτων ή σχισιμάτων και επιφανειακών τραυμάτων ή μικρών πληγών. Η αποστείρωση να γίνεται με ακτινοβολία γ' και να είναι μακροχρόνιας διάρκειας. Η ημερομηνία και η συσκευασία αποστείρωσης να αναγράφεται σε κάθε ένα επίθεμα ξεχωριστά αλλά και στη συσκευασία.

#### **13. Επίθεμα γάζας (12PLY) μη αποστειρωμένο 10 X 20cm.**

Η γάζα πρέπει να είναι 100% βαμβακερή απλής ύφανσης και να έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση. Να τηρεί τους όρους EN 14079 2003, να είναι τελείως λευκή, άοσμη και απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα ύφανσης. Να μην παρουσιάζει ρυπαρή εμφάνιση και να μην υπάρχουν κλωστές που να εξέχουν από τις γάζες.

#### **14. Επίθεμα γάζας (8PLY) μη αποστειρωμένο 10 X 20cm**

Να είναι υδρόφιλο, άριστης ποιότητας 100% από βαμβάκι υψηλών χειρουργικών προδιαγραφών. Να πληρούνται οι όροι της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής φαρμακοποιίας σύμφωνα με EN14079 2003. Ειδικά να είναι τελείως λευκή άοσμη, χωρίς κόλλες, ελαττώματα στην ύφανση, από χημικές ουσίες και να μην παρουσιάζει ρυπαρή εμφάνιση.

#### **15. Επίθεμα γάζας (8PLY) μη αποστειρωμένο 10 X 10cm**

Να είναι υδρόφιλο, άριστης ποιότητας 100% από βαμβάκι υψηλών χειρουργικών προδιαγραφών. Να πληρούνται οι όροι της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής φαρμακοποιίας σύμφωνα με EN14079 2003. Ειδικά να είναι τελείως λευκή άοσμη, χωρίς κόλλες, ελαττώματα στην ύφανση, από χημικές ουσίες και να μην παρουσιάζει ρυπαρή εμφάνιση.

#### **16. Επίθεμα γάζας (8PLY) μη αποστειρωμένο 5 X 5cm**

Να είναι υδρόφιλο, άριστης ποιότητας 100% από βαμβάκι υψηλών χειρουργικών προδιαγραφών. Να πληρούνται οι όροι της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής φαρμακοποιίας σύμφωνα με EN14079 2003. Ειδικά να είναι τελείως λευκή άοσμη, χωρίς κόλλες, ελαττώματα στην ύφανση, από χημικές ουσίες και να μην παρουσιάζει ρυπαρή εμφάνιση.

#### **17. Επίθεμα γάζας (8PLY) ακτινοσκιερό μη αποστειρωμένο 10 X 10cm**

Να είναι 100% βαμβακερή απλής ύφανσης που να έχει υποστεί πλήρη κάθαρση και λεύκανση. Να πληροί τους όρους EN 14079 2003 και να είναι άοσμη απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα ύφανσης και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από ουσίες. Η γάζα να είναι (8PLY) 10 X 10cm να πληροί τα χαρακτηριστικά για γάζα επί μέτρου. Να φέρει μια ακτινοσκιερή κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θειικού βαρίου.

#### **18. Επίθεμα γάζας 12PLY ακτινοσκιερό μη αποστειρωμένο 10 X 20cm**

Να είναι 100% βαμβακερή απλής ύφανσης που να έχει υποστεί πλήρη κάθαρση και λεύκανση. Να πληροί τους όρους EN 14079 2003 και να είναι άοσμη απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα ύφανσης και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από ουσίες. Η γάζα να είναι (12PLY)

10 X 20cm να πληροί τα χαρακτηριστικά για γάζα επί μέτρου. Να φέρει μια ακτινοσκοπιική κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θειικού βαρίου.

**19. Τολύπια γάζας (κουκουτσάκια) ακτινοσκοπιική 8 x 8cm**

Τολύπια ακτινοσκοπιική στρογγυλά (κουκουτσάκια) από γάζα κατασκευασμένη σύμφωνα με τους όρους EN 14079 2003. Να φέρει μια ακτινοσκοπιική κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θειικού βαρίου υφασμένη σε όλο το μήκος του τολυπίου και ειδικά να είναι απαλλαγμένη από τυχόν κόλλες, ελαττώματα στην ύφανση (μπερδεμένες κλωστές, μηχανέλαιο, λεκέδες κλπ)

**20. Τολύπια γάζας (κουκουτσάκια) ακτινοσκοπιική 12 x 12cm**

Τολύπια ακτινοσκοπιική στρογγυλά (κουκουτσάκια) από γάζα κατασκευασμένη σύμφωνα με τους όρους EN 14079 2003. Να φέρει μια ακτινοσκοπιική κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θειικού βαρίου υφασμένη σε όλο το μήκος του τολυπίου και ειδικά να είναι απαλλαγμένη από τυχόν κόλλες, ελαττώματα στην ύφανση (μπερδεμένες κλωστές, μηχανέλαιο, λεκέδες κλπ)

**21. Γάζα ακτινοσκοπιική πακέτο 100 μέτρων.**

Να έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και να είναι 100% βαμβακερή και καθαρή και να πληροί τους όρους EN 14079 2003 και ειδικά να είναι απαλλαγμένη από τυχόν κόλλες, ελαττώματα στην ύφανση (μπερδεμένες κλωστές, μηχανέλαιο, λεκέδες κλπ) Επίσης άοσμη.

Να φέρει μια ακτινοσκοπιική κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θειικού βαρίου ανά 30 εκ. ύφασμα.

Επίσης ως προς τον αριθμό των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να πληροί τους όρους EN 14079 2003. Η γάζα επί μέτρου να είναι σιδερωμένη και όχι λοξοφασμένη.

**22. Επίδεσμος γάζας 10cm x 5m**

Από απορροφητική γάζα βάμβακος, να είναι απλής ύφανσης και να έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση. Να τηρεί τους όρους του εναρμονισμένου προτύπου EN 14079 2003.

Κάθε επίδεσμος γάζας θα τυλίγεται κυλινδρικά με ατομικό χάρτινο περιτύλιγμα, κατά τρόπο που να προστατεύεται από εξωγενείς παράγοντες (σκόνη κλπ) και επί της ατομικής συσκευασίας να αναγράφονται τα στοιχεία του κατασκευαστή και οι διαστάσεις του επιδέσμου καθώς και οι ενδείξεις. Κατάλληλη ποσότητα ατομικά συσκευασμένων επιδέσμων θα τοποθετείται σε πλαστική συσκευασία και κατόπιν σε χαρτοκιβώτια που θα επιτρέπουν την ασφαλή και εύκολη μεταφορά. Επί της τελικής συσκευασίας να αναγράφονται, ο αριθμός των περιεχομένων τεμαχίων επιδέσμων.

**23. Επίθεμα γάζας NON WOVEN συσκευασία 100τεμαχίων μη αποστειρωμένο 5 X 5cm.**

Επιθέματα γάζας παραφινούχα, μη αποστειρωμένα πυκνής ύφανσης για κάλυψη τραυμάτων, εγκαυμάτων, διαστάσεις 5x5cm

**24. Επίθεμα γάζας αποστειρωμένο 10cm X 10cm.**

Αποστειρωμένα, επιθέματα γάζας (8PLY) σύμφωνα με την ευρωπαϊκή φαρμακοποιία εξαιρετικής ποιότητας με όλες τις άκρες διπλωμένες μέσα.

Η Επιτροπή

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΥΪΜΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

