



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η Υ ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΠ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Βλάχου
Δ/ση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14
Τ.Κ 14564, Καλυφτάκη, Κηφισιά
ΤΗΛ.: 210 35.01.536

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή γραπτών προσφορών με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 του ν.4782/2021), για την προμήθεια «**ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ**» CPV: 33141320-9, προϋπολογισθείσας δαπάνης **32.427,24€ συμπ/νου Φ.Π.Α. (26.151,00€ άνευ Φ.Π.Α.)**.

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα:

1. Της Υ.Α. Υ4α/20074/15-02-2013 (ΦΕΚ Β' 557/11.03.2013) «Οργανισμός του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
2. Του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α' 81/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
3. Των άρθρων 75-83 του ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α' 184/23.9.2020) «Ψηφιακή Διαφάνεια - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
4. Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα του άρθρου 32Α όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 2 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36/09.03.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
5. Του ν. 4915/2022 (ΦΕΚ Α 63/24.3.2022) όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4958/2022 (ΦΕΚ Α 142/21.7.2022) και ειδικότερα το άρθρο 27, στο οποίο αναφέρεται ότι: «Σε ό,τι αφορά στην προμήθεια υγειονομικού υλικού, αναλώσιμου υλικού και αγαθών ή υπηρεσιών, εντός του προϋπολογισμού έκαστου φορέα, η αρμοδιότητα για την έγκριση σκοπιμότητας, ανεξαρτήτως ποσού, ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο έκαστου, υπαγόμενου στη Δ.Υ.ΠΕ φορέα και στον Διοικητή ή Υποδιοικητή της αρμόδιας ΥΠΕ για τους φορείς της Πρωτοβάθμιας και την Κεντρική Υπηρεσία των Υ.ΠΕ.»
6. Του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167/23.07.2013) σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος και ειδικότερα του άρθρου 64
7. Την παρ. Ζ του άρθρου Πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107/09.05.2013) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16-02-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»
8. Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
9. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α 145/05.08.2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
10. Της Υ.Α. Αριθμ. 38866/2022 ΦΕΚ 2030/Β/21.04.2022 «Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας»

11. Την υπ' αριθ. Υ.Α. Αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ.91557 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 1114/31.12.2019) για το διορισμό του Διοικητή ΤΣΟΥΡΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ», ο οποίος παρατάθηκε με την υπ' αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 6569 Υ.Α. (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 88/03.02.2023)

Β. Την υπ' αριθ. 18^η/Θ.16^η/19.11.2025 (ΑΔΑ: 92Ν469ΗΔΖ-ΗΓΗ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκαν: 1) το πρακτικό δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης του υπ' αριθ. 22/ΤΑ/2025 Τακτικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ» CPV: 33141320-9, για διάστημα ενός (1) έτους, προϋπολογισθείσας δαπάνης 80.396,02€ συμπ/νου Φ.Π.Α, και σύμφωνα με αυτό την κατακύρωση των αποτελεσμάτων και την υπογραφή των συμβάσεων με τις μειοδότες ή μοναδικές προσφέρουσες ανάδοχες εταιρείες, με συνολική κατακυρωθείσα δαπάνη 44.463,51€ συμπ/νου ΦΠΑ, 2) η έγκριση διενέργειας Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 32.427,24€ συμπ/νου Φ.Π.Α. (26.151,00€ άνευ Φ.Π.Α.), για την προμήθεια των ειδών που δεν κατακυρώθηκαν, είτε διότι δεν προσφέρθηκαν από καμία εταιρεία (α/α 5,6,7,12,20,21), είτε διότι εκ παραδρομής δε συμπεριλήφθηκαν στον Τακτικό Ανοικτό Διαγωνισμό (ΑΥΤΟΜΑΤΟ-ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΙΟΨΙΑΣ).

Γ. Το γεγονός ότι η προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ» CPV: 33141320-9, είναι απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα απόφαση θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 1311 του προϋπολογισμού, βάσει της υπ' αριθ. 12489/12.08.2025 (ΑΔΑ: 6Θ6Κ469ΗΔΖ-756) Απόφασης Διοικητή «Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης» και της υπ' αριθ. 19065/05.12.2025 (ΑΔΑ: ΨΔ6Η469ΗΔΖ-Π0Α) Βεβαίωσης κατά παρ.8 του άρθρ.66 του ν.4811/2021 (ΦΕΚ Α 108).

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ» CPV: **33141320-9**, προϋπολογισθείσας δαπάνης **32.427,24€ συμπ/νου Φ.Π.Α.** (26.151,00€ άνευ Φ.Π.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής** για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΤΕΜ .	ΤΙΜΗ ΤΕΜ	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ
5	ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (18Gx127mm)	20	19,00 €	380,00 €	471,20 €
6	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Μ.Χ PENCIL POINT (No 18G, 22G, 25G)	50	7,90 €	395,00 €	489,80 €
7	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ, ΟΣΦ/ΑΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΥ QUINCKE (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ, ΛΟΞΟΤΟΜΗΜΕΝΗ, ΜΕ ΟΔΗΓΟ) ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ	50	2,10 €	105,00 €	130,20 €
12	ΣΕΤ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ & ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ 18x25	5	12,20 €	61,00 €	75,64 €
20	ΣΕΤ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΑΣΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΜΜΟΤΟΜΕ (8G, 10G)	30	750,00 €	22.500,00 €	27.900,00 €

21	ΣΕΤ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ	5	242,00 €	1.210,00 €	1.500,40 €
23	ΑΥΤΟΜΑΤΟ-ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΙΟΨΙΑΣ	50	30,00 €	1.500,00 €	1.860,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:			26.151,00 €	32.427,24 €	

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και οι Μέθοδοι Ελέγχου των πλαστικών συριγγών μιας χρήσης καθορίζονται με την Υπουργική απόφαση Α6 6404 δις (ΦΕΚ 681/τ.Β/8-8-91) «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ». Οι τεχνικές προδιαγραφές των βελονών πρέπει να είναι καθ' όλα σύμφωνες με την υπουργική απόφαση Α6/6404, Τεχνικές προδιαγραφές και Μέθοδοι Ελέγχου Πλαστικών Συριγγών και Βελονών μίας χρήσης, (ΦΕΚ 681 τ.Β'8.8.1991) Η συσκευασία των ειδών πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.

Η ένδειξη :ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ

- Η μέθοδος αποστείρωσης
- Ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη ΠΑΡΤΙΔΑ(ή LOT)
- Η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα Η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση
- Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης Κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη
- Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων.

Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσεως και στην Ελληνική Γλώσσα.

Τα ανωτέρω υλικά πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 13485-2003 και ο κατασκευαστής ή ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή στην Ελλάδα να φέρει Πιστοποιητικό ISO 9001:2008. Τα υλικά πρέπει να είναι πιστοποιημένα από οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων - ΦΕΚ 2198/τεύχ. Β/02-10- 09 και τεχνικών προδιαγραφών και μεθόδων ελέγχου πλαστικών συριγγών και βελονών μιας χρήσης - ΦΕΚ 681 τ.Β'8.8.1991)

- Εκτός και αν αναφέρεται σαφώς, απαιτούνται επίσης:
- Μιας χρήσης, ατομική, διαφανής, συσκευασία με εύκολο άσηπτο άνοιγμα.
- Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία παραγωγής και η ημερομηνία λήξης.
- Να είναι αποστειρωμένες (διάρκεια 3-5 έτη), μη τοξικές και απαλλαγμένες πυρετογόνων ουσιών.
- Το υλικό της βελόνας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, χωρίς μαγνητικές ιδιότητες
- Να φέρει προστατευτικό κάλυμμα, εύκολα αφαιρούμενο από υλικό που θα πληροί τη σύμβαση ISO 6009.
- Να είναι Latex Free, DEHP-free.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

5. ΒΕΛΟΝΑ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ» 18G X 127MM

- Να είναι βαθμονομημένη
- Να έχουν στειλεό
- Να μην είναι εύκαμπτες

- Να έχει διάφανο hub για έλεγχο παλινδρόμησης υγρού
- Να προσκομισθεί δείγμα

6. ΒΕΛΟΝΑ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘ Μ.Χ. PENCIL POINT

- Να είναι τύπου Pencil Point ατραυματικές , με κλειστό άκρο κι ευρύ οβάλ πλάγιο στόμιο .
 - Να αναγράφεται το μέγεθός τους στον στυλεό τους για άμεση κι ασφαλή αναγνώριση.
 - Να διατίθενται είτε χωρίς είτε με εισαγωγή ως ολοκληρωμένο σετ
- Εκτός από τις γενικές προδιαγραφές απαιτούνται τα εξής χαρακτηριστικά:
- Να έχει διάφανο hub για έλεγχο παλινδρόμησης υγρού
 - Να έχουν ατραυματικό άκρο.
 - Να φέρει εργονομική λαβή για να παρέχει καλή αίσθηση της διάτρησης της μήνιγγας
 - Διάφορα μεγέθη (No 22G έως και 29G μήκους 90mm 103mm&120mm)
 - Να προσκομισθεί δείγμα

7. ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ, ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ QUINCKE (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ, ΛΟΞΟΤΟΜΗΜΕΝΗ ΜΕ ΟΔΗΓΟ)

Εκτός από τις γενικές τεχνικές προδιαγραφές απαιτούνται επίσης τα εξής χαρακτηριστικά:

- Να διατίθενται σε διάφορα μεγέθη: 18, 19, 20 ,22, 23, 25 G (2,5 έως 3,5 ίντσες) και μήκη από 75 έως 120mm
- Να είναι μιας χρήσης, latex free αποστειρωμένες.
- Να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι με μέτρια λοξοτομούμενο άκρο τύπου Quincke για να διηνίζει και όχι να τέμνει τις ίνες της μήνιγγας.
- Να φέρει καλά προσαρμοσμένο αφαιρούμενο στυλεό ο οποίος να εμποδίζει την είσοδο ιστών στη βελόνη και στον υπαραχνοειδή χώρο και να έχει χρωματική σήμανση για αναγνώριση του μεγέθους.
- Να διαθέτει τραπεζοειδή εργονομική λαβή και να παρέχει στο χειριστή καλή αίσθηση της διάτρησης της μήνιγγας.
- Να διαθέτει ειδική εγκοπή η οποία υποδεικνύει το σωστό προσανατολισμό της βελόνας κατά την διείσδυση της.
- Να έχουν λεία εξωτερική επιφάνεια για να ελαχιστοποιεί τον ερεθισμό της μήνιγγας κατά την εισαγωγή.
- Να φέρει άκρο ακριβείας και οπή για ατραυματική εισαγωγή και ελαχιστοποίηση των μετεπεμβατικών κεφαλαλγιών.
- Να επιτρέπει την άμεση και γρήγορη παλινδρόμηση του ENY.
- Να φέρει διαφανή δακτυλολαβή που επιτρέπει την άμεση πιστοποίηση της παλινδρόμησης του ENY.
- Το μέγεθος της οπής να ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες διασκληριδίου τοποθέτησης (διαμέσου της σκληράς μήνιγγας.
- Να διατίθεται μαζί με βελόνα (οδηγό) εισαγωγής για να επιβεβαιώνεται η ακριβής και ασφαλής τοποθέτηση στον υπαραχνοειδή χώρο.
- Να προσκομισθεί δείγμα.

12. ΣΕΤ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ & ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ 18X25

- Set συνδυασμού μιας χρήσης βελόνας ραχιαίας και βελόνας επισκληριδίου. Προτιμάται το Set να: περιέχει αποστειρωμένο πεδίο μιας χρήσης με οπή, λαβίδα, τολύπια και γάζες.
- No βελόνας επισκληριδίου τύπου Tuochy 18G,
- No βελόνας ραχιαίας G25.
- Το set πρέπει να έχει: βελόνα ραχιαίας τύπου Pencil-Point, βελόνα επισκληριδίου καθετήρα επισκληριδίου, φίλτρο αντιμικροβιακό, σύριγγα εντοπισμού επισκληριδίου χώρου
- Να διαθέτει κουμπωτό σύστημα κλειδώματος βελονών και κουμπωτό συνδετικό καθετήρα (όχι βιδωτό), για χρήση με το ένα χέρι
- Να προσκομισθεί δείγμα

20. ΣΕΤ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΑΣΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MAMMOTOME (8G, 10G)**A) ΣΕΤ ΣΤΕΡ/ΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΑΣΤΟΥ 8G MAMMOTOME**

Το σετ να περιέχει τα πιο κάτω είδη

- -1800cc Δοχείο αναρρόφησης
- -8G, 12cm Βελόνα βιοψίας 8G 12cm αναρρόφησης κενού Mammotome® revolveTM ST
- -110ml δοχείο παρασκευάσματος ασφαλούς διαχείρισης φορμόλης
- -8G MARKTM Σήμανσης ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ με αιμοστατική ιδιότητα

B) ΣΕΤ ΣΤΕΡ/ΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΑΣΤΟΥ 10G MAMMOTOME

Το σετ να περιέχει τα πιο κάτω είδη

- -1800cc Δοχείο αναρρόφησης
- -10G, 12cm Βελόνα βιοψίας 8G 12cm αναρρόφησης κενού Mammotome® revolveTM ST
- -110ml δοχείο παρασκευάσματος ασφαλούς διαχείρισης φορμόλης
- -10G MARKTM Σήμανσης ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ με αιμοστατική ιδιότητα

21. ΣΕΤ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ

Το σετ να περιλαμβάνει:

- 8.3F high-flow pigtail διαβαθμισμένο καθετήρα 40cm (1 τεμ)
- 8.5F Διαστολέα μήκους 22cm (1 τεμ)
- 3-way stopcock (2 τεμ)
- Οδηγό σύρμα 0.035”(0,089mm) x 80cm (1 τεμ)
- Βελόνα 25G x 1 ½” (3.8cm) (1 τεμ)
- Βελόνα 18g x 1 ½” (3.8cm) (1 τεμ)
- Βελόνα 18g x 3.5” (9cm) (1 τεμ)
- Βελόνα 18g x 5.9” (15cm) (1 τεμ)
- Σύριγγα 10ml Luer lock (1 τεμ)
- Σύριγγα 20ml Luer lock (1 τεμ)
- Σύριγγα 60ml Luer lock (1 τεμ)
- 1000ml Merit αναλώσιμος σάκος με συνδεδεμένο σωλήνα (1 τεμ)
- Γάζες διαστάσεων 10x10cm ((10 τεμ)
- Χειρουργικό πεδίο 60cm x 60cm (1 τεμ)
- Χειρουργικό πεδίο 46cm x 60cm (1 τεμ)
- Double-ended alligator clip cable (1 τεμ)
- CSR wrap (1 τεμ)
- Νυστέρι με λαβή no 11 (1 τεμ)
- Μεταξωτή ίνα με βελόνα 3-0 (1 τεμ)

23. ΑΥΤΟΜΑΤΟ-ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΙΟΨΙΑΣ

- Το πιστόλι βιοψίας να είναι κατάλληλο για χρήση σε μαστό ή προστάτη με δυνατότητα αυτόματης και ημιαυτόματης λειτουργίας λήψης δειγμάτων ιστοτεμαχίου.
- Η όπλιση του πιστολιού να γίνεται απαραίτητως με τη χρήση του ενός χεριού.
- Το άκρο της βελόνης να είναι σχεδιασμένο σε μορφή τριών εδρών – πλευρών ώστε να διευκολύνεται η διεύθυνση της βελόνας κατά την εκτίναξη εντός της βλάβης.
- Να υπάρχει πάνω στο πιστόλι επιλογή μεγέθους του δείγματος της βιοψίας με αντίστοιχο επιλογέα 18mm ή 25mm.
- Να διαθέτει οπτική ένδειξη κατάστασης της βελόνας (οπλισμένη ή μη).
- Να διαθέτει ηχογενή ζώνη στο άκρο της βελόνας ώστε να διασφαλίζεται η ορατότητα υπό την καθοδήγηση υπερήχου.

- Να έχει διαβάθμιση ανά εκατοστό κατά μήκος της βελόνας ώστε να επιτρέπει την μέτρηση του βάθους εισαγωγής.
- Το πιστόλι να διαθέτει ελατήριο ικανής δύναμης για σκληρούς όγκους.
- Να διατίθεται σε μέγεθος βελόνας 14G, 16G, 18G και μήκη 10,13,16, 20, 25 cm

Το κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.gonkhosp.gr στη διαδρομή: <http://www.gonkhosp.gr>, στον ιστότοπο <http://et.diaivgeia.gov.gr/> (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Β. Χρόνος και Τόπος Κατάθεσης των Προσφορών

1. Οι υπογεγραμμένες προσφορές θα κατατίθενται ή θα παραλαμβάνονται (αν αποστέλλονται ταχυδρομικά) στην Γραμματεία-Πρωτόκολλο του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» μέχρι την **Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 10:30**, μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο και απαραίτητα θα αναφέρουν την λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ή ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, την επωνυμία του Νοσοκομείου, τον τίτλο της σύμβασης, την καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής), τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (οδός, αριθμός, τηλ. κλπ) σύμφωνα με το άρθρο 92 του ν. 4412/08.08.2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/16) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 34 του ν.4782/2021),
2. **ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ο ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α4, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.**
3. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτά στοιχεία συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η συνθήκη της Χάγης που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984. Τα ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα (εταιρικά ή μη) με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική.
4. Οι προσφορές θα υποβάλλονται δακτυλογραφημένες σε ενιαίο κλειστό φάκελο ο οποίος θα περιλαμβάνει τους κάτωθι **χωριστούς επί μέρους σφραγισμένους φάκελους**:
 α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνική Προσφορά» στο οποίο θα τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και τεχνικά στοιχεία της προσφοράς
 β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στο οποίο θα τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς **ως εξής**:
γ1. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ (€) συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων.
γ2. Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής. Η συνολική τιμή προσφοράς για το κάθε είδος, χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
 Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται.
γ3. Στην προσφορά θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για **δώδεκα (12) μήνες**.
 5. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη **«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»**
 6. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο.
 7. Οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται κατ' οιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία θα πρέπει να παραλαμβάνονται με απόδειξη. Σε περίπτωση που περιέλθουν στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
 8. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο. Η αποσφράγιση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα γίνει στο Γραφείο Διαγωνισμών του Τμ. Προμηθειών του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» **την Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11:00.**

Η αξιολόγηση τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα γίνει σε ένα στάδιο και θα συνταχθεί ένα πρακτικό τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης.

9. Κατά την διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή εκπρόσωποι τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης
10. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για **διάστημα ενός (1) έτους** από την υπογραφή της.
11. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
12. Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
13. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο προσφέρων, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. Ως κύρια θεωρείται η πρώτη κατά σειρά προσφορά και ως εναλλακτικές όλες οι υπόλοιπες.

Γ. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει το διαγωνιζόμενο επί 360 ημέρες από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς λαμβάνει χώρα κατ'άνωτατο όριο και χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς.

Δ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι οικονομικοί φορείς με την υποβολή της προσφοράς τους πρέπει να αποστείλουν υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία θα δηλώνουν ότι μέχρι την ημέρα υποβολής αυτής:

- 1) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης
- 2) Είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις
- 3) Δεν τελούν σε αποκλεισμό από σε διαγωνισμό κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- 4) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο.
- 5) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική τους διαγωγή βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου και ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
- 6) Δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους της παρ. 1 του άρθρου 73 ν. 4412/08.08.2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/16) όπως τροποποιήθηκε ο τίτλος και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του ν.4782/2021
- 7) Έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους – υποχρεώσεις της πρόσκλησης.
- 8) Τηρούν την σχετική Νομοθεσία με την εργασία (εργατική – ασφαλιστική)

Τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις, όπου απαιτείται, δύναται να ζητηθούν από το Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις περί προμηθειών διατάξεις, κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Ε. ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα διεθνή ή/και ευρωπαϊκά ή/και εθνικά πρότυπα (ISO, EN, ΕΛΟΤ κ.λ.π.) να πληρούν όλες τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο **άρθρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016** και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές.

α) Σύστημα διαχείρισης ποιότητας **ISO 9001:2015**.

β) Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης **ISO 14001:2015**

γ) Έγκριση πιστοποίησης **ISO 13485:2016**

δ) Βεβαίωση διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων (βάσει της Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1348/2004 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων».)

ε) Πιστοποιητικά **CE** προσφερόμενων ειδών

ΣΤ. ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και την υπογραφή του οικείου Πρακτικού για την καλή εκτέλεση της σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016¹, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/12/2024 ΝΠΔΔ					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	STATUS	ΚΑΕ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Γ.Λ. ΠΔ 205/98
1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΌ 2500,01 € ΕΩΣ 30000,00 € (ΣΥΜΒΑΣΗ) (Απευθείας Αναθέσεις άρθρο 118 Ν. 4412/2016)	ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ 0,1%	1	3399-5299	53.20.09
		ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4%	3	3391-5291	54.09.14

Για τις συμβάσεις αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης της χρηματοδότησης, κράτηση ύψους 0,1%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Σε περίπτωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου, ο ανάδοχος συμπληρώνει στο πεδίο BT-11: Στοιχείο αναφοράς αγαθού του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου²: 1015.E00/182.0001 «ΑΔΑ Ανάληψης Υποχρέωσης:.....»

Ζ. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΔΩΝ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα είδη τμηματικά, άμεσα (εντός δυο ημερών) από τη λήψη της παραγγελίας, στους χώρους του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΓΥΡΟΙ» που θα του υποδειχθούν, και με δική του ευθύνη και εντός του προβλεπόμενου από τη σύμβαση χρόνου. Ο χρόνος παράδοσης, μπορεί να παραταθεί κατόπιν αιτιολόγησης από τον Ανάδοχο με τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικά στις περιπτώσεις, όπου η παράδοση του προς προμήθεια είδους δεν πραγματοποιείται εφάπαξ λόγω της φύσεως του σκοπού που εξυπηρετεί αλλά σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, μη δυνάμενες να προσδιορισθούν εκ των προτέρων, εξαρτημένης της παράδοσης από την κάλυψη των αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής, ο χρόνος παράδοσης θα αρχίζει από την επόμενη της κοινοποιήσεως της σχετικής παραγγελίας του προς προμήθεια είδους, με κάθε πρόσφορο μέσο προς την Αναθέτουσα Αρχή.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια πώλησης τον αριθμό της σύμβασης.

¹ Άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021.

² Πρβλ. Απόφαση αριθμ. 63446/2021 (Β' 2338/02.06.2021) Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Επικρατείας «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων», άρθρο 3 παρ.2, πεδίο «BT-11: Στοιχείο αναφοράς αγαθού / υπηρεσίας / μελέτης / έργου»

Η. ΔΕΙΓΜΑΤΑ

Απαιτείται η κατάθεση δειγμάτων επί ποινή απόρριψης.

Θ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος αρχόμενη από της υπογραφής της και λήγουσα την αντίστοιχη ημεροχρονολογία κατά το πέρας της συμβατικής της διάρκειας.

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου

Ι. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για ότι δεν προβλέπεται στη συγκεκριμένη προκήρυξη ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΥΡΟΥΛΑΣ

Εσωτερική Διανομή:

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: (Απόφαση Διοικητή 12644/19.08.2025 (ΑΔΑ: 9ΥΘΖ469ΗΔΖ-ΞΧΚ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΔ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ: ΜΑΪΝΤΑ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α')

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΠΛΕΣΣΑ ΟΛΓΑ (ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ)

2. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΠΡΟΒΙΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ)

2. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)

25PROC018211607 2025-12-19

Ακριβές Αντίγραφο

Κεντρικό Πρωτόκολλο

3 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Γ.Ο.Ν.Κ. 'Οι Άγιοι Ανάργυροι'