

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΕΣΗΔΗΣ & ΣΤΗΝ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αρμόδια: Α.ΚΑΜΠΥΛΛΑΥΚΑ
Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14
Τ.Κ. 14564 Καλυφτάκη, Ν.Κηφισιά
Τηλ.: 2103501545

**ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 2^{ης} ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΟΡΕΙΩΝ» (CPV 33192160-1)**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 / Α /4-4-05) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016(ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Την υπ' αριθ. 17/03-12-13 (θέμα 3ο) Συνεδρίαση της ΕΚΑΠΥ σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής»
4. Τις αποφάσεις της Ολομέλειας της ΕΚΑΠΥ που ελήφθησαν κατά την υπ' αριθ. 68/14-12-2015 (θέμα 6ο) και υπ' αριθ. 88/07-09-2016 συνεδριάσής της (θέμα 3ο, 4ο και 5ο) αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων.
5. Την υπ' αριθ. 3512/14-9-2015 εγκύκλιο της ΕΚΑΠΥ «Διευκρινήσεις αναφορικά με την διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων».
6. Την υπ' αριθ. 5657/28-11-2016 εγκύκλιο της ΕΚΑΠΥ «Εγκύκλιος – Για την εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών και των κριτηρίων ανάθεσης με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων».
7. Την υπ' αριθ. 10973/10.07.2025 (ΑΔΑ:ΨΘΡΙ469ΗΔΖ-ΟΥΓ) Απόφαση του Διοικητή περί ορισμού μελών επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
8. Το υπ' αριθ. 12325/07.08.2025 πρακτικό της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών με το οποίο καταθέτει τις τεχνικές προδιαγραφές.
9. Την υπ' αριθ. 12363/08.08.2025 (ΑΔΑ: 6Θ0Η469ΗΔΖ-24Ν) 1^η Δημόσια Διαβούλευση
10. Το υπ' αριθ. 12828/25.08.2025 Διαβιβαστικό προς την επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών με τις παρατηρήσεις επί της 1^{ης} Διαβούλευσης, των εταιρειών ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΗΛΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ, RONTIS HELLAS A.E.B.E. και MEDIC PLAN HEALTH PROJECT A.E.
11. Το υπ' αριθ. 12956/28.08.2025 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) πρακτικό της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών με το οποίο καταθέτει τις αναδιαμορφωμένες τεχνικές προδιαγραφές.
12. Το γεγονός ότι δεν έχουν αναρτηθεί ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές από την ΕΚΑΠΥ για την προμήθεια «ΦΟΡΕΙΩΝ» (CPV 33192160-1).

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

2^η Δημόσια διαβούλευση για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «**ΦΟΡΕΙΩΝ**» (CPV 33192160-1), για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών: α. από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» (<http://www.eprocurement.gov.gr>) και β. από τον ιστότοπο του Νοσοκομείου <https://gonkhosp.gr/> (Τμήμα Προμηθειών-Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών).

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους από την επόμενη της ανάρτησης στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών. Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη αρχείων.

Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.). Κάθε αποστολή στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του. Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα <https://gonkhosp.gr/> (Τμήμα Προμηθειών-Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών) με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις αυτές και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.

Η τελική απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών πρέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμως αιτιολογημένη, διάλογο των συντακτών της με τουλάχιστον τα εξής έξι (6) στοιχεία : 1) το υλικό που της παραδίδεται από το Τμήμα Προμηθειών 2) τις εν γένει διεθνείς παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα 3) τις παραδοχές της επιστήμης 4) την εμπειρία 5) τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις 6) τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι αποφάσεις της ΕΚΑΠΥ, των οποίων το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής.

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (<http://www.eprocurement.gov.gr>) στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου <https://gonkhosp.gr/> (Τμήμα Προμηθειών-Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΥΡΟΥΛΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΗΣ ΘΩΜΑΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. 'Οι Άγιοι Ανάργυροι'



0000332959

ΑΔΑ: 6ΙΜ6469ΗΔΖ-ΦΥΔ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 28/08/2025

Ν. Κηφισιά, 27/08/2025

Α. Π.: Εισερχ. 12956

Ημ/νία Αποστολής: 28/08/2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΚ 145 64

ΚΗΦΙΣΙΑ 28/08/2025
Αρ. Πρωτ. :12956/27-08-2025

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΛΗΨΗ

Επιτροπή σύνταξης
Τεχνικών προδιαγραφών
για την προμήθεια «Φορείων»

Προς: Τμήμα προμηθειών

ΘΕΜΑ: Κατάθεση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 'ΦΟΡΕΙΩΝ'

ΣΧΕΤ: 1) η με αρ. πρωτ. 12363/08-08-2025 (ΑΔΑ: 6Θ0Η469ΗΔΖ-24Ν) «1^η Δημόσια Διαβούλευση για τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών»
2) το με αρ. πρωτ. 12828/25-08-2025 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω (2) σχετικού εγγράφου σας και λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που κατατέθηκαν στα πλαίσια της σχετικής (1) 1^{ης} Δημόσιας Διαβούλευσης, σας καταθέτουμε τις αναδιαμορφωμένες Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια 'ΦΟΡΕΙΩΝ' και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες..

Η Επιτροπή

Ρεμούνδος Παύλος

Κάλφας Αθανάσιος

Καραγιάννη Μαρία

ΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Το φορείο να είναι σύγχρονης τεχνολογίας (να αναφερθεί το πρώτο έτος κατασκευής / πρώτο έτος κυκλοφορίας την τελευταία πενταετία), μεταβλητού ύψους, ελαφρύ, εύκολο στο χειρισμό και εύκολη κύλιση.
2. Ο σκελετός του να είναι στιβαρός και κατασκευασμένος από ανθεκτικό υλικό υψηλής προστασίας από εκδορές και διάβρωση, ακόμα και μετά το πέρασμα χρόνων.
3. Η όλη κατασκευή του να είναι ευέλικτη ώστε να απαιτεί ελάχιστη προσπάθεια από το χειριστή για τη μετακίνηση του φορείου.

4. Η επιφάνεια κατάκλισης να απαρτίζεται από δυο (2) τμήματα και να είναι κατασκευασμένη από συμπαγές, ακτινοδιαπερατό υλικό HPL με αντιβακτηριακή δράση και οικολογική πιστοποίηση, χωρίς αιχμηρές άκρες, εύκολο στον καθαρισμό και την απολύμανση.
5. Να φέρει πλευρικά ανοίγματα στην επιφάνεια, για τη διέλευση ιμάντων συγκράτησης ασθενούς. Επιπλέον στο άνω και κάτω μέρος του να φέρει υπερυψωμένο κάγκελο για τη συγκράτηση του στρώματος.
6. Η ρύθμιση ύψους να πραγματοποιείται μέσω υδραυλικού συστήματος ανύψωσης με ποδομοχλό, με δυνατότητα ρύθμισης ύψους από 55 έως 90 cm., με μέγιστη απόκλιση ± 4 cm.
7. Να παρέχεται η δυνατότητα να λάβει τις θέσεις Trendelenburg/ antitrendelenburg από 0° έως 12° τουλάχιστον, μέσω μοχλού στο κάτω μέρος.
8. Το επίπεδο πλάτης να κινείται με μηχανισμό αερίου σε γωνία μέχρι 75° τουλάχιστον, μέσω εργονομικής χειρολαβής εύκολα προσβάσιμης και από τις δύο πλευρές του φορείου.
9. Να φέρει σταθερή λαβή ώθησης από χάλυβα
10. Να φέρει πτυσσόμενα πλαϊνά προστατευτικά με ατραυματικές χειρολαβές από υλικό υψηλής αντοχής. Να είναι εύκολα κινούμενα μέσω μηχανισμού αερίου και αναδιπλώνουν σε τέτοια θέση ώστε να μην εμποδίζουν το φορείο. Να σταθεροποιούνται αυτόματα στη θέση τους. Το ύψος των προστατευτικών πάνω από την επιφάνεια να είναι τουλάχιστον 30 cm και να καλύπτουν συνολικά μήκος τουλάχιστον 145 cm, για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς.
11. Επιπλέον να διαθέτει προστατευτικούς προσκρουστήρες στις τέσσερις γωνίες του αλλά και κατά μήκος των πλαϊνών προστατευτικών, για την εξομάλυνση των συγκρούσεων κατά τη μετακίνησή του.
12. Στις τέσσερις γωνίες του να διαθέτει θέσεις για τη στήριξη εξαρτημάτων.
13. Να συνοδεύεται με στρώμα αντίστοιχων τμημάτων και διαστάσεων με την επιφάνεια κατάκλισης. Το στρώμα να είναι κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό, πάχους 8cm τουλάχιστον, βραδύκαυστο, με προσθαφαιρούμενο κάλυμμα από ελαστικό, αδιάβροχο, αεροδιαπερατό και αντιβακτηριακό υλικό που δεν σκίζεται εύκολα. Το στρώμα να φέρει ιμάντες σταθεροποίησης στην επιφάνεια κατάκλισης.
14. Το φορείο να συνοδεύεται με:
 - Στατώ ορού μεταβαλλόμενου ύψους με τέσσερα (4) ανοξείδωτα άγκιστρα αντοχής βάρους τουλάχιστον 15kg
 - Θήκη στήριξης φιάλης οξυγόνου, αναδιπλωμένη ή σταθερή, διαμέτρου 15 cm τουλάχιστον.
15. Να φέρει επίσης κάλυμμα βάσης από πλαστικό υλικό για την κάλυψη των μηχανικών μερών, με διαμορφωμένες θήκες και την τοποθέτηση προσωπικών αντικειμένων του ασθενή, εύκολο στον καθαρισμό και την απολύμανση.
16. Στη βάση του να φέρει τέσσερις (4) περιστρεφόμενους τροχούς διαμέτρου 200 mm τουλάχιστον, με σύστημα ταυτόχρονης πέδησης καθώς και σύστημα κατεύθυνσης.
17. Διαστάσεις φορείου:
 - Επιφάνειας κατάκλισης ασθενούς 200 x 75 cm, με μέγιστη απόκλιση ± 3 cm

18. Να έχει αντοχή σε ασθενείς μεγάλου βάρους. Το ασφαλές φορτίο λειτουργίας (SWL) να είναι 250 kg τουλάχιστον. (Να κατατεθεί οπωσδήποτε βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής για το μέγιστο βάρος ανύψωσης σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Τα φορεία να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το νέο Κανονισμό ΕΕ 2017/745 και να φέρουν πιστοποίηση CE ως ιατρικές συσκευές κατηγορίας Class I. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)
2. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (3) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. (Να κατατεθεί βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής επί ποινή απόρριψης).
3. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου όπως prospectus manual κλπ. Ασάφειες και αοριστίες ως προς την τεκμηρίωση θα θεωρούνται ως ουσιώδης αποκλίσεις και η προσφορά θα απορρίπτεται.
4. Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 13485 για εμπορία και τεχνική υποστήριξη και ISO 14001. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)
5. Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001, ISO 13485 και ISO 14001. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)
6. Οι συμμετέχουσες εταιρείες να διαθέτουν δείγματα προς επίδειξη εντός 10 ημερών από την κατάθεση της προσφοράς για την αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή.
7. Η προμηθεύτρια εταιρία να διαθέτει τεχνική υποστήριξη (τμήμα service) εντός Αττικής και χρόνο απόκρισης σε κλήση βλάβης εντός 24 ωρών.

Η Επιτροπή

1. Ρεμούνδος Παύλος



2. Κάλφας Αθανάσιος



3. Καραγιάννη Μαρία

