

Στοιχεία Διαβούλευσης

Ανενεργή

Δημοσιεύθηκε 03/10/2019 Τελευταία ανανέωση

Σχόλια 1

## Σχόλια

Όνομα MEDITRUST Ε.Π.Ε	Email marmatt@meditrust.gr	Άρθρο 1η Δημ. Διαβούλευση Τεχν. Προδιαγραφών "ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ"	Ημ/νία 18/10/2019
-----------------------------	-------------------------------	--	----------------------

ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1η Υ.ΠΕ.  
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. Ο. Ν. Κ. «ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Υποδιεύθυνση  
Διοικητικού – Οικονομικού ΝΟΥΦΑΡΩΝ & ΤΙΜΙΟΥ  
ΣΤΑΥΡΟΥ 14 145 64 ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ, Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ  
Αθήνα, 18.10.2019 Αρμόδια : κ. Η. Μπακάλη-Γραφείο  
Προμηθειών Τηλ. : 210 35.01.545 Φαξ : 210 80.03.298

Θέμα: : Διενέργεια 1ης Διαβούλευσης των Τεχνικών  
Προδιαγραφών για την Προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ  
ΣΥΡΙΓΓΩΝ» CPV: 33194100-7 ΑΔΑ: Ψ7Ε5469ΗΔΖ-  
ΦΗΧ, ΑΔΑΜ: 19DIAB000006387 Αγαπητοί κύριοι,  
Στα πλαίσια της ανωτέρω δημόσιας διαβούλευσης σας  
παραθέτουμε κατωτέρω τα σχόλιά μας. ΤΕΧΝΙΚΕΣ  
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ CPV:  
33194100-7 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προδιαγραφή: Οι διαστάσεις: 250 x 70 x 155 mm (Π x  
Υ x 8) περίπου. Σχόλια Meditrust: Επειδή οι διαστάσεις  
αυτές καλύπτονται μόνο από την Perfusor Space της  
Braun, θεωρούμε ότι θα ήταν σκόπιμο για να υπάρξει  
συμμετοχή προμηθευτών να προτείνετε το ακόλουθο:

Προτεινόμενη Διατύπωση Προδιαγραφής: «Οι  
διαστάσεις να είναι όσο το δυνατόν μικρές»

Προδιαγραφή: Να έχει βάρος <1,5 kg. Σχόλια Meditrust:  
Επειδή και πάλι το βάρος της σύριγγας, είναι της  
Perfusor Space της Braun, ζητάμε την αλλαγή του  
βάρους κατά μερικά γραμμάρια, ούτως ώστε να  
συμμετέχει η εταιρία μας αλλά και άλλοι προμηθευτές,  
με σκοπό τον ανταγωνισμό υπέρ του Νοσοκομείου.

[Αναζήτηση](#)  
[Διαβουλεύσεων](#)

Προτεινόμενη Διατύπωση Προδιαγραφής: «Να έχει βάρος περίπου 1,9 kg.» Προδιαγραφή: Να έχει υποστηριζόμενες σύριγγες 2, 5, 10, 20, 30, 50 ml Σχόλια Meditrust: Επειδή και πάλι οι αιτηθείσες υποστηριζόμενες σύριγγες, καλύπτονται πλήρως από την Perfusor Space της Braun και επειδή η σύριγγα των 2 ml κλινικά είναι για νεογνά, αλλά εξυπηρετείται πλήρως από την σύριγγα των 5 ml θεωρούμε μάλλον ασύμφορο για το Νοσοκομείο σας την διατήρηση αυτής της προδιαγραφής. Προτεινόμενη Διατύπωση Προδιαγραφής: «Να διαθέτει υποστηριζόμενες σύριγγες 5, 10, 20, 30, 50 ml» Προδιαγραφή: Να έχει φωτιζόμενο πληκτρολόγιο και φωτιζόμενη οθόνη ενδείξεων, στεγανά σε διαβροχή. Σχόλια Meditrust: Εδώ δεν αναφέρονται σημαντικά στοιχεία, όπως το μέγεθος της Οθόνης, να είναι αφής και έγχρωμη με μεγάλες ενδείξεις, προς το συμφέρον του ασθενούς και των Ιατρών. Προτεινόμενη Διατύπωση Προδιαγραφής: «Να έχει φωτιζόμενο πληκτρολόγιο και φωτιζόμενη έγχρωμη οθόνη αφής, τουλάχιστον 3 ιντσών, για τις ενδείξεις με στεγανά σε διαβροχή» Προδιαγραφή: Να έχει δυνατότητα χορήγησης Bolus 1-1800 ml/h. Σχόλια Meditrust: Το Bolus 1-1800 είναι και πάλι της σύριγγας έγχυσης Perfusor Space της Braun. Θεωρούμε απαραίτητη για την ασφάλεια του ασθενούς την αυτόματη (από 0,1-5ml/h ρυθμιζόμενη σε βήματα του 0,1ml/h) και χειροκίνητη χορήγηση Bolus (από 0,10ml/h έως περίπου 1500ml/h), που είναι συνήθως η τιμή Bolus όλων των γνωστών συσκευών σύριγγας. Προτεινόμενη Διατύπωση Προδιαγραφής: «Να έχει δυνατότητα χορήγησης αυτόματης και χειροκίνητης χορήγησης Bolus από 0,10-1500ml/h περίπου» ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Προδιαγραφή: Να έχει δυνατότητα PCA. Σχόλια Meditrust: Η Σύριγγα έγχυσης Perfusor Space της Braun διαθέτει επιπλέον πρόγραμμα PCA. Λυπούμεθα αλλά σχεδόν καμία σύριγγα, δεν το διαθέτει. Ζητάμε την ακύρωση της προδιαγραφής ή την αλλαγή της ως κατωτέρω. Προτεινόμενη Διατύπωση Προδιαγραφής: «Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα PCA». Προδιαγραφή: Να έχει δυνατότητα TCI. Σχόλια Meditrust: Η Σύριγγα έγχυσης Perfusor Space της Braun διαθέτει επιπλέον πρόγραμμα TCI. Λυπούμεθα αλλά σχεδόν καμία σύριγγα, δεν το διαθέτει. Ζητάμε την ακύρωση της προδιαγραφής ή την αλλαγή της ως κατωτέρω. Προτεινόμενη Διατύπωση Προδιαγραφής: «Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα TCI». Προδιαγραφή: Να έχει δυνατότητα τοποθέτησης βιβλιοθήκης φαρμάκων. Σχόλια Meditrust: Η Βιβλιοθήκη φαρμάκων πρέπει να

υπάρχει στην αντλία σύριγγας, με δυνατότητα 1500 φαρμάκων. Προτεινόμενη Διατύπωση Προδιαγραφής: «Να διαθέτει βιβλιοθήκη φαρμάκων για 1500 φάρμακα». Προδιαγραφή: Να έχει λειτουργία «ιστορικού χρήσης». Σχόλια Meditrust: Θεωρούμε απαραίτητο για την ασφάλεια του ασθενούς να διαθέτει τουλάχιστον 1500 ιστορικά χρήσης. Προτεινόμενη Διατύπωση Προδιαγραφής: «Να διαθέτει 1500 ιστορικά χρήσης (even logs)» ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ  
Προδιαγραφή: Να φέρει μπαταρία NiMh διάρκειας 8 h με ρυθμό χορήγησης 25 ml/h. Σχόλια Meditrust: Επειδή οι περισσότερες αντλίες σύριγγας της αγοράς διαθέτουν 6-8 ώρες με ρυθμό χορήγησης 5ml/h, θεωρούμε απαραίτητο την αλλαγή της, ως ακολούθως, για τη συμμετοχή προμηθευτών με σκοπό τον ανταγωνισμό. Προτεινόμενη Διατύπωση Προδιαγραφής: «Να φέρει μπαταρία NiMh διάρκειας 8h με ρυθμό χορήγησης 5 ml/h» Πάντα στην διάθεσή σας, Με Εκτίμηση M e d i t r u s t Ε.Π.Ε. Ιωάννης Κουζινόπουλος Δ/ντής Πωλήσεων

---