



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΕΣΗΔΗΣ & ΣΤΗΝ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αρμόδια: Η. Μπακάλη
 Δ/ση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14
 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά
 Τηλ.: 210 35.01.545
 Φαξ: 210 80.03.298

**ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 2^{ης} ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ» CPV: 33194100-7.**

Έχοντας υπόψη:

- 1.Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 / Α /4-4-05) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- 2.Τις διατάξεις του ν. 4412/2016(ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- 3.Την υπ' αριθ. 17/03-12-13 (θέμα 3ο) Συνεδρίαση της ΕΠΥ σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής»
- 4.Τις αποφάσεις της Ολομέλειας της ΕΠΥ που ελήφθησαν κατά την υπ' αριθ. 68/14-12-2015 (θέμα 6ο) και υπ' αριθ. 88/07-09-2016 συνεδρίασή της (θέμα 3ο, 4ο και 5ο) αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων.
- 5.Την υπ' αριθ. 3512/14-9-2015 εγκύκλιο της ΕΠΥ «Διευκρινήσεις αναφορικά με την διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων»
- 6.Την υπ' αριθ. 5657/28-11-2016 εγκύκλιο της ΕΠΥ «Εγκύκλιος – Για την εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών και των κριτηρίων ανάθεσης με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»
- 7.Την υπ' αριθ. 19925/23-11-2018 ανακοίνωση του Νοσοκομείου σχετικά με την σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ» CPV: 33194100-7.
- 8.Την υπ' αριθ. 20029/26-11-2018 (ΑΔΑ: 6ΠΗΨ469ΗΔΖ-ΝΞ7) απόφαση της Διοικήτριας περί ορισμού μελών επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
- 9.Την υπ' αριθ. 22113/24-12-2018(ΑΔΑ: ΩΔ9469ΗΔΖ-ΓΤΙ) τροποποίηση απόφασης της Διοικήτριας περί ορισμού μελών επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
10. Τα υπ' αριθ. 4251/08-03-2019 και 14453/04-09-2019 διαβιβαστικά υπενθύμισης της Υπηρεσίας προς την Επιτροπή προδιαγραφών αναφορικά με την καθυστέρηση σύνταξης των προδιαγραφών.
11. Το υπ' αριθ. 15931/01-10-2019 πρακτικό της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών με το οποίο καταθέτει τις τεχνικές προδιαγραφές.
12. Την υπ' αριθ. 15973/01-10-2019(ΑΔΑ: Ψ7Ε5469ΗΔΖ--ΦΗΧ) 1^η Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με την σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια οκτώ (8) «ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ» CPV: 33194100-7, η οποία έληγε στις 18-10-2019.
13. Το υπ' αριθ. 17222/21-10-2019 διαβιβαστικό της υπηρεσίας με τις παρατηρήσεις της εταιρίας : MEDITRUST Ε.Π.Ε.
14. Το υπ' αριθ. 3093/25-02-2020 διαβιβαστικό υπενθύμισης της Υπηρεσίας προς την Επιτροπή προδιαγραφών αναφορικά με την καθυστέρηση σύνταξης των προδιαγραφών

15. Το υπ' αριθ. 3651/04-03-2020 πρακτικό της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών με το οποίο καταθέτει τις νέες τεχνικές προδιαγραφές.
16. Το γεγονός ότι δεν έχουν αναρτηθεί ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές από την ΕΠΥ για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ» CPV: 33194100-7.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

2^η Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «**ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ**» CPV: **33194100-7**, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου .

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών: α. από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» (<http://www.eprocurement.gov.gr>) και β. από τον ιστότοπο του Νοσοκομείου www.gonkhosp.gr (Τμήμα Προμηθειών-Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών).

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε επτά (7) από την επόμενη ημέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές για επιπλέον τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους από την **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06-03-2020 έως και ΠΕΜΠΤΗ 12-03-2020** στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών. Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη αρχείων.

Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.). Κάθε αποστολή στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του. Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.gonkhosp.gr (Τμήμα Προμηθειών-Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών). με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις αυτές και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.

Η τελική απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών πρέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμως αιτιολογημένη, διάλογο των συντακτών της με τουλάχιστον τα εξής έξι (6) στοιχεία : 1) Το υλικό που της παραδίδεται από το Τμήμα Προμηθειών. 2) Τις εν γένει διεθνείς παραδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα. 3) Τις παραδοχές της επιστήμης. 4) Την εμπειρία. 5) Τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις. 6) Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι αποφάσεις της ΕΠΥ, των οποίων το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής. Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (<http://www.eprocurement.gov.gr>) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” και στην ιστοσελίδα του www.gonkhosp.gr (Τμήμα Προμηθειών-Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΥΡΟΥΛΑΣ

.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η Υ.Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΓΥΡΟΙ»

| |
|---|
| 1 ^η ΥΠΕΙΘΟΝΟΜΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| Γ.Ο.Ν.ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΓΥΡΟΙ" |
| ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ. 3651 |
| Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ 04-320 |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ |
| ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ |

Ν. Κηφισιά 04/03/2020
Αρ.Πρωτ.:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Θέμα: «Κατάθεση ΝΕΩΝ τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ CPV: 33194100-7

Σας καταθέτουμε συνημμένα τις **ΝΕΕΣ** τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ CPV: 33194100-7.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΡΙΣΙΜΙΤΖΗΣ/ Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ/ Μέλος

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ/Γραμματέας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 8 ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘ

CVP: 33194100-7

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλη για χορήγηση ενδοφλεβίων διαλυμάτων.
2. Να είναι εύκολη στη χρήση της, μικρή σε διαστάσεις, όγκο και βάρος και να φέρει ενσωματωμένο σύστημα στήριξης σε στήλη ορού.
3. Να λειτουργεί με ρεύμα πόλης 220 -240 V / 50-60 Hz, τροφοδοτούμενη μέσω τριπολικού καλωδίου και φέρει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία με αυτονομία τουλάχιστον 3 ωρών και ψηφιακές ενδείξεις του επιπέδου φόρτισης και της αυτονομίας της μπαταρίας με ρυθμό χορήγησης 5ml/h.
4. Να έχει φωτιζόμενο πληκτρολόγιο και φωτιζόμενη οθόνη αφής μικρών διαστάσεων, για τις ενδείξεις με στεγανά στη διαβροχή.
5. Να απεικονίζονται οι οδηγίες προγραμματισμού, οι παράμετροι της έγχυσης και τα μηνύματα συναγερμών και προειδοποιήσεων σε διαφορετικούς ρυθμούς έγχυσης (θα εκτιμηθεί).
6. Να έχει τη δυνατότητα να υποστηρίζει σύριγγες 2 έως 60ml.
7. Να έχει αυτόματη αναγνώριση του μεγέθους της σύριγγας.
8. Ο ρυθμός έγχυσης να ρυθμίζεται από 0,1-1200ml/hr σε βήματα του 0,1ml/hr. Ακρίβεια χορήγησης \pm 5%.
9. Να υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού της χορήγησης βάσει της δοσολογίας του φαρμάκου, του βάρους του ασθενή, της συγκέντρωσης του διαλύματος κλπ.
10. Να έχει λειτουργία "standby mode" (κατάσταση αναμονής).
11. Να διαθέτει λειτουργία διατήρησης ανοικτού αγγείου (KVO) αλλά και απενεργοποίησης της λειτουργίας της. Να παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης του ορίου πίεσης συναγερμού φραγής σε πολλά επίπεδα.
12. Να έχει τη δυνατότητα χορήγησης δόσης bolus τουλάχιστον 0,1ml.
13. Να διαθέτει σύστημα μείωσης της αυξημένης πίεσης έγχυσης σε περίπτωση παρακώλυσης της ροής (σύστημα anti-bolus).
14. Να διαθέτει κατάλληλη διάταξη προστασίας από ελεύθερη ροή. Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς για τις εξής τουλάχιστον περιπτώσεις: α) Ανίχνευση αέρα στη γραμμή, β) Υπέρβαση ορίου πίεσης συναγερμού απόφραξης, γ) Τέλος έγχυσης, δ) Χαμηλή μπαταρία, στ) Θύρα ανοικτή, ε) Ολοκλήρωση της έγχυσης.
15. Να συμμορφώνεται με την οδηγία 93/42/EC. Να πληροί τις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς προδιαγραφές ηλεκτρικής ασφάλειας, ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και προστασίας από εισροή υγρών.
16. Να διαθέτει πιστοποιητικό CE σε ισχύ.
17. Η προμηθεύτρια εταιρεία πρέπει να διαθέτει εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστικό οίκο και πιστοποιημένο με ISO τμήμα service (να κατατεθούν τα στοιχεία των τεχνικών υπαλλήλων και τα πιστοποιητικά τους από τους κατασκευαστικούς οίκους, καθώς και το ISO του τμήματος service).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΡΙΣΙΜΙΤΖΗΣ/ Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ/ Μέλος

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ/Γραμματέας