



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΕΣΗΔΗΣ & ΣΤΗΝ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Αρμόδια: Η. Μπακάλη

Δ/ση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14

14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά

Τηλ.: 210 35.01.545

Φαξ: 210 80.03.298

**ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 1^{ης} ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΗ
ΓΑΖΑ» CPV: 33141114-2.**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 / Α /4-4-05) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016(ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Την υπ' αριθ. 17/03-12-13 (θέμα 3ο) Συνεδρίαση της ΕΠΥ σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής»
4. Τις αποφάσεις της Ολομέλειας της ΕΠΥ που ελήφθησαν κατά την υπ' αριθ. 68/14-12-2015 (θέμα 6ο) και υπ' αριθ. 88/07-09-2016 συνεδρίασή της (θέμα 3ο, 4ο και 5ο) αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων.
5. Την υπ' αριθ. 3512/14-9-2015 εγκύκλιο της ΕΠΥ «Διευκρινήσεις αναφορικά με την διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων»
6. Την υπ' αριθ. 5657/28-11-2016 εγκύκλιο της ΕΠΥ «Εγκύκλιος – Για την εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών και των κριτηρίων ανάθεσης με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»
7. Την υπ' αριθ. 5777/01-04-2019 ανακοίνωση του Νοσοκομείου σχετικά με την σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ» CPV: 33141114-2.
8. Την υπ' αριθ. 6109/04-04-2019 (ΑΔΑ: 6ΩΒ5469ΗΔΖ-2Ω3) Απόφαση της Διοικήτριας του Νοσοκομείου περί ορισμού μελών επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
9. Την υπ' αριθ. 8803/20-05-2019 Απόφαση της Διοικήτριας του Νοσοκομείου περί αντικατάστασης του 1^{ου} τακτικού μέλους της ως άνω αναφερόμενης Επιτροπής (σχετ.9) Κάσικα Θεόδωρου από τον Κουρεμένο Γεώργιο, λόγω αποχώρησης του πρώτου από την Υπηρεσία.
10. Το υπ' αριθ. 14526/05-09-2019 διαβιβαστικό έγγραφο της Υπηρεσίας στην Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών με το οποίο διαβιβάστηκε το υλικό των προτεινόμενων τεχνικών προδιαγραφών που κατέθεσαν η εταιρία : ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΕ.
11. Το υπ' αριθ. 5405/31-03-2020 πρακτικό της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών με το οποίο καταθέτει τις τεχνικές προδιαγραφές.
12. Το γεγονός ότι δεν έχουν αναρτηθεί ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές από την ΕΠΥ για την προμήθεια παροχής «ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ» CPV: 33141114-2..

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

1^η Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «**ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ**» CPV: 33141114-2, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου .

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών: α. από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» (<http://www.eprocurement.gov.gr>) και β. από τον ιστότοπο του Νοσοκομείου www.gonkhosp.gr (Τμήμα Προμηθειών-Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών).

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές για επτά (7) επιπλέον ημερολογιακές ημέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους από την **TETARTH 01-04-2020 έως και TETARTH 15-04-2020** και ώρα 15:00 μ. μ. στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών. Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη αρχείων.

Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.). Κάθε αποστολή στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του. Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.gonkhosp.gr (Τμήμα Προμηθειών-Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών), με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις αυτές και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.

Η τελική απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών πρέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμως αιτιολογημένη, διάλογο των συντακτών της με τουλάχιστον τα εξής έξι (6) στοιχεία : 1) Το υλικό που της παραδίδεται από το Τμήμα Προμηθειών. 2) Τις εν γένει διεθνείς παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα. 3) Τις παραδοχές της επιστήμης. 4) Την εμπειρία. 5) Τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις. 6) Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι αποφάσεις της ΕΠΥ, των οποίων το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής.

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (<http://www.eprocurement.gov.gr>) στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» και στην ιστοσελίδα του www.gonkhosp.gr (Τμήμα Προμηθειών-Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΥΡΟΥΛΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΚΟΥΡΟΣ ΘΩΜΑΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. 'Οι Άγιοι Ανάργυροι'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
" ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ "
ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ - ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ - Τ.Κ. 145 64

Προς: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Θέμα: Σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ» CPV: 33141114-2.

Οι υπογράφοντες, ως μέλη της επιτροπής που ορίστηκε με την Απόφαση Διοικήτριας με αριθ. πρωτ. 6109/04-04-2019 (ΑΔΑ: 6ΠΝΙ469ΗΔΖ-ΦΛΨ) περί ορισμού μελών επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ» CPV: 33141114-2, σας παραθέτουμε τις τεχνικές προδιαγραφές :

1. Γάζα αιμοστατική 5cm x 35cm απορροφητική βακτηριοστατική.

Να είναι απορροφητική αιμοστατική γάζα από 100% οξειδωμένη κυτταρίνη ιδιοσυμβατή, υποαλλεργική, να απορροφά υγρά από 5 έως 10 φορές το βάρος της γάζας, να παρέχει ταχεία αιμόσταση καθώς να απορροφάται πλήρως. Θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό CE με αναγραφή class 111. Να έχει πιστοποίηση επίσημη για αντιβακτηριδιακή δράση.

2. Γάζα ακτινοσκιερή πακέτο 100 μέτρων.

Να έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και να είναι 100% βαμβακερή και καθαρή και να πληρεί τους όρους EN 140792003 και ειδικά να είναι απαλλαγμένη από τυχόν κόλλες, ελαττώματα στην ύφανση (μπερδεμένες κλωστές, μηχανέλαιο, λεκέδες κλπ) Επίσης άοσμη.

Να φέρει μια ακτινοσκιερή κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θειικού βαρίου ανά 30 εκ. ύφασμα.

Επίσης ως προς τον αριθμό των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να πληρεί τους όρους EN 14079 2003. Η γάζα επί μέτρου να είναι σιδερωμένη και όχι λοξουφασμένη.

3. Γάζα απλή σε μέτρα 90cm x 100cm σε πακέτο 100 μέτρων.

Θα πρέπει η γάζα να είναι 100% βαμβακερή απλής ύφανσης και να έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση.

Θα πρέπει να τηρεί τους όρους του EN 14079 2003 να είναι τελείως λευκή, άοσμη και απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα ύφανσης .

Να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες .

Συγκεκριμένα οι γάζες να έχουν πλάτος $90 \pm 1\%$ εκ και μήκος $100 \pm 1\%$ μέτρων.

Θα είναι συσκευασμένες σε πακέτα με μορφή αναδίπλωσης (zig zag) του ενός μέτρου ή σε φύλλα με τη μια διάσταση 90εκ. σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο.

Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά.

4. Γάζα βαζελινούχος παραφινούχος 10cm x30cm.

Βαζελινούχος παραφινούχος γάζα από 100% βαμβάκι , εμποτισμένο με αδρανή ανθεκτική στο νερό αλοιφή, αποστειρωμένο με ακτινοβολία, να μην κολλά στην πληγή.

5. Γάζα λαπαροτομίας X-RAY 40X40cm 8PLY (κομπρεσόπανα κοιλίας με κορδόνι)

Να είναι 100% βαμβακερή απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση και να πληρεί τους όρους EN 14079 2003 και ειδικότερα να είναι άοσμη απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχασίματα, μπερδεμένες κλωστές κλπ.)και να μην παρουσιάζει ρυπαρή εμφάνιση από ουσίες.

Να φέρει ακτινοσκοιερή περιεκτικότητα 45% θειικού βαρίου, ανά 30εκ. υφάσματος.

Να έχει διαστάσεις 40X40, η γάζα να είναι τουλάχιστον 18 κλωστών και 24γρ βάρους. Να φέρει κορδόνι ασφαλείας καλά ραμμένο.

6. Γάζες τραχειοστομίας.

Να είναι από μη υφαντό απορροφητικό υλικό με μεγάλη αντοχή. Να είναι αποστειρωμένη και σε ατομική συσκευασία των 22τεμαχίων.να φέρει σχισμή στο μέσο της γάζας έως τη μέση. Οι διαστάσεις 10X 10 και 4PLY.

7. Επίδεσμος γάζας 10cm x5m

Από απορροφητική γάζα βάμβακος , να είναι απλής ύφανσης και να έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση. Να τηρεί τους όρους του εναρμονισμένου προτύπου EN 140792003.

Κάθε επίδεσμος γάζας θα τυλίγεται κυλινδρικά με ατομικό χάρτινο περιτύλιγμα, κατά τρόπο που να προστατεύεται από εξωγενείς παράγοντες (σκόνη κλπ) και επι της ατομικής συσκευασίας να αναγράφονται τα στοιχεία του κατασκευαστή και οι διαστάσεις του επιδέσμου καθώς και οι ενδείξεις. Κατάλληλη ποσότητα ατομικά συσκευασμένων επιδέσμων θα τοποθετείται σε πλαστική συσκευασία και κατόπιν σε χαρτοκιβώτια που θα επιτρέπουν την ασφαλή και εύκολη μεταφορά. Επί της τελικής συσκευασίας να αναγράφονται, ο αριθμός των περιεχομένων τεμαχίων επιδέσμων.

8. Επίθεμα γάζας αυτοκόλλητο αποστειρωμένο 10cm X20cm

Να είναι πορώδες για να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος , υποαλλεργική να μην ερεθίζει το δέρμα, να επιτρέπει να διαπερνά ο αέρας και ο υδρατμός, αλλά να μην επιτρέπει να περνούν οι μικροοργανισμοί. Να διατηρεί την υγρασία και την θερμότητα για γρήγορη και καλύτερη επούλωση και θεραπεία του τραύματος. Η αυτοκόλλητη επιφάνεια να μην ξεκολλά στην εφίδρωση και να μην αφήνει κανένα ίχνος μετά την αφαίρεση του , η οποία πρέπει να γίνεται εύκολα και ανώδυνα. Το ειδικό γαζάκι να είναι κατασκευασμένη από 100% απορροφητική βισκόζη με επικάλυψη ενός διάτρητου φιλμ πολυαιθυλενίου το οποίο δεν κολλά στο τραύμα. Να ενδείκνυται για την περιποίηση – θεραπεία μετεγχειρητικών πληγών, πληγών μέτριας αιμορραγίας κοψιμάτων ή σχισμάτων και επιφανειακών τραυμάτων ή μικρών πληγών. Η αποστείρωση να γίνεται με **ακτινοβολία γ'** και να είναι μακροχρόνιας διάρκειας. Η ημερομηνία και η συσκευασία αποστείρωσης να αναγράφεται σε κάθε ένα επίθεμα ξεχωριστά αλλά και στη συσκευασία.

9. Επίθεμα γάζας αυτοκόλλητο αποστειρωμένο 10cm x 15cm.

Ισχύουν οι όροι που περιγράφησαν στο είδος (8) αλλάζει μόνο το μέγεθος.


10. Επίθεμα γάζας αποστειρωμένο 10 X 20cm.

Αποστειρωμένες, επιθέματα γάζας 8PLY σύμφωνα με την ευρωπαϊκή φαρμακοποιία εξαιρετικής ποιότητας με όλες τις άκρες διπλωμένες μέσα.


- 11. Επίθεμα γάζας αποστειρωμένο 10cmX10cm.**
Ισχύουν όσα απαιτούνται και στο είδος (10) αλλάζει μόνο το μέγεθος.
- 12. Επίθεμα γάζας αυτοκόλλητο αποστειρωμένο 25cm x10c**
Ισχύουν όσα περιγράφονται και στο είδος (9) αλλάζει μόνο το μέγεθος.
- 13. Επίθεμα γάζας αυτοκόλλητο αποστειρωμένο 6cmX7cm**
Ισχύουν όσα περιγράφονται και στο είδος (9) αλλάζει μόνο το μέγεθος.
- 14. Επίθεμα γάζας αυτοκόλλητο αποστειρωμένο 9cm X10CM**
Ισχύουν όσα περιγράφονται και στο είδος (9) αλλάζει μόνο το μέγεθος.
- 15. Επίθεμα γάζας (12PLY) μη αποστειρωμένο 10X20cm.**
Η γάζα πρέπει να είναι 100% βαμβακερή απλής ύφανσης και να έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση. Να τηρεί τους όρους EN 140792003, να είναι τελείως λευκή άοσμη και απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα ύφανσης. Να μην παρουσιάζει ρυπαρή εμφάνιση και να μην υπάρχουν κλωστές που να εξέρχουν από τις γάζες.
- 16. Επίθεμα γάζας (8PLY) μη αποστειρωμένο 10X20cm**
Να είναι υδρόφιλη, άριστης ποιότητας 100% από βαμβάκι υψηλών χειρουργικών προδιαγραφών. Να πληρούνται οι όροι της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής φαρμακοποιίας σύμφωνα με EN140792003. Ειδικά να είναι τελείως λευκή άοσμη, χωρίς κόλλες ελαττώματα στην ύφανση, από χημικές ουσίες και να μην παρουσιάζει ρυπαρή εμφάνιση.
- 17. Επίθεμα γάζας (8PLY) μη αποστειρωμένο 10X10cm**
Ισχύουν όσα περιγράφονται και στο είδος (16) αλλάζει μόνο το μέγεθος
- 18. Επίθεμα γάζας (8PLY) μη αποστειρωμένο 5X5cm**
Ισχύουν όσα περιγράφονται και στο είδος (17) αλλάζει μόνο το μέγεθος.
- 19. Επίθεμα γάζας (8PLY) ακτινοσκιερό αποστειρωμένο 10X10cm**
Να είναι 100% βαμβακερή απλής ύφανσης που να έχει υποστεί πλήρη κάθαρση και λεύκανση. Να πληρεί τους όρους EN 140792003 και να είναι άοσμη απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα ύφανσης και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από ουσίες. Η γάζα να είναι 8PLY 10X10cm να πληρεί τα χαρακτηριστικά για γάζα επί μέτρου. Να φέρει μια ακτινοσκιερή κλωστή.
- 20. Επίθεμα γάζας 12PLY ακτινοσκιερό μη αποστειρωμένο 10X20cm**
Ισχύουν οι όροι που περιγράφονται και στο είδος (19) αλλάζει μόνο το μέγεθος.
- 21. Επίθεμα γάζας NON WOVEN συσκευασία 100τεμαχίων μη αποστειρωμένο 5 X5cm.**
Επιθέματα γάζας παραφινούχα, μη αποστειρωμένα πυκνής ύφανσης για κάλυψη τραυμάτων, εγκαυμάτων, διαστάσεις 5x5cm

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



2) ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



3) ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

