



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η Υ.Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

N. Κηφισιά 12/05/2020

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

**Θέμα: Κατάθεση ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ»
CPV: 33141114-2.**

Η επιτροπή προδιαγραφών αφού μελέτησε τις παρατηρήσεις της εταιρίας HIPPOKRATIS A.E που κατατέθηκαν επί της 1ης διαβούλευσης, δεν τις έλαβε υπόψη και σας υποβάλει τις οριστικές τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια **ΓΑΖΑΣ» CPV: 33141114-2.**

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ


1. **Γάζα αιμοστατική 5cm x 35cm απορροφητική βακτηριοστατική.**
Να είναι απορροφητική αιμοστατική γάζα από 100% οξειδωμένη κυτταρίνη ιδιοσυμβατή, υποαλλεργική, να απορροφά υγρά από 5 έως 10 φορές το βάρος της γάζας, να παρέχει ταχεία αιμόσταση καθώς να απορροφάται πλήρως. Θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό CE με αναγραφή class 111. Να έχει πιστοποίηση επίσημη για αντιβακτηριδιακή δράση.
2. **Γάζα ακτινοσκιερή πακέτο 100 μέτρων.**
Να έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και να είναι 100% βαμβακερή και καθαρή και να πληρεί τους όρους EN 140792003 και ειδικά να είναι απαλλαγμένη από τυχόν κόλλες, ελαττώματα στην ύφανση (μπερδεμένες κλωστές, μηχανέλαιο, λεκέδες κλπ) Επίσης άοσμη.
Να φέρει μια ακτινοσκιερή κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θειικού βαρίου ανά 30 εκ. ύφασμα.
Επίσης ως προς τον αριθμό των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να πληρεί τους όρους EN 14079 2003. Η γάζα επί μέτρου να είναι σιδερωμένη και όχι λοξουφασμένη.
3. **Γάζα απλή σε μέτρα 90cm x 100cm σε πακέτο 100 μέτρων.**
Θα πρέπει η γάζα να είναι 100% βαμβακερή απλής ύφανσης και να έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση.
Θα πρέπει να τηρεί τους όρους του EN 14079 2003 να είναι τελείως λευκή, άοσμη και απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα ύφανσης.
Να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες.
Συγκεκριμένα οι γάζες να έχουν πλάτος $90 \pm 1\%$ εκ και μήκος $100 \pm 1\%$ μέτρων.
Θα είναι συσκευασμένες σε πακέτα με μορφή αναδίπλωσης (zig zag) του ενός μέτρου ή σε φύλλα με τη μια διάσταση 90εκ. σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο.
Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά.

4. **Γάζα βαζελινούχος παραφινούχος 10cm x30cm.**
Βαζελινούχος παραφινούχος γάζα από 100% βαμβάκι , εμποτισμένο με αδρανή ανθεκτική στο νερό αλοιφή, αποστειρωμένο με ακτινοβολία, να μην κολλά στην πληγή.
5. **Γάζα λαπαροτομίας X-RAY 40X40cm 8PLY (κομπρεσόπανα κοιλίας με κορδόνι)**
Να είναι 100% βαμβακερή απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση και να πληρεί τους όρους EN 14079 2003 και ειδικότερα να είναι άοσμη απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχασίματα, μπερδεμένες κλωστές κλπ.)και να μην παρουσιάζει ρυπαρή εμφάνιση από ουσίες.
Να φέρει ακτινοσκοπική περιεκτικότητα 45% θεικού βαρίου, ανά 30εκ. υφάσματος.
Να έχει διαστάσεις 40X40, η γάζα να είναι τουλάχιστον 18 κλωστών και 24γρ βάρος. Να φέρει κορδόνι ασφαλείας καλά ραμμένο.
6. **Γάζες τραχειοστομίας.**
Να είναι από μη υφαντό απορροφητικό υλικό με μεγάλη αντοχή. Να είναι αποστειρωμένη και σε ατομική συσκευασία των 22τεμαχίων.να φέρει σχισμή στο μέσο της γάζας έως τη μέση. Οι διαστάσεις 10X 10 και 4PLY.
7. **Επίδεσμος γάζας 10cm x5m**
Από απορροφητική γάζα βάμβακος , να είναι απλής ύφανσης και να έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση. Να τηρεί τους όρους του εναρμονισμένου προτύπου EN 140792003.
Κάθε επίδεσμος γάζας θα τυλίγεται κυλινδρικά με ατομικό χάρτινο περιτύλιγμα, κατά τρόπο που να προστατεύεται από εξωγενείς παράγοντες (σκόνη κλπ) και επι της ατομικής συσκευασίας να αναγράφονται τα στοιχεία του κατασκευαστή και οι διαστάσεις του επιδέσμου καθώς και οι ενδείξεις. Κατάλληλη ποσότητα ατομικά συσκευασμένων επιδέσμων θα τοποθετείται σε πλαστική συσκευασία και κατόπιν σε χαρτοκιβώτια που θα επιτρέπουν την ασφαλή και εύκολη μεταφορά. Επί της τελικής συσκευασίας να αναγράφονται, ο αριθμός των περιεχομένων τεμαχίων επιδέσμων.
8. **Επίθεμα γάζας αυτοκόλλητο αποστειρωμένο 10cm X20cm**
Να είναι πορώδες για να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος , υποαλλεργική να μην ερεθίζει το δέρμα, να επιτρέπει να διαπερνά ο αέρας και ο υδρατμός, αλλά να μην επιτρέπει να περνούν οι μικροοργανισμοί. Να διατηρεί την υγρασία και την θερμότητα για γρήγορη και καλύτερη επούλωση και θεραπεία του τραύματος. Η αυτοκόλλητη επιφάνεια να μην ξεκολλά στην εφίδρωση και να μην αφήνει κανένα ίχνος μετά την αφαίρεση του , η οποία πρέπει να γίνεται εύκολα και ανώδυνα. Το ειδικό γαζάκι να είναι κατασκευασμένη από 100% απορροφητική βισκόζη με επικάλυψη ενός διάτρητου φιλμ πολυαιθυλενίου το οποίο δεν κολλά στο τραύμα. Να ενδείκνυται για την περιποίηση – θεραπεία μετεγχειρητικών πληγών, πληγών μέτριας αιμορραγίας κοψιμάτων ή σχισμάτων και επιφανειακών τραυμάτων ή μικρών πληγών. Η αποστείρωση να γίνεται με **ακτινοβολία γ'** και να είναι μακροχρόνιας διάρκειας. Η ημερομηνία και η συσκευασία αποστείρωσης να αναγράφεται σε κάθε ένα επίθεμα ξεχωριστά αλλά και στη συσκευασία.
9. **Επίθεμα γάζας αυτοκόλλητο αποστειρωμένο 10cm x 15cm.**
Ισχύουν οι όροι που περιγράφησαν στο είδος (8) αλλάζει μόνο το μέγεθος.
10. **Επίθεμα γάζας αποστειρωμένο 10 X 20cm.**
Αποστειρωμένες, επιθέματα γάζας 8PLY σύμφωνα με την ευρωπαϊκή φαρμακοποιία εξαιρετικής ποιότητας με όλες τις άκρες διπλωμένες μέσα.
11. **Επίθεμα γάζας αποστειρωμένο 10cmX10cm.**
Ισχύουν όσα απαιτούνται και στο είδος (10) αλλάζει μόνο το μέγεθος .
12. **Επίθεμα γάζας αυτοκόλλητο αποστειρωμένο 25cm x10c**
Ισχύουν όσα περιγράφονται και στο είδος (9) αλλάζει μόνο το μέγεθος.

13. **Επίθεμα γάζας αυτοκόλλητο αποστειρωμένο 6cmX7cm**
Ισχύουν όσα περιγράφονται και στο είδος (9) αλλάζει μόνο το μέγεθος.
14. **Επίθεμα γάζας αυτοκόλλητο αποστειρωμένο 9cm X10CM**
Ισχύουν όσα περιγράφονται και στο είδος (9) αλλάζει μόνο το μέγεθος.
15. **Επίθεμα γάζας (12PLY) μη αποστειρωμένο 10X20cm.**
Η γάζα πρέπει να είναι 100% βαμβακερή απλής ύφανσης και να έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση. Να τηρεί τους όρους EN 140792003, να είναι τελείως λευκή άοσμη και απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα ύφανσης. Να μην παρουσιάζει ρυπαρή εμφάνιση και να μην υπάρχουν κλωστές που να εξέχουν από τις γάζες.
16. **Επίθεμα γάζας (8PLY) μη αποστειρωμένο 10X20cm**
Να είναι υδρόφιλη, αρίστης ποιότητας 100% από βαμβάκι υψηλών χειρουργικών προδιαγραφών. Να πληρούνται οι όροι της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής φαρμακοποιίας σύμφωνα με EN140792003. Ειδικά να είναι τελείως λευκή άοσμη, χωρίς κόλλες ελαττώματα στην ύφανση, από χημικές ουσίες και να μην παρουσιάζει ρυπαρή εμφάνιση.
17. **Επίθεμα γάζας (8PLY) μη αποστειρωμένο 10X10cm**
Ισχύουν όσα περιγράφονται και στο είδος (16) αλλάζει μόνο το μέγεθος
18. **Επίθεμα γάζας (8PLY) μη αποστειρωμένο 5X5cm**
Ισχύουν όσα περιγράφονται και στο είδος (17) αλλάζει μόνο το μέγεθος.
19. **Επίθεμα γάζας (8PLY) ακτινοσκιερό αποστειρωμένο 10X10cm**
Να είναι 100% βαμβακερή απλής ύφανσης που να έχει υποστεί πλήρη κάθαρση και λεύκανση. Να πληρεί τους όρους EN 140792003 και να είναι άοσμη απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα ύφανσης και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από ουσίες. Η γάζα να είναι 8PLY 10X10cm να πληρεί τα χαρακτηριστικά για γάζα επί μέτρου. Να φέρει μια ακτινοσκιερή κλωστή.
20. **Επίθεμα γάζας 12PLY ακτινοσκιερό μη αποστειρωμένο 10X20cm**
Ισχύουν οι όροι που περιγράφονται και στο είδος (19) αλλάζει μόνο το μέγεθος.
21. **Επίθεμα γάζας NON WOVEN συσκευασία 100τεμαχίων μη αποστειρωμένο 5 X5cm.**
Επιθέματα γάζας παραφινούχα, μη αποστειρωμένα πυκνής ύφανσης για κάλυψη τραυμάτων, εγκαυμάτων, διαστάσεις 5x5cm

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



2) ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



3) ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ



