

Όνομα ΣΤΑΥΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ

Email
sio@innova.gr

Άρθρο Παρατηρήσεις επι
διαβούλευσης
Ηλεκτρομυογράφου

Ημ/νία
05/08/2020

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Προδιαγραφή 5 (κουκίδα 6). Η προδιαγραφή θέτει
σε κίνδυνο το διαγωνισμό. -Φίλτρο High Cut 10 HZ εως 20KHZ Να αντικατασταθεί
από την ακόλουθη προδιαγραφή: -Φίλτρο High Cut 20HZ εως 13KHZ περίπου.
Σταύρος Οικονομάκης Υπεύθυνος Πωλήσεων sio@innova.gr Innova Medical ΕΠΕ
210/2750535 Ν.Ιωνία, Αττική