



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΕΣΗΔΗΣ & ΣΤΗΝ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Αρμόδια: Ε. Βλάχου

Δ/ση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14

14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά

Τηλ.: 210 35.01.545

Φαξ: 210 80.03.298

**ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ
«ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» CPV: 39711120-6.**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 / Α /4-4-05) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016(ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Την υπ' αριθ. 17/03-12-13 (θέμα 3^ο) Συνεδρίαση της ΕΠΥ σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής»
4. Τις αποφάσεις της Ολομέλειας της ΕΠΥ που ελήφθησαν κατά την υπ' αριθ. 68/14-12-2015 (θέμα 6^ο) και υπ' αριθ. 88/07-09-2016 συνεδρίασή της (θέμα 3^ο, 4^ο και 5^ο) αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων.
5. Την υπ' αριθ. 3512/14-9-2015 εγκύκλιο της ΕΠΥ «Διευκρινήσεις αναφορικά με την διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων»
6. Την υπ' αριθ. 5657/28-11-2016 εγκύκλιο της ΕΠΥ «Εγκύκλιος – Για την εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών και των κριτηρίων ανάθεσης με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»
7. Την υπ' αριθ. 16063/05.10.2020 Ανακοίνωση του Νοσοκομείου σχετικά με την σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός «ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» CPV: 39711120-6»
8. Την υπ' αριθ. 16575/12.10.2020 (ΑΔΑ: ΩΡΦΩ469ΗΔΖ-Υ4Ε) Απόφαση του Διοικητή περί ορισμού μελών επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
9. Το υπ' αριθ. 17596/27.10.2020 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκε στην επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών το πρωτογενές υλικό των ενδιαφερόμενων εταιρειών
10. Το υπ' αριθ. 18888/16.11.2020 έγγραφο της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών με το οποίο καταθέτει τις τεχνικές προδιαγραφές.
11. Την υπ' αριθ. 19228/18.11.2020 (ΑΔΑ: 6Τ7Γ469ΗΔΖ-2ΨΡ) 1^η Δημόσια Διαβούλευση για την προμήθεια ενός «ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» CPV: 39711120-6» η οποία έληγε την 03/12/2020.
12. Το υπ' αριθ. 20946/09.12.2020 διαβιβαστικό έγγραφο της Υπηρεσίας στην Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών με τις παρατηρήσεις των εταιριών: 1) ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Ε, 2) ΝΕΑ ΕΠΙΜΕΝΤ ΜΕΠΕ, 3) ΑΝΤΙΣΕΛ Α.Ε, 4) SB ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Α.Ε
13. Το υπ' αριθ. 21973/24.12.2020 πρακτικό της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών με το οποίο καταθέτει τις τεχνικές προδιαγραφές
14. Το γεγονός ότι δεν έχουν αναρτηθεί ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές από την ΕΠΥ για την προμήθεια ενός «ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» CPV: 39711120-6

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

2^η Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός **«ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» CPV: 39711120-6** για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών: α. από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» (<http://www.eprocurement.gov.gr>) και β. από τον ιστότοπο του Νοσοκομείου www.gonkhosp.gr (Τμήμα Προμηθειών-Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών).

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές για τέσσερις (4) επιπλέον ημερολογιακές ημέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους από την **Τρίτη, 05/01/2021 έως και την Τρίτη, 12/01/2021** στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών. Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη αρχείων.

Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.). Κάθε αποστολή στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του. Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.gonkhosp.gr (Τμήμα Προμηθειών-Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών).με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις αυτές και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.

Η τελική απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών πρέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμως αιτιολογημένη, διάλογο των συντακτών της με τουλάχιστον τα εξής έξι (6) στοιχεία : 1) Το υλικό που της παραδίδεται από το Τμήμα Προμηθειών. 2) Τις εν γένει διεθνείς παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα. 3) Τις παραδοχές της επιστήμης. 4) Την εμπειρία. 5) Τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις. 6) Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι αποφάσεις της ΕΠΥ, των οποίων το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής. Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (<http://www.eprocurement.gov.gr>) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” και στην ιστοσελίδα του www.gonkhosp.gr (Τμήμα Προμηθειών-Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΥΡΟΥΛΑΣ

.....!

,



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, Ν.Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ, Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 14564
ΤΗΛ. 210-3501562

Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ 24-12-20

ΑΡ. ΠΡ.

ΠΡΟΣ: Γραφείο Προμηθειών

ΘΕΜΑ: « ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ CPV
3911120-6

Μετά την διαβίβαση των σχολείων από τις εταιρείες για την προμήθεια
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ , CPV 3911120-6 (ΑΠ 20946/9-12-
20) σας επισυνάπτουμε τις επικαιροποιημένες προδιαγραφές που αφορούν το
συγκεκριμένο είδος

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΓΑΦΟΥ ΑΝΘΙΠΠΗ Πρόεδρος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΕΛΟΣ

A. J. Γαφου
Χαραλαμπί
Γρηγορά

Κοινοποίηση : Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ.Ο.Ν.Κ. <<ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ>>

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ν.Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΚ 14564

ΤΗΛ 210-3501562 / 725

ΠΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ(CVP3971120-6)

1. Ο καταψύκτης να είναι **κατακόρυφος και τροχήλατος** να είναι διαθέτει φρένο
 2. Διαστάσεις (μέγιστες) 200x 105x 75cm (ΥxΒxΠ)
 3. Επιθυμητή χωρητικότητα σε ασκούς πλάσματος τουλάχιστον 400 ασκούς πλάσματος 250 ml
 4. Ο καταψύκτης να διαθέτει τουλάχιστον 7 **συρόμενα συρτάρια** Ο καταψύκτης να διαθέτει λεία εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια από ανοξείδωτο χάλυβα ή αλουμίνιο.
 5. ή από άλλο ανθεκτικό υλικό αναλλοίωτο στα συνήθη χημικά καθαρισμού, με στρογγυλές γωνίες για εύκολο καθάρισμα
 6. Να διαθέτει συμπαγή πόρτα με αεροστεγές κλείσιμο για να μην πιάνει πάγο
 7. Να διαθέτει μηχανισμό αυτόματης απόψυξης
 8. Ο καταψύκτης να διαθέτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για χρήση εντός της Ευρωπαϊκής ένωσης -
 9. Ο καταψύκτης να λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα 230V/50-60 Hz
 10. Να διαθέτει αθόρυβο σύστημα κυκλοφορίας αέρα (< 60 db)
 11. Η ενεργειακή κατανάλωση του καταψύκτη να είναι σύμφωνα με την επικαιροποιημένη νομοθεσία.
 12. Ο θάλαμος του καταψύκτη να έχει **μόνωση** από υλικό φιλικό προς το περιβάλλον (non-CFC), επαρκούς πάχους για να επιτυγχάνεται θερμική μόνωση
 13. Ο καταψύκτης να χρησιμοποιεί ψυκτικό υγρό φιλικό για το περιβάλλον
 14. Η ρυθμισμένη θερμοκρασία του καταψύκτη εκ του κατασκευαστή να είναι -27 περίπου C° με εύρος επιλέξιμων θερμοκρασιών -15 C° έως -35 C°
 15. Ο καταψύκτης να διαθέτει αυτόματη ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας
 16. Να διαθέτει Ευαισθησία ρύθμισης θερμοκρασίας 0,1
17. Ο καταψύκτης να διαθέτει καταγραφικό 7 ημερών
 18. Να διαθέτει βοηθητική μπαταρία η οποία να εξασφαλίζει τη λειτουργία του πίνακα ελέγχου στην περίπτωση απώλειας ρεύματος
 19. Να διαθέτει οθόνη μέσω της οποίας να γίνεται η ρύθμιση και η παρακολούθηση της θερμοκρασίας και των συναγερμών και άλλων παραμέτρων
 20. Να υπάρχει σύστημα οπτικοακουστικού συναγερμού με δυνατότητα σίγαση από τον χειριστή και με δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικό σύστημα συναγερμού
 21. να προγραμματίζονται οι παρακάτω λειτουργίες:
 Ρύθμιση θερμοκρασίας λειτουργίας του καταψύκτη ,ημερομηνίας κ ώρας,
 - ορίων συναγερμού,
 - συναγερμός άνω σημείου (θερμού) ,
 - συναγερμός κάτω σημείου (ψυχρού)
 - βλάβη αισθητήρα,
 - ανοιχτής πόρτας
 - πτώση τροφοδοσίας ρεύματος
 - χαμηλής φόρτισης μπαταρίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ.Ο.Ν.Κ. <<ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ>>

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ν.Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΚ 14564

ΤΗΛ 210-3501562 / 725

ΠΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ(CVP3971120-6)

22. Η προσφέρουσα εταιρία να διαθέτει ή να συνεργάζεται με τμήμα σέρβις με πιστοποίηση και να είναι εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστή για την Τεχνική Υποστήριξη.
23. Ο καταψύκτης να διαθέτει **ει δυνατόν** εισαγωγή κωδικού για άνοιγμα και κλείσιμο της λειτουργίας του
24. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας όταν η εξωτερική θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ +10 και +25οC. Να προσφέρεται τεχνική υποστήριξη καθώς και ανταλλακτικά για τουλάχιστον 10 χρόνια από τη στιγμή αγοράς του ψυγείο
25. Να προσφέρεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών.