

Όνομα
ANTISELA
Α.Ε.

Email
mtsantouli@antisel.gr

Άρθρο Παρατηρήσεις ANTISELA Α.Ε. επί της
δημόσιας διαβούλευσης Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

Ημ/νία
11/01/2021

Αγαπητοί κύριοι,

Αναφορικά με την από 04/01/2021 ανάρτηση δημόσιας διαβούλευσης του Νοσοκομείου σας, η οποία αφορά προμήθεια καταψύκτη παραγώγων αίματος, σας παραθέτουμε τα σχόλιά μας:

Στο σημείο 3 των προδιαγραφών αναφέρεται:

«Επιθυμητή χωρητικότητα σε ασκούς πλάσματος έως 400 ασκούς πλάσματος 250 ml».

Για την αύξηση της χωρητικότητας προτείνεται η αλλαγή της άνωθι προδιαγραφής σε: *«Επιθυμητή χωρητικότητα σε ασκούς πλάσματος τουλάχιστον 530 ασκούς πλάσματος 250 ml»*

Στο σημείο 10 των προδιαγραφών αναφέρεται:

«Να διαθέτει αθόρυβο σύστημα κυκλοφορίας αέρα (< 60 db)»

Για ακόμα πιο ήσυχο περιβάλλον εργασίας, προτείνεται η αλλαγή της άνωθι προδιαγραφής σε: *«Να διαθέτει αθόρυβο σύστημα κυκλοφορίας αέρα, το μέγιστο 52 dB».*

Στο σημείο 11 των προδιαγραφών αναφέρεται:

«Η ενεργειακή κατανάλωση του καταψύκτη να είναι σύμφωνα με την επικαιροποιημένη νομοθεσία».

Για να γίνει πιο συγκεκριμένη η άνωθι προδιαγραφή, προτείνεται η αλλαγή της σε: *«Η ενεργειακή κατανάλωση του καταψύκτη να είναι σύμφωνα με την επικαιροποιημένη νομοθεσία και να είναι μικρότερη από 9kWh/ημέρα».*

Στο σημείο 13 των προδιαγραφών αναφέρεται:

«Ο καταψύκτης να χρησιμοποιεί ψυκτικό υγρό φιλικό προς το περιβάλλον».

Για να είναι τα ψυκτικά υγρά σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς της ΕΕ, προτείνεται η αλλαγή της άνωθι προδιαγραφής σε: *«Ο καταψύκτης να χρησιμοποιεί ψυκτικό υγρό φιλικό προς το περιβάλλον, σε πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό F-Gas της Ευρωπαϊκής Ένωσης».*

Στο σημείο 22 των προδιαγραφών αναφέρεται:

«Η προσφέρουσα εταιρία να διαθέτει ή να συνεργάζεται με τμήμα σέρβις με πιστοποίηση και να είναι εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστή για την Τεχνική Υποστήριξη.»

Για τη διασφάλιση της πλήρους τεχνικής υποστήριξης προτείνεται η τροποποίηση της άνωθι προδιαγραφής σε: «Η προσφέρουσα εταιρία να διαθέτει τμήμα σέρβις με πιστοποίηση από κατάλληλο εξουσιοδοτημένο ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διαχείριση των ψυκτικών υγρών σύμφωνα με τους πρόσφατους κανονισμούς 2067/2015/EK και να είναι εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστή για την Τεχνική Υποστήριξη για το συγκεκριμένο διαγωνισμό.»

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παραμένουμε στη διάθεσή σας. Αθήνα 11/01/2021 Με τιμή, Μαρία Τσαντουλή Τμήμα Πωλήσεων Προϊόντων Αιμοδοσίας