ΠΡΟΣ : Γ.Ο.Ν.Κ «ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

Αθήνα, 23/03/2021

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΕΛ Αφοί ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 1ης ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: Σύστημα ενδοσκοπικού ουρολογικού πύργου με διπολική διαθερμία για επεμβάσεις σε φυσιολογικό ορό, Διπολική διαθερμία με πλήρες σετ εργαλείων (Υστερορεζεκτοσκόπιο και Υστεροσκόπιο) για γυναικολογικές επεμβάσεις, Σύγχρονο πλήρες σύστημα πολυσωματοκαταγραφής μελέτης ύπνου, Τράπεζα για ενδοσκοπική χρήση συμβατή με C-ARM, Τράπεζα για ενδοσκοπική χρήση.

Αξιότιμοι κύριοι,

Αρχικά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη δυνατότητα που μας παρέχετε να συμμετέχουμε στη Δημόσια Διαβούλευση για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Στη συνέχεια θα βρείτε τις σχετικές προτάσεις μας.

1.Σετ Υστεροσκόπησης

Πλήρες υστεροσκόπιο EasyCare με εργαλεία με θύρα έκπλυσης. Το σετ να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- Κλιβανιζόμενη οπτική HD 2.9mm 30°, L: 300mm
- Διαγνωστικό θηκάρι 4mm με περιστρεφόμενη βρύση
- Εσωτερικό επεμβατικό θηκάρι 4.9mm με κανάλι εργαλείων 7Fr.
- Εξωτερικό επεμβατικό θηκάρι 5.5mm με δύο περιστρεφόμενες βρύσες
- Ημιεύκαμπτο ψαλίδι με ενδείξεις μήκους, μονής κίνησης, 7Fr. L:340mm και θύρα έκπλυσης
- Ημιεύκαμπτη λαβίδα σύλληψης (alligator) με ενδείξεις μήκους, διπλής κίνησης, 7Fr. L:340mm και θύρα έκπλυσης
- Ημιεύκαμπτη λαβίδα βιοψίας με ενδείξεις μήκους, διπλής κίνησης, 7Fr. L:340mm και θύρα έκπλυσης
- Ημιεύκαμπτη λαβίδα ενδομήτριου (IUD) με ενδείξεις μήκους, διπλής κίνησης, 7Fr. L:340mm και θύρα έκπλυσης
- Καλώδιο ψυχρού φωτισμού, grey, Ø: 3.5mm, L: 2.3m, τύπου Storz

2.Σετ υστερο-ρεζεκτοσκοπίου

Πλήρες Σετ Διπολικού Ρεζεκτοσκοπίου ReseCare 18.5Fr. Το σετ να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- Κλιβανιζόμενη οπτική HD 2.9mm 12°, L: 300mm
- Εργαλείο τύπου passive για ρεζεκτοσκόπιο 18.5FR. (υπάρχει και η δυνατότητα για Εργαλείο τύπου active)
- Εξωτερικό θηκάρι 18.5Fr., διπλής ροής
- Εσωτερικό θηκάρι 17.5Fr., περιστρεφόμενο.
- Ηλεκτρόδιο πολλαπλών χρήσεων cutting loop 30°.
- Ηλεκτρόδιο πολλαπλών χρήσεων roller ball.
- Ηλεκτρόδιο πολλαπλών χρήσεων knife.
- Ηλεκτρόδιο πολλαπλών χρήσεων Cutting Loop straight.
- Καλώδιο ψυχρού φωτισμού, grey, Ø: 3.5mm, L: 2.3m, τύπου Storz

3. Γεννήτρια Ηλεκτροδιαθερμίας HF για διπολικά εργαλεία ρεζεκτοσκοπίου

Γεννήτρια Ηλεκτροδιαθερμίας HF να είναι ειδικά σχεδιασμένη σύμφωνα με την τελευταία ηλεκτρονική τεχνολογία, με ειδικά χαρακτηριστικά που παρέχουν την τέλεια και ασφαλή χρηστικότητα που απαιτείται για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων όταν χρησιμοποιείτε σε Ρεζεκτοσκόπια σε φυσιολογικό ορό. Να έχει επίσης όλα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για τη μονοπολική ή διπολική χρήση σε ανοιχτή ή λαπαροσκοπική χειρουργική επέμβαση. Η μονάδα να επιτρέπει στους χρήστες να απομνημονεύουν έως και 33 προγράμματα για όλες τις χειρουργικές ανάγκες και 6 ειδικά προγράμματα για χρήση σε αλατούχο διάλυμα με μίνι Ρεζεκτοσκόπια και Διπολικά Εργαλεία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η Ηλεκτρονική γεννήτρια να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60601-1 και IEC 601-2-2. (Κατηγορία I - Τύπος CF). Να διαθέτει έγκριση ΕΚ: CE 0051 - Πιστοποιητικό 1665 / MDD. Να διαθέτει μονοπολική και διπολική συχνότητα λειτουργίας: 440kHz + - 10% και κύκλωμα εξόδου: "Floating out", με γείωση στις υψηλές και χαμηλές συχνότητες, προστατευμένο από τη χρήση του defi brilator. Να έχει δίδυμος αδιάβροχος ποδοδιακόπτης (IPN8).

Να διαθέτει μονοπολική χρήση με 1 ή 2 στειλεούς / όργανα με ενεργοποίηση χειρός ή ποδιών και διπολική χρήση με 1 όργανο με ενεργοποίηση ποδοδιακόπτη.

Να έχει σύστημα αυτόματου ελέγχου με διπλό μικροεπεξεργαστή με αυτόματο έλεγχο κατά την ενεργοποίηση, συνεχή έλεγχο κατά τη λειτουργία και μπλοκάρισμα της παροχής ισχύος με πληροφορίες των χρηστών με κωδικούς σφάλματος σε περίπτωση προβλημάτων ή βλαβών. Ουδέτερος έλεγχος ηλεκτροδίων: Να διαθέτει σήμα ακουστικού και οπτικού συναγερμού για τη χρήση ηλεκτροδίων "Διπλής διατομής" ή "Μονού τμήματος" Το Δίκτυο να έχει ασφάλειες Τ 2x 5 Α.Η γεννήτρια να έχει διαστάσεις και βάρος: 38x35x17cm - 15Kg

4.Συσκευή πλύσης με δυνατότητα Υστεροσκόπησης και Λαπαροσκόπησης

'Αντλία πλύσης - έκπλυσης iFlow με πρόγραμμα υστεροσκόπησης και λαπαροσκόπησης, με εύρος Πίεσης: 15 έως 150 mmHg, εύρος Ροής: 50 έως 500 mL/min και ισχύς αναρρόφησης: μέγιστη 2 L/min. Να έχει τη δυνατότητα μόνιμης εμφάνισης των βασικών πληροφοριών όπως είναι οι ρυθμίσεις πίεσης και ροής στην οθόνη αφής. Να έχει εύκολο χειρισμό με σαφείς ελέγχους / ειδοποιήσεις και απλή εισαγωγή σωλήνων αναρρόφησης. Να υπάρχει έλεγχος στειρότητας των σωλήνων αναρρόφησης χρησιμοποιώντας τεχνολογία RFID για τη μέγιστη ασφάλεια για τον ασθενή. Να είναι διασφαλισμένες οι ακριβείς μετρήσεις πίεσης, ιδίως μέσω της τεχνολογίας του συστήματος ανίχνευσης μέσω του ειδικού οργάνου που χρησιμοποιείται. Να εμφανίζεται ο υπολογισμός του ελλείμματος βασιζόμενη σε ψηφιακή καταμέτρηση. Να έχει ελεγχόμενη αναρρόφηση (2 τουλάχιστον ταχύτητες διαθέσιμες). Να διαθέτει σύστημα αναμεταδοτών με εφαρμογή (υστεροσκόπησης, λαπαροσκόπησης).

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Μαγδαληνή Τσακμάκα
Account Manager