



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αρμόδια: Η. Μπακάλη
Δ/ση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14
14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά
Τηλ.: 210 35.01.545
Φαξ: 210 80.03.298

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΕΣΗΔΗΣ & ΣΤΗΝ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

**ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 1^{ης} ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ» (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ, CPV: 33192120-9)**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 / Α /4-4-05) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016(ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Την υπ' αριθ. 17/03-12-13 (θέμα 3^ο) Συνεδρίαση της ΕΠΥ σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής»
4. Τις αποφάσεις της Ολομέλειας της ΕΠΥ που ελήφθησαν κατά την υπ' αριθ. 68/14-12-2015 (θέμα 6^ο) και υπ' αριθ. 88/07-09-2016 συνεδριάσής της (θέμα 3^ο, 4ο και 5ο) αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων.
5. Την υπ' αριθ. 3512/14-9-2015 εγκύκλιο της ΕΠΥ «Διευκρινήσεις αναφορικά με την διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων»
6. Την υπ' αριθ. 5657/28-11-2016 εγκύκλιο της ΕΠΥ «Εγκύκλιος – Για την εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών και των κριτηρίων ανάθεσης με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων».
7. Την υπ' αριθ. 7^η/Θ.7^ο/24.02.2021 (ΑΔΑ: Ψ167469ΗΔΖ-ΘΝ9) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση υπόλοιπου ποσού αξίας 160.886,56€ συμπ/νου Φ.Π.Α που προέκυψε από την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών, από την επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας στο Νοσοκομείο με το ποσό των 4.998.180,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. για την προμήθεια απαραίτητου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, μεταξύ των οποίων και οκτώ (8) «ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ» (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ, CPV: 33192120-9).
8. Την υπ' αριθ. 6609/31-03-2021 (ΑΔΑ: Ω37Ξ469ΗΔΖ-9ΥΘ) απόφαση του Διοικητή περί ορισμού μελών επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
9. Το υπ' αριθ. 10008/25-05-2021 πρακτικό της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών με το οποίο καταθέτει τις τεχνικές προδιαγραφές.
10. Το γεγονός ότι δεν έχουν αναρτηθεί ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές από την Ε.Κ.Α.Π.Υ. για την προμήθεια «ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ» (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ, CPV: 33192120-9).

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

1^η Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «**ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ**» (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ, CPV: 33192120-9), για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου .

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών: α. από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» (<http://www.eprocurement.gov.gr>) και β. από τον ιστότοπο του Νοσοκομείου www.gonkhosp.gr (Τμήμα Προμηθειών-Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών).

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές για επτά (7) επιπλέον ημερολογιακές ημέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους από την **Τετάρτη 26-05-2021 έως και την Παρασκευή 11-06-2021** στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών. Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη αρχείων.

Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.). Κάθε αποστολή στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του. Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.gonkhosp.gr (Τμήμα Προμηθειών-Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών), με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις αυτές και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.

Η τελική απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών πρέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμως αιτιολογημένη, διάλογο των συντακτών της με τουλάχιστον τα εξής έξι (6) στοιχεία : 1) Το υλικό που της παραδίδεται από το Τμήμα Προμηθειών. 2) Τις εν γένει διεθνείς παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα. 3) Τις παραδοχές της επιστήμης. 4) Την εμπειρία. 5) Τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις. 6) Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι αποφάσεις της ΕΠΥ, των οποίων το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής. Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (<http://www.eprocurement.gov.gr>) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” και στην ιστοσελίδα του www.gonkhosp.gr (Τμήμα Προμηθειών-Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΥΡΟΥΛΑΣ

.....!

,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ – ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ – Τ.Κ. 14564

ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 25-05-2021

ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ»
(ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ, CPV: 33192120-9)

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 6609/31-03-2021 (ΑΔΑ: Ω37Ξ469ΗΔΖ-9ΥΘ) Απόφασης του Διοικητή με την οποία ορισθήκαμε ως μέλη της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, σας κοινοποιούμε τις τεχνικές προδιαγραφές «ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ» για την κάλυψη των αναγκών της Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΜΕΛΟΣ)

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)

ΑΒαφειάδα
Χ.Μπαρμποπούλου
Μ

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
(ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ, CPV: 33192120-9)**

1. Να είναι ηλεκτρική κλίνη 4^{ων} τμημάτων (3 κινητά -1 σταθερό), τροχήλατη με τροχούς Φ125 πλαστικούς με φρένο. Να υπάρχει η δυνατότητα πάκτωσης στο έδαφος.
2. Να είναι μεταλλικής κατασκευής βαρέως τύπου, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή.
3. Η κλίνη να δέχεται ασθενή βάρους τουλάχιστον 180 kg.
4. Η Επιφάνεια κατάκλισης να είναι από πλαστικό ABS αντιμικροβιακής σύστασης (Να κατατεθεί πιστοποιητικό του κατασκευαστή).
5. Να διαθέτει υποδοχές στατώ ορού –στατώ έλξης.
6. Να διαθέτει περιμετρικούς προσκρουστήρες.
7. Να διαθέτει στηρίγματα στρώματος.
8. Να διαθέτει τις κάτωθι ηλεκτρικές κινήσεις μέσω ενσύρματο χειριστήριου
9. Ανύψωση πλάτης τουλάχιστον 70°
10. Ανύψωση γονάτων τουλάχιστον 80°
11. Ύψος από 40-80 εκ περίπου
12. Trendelenburg-anti-trendelenburg 15° τουλάχιστον
13. Ανεξάρτητη ανύψωση ποδιών μηχανικά
14. Η κλίνη να διαθέτει αλάρμ υπερφόρτωσης και να σταματάνε τα μοτέρ ανύψωσης στην περίπτωση υπέρβασης του ανεκτού βάρους .
15. Να διαθέτει ενσωματωμένες μετώπες μη αφαιρούμενες από υλικό αντοχής HPL και κάγκελα από μασίφ ξύλο συρόμενα τύπου ράγας 2^{ων} τμημάτων ανά πλευρά με μηχανισμό ασφάλισης – απασφάλισης.
16. Το χειριστήριο του ασθενή – νοσηλεύτριας ως επίσης και το καλώδιο τροφοδοσίας να αποσπάται εύκολα χωρίς την συνδρομή τεχνικού προσωπικού.
17. Το χειριστήριο να έχει την δυνατότητα κλειδώματος των κινήσεων.
18. Διαστάσεις κλίνης εξωτερικές 2100 x 1000 περίπου.
19. Η κλίνη να συνοδεύεται από στρώμα βραδύκαυστο, υψηλής ποιότητας και αντοχής.
20. Το στρώμα να είναι από ανθεκτικό υλικό πολυουρεθάνης σε συνδυασμό με βισκόζη κατάλληλο για πρόληψη και αντιμετώπιση κατακλίσεων.
21. Στρώμα δύο στρώσεων. Το άνω στρώμα να είναι από βισκοελαστικό υλικό και το κάτω στρώμα να είναι από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας για την καλύτερη προσαρμογή του σώματος και διανομή βάρους του ασθενή.

22. Να είναι κυβοειδής CNC διαμόρφωση η άνω στρώση για βέλτιστη διανομή της πίεσης στο σώμα του ασθενούς.
23. Να έχει ειδική διαμόρφωση η κάτω στρώση για την καλύτερη κυκλοφορία του αέρα.
24. Οι αεραγωγοί να κρατούν το σώμα του ασθενούς στεγνό και δροσερό αποτρέποντας την υπερθέρμανση (δημιουργία μικροκλίματος).
25. Το στρώμα να προσαρμόζεται σε όλες τις κλίνες και να ακολουθεί τις κινήσεις τους.
26. Να συνοδεύεται από κάλυμμα το οποίο να είναι βραδύκαυστο – αντιμικροβιακό – αδιάβροχο και με φερμουάρ.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η κλίνη να φέρει σήμανση CE. Να κατατεθούν οι αντίστοιχες δηλώσεις κατασκευαστή και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εγγραφής στους αρμοδίους φορείς.
2. Οι συμμετέχουσες εταιρείες να διαθέτουν δείγματα των προσφερόμενων ειδών προς επίδειξη.
3. Οι κατασκευάστριες εταιρείες των ειδών να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 13845, ISO 27001, ISO 14001, ISO 18001, καθώς και η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001, ISO 13845, ISO 27001, ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση και ISO 18001 για σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία, και να είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο παραγωγών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού βάσει του Νόμου 2939/2001 και του Προεδρικού Διατάγματος 117/2004.
Οι εταιρείες που δεν είναι οι ίδιες κατασκευάστριες των ειδών αλλά διακινητές αυτών, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών που απαιτούνται για τους ίδιους και για τις κατασκευάστριες εταιρείες που αντιπροσωπεύουν, πρέπει να συμμορφώνονται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ/8Δ/ΓΠ1348/04(ΦΕΚ 32Β/16-1-04) περί διακίνησης Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
4. Εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (3) έτη τουλάχιστον και τεχνικής υποστήριξης-ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΜΕΛΟΣ)

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)

