

Όνομα  
MEDI SUP  
A.E.

Email  
athens@medisup.gr

Άρθρο ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η  
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΙΑΤΡΙΚΕΣ  
ΒΕΛΟΝΕΣ"

Ημ/νία  
18/04/2022

Αγαπητοί κύριοι, κυρίες,  
Η εταιρεία μας προτείνει τις εξής αλλαγές και προσθήκες στις τεχνικές προδιαγραφές:

**A/A 12. ΣΕΤ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ  
ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ.**

Προτείνουμε : A) Χωρίς μέθοδο seldinger Να είναι αποστειρωμένοι, μίας χρήσης, ακτινοσκοπικοί σε όλο το μήκος τους, κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο και να παρέχουν την δυνατότητα τοποθέτησης και παραμονής στο ημιθώρακι κατάλληλοι για πνευμοθώρακα, εμφύσημα, αιμοθώρακα κλπ. Να προσφέρονται σε αποστειρωμένη, ατομική συσκευασία σε σετ που να περιλαμβάνει: - τον καθετήρα 8Fr (εξωτ. διαμ.2.7mm), με πολλαπλές οπές κατά μήκος 10 εκ. έως το άκρο του, μέσα σε διαφανές, προστατευτικό κάλυμμα που να εγγυάται άσηπτη τεχνική, μήκους 40 εκ. - βελόνη εισαγωγής- παρακέντησης 10G (3.32x77mm), - στρόφιγγα 3way stopcock, - συνδετικό κωνικό -male luer lock/conus, για σωλήνες διαμέτρου 6-13mm, - ένα συνδετικό σωλήνα, - σύστημα anti-kinking.

B) Με μέθοδο Seldinger. Να είναι αποστειρωμένοι, μίας χρήσης, ακτινοσκοπικοί σε όλο το μήκος τους, κατασκευασμένοι από θερμοευαίσθητη πολουρεθάνη που μαλακώνει με τη θερμοκρασία του σώματος, κατάλληλοι για πνευμοθώρακα, εμφύσημα, αιμοθώρακα κλπ. Να προσφέρονται σε αποστειρωμένη, ατομική συσκευασία bliste ,σε σετ που να περιλαμβάνει: - τον καθετήρα PLEUROCATI 12Fr (εξωτ. διαμ.4.0mm, μήκος 40εκ.) με πολλαπλές οπές κατά μήκος του άκρου του, με ενσωματωμένη στρόφιγγα 3way stopcock, - βελόνη εισαγωγής-παρακέντησης 17G (1.47x90mm), τύπου Tuohy-κυρτού άκρου. - ένα ευθύ οδηγό σύρμα 0.038mm x 70cm με στρογγυλό & τυφλό άκρο. - ένα διαστολέα 12mm x 11cm - ένα χειρουργικό νυστέρι, Νο11. - μία σύριγγα 10ml, luer-lock, - συνδετικό κωνικό -male luer lock/conus, για σωλήνες διαμέτρου 6-13mm,-σύνδεση με billaw. - ένα συνδετικό σωλήνα.

[Αναζήτηση](#)  
[Διαβουλεύσεω](#)  
v

Με τιμή , Για την MEDI-SUP A.E. Νικήτας Δημέας  
Διευθυντής πωλήσεων

Όνομα  
ΜΑΓΕΙΡΑΣ  
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  
A.E.

Email  
magiras@magiras.gr

Άρθρο  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ  
ΔΗΜΟΣΙΑ  
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ  
ΒΕΛΟΝΩΝ

Ημ/νία  
13/04/2022

Αξιότιμες-οι Κυρίες – οι,

Σχετικά με την Διαβούλευση προδιαγραφών Ιατρικών Βελόνων σας επισημαίνουμε τα εξής: •

Για τους α/α 6 και α/α 9 Βελόνες ραχιαίας αναισθησίας μ.χ PENCIL POINT και Βελόνες ραχιαίας αναισθησίας Whitacre γρήγορης έγχυσης αντίστοιχα , σας ενημερώνουμε ότι πρόκειται για τις ίδιες βελόνες με κλειστό άκρο και ευρύ οβά πλάγιο στόμιο για αποφυγή τραυματισμού της μήνιγγας. Θα μπορούσατε να συμπτύξετε τους παραπάνω 2 κωδικούς χρησιμοποιώντας τις εξής προδιαγραφές:

1. Να διαθέτει διαστάσεις : από 22 G έως και 27 G και μήκος 90 mm (3,5 inches).

2. Επίσης να διαθέτει μακριές βελόνες, ειδικές για υπέρβαρους και παχύσαρκους ασθενείς με μήκη: 103 – 120 mm με 25 και 27 G.

3. Να διατίθενται είτε χωρίς εισαγωγέα είτε με εισαγωγέα (ω ολοκληρωμένο σετ) σε διαστάσεις 25G και 27G για μείωση του κόστους.

4. Οι βελόνες να διαθέτουν πλευρικό στόμιο πολύ κοντά στη άκρη για πρόληψη άμεσης τοποθέτησης στη σκληρά μήνιγγα και 45° γωνία χορήγησης υγρών. Απομακρυσμένη άκρη με υψηλή μηχανική αντοχή. Ημιδιαφανή βάση με μεγεθυντική δράση για γρήγορο εντοπισμό του εγκεφαλονωτιαίου υγρού.

Καλή στήριξη βελόνας και χειρισμός. Λεπτό τοίχωμα που επιβεβαιώνει πανομοιότυπο χρόνο αναρροής με 27G και 25G  
Ανεξάρτητη συσκευασία σε αποστειρωμένη blister συσκευασία.

Τύπος υλικών: Βελόνα και επικάλυψη: ειδικό ανοξείδωτο ατσάλι. Βάση της βελόνας και της επικάλυψης:

πολυπροπυλένιο. Ανεξάρτητη συσκευασία κολλημένη με Tyvek™ (δυνατό μη υφασμάτινο υλικό: δε σκίζεται).

Μέθοδος αποστείρωσης: Οξειδίο του αιθυλενίου. CE Marked.” (Προτεινόμενος κωδικό παρατηρητηρίου τιμών 4.6.2 με τιμή 4,86€)

• Για τους α/α 7 & 8 Βελόνες ραχιαίας αναισθησίας, οσφυονωτιαίας παρακέντησης τύπου Quincke (ανοικτού άκρου με και χωρίς οδηγό αντίστοιχα), θα μπορούσατε να αναφέρετε σε ποια μεγέθη (G) χρειάζεστε οδηγό.

Με εκτίμηση, Απόστολος Καταραχιάς Δ/ντής Πωλήσεων  
Becton Dickinson Division

Όνομα  
BARD  
ΕΛΛΑΣ  
Α.Ε.

Email  
tendershellas@bd.com

Άρθρο ΚΑΤΑΘΕΣΗ  
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 1Η ΔΗΜ.  
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ  
ΒΕΛΟΝΩΝ

Ημ/νία  
20/04/2022

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,

Σε απάντηση της ανακοίνωσης του φορέα σας και ανταποκρινόμενοι στο αίτημά σας για συμμετοχή και κατάθεση προτάσεων στην Δημόσια Διαβούλευση με

μοναδικό αριθμό 22DIAB000024236 όπως αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω στο θέμα, έχοντας ως γνώμονα την βέλτιστη κάλυψη των αναγκών των ασθενών και την υποστήριξη του συστήματος δημόσιας υγείας προς όφελος όλων, η εταιρεία μας θέτει υπόψη σας τα ακόλουθα:

Με στόχο: α) την εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης χωρίς να περιορίζεται η ευρύτητα συμμετοχής των οικονομικών φορέων στις διαδικασίες σύναψης σύμβασης, β) την διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών του κλάδου, γ) την βελτιστοποίηση και πληρότητα των περιγραφόμενων τεχνικών όρων των διακηρύξεων, δ) τη δυνατότητα προμήθειας της αναθέτουσας αρχής με όλα τα προϊόντα σύγχρονης τεχνολογίας για την χρήση και το σκοπό που προορίζονται και ε) την διατήρηση της ανώτερης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, παρακαλούμε όπως ληφθούν υπόψη κατά τη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος της διαβούλευσης, οι κάτωθι Προτάσεις Ποιοτικών Κριτηρίων επιλογής/ Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών κατά την έννοια του άρθρου 54 Ν.4412/2016 ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 3: «ΠΙΣΤΟΛΑΚΙ ΒΙΟΨΙΑΣ TRU-CUT, ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΑΛΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΧ»:

Για να διασφαλιστεί η απαιτούμενη ευρύτητα συμμετοχής και η ανάπτυξη ανταγωνισμού, προτείνουμε την ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ της απαίτησης με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά ως εξής

- Να έχει απραυματικό άκρο για ασφάλεια του ασθενή.
- Να διαθέτει ανοιχτή εργονομική λαβή, για ευκολία όλων τα χρηστών.
- Να διαθέτει τραχιά σχεδιασμένη επιφάνεια μπρος και πίσω για να μην γλιστράει και για καλύτερο έλεγχο της λαβής.
- Να έχει την δυνατότητα διπλής επιλογής μήκους δείγματος 10mm και 20mm με οπτική ένδειξη του βάθους διεϊσδυσης.
- Η βελόνα να φέρει ακτινοσκοπική διαγράμμιση ανά εκατοστό.
- Να διαθέτει διπλή μέθοδο πυροδότησης και ισχυρό μηχανισμό κοπής.
- Να έχει καινοτόμο ηχογενή βελόνα με ειδικές ενδείξεις στο μήκος της για την ακριβή τοποθέτηση της και καλύτερη ορατότητα υπό απεικόνιση υπέρηχων.
- Το έμβολο να διαθέτει ένδειξη ετοιμότητας ενεργοποίησης ώστε να επιβεβαιώνεται ο χρήστης ότι η βελόνα είναι πλήρως προχωρημένη. Να διαθέτει όλα τα μεγέθη. Προτείνουμε τα συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά για τους κάτωθι λόγους: • Η εργονομική λαβή προάγει τον εύκολο και άνετο χειρισμό και παρέχει πολλαπλούς τρόπους χρήσης της συσκευής, σύμφωνα με την προτίμηση του γιατρού.
- Η σήμανση ετοιμότητας ενεργοποίησης συμβάλει στην μείωση του κινδύνου πρόωρης ενεργοποίησης της κάνουλας και η διαβάθμιση ανά εκατοστό ενισχύει την ασφάλεια επιβεβαιώνοντας το επιλεγμένο βάθος διεϊσδυσης.
- Η επιλογή διαφορετικού μήκους διεϊσδυσης για λήψη

ιστοτεμαχίου, επιτυγχάνει τα επιθυμητά αποτελέσματα σε μια ποικιλία εφαρμογών και η ποικιλία διαμέτρων και μηκών κάνει το σύστημα ιδανικό για κάθε τύπο επέμβασης.

#### ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 14: «ΒΕΛΟΝΕΣ ΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΑΛΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ (ΜΑΣΤΟΥ) ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ»:

Για να διασφαλιστεί η απαιτούμενη ευρύτητα συμμετοχής και η ανάπτυξη ανταγωνισμού, προτείνουμε την ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ της απαίτησης με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά ως εξής:

- Να έχει ατραυματικό άκρο για ασφάλεια του ασθενή.
- Να διαθέτει ανοιχτή εργονομική λαβή, για ευκολία όλων τα χρηστών.
- Να διαθέτει τραχιά σχεδιασμένη επιφάνεια μπρος και πίσω για να μην γλιστράει και για καλύτερο έλεγχο της λαβής.
- Να έχει την δυνατότητα διπλής επιλογής μήκους δείγματος 10mm και 20mm με οπτική ένδειξη του βάθους διείσδυσης.
- Η βελόνα να φέρει ακτινοσκοπική διαγράμμιση ανά εκατοστό.
- Να διαθέτει διπλή μέθοδο πυροδότησης και ισχυρό μηχανισμό κοπής.
- Να έχει καινοτόμο ηχογενή βελόνα με ειδικές ενδείξεις στο μήκος της για την ακριβή τοποθέτηση της και καλύτερη ορατότητα υπό απεικόνιση υπέρηχων.
- Το έμβολο να διαθέτει ένδειξη ετοιμότητας ενεργοποίησης ώστε να επιβεβαιώνεται ο χρήστης ότι η βελόνα είναι πλήρως προχωρημένη. Να διαθέτει όλα τα μεγέθη. Προτείνουμε τα συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά για τους κάτωθι λόγους: • Η εργονομική λαβή προάγει τον εύκολο και άνετο χειρισμό και παρέχει πολλαπλούς τρόπους χρήσης της συσκευής, σύμφωνα με την προτίμηση του γιατρού.
- Η σήμανση ετοιμότητας ενεργοποίησης συμβάλει στην μείωση του κίνδυνου πρόωρης ενεργοποίησης της κάνουλας και η διαβάθμιση ανά εκατοστό ενισχύει την ασφάλεια επιβεβαιώνοντας το επιλεγμένο βάθος διείσδυσης.
- Η επιλογή διαφορετικού μήκους διείσδυσης για λήψη ιστοτεμαχίου, επιτυγχάνει τα επιθυμητά αποτελέσματα σε μια ποικιλία εφαρμογών και η ποικιλία διαμέτρων και μηκών κάνει το σύστημα ιδανικό για κάθε τύπο επέμβασης.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε.

Υπεύθυνη επικοινωνίας τεχνικών προδιαγραφών : κα

Χριστίνα Παπαγεωργίου, τηλ. επικοινωνίας: 6948-238035.

Με εκτίμηση, Για την Bard Ελλάς Α.Ε.

Εμμανουήλ Τριποδιανός Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

---