



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
1<sup>η</sup> Υ ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡ.: Ε. ΒΛΑΧΟΥ  
Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14  
14564 Καλυφτάκη, Ν. Κηφισιά  
ΤΗΛ.: 210 35.01.545

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

**ΘΕΜΑ:** Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συλλογή γραπτών προσφορών με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 του ν.4782/2021) για την προμήθεια «**ΣΩΛΗΝΙΣΚΩΝ (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ), CPV: 33141220-8**, προϋπολογισθείσας δαπάνης **22.344,80€ συμπ/νου Φ.Π.Α.**, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, για διάστημα ενός (1) έτους.

Έχοντας υπόψη:

**A.** Τις διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα

1. Την Υ.Α. Υ4α/20074/15-02-2013 (ΦΕΚ Β΄ 557/11.03.2013) «Οργανισμός του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
2. Του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α΄ 81/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
3. Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»
4. Του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23.07.2013) σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος και ειδικότερα του άρθρου 64
5. Την παρ. Ζ του άρθρου Πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107/09.05.2013) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16-02-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»
6. Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
7. Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε/ αντικαταστάθηκε/ συμπληρώθηκε με τον ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36/09.05.2021)«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
8. Του ν. 4915/2022 (ΦΕΚ Α 63/24.3.2022) «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την

εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύμβαση Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις» και ειδικότερα της παρ.3 του άρθρου 79, στο οποίο αναφέρεται ότι: «Σε ό,τι αφορά στην προμήθεια υγειονομικού υλικού, αναλώσιμου υλικού και αγαθών ή υπηρεσιών, εντός του προϋπολογισμού έκαστου φορέα, η αρμοδιότητα για την έγκριση σκοπιμότητας, ανεξαρτήτως ποσού, ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο έκαστου, υπαγόμενου στη Δ.Υ.ΠΕ φορέα και στον Διοικητή ή Υποδιοικητή της αρμόδιας ΥΠΕ για τους φορείς της Πρωτοβάθμιας και την Κεντρική Υπηρεσία των Υ.ΠΕ.» Του ν. 4782/09.03.2021 (Α' 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

9. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α' 145/05.08.2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
10. Την Υ.Α. Γ4β/Γ.Π.οικ.91557 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1114/31.12.2019) περί διορισμού Διοικητή στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι», αρμοδιότητας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, του οποίου η θητεία παρατάθηκε με την Υ.Α. Αριθμ. Γ4β/Γ.Π. οικ.6570 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 88/3.2.2022).

**Β.** Την υπ' αριθ. 6<sup>η</sup>/Θ.18ο/23.03.2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκαν: α) τα πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης του Τακτικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΣΩΛΗΝΙΣΚΩΝ (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ)» CPV: 33141220-8, για διάστημα ενός έτους, προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.515,44€ συμπ/νου Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής και σύμφωνα με αυτά, την ανάδειξη της μοναδικής προσφέρουσας εταιρείας ως προσωρινής αναδόχου έως την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, β) η διενέργεια Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συλλογή γραπτών προσφορών με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης, για τα είδη που δεν κατακυρώθηκαν διότι δεν προσφέρθηκαν, συνολικής δαπάνης 22.344,80€ συμπ/νου Φ.Π.Α, για ένα (1) έτος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

**Γ.** Την υπ' αριθ. 2500/09.02.2023 (ΑΔΑ: 948Κ469ΗΔΖ-BEN) Απόφαση Διοικητή με την οποία εγκρίθηκε ο ορισμός μελών της επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.

**Δ.** Το γεγονός ότι η προμήθεια των «ΣΩΛΗΝΙΣΚΩΝ (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ)» CPV: 33141220-8 είναι απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου.

**Ε.** Η δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα απόφαση θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 1311 του προϋπολογισμού, βάσει της υπ' αριθ. 5501/27.03.2023 (ΑΔΑ: 64ΗΨ469ΗΔΖ-9Ρ8) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.

#### ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια «**ΣΩΛΗΝΙΣΚΩΝ (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ)» CPV: 33141220-8**, συνολικής δαπάνης **22.344,80€ συμπ/νου Φ.Π.Α**, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής και σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Το κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.

#### ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

A/A	<u>ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ</u>	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΔΙΑΚ.	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

## 23PROC012404036 2023-03-30

1	ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Μ.Χ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ Νο 2, 3, Νο 4, Νο 5	2000	0,21 €	420,00 €	520,80 €
2	ΡΙΝΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Μ.Χ.	150	2,00 €	300,00 €	372,00 €
3	ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ Νο 7, Νο 8	50	80,00 €	4.000,00 €	4.960,00 €
4	ΣΕΤ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ SELDINGER	30	110,00 €	3.300,00 €	4.092,00 €
5	ΣΕΤ ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 9FR ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΕΡΙΣΜΟ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΑ	80	125,00 €	10.000,00 €	12.400,00 €
				18.020,00 €	<b>22.344,80 €</b>

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**ΕΙΔΟΣ 1. ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ PVC.**

1. Να διατίθεται σε κατάλληλα μεγέθη για ενήλικες (No 3,4,5,6)
2. Να είναι διαφανής και να διαθέτει διαφανή αεροθάλαμο για αεροστεγή εφαρμογή και περιορισμό της διαρροής του αέρος κατά την διάρκεια του τεχνητού αερισμού.
3. Ο αεροθάλαμος να επιδέχεται επαναπλήρωση με την χρήση απλής σύριγγας.
4. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με συνδετικό διαμέτρου 22 mm.
5. Να διαθέτει ειδικό κυκλικό εξάρτημα για την εφαρμογή ιμάντα για στήριξη της μάσκας στο πρόσωπο.
6. Να είναι μιας χρήσης.

**ΕΙΔΟΣ 2. ΡΙΝΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ**

1. Να είναι μιας χρήσης ,αποστειρωμένος σε ατομική συσκευασία.
2. Να είναι εύκαμπτος και με λεία επιφάνεια και να φέρει στρογγυλεμένη ειδικά σχεδιασμένη άκρη για εύκολη και ατραυματική εισαγωγή.
3. Η εξωτερική άκρη να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να αποκλείει κάθε πιθανότητα εισόδου του αεραγωγού στη ρινική οδό για απόλυτη ασφάλεια. Να είναι χωρίς παραμάνα για ασφάλεια του προσωπικού και του ασθενούς.
4. Να είναι μεγάλου μήκους για να εξασφαλίζεται σωστός αερισμός.
5. Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη.

**ΕΙΔΟΣ 3. ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ**

1. Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένος σε ατομική συσκευασία.
2. Να είναι κατασκευασμένος από υλικό, PVC (Latex free).
3. Να φέρει ενισχυμένο εξωτερικό άκρο για αποφυγή δαγκώματος και να έχει στρογγυλεμένο, ατραυματικό εσωτερικό άκρο.
4. Να επιτρέπει την τοποθέτηση καθετήρα αναρρόφησης ή του Levin.
5. Να έχει ανατομικό, καμπυλωτό σχήμα για καλύτερη ανοχή από τον ασθενή.
6. Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη με εμφανή την ένδειξη μεγέθους.

**ΕΙΔΟΣ 4. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ CUFF ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ**

1. Να είναι μιας χρήσης, διαφανής, αποστειρωμένος, σε ατομική συσκευασία.
2. Να είναι κατασκευασμένος από υλικό PVC ( latex free και dehp free ).
3. Να είναι αρχικά σχετικά σκληρός και με καμπυλωτό σχήμα για εύκολη διασωλήνωση.
4. Να είναι θερμοευαίσθητος ώστε να μαλακώνει μετά την τοποθέτηση.
5. Να έχει ατραυματικό άκρο, να μην τσακίζει, για αποφυγή απόφραξης
6. Να φέρει ακτινοσκοπική γραμμή.
7. Να φέρει σήμανση βάθους για ασφαλή τοποθέτηση κάτω από τις φωνητικές χορδές.
8. Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη (όπου το νούμερο του σωλήνα να αναγράφεται σε εμφανές σημείο).
9. Να διατίθεται και με Murphy eye ως επιπλέον χαρακτηριστικό ασφαλείας.
10. Ο αεροθάλαμος του σωλήνα (Cuff) να είναι κατασκευασμένος από μαλακό υλικό με ελάχιστο πάχος τοιχώματος, να μην σχίζεται.
11. Ο αεροθάλαμος του σωλήνα (Cuff) να διατηρεί την κεντρική θέση του σωλήνα.
12. Ο αεροθάλαμος του σωλήνα (Cuff) να εξασφαλίζει στεγανότητα ακόμη και σε μικρότερο μέγεθος σωλήνα.
13. Ο αεροθάλαμος του σωλήνα (Cuff) να έχει κωνικό σχήμα, να είναι χαμηλής πίεσης- μεγάλου όγκου κατασκευασμένος από άριστο υλικό που να είναι ανθεκτικό και να εξασφαλίζει άριστη εφαρμογή. Όταν εκπνύσσεται με αέρα να εξασφαλίζει στεγανότητα αεραγωγού με την ελάχιστη δυνατή πίεσης στο τοίχωμα της τραχείας χωρίς να υπάρχει κίνδυνος κήλης του αεραγωγού ή ισχαιμίας του βλεννογόνου της τραχείας.
14. Ο σωληνίσκος εμφύσησης του cuff να είναι ενσωματωμένος στο σωλήνα και να μην τσακίζει.
15. Η βαλβίδα του cuff να είναι αξιόπιστη.
16. Όταν ξεφουσκώνει να μην δημιουργεί τραυματικές πτυχώσεις.
17. Το μέγεθος του σωλήνα να αναγράφεται και στα δύο άκρα και πάνω στον πιλότο πλήρωσης του cuff.

**ΕΙΔΟΣ 5. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ CUFF SPIRAL ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ**

1. Να είναι από PVC (Latex free και dehp free) και ενισχυμένος εσωτερικά με σπιράλ.
2. Να είναι ακτινοσκιερός ακόμη και κάτω από το cuff ,και να έχει καμπύλο σχήμα για ευκολότερη εισαγωγή.
3. Ο σωλήνας να φέρει μαύρο ακτινοσκιερό δαχτυλίδι σε όλη την περίμετρο του σωλήνα 1cm πάνω από το cuff για ένδειξη σωστής τοποθέτησης.
4. Να είναι ανθεκτικός ,να μην τσακίζει και να επανέρχεται στο αρχικό σχήμα.
5. Να έχει ατραυματικό άκρο, οπή Murphy και να είναι διαθέσιμος σε διάφορα μεγέθη (όπου το νούμερο του σωλήνα να αναγράφεται σε εμφανές σημείο).
6. Να είναι σε αποστειρωμένη συσκευασία.
7. Ο αεροθάλαμος να έχει κωνικό σχήμα, να είναι χαμηλής πίεσης-μεγάλου όγκου κατασκευασμένος από άριστο υλικό που να είναι ανθεκτικό και να εξασφαλίζει άριστη εφαρμογή. Όταν εκπτύσετε με αέρα να εξασφαλίζει στεγανότητα αεραγωγού με την ελάχιστη δυνατή πίεσης στο τοίχωμα της τραχείας χωρίς να υπάρχει κίνδυνος κήλης του αεραγωγού ή ισχαιμίας του βλεννογόνου της τραχείας.
8. Επίσης να εξασφαλίζει την μεγαλύτερη δυνατή μείωση των μικροεισροφήσεων.
9. Το μέγεθος του σωλήνα να αναγράφεται και στα δύο άκρα και πάνω στον πιλότο πλήρωσης του cuff.

**ΕΙΔΟΣ 6. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ ΔΕΞΙΟΥ Ή ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ Μ.Χ**

1. Ο ενδοβρογχικός σωλήνας να είναι διπλού αυλού , μιας χρήσης , αποστειρωμένος και ακτινοσκιερός.
2. Να είναι κατασκευασμένος από σιλικοναρισμένο PVC , μη τοξικό υλικό (Latex free).
3. Να έχει απόλυτα ανατομικό σχήμα ώστε να διευκολύνεται ο επιτυχής αποκλεισμός ενός πνεύμονα .
4. Να διαθέτει δύο αεροθάλαμους , ένα στο περιφερικό άκρο του ενδοτραχειακού σωλήνα και το άλλο στο βρογχικό σωλήνα.
5. Να διατίθεται με την μικρότερη δυνατή εξωτερική διάμετρο για μεγαλύτερη ευκολία στην ορθή τοποθέτηση του , και με την μέγιστη εσωτερική διάμετρο για τον μέγιστο δυνατό αερισμό με μικρότερες πιέσεις.
6. Οι αεροθάλαμοι να είναι κατασκευασμένοι από άριστο υλικό και να είναι ανθεκτικοί και να εξασφαλίζουν άριστη εφαρμογή για την στεγανότητα της τραχείας και του σύστοιχου στελεχιαίου βρόγχου χωρίς να υπάρχει κίνδυνος κήλης του αεραγωγού ή ισχαιμίας του βλεννογόνου του αεραγωγού.
7. Οι σωληνίσκοι που εξασφαλίζουν την πλήρωση με αέρα των αεροθαλάμων θα πρέπει να είναι επίσης ενσωματωμένοι στον ενδοτραχειακό σωλήνα, εκτός από το κεντρικό άκρο τους.

8. Να προσφερθούν ενδοτραχειακοί σωλήνες για τοποθέτηση μόνο στο αριστερό στελεχιαίο βρόγχο.
9. Να διατίθενται σε διάφορα μεγέθη.
10. Να έχει την δυνατότητα αποκλεισμού του επιθυμητού αυλού χωρίς την χρήση εξωτερικής λαβίδας.

**ΕΙΔΟΣ 7Α. ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ**

1. Να είναι αποστειρωμένος, ακτινοσκιερός με μαλακό ατραυματικό άκρο, μιας χρήσης
2. Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη και να αναγράφεται σε εμφανή σημείο στον σωλήνα το νούμερο.
3. Να είναι κατασκευασμένος από θερμοευαίσθητο PVC μη τοξικό (Latex free) που να μαλακώνει με την θερμοκρασία του σώματος ώστε να αποκτή το ανατομικό σχήμα του ασθενούς.
4. Να έχει ανατομικό σχήμα ώστε να εισάγεται εύκολα στην τραχεία
5. Ο αεροθάλαμος να έχει κωνικό σχήμα να είναι χαμηλής πίεσης-μεγάλου όγκου κατασκευασμένος από άριστο υλικό που να είναι αφενός ανθεκτικό και αφετέρου να εξασφαλίζει άριστη εφαρμογή έτσι ώστε όταν εκπτύσσετε με αέρα να εξασφαλίζει στεγανότητα αεραγωγού με την ελάχιστη δυνατή πίεση στο τοίχωμα της τραχείας χωρίς να υπάρχει κίνδυνος κήλης του αεραγωγού ή ισχαιμίας του βλεννογόνου.
6. Ο αεροθάλαμος όταν ξεφουσκώνει να εφαρμόζει στεγανά στον σωλήνα ώστε να διευκολύνει την διαδικασία εισαγωγής ή αφαίρεσης του, να είναι θερμοσυγκολλητικά ενσωματωμένο και όχι επικολλημένο πάνω στον τραχειοσωλήνα.
7. Η πληρότητα του αεροθαλάμου να μπορεί να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο ενδεικτικό οδηγό (pilot).
8. Ο σωληνίσκος που εξασφαλίζει την πλήρωση του αεροθαλάμου με αέρα θα πρέπει να είναι επίσης ενσωματωμένος στον τραχειοσωλήνα
9. Να φέρει εσωτερικό οδηγό, κατασκευασμένο από μαλακό υλικό ώστε να διευκολύνεται η ατραυματική προώθησή του στην τραχεία ακολουθώντας την τεχνική Seldinger.
10. Να διαθέτει μόνιμο συνδετικό 15 mm.

**ΕΙΔΟΣ 7Β. ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥΣ**

1. Να ακολουθούν τις παραπάνω γενικές προδιαγραφές αλλά να διαθέτουν επιπλέον δυο αεροθαλάμους χαμηλής πίεσης για την εκ περιτροπής πλήρωσή τους με αέρα, ώστε να μειώνεται ο ερεθισμός της τραχείας και συνακόλουθα οι πιθανότητες τοπικής ιστικής νέκρωσης και δημιουργίας εξελκώσεων.
2. Οι αεροθάλαμοι να είναι ειδικά κατασκευασμένοι, ώστε να αυξομειώνουν μόνοι τους την πίεση κατά την εισπνευστική και εκπνευστική φάση και η πίεση που ασκείται στην τραχεία να είναι χαμηλή και να κατανέμεται ομοιόμορφα ώστε να αποφεύγονται οι νεκρώσεις των ιστών και η δημιουργία εξελκώσεων.

**ΕΙΔΟΣ 8. ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ( ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑ )**

1. Να είναι αποστειρωμένοι, με μαλακό ατραυματικό άκρο, μιας χρήσης
2. Να έχει ανατομικό σχήμα ώστε να εισάγεται εύκολα στην τραχεία
3. Να είναι κατασκευασμένοι από θερμοευαίσθητο PVC μη τοξικό (Latex free ) με ακτινοσκιερή γραμμή και βαθμονομημένοι ανά 1 C III
4. Να φέρει ρυθμιζόμενη φλάντζα αυξομείωσης του μήκους του.
5. Ο αεροθάλαμος να είναι θερμοσυγκολλητικά ενσωματωμένος στον τραχειοσωλήνα και όταν είναι ξεφούσκωτος να εφαρμόζει στενά γύρω από το εξωτερικό τοίχωμα του.
6. Ο αεροθάλαμος να είναι χαμηλής πίεσης – υψηλού όγκου, έτσι ώστε όταν εκπύσσεται με αέρα να εξασφαλίζει στεγανότητα αεραγωγού με την ελάχιστη δυνατή άσκηση πίεσης στο τοίχωμα της τραχείας
7. Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη και να αναγράφεται με σαφήνεια το νούμερο πάνω στον σωλήνα.

**ΕΙΔΟΣ 9. ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ**

Ο τραχειοσωλήνας θα πρέπει να πληροί όλες τις προδιαγραφές που αναφέρονται παρά πάνω και επιπλέον στο τοίχωμά του να φέρει ενσωματωμένο καθετήρα για αναρρόφηση των εκκρίσεων που συσσωρεύονται άνωθεν του αεροθαλάμου.

**ΕΙΔΟΣ 10. ΒΑΛΒΙΔΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΥΠΟΥ PASSY MUIR**

1. Ειδικά σχεδιασμένη βαλβίδα για την βελτίωση της επικοινωνίας και της κατάποσης.
2. Αποκαθιστά την φυσική θετική πίεση των αεροφόρων οδών και την διαχείριση των εκκρίσεων.
3. Να παρέχει την δυνατότητα σύνδεσης με τον αναπνευστήρα για ασθενή με υποστηριζόμενη μηχανική αναπνοή αλλά και δυνατότητα σύνδεσης με οξυγόνο για τους ασθενείς με αυτόματη αναπνοή.
4. Να αποτελείται από μεμβράνη ασφαλείας προς αποφυγή διαρροής του αέρα.

**ΕΙΔΟΣ 11. ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΛΑΒΙΔΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ**

Το σετ πρέπει να είναι σχεδιασμένο για την διενέργεια τραχειοτομίας με την μέθοδο Seldinger και να αποτελείται από :

1. Σύριγγα των 10 ml για την ανίχνευση του νεκρού χώρου.
2. Ειδική βελόνα με ενσωματωμένο οδηγό.
3. Οδηγό σύρμα 50cm .



4. Ειδικό ατραυματικό ή διαστολείς για την διάνοιξη των ιστών έως την τραχεία .
5. Ειδικό ατραυματικό οδηγό με οπή στο άκρο του για την εφαρμογή της μεθόδου Seldinger.
6. Σωλήνα τραχειοστομίας με εσωτερική διάμετρο 7.0, 8.0, 9.0 mm , ανατομικού σχήματος με μαλακό άκρο από σιλικοναρισμένο PVC μη τοξικό (Latex free) και συνδετικό 15mm για τη σύνδεση με τον αναπνευστήρα και εσωτερικό οδηγό με οπή .
7. Χειρουργικό νυστέρι με προστατευτικό κάλυμμα .
8. Ο αεροθάλαμος να είναι κωνικού σχήματος, θερμοσυγκολλητικά ενσωματωμένος στον τραχειοσωλήνα και όταν είναι ξεφούσκωτος να εφαρμόζει στενά γύρω από το εξωτερικό τοίχωμα του ώστε να μην εξέχει σχεδόν καθόλου.
9. Ο αεροθάλαμος να είναι χαμηλής πίεσης και μεγάλου όγκου έτσι ώστε όταν εκπτύσσετε με αέρα να εξασφαλίζει στεγανότητα του αεραγωγού με την ελάχιστη δυνατή άσκηση πίεσης στο τοίχωμα της τραχείας.
10. Ειδικό διαστολέα για την διάνοιξη των ιστών.
11. Εσωτερικό ειδικό οδηγό με οπή στο περιφερικό του άκρο , ώστε να διευκολύνεται η ατραυματική προώθηση του τραχειοσωλήνα στην τραχεία ακολουθώντας την μέθοδο Seldinger.
12. Βελόνα 14G, με ενσωματωμένο οδηγό.
13. Ειδική σύριγγα 10mm.
14. Νυστέρι για τομή δέρματος.
15. Ειδικό συρμάτινο οδηγό σύρμα μήκους 50cm.

**ΕΙΔΟΣ 12. ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΡΙΚΟΕΙΔΗ SPIRAL ΕΥΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ**

**A. ΕΥΘΕΙΑ ΜΕ ΛΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ**

**B. ΕΥΘΕΙΑ ΠΡΟΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΑ**

**Κοινές προδιαγραφές για τα είδη A και B**

1. Να είναι κατασκευασμένα από διαφανές υλικό κατάλληλο για ιατρική χρήση, μιας χρήσεως, αποστειρωμένα ( latex free και dehp free ).
2. Να είναι κατάλληλα για τη σύνδεση του τραχειοσωλήνα με το αναπνευστικό κύκλωμα και οι συνδέσεις να έχουν καλή εφαρμογή.
3. Να είναι ελαφριά.
4. Να έχουν το μικρότερο δυνατό νεκρό χώρο.

**Ειδικές προδιαγραφές**

**A . Ευθεία με λεία εσωτερική επιφάνεια**

Όλες οι παραπάνω προδιαγραφές (1-4) να ισχύουν και επιπλέον :

1. Να έχουν μήκος 15-20 cm.
2. Να έχουν λεία εσωτερική επιφάνεια για αποφυγή συσσώρευσης υγρών.
3. Να μην τσακίζουν.

**B. Ευθεία προεκτεινόμενα**

Όλες οι παραπάνω προδιαγραφές (1-4) να ισχύουν και επιπλέον :

1. Να έχουν τη δυνατότητα ρύθμισης μήκους και κατ επέκταση του νεκρού χώρου.
2. Να είναι εύκαμπτα ώστε να μπορούν να σταθεροποιηθούν σε συγκεκριμένες θέσεις.

**ΕΙΔΟΣ 13. ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΡΙΚΟΕΙΔΗ SPIRAL ΜΕ ΓΩΝΙΩΔΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ**

A. Συνδετικά κρικοειδή λείας εσωτερικής επιφάνειας (smoothbare) με γωνιώδη σύνδεση διπλής περιστροφής (double swivel).

B. Συνδετικά κρικοειδή προεκτεινόμενα με γωνιώδη σύνδεση διπλής περιστροφής.

**Κοινές προδιαγραφές για τα είδη A και B**

1. Να είναι κατασκευασμένα από διαφανές υλικό κατάλληλο για ιατρική χρήση, μιας χρήσης, αποστειρωμένα ( latex free και dehp free ).
2. Να είναι κατάλληλα για τη σύνδεση του τραχειοσωλήνα με το αναπνευστικό κύκλωμα και οι συνδέσεις να έχουν καλή εφαρμογή.
3. Να είναι ελαφριά.
4. Να έχουν το μικρότερο δυνατό νεκρό χώρο.
5. Να διατίθεται με διάφορες παραλλαγές ως προς το γωνιώδες άκρο : Απλό, με πώμα αναρρόφησης, με ελαστικό πώμα αναρρόφησης και βρογχοσκόπησης ή με θύρα Luer για σύνδεση στον καπνογράφο.
6. Το γωνιώδες άκρο σύνδεσης να είναι διπλής περιστροφής (double swivel).

**Ειδικές προδιαγραφές**

**A. Συνδετικά κρικοειδή λείας εσωτερικής επιφάνειας (smoothbare) με γωνιώδη σύνδεση διπλής περιστροφής (double swivel)**

Όλες οι παραπάνω προδιαγραφές (1-4) να ισχύουν και επιπλέον :

1. Να έχουν μήκους 10-20 cm.
2. Να μην τσακίζουν.
3. Να έχουν λεία εσωτερική επιφάνεια για αποφυγή συσσώρευσης υγρών.

**B. Συνδετικά κρικοειδή προεκτεινόμενα με γωνιώδη σύνδεση διπλής περιστροφής**

Όλες οι παραπάνω προδιαγραφές (1-4) να ισχύουν και επιπλέον :

1. Να έχουν τη δυνατότητα ρύθμισης του μήκους και κατ επέκταση του νεκρού χώρου.
2. Να είναι εύκαμπτα και να σταθεροποιούνται σε συγκεκριμένη θέση.

**ΕΙΔΟΣ 14 .ΣΕΤ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ SELDINGER**

Το σετ να αποτελείται από :

1. Μαχαιρίδιο διάνοιξης δέρματος.
2. Βελόνα Tuohy για την κρικοθυροειδική μεμβράνη.
3. Σύριγγα πλαστική για τη βελόνα Tuohy.
4. Συρμάτινο οδηγό με ατραυματικό άκρο.
5. Διαστολέα διεύρυνσης της κρικοθυροειδικής μεμβράνης.
6. Εισαγωγέα εισαγωγής κάνουλας στην τραχεία.
7. Τραχειοσωλήνα ατραυματικό.

**ΕΙΔΟΣ 15 ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΞΕΡΙΣΜΟ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 7FR- 9 FR ,ΜΗΚΟΥΣ 65CM**

1. Να είναι σχεδιασμένος με κεκαμμένο άκρο ώστε να επιτρέπει την τοποθέτηση του σε συμβατικούς ενδοτραχειακούς σωλήνες ενός αυλού με την βοήθεια ινοπτικού βρογχοσκοπίου .
2. Να έχει cuff μεγάλου όγκου, λείας επιφάνειας και επικαλυμμένος με σιλικόνη.
3. Το υλικό κατασκευής του ενδοβρογχικού αποκλειστή να είναι από PVC (Latex free).
4. Ο ενδοβρογχικός αποκλειστής να διαθέτει ενδιάμεση διατοιχωματική ενίσχυση και να προσδίδει στον χρήστη άριστη περιστροφικότητα τύπου 1 : 1.
5. Ο ενδοβρογχικός αποκλειστής να διαθέτει ακτινοσκοπικό και ατραυματικό άκρο.
6. Ο ενδοβρογχικός αποκλειστής να έχει διάμετρο 7 Fr-9 Fr και μήκος μεγαλύτερο από 65cm.
7. Να περιλαμβάνεται στο σετ του αποκλειστή συνδετικό το οποίο να φέρει οπές, για δίοδο του βρογχοσκοπίου και σύνδεση με το αναισθησιολογικό κύκλωμα .
8. Να είναι μίας χρήσης, αποστειρωμένος και σε ατομική συσκευασία.
9. Να διατίθεται σε μεγέθη 7 Fr- 9 Fr.

**ΕΙΔΟΣ 16. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ CUFF ΚΕΚΚΑΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ**

1. Να είναι κατασκευασμένος από μαλακό PVC ( Latex free ).
2. Να έχει ακτινοσκοπική διαγράμμιση μέχρι το κατώτερο άκρο και να είναι ατραυματικός.
3. Να είναι αποστειρωμένος , μιας χρήσης.
4. Να είναι κατάλληλος για ρινική και στοματική χρήση.
5. Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη.
6. Επίσης να εξασφαλίζει την μεγαλύτερη δυνατή μείωση των μικροεισροφύσεων.

**ΕΙΔΟΣ 17. ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ**

1. Σωλήνας καπνογραφίας συμβατός για το υπάρχον μηχάνημα αναισθησίας.
2. Ο σωλήνας να έχει άκρα Luer Lock.
3. Να είναι από PVC υλικό (Latex free).
4. Να είναι αποστειρωμένος και σε ατομική συσκευασία, μίας χρήσης.
5. Να διατίθεται σε μήκος από 150 cm – 200 cm.

**ΕΙΔΟΣ 18. ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ( 2 ) ΚΑΝΟΥΛΕΣ**

1. Να προσφερθεί σωλήνας τραχειοστομίας με cuff, με 2(δύο) εσωτερικές κάνουλες, αντιαλλεργική φακρόλα, και ειδικό οδηγό (κουμπωτό) για την εισαγωγή του με την μέθοδο Seldinger.
2. Να είναι αποστειρωμένος, ακτινοσκιερός με μαλακό ατραυματικό άκρο, μίας χρήσης.
3. Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη και να αναγράφεται σε εμφανή σημείο στον σωλήνα το νούμερο.
4. Να είναι κατασκευασμένος από θερμοευαίσθητο PVC μη τοξικό (Latex free) που να μαλακώνει με την θερμοκρασία του σώματος ώστε να αποκτά το ανατομικό σχήμα του ασθενούς.
5. Να έχει ανατομικό σχήμα ώστε να εισάγεται εύκολα στην τραχεία.
6. Ο αεροθάλαμος να έχει κωνικό σχήμα να είναι χαμηλής πίεσης- μεγάλου όγκου κατασκευασμένος από άριστο υλικό που να είναι αφενός ανθεκτικό και αφετέρου να εξασφαλίζει άριστη εφαρμογή έτσι ώστε όταν εκπτύσσετε με αέρα να εξασφαλίζει στεγανότητα αεραγωγού με την ελάχιστη δυνατή πίεση στο τοίχωμα της τραχείας χωρίς να υπάρχει κίνδυνος κήλης του αεραγωγού ή ισχαιμίας του βλεννογόνου.
7. Ο αεροθάλαμος όταν ξεφουσκώνει να εφαρμόζει στεγανά στον σωλήνα ώστε να διευκολύνει την διαδικασία εισαγωγής ή αφαίρεσης του, να είναι θερμοσυγκολλητικά ενσωματωμένο και όχι επικολλημένο πάνω στον τραχειοσωλήνα.
8. Η πληρότητα του αεροθαλάμου να μπορεί να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο ενδεικτικό οδηγό (pilot).
9. Ο σωληνίσκος που εξασφαλίζει την πλήρωση του αεροθαλάμου με αέρα θα πρέπει να είναι επίσης ενσωματωμένος στον τραχειοσωλήνα.
10. Να φέρει εσωτερικό οδηγό, κατασκευασμένο από μαλακό υλικό ώστε να διευκολύνεται η ατραυματική προώθησή του στην τραχεία ακολουθώντας την τεχνική Seldinger.
11. Να διαθέτει μόνιμο συνδετικό 15 mm.

**ΕΙΔΟΣ 19. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΥΛΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ**

1. Ο ενδοτραχειακός σωλήνας να είναι μίας χρήσης, κατασκευασμένος από PVC.

2. Να φέρει πρόσθετο αυλό, ενσωματωμένο στο τοίχωμα του κυρίως σωλήνα ώστε να επιτρέπεται μέσω αναρρόφησης ο καθαρισμός των εκκρίσεων της υπογλωττιδικής περιοχής.
3. Να διαθέτει κωνικού σχήματος αεροθάλαμο ώστε να επιτυγχάνεται :
  - i. μείωση των μικρο-εισροφίσεων σε σχέση με τους αντίστοιχους αεροθαλάμους Hi-Lo κυλινδρικού σχήματος.
  - ii. περαιτέρω μείωση της πίεσης στο βλεννογόνο της τραχείας για αποφυγή δημιουργίας συνθηκών ισχαιμίας σε σχέση με τους αντίστοιχους αεροθαλάμους Hi-Lo κυλινδρικού σχήματος.
4. Να διαθέτει περιμετρικά του σωλήνα και πάνω από τον αεροθάλαμο δύο σημάδια ένδειξης του βάθους του τελικού άκρου του, ώστε να διευκολύνεται η ασφαλής τοποθέτηση του ενδοτραχειακού σωλήνα στην ορθή θέση για την αποφυγή της ενδοβρογχικής διασωλήνωσης.
5. Να είναι ακτινοσκοπικός σε όλο το μήκος του (TIP-TO-TIP).
6. Να διαθέτει πλάγια οπή (Murphy eye) ως επιπλέον χαρακτηριστικό ασφαλείας.
7. Ο σωλήνας να διαθέτει ειδικά τηγμένο άκρο ώστε να βοηθάει στην εύκολη διασωλήνωση και να παρέχει άνεση και υψηλή ασφάλεια στον ασθενή.
8. Να διατίθεται στα εξής σε διάφορα μεγέθη.

Τα παραπάνω είδη να φέρουν τουλάχιστον σήμανση CE, όπως και σήμανση ISO για τις κατασκευαστικές και προμηθευτικές εταιρίες.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΑΖΑΡΗ

ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ

**B. Χρόνος και Τόπος Κατάθεσης των Προσφορών**

1. Οι υπογεγραμμένες προσφορές θα κατατίθενται ή θα παραλαμβάνονται (αν αποστέλλονται ταχυδρομικά) στην Γραμματεία-Πρωτόκολλο του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» μέχρι την **Πέμπτη, 06 Απριλίου 2022 και ώρα 09:30**, μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο και απαραίτητα θα αναφέρουν την λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ή ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, την επωνυμία του Νοσοκομείου, τον τίτλο της σύμβασης, την καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής), τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (οδός, αριθμός, τηλ. και κλπ) σύμφωνα με το άρθρου 92 του ν. 4412/08.08.2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/16) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 34 του ν.4782/2021),
2. **ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ο ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α4, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.**
3. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτά στοιχεία συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η συνθήκη της Χάγης που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984. Τα ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα (εταιρικά ή μη) με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική.
4. Οι προσφορές θα υποβάλλονται δακτυλογραφημένες με αντίγραφα σε ενιαίο κλειστό φάκελο ο οποίος θα περιλαμβάνει τους κάτωθι **χωριστούς επί μέρους σφραγισμένους φάκελους**:
  - α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» στο οποίο θα τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά
  - β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά » στο οποίο θα τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς .
  - γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά » στο οποίο θα τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς **ως εξής**:
    - γ1. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ (€) συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων.
    - γ2. Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής. Η συνολική τιμή προσφοράς για το κάθε είδος, χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.  
Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται.
    - γ3. Στην προσφορά θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για ένα (1) έτος.
5. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη **«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»**
6. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο.
7. Οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία θα πρέπει να παραλαμβάνονται με απόδειξη. Σε περίπτωση που περιέλθουν στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
8. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο. Η αποσφράγιση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα γίνει στο Γραφείο Διαγωνισμών του Τμ. Προμηθειών του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» στο ισόγειο την **Πέμπτη, 06 Απριλίου 2022 και ώρα 10:00** **Η αξιολόγηση τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα γίνει σε δύο στάδια και θα συνταχθεί πρώτα το πρακτικό τεχνικής και στη συνέχεια το πρακτικό οικονομικής αξιολόγησης** σύμφωνα με το άρθρου 100 του ν. 4412/08.08.2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/16) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του ν.4782/2021).
9. Κατά την διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή εκπρόσωποι τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης
10. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για **διάστημα ενός (1) έτους** από την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση κατά την οποία κατά το οριζόμενο στην παρούσα χρόνο λήξεως της παροχής υπηρεσιών ή προμηθειών, το αντικείμενο της εν λόγω παροχής δεν έχει εξαντληθεί κατά απόλυτο αριθμό (κατά προϋπολογιζόμενα τεμάχια) τότε η σύμβαση θα παρατείνεται αυτοδικαίως και άνευ ετέρου έως χρόνου εξαντλήσεως των αντικειμένων προς προμήθεια ειδών /υπηρεσιών.
11. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
12. Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

13. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο προσφέρων, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. Ως κύρια θεωρείται η πρώτη κατά σειρά προσφορά και ως εναλλακτικές όλες οι υπόλοιπες.
14. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ποσοτήτων των υπηρεσιών όλων ή κάποιων εξ αυτών)

#### Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

**Δικαίωμα Συμμετοχής** στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

**α)** κράτος-μέλος της Ένωσης,

**β)** κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

**γ)** τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

**δ)** σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

**2.** Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

#### Δ. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί 360 ημέρες από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο και χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς.

#### Ε. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι οικονομικοί φορείς με την υποβολή της προσφοράς τους πρέπει να αποστείλουν υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία θα δηλώνουν ότι μέχρι την ημέρα υποβολής αυτής:

- 1) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης
- 2) Είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις
- 3) Δεν τελούν σε αποκλεισμό από σε διαγωνισμό κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- 4) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
- 5) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική τους διαγωγή βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου και ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
- 6) Δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους της παρ. 1 του άρθρου 73 ν. 4412/08.08.2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/16) όπως τροποποιήθηκε ο τίτλος και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του ν.4782/2021
- 7) Έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους –υποχρεώσεις της πρόσκλησης.
- 8) Τηρούν την σχετική Νομοθεσία με την εργασία (εργατική – ασφαλιστική)

Τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις, όπου απαιτείται, δύναται να ζητηθούν από το Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις περί προμηθειών διατάξεις, κατά την υπογραφή της σύμβασης.

## **ΣΤ. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ**

Η αναθέτουσα αρχή ζητά από τον ανάδοχο της σύμβασης να παράσχει «εγγύηση καλής εκτέλεσης», σε ποσοστό επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται για τις προμήθειες και τις υπηρεσίες σε τέσσερα τοις εκατό (4%). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων που ορίζονται στη σύμβαση.

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικείμενου της σύμβασης.

## **Ζ. ΠΛΗΡΩΜΗ**

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την παραλαβή των υπηρεσιών με βάση τα δικαιολογητικά και τα συνοδευτικά στοιχεία (τιμολόγιο, πρωτόκολλο παραλαβής, Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κλπ). Τα σχετικά τιμολόγια θα είναι εξοφλητέα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.

Η αμοιβή του αναδόχου θα επιβαρύνεται από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος όπως κάθε φορά αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

## **Η. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Ότι δεν προβλέπεται στη συγκεκριμένη διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Εσωτερική Διανομή:

### **ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΛΑΖΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ)**

**ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ: ΛΕΒΙΔΙΩΤΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ)**

### **ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ**

**1. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ)**

**2. ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ)**

### **ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ**

**1. ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ)**

**2. ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ ΕΛΠΙΣ (ΥΕ ΒΟΗΘ. ΥΓΕΙΟΝ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)**

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΥΡΟΥΛΑΣ