

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΕΣΗΔΗΣ & ΣΤΗΝ  
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Αρμόδια: Α. ΚΟΥΛΕΡΗ  
Δ/ση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14  
14564 Καλυφτάκη, Κηφισιά  
Τηλ.: 2103501545

**ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 1ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ» CPV: 33141114-2.**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 / Α /4-4-05) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016(ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Την υπ' αριθ. 17/03-12-13 (θέμα 3ο) Συνεδρίαση της ΕΚΑΠΥ σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής»
4. Τις αποφάσεις της Ολομέλειας της ΕΚΑΠΥ που ελήφθησαν κατά την υπ' αριθ. 68/14-12-2015 (θέμα 6ο) και υπ' αριθ. 88/07-09-2016 συνεδριάσής της (θέμα 3ο, 4ο και 5ο) αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων.
5. Την υπ' αριθ. 3512/14-9-2015 εγκύκλιο της ΕΚΑΠΥ «Διευκρινήσεις αναφορικά με την διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων»
6. Την υπ' αριθ. 5657/28-11-2016 εγκύκλιο της ΕΚΑΠΥ «Εγκύκλιος – Για την εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών και των κριτηρίων ανάθεσης με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»
7. Την υπ' αριθ. 4878/12.03.2024 (ΑΔΑ: 6ΚΨΧ469ΗΔΖ-0ΛΩ) Απόφαση του Διοικητή περί ορισμού μελών επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
8. Το υπ' αριθ. 6786/09.04.2024 πρακτικό της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών με το οποίο καταθέτει τις τεχνικές προδιαγραφές.
9. Το γεγονός ότι έχουν αναρτηθεί ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές από την ΕΚΑΠΥ για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ» CPV: 33141114-2 οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη.

**Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε**

**1η Δημόσια διαβούλευση** για σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ» CPV: 33141114-2, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών: α. από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» (<http://www.eprocurement.gov.gr>) και β. από τον ιστότοπο του Νοσοκομείου [www.gonkhos.gr](http://www.gonkhos.gr) (Τμήμα Προμηθειών-Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών).

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της

διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές για επτά (7) επιπλέον ημερολογιακές ημέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους από την επόμενη της ανάρτησης στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών. Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη αρχείων.

Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο e-mail: [diavouefsi@eprocurement.gov.gr](mailto:diavouefsi@eprocurement.gov.gr), μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.). Κάθε αποστολή στο e-mail : [diavouefsi@eprocurement.gov.gr](mailto:diavouefsi@eprocurement.gov.gr) θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του. Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο e-mail : [diavouefsi@eprocurement.gov.gr](mailto:diavouefsi@eprocurement.gov.gr), αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα [www.gonkhosp.gr](http://www.gonkhosp.gr) (Τμήμα Προμηθειών-Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών) με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις αυτές και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.

Η τελική απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών πρέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμως αιτιολογημένη, διάλογο των συντακτών της με τουλάχιστον τα εξής έξι (6) στοιχεία : 1) το υλικό που της παραδίδεται από το Τμήμα Προμηθειών, 2) τις εν γένει διεθνείς παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα, 3) τις παραδοχές της επιστήμης, 4) την εμπειρία, 5) τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις, 6) τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι αποφάσεις της ΕΚΑΠΥ, των οποίων το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής. Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (<http://www.eprocurement.gov.gr>) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” και στην ιστοσελίδα του [www.gonkhosp.gr](http://www.gonkhosp.gr) (Τμήμα Προμηθειών-Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΥΡΟΥΛΑΣ

.....!

,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙΑΓΙΟΙΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

Ταχ. Δ/ση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14  
ΤΚ. 14564 Καλυφτάκη, Κηφισιά

Κηφισιά, 09.04.2024

Προς,  
Γραφείο Προμηθειών

**ΘΕΜΑ:** Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «**ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ**» CPV: 33141114-2.

Η Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών αποτελείται από τους:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  
ΚΟΥΪΜΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  
ΣΠΥΡΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ

η οποία ορίστηκε με την υπ' αριθ. 4878/12.03.2024 (ΑΔΑ: 6ΚΨΧ469ΗΔΖ-0ΛΩ) Απόφαση του Διοικητή  
περί ορισμού μελών επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «**ΙΑΤΡΙΚΗΣ**  
**ΓΑΖΑΣ**» CPV: 33141114-2, σας υποβάλλει τις τεχνικές προδιαγραφές ως ακολούθως.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

## ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ

**1. Γάζα αιμοστατική 5cm x 35cm απορροφητική βακτηριοστατική.**

Να είναι απορροφητική αιμοστατική γάζα από 100% οξειδωμένη κυτταρίνη ιδιοσυμβατή, υποαλλεργική, να απορροφά υγρά από 5 έως 10 φορές το βάρος της γάζας, να παρέχει ταχεία αιμόσταση καθώς και να απορροφάται πλήρως. Θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό CE με αναγραφή class 111. Να έχει πιστοποίηση επίσημη για αντιβακτηριδιακή δράση.

**2. Γάζα απλή σε μέτρα 90cm x 100cm σε πακέτο 100 μέτρων.**

Θα πρέπει η γάζα να είναι 100% βαμβακερή απλής ύφανσης και να έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση. Θα πρέπει να τηρεί τους όρους του EN 14079 2003 να είναι τελείως λευκή, άοσμη και απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα ύφανσης .

Να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες .

Συγκεκριμένα οι γάζες να έχουν πλάτος  $90 \pm 1\%$  εκ και μήκος  $100 \pm 1\%$  μέτρων.

Θα είναι συσκευασμένες σε πακέτα με μορφή αναδίπλωσης ( zig zag) του ενός μέτρου ή σε φύλλα με τη μια διάσταση 90εκ. σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο.

Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά.

**3. Γάζα βαζελινούχος παραφινούχος 10cm x10cm.**

Βαζελινούχος παραφινούχος γάζα από 100% βαμβάκι , εμποτισμένο με αδρανή ανθεκτική στο νερό αλοιφή, αποστειρωμένο με ακτινοβολία, να μην κολλά στην πληγή.

**4. Γάζα βαζελινούχος παραφινούχος 10cm x30cm.**

Βαζελινούχος παραφινούχος γάζα από 100% βαμβάκι , εμποτισμένο με αδρανή ανθεκτική στο νερό αλοιφή, αποστειρωμένο με ακτινοβολία, να μην κολλά στην πληγή.

**5. Γάζα λαπαροτομίας X-RAY 40X40cm (8PLY) (κομπρεσόπανα κοιλίας με κορδόνι)**

Να είναι 100% βαμβακερή απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση και να πληροί τους όρους EN 14079 2003 και ειδικότερα να είναι άοσμη απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχασίματα, μπερδεμένες κλωστές κλπ.)και να μην παρουσιάζει ρυπαρή εμφάνιση από ουσίες.

Να φέρει ακτινοσκοπική κλωστή περιεκτικότητας 45% θεικού βαρίου, ανά 30εκ. υφάσματος.

Να έχει διαστάσεις 40X40, η γάζα να είναι τουλάχιστον 18 κλωστών και 24γρ βάρος. Να φέρει κορδόνι ασφαλείας καλά ραμμένο.

**6. Γάζες τραχειοστομίας.**

Να είναι από μη υφαντό απορροφητικό υλικό με μεγάλη αντοχή. Να είναι αποστειρωμένη και σε ατομική συσκευασία των 22τεμαχίων, να φέρει σχισμή στο μέσο της γάζας έως τη μέση. Οι διαστάσεις 10X 10 και 4PLY.

**7. Επίθεμα γάζας αυτοκόλλητο αποστειρωμένο 10cm X 20cm**

Να είναι πορώδες για να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος, υποαλλεργικό να μην ερεθίζει το δέρμα, να επιτρέπει να διαπερνά ο αέρας και ο υδρατμός, αλλά να μην επιτρέπει να περνούν οι μικροοργανισμοί. Να διατηρεί την υγρασία και την θερμότητα για γρήγορη και καλύτερη επούλωση και θεραπεία του τραύματος. Η αυτοκόλλητη επιφάνεια να μην ξεκολλά στην εφίδρωση και να μην αφήνει κανένα ίχνος μετά την αφαίρεση του, η οποία πρέπει να γίνεται εύκολα και ανώδυνα. Το ειδικό γαζάκι να είναι κατασκευασμένο από 100% απορροφητική βισκόζη με επικάλυψη ενός διάτρητου φιλμ πολυαιθυλενίου το οποίο δεν κολλά στο τραύμα. Να ενδείκνυται για την περιποίηση – θεραπεία μετεγχειρητικών πληγών, πληγών μέτριας αιμορραγίας κοψιμάτων ή σχισμάτων και επιφανειακών τραυμάτων ή μικρών πληγών. Η αποστείρωση να γίνεται με **ακτινοβολία γ'** και να είναι μακροχρόνιας διάρκειας. Η ημερομηνία και η συσκευασία αποστείρωσης να αναγράφεται σε κάθε ένα επίθεμα ξεχωριστά αλλά και στη συσκευασία.

**8. Επίθεμα γάζας αυτοκόλλητο αποστειρωμένο 10cm X 15cm**

Να είναι πορώδες για να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος, υποαλλεργικό να μην ερεθίζει το δέρμα, να επιτρέπει να διαπερνά ο αέρας και ο υδρατμός, αλλά να μην επιτρέπει να περνούν οι μικροοργανισμοί. Να διατηρεί την υγρασία και την θερμότητα για γρήγορη και καλύτερη επούλωση και θεραπεία του τραύματος. Η αυτοκόλλητη επιφάνεια να μην ξεκολλά στην εφίδρωση και να μην αφήνει κανένα ίχνος μετά την αφαίρεση του, η οποία πρέπει να γίνεται εύκολα και ανώδυνα. Το ειδικό γαζάκι να είναι κατασκευασμένο από 100% απορροφητική βισκόζη με επικάλυψη ενός διάτρητου φιλμ πολυαιθυλενίου το οποίο δεν κολλά στο τραύμα. Να ενδείκνυται για την περιποίηση – θεραπεία μετεγχειρητικών πληγών, πληγών μέτριας αιμορραγίας κοψιμάτων ή σχισμάτων και επιφανειακών τραυμάτων ή μικρών πληγών. Η αποστείρωση να γίνεται με **ακτινοβολία γ'** και να είναι μακροχρόνιας διάρκειας. Η ημερομηνία και η συσκευασία αποστείρωσης να αναγράφεται σε κάθε ένα επίθεμα ξεχωριστά αλλά και στη συσκευασία.

**9. Επίθεμα γάζας αποστειρωμένο 10 X 20cm.**

Αποστειρωμένα, επίθεμα γάζας (8PLY) σύμφωνα με την ευρωπαϊκή φαρμακοποιία εξαιρετικής ποιότητας με όλες τις άκρες διπλωμένες μέσα.

**10. Επίθεμα γάζας αυτοκόλλητο αποστειρωμένο 25cm x 10cm**

Να είναι πορώδες για να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος, υποαλλεργικό, να μην ερεθίζει το δέρμα, να επιτρέπει να διαπερνά ο αέρας και ο υδρατμός, αλλά να μην επιτρέπει να περνούν οι μικροοργανισμοί. Να διατηρεί την υγρασία και την θερμότητα για γρήγορη και καλύτερη επούλωση και θεραπεία του τραύματος. Η αυτοκόλλητη επιφάνεια να μην ξεκολλά στην εφίδρωση και να μην αφήνει κανένα ίχνος μετά την αφαίρεση του, η οποία πρέπει να γίνεται εύκολα και ανώδυνα. Το ειδικό γαζάκι να είναι κατασκευασμένο από 100% απορροφητική βισκόζη με επικάλυψη ενός διάτρητου φιλμ πολυαιθυλενίου το οποίο δεν κολλά στο τραύμα. Να ενδείκνυται για την περιποίηση – θεραπεία μετεγχειρητικών πληγών, πληγών μέτριας αιμορραγίας κοψιμάτων ή σχισμάτων και επιφανειακών τραυμάτων ή μικρών πληγών. Η αποστείρωση να γίνεται με **ακτινοβολία γ'** και να είναι μακροχρόνιας διάρκειας. Η ημερομηνία και η συσκευασία αποστείρωσης να αναγράφεται σε κάθε ένα επίθεμα ξεχωριστά αλλά και στη συσκευασία.

**11. Επίθεμα γάζας αυτοκόλλητο αποστειρωμένο 6cm X 7cm**

Να είναι πορώδες για να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος, υποαλλεργικό, να μην ερεθίζει το δέρμα, να επιτρέπει να διαπερνά ο αέρας και ο υδρατμός, αλλά να μην επιτρέπει να περνούν οι μικροοργανισμοί. Να διατηρεί την υγρασία και την θερμότητα για γρήγορη και καλύτερη επούλωση και θεραπεία του τραύματος. Η αυτοκόλλητη επιφάνεια να μην ξεκολλά στην εφίδρωση και να μην αφήνει κανένα ίχνος μετά την αφαίρεση του, η οποία πρέπει να γίνεται εύκολα και ανώδυνα. Το ειδικό γαζάκι να είναι κατασκευασμένο από 100% απορροφητική βισκόζη με επικάλυψη ενός διάτρητου φιλμ πολυαιθυλενίου το οποίο δεν κολλά στο τραύμα. Να ενδείκνυται για την περιποίηση – θεραπεία μετεγχειρητικών πληγών, πληγών μέτριας αιμορραγίας κοψιμάτων ή σχισμάτων και επιφανειακών τραυμάτων ή μικρών πληγών. Η αποστείρωση να γίνεται με **ακτινοβολία γ'** και να είναι μακροχρόνιας διάρκειας. Η ημερομηνία και η συσκευασία αποστείρωσης να αναγράφεται σε κάθε ένα επίθεμα ξεχωριστά αλλά και στη συσκευασία.

**12. Επίθεμα γάζας αυτοκόλλητο αποστειρωμένο 9cm X 10CM**

Να είναι πορώδες για να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος, υποαλλεργικό, να μην ερεθίζει το δέρμα, να επιτρέπει να διαπερνά ο αέρας και ο υδρατμός, αλλά να μην επιτρέπει να περνούν οι μικροοργανισμοί. Να διατηρεί την υγρασία και την θερμότητα για γρήγορη και καλύτερη επούλωση και θεραπεία του τραύματος. Η αυτοκόλλητη επιφάνεια να μην ξεκολλά στην εφίδρωση και να μην αφήνει κανένα ίχνος μετά την αφαίρεση του, η οποία πρέπει να γίνεται εύκολα και ανώδυνα. Το ειδικό γαζάκι να είναι κατασκευασμένο από 100% απορροφητική βισκόζη με επικάλυψη ενός διάτρητου φιλμ πολυαιθυλενίου το οποίο δεν κολλά στο τραύμα. Να ενδείκνυται για την περιποίηση – θεραπεία μετεγχειρητικών πληγών, πληγών μέτριας αιμορραγίας κοψιμάτων ή σχισμάτων και επιφανειακών τραυμάτων ή μικρών πληγών. Η αποστείρωση να γίνεται με **ακτινοβολία γ'** και να είναι μακροχρόνιας διάρκειας. Η ημερομηνία και η συσκευασία αποστείρωσης να αναγράφεται σε κάθε ένα επίθεμα ξεχωριστά αλλά και στη συσκευασία.

**13. Επίθεμα γάζας (12PLY) μη αποστειρωμένο 10 X 20cm.**

Η γάζα πρέπει να είναι 100% βαμβακερή απλής ύφανσης και να έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση. Να τηρεί τους όρους EN 14079 2003, να είναι τελείως λευκή, άοσμη και απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα ύφανσης. Να μην παρουσιάζει ρυπαρή εμφάνιση και να μην υπάρχουν κλωστές που να εξέχουν από τις γάζες.

**14. Επίθεμα γάζας (8PLY) μη αποστειρωμένο 10 X 20cm**

Να είναι υδρόφιλο, άριστης ποιότητας 100% από βαμβάκι υψηλών χειρουργικών προδιαγραφών. Να πληρούνται οι όροι της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής φαρμακοποιίας σύμφωνα με EN14079 2003. Ειδικά να είναι τελείως λευκή άοσμη, χωρίς κόλλες, ελαττώματα στην ύφανση, από χημικές ουσίες και να μην παρουσιάζει ρυπαρή εμφάνιση.

**15. Επίθεμα γάζας (8PLY) μη αποστειρωμένο 10 X 10cm**

Να είναι υδρόφιλο, άριστης ποιότητας 100% από βαμβάκι υψηλών χειρουργικών προδιαγραφών. Να πληρούνται οι όροι της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής φαρμακοποιίας σύμφωνα με EN14079 2003. Ειδικά να είναι τελείως λευκή άοσμη, χωρίς κόλλες, ελαττώματα στην ύφανση, από χημικές ουσίες και να μην παρουσιάζει ρυπαρή εμφάνιση.

**16. Επίθεμα γάζας (8PLY) μη αποστειρωμένο 5 X 5cm**

Να είναι υδρόφιλο, αρίστης ποιότητας 100% από βαμβάκι υψηλών χειρουργικών προδιαγραφών. Να πληρούνται οι όροι της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής φαρμακοποιίας σύμφωνα με EN14079 2003.

Ειδικά να είναι τελειώς λευκή άοσμη, χωρίς κόλλες, ελαττώματα στην ύφανση, από χημικές ουσίες και να μην παρουσιάζει ρυπαρή εμφάνιση.

**17. Επίθεμα γάζας (8PLY) ακτινοσκιερό μη αποστειρωμένο 10 X 10cm**

Να είναι 100% βαμβακερή απλής ύφανσης που να έχει υποστεί πλήρη κάθαρση και λεύκανση. Να πληροί τους όρους EN 14079 2003 και να είναι άοσμη απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα ύφανσης και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από ουσίες. Η γάζα να είναι (8PLY) 10 X 10cm να πληροί τα χαρακτηριστικά για γάζα επί μέτρου. Να φέρει μια ακτινοσκιερή κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θεικού βαρίου.

**18. Επίθεμα γάζας 12PLY ακτινοσκιερό μη αποστειρωμένο 10 X 20cm**

Να είναι 100% βαμβακερή απλής ύφανσης που να έχει υποστεί πλήρη κάθαρση και λεύκανση. Να πληροί τους όρους EN 14079 2003 και να είναι άοσμη απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα ύφανσης και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από ουσίες. Η γάζα να είναι (12PLY) 10 X 20cm να πληροί τα χαρακτηριστικά για γάζα επί μέτρου. Να φέρει μια ακτινοσκιερή κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θεικού βαρίου.

**19. Τολύπια γάζας (κουκουτσάκια) ακτινοσκιερά 8 x 8cm**

Τολύπια ακτινοσκιερά στρογγυλά (κουκουτσάκια) από γάζα κατασκευασμένη σύμφωνα με τους όρους EN 14079 2003. Να φέρει μια ακτινοσκιερή κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θεικού βαρίου υφασμένη σε όλο το μήκος του τολυπίου και ειδικά να είναι απαλλαγμένη από τυχόν κόλλες, ελαττώματα στην ύφανση (μπερδεμένες κλωστές, μηχανέλαιο, λεκέδες κλπ)

**20. Τολύπια γάζας (κουκουτσάκια) ακτινοσκιερά 12 x 12cm**

Τολύπια ακτινοσκιερά στρογγυλά (κουκουτσάκια) από γάζα κατασκευασμένη σύμφωνα με τους όρους EN 14079 2003. Να φέρει μια ακτινοσκιερή κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θεικού βαρίου υφασμένη σε όλο το μήκος του τολυπίου και ειδικά να είναι απαλλαγμένη από τυχόν κόλλες, ελαττώματα στην ύφανση (μπερδεμένες κλωστές, μηχανέλαιο, λεκέδες κλπ)

**21. Γάζα ακτινοσκιερή πακέτο 100 μέτρων.**

Να έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και να είναι 100% βαμβακερή και καθαρή και να πληροί τους όρους EN 14079 2003 και ειδικά να είναι απαλλαγμένη από τυχόν κόλλες, ελαττώματα στην ύφανση (μπερδεμένες κλωστές, μηχανέλαιο, λεκέδες κλπ) Επίσης άοσμη.

Να φέρει μια ακτινοσκιερή κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θεικού βαρίου ανά 30 εκ. ύφασμα.

Επίσης ως προς τον αριθμό των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να πληροί τους όρους EN 14079 2003. Η γάζα επί μέτρου να είναι σιδερωμένη και όχι λοξουφασμένη.



**22. Επίδεσμος γάζας 10cm x 5m**

Από απορροφητική γάζα βάμβακος, να είναι απλής ύφανσης και να έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση. Να τηρεί τους όρους του εναρμονισμένου προτύπου EN 14079 2003.

Κάθε επίδεσμος γάζας θα τυλίγεται κυλινδρικά με ατομικό χάρτινο περιτύλιγμα, κατά τρόπο που να προστατεύεται από εξωγενείς παράγοντες (σκόνη κλπ) και επί της ατομικής συσκευασίας να αναγράφονται τα στοιχεία του κατασκευαστή και οι διαστάσεις του επιδέσμου καθώς και οι ενδείξεις. Κατάλληλη ποσότητα ατομικά συσκευασμένων επιδέσμων θα τοποθετείται σε πλαστική συσκευασία και κατόπιν σε χαρτοκιβώτια που θα επιτρέπουν την ασφαλή και εύκολη μεταφορά. Επί της τελικής συσκευασίας να αναγράφονται, ο αριθμός των περιεχομένων τεμαχίων επιδέσμων.

**23. Επίθεμα γάζας NON WOVEN συσκευασία 100τεμαχίων μη αποστειρωμένο 5 X 5cm.**

Επιθέματα γάζας παραφινούχα, μη αποστειρωμένα πυκνής ύφανσης για κάλυψη τραυμάτων, εγκαυμάτων, διαστάσεις 5x5cm

**24. Επίθεμα γάζας αποστειρωμένο 10cm X 10cm.**

Αποστειρωμένα, επιθέματα γάζας (8PLY) σύμφωνα με την ευρωπαϊκή φαρμακοποιία εξαιρετικής ποιότητας με όλες τις άκρες διπλωμένες μέσα.

**Η επιτροπή**

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΥΪΜΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

π/α Σουλιάνα Μελιά