

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 1^{ΗΣ} ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «**ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ**»

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε

Προτείνουμε να επαναδιατυπωθούν ορισμένες προδιαγραφές διατηρώντας το γενικό τους χαρακτήρα, προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή εκ μέρους των εταιρειών που διαθέτουν ανάλογα προϊόντα, ώστε να διασφαλιστεί με αυτόν τον τρόπο η καλύτερη και πιο συμφέρουσα επιλογή για το Νοσοκομείο σας.

• **Α/Α 16. ΛΑΒΙΔΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ Μ.Χ. ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ (ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΙΑΓΩΝΩΝ >9ΜΜ)**

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

- Να είναι μιας χρήσης.
- Να φέρει κυψελοειδείς αιωρούμενες σιαγώνες (swinging jaws) τύπου οβάλ με ακίδα και χωρίς.
- Να διατίθεται με καθετήρα επικαλυμμένο σε διάμετρο 2,3mm και μήκους 2,300mm για χρήση με κολονοσκόπιο.
- Να διαθέτουν προειδοποιητικούς δείκτες θέσης.
- Να υπάρχει η δυνατότητα προσκόμισης εργοστασιακού προσπέκτους με τα αναγραφόμενα χαρακτηριστικά και δείγματα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

- Λαβίδα βιοψίας μιας χρήσης με σύστημα σύρματος μονής έλξης (mono pull wire) που εξασφαλίζει τη σταθερότητα των σιαγώνων, για την προστασία του καναλιού εργασίας των ενδοσκοπίων.
- Να διατίθεται με ακίδα και χωρίς ακίδα, με κυπελλοειδείς σιαγόνες τύπου οβάλ σε μήκος 230cm.
- Να διαθέτει σιαγώνες μήκους 3mm και βάθους μεγαλύτερου από 0,95mm, για τη λήψη μεγάλου ιστοτεμαχιδίου διαστάσεων τουλάχιστον 7,5 κυβικών χιλιοστών.
- Να διαθέτει ειδικό δειγματολήπτη ιστού, προειδοποιητικούς δείκτες θέσης και χρωματική διαφοροποίηση για την ύπαρξη ακίδας ή όχι.
- Να μην περιέχει latex και PVC για την πρόληψη αλλεργιών.
- Να υπάρχουν δημοσιευμένες κλινικές μελέτες για τη χρήση της και να κατατεθούν.
- Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να πληρούνται πλήρως και να αποδεικνύονται από επίσημα έντυπα του κατασκευαστικού οίκου.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε

Η εταιρεία μας ανταποκρινόμενη στην εν λόγω διαδικασία και συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, επιθυμώντας να παρέχει στους ασθενείς του τις πλέον σύγχρονες ιατρικές υπηρεσίες, πιστεύουμε ότι θα πρέπει στα ζητούμενα είδη να προστεθούν τα παρακάτω ειδικά υλικά:

Λαβίδα θερμής αιμόστασης, σύλληψης αιμορραγούντων αγγείων και ελκών με διαμόρφωση σιαγόνας alligator και άνοιγμα 5mm, με λεία και ομαλά άκρα για αποφυγή τραυματισμών. Να φέρει καθετήρα διαμέτρου 2,3mm μονωμένο με μήκος 1650mm, 1820mm και 2000mm. Να είναι περιστρεφόμενες. Να φέρουν επιπλέον κανάλι έγχυσης-έκπλυσης. Να δύναται να συνδεθεί με την υπάρχουσα διαθερμία του νοσοκομείου χωρίς αντάπτορες.

JTI DYNAMIC EE

Σας αποστέλλουμε κατωτέρω τις προτάσεις μας για την προσθήκη των κάτωθι:

1. ΚΥΑΝΟΑΚΡΙΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΚΙΡΣΩΝ, κατάλληλη για ενδαγγειακή χρήση για την αντιμετώπιση κίρσων οισοφάγου, στομάχου και εμβολισμούς περιφερικών αγγείων.

Αποτελείται από monomeric n-butyl-2-cyanoacrylate το οποίο πολυμερίζεται γρήγορα όταν έρχεται σε επαφή με τα ιστικά υγρά.

Είναι διαθέσιμο σε φιαλίδια 0,5ml σε μπλε χρώμα για να υπάρχει έλεγχος της ποσότητας που εφαρμόζεται και σε διάφανη αποστειρωμένη συσκευασία.

Για την ορθή εφαρμογή του απαιτείται διάλυση σε lipiodol βάσει του σχετικού πρωτοκόλλου.

Διαθέτει μελέτες ασφαλούς εφαρμογής στο πεπτικό σύστημα και στο περιφερικό αγγειακό σύστημα.

Είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και φέρει όλες τις προβλεπόμενες σημάνσεις καταλληλότητας CE”.

Περιγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ με κωδ. 55.1.5.1.

2. ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟΥ PORT ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΟΝΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ

Πλήρως εμφυτεύσιμα συστήματα για επισκληρίδια έγχυση, Spinal / Epidural

Είναι κατάλληλος για χημειοθεραπεία, χορήγηση αντιβίωσης, παρεντερική διατροφή και αιμοληψία.

Διαθέτουν ένα ελαφρύ τύμπανο χαμηλού προφίλ από από πολυσουλφόνη με φίλτρο τιτανίου και ο σχεδιασμός είναι τέτοιος που διευκολύνει την εισαγωγή του στην υποδόρια τσέπη.

Διαθέτει δύο επιπλέον οπές συρραφής στη βάση του τυμπάνου για τη στήριξή του. Το τύμπανο διαθέτει αυτοσφραγιζόμενη μεμβράνη χορήγησης σιλικόνης κατάλληλη για 3000 προσβάσεις με ατραυματική βελόνα.

Στο σετ παρέχονται δύο καθετήρες χορήγησης βιοσυμβατοί και ακτινοσκιεροί.

Ο ένας καθετήρας είναι από πολυαμίδιο πολυθυριδωτός και διαθέτει κλειστό άκρο και ο άλλος είναι από πολυουρεθάνη ανοικτού άκρου με ενσωματωμένο σύρμα καλυμμένο με teflon.

Όλα τα εξαρτήματα παρέχονται σε διπλή συσκευασία τύπου blister, η οποία περιέχει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα τοποθέτησης του συστήματος.

- Δύο καθετήρες 19 ή 20G
- Δύο βιδωτά συνδετικά τυμπάνου καθετήρα
- Ένα κλειδί
- Δύο εξαρτήματα ευθείασης
- Ένα tunneler
- Μια βελόνα με πτερύγια 20GX20mm
- Μια σύριγγα 10ml
- Μία βελόνα επισκληρίδιας εισαγωγής Tuohy 16 ή 18G
- Ένα επίπεδο φίλτρο 0.2μm για εξωτερική σύνδεση
- Ένα νυστέρι 10 και 11
- Μια βελόνα παρακέντησης 20GX70mm
- Σύριγγα απώλειας στήριξης
- Δύο ευθείες βελόνες με πτερύγια 22GX30mm

Περιγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ με κωδ. 29.1.103

3. ΣΕΤ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΣΕ ΚΕΝΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ

ΠΕΠΤΙΚΟΥ, που να περιλαμβάνει:

- Απορροφητικό σπόγγο από πολυουρεθάνη
- Overtube σε δυο διαφορετικά μεγέθη
- Οδηγό τοποθέτησης σπόγγου στην αιμορραγούσα περιοχή
- Gel για ενδοσκόπηση
- Σετ πλύσης
- Συνδετικό σωλήνα luer-lock για συσκευή παροχέτευσης

Π.Τ. 55.5.5 ΤΙΜΗ 833 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 13%

Συνοδός εξοπλισμός για το ανωτέρω σύστημα

- Ρυθμιζόμενη παροχέτευση τραύματος τεσσάρων θέσεων (ενσωματωμένων) 0kPa, 37mmHg, 75mmHg, 113mmHg (ρεζερβουάρ).

- Ρεζερβουάρ που αποτελείται από σκληρό περίβλημα 450-500ml και διαθέτει ενσωματωμένο ρυθμιστή της έντασης της αρνητικής πίεσης σε τέσσερις βαθμίδες 0kpa, 37mmhg, 75mmhg και 113mmhg.

- Να είναι συμβατό με ασφαλή σύνδεση με τον καθετήρα της πλήρους ρυθμιζόμενης παροχέτευσης.

- Να διαθέτει επίσης ειδική βαλβίδα αντεπιστροφής που να επιτρέπει την εκ νέου δημιουργία κενού στο εσωτερικό της φιάλης με ασφάλεια, χωρίς το άνοιγμα αυτής και διατηρώντας το σύστημα κλειστό.

Π.Τ. 40.8.69 ΤΙΜΗ 199,65 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%

4. ΣΕΤ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΣΕ ΚΕΝΟ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

Σετ ενδοαυλικής θεραπείας αναστομωτικής διαφυγής σε κενό ανώτερου πεπτικού, που να περιλαμβάνει:

- Απορροφητικό σπόγγο από πολουρεθάνη
- Overtube
- Οδηγό τοποθέτησης σπόγγου στην αιμορραγούσα περιοχή
- Gel για ενδοσκόπηση
- Σετ πλύσης
- Συνδετικό σωλήνα luer-lock για συσκευή παροχέτευσης

Π.Τ. 55.5.5 ΤΙΜΗ 833 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 13%

5. ΚΑΝΙΣΤΡΟ HASA, ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ HASA 400 ML, "ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ", ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ. ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΣΕΤ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΥΓΩΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

Π.Τ. 40.8.29 ΤΙΜΗ 199,65 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%

Να προσφέρεται απολύτως συμβατή με τα ανωτέρω κάνιστρα αντλία κενού χωρίς χρέωση

ΠΡΩΤΟΝ ΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ:

A/A 16. ΛΑΒΙΔΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ Μ.Χ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ (ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΙΑΓΩΝΩΝ >9MM)

ΛΑΒΙΔΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Να είναι μιας χρήσης
- Να διατίθενται σε τύπους oval, alligator, oval με ακίδα, alligator με ακίδα
- Να διατίθενται και σε τύπους jumbo για κανάλι 3,7mm
- Να διατίθενται με άνοιγμα σιαγόνας 7.8mm και 8,7mm
- Να διατίθενται με μήκος σιαγόνας ,4,9mm και 5,5mm αντίστοιχα.
- Να διατίθενται με διάσταση του εξωτερικού σημείου κοπής της σιαγόνας σε 2,8mm και 3,3mm και αντίστοιχα με εσωτερικό σημείο κοπής της σιαγόνας σε 2,4mm και 3,3mm.

- Να είναι επικαλυμμένες με PTFE την ελάχιστη καταπόνηση του καναλιού βιοψίας του ενδοσκοπίου.
- Να υπάρχει δυνατότητα προσκομίσεις προσπέκτους με τα αναγραφόμενα χαρακτηριστικά .
- Να διατίθενται με χρωματική ένδειξη για την διαφοροποίησή των χαρακτηριστικών τους.
- Να είναι διαθέσιμες και σε τύπο με κινούμενες – αιωρούμενες σιαγόνες (swing Jaw) για καλύτερη προσέγγιση του σημείου βιοψίας.
- Να διατίθενται σε μήκος 1550 mm για γαστροσκόπιο και 2300mm για κολonosκόπιο.