

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 1^{ΗΣ} ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ» CPV: 24931230-0**

1> ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΑΓΚΦΑ-ΓΚΕΒΕΡΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ»

Όσον αφορά τη διαβούλευση με Α.Π. : Εισερχ. 1047 της 21/01/2025, σχετική με τη σύνταξη των προδιαγραφών για τη προμήθεια προϊόντων εμφάνισης ακτινογραφιών, θα θέλαμε να προτείνουμε τη διαμόρφωση των παραγράφων 1, και 2 των ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ, ως εξής :

B. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Τα films γενικής ακτινολογίας να είναι μονής επίστρωσης διαστάσεων 26X36εκ., και να είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν με LASER CAMERAS ξηρής εκτύπωσης, μοντέλο DRYPIX 7000 της εταιρείας FUJI, και διαστάσεων 28X35εκ., και να είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν με LASER CAMERAS ξηρής εκτύπωσης, μοντέλο DRYSTAR 5503 της εταιρείας AGFA, που είναι τοποθετημένες και λειτουργούν στο Νοσοκομείο μας.

2. Τα films γενικής ακτινολογίας να είναι μονής επίστρωσης διαστάσεων 35X43εκ., DI-HL και να είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν με LASER CAMERAS ξηρής εκτύπωσης, μοντέλο DRYPIX 7000 της εταιρείας FUJI, και διαστάσεων 35X43εκ., και να είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν με LASER CAMERAS ξηρής εκτύπωσης, μοντέλο DRYSTAR 5503 της εταιρείας AGFA, που είναι τοποθετημένες και λειτουργούν στο Νοσοκομείο μας.

Η παράγραφος 3 να παραμείνει ως έχει.