

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

Ν. Κηφισιά, 11-02-25

Επιτροπή σύνταξης Τεχνικών προδιαγραφών
'Προϊόντων εμφάνισης ακτινογραφιών'

Προς: Τμ. Προμηθειών

Θέμα: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «**ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ**»: (CPV:24931230-0).

Η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «**ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ** » CPV:24931230-0 Αποτελούμενη από τους:

ΤΥΠΑΛΔΟΥ ΑΚΡΙΒΟΥΛΑ

ΤΣΟΥΣΗ ANNA

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Η οποία ορίστηκε με την υπ'αριθ...Α.Π:273/09/01/2025 Απόφαση Διοικητή του Νοσοκομείου ,αφού μελέτησε τις παρατηρήσεις της εταιρίας: <<**ΑΓΚΦΑ-ΓΚΕΒΕΡΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ**>> στο στάδιο της 1^{ης} Διαβούλευσης, αποφάσισε να μην τις λάβει υπόψη και μένει στις προηγούμενες κατατεθείσες τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες και επισυνάπτονται .

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ FILMS
(CPV: 24931230-0)**

A. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Τα προσφερόμενα Φίλμ θα πρέπει να είναι τα αυθεντικά (original) του κατασκευαστικού οίκου και όχι απομιμήσεις. Η εξασφάλιση της γνησιότητας των φιλμ θα πιστοποιείται με έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου, ή οποία θα συνυποβάλλεται στην προσφορά.
2. Το υπόστρωμα βάσης να είναι πολυεστερικό, ανθεκτικό στις κακώσεις και στη θερμοκρασία.
3. Να αποδίδουν άριστης ποιότητας απεικόνιση, να έχουν χαμηλή ομίχλωση, μεγάλη σαφήνεια, πολύ καλή αντίθεση και μεγάλο εύρος ευαισθησίας.
4. Να καλύπτονται από πιστοποιητικά ποιότητας διεθνώς αναγνωρισμένα (ISO 9001 και ISO 13485). Να φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42ΕΟΚ και να κατατεθεί αντίγραφο CE πιστοποιητικό με την τεχνική προσφορά.
5. Να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι τα προσφερόμενα είδη είναι απολύτως συμβατά με τα εκτυπωτικά συστήματα για τα οποία προορίζονται. Ο προμηθευτής για τη περίοδο χρήσης των φιλμ θα αναλάβει δωρεάν την τεχνική υποστήριξη των εκτυπωτών ξηράς εκτύπωσης και τον ποιοτικό έλεγχο καθώς και τη ρύθμιση των τεχνικών στοιχείων της Εκτύπωσης (αμαύρωση, ευκρίνεια κλπ). Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις.
6. Να έχουν ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 18 μήνες από την παράδοση.
7. Να είναι ανθεκτικά στην αποθήκευση για ικανοποιητικό εύρος θερμοκρασίας και υγρασίας περιβάλλοντος,
8. Η συσκευασία των films θα πρέπει να είναι ανθεκτική, φωτοστεγανή, σε άριστη κατάσταση και άθικτη σφράγιση.
9. Για κάθε τύπο προσφερομένου film πρέπει να συνυποβάλλονται και τα φωτογραφικά και φυσικά χαρακτηριστικά του, όπως καμπύλες που προσδιορίζουν την ποιότητα και απόδοση του film.
10. Βάσει του άρθρου 43 παρ. 9 ν. 4605/2019, οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώνουν στις τεχνικές προσφορές τους τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώσει στην προσφορά του την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν Υπεύθυνη Δήλωσή τους προς την

Αναθέτουσα Αρχή ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά την μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της (να αναφερθεί) έχει αποδεχτεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

11.0 προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει φιλμ ετοιμοπαράδοτα για την άμεση διάθεσή τους εντός 3 ημερών.

B. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Τα films γενικής ακτινολογίας να είναι μονής επίστρωσης διαστάσεων 26X36εκ. και να είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν με LASER CAMERAS ξηρής εκτύπωσης, μοντέλο DRYPIX 7000 της εταιρίας FUJI που είναι τοποθετημένες και λειτουργούν στο Νοσοκομείο μας.

2. Τα films γενικής ακτινολογίας να είναι μονής επίστρωσης διαστάσεων 35X43εκ. DI-HL και να είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν με LASER CAMERAS ξηρής εκτύπωσης, μοντέλο DRYPIX 7000 της εταιρίας FUJI που είναι τοποθετημένες και λειτουργούν στο Νοσοκομείο μας.

3. Τα films μαστογραφίας να είναι μονής επίστρωσης διαστάσεων 20X24εκ. και να είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν με LASER CAMERA ξηρής εκτύπωσης, μοντέλο DRY STAR 5503 της εταιρίας AGFA, που είναι τοποθετημένη και λειτουργεί στο Νοσοκομείο μας.

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΥΠΑΛΔΟΥ ΑΚΡΙΒΟΥΛΑ



ΤΣΟΥΣΗ ANNA



ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

