



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»  
Ταχ. Δ/ση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14  
ΤΚ. 14564 Καλυφτάκη, Κηφισιά

Κηφισιά, 17.07.2023

Προς,  
Γραφείο Προμηθειών

**ΘΕΜΑ:** Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΣΥΡΙΓΓΕΣ» (CPV: 33141310-6)

Η επιτροπή σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΣΥΡΙΓΓΩΝ» (CPV: 33141310-6) αποτελούμενη από τους:

**ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ**

**ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ**

η οποία ορίστηκε με την υπ' αριθ. 784/14.01.2022 Απόφαση του Διοικητή περί ορισμού μελών επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΣΥΡΙΓΓΩΝ» (CPV: 33141310-6), σας υποβάλλει Νέες συμπληρωματικές Τεχνικές προδιαγραφές αναλωσίμων καθώς το Νοσοκομείο εξοπλίσθηκε με νέο αξονικό τομογράφο και αγγειογράφο.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΓΧΥΤΗ ACCUTRON CT-D

1. Σύριγγα 200ml με αντοχή σε πίεση 305psi πολλαπλών χρήσεων 24 ωρών για εγχυτή ACCUTRON CT-D. Να διαθέτει πιστοποιητικό συμβατότητας από τον κατασκευαστή του εγχυτή για χρήση στον εγχυτή της εταιρείας MEDTRON ACCUTRON CT-D.
2. Σύστημα σωληνώσεων Y με αντοχή σε πίεση 305psi πολλαπλών χρήσεων 24 ωρών με 5 ανεπίστροφες βαλβίδες για αντοχή ACCUTRON CT-D. Να διαθέτει πιστοποιητικό συμβατότητας από τον κατασκευαστή του εγχυτή για χρήση στον εγχυτή της εταιρείας MEDTRON ACCUTRON CT-D.
3. Προέκταση ασθενούς 150εκ. με αντοχή σε πίεση 305psi και με 2 ανεπίστροφες βαλβίδες μιας χρήσης για σύνδεση με το παραπάνω σύστημα σωληνώσεων Y πολλαπλών χρήσεων 24 ωρών. Να διαθέτει πιστοποιητικό συμβατότητας από τον κατασκευαστή του εγχυτή για χρήση στον εγχυτή της εταιρείας MEDTRON ACCUTRON CT-D.

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ MEDRAD AVANTA

#### **AVA 500 SPAT L**

Αναλώσιμο σύστημα εγχυτή ενός ασθενή που περιλαμβάνει: εξαρτήματα σύνδεσης Multi Guard, σωλήνα διπλής γραμμής, βαλβίδα απομόνωσης πίεσης (PIV), βαλβίδα εισόδου και εξάρτημα σύνδεσης luer lock, με πιστοποιητικό συμβατότητας από τον κατασκευαστή του εγχυτή για χρήση σε εγχυτή MEDRAD AVANTA.

#### **AVA 500 SYR**

Σύριγγα 150ml πολλαπλών χρήσεων, με πιστοποιητικό συμβατότητας από τον κατασκευαστή του εγχυτή για χρήση σε εγχυτή MEDRAD AVANTA

#### **AVA 500 MPAT**

Αναλώσιμο σύστημα εγχυτή πολλαπλών χρήσεων που περιλαμβάνει: ακίδες με οπή αερισμού, θαλάμους στάγδην έγχυσης, σωλήνες σκιαγραφικού και φυσιολογικού ορού, με πιστοποιητικό συμβατότητας από τον κατασκευαστή του εγχυτή για χρήση σε εγχυτή MEDRAD AVANTA

#### **AVA 500 HC**

Χειροδιακόπτης εγχυτή πολλαπλών χρήσεων με δυνατότητα για καθορισμένη ή μεταβλητή ροή σκιαγραφικού και παροχή ορού, με πιστοποιητικό συμβατότητας από τον κατασκευαστή του εγχυτή για χρήση σε εγχυτή MEDRAD AVANTA

#### **AVA 500 HCS**

Προστατευτικό κάλυμμα μιας χρήσης κατάλληλο για χρήση με τον χειροδιακόπτη AVA 500 HC

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


Ειδικό σετ αποτελούμενο από σύριγγα των 50cc με γραμμή 2,0m, κατάλληλο (συμβατό) για αντλίες HEDY s7

Η επιτροπή:

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ



ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

