



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ν. Κηφισιά, 31/07/24

1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»  
ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64

Προς: Γρ. Προμηθειών

**ΘΕΜΑ :** ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
«ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (CPV 33140000-3) ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ  
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΗΡΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ FLOTAC ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Η Επιτροπή σύνταξης τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ  
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (CPV 33140000-3) ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΑΙΜΑΤΗΡΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ FLOTAC ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»  
αποτελούμενη από τους:

- ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΜΠΟΥΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
- ΠΛΑΚΙΔΑ ΙΩΑΝΝΑ

η οποία ορίστηκε με την υπ' αριθ. 12792/17-07-2024 Απόφαση Διοικητή του  
Νοσοκομείου περί ορισμού μελών επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, σας  
υποβάλλει τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (CPV  
33140000-3) ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΗΡΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ  
ΠΙΕΣΗΣ FLOTAC ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

**ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΗΡΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ  
FLOTTRAC ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

- Ο αισθητήρας να είναι μιας χρήσης με προέκταση υψηλής πίεσης 150 εκατοστών.
- Να μετρά συνεχώς τις παραμέτρους CO, SVR, SV, SVV, με αυτόματη βαθμονόμηση.
- Να συνδέεται με τον υπάρχοντα μη ειδικό αρτηριακό καθετήρα του ασθενούς.
- Να είναι συμβατός με όλα τα παρακλίνια monitors του νοσοκομείου μας για τη συνεχή απεικόνιση της αρτηριακής πίεσης.
- Να διαθέτει έμβολο για την ασφαλή λήψη αίματος χωρίς να απαιτείται λήψη δείγματος προς απόρριψη. Να διαθέτει δύο σημεία αιμοληψίας (το ένα με βαλβίδα σιλικόνης).
- Να μπορεί να συνδεθεί με monitor που να μπορεί να μετρήσει τις ίδιες παραμέτρους με αναίμακτη μέθοδο ή να παρέχει την δυνατότητα πρόβλεψης υπότασης ή να μπορεί να μετρήσει ογκομετρικούς παραμέτρους μέσω καθετήρων Swan Ganz για την εναλλαγή των τεχνολογιών ανάλογα με την κατάσταση του ασθενούς.
- Να διατίθενται τέσσερις τουλάχιστον κλινικές μελέτες σε ανθρώπους που να πιστοποιούν την αξιοπιστία των μετρήσεων.

**Προτεινόμενη τιμή :**

**Μον. Μέτρησης /Τιμή :** Τεμάχιο 170 € , Εκατόν Εβδομήντα Ευρώ +ΦΠΑ 24%

Η Επιτροπή

ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ



ΜΠΟΥΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ



ΠΛΑΚΙΔΑ ΙΩΑΝΝΑ

