



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η Υ ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΠ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡ. Α. ΚΟΥΛΕΡΗ
Δ/ση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14
Τ.Κ. 14564 Καλυφτάκη, Κηφισιά
ΤΗΛ.: 210 35.01.545

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συλλογή γραπτών προσφορών με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 του ν.4782/2021) για την προμήθεια «ΣΥΡΙΓΓΩΝ» CPV: 33141310-6, προϋπολογισθείσας δαπάνης **17.663,59€ συμ/νου ΦΠΑ**, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, για διάστημα ενός (1) έτους.

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα

1. Την Υ.Α. Υ4α/20074/15-02-2013 (ΦΕΚ Β' 557/11.03.2013) «Οργανισμός του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
2. Του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α' 81/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
3. Των άρθρων 75-83 του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ Α' 184/23.09.2020) «Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα Διαύγεια»
4. Του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167/23.07.2013) σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος και ειδικότερα του άρθρου 64
5. Την παρ. Ζ του άρθρου Πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107/09.05.2013) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16-02-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»
6. Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
7. Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε/ αντικαταστάθηκε/ συμπληρώθηκε με τον ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36/09.05.2021)«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
8. Του ν. 4915/2022 (ΦΕΚ Α 63/24.3.2022) όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4958/2022 (ΦΕΚ Α 142/21.7.2022) και ειδικότερα της παρ.1 του άρθρου 27, στο οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας για την προμήθεια υγειονομικού υλικού, αναλώσιμου υλικού και αγαθών ή υπηρεσιών, καθώς και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εκδίδεται «...γ) για ποσό μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, πλέον του Φ.Π.Α., από τον Διοικητή εκάστου φορέα που υπάγεται στη Δ.Υ.ΠΕ.».
9. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α' 145/05.08.2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

10. Την Υ.Α. Γ4β/Γ.Π.οικ.91557 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1114/31.12.2019) περί διορισμού Διοικητή στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι», αρμοδιότητας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, του οποίου η θητεία παρατάθηκε με την Υ.Α. Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.6570 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 88/3.2.2022).

Β. Τις αριθ. 18η/Θ.7ο/18.05.2022 (ΑΔΑ: ΩΤΥ6469ΗΔΖ-72Ω) και 23^η/Θ.3^ο/24.08.2023 (ΑΔΑ: 6Ω22469ΗΔΖ-530) Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου με τις οποίες εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΣΥΡΙΓΓΩΝ» (CPV 33141310-6), όπως διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης.

Γ. Την αριθ. 33/ΤΑ/2024 Διακήρυξη του Τακτικού Ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΣΥΡΙΓΓΩΝ» CPV: 33141310-6, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, δαπάνης **119.177,63€ συμ/νου ΦΠΑ**, με ημερομηνία διενέργειας την 27^η Νοεμβρίου 2024, στον οποίο δεν υπήρξε κατακύρωση για τα είδη με **α/α: 1, 6, 7, 10, 15, 16, 17, 18, 19**

Δ. Την αριθ. 4580/13.03.2025 (ΑΔΑ: 9ΤΕ7469ΗΔΖ-ΜΥΑ) Απόφαση Διοικητή με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση διενέργειας Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια των ειδών που δεν κατακυρώθηκαν, διότι είτε δεν προσφέρθηκαν, είτε προσφέρθηκαν με τιμή υψηλότερη της προκηρυχθείσας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης **17.663,59€ συμ/νου ΦΠΑ** (14.244,83€ άνευ ΦΠΑ), για διάστημα ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές (σχετ. Β & Γ).

Ε. Το γεγονός ότι η προμήθεια «ΣΥΡΙΓΓΩΝ» CPV: 33141310-6, είναι απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου.

ΣΤ. Η δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα απόφαση θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 1311 του προϋπολογισμού. βάσει της αριθ. 4662/14.03.2025 (ΑΔΑ: ΨΡ14469ΗΔΖ-ΤΡΦ) Απόφασης Ανάλυσης Υποχρέωσης.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια «ΣΥΡΙΓΓΩΝ» CPV: 33141310-6, προϋπολογισθείσας δαπάνης **17.663,59€ συμ/νου ΦΠΑ** (14.244,83€ άνευ ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής και σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές (σχετ. Β')

Το κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο <http://et.diavgeia.gov.gr/> (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.gonkhosp.gr στην διαδρομή: <http://www.gonkhosp.gr>

ΠΙΝΑΚΑΣ

A/A	ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΣΥΡΙΓΓΕΣ Μ.Χ. 2,5 ml (ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ)	0,0221 €	ΤΕΜΑΧΙΟ	52000	1.149,20 €	24%	1.425,01 €
2	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΤΡΟΦΗΣ 60 ml ΜΕ ΜΙΚΡΟ BECK Μ.Χ. (LAST BUY 0,1152)	0,1093 €	ΤΕΜΑΧΙΟ	17100	1.869,03 €	24%	2.317,60 €
3	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΤΡΟΦΗΣ 50-60 ml ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ BECK WITH CATHETER TIP	0,1134 €	ΤΕΜΑΧΙΟ	34000	3.855,60 €	24%	4.780,94 €

4	ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΤ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΥΡΙΓΓΑ ΤΩΝ 50cc ΜΕ ΓΡΑΜΜΗ 2,0m ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ (ΣΥΜΒΑΤΟ) ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ HEDY S7	2,6500 €	TEMAXIO	1500	3.975,00 €	24%	4.929,00 €
5	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΒΑΝΤΑ	36,77 €	TEMAXIO	25	919,25 €	24%	1.139,87 €
6	ΧΕΙΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΒΑΝΤΑ	17,09 €	TEMAXIO	25	427,25 €	24%	529,79 €
7	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΒΑΝΤΑ	5,06 €	TEMAXIO	50	253,00 €	24%	313,72 €
8	ΣΥΡΙΓΓΑ 150ML ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΒΑΝΤΑ	8,80 €	TEMAXIO	25	220,00 €	24%	272,80 €
9	ΣΕΤ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μ.Χ. ΑΒΑΝΤΑ	31,53 €	TEMAXIO	50	1.576,50 €	24%	1.954,86 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΥΡΙΓΓΩΝ»

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και οι Μέθοδοι Ελέγχου των πλαστικών συριγγών μιας χρήσης καθορίζονται με την Υπουργική Απόφαση Α6 6404 δις (ΦΕΚ 681/τ.Β./8-8-91) ως ακολούθως:

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΩΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ»

- Οι συγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν τις πλαστικές σύριγγες μιας χρήσης «Τύπου Β» (δηλαδή είναι εφοδιασμένες με ελαστικό παρέμβυσμα) και απαιτείται να είναι καθ' όλα σύμφωνες με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση καθώς και με τις παρακάτω διευκρινιστικές –συμπληρωματικές απαιτήσεις:

1. Τα υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή των συριγγών είναι :

- Για τον κύλινδρο το πολυπροπυλένιο, για το έμβολο πολυαιθυλένιο και για το ελαστικό παρέμβυσμα φυσικό σιλικωμένο καουτσούκ. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των τμημάτων της σύριγγας και των βελόνων που έρχονται σε επαφή με το ενέσιμο υγρό θα είναι αρχική πρώτη ύλη και όχι ανακυκλωμένα.

Τα υλικά δεν πρέπει να έχουν οσμή εκτός εκείνης που του προσδίδει το υλικό κατασκευής του. Τόσο το πλαστικό όσο και το σιλικωμένο ελαστικό να μην ελευθερώνουν υλικά που επηρεάζουν, βλάπτουν τη θεραπευτική ισχύ του ενιεμένου υγρού, δεν πρέπει να είναι τοξικά, πυρετογόνα ή να είναι πηγές μικροοργανισμών που να προκαλούν μόλυνση ή να προκαλούν οποιαδήποτε άλλη ανεπιθύμητη επίδραση.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο πόσο καλή στεγανότητα παρέχει το ελαστικό παρέμβυσμα και στην καλή εφαρμογή της κεφαλής της βελόνας στον στυλίσκο της σύριγγας. Το κάλυμμα της βελόνας να αφαιρείται άνετα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερος χειρισμός.

- Να υπάρχει στοπ πριν το τέλος του κυλίνδρου ώστε το έμβολο να μη μπορεί να βγει εντελώς από αυτόν.

2. Η μέθοδος αποστείρωσης να είναι κατοχυρωμένη και αποδεκτή διεθνώς.

- Με την προσφορά να κατατίθενται εκθέσεις ελέγχου παραδοχής των προσφερόμενων προϊόντων..

3. **Όλες οι πληροφορίες που συνοδεύουν το προσφερόμενο προϊόν να παρέχονται απαραίτητα στην Ελληνική γλώσσα.**
4. **Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται:**
 - Η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος.
 - Στοιχεία κατασκευαστή – χώρα και εργοστάσιο κατασκευής
 - Υλικό κατασκευής
 - Μέγεθος
 - Η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ» και ο τρόπος αποστείρωσης
 - Αριθμός παρτίδας
 - Σήμανση CE
 - Το υλικό συσκευασίας απαιτείται να είναι ιατρικό χαρτί και πλαστικό φιλμ και θα επιλέγεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της απόφασης.
 - Η συσκευασία να φέρει την ένδειξη «**Να μη χρησιμοποιείται με «παραλδεΐδη»** εκτός αν τα προσφερόμενα είδη είναι συμβατά με την παραλδεΐδη, οπότε αυτό πρέπει να αναφέρεται στην προσφορά.
5. **Το εργοστάσιο παραγωγής να είναι πιστοποιημένο κατά ISO9001, όπως αυτό ισχύει (ISO 9001-2003).**

Να κατατεθούν αποδεικτικά έγγραφα με την προσφορά.
6. **Το προϊόν πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την ΔΥ7/2480/1994 κοινή Υπουργική Απόφαση σε εναρμόνιση με την Οδηγία 93/42/Ε.Ε./14-06-1993.**

Οι συμμετέχοντες να καταθέτουν με την προσφορά τους επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού για τη σήμανση CE που έλαβαν από τον αντίστοιχο κοινοποιημένο Οργανισμό.
7. **Το προϊόν να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την παραλαβή, η ημερομηνία παραγωγής τους να μην είναι προγενέστερη των έξι (6) μηνών από αυτήν της παραλαβής.**
8. **Οι συμμετέχοντες να :**
 - Υποβάλλουν δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/Ε.Ε./14-06-1993.
 - Δηλώσουν τον Κοινοποιημένο Οργανισμό για τον έλεγχο ποιότητας CE, καθώς και τον αριθμό αναγνώρισης που έχει χορηγηθεί στον Κοινοποιημένο Οργανισμό από την επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9. **Να κατατεθεί με την προσφορά ικανός αριθμός δειγμάτων σε όλα τα μεγέθη που προσφέρονται, για έλεγχο από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού.**
10. **Σε περίπτωση που κριθούν μειοδότες, για κάθε παρτίδα πλαστικών συριγγών μιας χρήσης που θα παραδίδουν να προσκομίζουν στην επιτροπή παραλαβής έκθεση εργαστηριακού ελέγχου (έλεγχος στειρότητας, λοιποί φωτοχημικοί έλεγχοι, με τα έξοδα του ελέγχου να βαρύνουν τον προμηθευτή), στην οποία θα περιλαμβάνονται τα εξής:**

Ο αριθμός παρτίδας.

Το όνομα και η διεύθυνση του κατασκευαστή και του εργαστηριακού ελέγχου.

Η ημερομηνία ελέγχου.

Το αποτέλεσμα του ελέγχου.

11. Οι προμηθευτές θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ1348/04 όπως αυτή τροποποιήθηκε (Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων) και τη σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (Οδηγία 98/79/CE).

12. Η σύριγγα να είναι με ενσωματωμένη βελόνη, η ποιότητα της οποίας να εξασφαλίζει άνετη και atraumaticή φλεβοκέντηση.

Έλεγχοι κατά την παραλαβή

A. Ο Μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής η οποία ελέγχει εάν οι πλαστικές σύριγγες που παραδίδονται, ανήκουν στο συγκεκριμένο εργοστάσιο κατασκευής, που αξιολογήθηκε από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, ώστε να μην προσκομίζεται οποιοδήποτε άλλο είδος συριγγών, που δεν αξιολογήθηκε.

B. Έλεγχος στεριότητας και λοιποί φυσικοχημικοί έλεγχοι σε εργαστήριο του ΕΟΦ (τα έξοδα ελέγχων και τα δείγματα βαρύνουν τον Προμηθευτή).

ΕΙΔΗ:

1. Σύριγγες εγχυτού για αυτόματο εγχυτή STELLANT.
2. Σύριγγες ινσουλίνης 1ml με αποσπώμενη βελόνα (27G, 30G).
3. Σύριγγες των 2,5ml με αποσπώμενη βελόνα (21G).
4. Σύριγγες των 5ml με αποσπώμενη βελόνα (21G).
5. Σύριγγες των 10ml με αποσπώμενη βελόνα (21G).
6. Σύριγγες των 20ml με αποσπώμενη βελόνα (21G).
7. Σύριγγες των 50-60ml με μικρό ΜΠΕΚ (χωρίς κώνο-ρύγχος).
8. Σύριγγες των 50-60ml με μεγάλο ΜΠΕΚ (με κώνο).
9. Σύριγγες των 50-60ml Luer-lock άκρο (βιδωτό άκρο).
10. Σύριγγες αερίων αίματος.

A.

Σύριγγες εγχυτού:

- Μιας χρήσης
- Πολλαπλών χρήσεων

- Να είναι κατασκευασμένες από διάφανο υλικό, κατάλληλες για χρήση με εγχυτή Stellant.
- Να έχουν χωρητικότητα 200 ml.
- Να έχουν αντοχή σε πίεση τουλάχιστον μέχρι 350 psi.
Για λόγους ασφαλείας να αναγράφεται η μέγιστη πίεση σε κλίμακα psi ή άλλη αντίστοιχη μονάδα μέτρησης πίεσης στην οποία αντέχει η σύριγγα κατά την έγχυση του σκιαγραφικού μέσου (στην ετικέτα ή σε επίσημες οδηγίες χρήσης).
- Στην συσκευασία της σύριγγας μιας χρήσης να εμπεριέχεται και το σωληνάκι πλήρωσης της σύριγγας, όπως και η γραμμή σύνδεσης με τον ασθενή (κατά προτίμηση σπειροειδής) σε αποστειρωμένες συσκευασίες και με πιστοποίηση CE.

- Γραμμή σύνδεσης ασθενή μιας χρήσης μήκους μέχρι 250cm με αντοχή σε πίεση τουλάχιστον 350 psi για χρήση σε εγχυτή Stellant (για σετ πολλαπλών χρήσεων).
- Για λόγους ασφαλείας και ορθής χρήσης του εγχυτή έτσι ώστε να αποφεύγονται τυχόν βλάβες του εξοπλισμού να προσκομιστεί δήλωση του κατασκευαστικού οίκου των συριγγών αναφορικά με την απόλυτη συμβατότητα της προσφερόμενης σύριγγας με τον αναφερόμενο εγχυτή.

B.

- **Σύριγγες ινσουλίνης 1ml με αποσπώμενη βελόνα**
- **Σύριγγες των 2,5ml με αποσπώμενη βελόνα**
- **Σύριγγες των 5ml με αποσπώμενη βελόνα**
- **Σύριγγες των 10ml με αποσπώμενη βελόνα**
- **Σύριγγες των 20ml με αποσπώμενη βελόνα**

- Σύριγγες πλαστικές αποστειρωμένες με συνοδευόμενη βελόνα αποστειρωμένη καλά τροχισμένη ατομικά συσκευασμένες μιας χρήσης.
- Να είναι εφοδιασμένες με ελαστικό παρέμβυσμα για την επίτευξη στεγανότητας κατά την κίνηση του εμβόλου εντός του κυλίνδρου.
- Το κάλυμμα της βελόνης να αφαιρείται εύκολα με ένα απλό τράβηγμα με ασφάλεια και να μην απαιτείται ειδικός ή λεπτός χειρισμός για την αφαίρεσή του.
- Πριν το τέλος του κυλίνδρου να υπάρχει stop που να εμποδίζει την έξοδο του εμβόλου από τον κύλινδρο.
- Να είναι καθ' όλα σύμφωνες με την υπουργική απόφαση α6/6404 δις (ΦΕΚ 681/τ.Β./8-8-91).
- Να τηρούν απόλυτα όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις (και τα αντίστοιχα ΦΕΚ).
 - α. Υ.Α. Α6/6404 δις (ΦΕΚ τ.Β' 681/91)
 - β. Υ.Α. Α6/4198 (ΦΕΚ τ.Β' 384/86)
 - γ. Υ.Α. Α6/6404 (ΦΕΚ τ.Β' 680/91)

Γ.

- **Σύριγγες των 50-60ml με μικρό ΜΠΕΚ (χωρίς κώνο-ρύγχος).**
- **Σύριγγες των 50-60ml με μεγάλο ΜΠΕΚ (με κώνο-ρύγχος).**
- **Σύριγγες των 50-60ml Luer- Lock άκρο (βιδωτό άκρο).**
- Μιας χρήσης ατομικά συσκευασμένες.
- Ο κύλινδρος της σύριγγας να είναι ικανοποιητικά διαφανής, ώστε να επιτρέπει τον εντοπισμό μικρών φυσαλίδων αέρα.
- Να έχουν σα μονάδα χωρητικότητας το ml (cc). Η διαγράμμιση και αρίθμηση του κυλίνδρου να είναι ανθεκτική και ευκρινής.
- Το ανοιχτό άκρο του κυλίνδρου να είναι εφοδιασμένο με πτερύγια τα οποία έχουν σκοπό λόγω του μεγέθους τους να εξασφαλίζουν σταθερό κράτημα και ομαλή κίνηση του εμβόλου.

Δ.

Σύριγγες αερίων αίματος με βελόνη και χωρίς βελόνη (αποστειρωμένη ατομική συσκευασία) κατάλληλες για μέτρηση αερίων αίματος, Ηλεκτρολυτών και Μεταβολιτών στο αρτηριακό αίμα.

Δ.1. Σύριγγες αερίων αίματος ΜΕ βελόνη (δειγματολήπτες αερίων αίματος), σε αποστειρωμένη συσκευασία, κατάλληλες για μέτρηση αερίων αίματος, ηλεκτρολυτών και μεταβολιτών στο αρτηριακό αίμα.

- Να έχουν χωρητικότητα 3ml.

- Να είναι ηπαρινισμένες με ξηρή ηπαρίνη λιθίου (περίπου 25IU-50IU/ml), εξισορροπημένη με ασβέστιο, χωρίς αντίκτυπο στους ηλεκτρολύτες, ψεκασμένη στα εσωτερικά τοιχώματα της σύριγγας.
- Να είναι απαλλαγμένες από λάδι σιλικόνης για αποφυγή προβλημάτων στο σύστημα υγρών των αναλυτών.
- Να διαθέτουν σύστημα απομάκρυνσης φυσαλίδων αερίων, για την ακριβέστερη ανάλυση όλων των παραμέτρων των αερίων αίματος, για τον κατάλληλο εξαερισμό της σύριγγας στη φάση πληρώσεως.
- Να διαθέτουν βελόνα με λεπτό τοίχωμα. Να αναγράφονται οι διαστάσεις της βελόνας για την ελαχιστοποίηση του πόνου, αλλά και για τη διευκόλυνση της ροής του αίματος (22G, 23G και 25G).
- Η βελόνη να διαθέτει ενσωματωμένο προστατευτικό κάλυμμα, μη αποσπώμενο από αυτή, το οποίο μετά τη χρήση να ασφαλίζει μη αναστρέψιμα, για πρόληψη ατυχημάτων (τρυπήματος).
- Να διατίθεται στη συσκευασία βιδωτό άκρο και ειδικό προστατευτικό πώμα για την αποφυγή αλλοίωσης του οξυγόνου του αίματος [βιδωτό πώμα που να εφαρμόζει γύρω από τον στυλίσκο (μπεκ)].
- Η συσκευασία να είναι αποστειρωμένη και το υλικό συσκευασίας να είναι από ιατρικό χαρτί και πλαστικό φιλμ ή μόνο από πλαστικό φιλμ, ώστε να διασφαλίζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Α6 6404 (ΦΕΚ681/τ. Β/08-08-91) και στην υπ' αριθμ. ΔΥ7/οικ 2480/19-08-1994 ΚΥΑ.
- Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται σε εμφανές σημείο ότι είναι αποστειρωμένη, η ημερομηνία λήξης ή και η ημερομηνία παραγωγής, ο αριθμός παρτίδας, στοιχεία του κατασκευαστή, το μέγεθος και η σήμανση CE.
- Να είναι συμβατές με όλους τους αναλυτές αερίων αίματος ανεξαρτήτως μοντέλου.
- Οι πληροφορίες, που συνοδεύουν το προϊόν, να παρέχονται απαραίτητα στην Ελληνική γλώσσα

Δ.2. Σύριγγες αερίων αίματος ΧΩΡΙΣ βελόνη, σε αποστειρωμένη συσκευασία, κατάλληλες για μέτρηση αερίων αίματος, ηλεκτρολυτών και μεταβολιτών στο αρτηριακό αίμα

- Να έχουν χωρητικότητα 3ml.
- Να είναι ηπαρινισμένες με ξηρή ηπαρίνη λιθίου (περίπου 25IU-50IU/ml), εξισορροπημένη με ασβέστιο, χωρίς αντίκτυπο στους ηλεκτρολύτες, ψεκασμένη στα εσωτερικά τοιχώματα της σύριγγας.
- Να είναι απαλλαγμένες από λάδι σιλικόνης για αποφυγή προβλημάτων στο σύστημα υγρών των αναλυτών.
- Να διαθέτουν σύστημα απομάκρυνσης φυσαλίδων αερίων, για την ακριβέστερη ανάλυση όλων των παραμέτρων των αερίων αίματος, για τον κατάλληλο εξαερισμό της σύριγγας στη φάση πληρώσεως.
- Να διατίθεται στη συσκευασία βιδωτό άκρο και ειδικό προστατευτικό πώμα για την αποφυγή αλλοίωσης του οξυγόνου του αίματος [βιδωτό πώμα που να εφαρμόζει γύρω από τον στυλίσκο (μπεκ)].
- Η συσκευασία να είναι αποστειρωμένη και το υλικό συσκευασίας να είναι από ιατρικό χαρτί και πλαστικό φιλμ ή μόνο από πλαστικό φιλμ, ώστε να διασφαλίζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Α6 6404 (ΦΕΚ681/τ. Β/08-08-91) και στην υπ' αριθμ. ΔΥ7/οικ 2480/19-08-1994 ΚΥΑ.
- Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται σε εμφανές σημείο ότι είναι αποστειρωμένη, η ημερομηνία λήξης ή και η ημερομηνία παραγωγής, ο αριθμός παρτίδας, στοιχεία του κατασκευαστή, το μέγεθος και η σήμανση CE.
- Να είναι συμβατές με όλους τους αναλυτές αερίων αίματος ανεξαρτήτως μοντέλου.
- Οι πληροφορίες, που συνοδεύουν το προϊόν, να παρέχονται απαραίτητα στην Ελληνική γλώσσα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΓΧΥΤΗ ACCUTRON CT-D

1. Σύριγγα 200ml με αντοχή σε πίεση 305psi πολλαπλών χρήσεων 24 ωρών για εγχυτή ACCUTRON CT-D. Να διαθέτει πιστοποιητικό συμβατότητας από τον κατασκευαστή του εγχυτή για χρήση στον εγχυτή της εταιρείας MEDTRON ACCUTRON CT-D.
2. Σύστημα σωληνώσεων Y με αντοχή σε πίεση 305psi πολλαπλών χρήσεων 24 ωρών με 5 ανεπίστροφες βαλβίδες για αντοχή ACCUTRON CT-D. Να διαθέτει πιστοποιητικό συμβατότητας από τον κατασκευαστή του εγχυτή για χρήση στον εγχυτή της εταιρείας MEDTRON ACCUTRON CT-D.
3. Προέκταση ασθενούς 150εκ. με αντοχή σε πίεση 305psi και με 2 ανεπίστροφες βαλβίδες μιας χρήσης για σύνδεση με το παραπάνω σύστημα σωληνώσεων Y πολλαπλών χρήσεων 24 ωρών. Να διαθέτει πιστοποιητικό συμβατότητας από τον κατασκευαστή του εγχυτή για χρήση στον εγχυτή της εταιρείας MEDTRON ACCUTRON CT-D.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ MEDRAD AVANTA**AVA 500 SPAT L**

Αναλώσιμο σύστημα εγχυτή ενός ασθενή που περιλαμβάνει: εξαρτήματα σύνδεσης Multi Guard, σωλήνα διπλής γραμμής, βαλβίδα απομόνωσης πίεσης (PIV), βαλβίδα εισόδου και εξάρτημα σύνδεσης luer lock, με πιστοποιητικό συμβατότητας από τον κατασκευαστή του εγχυτή για χρήση σε εγχυτή MEDRAD AVANTA.

AVA 500 SYR

Σύριγγα 150ml πολλαπλών χρήσεων, με πιστοποιητικό συμβατότητας από τον κατασκευαστή του εγχυτή για χρήση σε εγχυτή MEDRAD AVANTA

AVA 500 MPAT

Αναλώσιμο σύστημα εγχυτή πολλαπλών χρήσεων που περιλαμβάνει: ακίδες με οπή αερισμού, θαλάμους στάγδην έγχυσης, σωλήνες σκιαγραφικού και φυσιολογικού ορού, με πιστοποιητικό συμβατότητας από τον κατασκευαστή του εγχυτή για χρήση σε εγχυτή MEDRAD AVANTA

AVA 500 HC

Χειροδιακόπτης εγχυτή πολλαπλών χρήσεων με δυνατότητα για καθορισμένη ή μεταβλητή ροή σκιαγραφικού και παροχή ορού, με πιστοποιητικό συμβατότητας από τον κατασκευαστή του εγχυτή για χρήση σε εγχυτή MEDRAD AVANTA

AVA 500 HCS

Προστατευτικό κάλυμμα μιας χρήσης κατάλληλο για χρήση με τον χειροδιακόπτη AVA 500 HC

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Ειδικό σετ αποτελούμενο από σύριγγα των 50cc με γραμμή 2,0m, κατάλληλο (συμβατό) για αντλίες HEDY s7

B. Χρόνος και Τόπος Κατάθεσης των Προσφορών

1. Οι υπογεγραμμένες προσφορές θα κατατίθενται ή θα παραλαμβάνονται (αν αποστέλλονται ταχυδρομικά) στην Γραμματεία-Πρωτόκολλο του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» μέχρι την **Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025 και ώρα 10:00πμ**, μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο και απαραίτητα θα αναφέρουν την λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ή ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, την επωνυμία του Νοσοκομείου, τον τίτλο της σύμβασης, την καταληκτική ημερομηνία(ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής), τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (οδός, αριθμός, τηλ. και κλπ) σύμφωνα με το άρθρου 92 του ν. 4412/08.08.2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'16) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 34 του ν.4782/2021),

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ο ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΧΩΡΙΣΤΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α4, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

2. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτά στοιχεία συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια

έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η συνθήκη της Χάγης που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984. Τα ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα (εταιρικά ή μη) με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική.

3. Οι προσφορές θα υποβάλλονται δακτυλογραφημένες με αντίγραφα σε ενιαίο κλειστό φάκελο ο οποίος θα περιλαμβάνει τους κάτωθι **χωριστούς επί μέρους σφραγισμένους φάκελους**:
 - α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» στο οποίο θα τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά
 - β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά » στο οποίο θα τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς .
 - γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά » στο οποίο θα τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς **ως εξής**:
 - γ1. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ (€) συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων.
 - γ2. Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής. Η συνολική τιμή προσφοράς για το κάθε είδος, χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται.
 - γ3. Στην προσφορά θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για ένα (1) έτος.
4. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη **«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»**
5. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο.
6. Οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία θα πρέπει να παραλαμβάνονται με απόδειξη. Σε περίπτωση που περιέλθουν στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
7. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο. Η αποσφράγιση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα γίνει στο Γραφείο Διαγωνισμών του Τμ. Προμηθειών του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» στο ισόγειο την **Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025 και ώρα 10:30πμ. Η αξιολόγηση τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα γίνει σε ένα στάδιο και θα συνταχθεί ένα πρακτικό τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης** σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/08.08.2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/16) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του ν.4782/2021).
8. Κατά την διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή εκπρόσωποι τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης
9. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για **διάστημα ενός (1) έτους** από την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση κατά την οποία κατά το οριζόμενο στην παρούσα χρόνο λήξεως της παροχής υπηρεσιών ή προμηθειών, το αντικείμενο της εν λόγω παροχής δεν έχει εξαντληθεί κατά απόλυτο αριθμό (κατά προϋπολογιζόμενα τεμάχια) τότε η σύμβαση θα παρατείνεται αυτοδικαίως και άνευ ετέρου έως χρόνου εξαντλήσεως των αντικειμένων προς προμήθεια ειδών /υπηρεσιών.
10. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
11. Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
12. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο προσφέρων, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. Ως κύρια θεωρείται η πρώτη κατά σειρά προσφορά και ως εναλλακτικές όλες οι υπόλοιπες.
13. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ποσοτήτων των υπηρεσιών όλων ή κάποιων εξ αυτών)

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Δ. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί 360 ημέρες από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο και χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς.

Ε. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι οικονομικοί φορείς με την υποβολή της προσφοράς τους πρέπει να αποστείλουν

Α) Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία θα δηλώνουν ότι μέχρι την ημέρα υποβολής αυτής:

- 1) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης
- 2) Είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις
- 3) Δεν τελούν σε αποκλεισμό από σε διαγωνισμό κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- 4) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
- 5) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική τους διαγωγή βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου και ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
- 6) Δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους της παρ. 1 του άρθρου 73 ν. 4412/08.08.2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/16) όπως τροποποιήθηκε ο τίτλος και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του ν.4782/2021
- 7) Έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους –υποχρεώσεις της πρόσκλησης.
- 8) Τηρούν την σχετική Νομοθεσία με την εργασία (εργατική – ασφαλιστική)
- 9) Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικό συμβιβασμό.

Β) Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης. Το συγκεκριμένο αποδεικτικό (νόμιμης εκπροσώπησης) πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του.

Τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις, όπου απαιτείται, δύναται να ζητηθούν από το Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις περί προμηθειών διατάξεις, κατά την υπογραφή της σύμβασης.

ΣΤ. ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την παραλαβή των υπηρεσιών με βάση τα δικαιολογητικά και τα συνοδευτικά στοιχεία (τιμολόγιο, πρωτόκολλο παραλαβή, Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κλπ). Τα σχετικά τιμολόγια θα είναι εξοφλητέα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.

Η αμοιβή του αναδόχου θα επιβαρύνεται από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος όπως κάθε φορά αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Σε περίπτωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου, ο ανάδοχος συμπληρώνει στο πεδίο ΒΤ-11:Στοιχείο αναφοράς αγαθού του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου: «ΑΔΑ Ανάληψης»

Ζ. ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στα άρθρα 203, 204, 206 και 207 του Ν.4412/16.

Εσωτερική Διανομή:
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΟΥΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ (ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α' ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ: ΤΡΕΝΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

- 1. ΤΣΑΛΟΥΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ)**
- 2. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)**

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

- 1. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ)**
- 2. ΤΣΟΥΡΛΗ-ΤΣΙΩΚΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ)**

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΥΡΟΥΛΑΣ