



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

1^η Υ ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΥΠ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΜΠΥΛΑΥΚΑ ΑΡΕΤΗ

Ταχ. Δ/ση Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14

ΤΚ. 14564 Καλυφτάκη, Κηφισιά,

ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ

ΤΗΛ. 210-3501545

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ &

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΗΦΙΣΙΑ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/ΤΑ/2025

(ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 370920)

Τακτικός Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ» (CPV 33141200-2), χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, δαπάνης 256.319,97 € συμ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

Περιεχόμενα

1.	ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	3
1.1	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ	3
1.2	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	4
1.3	ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	4
1.4	ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	4
1.5	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	5
1.6	ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ	5
1.7	ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ	5
2.	ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	7
2.1	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	7
2.1.1	ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	7
2.1.2	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	7
2.1.3	ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ	7
2.1.4	ΓΛΩΣΣΑ	7
2.1.5	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	8
2.2	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ	9
2.2.1	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	9
2.2.2	ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	9
2.2.3	ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ	10
2.2.4	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	13

2.2.5	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ.....	13
2.2.6	ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ.....	13
2.2.7	ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	14
2.2.8	ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.....	14
2.3	ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	19
•	2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης.....	19
2.4	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	19
2.4.1	ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.....	19
2.4.2	ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.....	19
2.4.3	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»	22
2.4.4	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»/ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.....	23
2.4.5	ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.....	23
2.4.6	ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.....	23
3.	ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	25
3.1	ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.....	25
3.1.1	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	25
3.1.2	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.....	25
3.2	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	26
3.3	ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	28
3.4	ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	28
3.5	ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	30
4.	ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	31
4.1	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	31
4.2	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ	31
4.3	ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	31
4.4	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ	32
4.5	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	32
5.	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	34
5.1	ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.....	34
5.2	ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ.....	35
5.3	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.....	36
5.4	ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.....	36
6.	ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.....	37
6.1	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ.....	37
6.2	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ	37
6.3	ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.....	38
6.4	ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	39
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.....	40
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.....	40
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ	74
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	74
	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.....	74
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	75
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V– ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	76

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΓΟΝΚ)
ΧΩΡΑ	ΕΛΛΑΔΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΚΑΕ 1311
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	33141200-2
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	256.319,97 € συμ/νου ΦΠΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΑ	ΝΑΙ
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Ως ορίζει η διακήρυξη
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	Ως ορίζει η διακήρυξη
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ	promithies@gonkhosp.gr
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (URL)	https://gonkhosp.gr/

ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ και ανήκει στο Δημόσιο τομέα.

ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η ΥΓΕΙΑ.

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το ΕΛΛΗΝΙΚΟ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: <https://gonkhosp.gr/>

δ) Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στη διεύθυνση (URL): www.promitheus.gov.gr

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ». Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με **Κ.Α.Ε: 1311** σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2025 και 2026 του Φορέα.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 9140/06.06.2025 (ΑΔΑ: ΨΧ6Π469ΗΔΖ-914), για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τα οικονομικά έτη 2025 και 2026 και έλαβε α/α 448/2025 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα ΓΟΝΚ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ.

1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ»

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων: (33141200-2).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **256.319,97€**, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 206.709,65€, ΦΠΑ: 49.610,32 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής.

1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Α. Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ'έξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1
- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»
- του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»
- του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»
- του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»
- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α'150)
- του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
- του ν. 3469/2006 (Α' 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»
- του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»
- του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15

- του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”
- του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”
- το π.δ.. 80/2016 (Α' 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
- της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
- Την 56902/2015 (ΦΕΚ 1924/τ.Β/02-06-2017) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Β. Την υπ' αριθ. 1^η/Θ8ο/10.04.2025 (ΑΔΑ: ΨΦΦΨ469ΗΔΖ-ΞΞΙ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκαν: 1) το υπ' αριθμ. 584/09.04.2025 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) πρακτικό της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «**ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ**» (CPV 33141200-2), όπως διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης και 2) η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια «**ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ**» (CPV 33141200-2), δαπάνης **256.319,97 €**, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Γ. Η υπ' αριθ. 7331/06-05-2025 (ΑΔΑ: ΨΗΣΦ469ΗΔΖ-4ΡΞ) Απόφαση Διοικητή με την οποία εγκρίθηκε ο ορισμός μελών της επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.

1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30^η/06/2025 και ώρα 14:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 3^η Ιουλίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

1.6 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Α. Δημοσίευση σε Εθνικό Επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 363340 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο <http://et.diavgeia.gov.gr/> (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): <https://gonkhosp.gr/>, στις 13 Ιουνίου 2025.

1.7 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

β) δε θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2.1.1 ΈΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

- η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
- το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
- οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
- το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της

2.1.2 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr).

2.1.3 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο.

Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις¹:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.

Η αναθέτουσα αρχή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, δύναται να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ².

2.1.4 ΓΛΩΣΣΑ

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι **προσφορές**, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής³ συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

¹ Άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 & άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016.

² Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στη διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ)

³ Άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.⁴

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα⁵.

2.1.5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13)⁶, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού⁷. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάρτισης αυτής, το ποσό της κατάρτισης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβαςης⁸.

Η περ. αα' του προηγούμενου εδαφίου ζ' δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ)

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.1.6 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης άλλων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

⁴ Άρθρο 92 παρ.4 του ν. 4412/2016

⁵ Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα

⁶ Πρβλ. άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α' 5/17.1.2017), καθώς και άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018 (ΦΕΚ Α' 93/31.5.2018)

⁷ Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 ("Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων"). Πρβλ. το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).

⁸ Παρ. 12 άρθρου 72 ν. 4412/2016

2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2.2.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.2.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας καθορίζεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας του είδους, εκτός Φ.Π.Α.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίζει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά (παραγράφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί⁹, ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

9 Πρβλ άρθρο 88 σε συνδυασμό με άρθρο 72 ν. 4412/2016

2.2.3 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1 Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5^{ης} Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυννοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α' 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15^{ης} Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α' 103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α' 139),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Οι υποχρεώσεις των περ. α' και β' της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.

2.2.3.3. α) Κατ' εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος: δημόσια υγεία, προστασία του περιβάλλοντος, δημόσια τάξη και δημόσια ασφάλεια.

β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016¹⁰, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής **εκκαθάρισης** ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωγη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

10 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης θ' της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2016.

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύνει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.¹¹

2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία¹², προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημιές που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

2.2.3.7. Η απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο, εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016¹³, καθώς και στην υπ' αριθμ. 102080/24-10-2022 (Β'5623/02.11.2022) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016».

Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει στην Επιτροπή εξέτασης επανορθωτικών μέτρων της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 το σχέδιο της απόφασής της περί της διαπίστωσης της επάρκειας ή μη των ληφθέντων από τον οικονομικό φορέα επανορθωτικών μέτρων, συνοδευόμενο από πλήρη φάκελο που περιλαμβάνει όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία. Το σχέδιο της απόφασης της αναθέτουσας αρχής, μαζί με όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία αποστέλλονται, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου epanorthotika@eaadhsy.gr

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν έχει προσκομίσει, με δική του πρωτοβουλία, τα στοιχεία, με τα οποία αποδεικνύονται τα επικαλούμενα μέτρα αυτοκάθαρσης (εκδοθείσες αποφάσεις διοίκησης, αποδεικτικά εξόφλησης προστίμων, αλληλογραφία με αρμόδιες ελεγκτικές αρχές κ.λπ.), η αναθέτουσα αρχή, πριν από τη σύνταξη και αποστολή του σχεδίου απόφασης στην Επιτροπή, υποχρεούται να ζητήσει από τον οικονομικό φορέα την προσκόμισή τους, εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες. Με την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι τα αιτούμενα στοιχεία δεν προσκομίστηκαν. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας υποβάλει αίτημα για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από έγγραφα, με τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των στοιχείων, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

Αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι τα στοιχεία που προσκόμισε ο οικονομικός φορέας δεν είναι πλήρη ή απαιτούνται διευκρινίσεις, πριν από την αποστολή του σχεδίου της απόφασής της στην Επιτροπή, καλεί τον οικονομικό φορέα για τη

¹¹ Παρ. 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016.Επίσης, πρβλ. υπ' αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.

¹² Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ στην υπόθεση C-387/19

¹³ Πρβλ. απόφαση υπ' αριθμ. 111257-18/11/2022 (ΑΔΑ: ΨΠΓΟ46ΜΤΛΡ-0Ε3).

συμπλήρωση των σχετικών στοιχείων ή/και την παροχή διευκρινίσεων, εντός προθεσμίας, που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες.

Αν ο οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, το γεγονός αυτό μνημονεύεται στο σχέδιο της απόφασης.

Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, δεν εξετάζονται από την Επιτροπή επανορθωτικά μέτρα που επικαλείται ένας οικονομικός φορέας, προκειμένου να αποδείξει την αξιοπιστία του, εφόσον αυτά έχουν ληφθεί **μετά** την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή δεν τα λαμβάνει υπόψη και δεν τα μνημονεύει στο σχέδιο της απόφασής της που αποστέλλει στην Επιτροπή.

Στην περίπτωση που, κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, από τον οικονομικό φορέα, δεν συνέτρεχε στο πρόσωπο του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 1 και της παρ. 4, εκτός από την περ. β' αυτής, του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, αλλά η συνδρομή του προέκυψε, κατά τη διάρκεια της παρούσας διαδικασίας (οψιγενής μεταβολή), τα μέτρα αυτοκάθαρσης που επικαλείται, λαμβάνονται υπόψη από την αναθέτουσα αρχή, κατά τη σύνταξη του σχεδίου απόφασής της και εξετάζονται από την Επιτροπή.

Οι διαδικαστικές λεπτομέρειες εξέτασης και επανεξέτασης των επανορθωτικών μέτρων ρυθμίζονται αναλυτικά στην ως άνω υπουργική απόφαση.

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2.2.4 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους (στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο) για την υπό ανάθεση υπηρεσία.

2.2.5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ¹⁴

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να δηλώνουν ότι διαθέτουν γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα τρία (3) τελευταία έτη ίσο ή μεγαλύτερο με το 100% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

2.2.6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

α) να πληρούν συνολικά τα κριτήρια που περιγράφονται στο προσαρτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Ι (τεχνικές προδιαγραφές)

¹⁴ Άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι οι Α.Α. μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν την παρούσα παράγραφο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές.

β) κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών ή για όσο διάστημα δραστηριοποιούνται προ της συγκεκριμένης διακήρυξης, να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την υλοποίηση μίας ή περισσότερων αντίστοιχης με την προκηρυσσόμενη προμήθεια των προσφερόμενων ειδών σύμβασης, είτε στο Δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα

γ) να διαθέτουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή κατά τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές.

δ) να διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και εν γένει επαγγελματική κατάρτιση κατά τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές.

Να δηλώνουν:

α) τις κυριότερες συμβάσεις των προσφερόμενων ειδών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας προ της συγκεκριμένης διακήρυξης

β) το τεχνικό προσωπικό ή τεχνικούς φορείς, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας, που διαθέτουν

γ) μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης

δ) τον τρόπο διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και τα συστήματα ανίχνευσης που θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης

2.2.7 ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα διεθνή ή/και ευρωπαϊκά ή/και εθνικά πρότυπα (ISO, EN, ΕΛΟΤ κ.λ.π.) και να πληρούν όλες τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο **άρθρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016** και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές.

α) Σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015, το οποίο να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης πριν την ημερομηνία δημοσίευσής της διακήρυξης.

β) Δικαιολογητικό σήμανσης CE η οποία αποδεικνύει τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις του Κανονισμού περί Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων MDR 2017/745, (Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας με αρ. πρωτ 2501/3-8-2022, Εναρμόνιση των φορέων υγείας με τον Κανονισμό ΕΕ) 2017/745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ΑΔΑ: 6Ι8Λ46ΜΨΙΦ-Τ00).

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

2.2.8 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται, κατά την υποβολή της προσφοράς με το ΕΕΕΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.8.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.8.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης, με την υπεύθυνη δήλωση της περ. δ' της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

Αν μετά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι τη ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για τη σύναψη του συμφωνητικού επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή¹⁵.

2.2.8.1 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:

α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και

β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.8 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

¹⁵ Άρθρο 104 σε συνδυασμό με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016

Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1.¹⁶

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.¹⁷

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.¹⁸

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραίτητως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.¹⁹

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,²⁰ την κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της παρούσης²¹ και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης²².

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του²³.

Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας, δηλώνει ότι εμπίπτει σε μία από τις καταστάσεις της παρ. 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β' αυτής, για τις οποίες συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού, υποχρεούται, εφόσον επικαλεστεί μέτρα αυτοκάθαρσης για να αποδείξει την αξιοπιστία του, στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ, που εμφανίζεται

¹⁶ Από τις 2-5-2019, παρέχεται η ηλεκτρονική υπηρεσία [Promitheus ESPDint \(https://esp dint.eprocurement.gov.gr/\)](https://esp dint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας, με το οποίο επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό κείμενο του Εκτελεστικού Κανονισμού. Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R\(01\)&from=EL](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL)

¹⁷ Άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016

¹⁸ Άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016

¹⁹ Άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016

²⁰ βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28

²¹ Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ' Τμήμα)

²² Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019.

²³ Παρ. 2^Α άρθρου 73 σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016

κατόπιν της θετικής απάντησης που έδωσε περί συνδρομής κάποιου από τους ανωτέρω λόγους αποκλεισμού, να δηλώσει²⁴:

α. εάν τα μέτρα αυτοκάθαρσης, τα οποία έλαβε για τον συγκεκριμένο λόγο αποκλεισμού που έχει δηλώσει στο ΕΕΕΣ, έχουν ήδη κριθεί σε προγενέστερη διαδικασία στην οποία συμμετείχε, βάσει απόφασης που εκδόθηκε από την ίδια ή άλλη αναθέτουσα αρχή, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής εξέτασης επανορθωτικών μέτρων.

β. εάν τα μέτρα κρίθηκαν ως επαρκή ή μη επαρκή, επισυνάπτοντας την απόφαση της περ. α με βάση την οποία έχουν κριθεί τα συγκεκριμένα μέτρα αυτοκάθαρσης. Περαιτέρω, δηλώνεται εάν η ως άνω απόφαση έχει καταστεί «δεσμευτική», με την έννοια ότι, είτε δεν έχουν ασκηθεί τα προβλεπόμενα μέσα έννομης προστασίας είτε ασκήθηκαν και έχει εκδοθεί σχετική απόφαση.

γ. στην περίπτωση που τα μέτρα έχουν κριθεί ως μη επαρκή, εάν έχει λάβει πρόσθετα μέτρα αυτοκάθαρσης μετά την ημερομηνία που εκδόθηκε η απόφαση της περ. α και σε περίπτωση που ισχύει το ανωτέρω να προβεί σε ανάλυσή τους, αναγράφοντας υποχρεωτικά και την ημερομηνία κατά την οποία αυτά ελήφθησαν.

Ειδικά στην περίπτωση που έχουν συμπεριληφθεί στα έγγραφα της σύμβασης δυνητικοί λόγοι αποκλεισμού, για τους οποίους δεν έχουν προβλεφθεί πεδία δήλωσης πληροφοριών στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σχετικά με τη λήψη, εκ μέρους των οικονομικών φορέων, επανορθωτικών μέτρων, αυτά θα δηλώνονται (αναφέρονται) στη συμπληρωματική υπεύθυνη δήλωση της παρ. 9, του άρθρου 79 του ν. 4412/2016.

2.2.8.2 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ' άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 και 2.2.8 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν²⁵.

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5 και 3.2 της παρούσας.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω:

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφο ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β',

²⁴ Πρβλ. Άρθρο 5 της Υ.Α. υπ' αριθμ. 102080/24-10-2022 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016», ΦΕΚ Β/02-11-2022

²⁵ Πρβλ. άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.

καθώς και στην περ. β' της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α' αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α' πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α', πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β' πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.

iii) Εκτύπωση της καρτέλας "Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης" από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού

ε) για την παράγραφο 2.2.3.5. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,²⁶ εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

B.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων ετών για τους οποίους έχουν δημοσιευθεί ισολογισμοί. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ισολογισμός του τελευταίου έτους δεν έχει δημοσιευθεί, ο προσφέροντας υποβάλλουν ισοζύγιο μηνός Μαΐου 2025, υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.

B.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες συμβάσεις για την προμήθεια των προσφερόμενων ειδών.

B.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα κάτωθι πιστοποιητικά: ISO 9001:2015, Δικαιολογητικό σήμανσης CE

B.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης²⁷, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

²⁶ Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.

²⁷ Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές με τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους

B.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους²⁸ που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.

B.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

B.9. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

- οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
- οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών²⁹. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2.4.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I της Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος.

Η τιμή δίνεται σε ευρώ €.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά δηλώνεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Η εν λόγω δήλωση περιλαμβάνεται είτε στο ΕΕΕΣ (Μέρος II. Ενότητα Α) είτε στη συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση που δύναται να υποβάλλουν τα μέλη της ένωσης. Για την υπογραφή της προδικαστικής προσφυγής από τον εκπρόσωπο / συντονιστή της ένωσης απαιτείται ρητή εξουσιοδότηση. Η εν λόγω εξουσιοδότηση μπορεί να περιλαμβάνεται είτε στο ΕΕΕΣ (Μέρος II. Ενότητα Α), είτε στη συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, είτε στα έγγραφα συμφωνίας των οικονομικών φορέων για συμμετοχή στο διαγωνισμό ως ένωση, είτε στα πρακτικά των αρμοδίων οργάνων διοίκησης των μελών της ένωσης³⁰.

Ο οικονομικός φορέας δύναται να αποσύρει την προσφορά ή την αίτηση συμμετοχής του και να την υποβάλει εκ νέου έως την κατά περίπτωση καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής

2.4.2 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 5 του

²⁸ Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.

²⁹ Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.

³⁰ Πρβλ. ΔΕΦ Αθηνών, ΙΓ Τμήμα (Ακυρ.), 728/2023

άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ'αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β'2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπιστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.³¹

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στη συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής :

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α' 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισήμειωση e-Apostille

β) είτε των άρθρων 15 και 27³² του ν. 4727/2020 (Α' 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα

³¹ Άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρθρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και- Υπηρεσίες.

³² Βλ. σχετικά με την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2 του οποίου: " Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosio». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α' 45),

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ³³ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 (Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα),

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο³⁴.

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας. 2. Η αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α' 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας".

³³ Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού...».

³⁴ Άρθρο 13 παρ. 1.6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΣΥΝΟΛΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΩΡΙΣΤΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α4, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

- α. Η λέξη «προσφορά» με κεφαλαία γράμματα.
- β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής.
- γ. Ο αριθμός της διακήρυξης και ο τίτλος αυτής.
- δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα).

2.4.3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

2.4.3.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού³⁵ τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία:

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου,

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής.

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.

(Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ).

2.4.3.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η τεχνική προσφορά καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα^{36 37} όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παράγραφο 2.4.2.4.

³⁵ Βλ. άρθρο 93 του ν. 4412/2016

³⁶ Άρθρο 94 του ν. 4412/2016

³⁷ Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και την επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται αυτό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.

2.4.4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»/ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της διακήρυξης.

Η τιμή του προς προμήθεια αγαθού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα και σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς (Παράρτημα IV)

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης³⁸.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δε δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο Α του Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης.

2.4.5 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την άρση του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.

2.4.6 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,³⁹

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλειπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,

³⁸ Βλ παρ. 5 περ. α' του άρθρου 95 του ν. 4412/2016

³⁹ Άρθρα 92 έως 97, άρθρο 100 καθώς και άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας (περ. γ' της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016,

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, **εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού**, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016,.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», **την 3^η/07/2025 και ώρα 11.00.**

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

3.1.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της⁴⁰, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλείψεις ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ'αναλογία και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα⁴¹.

[Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις/ συμπληρώσεις, κατ'εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 102 του ν.4412/2016, ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»:

- είτε από την Επιτροπή, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας (χειριστή του διαγωνισμού), χωρίς τη σύνταξη διακριτού εγγράφου
- είτε, με αποστολή διακριτού εγγράφου της Επιτροπής, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας (χειριστή του διαγωνισμού), χωρίς, στην περίπτωση αυτή, να απαιτείται περαιτέρω έγκρισή του από το αποφαινόμενο όργανο.

Σημειώνεται ότι, όσο διαρκεί η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και μέχρι την αποστολή των σχετικών πρακτικών της Επιτροπής στον χειριστή του διαγωνισμού, προς έκδοση των σχετικών αποφάσεων, οι διευκρινίσεις ζητούνται από την Επιτροπή και δεν υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση του αποφαινόμενου οργάνου.

Σε κάθε περίπτωση, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, εκ μέρους της Επιτροπής και τη διαβίβαση των σχετικών πρακτικών προς το αποφαινόμενο όργανο, το τελευταίο, δύναται, κατά την κρίση του, να ζητεί διευκρινίσεις, από τους προσφέροντες, για στοιχεία των προσφορών, για τα οποία δεν ζητήθηκαν, είτε ακόμη και για στοιχεία, για τα οποία έχει ήδη γνωμοδοτήσει σχετικώς η Επιτροπή.

Το αποφαινόμενο όργανο διατηρεί το δικαίωμα να αναπέμψει στην Επιτροπή προς εξέταση και περαιτέρω διευκρινίσεις οποιοδήποτε ζήτημα, κατά την κρίση της, χρήζει διευκρινίσεων/ συμπληρώσεων.

Τα ανωτέρω ισχύουν και ως προς τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων-συμπληρώσεων, σε περιπτώσεις ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, καθώς και στο στάδιο της υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου].⁴²

⁴⁰ Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα (επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) ελέγχουν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, την καταλληλότητα των προσφερόντων, αξιολογούν τις προσφορές, εισηγούνται τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση ή κατάπτωση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας και γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.

⁴¹ Άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Πρβλ και έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του άρθρου 42 ν. 4781/2021

⁴² Πρβλ. άρθρα 100 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με άρθρο 16 παρ. 3.2 της «ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες»

Ειδικότερα:

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους⁴³.

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών⁴⁴.

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.⁴⁵

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων⁴⁶ («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας⁴⁷.

3.2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της

⁴³ Άρθρο 72 παρ. 13 ν. 4412/2016

⁴⁴ Η αναθέτουσα αρχή δύναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εσωτερική της απόφαση.

⁴⁵ Άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016.

⁴⁶ Άρθρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016

⁴⁷ Άρθρο 100, παρ. 6 του ν. 4412/2016

«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5⁴⁸.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ' εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

- i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή
- ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
- iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσηκούσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά τη δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του⁴⁹.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 - 2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.

Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα αγαθών από αυτή που καθορίζεται στους

⁴⁸ Πρβλ άρθρο 17 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

⁴⁹ Άρθρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016

όρους της διακήρυξης, σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών που αναφέρεται στους όρους της εν λόγω διακήρυξης.

3.3 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συννημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής⁵⁰. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.⁵¹

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά:

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά, β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, γ) ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.

3.4 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 346 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. του π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του⁵².

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

⁵⁰ Πρβλ άρθρο 16 παρ. 3 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

⁵¹ Άρθρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016

⁵² Άρθρο 360 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης⁵³.

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59⁵⁴.

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντος από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με τα άρθρα 368 του ν. 4412/2016 και 20 του π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο μέτρων προσωρινής προστασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 του π.δ. 39/2017.

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»:

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 του π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.

β) Διαβιβάζει στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεων της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης.

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.

δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής.

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.

Β. Οποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή.

Με την απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον

⁵³ Άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 του π.δ. 39/2017

⁵⁴ Παρ. 2 του άρθρου 9 και άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.⁵⁵

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.⁵⁶

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται, επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος, να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων.

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.⁵⁷ Για την άσκηση της αίτησης κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του ν. 4412/2016.

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.

Αν το Δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.

3.5 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφοιλόχρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106, β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικείμενου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

⁵⁵ Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 και 2 του ν. 4412/2016.

⁵⁶ Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

⁵⁷ Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016.

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης:

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης (άρθρο 72 παρ. 12 του ν. 4412/2016) Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικείμενου της σύμβασης.

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

4.2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.⁵⁸

⁵⁸ Άρθρο 130 ν.4412/2016

4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης⁵⁹.

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη της ένωσης. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση του αναδόχου.

4.4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/⁶⁰⁶¹

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν τα είδη παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016.

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας⁶², όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης)⁶³. Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.

4.5 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση υποστεί ουσιαστική τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

⁵⁹ Πρβλ άρθρο 24 του ν. 4412/2016

⁶⁰ Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση στ της παρ. 11 του άρθρου 221. Ειδικά για την περίπτωση των Κεντρικών Αρχών Αγορών, για ζητήματα τροποποίησης συμφωνιών - πλαίσιο και συμβάσεων κεντρικών προμήθειών που συνάπτονται από αυτές, γνωμοδοτεί η επιτροπή της περ. α' της παρ. 11 του άρθρου 221 ((επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης)

⁶¹ Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α του ν. 4412/2016).

⁶² Βλ. ιδίως την περ. γ της παρ.4 του άρθρου 203 του ν. 4412/2016

⁶³ Άρθρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.

Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΕΤΒ-ΖΙΖ).

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωρισθεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης.

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ⁶⁴

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και την υπογραφή του οικείου Πρακτικού για την καλή εκτέλεση της σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016⁶⁵, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

2	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ >30000,01 € (ΣΥΜΒΑΣΗ) (Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ)	ΥΠΕΡ Ανάπτυξης & Συντήρησης ΟΠΣ - ΕΣΗΔΗΣ 0,02% (άρθρο 36 παρ 6 Ν. 4412/2016) - εκκρεμεί η έκδοση ΚΥΑ	1	3391-5291	53.20.10
		ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ 0,1%	1	3399-5299	53.20.09
		ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4%	3	3391-5291	54.09.14

Για τις συμβάσεις αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης της χρηματοδότησης, κράτηση ύψους 0,1%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.⁶⁶

5.1.3. Για συμβάσεις που συνάπτονται ή/και εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, μετά την 01/06/2024, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να προσκομίσουν ηλεκτρονικό τιμολόγιο το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον Εθνικό Μορφότυπο Ηλεκτρονικού Τιμολογίου (ΗΤ), με αριθμό ηλεκτρονικής τιμολόγησης: 1015.E00182.000.⁶⁷

Ο ανάδοχος συμπληρώνει στο πεδίο ΒΤ-11: Στοιχείο αναφοράς αγαθού του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου⁶⁸: «ΑΔΑ Ανάληψης»

⁶⁴ Για τις δημόσιες συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., είναι ίση προς ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση 12 του άρθρου 149 του ν. 4601/2019 (Α' 44) και των, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 154 του νόμου αυτού, κανονιστικών αποφάσεων.

⁶⁵ Άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021.

⁶⁶ Άρθρο 350, παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

⁶⁷ Υπ' αριθ. 52445 ΕΞ2023/4-4-2023 Κ.Υ.Α., με θέμα: «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς», (ΦΕΚ τεύχος Β' 2385/12-4- 2023, με διορθ. σφαλ. στο ΦΕΚ Β.3061/9-5-2023)

⁶⁸ Βλ. Απόφαση αριθμ. 63446/2021 (Β' 2338/02.06.2021) Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Επικρατείας «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων», άρθρο 3 παρ.2 πεδίο «ΒΤ-11: Στοιχείο αναφοράς αγαθού / υπηρεσίας / μελέτης / έργου»

5.2 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος⁶⁹, από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής):

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δε φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1 της παρούσας με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) Ολική κατάρπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση,

β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

$\Delta = (TKT - TKE) \times \Pi$ Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.

TKT = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.

TKE = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας.

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01.

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής.

γ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις

⁶⁹ Άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021.

5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο⁷⁰ πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

5.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016⁷¹. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

⁷⁰ Άρθρο 207 του ν. 4412/2016.

⁷¹ Άρθρο 205Α του ν. 4412/2016.

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά τμηματικά, άμεσα (εντός δυο ημερών) από τη λήψη της παραγγελίας, στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΓΥΡΟΙ», σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες του, όπως αυτές καθορίζονται από τη λειτουργία του και κατά την απόλυτη κρίση του, εντός του προβλεπόμενου από τη σύμβαση χρόνου.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης ⁷².

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης.

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικά αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

6.2.1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16⁷³, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα V της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Παράρτημα I ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Αγαθά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτά με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

⁷² Παρ. 1 και 2 άρθρου 206

⁷³ Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικείμενου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες”

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ' έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα της κατ' έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ' έφεση εξέτασης.

6.2.2. Η παραλαβή των ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους:

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη που θα του κατακυρωθούν άμεσα (εντός 2 ημερών) από την παραγγελία (είτε συνολική είτε τμηματική) στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» στους χώρους που θα του υποδειχθούν, με δική του ευθύνη. Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί κατόπιν αιτιολόγησης από τον προμηθευτή με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. Τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής συντάσσονται την ημέρα παράδοσης των ειδών.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτική προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.4 Δείγματα

Απαιτείται η κατάθεση δειγμάτων επί ποινή απόρριψης

Επιστροφή δειγμάτων (Άρθρο 214, παρ.11, περ.α & β)

Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται ως εξής:

α) Στους οικονομικούς φορείς στους οποίους δεν κατακυρώθηκε ή δεν ανατέθηκε η προμήθεια, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, κατά τη διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης της σχετικής κατακύρωσης ή ανάθεσης, με μέριμνα και ευθύνη τούτων και μετά από σχετικό αίτημά τους.

β) Στους προμηθευτές στους οποίους έγινε η κατακύρωση ή ανάθεση, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, κατά την διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επιστροφή τους από την επιτροπή παραλαβής και εφόσον έχει συντελεσθεί η οριστική παραλαβή, με μέριμνα και ευθύνη τούτων και μετά από σχετικό αίτημά τους.

6.6 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ⁷⁴

Εφόσον, μετά τη σύναψη της σύμβασης έχουν αντικατασταθεί, από τον κατασκευαστή, κάποια εκ των προσφερόμενων αγαθών με νεότερα είδη/ μοντέλα / εκδόσεις, ο ανάδοχος υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή πρόταση επικαιροποίησης, η οποία υπόκειται στην έγκριση της αναθέτουσας αρχής, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής. Στο πλαίσιο της πρότασης επικαιροποίησης, τα αγαθά που θα αντικαταστήσουν εκείνα που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν πρέπει είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με τα προσφερθέντα. Εφόσον εγκριθεί η πρόταση, ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει τα επικαιροποιημένα αγαθά αντί των αρχικά προσφερθέντων, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής και χωρίς μεταβολή των όρων πληρωμής. Ο χρόνος παράδοσης των επικαιροποιημένων αγαθών, όπως έχει οριστεί στην παρ. 6.1.1. της παρούσας, εκκινεί από την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης της αναθέτουσας αρχής στον ανάδοχο.

6.5 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ανάδοχος στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση δυνάμει της παρούσας διακήρυξης αποδέχεται την τήρηση των ακόλουθων όρων:

- α) Ο ανάδοχος και το προσωπικό του **δεν έχουν παράσχει** συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή, ούτε έχουν με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης
- β) Ο ανάδοχος αναγνωρίζει ότι υποχρεούται να τηρεί όλες τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και να καλύπτει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από αυτή και σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης.
- γ) Ο ανάδοχος αναγνωρίζει ότι είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για κάθε ατύχημα που μπορεί να συμβεί στο προσωπικό του.
- δ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει με δικά του έξοδα κάθε ζημιά ή βλάβη που προκαλείται εξαιτίας του ή λόγω των ενεργειών των προστηθέντων του, κατά την έννοια του άρθρου 922 ΑΚ, κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών της σύμβασης.
- ε) Ο ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα, ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν σε οποιονδήποτε από τις πληρωμές, που απορρέουν από την Τράπεζα της επιλογής του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ελέγχθηκε για τη νομιμότητα

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο Νομικός Σύμβουλος του Νοσοκομείου
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΑΜΑΚΟΣ

ΤΣΟΥΡΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

⁷⁴ Πρβλ. ιδίως Ελ.Συν Τμ. VI 57/2011, Κλ. ΣΤ' 373/2019 & 158/2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	03.07.2025
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΓΟΝΚ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	«ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ»
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	33141200-2
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	1311
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ	256.319,97 € συμ/νου ΦΠΑ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΕΜ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΟΛΕΣ ΟΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ	ΚΩΔ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ
1	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ					5.2.2
	No10	0,0920 €	10.000	920,00 €	1.140,80 €	
	No 12	0,0920 €	10.000	920,00 €	1.140,80 €	
	No 14	0,0920 €	30.000	2.760,00 €	3.422,40 €	
	No16	0,0920 €	20.000	1.840,00 €	2.281,60 €	
	No18	0,0920 €	100	9,20 €	11,41 €	
2	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN M.X					
	No 14	0,2300€	3.000	690,00 €	855,60 €	23.2.20
	No16	0,1080€	5.000	540,00 €	669,60 €	23.2.12
	No18	0,1390€	5.000	695,00 €	861,80 €	23.2.13
3	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΚΙΡΣΩΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ- SENGSTAGEN	46,7000€	10	467,00 €	579,08 €	23.1.22
4	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 3-WAY LATEX				0,00 €	41.2.127
	No14	0,4900€	50	24,50 €	30,38 €	
	No16	0,4900€	50	24,50 €	30,38 €	
	No18	0,4900€	50	24,50 €	30,38 €	
	No20	0,4900€	50	24,50 €	30,38 €	
5	Σετ υπερηβικού καθετήρα ουρ.κύστεως , 2-WAY , MX ,100% σιλικόνης, με αποσχιζόμενο Trocar και μαχαιρίδιο					
	12 Ch	12,90 €	5	64,50 €	79,98 €	41.5.2
	14 Ch	15,81 €	5	79,05 €	98,02 €	41.5.6
	16 Ch	15,81 €	5	79,05 €	98,02 €	41.5.1
6	Ουροκαθετήρες προστατεκτομής , DUFOUR , 3- WAY ,					41.2.119
	18 Ch	8,5000€	20	170,00 €	210,80 €	
	20 Ch	8,5000€	20	170,00 €	210,80 €	
	22 Ch	8,5000€	60	510,00 €	632,40 €	
7	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2-WAY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ					41.2.113
	No 12	1,2500€	200	250,00 €	310,00 €	
	No 14	1,2500€	1.000	1.250,00 €	1.550,00 €	
	No 16	1,2500€	3.000	3.750,00 €	4.650,00 €	
	No 18	1,2500€	4.000	5.000,00 €	6.200,00 €	
	No20	1,2500€	200	250,00 €	310,00 €	
	No22	1,2500€	100	125,00 €	155,00 €	
	No 24	1,2500€	100	125,00 €	155,00 €	
8	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΙ ΚΥΣΤΕΩΣ TIEMANN M.X.					41.2.42
	No 8	0,2330€	500	116,50 €	144,46 €	
	No 10	0,2330€	500	116,50 €	144,46 €	
	No 12	0,2330€	1.000	233,00 €	288,92 €	
	No 14	0,2330€	300	69,90 €	86,68 €	
	No 16	0,2330€	600	139,80 €	173,35 €	
	No 18	0,2330€	400	93,20 €	115,57 €	
	No 20	0,2330€	200	46,60 €	57,78 €	

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ	ΚΩΔ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ
9	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΙ TIEMANN ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ				0,00 €	
	CH16	2,4000€	150	360,00 €	446,40 €	
	CH 18	2,4000€	150	360,00 €	446,40 €	
	CH 20	2,4000€	50	120,00 €	148,80 €	
10	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΙ TIEMANN ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 2 WAY					
	No 12	2,4000€	40	96,00 €	119,04 €	
	No 14	2,4000€	80	192,00 €	238,08 €	
	No 16	2,4000€	40	96,00 €	119,04 €	
	No 18	2,4000€	20	48,00 €	59,52 €	
	No 20	2,4000€	20	48,00 €	59,52 €	
	No 22	2,4000€	20	48,00 €	59,52 €	
	No 24	2,4000€	20	48,00 €	59,52 €	
11	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΩΝ ΜΕΓΕΘΟΣ 30	0,1200€	30	3,60 €	4,46 €	52.5.95
12	ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ PIG-TAIL OPEN TIP					41.2.107
	6/26 Fr	72,0000€	40	2.880,00 €	3.571,20 €	
	4.8/26FR	72,0000€	20	1.440,00 €	1.785,60 €	
13	ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ PIG-TAIL CLOSED TIP					41.2.108
	6/26 Fr	13,1800€	40	527,20 €	653,73 €	
	4.8/26FR	14,9800€	20	299,60 €	371,50 €	
14	Ουροκαθετήρες προστατεκτομής, COUVELAIRE, 3- WAY, MX,					41.2.86
	18Ch	12,0000€	20	240,00 €	297,60 €	
	20Ch	12,0000€	20	240,00 €	297,60 €	
	22Ch	12,0000€	60	720,00 €	892,80 €	
15	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ NELATON				0,00 €	41.2.12
	No10	0,0990€	500	49,50 €	61,38 €	
	No12	0,0990€	700	69,30 €	85,93 €	
	No14	0,0990€	500	49,50 €	61,38 €	
	No16	0,0990€	250	24,75 €	30,69 €	
	No 18	0,0990€	200	19,80 €	24,55 €	
16	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ 3-ΑΥΛΩΝ 7FR	14,2000€	2.000	28.400,00 €	35.216,00 €	23.1.37
17	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ 2-ΑΥΛΩΝ 7FR	6,8700€	1.500	10.305,00 €	12.778,20 €	
18	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ FOGARTY					23.1.88
	No 3	30,0000€	5	150,00 €	186,00 €	
	No 4	30,0000€	5	150,00 €	186,00 €	
	No 5	30,0000€	5	150,00 €	186,00 €	
19	ΕΝΤΑΦΙΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ INTRAPORT ΜΕ ΑΠΟΣΧΙΖΟΜΕΝΟ ΘΗΚΑΡΙ					
	6Fr	145,00 €	120	17.400,00 €	21.576,00 €	
	7Fr	120,00 €	20	2.400,00 €	2.976,00 €	
	9Fr	120,00 €	120	14.400,00 €	17.856,00 €	
20	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2 WAY LATEX					41.2.7
	No12	0,3800€	200	76,00 €	94,24 €	
	No14	0,3800€	300	114,00 €	141,36 €	
	No16	0,3800€	3.000	1.140,00 €	1.413,60 €	
	No18	0,3800€	6.000	2.280,00 €	2.827,20 €	

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ	ΚΩΔ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ
	No20	0,3800€	300	114,00 €	141,36 €	
	No22	0,3800€	300	114,00 €	141,36 €	
	No24	0,3800€	100	38,00 €	47,12 €	
21	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΡΘΗΡΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΧ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ	19,4000€	300	5.820,00 €	7.216,80 €	23.6.2.7
22	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	3,4000€	10	34,00 €	42,16 €	17.11.7
23	ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 2 ΑΥΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗ 20cm	18,1000€	80	1.448,00 €	1.795,52 €	30.12.11
24	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΝΕΥΜ.ΑΡΤΗΡΙΑΣ Swan-ganz ΜΕ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΓΙΑ ΑΙΜΟΔ/ΚΗ ΠΑΡ/ΣΗ & ΜΕΤΡΗΣΗ SVO2	260,0000€	2	520,00 €	644,80 €	23.1.74
25	ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ SWAN-GANZ Νο8	24,0000€	1	24,00 €	29,76 €	
26	ΘΩΡΑΚΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΔΕ ΓΩΝΙΑΣ					
	No24	2,3900€	100	239,00 €	296,36 €	
	No 28	2,3900€	100	239,00 €	296,36 €	
	No32	2,3900€	100	239,00 €	296,36 €	
	No36	2,3900€	10	23,90 €	29,64 €	
	No40	2,3900€	10	23,90 €	29,64 €	
27	ΘΩΡΑΚΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΥΘΥΣ			0,00 €	0,00 €	
	No 18	1,54 €	5	7,70 €	9,55 €	
	No24	1,54 €	300	462,00 €	572,88 €	
	No 28	1,54 €	300	462,00 €	572,88 €	
	No32	1,54 €	5	7,70 €	9,55 €	
	No36	1,54 €	5	7,70 €	9,55 €	
	No40	1,54 €	5	7,70 €	9,55 €	
28	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ SELDINGER (16 cm)	11,80 €	100	1.180,00 €	1.463,20 €	
29	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ SELDINGER (8 cm)	9,40 €	400	3.760,00 €	4.662,40 €	
30	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ SELDINGER (4 cm)	13,28 €	100	1.328,00 €	1.646,72 €	23.1.39
31	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ					23.1.10
	No16	0,0840 €	500	42,00 €	52,08 €	
	No17	0,0840€	500	42,00 €	52,08 €	
	No18	0,0840€	10.000	840,00 €	1.041,60 €	
	No20	0,0840€	25.000	2.100,00 €	2.604,00 €	
	No22	0,0840€	40.000	3.360,00 €	4.166,40 €	
32	ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ	8,1000€	10	81,00 €	100,44 €	
33	ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΗΚΟΥΣ ΩΣ 55cm ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ 4FR-4,5FR	143,00 €	120	17.160,00 €	21.278,40 €	
34	Καθετήρας PICCO Μ.Χ. 5FR μήκους 20cm	210,00 €	15	3.150,00 €	3.906,00 €	
35	Καθετήρας PICCO Μ.Χ. 4FR μήκους 22cm	210,00 €	3	630,00 €	781,20 €	
36	Καθετήρας PICCO Μ.Χ. 4FR μήκους 16cm	210,00 €	3	630,00 €	781,20 €	
37	Κιτ γραμμής πιέσεως παρακολούθησης ΜΧ PICCO	50,00 €	21	1.050,00 €	1.302,00 €	23.1.65

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ	ΚΩΔ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ
38	ΡΙΝΟΝΗΣΤΙΔΙΚΟΣ Καθετήρας Σίτισης από πολυουρεθάνη με συρμάτινο οδηγό, βαρύδι και συνδετικό ENFIT (όλα τα μεγέθη)	25,00 €	30	750,00 €	930,00 €	
39	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΡΟΚΑΡ & ΣΚΟΙΝΑΚΙ (6FR*20CM, 6FR*25CM, 8FR*25CM, 10FR*25 CM)	50,00 €	40	2.000,00 €	2.480,00 €	
40	ΑΚΡΟ LUER LOCK ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	5,00 €	40	200,00 €	248,00 €	
41	ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ FOLEY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ					
	18Fr	25,00€	20	500,00	620,00	
	20Fr	25,00€	20	500,00	620,00	
	22Fr	25,00€	20	500,00	620,00	
42	ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ FOLEY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ					
	12Fr	25,00€	20	500,00	620,00	
	14Fr	25,00€	20	500,00	620,00	
	16Fr	25,00€	20	500,00	620,00	
43	ΣΕΤ ΥΠΕΡΗΒΙΚΗΣ ΚΥΣΤΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ SELDINGER					
	14Fr	135,00€	10	1.350,00	1.674,00	
	16Fr	135,00€	10	1.350,00	1.674,00	
44	ΣΕΤ ΥΠΕΡΗΒΙΚΗΣ ΚΥΣΤΕΟΣΤΟΜΙΑΣ					
	12Fr	135,00€	10	1.350,00	1.674,00	
	14Fr	135,00€	10	1.350,00	1.674,00	
45	ΣΕΤ ΔΙΑΣΤΟΛΕΩΝ ΟΥΡΗΘΡΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ 8-20Fr	270,00€	10	2.700,00	3.348,00	
46	ΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ					
	22Fr	45,00€	10	450,00	558,00	
	24Fr	45,00€	10	450,00	558,00	
	26Fr	45,00€	10	450,00	558,00	
47	ΚΑΛΑΘΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΛΙΘΩΝ 2.5 ΚΑΙ 3Fr, 15mm	238,00€	5	1.190,00	1.475,60	41.2.46
48	ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 15.6 Fr	890,00€	10	8.900,00	11.036,00	
49	ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ FOLEY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ					
	18Fr	10,00€	20	200,00	248,00	
	20Fr	10,00€	20	200,00	248,00	
	22Fr	10,00€	60	600,00	744,00	
50	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ 0,035" 150cm	59,00€	60	3.540,00	4.389,60	
51	ΟΥΡΗΤΗΡΙΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 6FR	5,00€	10	50,00	62,00	
52	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΚΑΜΠΤΟ ΣΤΥΛΕΟ MADREN	53,00€	1	53,00	65,72	
53	ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ ΜΗΡΙΑΙΑ ΑΡΤΗΡΙΑ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ SELDINGER	27,00€	10	270,00	334,80	
54	ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 7FR, ΜΗΚΟΥΣ 15-16CM ΚΑΙ 20CM.	95,00€	30	2.850,00	3.534,00	
55	ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΦΛΕΒΟ-ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ ΜΕ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ 12Fr, ΜΗΚΟΥΣ 15-16cm και 20cm.	95,00€	5	475,00	589,00	

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ	ΚΩΔ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ
56	ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕ ΙΟΝΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 7FR, ΜΗΚΟΥΣ 15-16CM ΚΑΙ 20CM.	67,00€	35	2.345,00	2.907,80	
57	ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΦΛΕΒΟ-ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟΥ ΜΟΡΙΑΚΑ ΜΕ ΙΟΝΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ 12Fr , ΜΗΚΟΥΣ 15-16cm και 20cm.	88,00€	5	440,00	545,60	
58	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΙΟΝΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΤΡΙΩΝ (3 ων)ΑΥΛΩΝ (7FR), ΜΗΚΟΥΣ 15-16CM ΚΑΙ 20CM.	61,00€	35	2.135,00	2.647,40	
59	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ ΤΡΙΩΝ (3 ^{ωv})ΑΥΛΩΝ (7FR), ΜΗΚΟΥΣ 15-16CM ΚΑΙ 20CM.	80,00€	30	2.400,00	2.976,00	
60	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 3ωv ΑΥΛΩΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΓΛΥΚΟΝΙΚΗ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ	55,00€	15	825,00	1.023,00	
61	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 3ωv ΑΥΛΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΟΛΥΕΞΑΝΙΔΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗ	50,00€	15	750,00	930,00	
62	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΦΛΕΒΟ-ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ ΜΕ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ 12Fr , ΜΗΚΟΥΣ 15-16cm και 20cm.	88,00€	15	1.320,00	1.636,80	
63	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΦΛΕΒΟ-ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟΙ ΜΟΡΙΑΚΑ ΜΕ ΙΟΝΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ 12Fr , ΜΗΚΟΥΣ 15-16cm και 20cm	88,00€	15	1.320,00	1.636,80	
66	ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΥΛΩΝ	17,00€	5	85,00	105,40	
67	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΠΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΗΠΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΦΛΕΒΙΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ	2,85€	300	855,00	1.060,20	
68	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΠΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΦΛΕΒΙΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ	0,50€	1.500	750,00	930,00	
69	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΠΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΦΛΕΒΙΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ	0,50€	8.000	4.000,00	4.960,00	
70	ΣΕΤ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ & ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ	21,00€	10	210,00	260,40	
71	ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ MINI PACK ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΡΑ	9,00€	10	90,00	111,60	
72	ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΧ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ	5,81€	500	2.905,00	3.602,20	23.1.33
73	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ BAL	40,00€	10	400,00	496,00	
75	ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	9,40€	40	376,00	466,24	
76	ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ	13,90€	5	69,5	86,18	
	ΣΥΝΟΛΟ			206.709,65 €	256.319,97 €	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ

- 1) Υποχρεωτική αναφορά του εργοστασιακού κωδικού παραγωγής κάθε προσφερόμενου είδους. 2) Οι αναφερόμενες ενδείξεις να είναι γραμμένες και στην Ελληνική γλώσσα.
- 3) Υποχρεωτική η πιστοποίηση ISO και τα προσφερόμενα είδη να φέρουν το διεθνές σημείο καταλληλότητας των προϊόντων CE .
- 4) Να αναφέρονται ευκρινώς στην συσκευασία τα στοιχεία που αφορούν το είδος, το μήκος και τη διάμετρο των καθετήρων.
- 5) Πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία ευκρινώς η ημερομηνία αποστείρωσης καθώς και η ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης.
- 6) Η συσκευασία των υλικών να είναι τέτοια, ώστε να μην καταστρέφεται εύκολα κατά τη μεταφορά και αποθήκευση.
- 7) α) Πριν από την τελική κατακύρωση η υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να προβεί σε έλεγχο από διαπιστευμένο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου ή αναγνωρισμένο εργαστήριο του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. β) Η επιτροπή παραλαβής των νοσοκομείων μπορεί επίσης να προβεί σε έλεγχο δειγμάτων. Τα έξοδα επιβαρύνουν τον προμηθευτή.
- 8) Οι προμηθευτές των καθετήρων πρέπει να συμμορφώνονται με την Υπουργική Απόφαση ΥΑ ΔΥ8Δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004 ΦΕΚ 32/Β/16.1.2004 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής Ιατροτεχνολογικών προϊόντων», όπως ισχύει αυτή με τις τροποποιήσεις της. 9) Τα προσφερόμενα είδη να είναι σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΥ7/ΟΙΚ2480/94(ΦΕΚ 679/Β/1994) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ (πεοκαλύπτρες)

- Να είναι κατασκευασμένοι από ελαστικό φυσικό latex ή σιλικόνης, χωρίς ραφές, μη ερεθιστικοί.
- Να είναι εύκαμπτοι, να μπορούν να λυγίζουν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση χωρίς να διακόπτεται η ροή των ούρων.
- Να διαθέτουν ελαστική περίσφιξη στο άνω τμήμα (ζώνη) ώστε να μη φεύγουν από τη θέση τους
- Να έχουν δυνατότητα σύνδεσης με ουροσυλλέκτη.
- Να διατίθενται σε ατομική συσκευασία.
- Να είναι αποστειρωμένοι.
- Να διατίθενται σε μεγέθη small, medium και large.

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ KENDAL

- Να είναι μχ, ακτινοσκοπικοί, λείοι, κατασκευασμένοι από μη τοξικό υλικό που να μη λυγίζει ή να συμπίπτουν τα τοιχώματα του.
- Να διατίθενται σε μέγεθος από 8-18 Fr και να φέρουν τον χρωματικό κώδικα διάκρισης των μεγεθών.
- Να είναι με ανοιχτό, στρογγυλεμένο ατραυματικό άκρο, μήκους μεγαλύτερου από 50εκ και να διαθέτουν πλάγιες οπές.
- Να διαθέτουν ενσωματωμένη βαλβίδα ελεγχόμενης αναρρόφησης.
- Να είναι αποστειρωμένοι και να διατίθενται σε ατομική συσκευασία.
- Να αναγράφεται στη συσκευασία το υλικό κατασκευής τους και η ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης του.
- Να φέρει εμφανή τα διεθνή σημεία καταλληλότητας του προϊόντος CE.

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΥΠΟΥ Abviser

- Συσκευή μέτρησης ενδοκοιλιακής πίεσης μέσω της ουροδόχου κύστεως.
- Να αποτελεί κλειστό κύκλωμα προς αποφυγή κινδύνου λοίμωξης.
- Να συνδέεται με τον καθετήρα Foley του ασθενή και με το μόνιτορ μέσω οποιουδήποτε μορφομετατροπέα πίεσης (Transducer).

- Να φέρει βαλβίδα η οποία να επιτρέπει την ενδοκυστική χορήγηση υγρών για τη γρήγορη και ασφαλή μέτρηση της πίεση εντός του διαμερίσματος της ουροδόχου κύστης.
- Το set θα πρέπει να περιλαμβάνει:
- Αυτόματη βαλβίδα (τύπου ABVISER).
- Σύριγγα των 20 ml με βαλβίδα διπλής κατεύθυνσης.
- Σωλήνα για ασφαλή σύνδεση με τον περιέκτη ορού με διατηρητικό ρύγχος.
- Πλαστικό σωλήνα χορήγησης ορού και σύνδεσης με τον περιέκτη του ορού.
- Πρόσθετο τμήμα πλαστικού σωλήνα για στήριξη σε στατώ.
- Stop-cock (στρόφυγγα) μηδενισμού.

ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΚΥΡΣΟΡΡΑΓΙΕΣ ΤΥΠΟΥ *Sengstaken-Blakemore* ΜΧ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ

- Να είναι υποαλλεργικοί, εύκαμπτοι, αποστειρωμένοι.
- Να φέρουν τρεις αυλούς και οι αεροθάλαμοι να είναι κατασκευασμένοι από ανθεκτικό υποαλλεργικό υλικό.
- Να είναι αριθμημένοι.
- Να αναγράφεται η πίεση που χρειάζεται για την έκπτυξη των αεροθαλάμων του οισοφάγου και του στομάχου στα άκρα των αντίστοιχων αυλών.
- Να φέρουν το διεθνές σημείο καταλληλότητας του προϊόντος CE και πιστοποιητικό ISO.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟΙ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ FOLLEY 2 WAY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΝΙΤΡΟΦΟΥΡΑΖΟΝΗ

- Να είναι αποστειρωμένοι, ακτινοσκοπικοί, κατασκευασμένοι από σιλίκονη
- Να φέρουν στην επιφάνειά του επικάλυψη με νιτροφουραζόνη που εμποδίζει τον αποικισμό με μικροοργανισμούς (πρόληψη λοιμώξεων)
- Να φέρουν υδροθάλαμο ανθεκτικό, χωρητικότητας 5-30cc περίπου
- Να φέρουν εξωτερική βαλβίδα υδροθαλάμου ασφαλή ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση του περιεχομένου του υδροθαλάμου αλλά και να δύναται να αφαιρείται το περιεχόμενο του υδροθαλάμου ευχερώς.
- Να αναγράφεται στα άκρα των αντίστοιχων αυλών η απαιτούμενη ποσότητα υγρού για την πλήρωση του υδροθαλάμου και το μέγεθος του καθετήρα
- Να διατίθενται σε ατομική συσκευασία που να εξασφαλίζει την άσηπτη τοποθέτησή του, να αναφέρεται το υλικό κατασκευής, το μέγεθος και η ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης.
- Να προσφέρονται όλα τα μεγέθη από 12-24 Ch.

ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΗΤΗΡΙΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ SELDINGER ΓΙΑ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ, ΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΑΡΤΗΡΙΑ

- Ο καθετήρας να είναι αποστειρωμένος, ακτινοσκοπικός, κατασκευασμένος από υλικό ιστοσυμβατό που να μη διαστέλλεται με τη θερμοκρασία του σώματος.

Να έχει λεπτά τοιχώματα ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική διάμετρος προκειμένου να μην αυξομειώνεται η ροή και να μη δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός.

Το set να περιέχει:

- ηχογενή βελόνη παρακέντησης (με λοξοτόμηση) μήκους 4 έως 7cm η οποία να έχει μέγεθος 18-20Ga ίδιο με το μέγεθος του καθετήρα για τον μικρότερο δυνατό τραυματισμό του αγγείου κατά την παρακέντηση του
- οδηγό σύρμα για τοποθέτηση με την τεχνική seldinger
- διακόπτη ροής αίματος (flow switch) ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος επιστροφής του αίματος ή εμβολής αέρα

Να προσφέρεται σε όλα τα μεγέθη και να διαθέτει χρωματικό κώδικα διάκρισης των μεγεθών. Να προσφέρονται όλα τα μήκη (3,5-5εκ, 8 -12 εκ και 16-20εκ) κατάλληλα για κερκιδική, βραχιόνιο και μηριαία αρτηρία.

Να φέρει ενσωματωμένη προέκταση και πτερύγια για καλύτερη στήριξη.

Να είναι αποστειρωμένος σε συσκευασία ασφαλείας.

Να είναι κατασκευασμένος βάση των ISO Standards και να φέρει πιστοποίηση Ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE-Mark).

ΠΛΗΕΣ ΣΕΤ ΚΑΘΗΤΗΡΑ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ ΜΗΡΙΑΙΑ ΑΡΤΗΡΙΑ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΗΤΗΡΙΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ SELDINGER

Ο αρτηριακός καθετήρας να είναι αποστειρωμένος, ακτινοσκοπικός, 18Ga, μήκους 18-20cm, κατάλληλος για μηριαία αρτηρία, κατασκευασμένος από υλικό ιστοσυμβατό που να μη διαστέλλεται με τη θερμοκρασία του σώματος.

Να έχει λεπτά τοιχώματα ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική διάμετρος προκειμένου να μην αυξομειώνεται η ροή και να μη δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός.

Το σετ να περιέχει:

- ηχογενή βελόνη παρακέντησης (με λοξοτόμηση)
- οδηγό σύρμα για τοποθέτηση με την τεχνική seldinger
- διακόπτη ροής αίματος (flow switch) ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος επιστροφής του αίματος ή εμβολής αέρα
- σύριγγα 5ml
- στόφιγγα 3way
- αποστειρωμένο πεδίο περίπου 50εκ x 60εκ
- προέκταση 30 εκαστών κατασκευασμένη από υλικό ιστοσυμβατό

Να φέρει ενσωματωμένη προέκταση και πτερύγια για καλύτερη στήριξη.

Να είναι αποστειρωμένος σε συσκευασία ασφαλείας.

Να είναι κατασκευασμένος βάση των ISO Standards και να φέρει πιστοποίηση Ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE-Mark).

ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 7FR, ΜΗΚΟΥΣ 15-16CM ΚΑΙ 20CM.

Πλήρες σετ τοποθέτησης προσωρινού αντιμικροβιακού κεντρικού φλεβικού καθετήρα διαμέτρου 7 Fr τριπλού αυλού από πολυουρεθάνη, ο οποίος να είναι εμποτισμένος με χλωρεξιδίνη και αργυρική σουλφαδιαζίνη σε όλο το μήκος του, εσωτερικά και εξωτερικά, που να διατηρεί την αντιμικροβιακή του δράση σταθερά για 30 ημέρες, για πρόληψη των λοιμώξεων που οφείλονται στους καθετήρες. Να αποδεικνύεται η δράση τους από μεγάλο αριθμό μελετών. Να διατίθεται σε δύο μήκη: μήκους 15-16cm, κατάλληλου για τοποθέτηση σε έσω σφαγίτιδα και υποκλείδιο φλέβα, και μήκους 20cm, κατάλληλου για τοποθέτηση στη μηριαία φλέβα. Το σετ να περιλαμβάνει όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό, για την εφαρμογή των μέγιστων φραγμών πρόληψης λοιμώξεων στην τοποθέτηση κεντρικής φλεβικής γραμμής, κατά προτίμηση σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες των Κέντρων Ελέγχου Λοιμώξεων. Αναλυτικά το σετ να περιέχει:

- κατά προτίμηση σκουφάκι χειρουργείου
- κατά προτίμηση μάσκα με προστατευτικό για τα μάτια
- στολή χειρουργείου για την τοποθέτηση του καθετήρα
- ολόσωμο αποστειρωμένο πεδίο, με οπή και διαφανές παράθυρο, για την πλήρη κάλυψη του σώματος του ασθενή ή εναλλακτικά αποστειρωμένο πεδίο για την πλήρη κάλυψη του ασθενούς και αποστειρωμένο πεδίο με οπή και διαφανές παράθυρο
- κατά προτίμηση με αποστειρωμένο κάλυμμα για την κεφαλή του υπερήχου και αποστειρωμένη γέλη
- κατά προτίμηση με αποστειρωμένο σκαφάκι για το αντισηπτικό
- 2 σφουγγαράκια για την αποστείρωση
- 5 γάζες
- ηχογενή βελόνα παρακέντησης κατάλληλης διαμέτρου με πλαστικό κάλυμμα και σύριγγα 5 ml
- κατά προτίμηση με έξτρα σύριγγες με αντίστοιχες βελόνες
- κατά προτίμηση με συσκευή απόρριψης βελονών
- ράμμα από μετάξι 2-0
- κατά προτίμηση βελονοκάτοχο
- νυστέρι κατά προτίμηση με μετακινούμενη λάμα για προστασία του προσωπικού-εναλλακτικά με προστατευτικό κάλυμμα
- αντιμικροβιακό κεντρικό φλεβικό καθετήρα 3πλού αυλού διαμέτρου 7 Fr από πολυουρεθάνη με μήκος 15-16cm ή 20cm, ο οποίος να είναι εμποτισμένος με χλωρεξιδίνη και αργυρική σουλφαδιαζίνη σε όλο το μήκος του, εσωτερικά και εξωτερικά
- οδηγό σύρμα κατά προτίμηση από νιτρίλη, ώστε να μην τσακίζει
- αγγειακό διαστολέα κατάλληλης διαμέτρου

- στηρικτικά για τον καθετήρα
- διακόπτες ροής αίματος για κάθε αυλό για αποφυγή διαφυγής αίματος
- κατά προτίμηση 3-way stop cock (ένα για κάθε αυλό)
- κατά προτίμηση αποστειρωμένο διάφανο επίθεμα συγκράτησης του καθετήρα, κατά προτίμηση εμποτισμένο με χλωρεξιδίνη
- Όλο το σετ να είναι μέσα σε ειδικό πεδίο αποστειρωμένο για άμεση χρήση χωρίς την ανάγκη προετοιμασίας του χώρου τοποθέτησης.
- Να συνοδεύεται από σχετική βιβλιογραφία

ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΦΛΕΒΟ-ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ ΜΕ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ 12Fr , ΜΗΚΟΥΣ 15-16cm και 20cm.

Πλήρες σετ για τοποθέτηση προσωρινού αντιμικροβιακού κεντρικού φλεβικού καθετήρα διπλού αυλού, διαμέτρου 12 Fr, από πολυουρεθάνη, κατάλληλου για φλεβο-φλεβική αιμοδιήθηση, ο οποίος να είναι εμποτισμένος με χλωρεξιδίνη και αργυρική σουλφαδιαζίνη), σε όλο το μήκος του, εσωτερικά και εξωτερικά, για πρόληψη των λοιμώξεων που οφείλονται στους καθετήρες, που να διατηρηθεί την αντιμικροβιακή του δράση σταθερά για 30 ημέρες. Να αποδεικνύεται η δράση τους από μεγάλο αριθμό μελετών.. Να διατίθεται σε δύο μήκη: μήκους 15-16cm, κατάλληλου για τοποθέτηση σε έσω σφαγίτιδα φλέβα, και μήκους 20cm, κατάλληλου για τοποθέτηση στη μηριαία φλέβα. Το σετ να περιλαμβάνει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, για την εφαρμογή των μέγιστων φραγμών πρόληψης λοιμώξεων στην τοποθέτηση κεντρικής φλεβικής γραμμής φλεβο-φλεβικής αιμοδιήθησης, κατά προτίμηση σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες των Κέντρων Ελέγχου Λοιμώξεων .Αναλυτικά το σετ να περιέχει:

- κατά προτίμηση σκουφάκι χειρουργείου
- κατά προτίμηση μάσκα με προστατευτικό για τα μάτια
- στολή χειρουργείου για την τοποθέτηση του καθετήρα
- ολόσωμο πεδίο, με οπή και διαφανές παράθυρο, για την πλήρη κάλυψη του σώματος του ασθενή ή εναλλακτικά αποστειρωμένο πεδίο για την πλήρη κάλυψη του ασθενούς και αποστειρωμένο πεδίο με οπή και διαφανές παράθυρο
- κατά προτίμηση με αποστειρωμένο κάλυμμα για την κεφαλή του υπερήχου και αποστειρωμένη γέλη
- κατά προτίμηση με αποστειρωμένο σκαφάκι για το αντισηπτικό
- 2 σφουγγαράκια για την αποστείρωση
- 5 αποστειρωμένες γάζες
- ηχογενή βελόνα παρακέντησης κατάλληλης διαμέτρου με πλαστικό κάλυμμα και σύριγγα 5 ml
- κατά προτίμηση με έξτρα σύριγγες με αντίστοιχες βελόνες
- κατά προτίμηση με συσκευή απόρριψης βελονών
- ράμμα από μετάξι 2-0
- κατά προτίμηση βελονοκάτοχο
- νυστέρι κατά προτίμηση με μετακινούμενη λάμα για προστασία του προσωπικού -εναλλακτικά με προστατευτικό κάλυμμα
- αντιμικροβιακό κεντρικό φλεβικό καθετήρα 2πλού αυλού, διαμέτρου 12 Fr από πολυουρεθάνη, με ατραυματικό άκρο, το οποίο να παρεκκλίνει δίχως να τραυματίζει όταν συναντά το αγγειακό τοίχωμα, μήκους 16cm ή 20cm, εμποτισμένο με αντισηπτικό και αντιμικροβιακό παράγοντα (όπως χλωρεξιδίνη και αργυρική σουλφαδιαζίνη) σε όλο το μήκος του, εσωτερικά και εξωτερικά
- οδηγό σύρμα κατά προτίμηση από νιτρίνη, ώστε να μην τσακίζει
- αγγειακό διαστολέα κατάλληλης διαμέτρου
- στηρικτικά για τον καθετήρα
- διακόπτες ροής αίματος για κάθε αυλό για αποφυγή διαφυγής αίματος
- κατά προτίμηση 3-way stop cock ένα για κάθε αυλό
- κατά προτίμηση αποστειρωμένο διάφανο επίθεμα συγκράτησης του καθετήρα, κατά προτίμηση εμποτισμένο με χλωρεξιδίνη
- Όλο το σετ να είναι μέσα σε ειδικό πεδίο αποστειρωμένο για άμεση χρήση χωρίς την ανάγκη προετοιμασίας του χώρου τοποθέτησης.
- Να συνοδεύεται από σχετική βιβλιογραφία

3. ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕ ΙΟΝΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 7Fr, ΜΗΚΟΥΣ 15-16cm ΚΑΙ 20cm.

Πλήρες σετ τοποθέτησης προσωρινού αντιμικροβιακού κεντρικού φλεβικού καθετήρα διαμέτρου 7 Fr τριπλού αυλού από πολυουρεθάνη, ο οποίος να είναι μοριακά εμπλουτισμένος με ιόντα αργύρου, σε όλο το μήκος του, εσωτερικά και εξωτερικά, για πρόληψη των λοιμώξεων που οφείλονται στους καθετήρες, που να διατηρεί την αντιμικροβιακή του δράση σταθερά για 30 ημέρες, για πρόληψη των λοιμώξεων που οφείλονται στους καθετήρες. Να αποδεικνύεται η δράση τους από μεγάλο αριθμό μελετών. Να διατίθεται σε δύο μήκη: μήκους 15-16cm, κατάλληλου για τοποθέτηση σε έσω σφαγίτιδα και υποκλείδιο φλέβα, και μήκους 20cm, κατάλληλου για τοποθέτηση στη μηριαία φλέβα. Το σετ να περιλαμβάνει όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό, για την εφαρμογή των μέγιστων φραγμών πρόληψης λοιμώξεων στην τοποθέτηση κεντρικής φλεβικής γραμμής, κατά προτίμηση σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες των Κέντρων Ελέγχου Λοιμώξεων. Αναλυτικά το σετ να περιέχει:

- κατά προτίμηση σκουφάκι χειρουργείου
- κατά προτίμηση μάσκα με προστατευτικό για τα μάτια
- στολή χειρουργείου για την τοποθέτηση του καθετήρα
- ολόσωμο αποστειρωμένο πεδίο, με οπή και διαφανές παράθυρο, για την πλήρη κάλυψη του σώματος του ασθενή ή εναλλακτικά αποστειρωμένο πεδίο για την πλήρη κάλυψη του ασθενούς και αποστειρωμένο πεδίο με οπή και διαφανές παράθυρο
- κατά προτίμηση με αποστειρωμένο κάλυμμα για την κεφαλή του υπερήχου και αποστειρωμένη γέλη
- κατά προτίμηση με αποστειρωμένο σκαφάκι για το αντισηπτικό
- 2 σφουγγαράκια για την αποστείρωση
- 5 γάζες
- ηχογενή βελόνα παρακέντησης κατάλληλης διαμέτρου με πλαστικό κάλυμμα και σύριγγα 5 ml
- κατά προτίμηση με έξτρα σύριγγες με αντίστοιχες βελόνες
- κατά προτίμηση με συσκευή απόρριψης βελονών
- ράμμα από μετάξι 2-0
- κατά προτίμηση βελονοκάτοχο
- νυστέρι κατά προτίμηση με μετακινούμενη λάμα για προστασία του προσωπικού-εναλλακτικά με προστατευτικό κάλυμμα
- αντιμικροβιακό κεντρικό φλεβικό καθετήρα 3πλού αυλού διαμέτρου 7 Fr από πολυουρεθάνη με μήκος 15-16cm ή 20cm, ο οποίος να είναι μοριακά εμπλουτισμένος με ιόντα αργύρου σε όλο το μήκος του, εσωτερικά και εξωτερικά
- οδηγό σύρμα κατά προτίμηση από νιτρίνη, ώστε να μην τσακίζει
- αγγειακό διαστολέα κατάλληλης διαμέτρου
- στηρικτικά για τον καθετήρα.
- διακόπτες ροής αίματος για κάθε αυλό για αποφυγή διαφυγής αίματος
- κατά προτίμηση 3-way stop cock ένα για κάθε αυλό
- κατά προτίμηση αποστειρωμένο διάφανο επίθεμα συγκράτησης του καθετήρα, κατά προτίμηση εμποτισμένο με χλωρεξιδίνη
- Όλο το σετ να είναι μέσα σε ειδικό πεδίο αποστειρωμένο για άμεση χρήση χωρίς την ανάγκη προετοιμασίας του χώρου τοποθέτησης.
- Να συνοδεύεται από σχετική βιβλιογραφία

4. ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΦΛΕΒΟ-ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟΥ ΜΟΡΙΑΚΑ ΜΕ ΙΟΝΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ 12Fr , ΜΗΚΟΥΣ 15-16cm και 20cm.

Πλήρες σετ για τοποθέτηση προσωρινού αντιμικροβιακού κεντρικού φλεβικού καθετήρα διπλού αυλού, διαμέτρου 12 Fr, από πολυουρεθάνη, κατάλληλου για φλεβο-φλεβική αιμοδιήθηση, ο οποίος να είναι μοριακά εμπλουτισμένος με ιόντα αργύρου, σε όλο το μήκος του, εσωτερικά και εξωτερικά, για πρόληψη των λοιμώξεων που οφείλονται στους καθετήρες, που να διατηρηθεί την αντιμικροβιακή του δράση σταθερά για 30 ημέρες. Να αποδεικνύεται η δράση τους από μεγάλο αριθμό μελετών.. Να διατίθεται σε δύο μήκη: μήκους 15-16cm, κατάλληλου για τοποθέτηση σε έσω σφαγίτιδα φλέβα, και μήκους 20cm, κατάλληλου για

τοποθέτηση στη μηριαία φλέβα. Το σετ να περιλαμβάνει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, για την εφαρμογή των μέγιστων φραγμών πρόληψης λοιμώξεων στην τοποθέτηση κεντρικής φλεβικής γραμμής φλεβο-φλεβικής αιμοδιήθησης, κατά προτίμηση σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες των Κέντρων Ελέγχου Λοιμώξεων. Αναλυτικά το σετ να περιέχει:

- κατά προτίμηση με σκουφάκι χειρουργείου
- κατά προτίμηση με μάσκα με προστατευτικό για τα μάτια
- στολή χειρουργείου για την τοποθέτηση του καθετήρα
- ολόσωμο πεδίο, με οπή και διαφανές παράθυρο, για την πλήρη κάλυψη του σώματος του ασθενή ή εναλλακτικά αποστειρωμένο πεδίο για την πλήρη κάλυψη του ασθενούς και αποστειρωμένο πεδίο με οπή και διαφανές παράθυρο
- κατά προτίμηση με αποστειρωμένο κάλυμμα για την κεφαλή του υπερήχου και αποστειρωμένη γέλη
- κατά προτίμηση με αποστειρωμένο σκαφάκι για το αντισηπτικό
- 2 σφουγγαράκια για την αποστείρωση
- 5 αποστειρωμένες γάζες
- ηχογενή βελόνα παρακέντησης κατάλληλης διαμέτρου με πλαστικό κάλυμμα και σύριγγα 5 ml
- κατά προτίμηση με έξτρα σύριγγες με αντίστοιχες βελόνες
- κατά προτίμηση με συσκευή απόρριψης βελονών
- με ράμμα από μετάξι 2-0
- κατά προτίμηση βελονοκάτοχο
- νυστέρι κατά προτίμηση με μετακινούμενη λάμα για προστασία του προσωπικού -εναλλακτικά με προστατευτικό κάλυμμα
- αντιμικροβιακό κεντρικό φλεβικό καθετήρα 2πλού αυλού, διαμέτρου 12 Fr από πολυουρεθάνη, με ατραυματικό άκρο, το οποίο να παρεκκλίνει δίχως να τραυματίζει όταν συναντά το αγγειακό τοίχωμα, μήκους 16cm ή 20cm, μοριακά εμπλουτισμένο με ιόντα αργύρου, σε όλο το μήκος του, εσωτερικά και εξωτερικά
- οδηγό σύρμα κατά προτίμηση από νιτινόλη, ώστε να μην τσακίζει
- αγγειακό διαστολέα κατάλληλης διαμέτρου
- στηρικτικά για τον καθετήρα.
- διακόπτες ροής αίματος για κάθε αυλό για αποφυγή διαφυγής αίματος
- κατά προτίμηση 3-way stop cock (ένα για κάθε αυλό)
- κατά προτίμηση αποστειρωμένο διάφανο επίθεμα συγκράτησης του καθετήρα, κατά προτίμηση εμποτισμένο με χλωρεξιδίνη
- Όλο το σετ να είναι μέσα σε ειδικό πεδίο αποστειρωμένο για άμεση χρήση χωρίς την ανάγκη προετοιμασίας του χώρου τοποθέτησης.

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΙΟΝΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΔΥΟ (2) ΑΥΛΩΝ (7FR), ΜΗΚΟΥΣ 15-16CM ΚΑΙ 20CM.

- Να παρέχονται σε ατομική, στείρα και ασφαλή συσκευασία.
- Να είναι δύο αυλών, κατασκευασμένοι από ισοσυμβατό υλικό
- Να είναι εμπλουτισμένοι μοριακά με ιονισμένο άργυρο, σε όλο το μήκος του, εσωτερικά και εξωτερικά, με παρατεταμένη αντιμικροβιακή δράση, που να επιτρέπει την παραμονή του καθετήρα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα (30 ημέρες), για πρόληψη των λοιμώξεων που οφείλονται στους καθετήρες. Να αποδεικνύεται η δράση τους από μεγάλο αριθμό μελετών.
- Το σετ να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα άκρως απαραίτητα υλικά για την τοποθέτηση: καθετήρα με ατραυματικό άκρο, οδηγό σύρμα σε σχήμα J επαρκούς μεγέθους κατά προτίμηση από νιτινόλη, ώστε να μην τσακίζει, διαστολέα, βελόνα παρακέντησης λεπτών αγγειακών τοιχωμάτων, σύριγγα ασφαλείας, διακόπτες ροής αίματος για κάθε αυλό για αποφυγή διαφυγής αίματος
- Να διατίθενται σε ποικίλα μήκη 15-16 εκ και 20εκ
- Να συνοδεύονται από σχετική βιβλιογραφία
- Θα εκτιμηθεί η προσφορά περαιτέρω υλικών που συμβάλλουν στην ευστοχία και εργονομική ευχέρεια της τοποθέτησης των καθετήρων

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΙΟΝΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΤΡΙΩΝ (3^{ων}) ΑΥΛΩΝ (7FR), ΜΗΚΟΥΣ 15-16CM ΚΑΙ 20CM.

- Να παρέχονται σε ατομική, στείρα και ασφαλή συσκευασία.
- Να είναι τριών αυλών, κατασκευασμένοι από ισοσυμβατό υλικό

Να είναι εμπλουτισμένοι μοριακά με ιονισμένο άργυρο, σε όλο το μήκος του, εσωτερικά και εξωτερικά, με παρατεταμένη αντιμικροβιακή δράση, που να επιτρέπει την παραμονή του καθετήρα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα (30 ημέρες), για πρόληψη των λοιμώξεων που οφείλονται στους καθετήρες. Να αποδεικνύεται η δράση τους από μεγάλο αριθμό μελετών.

- Το σετ να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα άκρως απαραίτητα υλικά για την τοποθέτηση: καθετήρα με ατραυματικό άκρο, οδηγό σύρμα σε σχήμα J επαρκούς μεγέθους κατά προτίμηση από νιτινόλη, ώστε να μην τσακίζει, διαστολέα, βελόνα παρακέντησης λεπτών αγγειακών τοιχωμάτων, σύριγγα ασφαλείας, διακόπτες ροής αίματος για κάθε αυλό για αποφυγή διαφυγής αίματος
- Να διατίθενται σε ποικίλα μήκη 15-16 εκ και 20εκ
- Να συνοδεύονται από σχετική βιβλιογραφία
- Θα εκτιμηθεί η προσφορά περαιτέρω υλικών που συμβάλλουν στην ευστοχία και εργονομική ευχέρεια της τοποθέτησης των καθετήρων

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΙΟΝΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4^{ων}) ΑΥΛΩΝ (8.5 FR), ΜΗΚΟΥΣ 15-16CM ΚΑΙ 20CM.

- Να παρέχονται σε ατομική, στείρα και ασφαλή συσκευασία.
- Να είναι τεσσάρων αυλών, κατασκευασμένοι από ιστοσυμβατό υλικό
- Να είναι εμπλουτισμένοι μοριακά με ιονισμένο άργυρο, σε όλο το μήκος του, εσωτερικά και εξωτερικά, με παρατεταμένη αντιμικροβιακή δράση, που να επιτρέπει την παραμονή του καθετήρα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα (30 ημέρες), για πρόληψη των λοιμώξεων που οφείλονται στους καθετήρες. Να αποδεικνύεται η δράση τους από μεγάλο αριθμό μελετών.
- Το σετ να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα άκρως απαραίτητα υλικά για την τοποθέτηση: καθετήρα με ατραυματικό άκρο, οδηγό σύρμα σε σχήμα J επαρκούς μεγέθους κατά προτίμηση από νιτινόλη, ώστε να μην τσακίζει, διαστολέα, βελόνα παρακέντησης λεπτών αγγειακών τοιχωμάτων, σύριγγα ασφαλείας, διακόπτες ροής αίματος για κάθε αυλό για αποφυγή διαφυγής αίματος
- Να διατίθενται σε ποικίλα μήκη 15-16 εκ και 20εκ
- Να συνοδεύονται από σχετική βιβλιογραφία
- Θα εκτιμηθεί η προσφορά περαιτέρω υλικών που συμβάλλουν στην ευστοχία και εργονομική ευχέρεια της τοποθέτησης των καθετήρων

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ ΔΥΟ (2) ΑΥΛΩΝ (7FR), ΜΗΚΟΥΣ 15-16CM ΚΑΙ 20CM.

- Να παρέχονται σε ατομική, στείρα και ασφαλή συσκευασία.
- Να είναι δύο αυλών, κατασκευασμένοι από ιστοσυμβατό υλικό εμποτισμένοι με χλωρεξιδίνη και αργυρική σουλφαδιαζίνη σε όλο το μήκος τους, εσωτερικά και εξωτερικά, που να διατηρεί την αντιμικροβιακή τους δράση σταθερά για 30 ημέρες, για πρόληψη των λοιμώξεων που οφείλονται στους καθετήρες. Να αποδεικνύεται η δράση τους από μεγάλο αριθμό μελετών.
- Το σετ να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα άκρως απαραίτητα υλικά για την τοποθέτηση: καθετήρα με ατραυματικό άκρο, οδηγό σύρμα σε σχήμα J επαρκούς μεγέθους κατά προτίμηση από νιτινόλη, ώστε να μην τσακίζει, διαστολέα, βελόνα παρακέντησης λεπτών αγγειακών τοιχωμάτων, σύριγγα ασφαλείας, διακόπτες ροής αίματος για κάθε αυλό για αποφυγή διαφυγής αίματος
- Να διατίθενται σε ποικίλα μήκη 15-16 εκ και 20εκ
- Να συνοδεύονται από σχετική βιβλιογραφία
- Θα εκτιμηθεί η προσφορά περαιτέρω υλικών που συμβάλλουν στην ευστοχία και εργονομική ευχέρεια της τοποθέτησης των καθετήρων

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ ΤΡΙΩΝ (3^{ων}) ΑΥΛΩΝ (7FR), ΜΗΚΟΥΣ 15-16CM ΚΑΙ 20CM.

- Να παρέχονται σε ατομική, στείρα και ασφαλή συσκευασία.
- Να είναι τριών αυλών, κατασκευασμένοι από ιστοσυμβατό υλικό εμποτισμένοι με χλωρεξιδίνη και αργυρική σουλφαδιαζίνη σε όλο το μήκος τους, εσωτερικά και εξωτερικά, που να διατηρεί την αντιμικροβιακή τους δράση σταθερά για 30 ημέρες, για πρόληψη των λοιμώξεων που οφείλονται στους καθετήρες. Να αποδεικνύεται η δράση τους από μεγάλο αριθμό μελετών.

- Το σετ να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα άκρως απαραίτητα υλικά για την τοποθέτηση: καθετήρα με ατραυματικό άκρο, οδηγό σύρμα σε σχήμα J επαρκούς μεγέθους κατά προτίμηση από νιτινόλη, ώστε να μην τσακίζει, διαστολέα, βελόνα παρακέντησης λεπτών αγγειακών τοιχωμάτων, σύριγγα ασφαλείας, διακόπτες ροής αίματος για κάθε αυλό για αποφυγή διαφυγής αίματος
- Να διατίθενται σε ποικίλα μήκη 15-16 εκ και 20εκ
- Να συνοδεύονται από σχετική βιβλιογραφία
- Θα εκτιμηθεί η προσφορά περαιτέρω υλικών που συμβάλλουν στην ευστοχία και εργονομική ευχέρεια της τοποθέτησης των καθετήρων

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4^{ων}) ΑΥΛΩΝ (8.5 FR), ΜΗΚΟΥΣ 15-16CM ΚΑΙ 20CM.

Να παρέχονται σε ατομική, στείρα και ασφαλή συσκευασία.

- Να είναι τεσσάρων αυλών, κατασκευασμένοι από ιστοσυμβατό υλικό εμποτισμένοι με χλωρεξιδίνη και αργυρική σουλφαδιαζίνη σε όλο το μήκος τους, εσωτερικά και εξωτερικά, που να διατηρεί την αντιμικροβιακή τους δράση σταθερά για 30 ημέρες, για πρόληψη των λοιμώξεων που οφείλονται στους καθετήρες. Να αποδεικνύεται η δράση τους από μεγάλο αριθμό μελετών.
- Το σετ να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα άκρως απαραίτητα υλικά για την τοποθέτηση: καθετήρα με ατραυματικό άκρο, οδηγό σύρμα σε σχήμα J επαρκούς μεγέθους κατά προτίμηση από νιτινόλη, ώστε να μην τσακίζει, διαστολέα, βελόνα παρακέντησης λεπτών αγγειακών τοιχωμάτων, σύριγγα ασφαλείας, διακόπτες ροής αίματος για κάθε αυλό για αποφυγή διαφυγής αίματος
- Να διατίθενται σε ποικίλα μήκη 15-16 εκ και 20εκ
- Να συνοδεύονται από σχετική βιβλιογραφία
- Θα εκτιμηθεί η προσφορά περαιτέρω υλικών που συμβάλλουν στην ευστοχία και εργονομική ευχέρεια της τοποθέτησης των καθετήρων

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 3^{ων} ΑΥΛΩΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΓΛΥΚΟΝΙΚΗ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ

- Να περιέχονται σε ατομική, στείρα και ασφαλή συσκευασία.
- Να είναι τριών αυλών, κατασκευασμένοι από ιστοσυμβατό υλικό που να επιτρέπει την παραμονή του καθετήρα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα
- Να είναι εμποτισμένος με γλυκονική χλωρεξιδίνη
- Το σετ να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα άκρως απαραίτητα υλικά για την τοποθέτηση: καθετήρα με ατραυματικό άκρο, οδηγό σύρμα σε σχήμα J επαρκούς μεγέθους, διαστολέα, βελόνα παρακέντησης λεπτών αγγειακών τοιχωμάτων, σύριγγα ασφαλείας, διακόπτες ροής αίματος για κάθε αυλό για αποφυγή διαφυγής αίματος
- Να διατίθενται σε ποικίλα μήκη
- Να συνοδεύονται από σχετική βιβλιογραφία
- Θα εκτιμηθεί η προσφορά περαιτέρω υλικών που συμβάλλουν στην ευστοχία και εργονομική ευχέρεια της τοποθέτησης των καθετήρων

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 3^{ων} ΑΥΛΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΟΛΥΕΞΑΝΙΔΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗ

- Να παρέχονται σε ατομική, στείρα και ασφαλή συσκευασία.
- Να είναι τριών αυλών, κατασκευασμένοι από ιστοσυμβατό υλικό.
- Να είναι με αντιμικροβιακή επικάλυψη, σε όλο το μήκος τους, εσωτερικά και εξωτερικά, από πολυεξανίδη και πολυαιθυλενογλυκόλη, που να επιτρέπει την παραμονή του καθετήρα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα (30 ημέρες)
- Να αποδεικνύεται η αντιμικροβιακή τους δράση τους από μεγάλο αριθμό μελετών.
- Το σετ να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα άκρως απαραίτητα υλικά για την τοποθέτηση: καθετήρα με ατραυματικό άκρο, οδηγό σύρμα σε σχήμα J επαρκούς μεγέθους κατά προτίμηση από νιτινόλη, ώστε να μην τσακίζει, διαστολέα, βελόνα παρακέντησης λεπτών αγγειακών τοιχωμάτων, σύριγγα ασφαλείας, διακόπτες ροής αίματος για κάθε αυλό για αποφυγή διαφυγής αίματος
- Να διατίθενται σε ποικίλα μήκη
- Να συνοδεύονται από σχετική βιβλιογραφία
- Θα εκτιμηθεί η προσφορά περαιτέρω υλικών που συμβάλλουν στην ευστοχία και εργονομική ευχέρεια της τοποθέτησης των καθετήρων

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΦΛΕΒΟ-ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ ΜΕ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ 12Fr , ΜΗΚΟΥΣ 15-16cm και 20cm.

Αντιμικροβιακός κεντρικός φλεβικός καθετήρας διπλού αυλού, διαμέτρου 12 Fr, από πολυουρεθάνη, κατάλληλος για φλεβο-φλεβική αιμοδιήθηση, ο οποίος να είναι εμποτισμένος με χλωρεξιδίνη και αργυρική σουλφαδιαζίνη), σε όλο το μήκος του, εσωτερικά και εξωτερικά, για πρόληψη των λοιμώξεων που οφείλονται στους καθετήρες, που να διατηρηθεί την αντιμικροβιακή του δράση σταθερά για 30 ημέρες. Να αποδεικνύεται η δράση τους από μεγάλο αριθμό μελετών.. Να διατίθεται σε δύο μήκη: μήκους 15-16cm, κατάλληλου για τοποθέτηση σε έσω σφαγίτιδα φλέβα, και μήκους 20cm, κατάλληλου για τοποθέτηση στη μηριαία φλέβα. Να είναι κατασκευασμένος από βιοσυμβατό, ατοξικό, μη αλλεργικό υλικό, ακτινοσκοπικό με δυνατότητα μακρόχρονης παραμονής στον ασθενή.

Να φέρει διπλό αυλό με ευρεία εσωτερική διάμετρο που να επιτρέπει πολύ υψηλή ροή αίματος >300 ml.

Να είναι καλής μηχανικής εφαρμογής με τα συνδεόμενα στοιχεία του κυκλώματος.

Να συνοδεύεται από τα απαραίτητα υλικά τοποθέτησής του:

- βελόνα παρακέντησης λεπτών αγγειακών τοιχωμάτων
- συρμάτινο οδηγό τύπου «J» με ατραυματικά άκρα, κατά προτίμηση από νιτινόλη, ώστε να μην τσακίζει, με ειδικό σύστημα για προώθηση το σύρματος
- αγγειακό διαστολέα
- ειδικά πώματα για την κάλυψη των ελεύθερων άκρων του καθετήρα δια μέσου των οποίων δύναται να χορηγούνται άλλα υγρά
- σύριγγα ασφαλείας τύπου Raulerson η οποία να φέρει οπή στο έμβολο της διαμέσου της οποίας να περνάει ο συρμάτινος οδηγός χωρίς να αποσυνδέεται η σύριγγα από τη βελόνα ώστε να μειώνεται κατακόρυφα ο κίνδυνος απώλειας του σημείου παρακέντησης για να προφυλάσσεται ο ασθενής από εμβολή αέρα - απώλεια αίματος
- Να περιέχεται σε στείρα ασφαλή συσκευασία
- Να φέρει σήμανση καταλληλότητας του προϊόντος CE

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΦΛΕΒΟ-ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟΙ ΜΟΡΙΑΚΑ ΜΕ ΙΟΝΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ 12Fr , ΜΗΚΟΥΣ 15-16cm και 20cm.

Αντιμικροβιακός κεντρικός φλεβικός καθετήρας διπλού αυλού, διαμέτρου 12 Fr, από πολυουρεθάνη, κατάλληλου για φλεβο-φλεβική αιμοδιήθηση, ο οποίος να είναι μοριακά εμπλουτισμένος με ιόντα αργύρου, σε όλο το μήκος του, εσωτερικά και εξωτερικά, για πρόληψη των λοιμώξεων που οφείλονται στους καθετήρες, που να διατηρηθεί την αντιμικροβιακή του δράση σταθερά για 30 ημέρες. Να αποδεικνύεται η δράση τους από μεγάλο αριθμό μελετών. Να διατίθεται σε δύο μήκη: μήκους 15-16cm, κατάλληλου για τοποθέτηση σε έσω σφαγίτιδα φλέβα, και μήκους 20cm, κατάλληλου για τοποθέτηση στη μηριαία φλέβα.

Να είναι κατασκευασμένος από βιοσυμβατό, ατοξικό, μη αλλεργικό υλικό, ακτινοσκοπικό με δυνατότητα μακρόχρονης παραμονής στον ασθενή.

Να φέρει διπλό αυλό με ευρεία εσωτερική διάμετρο που να επιτρέπει πολύ υψηλή ροή αίματος >300 ml.

Να είναι καλής μηχανικής εφαρμογής με τα συνδεόμενα στοιχεία του κυκλώματος.

Να συνοδεύεται από τα απαραίτητα υλικά τοποθέτησής του:

- βελόνα παρακέντησης λεπτών αγγειακών τοιχωμάτων
- συρμάτινο οδηγό τύπου «J» με ατραυματικά άκρα, κατά προτίμηση από νιτινόλη, ώστε να μην τσακίζει, με ειδικό σύστημα για προώθηση το σύρματος
- αγγειακό διαστολέα
- ειδικά πώματα για την κάλυψη των ελεύθερων άκρων του καθετήρα δια μέσου των οποίων δύναται να χορηγούνται άλλα υγρά
- σύριγγα ασφαλείας τύπου Raulerson η οποία να φέρει οπή στο έμβολο της διαμέσου της οποίας να περνάει ο συρμάτινος οδηγός χωρίς να αποσυνδέεται η σύριγγα από τη βελόνα ώστε να μειώνεται κατακόρυφα ο κίνδυνος απώλειας του σημείου παρακέντησης για να προφυλάσσεται ο ασθενής από εμβολή αέρα - απώλεια αίματος
- Να περιέχεται σε στείρα ασφαλή συσκευασία
- Να φέρει σήμανση καταλληλότητας του προϊόντος CE

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ

· Να είναι ακτινοσκοπιόσκιος και κατασκευασμένος από βιοσυμβατό υλικό, ατοξικό και latex-free.

Το σετ να αποτελείται από:

α) Καθετήρα 2 αυλών ο οποίος να διατίθεται σε μέγεθος 7 Fr με μήκος 15-16 και 20 cm. Οι αυλοί να έχουν διάμετρο 18, 14 Ga, β) ηχογενή βελόνα παρακέντησης 18Ga, γ) 1 σύριγγα με βαλβίδα ασφαλείας Raulerson (για να μειώνεται κατακόρυφα ο κίνδυνος απώλειας του σημείου παρακέντησης, για να προφυλάσσεται ο ασθενής από εμβολή αέρα και απώλεια αίματος), δ) καθετήρα 18Ga, μήκους 6,35cm πάνω σε βελόνα 20Ga, ε) Οδηγό σύρμα J κατά προτίμηση από νιτινόλη σε ειδική εργονομική συσκευή που να διευκολύνει την τοποθέτηση του με το ένα χέρι του χειριστή και να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της προώθησης του συρμάτινου οδηγού με ειδικό 'stop' ανά πάσα στιγμή. στ) διαστολέα, ζ) στηρικτικά πτερύγια για την ασφαλή στερέωση η) σφιγκτήρες προέκτασης αυλών, θ) αυτοκόλλητη συσκευή απόρριψης των βελονών με ασφάλεια (sharp away) (προαιρετικά, θα ληφθεί υπόψη), ι) νυστέρι (προαιρετικά, θα ληφθεί υπόψη).

Να είναι κατασκευασμένος βάση των ISO - Standards και να φέρουν πιστοποίηση ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE MARK).

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ

Να είναι ακτινοσκοπιόσκιος και κατασκευασμένος από βιοσυμβατό υλικό, ατοξικό και latex-free.

Το σετ να αποτελείται από:

α) Καθετήρα 3 αυλών ο οποίος να διατίθεται σε μέγεθος 7 Fr με μήκος 15-16 και 20 cm. Οι αυλοί να έχουν διάμετρο 16, 18, 18 Ga, β) ηχογενή βελόνα παρακέντησης 18Ga, γ) 1 σύριγγα με βαλβίδα ασφαλείας Raulerson (για να μειώνεται κατακόρυφα ο κίνδυνος απώλειας του σημείου παρακέντησης, για να προφυλάσσεται ο ασθενής από εμβολή αέρα και απώλεια αίματος), δ) καθετήρα 18Ga, μήκους 6,35cm πάνω σε βελόνα 20Ga, ε) Οδηγό σύρμα J κατά προτίμηση από νιτινόλη σε ειδική εργονομική συσκευή που να διευκολύνει την τοποθέτηση του με το ένα χέρι του χειριστή και να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της προώθησης του συρμάτινου οδηγού με ειδικό 'stop' ανά πάσα στιγμή. στ) διαστολέα, ζ) στηρικτικά πτερύγια για την ασφαλή στερέωση η) σφιγκτήρες προέκτασης αυλών, θ) αυτοκόλλητη συσκευή απόρριψης των βελονών με ασφάλεια (sharp away) (προαιρετικά, θα ληφθεί υπόψη), ι) νυστέρι (προαιρετικά, θα ληφθεί υπόψη).

Να είναι κατασκευασμένος βάση των ISO - Standards και να φέρουν πιστοποίηση ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE MARK).

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΥΛΩΝ

Να διατίθενται σε σετ που να περιέχει:

α) Καθετήρα 4 αυλών, Latex-free, ο οποίος να διατίθεται σε μέγεθος 8,5Fr με μήκος 15-16 cm και 20 cm. Οι αυλοί να έχουν διάμετρο 14, 16, 18, 18 Ga, β) Ηχογενή βελόνα παρακέντησης 18Ga, γ) 1 σύριγγα με βαλβίδα ασφαλείας Raulerson (για να μειώνεται κατακόρυφα ο κίνδυνος απώλειας του σημείου παρακέντησης, για να προφυλάσσεται ο ασθενής από εμβολή αέρα και απώλεια αίματος), δ) καθετήρα 18Ga, μήκους 6,35cm πάνω σε βελόνα 20Ga ε) Οδηγό σύρμα από νιτινόλη με ευθύ και κεκαμμένο ατραυματικό άκρο J σε ειδική εργονομική συσκευή που να διευκολύνει την τοποθέτηση του με το ένα χέρι του χειριστή και να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της προώθησης του συρμάτινου οδηγού με ειδικό 'stop' ανά πάσα στιγμή, στ) Διαστολέα, ζ) Στηρικτικά πτερύγια για την ασφαλή στερέωση (μέσω ράμματος), η) Σφιγκτήρες προέκτασης αυλών, θ) Αυτοκόλλητη συσκευή απόρριψης των βελονών με ασφάλεια (sharp away), ι) Νυστέρι.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 2 ΑΥΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗ (CAVH)

Να είναι κατάλληλος για παρακέντηση υποκλειδίου, μηριαίας και σφαγίτιδας φλέβας με τη μέθοδο SELDINGER για προσωρινή αγγειακή προσπέλαση για αιμοκάθαρση και να παρέχεται σε μήκος 15-16 cm και 20 cm.

Να είναι κατασκευασμένος από Latex-free, βιοσυμβατό, ατοξικό, μη αλλεργικό υλικό, ακτινοσκοπιόσκιος με δυνατότητα μακρόχρονης παραμονής στον ασθενή.

Να φέρει διπλό αυλό με ευρεία εσωτερική διάμετρο που να επιτρέπει πολύ υψηλή ροή αίματος >300 ml.

Να είναι καλής μηχανικής εφαρμογής με τα συνδεδεμένα στοιχεία του κυκλώματος.

Να συνοδεύεται από τα απαραίτητα υλικά τοποθέτησής του:

- βελόνα παρακέντησης λεπτών αγγειακών τοιχωμάτων
- συρμάτινο οδηγό τύπου «J» με ατραυματικά άκρα με ειδικό σύστημα για προώθηση το σύρματος
- αγγειακό διαστολέα

- ειδικά πώματα για την κάλυψη των ελεύθερων άκρων του καθετήρα δια μέσου των οποίων δύναται να χορηγούνται άλλα υγρά
- σύριγγα ασφαλείας τύπου Raulerson η οποία να φέρει οπή στο έμβολο της διαμέσου της οποίας να περνάει ο συρμάτινος οδηγός χωρίς να αποσυνδέεται η σύριγγα από τη βελόνα ώστε να μειώνεται κατακόρυφα ο κίνδυνος απώλειας του σημείου παρακέντησης για να προφυλάσσεται ο ασθενής από εμβολή αέρα - απώλεια αίματος
- Να περιέχεται σε στείρα ασφαλή συσκευασία
- Να φέρει σήμανση καταλληλότητας του προϊόντος CE

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΠΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΗΠΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΦΛΕΒΙΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ

- Πώματα καθετήρων με σύστημα luer-lock, με ενσωματωμένη βαλβίδα η οποία να επιτρέπει τη χορήγηση φαρμάκων χωρίς τη χρήση βελόνας.
- Να είναι βιοσυμβατά και υποαλλεργικά
- Να φέρουν αντιμικροβιακή επίστρωση αργύρου που καταπολεμά τη μόλυνση από παθογόνους μικροοργανισμούς καθώς και την ανάπτυξη μικροβιακού φορτίου.
- Η αντιμικροβιακή δράση τους να ασκείται από την ελεγχόμενη, σταθερή και σταδιακή απελευθέρωση ιόντων αργύρου κατά την επαφή με υγρό.
- Να επισυνάπτονται επιστημονικές μελέτες που να αποδεικνύουν την αντιμικροβιακή τους αποτελεσματικότητα.

Να φέρει CE mark Class II με την προσκόμιση του αντίστοιχου πιστοποιητικού

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΠΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΦΛΕΒΙΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ

Αντιμικροβιακό πώμα αντισηψίας με ισοπροπυλική αλκοόλη 70%, κατάλληλο για σύστημα χορήγησης χωρίς βελόνη, που χρησιμοποιείται σε Κεντρικούς φλεβικούς καθετήρες.

- Να έχει δυνατότητα παθητικής αντισηψίας σε ένα λεπτό και μείωσης κατά 4log Gram θετικών και αρνητικών βακτηρίων.
- Να είναι υποαλλεργικό και βιοσυμβατό χωρίς να προκαλεί κυτταροτοξικότητα, συστηματική τοξικότητα, αιμόλυση.
- Να έχει δυνατότητα παραμονής μέχρι 7 ημέρες, εφόσον δεν ανοιχτεί μετά την αρχική εφαρμογή.
- Το κάλυμμα του πώματος να είναι από αλουμίνιο για να μην εξατμίζεται η δραστική ουσία.
- Να επισυνάπτονται επιστημονικές μελέτες που να αποδεικνύουν την αντιμικροβιακή τους αποτελεσματικότητα

Να φέρει CE mark Class II με την προσκόμιση του αντίστοιχου πιστοποιητικού.

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΠΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΦΛΕΒΙΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ

- Αντιμικροβιακό πώμα αντισηψίας, για άμεση σύνδεση ή και μέσω 3way (σύνδεση σε ανοιχτό θηλυκό Luer) σε αυλούς Κεντρικών φλεβικών καθετήρων, με ισοπροπυλική αλκοόλη 70%.
- Να έχει δυνατότητα παθητικής αντισηψίας σε ένα λεπτό και μείωσης κατά 4log Gram θετικών και αρνητικών βακτηρίων.
- Να είναι υποαλλεργικό και βιοσυμβατό χωρίς να προκαλεί κυτταροτοξικότητα, συστηματική τοξικότητα, αιμόλυση.
- Να έχει δυνατότητα παραμονής μέχρι 7 ημέρες, εφόσον δεν ανοιχτεί μετά την αρχική εφαρμογή.
- Το κάλυμμα του πώματος να είναι από αλουμίνιο για να μην εξατμίζεται η δραστική ουσία.

Να φέρει CE mark Class II με την προσκόμιση του αντίστοιχου πιστοποιητικού.

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΚΑΛΩΔΙΟ)

Διπολικά ηλεκτρόδια προσωρινής βηματοδότησης με μπαλονάκι ροοκατευθυνόμενα (να μπορούν να τοποθετηθούν χωρίς ακτινοσκόπηση)

- Να είναι κατασκευασμένοι από ισοσυμβατό υλικό
- Να παρέχονται σε ατομική, στείρα και ασφαλή συσκευασία
- Να έχουν διάμετρο 5 έως 6 Fr και μήκος έως 110 cm
- Να είναι επαρκώς και ευκρινώς διαβαθμισμένα

ΣΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Πλήρες set διαδερμικής τοποθέτησης καθετήρα εσωτερικής βηματοδότησης που να περιλαμβάνει: θηκάρι του καθετήρα που εκτός από τον αυλό του ηλεκτροδίου βηματοδότησης, να διαθέτει και αυλό χορήγησης φαρμάκων και προστατευτικό κάλυμμα βελόνα, καθετήρα παρακέντησης, σύρμα, διαστολέα και στυλεό
- Το θηκάρι να παρέχεται και μεμονωμένα και να έχει διάμετρο 0,5 έως 1 Fr μεγαλύτερο του ηλεκτροδίου προσωρινής βηματοδότησης

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 3 ΑΥΛΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ SvO_2

- Κεντρικός φλεβικός καθετήρας τριών αυλών με ενσωματωμένες τις οπτικές ίνες για τη μέτρηση του κορεσμού του φλεβικού αίματος σε οξυγόνο στην άνω κοίλη φλέβα ($ScvO_2$)
- Να περιέχονται σε ατομική, στείρα και ασφαλή συσκευασία.
- Να είναι ακτινοσκοπικοί, κατασκευασμένοι από ισοσυμβατό υλικό που να επιτρέπει την παραμονή του καθετήρα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα
- Να διατίθενται σε μεγέθη 8.5 Fr, μήκους περίπου 20 cm.
- Το set να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα άκρως απαραίτητα υλικά για την τοποθέτηση: οδηγό σύρμα σε σχήμα J επαρκούς μεγέθους, διαστολέα, βελόνα παρακέντησης λεπτών αγγειακών τοιχωμάτων, σύριγγα ασφαλείας, διακόπτες ροής αίματος για κάθε αυλό για αποφυγή διαφυγής αίματος

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ SWAN GANZ ΜΕ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ SvO_2

- Να αποτελείται από βιοσυμβατό υλικό
- Να είναι αποστειρωμένος – ακτινοσκοπικός, σε μέγεθος 8 FR
- Να περιλαμβάνει βελόνα παρακέντησης αγγείων λεπτών τοιχωμάτων συρμάτινο οδηγό, διαστολέα και διακόπτες ροής αίματος σε κάθε αυλό.
- Να φέρει ατραυματικό άκρο, στρογγυλού αυλού να είναι εύκολος στην εισαγωγή να μην αναδιπλώνεται.
- Να διαθέτει ροοκατευθυνόμενο μπαλονάκι το οποίο να καλύπτει τον καθετήρα πριν την άκρη του και διαβαθμισμένη σύριγγα πλήρωσης αυτού.
- Να προσφέρεται από 4-7 αυλούς ανάλογα με την χρήση του.
- Να διαθέτει αυλό για χορήγηση υγρών.
- Να έχει τη δυνατότητα λήψης δειγμάτων φλεβικού αίματος.
- Να έχει τη δυνατότητα συνεχούς μέτρησης καρδιακής παροχής (CO), με ταυτόχρονη μέτρηση του κορεσμού του μικτού φλεβικού αίματος (SVO_2) ή/ και τελοδιαστολικού όγκου της δεξιάς κοιλίας (CEDV) και ταυτόχρονη δυνατότητα χορήγησης φαρμάκων από επιπλέον αυλό από τον οποίο θα γίνεται και μέτρηση της πίεσης του δεξιού κόλπου.
- Να αναφέρεται το υλικό κατασκευής.
- Να είναι κατασκευασμένος βάση των ISO standards και να φέρει την πιστοποίηση ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE Mark)
- Να προσφέρεται με το απαραίτητο συνοδευτικό υλικό.

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ SWAN-GANZ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Οι καθετήρες να είναι 7.5 Fr μήκους 110cm. κατάλληλοι για τη μέτρηση της καρδιακής παροχής με τη μέθοδο θερμοαραίωσης (thermodilution) και ταυτόχρονη δυνατότητα βηματοδότησης
- Οι εσωτερικοί αυλοί να είναι στρογγυλοί ώστε να αποφεύγεται η αναδίπλωση του καθετήρα και να εξασφαλίζεται η ακρίβεια μέτρησης της καρδιακής παροχής
- Η άκρη των καθετήρων να είναι ατραυματική (σφαιρική)
- Το μπαλόνι να μην καλύπτει την άκρη του καθετήρα
- Να προσφέρονται καθετήρες με 4 και 5 αυλούς και ο ένας εκ των αυλών να επιτρέπει την εισαγωγή του ηλεκτροδίου προσωρινής βηματοδότησης
- Ο αυλός της δεξιάς κοιλίας του καθετήρα προσωρινής βηματοδότησης να έχει διαβαθμίσεις
- Να είναι κατασκευασμένος βάση των ISO standards και να φέρει την πιστοποίηση ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE Mark)

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ

(για ανίχνευση ενδοκοιλιακής αιμορραγίας)

- Να διατίθενται σε συσκευασία μιας χρήσεως αποστειρωμένοι
- Να συνοδεύονται από αντίστοιχο τροκάρ
- Να έχουν μήκος 30 $\pm$ 10 εκ.
- Να έχουν πλάγιες οπές στο τελικό τους άκρο
- Να διαθέτουν συνδετικό με κεκαμμένο άκρο και διακόπτη ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση του καθετήρα με την ειδική συσκευή διαλυμάτων

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΕΗΡ ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ ΜΧ

- Να είναι κατασκευασμένοι από PVC ή LATEX ή Σιλικόνη, με αυλό, όλων των μεγεθών και μήκος σωλήνα άνω των 50 εκ.

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN ΜΧ ΑΠΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ N^ο14, 16 και 18.

- Να είναι κατασκευασμένοι από PVC, ακτινοσκιοί, αποστειρωμένοι.
- Να έχουν μήκος από 60 έως 125εκ για χρήση μέσω τραχειοστομίας ή στοματοτραχειακού σωλήνα και να είναι ευκρινώς και επαρκώς βαθμονομημένοι.
- Να φέρουν βαλβίδα ελεγχόμενης αναρρόφησης.
- Να έχουν ατραυματικό άκρο ανοικτό και με πλάγιες οπές.
- Να διατίθενται σε μεγέθη από 12-18 Fr με χρωματικό κώδικα διάκρισης των μεγεθών.
- Να διατίθενται σε ατομική συσκευασία στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης αυτών.
- Να φέρει σήμανση CE.

ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ

- Να είναι Μ.Χ, κατασκευασμένοι από PVC, ακτινοσκιοί, αποστειρωμένοι.
- Να είναι ατραυματικοί, κλειστού άκρου με 5-10 πλαϊνές οπές.
- Να είναι βαθμονομημένοι, στα 45, 55, 65 και 75 cm.
- Να έχουν μήκος περίπου 100 έως 120 cm και διάμετρο 9 έως 14 FR
- Να διαθέτουν συνδετικά για το κλείσιμο των δύο αυλών.
- Να διατίθενται σε ατομική συσκευασία στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης αυτών.
- Να διατίθενται σε όλα τα μεγέθη.

ΕΝΤΑΦΙΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ INTRAPORT

- Ο σωλήνας του port να είναι κατασκευασμένος από ακτινοσκιορή πολυουρεθάνη · Να είναι διαβαθμισμένος σε cm και το μήκος του σωλήνα να είναι 50-60 cm.
- Να διατίθενται τόσο σαν προσυνδεδεμένα από τον κατασκευαστή όσο και σαν μη προσυνδεδεμένα σε αναλογία προσφοράς προσυνδεδεμένων προς μη προσυνδεδεμένα 80 προς 20.
- Το τύμπανο του port να είναι από τιτάνιο ή σκληρό ακτινοσκιορό πλαστικό.
- Η μεμβράνη του port να είναι από σιλικόνη αντοχής μέχρι και 2000-3000 τρυπήματα. · Μεγέθη από 6 έως 9 Fr.
- Να διατίθεται σε σετ που να περιλαμβάνει τα απαραίτητα για την παρακέντηση και τοποθέτηση του port με τη μέθοδο Seldinger.

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON ΜΧ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ

- Να είναι κατασκευασμένοι από πολυουρεθάνη ή σιλικόνη.
- Να αναγράφεται το υλικό κατασκευής τους.
- Να διαθέτουν κυλινδρική κεφαλή και οπές πριν το τέλος τους, να είναι αποστειρωμένοι και μιας χρήσεως. · Να διατίθενται σε μεγέθη από 8-24 CH με χρωματικό κωδικό διάκρισης των μεγεθών. · Να έχουν μήκος από 45 cm έως 60 cm περίπου
- Να προσφέρονται με προστατευτικό κάλυμμα.
- Να προσφέρονται αποστειρωμένοι και σε ατομική συσκευασία.
- Να φέρουν σήμανση CE.

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΧ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Το υλικό να είναι ισοσυμβατό PTFE και να μη διαστέλλεται με τη θερμοκρασία του σώματος.
- Να είναι παραγωγής τελευταίου εξαμήνου προ της παραδόσεως
- Η συσκευασία τους να αποτελείται από επικυρωμένο χαρτί που δεν σχίζεται και πλαστική μεμβράνη, για να διατηρούνται στο ακέραιο οι συνθήκες αποστείρωσης.
- Να είναι κατασκευασμένα βάση των ISO-Standards και να φέρουν πιστοποίηση ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE-Mark).
- Να διαθέτουν βαλβίδα ασφαλείας μη παλινδρόμησης
 - ο από σιλικόνη
 - ο να έχει αντοχή στην πίεση έως 0,4 bar.
 - ο να έχει είσοδο έγχυσης φαρμάκου με καπάκι (πώμα).
 - ο το καπάκι (πώμα) της βαλβίδας να έχει εγκοπή luer- lock για ασφαλέστερη χορήγηση φαρμάκων
- Ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωμα διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική διάμετρο για να μην αυξομειώνεται η ροή και να μη δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα.
- Ο οδηγός – στυλός να έχει πολύ καλή εφαρμογή με τον καθετήρα, ώστε να αποφεύγεται η συρρίκνωσή του, να επιτυγχάνεται η άμεση φλεβοκέντηση, χωρίς να χρειάζεται δεύτερη ή τρίτη προσπάθεια (μείωση κόστους – αποφυγή ταλαιπωρίας ασθενών από τρώση αγγείων.)
- Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος, επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση
- Ο καθετήρας να μπορεί να παραμένει στον ασθενή τουλάχιστον 48 ώρες χωρίς να χρειάζεται αλλαγή (μείωση κόστους).
- Να διαθέτει πτερύγια στήριξης.
- Να προσφέρονται όλα τα μεγέθη με το χρωματικό κώδικα διάκρισης των μεγεθών G 14 – 26, μήκος 25-42 mm και ροή από 25 ml/min έως 265 ml/min

ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΧ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ

Κλειστό σύστημα φλεβοκέντησης που:

1. Αποτελείται από καθετήρα πολυουρεθάνης με οδηγό βελόνα, μακράς παραμονής στην φλέβα (έως 144 ώρες).
2. Ο καθετήρας να διαθέτει βελόνη με παράθυρο επιβεβαίωσης για ταχεία αναρροή του αίματος,
3. Ο καθετήρας να διαθέτει παθητικό μηχανισμό ασφάλισης της βελόνας, για προστασία του νοσηλευτικού προσωπικού από τυχαία τρυπήματα και ενσωματωμένη προέκταση μονού αυλού ώστε οι χειρισμοί να γίνονται μακριά από το σημείο φλεβοκέντησης για να αποτρέπεται η εμφάνιση μηχανικής θρομβοφλεβίτιδας.
4. Να έχει αντοχή σε υψηλές πιέσεις έως και 300 psi, Latex free, DEHP Free. Να διατίθεται σε μεγέθη 18, 20, 22, 24G.

Το παραπάνω σύστημα κρίνεται απαραίτητο καθώς προστατεύει το ιατρικό/νοσηλευτικό προσωπικό από τυχαίους τραυματισμούς από τη βελόνα φλεβοκέντησης, διασφαλίζει τη χορήγηση των κυτταροστατικών φαρμάκων με τρόπο ώστε να μην υπάρχει διαφυγή τοξικών σταγονιδίων στο περιβάλλον και στον παρακείμενο περιβάλλον της θεραπείας. Η κλειστή οδός χορήγησης ελαχιστοποιεί την πιθανότητα διαρροής αίματος και μόλυνσης του προσωπικού από την επαφή του με αυτό.

ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ SCALP VEIN ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΧ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ

- Να είναι κατασκευασμένοι από μη τοξικό υλικό
- Να φέρουν σωληνάκι περίπου 30εκ, μαλακό και εύκαμπτο, με επιστόμιο luer-lock, στερεά συνδεδεμένο με τη βελόνα και καλής ποιότητας πώμα ασφαλείας
- Η βελόνα να είναι ατραυματική (σιλικοναρισμένη)
- Να προσφέρονται σε μεγέθη από 18 G έως 26 G
- Να είναι παραγωγής τελευταίου εξαμήνου προ της παραδόσεως
- Να περιέχεται σε ατομική συσκευασία ΕΤΟ και στην συσκευασία να αναγράφεται ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης των και με εμφανή τα διεθνή σημεία καταλληλότητας προϊόντος CE σήμανση

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

- Να είναι κατασκευασμένοι από υλικό εύκαμπτο αλλά να μην επιτρέπει να συμπίπτουν τα τοιχώματα του
- Το άκρο να είναι ευθύ, κλειστό, στρογγυλεμένο, ατραυματικό
- Το μήκος του να είναι 40 εκ να διαθέτει ευρείες πλευρικές οπές
- Να διατίθεται σε όλα τα μεγέθη από 18-32 Fr, και σε ατομική συσκευασία

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΛΟΙ ΜΧ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ

- Να είναι μχ, ακτινοσκοπικοί, λείοι, κατασκευασμένοι από μη τοξικό υλικό που να μη λυγίζει ή να συμπίπτουν τα τοιχώματα του
- Να διατίθενται σε μέγεθος από 8-18 Fr και να φέρουν τον χρωματικό κώδικα διάκρισης των μεγεθών
- Να έχουν μήκος μεγαλύτερο από 45εκ και να διαθέτουν πλάγιες οπές για χρήση μέσω τραχειοστομίας ή στοματοτραχειακού σωλήνα
- Να είναι ανοιχτού ατραυματικού άκρου
- Να είναι αποστειρωμένοι, συσκευασμένοι σε ατομική συσκευασία
- Να αναγράφεται στη συσκευασία το υλικό κατασκευής τους και η ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης τους
- Να αναφέρεται η ύπαρξη ειδικής γωνίωσης για ευέλικτη εισαγωγή δεξιά ή αριστερά. · Να φέρουν βαλβίδα ελεγχόμενης αναρρόφησης ή να προσφέρεται χωριστά
- Να φέρουν εμφανή τα διεθνής σημεία καταλληλότητας του προϊόντος CE

ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΝΗΣΤΙΔΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΧ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ

- Να διατίθεται σε αποστειρωμένο σετ με όλα τα απαραίτητα για την τοποθέτηση της νηστιδοστροστομίας:
- Α) Σύστημα στερέωσης γαστρικού τοιχώματος πάνω στο πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα (βελόνα διαδερμικής παρακέντησης, σύστημα αγκίστρων για την έλξη του γαστρικού τοιχώματος-ΓΑΣΤΡΟΠΗΞΙΑ).
- Β) Καθετήρα νηστιδοστροστομίας εξωτερικής διαμέτρου 16-24 Fr., διπλού αυλού με μπαλόνι συγκράτησης εντός του εντέρου χωρητικότητας 10-15 ml μήκους 70-100 cm ώστε να προωθείται προς τη νήστιδα με τη βοήθεια συρμάτινου οδηγού υδρόφιλου τύπου διαμέτρου 0.035 mm.

Σελίδα 42

- Γ) Οδηγό σύρμα τύπου Amplatz super stiff.
- Δ) Πολλαπλούς διαστολείς δέρματος.
- Ε) Θηκάρι τύπου peel-away κατάλληλου για την εισαγωγή του καθετήρα σίτισης.
- Απαραίτητη η ύπαρξη εντός του σετ και μικρού αγγειογραφικού καθετήρα 5 Fr με ελαφρώς κεκαμμένο άκρο τύπου Vertbral.

ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΧ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ

- Πρέπει να διατίθεται σετ αποστειρωμένο με όλα τα απαραίτητα για την τοποθέτηση της γαστροστομίας:
- Α) Σύστημα στερέωσης γαστρικού τοιχώματος πάνω στο πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα (βελόνα διαδερμικής παρακέντησης, σύστημα αγκίστρων για την έλξη του γαστρικού τοιχώματος-ΓΑΣΤΡΟΠΗΞΙΑ).
- Β) Καθετήρα γαστροστομίας από βιοσυμβατό και εύκαμπτο υλικό, εξωτερικής διαμέτρου 15-24 Fr., διπλού αυλού με μπαλόνι συγκράτησης εντός του στομάχου χωρητικότητας 10-15 ml, αρίθμηση ανά εκατοστό και συνδετικό άνοιγμα «Υ» για ταυτόχρονη χορήγηση τροφής και φαρμάκων. Να υπάρχει η δυνατότητα (λόγω κατασκευής) αφαίρεσής του χωρίς να απαιτείται νέα γαστροσκοπηση.
- Γ) Οδηγό σύρμα τύπου Amplatz super stiff.
- Δ) Διαστολείς δέρματος, χειρουργικό νυστέρι.
- Ε) Θηκάρι τύπου peel-away κατάλληλου για την εισαγωγή του καθετήρα σίτισης. · Ζ) Συνδετικά που θα επιτρέπουν την σύνδεση του καθετήρα γαστροστομίας με τις συσκευές σίτισης.

ΣΕΤ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ

Το σετ πρέπει να περιέχεται σε συσκευασία που θα διασφαλίζει την ακεραιότητα και την αποστείρωσή του και να περιέχει:

- Καθετήρα αλλαγής γαστρονομίας από βιοσυμβατό και εύκαμπτο υλικό, εξωτερικής διαμέτρου 16-24 Fr., διπλού αυλού με μπαλόνι συγκράτησης εντός του στομάχου χωρητικότητας 10-15 ml, αρίθμηση

ανά εκατοστό και συνδετικό άνοιγμα «Υ» για ταυτόχρονη χορήγηση τροφής και φαρμάκων. Να υπάρχει η δυνατότητα (λόγω κατασκευής) αφαίρεσής του χωρίς να απαιτείται νέα γαστροσκοπία.

· Συνδετικά που θα επιτρέπουν την σύνδεση του καθετήρα γαστροστομίας με τις συσκευές σίτισης

ΣΕΤ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΝΗΣΤΙΔΟΣΤΟΜΙΑΣ

Οι προδιαγραφές είναι ίδιες με αυτές της γαστροστομίας εκτός του καθετήρα σίτισης, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να είναι επιμηκέστερος εκείνου της γαστροστομίας (70-100 cm), σε μεγέθη από 9 – 15 Fr και να προωθείται προς τη νήστιδα με τη βοήθεια συρμάτινου οδηγού. Να είναι κατασκευασμένος από πολυουρεθάνη, ακτινοσκοπικός, με εσωτερικό δίσκο σταθεροποίησης από σιλίκονη. Επίσης 2 τροκάρ (το μεγάλο με οδηγό και το μικρό αποσχιζόμενο) και σύνδεσμο luer lock.

Απαραίτητη η ύπαρξη εντός του σετ και μικρού αγγειογραφικού καθετήρα 5 Fr με ελαφρώς κεκαμμένο άκρο τύπου Vertbral.

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

· Σύστημα αποτελούμενο από πλαστικό μανόμετρο για τη μέτρηση της ΚΦΠ,

· Κεντρικό φλεβικό καθετήρα 72 cm μέσα σε ειδικό τύμπανο για τη μέτρηση της ΚΦΠ, αποστειρωμένο και ελεύθερο πυρετογόνων.

· Να έχει συρμάτινο οδηγό ακτινοσκοπικό με εξωτερικά σιλικοναρισμένη βελόνα και διαστολέα.

· Στη συσκευασία να περιλαμβάνεται και φλεβικός καθετήρας 13G, μήκους 5.1 cm ο οποίος θα χρησιμοποιείται για την εισαγωγή του καθετήρα.

ΣΥΣΤΗΜΑ (ΣΕΤ) ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ

Το σετ πρέπει να περιέχει

- Ειδικές βελόνες:
 - ο Πλήρως μονωμένες με νευροδιέγερση μόνο από την ακμή της λοξότμησης στην κορυφή για τον πιο ακριβή εντοπισμό το νεύρου
 - ο Διαφόρων τύπων με διαφορετικά μήκη για όλους τους περιφερικούς νευρικούς αποκλεισμούς (18, 20, 21, 22, 23, 25 G)
 - ο Να ελαττώνουν την πιθανότητα τραυματισμού των αιμοφόρων αγγείων –
 - ο Να μην εμφανίζουν το φαινόμενο απόφραξης του στομίου
- Να υπάρχει ενσωματωμένο καλώδιο σύνδεσης για το νευροδιεγέρτη
- Να υπάρχει καθετήρας, φίλτρο και στηρικτικό καθετήρα
- Να υπάρχει δυνατότητα συνεχούς νευροδιέγερσης από τον καθετήρα
- Να είναι αποστειρωμένο μιας χρήσης
- Να φέρει εμφανή τα διεθνής σημεία καταλληλότητας του προϊόντος CE

ΣΕΤ ΠΕΡΙΟΧΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

Το σετ πρέπει να περιέχει αποστειρωμένα τα παρακάτω: κύπελο για αντισηπτικό διάλυμα, τολύπια βάμβακος, υλικό για την τοπική απολύμανση, αντισηπτικό υγρό, πλαστική λαβίδα, αδιάβροχο αποστειρωμένο πεδίο και αποστειρωμένα γάντια μχ.

SET ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ

Το set να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένο και να αποτελείται από:

- **1. Βελόνη επισκληριδίου αναισθησίας** TUOHY, κυρτή, με ατραυματικό άκρο, να φέρει οδηγό για ατραυματικό πέρασμα από τους ιστούς, πτερύγια στήριξης αποσπώμενα, να είναι βαθμονομημένη ανά 1cm, αποστειρωμένη, μίας χρήσης και να είναι latex free. Να είναι διαθέσιμες σε νούμερα 16 και 18G και μήκος 8, 9 και 11cm
 - **2. Βελόνη ραχιαίας αναισθησίας** ατραυματική, pencil-point 25-27G, με στυλεό από ανοξείδωτο ατσάλι και χρωματική σήμανση μεγέθους. Να φέρει διαφανή πλαστική λαβή.
- Για απόλυτη ασφάλεια πρέπει οι δύο βελόνες να έχουν σύστημα που να κλειδώνει η μία μέσα στην άλλη.**
- **3. Καθετήρα επισκληριδίου αναισθησίας** κατασκευασμένος από ιστοσυμβατό υλικό, διαφανές, με αντοχή στο τσάκισμα. Να έχει ατραυματικό άκρο. Να είναι διαβαθμισμένος ανά 1 cm, να φέρει πάγιες οπές και να έχει δυνατότητα παροχής υψηλής ροής ανά λεπτό. Να είναι μίας χρήσης αποστειρωμένος, latex free και ακτινοσκοπικός.

- **4. Σύριγγα ανεύρεσης επισκληριδίου χώρου**, χωρίς αντίσταση, των 10 ml με διαβάθμιση. Να είναι κατάλληλη για τεχνική με αέρα και με φυσιολογικό ορό. Να είναι αποστειρωμένη, μίας χρήσης και latex free.
- **5. Φίλτρο επισκληριδίου αναισθησίας πλακέ**, που να παρέχει πλήρη προστασία κατά των βακτηριδίων, με υδρόφιλη μεμβράνη. Να είναι διάφανο και να φέρει συνδετικά ασφάλειας (luer lock) Να έχει διηθητική ικανότητα 0,2 micron. Να είναι αποστειρωμένο, μίας χρήσης και latex free. Να είναι κατάλληλα σχεδιασμένο για μεγάλο διάστημα παραμονής
- **6. Πλαστικό οδηγό** για την εύκολη τοποθέτηση του επισκληριδίου καθετήρα.

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΧ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ

- Να είναι κατασκευασμένοι από ιστοσυμβατό υλικό με επικάλυψη σιλικόνης και να μη διαστέλλεται με τη θερμοκρασία του σώματος.
- Να έχουν λεπτό τοίχωμα, διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική διάμετρο, έτσι ώστε να μην αυξομειώνεται η ροή και να μη δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός.
- Να διαθέτει πτερύγια στήριξης
- Ο οδηγός στυλός να έχει καλή εφαρμογή με τον καθετήρα
- Να έχουν διακόπτη ροής αίματος (flow-switch), ώστε να αποφεύγεται πλήρως ο κίνδυνος διαφυγής αίματος ή εμβολή αέρα.
- Να προσφέρεται σε όλα τα μεγέθη με χρωματικό κώδικα διάκρισης των μεγεθών
- Να περιέχεται σε χαρτί που να μην σχίζεται εύκολα και πλαστική μεμβράνη για να διατηρούνται στο ακέραιο οι συνθήκες αποστείρωσης
- Να αναφέρεται η ημερομηνία λήξης αποστείρωσης.

Να έχουν διακόπτη ροής αίματος (flow-switch), ώστε να αποφεύγεται πλήρως ο κίνδυνος διαφυγής αίματος ή εμβολή αέρα.

Καθετήρας για πρόσβαση σε κερκιδική αρτηρία 20G και μήκους 45mm από PTFE που διαθέτει διακόπτη ροής με on-off (flow-switch) και χρωματική σήμανση ενδεικτική της αρτηριακής γραμμής (κόκκινη)

Το υλικό θα πρέπει να είναι να είναι PVC και DEHP free και να αναγράφεται στο εσώκλειστο της συσκευασίας.

Η εκάστοτε προσφέρουσα εταιρεία θα πρέπει να καταθέτει υποχρεωτικά Βεβαίωση του κατασκευαστή ότι υφίσταται επίσημη συνεργασία καθώς και εξουσιοδότηση και εκπαίδευση από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη, ώστε να εναρμονίζεται με Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

SET ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ MINI PACK Νο 18 ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΡΑ

Το σετ θα πρέπει να περιέχει:

- **Βελόνη επισκληριδίου αναισθησίας TUOHY**, κυρτή, με ατραυματικό άκρο, να φέρει οδηγό για ατραυματικό πέρασμα από τους ιστούς, πτερύγια στήριξης αποσπώμενα, να είναι βαθμονομημένη ανά 1cm, αποστειρωμένη, μίας χρήσης και να είναι latex free. Να είναι διαθέσιμες σε Νο.18G και μήκος 8, 9 και 11cm
- **Καθετήρα επισκληριδίου αναισθησίας** κατασκευασμένο από ιστοσυμβατό υλικό, διαφανές με αντοχή στο τσάκισμα. Να έχει κλειστό ατραυματικό άκρο. Να είναι διαβαθμισμένος ανά 1cm και να φέρει πλάγιες οπές, να είναι μιας χρήσεως, αποστειρωμένος, latex free και ακτινοσκοπικός.
- **Φίλτρο επισκληριδίου αναισθησίας** πλακέ, αντιμικροβιακό, με υδρόφιλη μεμβράνη. Να είναι διάφανο και να φέρει συνδετικά ασφάλειας. (Luer lock) Να έχει διηθητική ικανότητα 0,2 micron. Να είναι αποστειρωμένο, μίας χρήσης και latex free.
- **Σύριγγα ανεύρεσης επισκληριδίου χώρου** με αέρα η υγρό (loss of resistance).

Φίλτρα επισκληριδίου αναισθησίας

- Να είναι πλακέ, αντιμικροβιακά, με υδρόφιλη μεμβράνη.
- Να είναι διάφανα και να φέρουν συνδετικά ασφάλειας (Luer lock)
- Να έχουν διηθητική ικανότητα 0,2 micron.
- Να είναι αποστειρωμένα, μίας χρήσης και latex free.

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΘΩΡΑΚΟΣ TROCAR μχ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

- Να είναι κατασκευασμένοι από PVC αποστειρωμένοι και ακτινοσκοπικοί
- Να είναι βαθμονομημένοι επαρκώς και με ευκρίνεια
- Να διαθέτουν συνδετικό για σύνδεση με την παροχέτευση

- Να φέρουν στο άκρο τους παραπάνω από μια οπές
- Να διαθέτουν μεταλλικό τροκάρ ατραυματικό,
- Να διατίθενται όλα τα μεγέθη από 14 έως 32 και μήκος από 28 έως 40 με χρωματικό κώδικα διάκρισης των μεγεθών
- Να φέρονται σε ατομική συσκευασία

SET ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ SWAN-GANZ

Να προσφέρεται σε πλήρες set αποτελούμενο από:

- Εισαγωγή με ρυθμιζόμενη αιμοστατική βαλβίδα και προέκταση με ενσωματωμένο three way · Διαστολέα ακτινοσκιερό
- Βελόνα παρακέντησης κεντρικής φλέβας
- Καθετήρα εισαγωγής 16 G
- Οδηγό σύρμα με δύο διαφορετικές αιχμές σε σχήμα “J” επαρκούς μήκους
- Προστατευτικό στυλεό απόφραξης του καθετήρα
- Προστατευτικό κάλυμμα
- Νυστέρι
- Ο εισαγωγέας να είναι κατασκευασμένος από βιοσυμβατό υλικό
- Να διατίθεται σε μεγέθη από 5^{1/2} Fr. έως 9 Fr.
- Να αναφέρεται :ο κωδικός προϊόντος, η ημερομηνία παραγωγής, η ημερομηνία λήξης αποστείρωσης και ο αριθμός CE

ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ FEEDING TUBE, ΜΑΛΑΚΟΙ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΟΔΗΓΟ

- Να έχουν μήκος από 120-130 cm
- Να είναι κατασκευασμένοι από PVC η σιλικόνη
- Να είναι ακτινοσκιεροί και να φέρουν διαβαθμίσεις.
- Να φέρουν πολλαπλές οπές στο άκρο τους το οποίο να είναι ατραυματικό

ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΟΝΗΣΤΙΑΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ (ΝΗΣΤΙΑΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΓΑΣΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟ).

- Να έχουν μήκος από 100-200 cm
- Να φέρουν συρμάτινο οδηγό στον ένα από τους δύο αυλούς.
- Να είναι κατασκευασμένοι από σιλικόνη η PVC.
- Να είναι διαβαθμισμένοι.
- Να φέρουν πολλαπλές οπές στο άκρο τους το οποίο να είναι ατραυματικό.
- Στο άλλο άκρο τους να φέρουν σύστημα σύνδεσης με συσκευές χορήγησης υγρών και συσκευές παροχέτευσης

ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΟΝΗΣΤΙΑΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ

- Να έχουν μήκος από 100-200 cm
- Να φέρουν συρμάτινο οδηγό στον ένα από τους δύο αυλούς.
- Να είναι κατασκευασμένοι από σιλικόνη η PVC.
- Να είναι διαβαθμισμένοι.
- Να φέρουν πολλαπλές οπές στο άκρο τους το οποίο να είναι ατραυματικό.
- Στο άλλο άκρο τους να φέρουν σύστημα σύνδεσης με συσκευές χορήγησης υγρών και συσκευές παροχέτευσης

SET ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ

Το SET πρέπει να περιλαμβάνει:

- Καθετήρα ουροδόχου κύστης αποστειρωμένο, μχ όπως αυτός περιγράφεται στις προδιαγραφές ουροκαθετήρων Να διατίθενται καθετήρες όλων των μεγεθών
- Οι καθετήρες να διατίθενται σε ατομική ολοκληρωμένη συσκευασία έτοιμη προς χρήση που να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά που χρειάζονται για την τοποθέτησή του: επιδεσμικό υλικό για την τοπική απολύμανση, αντισηπτικό υγρό, τζελ, σύριγγα, πλαστική λαβίδα, αδιάβροχο αποστειρωμένο πεδίο, αποστειρωμένα γάντια μχ)

- Να αναφέρονται στη συσκευασία το μέγεθος του καθετήρα και το υλικό κατασκευής του, και η ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης
- Να προσφέρονται όλα τα μεγέθη, αποστειρωμένα σε ειδική συσκευασία

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ (PICCO)

Καθετήρες για μέτρηση καρδιακής παροχής από περιφερειακή αρτηρία PiCCO

- 1) Οι καθετήρες να έχουν τη δυνατότητα μέτρησης:
 - a) Συνεχούς καρδιακής παροχής με τη μέθοδο της διαπνευμονικής θερμοαραίωσης με ανάλυση παλμό προς παλμό: $tdCI$ ($l/min/m^2$), με δυνατότητα χειροκίνητης βαθμονόμησης στις αλλαγές του αγγειακού τόνου για μεγαλύτερη αξιοπιστία μέτρησης.
 - b) Καρδιακής συχνότητας - HR ($1/min$)
 - c) Δείκτη ολικού τελοδιαστολικού όγκου: GEDI (ml/m^2), δείκτης του καρδιακού προφορτίου
 - d) Δείκτη εξωαγγειακού πνευμονικού ύδατος: ELWI (ml/m^2), δείκτης πνευμονικού οιδήματος
 - e) Δείκτη καρδιακής λειτουργίας: CFI ($1/min$), δείκτης συσταλτικότητας της καρδιάς
 - f) Διακύμανση όγκου παλμού: SVV (%), για αξιολόγηση ανταπόκρισης χορήγησης υγρών
 - g) Δείκτη αντίστασης αγγειακού συστήματος ασθενή: SVRI ($dyn \cdot s \cdot cm^{-5} \cdot m^2$), δείκτης καρδιακού μεταφορτίου
 - h) Μέσης αρτηριακής πίεσης: MAP (mmhg)
 - i) Συστολικής αρτηριακής πίεσης: AP sys (mmhg)
 - j) Διαστολικής αρτηριακής πίεσης: AP dia (mmhg)
 - k) Δείκτη πνευμονικής αγγειακής διαπερατότητας: PVPI, για τη διάγνωση της αιτίας του πνευμονικού οιδήματος (καρδιογενές πνευμονικό οίδημα ή πνευμονικού οιδήματος λόγω της διαπερατότητας των τριχοειδών αγγείων)

2) Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής των διαστάσεων των καθετήρων στις εξής:

- a) Διαμέτρου: 5 French και Μήκους: 20cm για χρήση σε ενήλικες στη μηριαία αρτηρία
- b) Διαμέτρου: 4 French και Μήκους: 22cm για χρήση σε ενήλικες στη κάτω βραχιόνια αρτηρία ή μηριαία αρτηρία
- c) Διαμέτρου: 4 French και Μήκους: 16cm για χρήση σε μικρόσωμους ενήλικες στη μηριαία αρτηρία ή σε ενήλικες στην άνω βραχιόνια αρτηρία

3) Το ΚΙΤ να περιλαμβάνει σύστημα για τη σύνδεση με τον υπάρχοντα καθετήρα κεντρικής φλέβας, για την πραγματοποίηση της έγχυσης (θερμοαραίωση), χωρίς απαίτηση μορφομετατροπέα πίεσης και τον μορφομετατροπέα πίεσης για την αντίστοιχη αρτηριακή γραμμή.

Η ανάδοχη εταιρία να παραχωρήσει ως συνοδό εξοπλισμό συσκευή αιμοδυναμικής παρακολούθησης με συνεχή μέτρηση καρδιακής παροχής και εξωαγγειακού νερού στον πνεύμονα.

ΓΡΑΜΜΗ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΪΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ (FLOTRAC):

-Γραμμή πίεσης μονού αυλού μήκους 150εκ, με σύστημα ασφαλούς αιμοληψίας, για τη μέτρηση και παρακολούθηση της καρδιακής παροχής, του όγκου παλμού και των μεταβολών του (SV και SVV), καθώς και των συστηματικών αγγειακών αντιστάσεων, με ανάλυση της κυματομορφής της αρτηριακής πίεσης (pulse contour analysis), μέσω μη ειδικού περιφερικού αρτηριακού καθετήρα.

-Να συνοδεύεται από σχετική βιβλιογραφία

Σημειώνεται ότι η εταιρεία οφείλει να παραδώσει προς χρήση στο νοσοκομείο, συσκευή μέτρησης της καρδιακής παροχής με δυνατότητα λειτουργίας του μηχανήματος για ένα έτος (σύστημα Vigileo)

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ BAL

-Καθετήρας για εφαρμογή τεχνικής mini- BAL χωρίς τη χρήση βρογχοσκοπίου, που επιτρέπει την απλή και αποτελεσματική βρογχοκυψελιδική έκπλυση

-Να διαθέτει προστατευόμενο τηλεσκοπικό καθετήρα 12 Fr -4,4mm με ακτινοσκοπικό, ατραυματικό άκρο τύπου «μανιταριού» υψηλής ποιότητας

-Να έχει αρίθμηση ανά 2 εκ. από τα 16 εκ. έως τα 50 εκ.

-Να διαθέτει ενσωματωμένη στρόφιγγα 3-way

-Να διαθέτει κωνικό συνδετικό με εγκοπές (ψαράκι) και άκρο luer -lock

-Να διαθέτει σύστημα προσαρμογής σε σύστημα κλειστής αναρρόφησης χωρίς διαρροές

-Να διαθέτει εξωτερικό καθετήρα προστασίας 16Fr.-5.3mm κυρτού άκρου, μήκους 48εκ.

-Να διαθέτει σύστημα κλεισίματος που να επιτρέπει ταυτόχρονα τον αερισμό του ασθενή και την εισαγωγή του καθετήρα.

-Να διαθέτει υποδοχή παροχής οξυγόνου luer-lock.

-Να επιτρέπει την εκλεκτική εισαγωγή σε αριστερό ή δεξιό βρόγχο

-Να διαθέτει γωνιώδες συνδετικό 15mm για τη σύνδεση με τον ενδοτραχειακό σωλήνα

-Αποστειρωμένο, LATEX free

-Να συνοδεύεται από βιβλιογραφία

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΣΜΟ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΒΡΟΓΧΩΝ

-Αποστειρωμένοι καθετήρες διπλού αυλού με μπαλόνι μίας χρήσης για ενδοσκοπικό επιπωματισμό αιμορραγικών βλαβών σε βρόγχους σε ασθενείς με σημαντική αιμόπτυση

-Να συνοδεύεται από σχετική βιβλιογραφία

ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

-Κλειστό σύστημα προστατευμένης βρογχοαναρρόφησης, που επιτρέπει τη διενέργεια βρογχοαναρρόφησης άσηπτα δίχως την αποσύνδεση του διασωληνωμένου ασθενή από τον αναπνευστήρα και με ειδικό μηχανισμό κλειδώματος της αναρρόφησης:

-Να διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα μεγάλης αντοχής και υψηλής ποιότητας

-Να είναι ενιαίο σύστημα χωρίς ανταλλακτικά μέρη

-Να έχει με διπλό συνδετικό ενδοτραχειακό καθετήρα αποστειρωμένο, Latex Free, που να διατίθεται σε δύο μήκη και συγκεκριμένα μήκους περίπου 60cm για χρήση σε ενδοτραχειακούς καθετήρες και μήκους περίπου 40cm για τραχειοστομία, ενιαίο, αποστειρωμένο.

-Η βαλβίδα ελέγχου αναρρόφησης να κλειδώνει με περιστροφή, απομονώνοντας πλήρως τον καθετήρα αναρρόφησης από το μηχανικό αερισμό μετά το τέλος της αναρρόφησης, ώστε να αποφεύγεται πιθανή ακούσια αναρρόφηση.

-Να διαθέτει διπλό περιστρεφόμενο συνδετικό σύνδεσης (DOUBLE SWIVEL ELBOW) με τον τραχειοσωλήνα (περιστροφή 360°), που εκτός από τη βαλβίδα ελεγχόμενης αναρρόφησης με περιστρεφόμενο κλειδώμα ασφαλείας, να διαθέτει και βαλβίδα με δυνατότητα για lavage και αυτόματη πλύση του άκρου του.

-Ο καθετήρας αναρρόφησης να έχει ανοικτό άκρο ατραυματικό, να είναι πλήρως αριθμημένος σε όλο το μήκος του, με ακτινοσκοπικό άκρο και τουλάχιστον 2 πλευρικές οπές. Να διαθέτει καρτέλα με έγχρωμα αυτοκόλλητα επισημάνσεις της ημέρας τοποθέτησης-αλλαγής.

-Να διαθέτει ενσωματωμένο διαφανή θάλαμο ξεπλύματος του καθετήρα

-Το σύστημα να διαθέτει εσωτερική βαλβίδα η οποία να επιτρέπει α) την ελεύθερη εισαγωγή του καθετήρα και β) κατά την έξοδό του να τον περισφίγγει αφαιρώντας κάθε ρυπαρότητα.

-Να περιλαμβάνει πτυσσόμενη κρικοειδή προέκταση σύνδεσης με το αναπνευστικό κύκλωμα.

-Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τουλάχιστον 72 ώρες.

-Με εξάρτημα διευκόλυνσης της αποσύνδεσης από το σωλήνα.

-Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη: 12Fr, 14Fr και 16Fr

-Να συνοδεύεται από σχετική βιβλιογραφία.

ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Κλειστό σύστημα προστατευμένης βρογχοαναρρόφησης, που επιτρέπει τη διενέργεια βρογχοαναρρόφησης άσηπτα, βρογχοσκοπήσης και χορήγησης φαρμάκων σε μορφή αεροζόλης δίχως την αποσύνδεση του διασωληνωμένου ασθενή από τον αναπνευστήρα και με ειδικό μηχανισμό κλειδώματος της αναρρόφησης:

- Να διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα μεγάλης αντοχής και υψηλής ποιότητας
- Να έχει με διπλό συνδετικό ενδοτραχειακό καθετήρα αποστειρωμένο, Latex Free, που να διατίθεται σε δύο μήκη και συγκεκριμένα μήκους περίπου 60cm για χρήση σε ενδοτραχειακούς καθετήρες και μήκους περίπου 40cm για τραχειοστομία, ενιαίο, αποστειρωμένο.
- Με βαλβίδα ελέγχου αναρρόφησης, η οποία να κλειδώνει με περιστροφή, απομονώνοντας πλήρως τον καθετήρα αναρρόφησης από το μηχανικό αερισμό μετά το τέλος της αναρρόφησης, ώστε να αποφεύγεται πιθανή ακούσια αναρρόφηση.
- Να διαθέτει αποσπώμενο διπλό περιστρεφόμενο συνδετικό σύνδεσης (DOUBLE SWIVEL ELBOW) με τον τραχειοσωλήνα (περιστροφή 360°), που εκτός από τη βαλβίδα ελεγχόμενης αναρρόφησης με περιστρεφόμενο κλείδωμα ασφαλείας, να διαθέτει ειδική βαλβίδα για ασφαλή είσοδο βρογχοσκοπίου και είσοδο καθετήρα BAL, βαλβίδα για τη χορήγηση φαρμάκων σε μορφή αεροζόλ και βαλβίδα με δυνατότητα για lavage και αυτόματη πλύση του άκρου του.
- Να είναι ατραυματικός, με ακτινοσκοιό άκρο και με πλευρικές οπές, πλήρως αριθμημένος, με εργονομική βαλβίδα και δυνατότητα ελέγχου των αναρροφούμενων εκκρίσεων.
- Να διαθέτει ενσωματωμένο διαφανή θάλαμο ξεπλύματος του καθετήρα
- Το σύστημα να διαθέτει εσωτερική βαλβίδα η οποία να επιτρέπει α) την ελεύθερη εισαγωγή του καθετήρα και β) κατά την έξοδό του να τον περισφίγγει αφαιρώντας κάθε ρυπαρότητα.
- Με εξάρτημα διευκόλυνσης της αποσύνδεσης από το σωλήνα.
- Να περιλαμβάνει πτυσσόμενη κρικοειδή προέκταση σύνδεσης με το αναπνευστικό κύκλωμα.
- Να διατίθεται σε μεγέθη 12, 14 και 16 Fr.
- Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επτά (7) συνεχόμενες ημέρες (168 ώρες).
- Να συνοδεύεται από σχετική βιβλιογραφία.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ SELLDINGER ΜΕ ΚΑΘΗΤΗΡΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 12 Fr

Σύστημα θωρακικής παροχέτευσης τύπου Seldinger, για διαδερμική τοποθέτηση θωρακικής παροχέτευσης υγρού και αέρα από την υπεζωκοτική κοιλότητα.

Το σύστημα να περιέχει σε αποστειρωμένη συσκευασία MX όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα για τη γρήγορη, ασφαλή και ατραυματική παροχέτευση της θωρακικής κοιλότητας, όπως παρακάτω:

- Ηχογενής ατραυματική βελόνα διαδερμικής παρακέντησης κατάλληλου μεγέθους, που να μπορεί να εντοπιστεί το tip της στον υπέρηχο
- Κατάλληλο οδηγό σύρμα με άκρο τύπου J και διαστολές διαφορετικών μεγεθών κατάλληλους και για μεγάλο πάχος θωρακικού τοιχώματος, όπως σε περιπτώσεις παχυσαρκίας (σύστημα Seldinger). Οι διαστολές να φέρουν στοπ ασφαλείας, να έχουν αρχικό ωφέλιμο μήκος 5cm και εάν το πάχος του θώρακα είναι πάνω από 5cm να μπορούν να αλλάξουν το ωφέλιμο μήκος τους και να κλειδώσουν σε νέα θέση ώστε να αποτρέπεται η πιθανότητα τραυματισμού. Να φέρουν λαβή για την καλύτερη διαχείριση της δύσκολης διάτρησης του θωρακικού τοιχώματος.
- Νυστέρι με λαβή και πλαστικό κάλυμμα ή και αποσυρόμενη λάμα
- Καθετήρα παροχέτευσης 12fr, μήκους 30cm, από υλικό που δεν τσακίζει εύκολα, που να φέρει ακτινοσκοιό γραμμή για την ακτινολογική επιβεβαίωση της τοποθέτησης, και να διαθέτει οπές στο άκρο του και πλευρικά για την παροχέτευση του υγρού και του αέρα από την υπεζωκοτική κοιλότητα. Το ελεύθερο άκρο του καθετήρα να έχει ενσωματωμένη σύνδεση luer και να επιτρέπει τόσο την παροχέτευση υγρών και αέρα όσο και την έγχυση ουσιών. Επίσης ο καθετήρας να φέρει 3way stopcock για τη σύνδεση με τη συσκευή παροχέτευσης και ειδικό αυτοκόλλητο σύστημα στερέωσης/στήριξης για την ασφάλεια του ασθενή, το οποίο παράλληλα να προστατεύει το δέρμα γύρω από το σημείο εμφύτευσης από έλκη πίεσης.
- Κατάλληλα συνδετικά: συνδετικό τύπου fir-tree (μειούμενης διαμέτρου) με luer το άνω άκρο για σύνδεση με ασκό ή συσκευή Billow και συνδετικό ανοικτού άκρου από μαλακό υλικό με luer το άνω άκρο για σύνδεση με ουροσυλλέκτη
- Σύριγγα 10ml

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ SELDINGER ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 18 Fr

Σύστημα θωρακικής παροχέτευσης τύπου Seldinger, για διαδερμική τοποθέτηση θωρακικής παροχέτευσης υγρού και αέρα από την υπεζωκοτική κοιλότητα.

Το σύστημα να περιέχει σε αποστειρωμένη συσκευασία MX όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα για τη γρήγορη, ασφαλή και ατραυματική παροχέτευση της θωρακικής κοιλότητας, όπως παρακάτω:

- Ηχογενής ατραυματική βελόνα διαδερμικής παρακέντησης κατάλληλου μεγέθους, που να μπορεί να εντοπιστεί το tip της στον υπέρηχο
- Κατάλληλο οδηγό σύρμα με άκρο τύπου J και διαστολές διαφορετικών μεγεθών κατάλληλους και για μεγάλο πάχος θωρακικού τοιχώματος, όπως σε περιπτώσεις παχυσαρκίας (σύστημα Seldinger). Οι διαστολές να φέρουν στοπ ασφαλείας, να έχουν αρχικό ωφέλιμο μήκος 5cm και εάν το πάχος του θώρακα είναι πάνω από 5cm να μπορούν να αλλάξουν το ωφέλιμο μήκος τους και να κλειδώσουν σε νέα θέση ώστε να αποτρέπεται η πιθανότητα τραυματισμού. Να φέρουν λαβή για την καλύτερη διαχείριση της δύσκολης διάτρησης του θωρακικού τοιχώματος.
- Νυστέρι με λαβή και πλαστικό κάλυμμα ή και αποσυρόμενη λάμα
- Καθετήρα παροχέτευσης 18fr, μήκους 30cm, από υλικό που δεν τσακίζει εύκολα, που να φέρει ακτινοσκοπική γραμμή για την ακτινολογική επιβεβαίωση της τοποθέτησης, και να διαθέτει οπές στο άκρο του και πλευρικά για την παροχέτευση του υγρού και του αέρα από την υπεζωκοτική κοιλότητα. Το ελεύθερο άκρο του καθετήρα να έχει ενσωματωμένη σύνδεση luer και να επιτρέπει τόσο την παροχέτευση υγρών και αέρα όσο και την έγχυση ουσιών.
- Επίσης ο καθετήρας να φέρει 3way stopcock για τη σύνδεση με τη συσκευή παροχέτευσης και ειδικό αυτοκόλλητο σύστημα στερέωσης/στήριξης για την ασφάλεια του ασθενή, το οποίο παράλληλα να προστατεύει το δέρμα γύρω από το σημείο εμφύτευσης από έλκη πίεσης.
- Κατάλληλα συνδετικά: συνδετικό τύπου fir-tree (μειούμενης διαμέτρου) με luer το άνω άκρο για σύνδεση με ασκό ή συσκευή Billow και συνδετικό ανοικτού άκρου από μαλακό υλικό με luer το άνω άκρο για σύνδεση με ουροσυλλέκτη
- Σύριγγα 10ml

ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ SELDINGER ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 10 Fr.

Πλήρες σετ τοποθέτησης συστήματος θωρακικής παροχέτευσης τύπου Seldinger, για διαδερμική τοποθέτηση θωρακικής παροχέτευσης υγρού και αέρα από την υπεζωκοτική κοιλότητα.

Το σύστημα να περιέχει σε αποστειρωμένη συσκευασία MX όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα για τη γρήγορη, ασφαλή και ατραυματική παροχέτευση της θωρακικής κοιλότητας, όπως παρακάτω:

- ☐ Ατραυματική βελόνα διαδερμικής παρακέντησης 18Ga κατάλληλου μήκους
 - ☐ Κατάλληλο οδηγό σύρμα με άκρο τύπου J και κατάλληλο διαστολέα (σύστημα Seldinger)
 - ☐ Νυστέρι με λαβή και πλαστικό κάλυμμα ή με αποσυρόμενη λάμα
 - ☐ Σωλήνα παροχέτευσης 10Fr, από υλικό, που δεν τσακίζει εύκολα, που να φέρει ακτινοσκοπική γραμμή για την ακτινολογική επιβεβαίωση της τοποθέτησης και να διαθέτει οπές στο άκρο του και πλευρικά για την παροχέτευση του υγρού και του αέρα από την υπεζωκοτική κοιλότητα.
- Επίσης, ο σωλήνας να φέρει 3way stopcock για τη σύνδεση με τη συσκευή παροχέτευσης και ειδικό σύστημα στερέωσης/στήριξης για την ασφάλεια του ασθενή
- ☐ Κατάλληλα συνδετικά: για τη σύνδεση με το σάκκο συλλογής και συνδετικό κατάλληλο για Billow
 - ☐ Σύριγγα 10ml
 - ☐ Σάκκο συλλογής υγρού και αέρα χωρητικότητας μεγαλύτερης από 500 ml
 - ☐ Βαλβίδα Heimlich
 - ☐ Αποστειρωμένο πεδίο περίπου 50cm x50cm ή και μεγαλύτερο και κατά προτίμηση με αυτοκόλλητη οπή

☐ Να συνοδεύεται από σχετική βιβλιογραφία

ΓΡΑΜΜΗ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΑ (PICCO)

- Γραμμή πίεσης για τη μέτρηση της καρδιακής παροχής, τη συνεχή μέτρηση της Κεντρικής φλεβικής πίεσης και των αγγειακών αντιστάσεων διπλού αυλού μήκους 150cm
- Να είναι κατασκευασμένοι βάση των ISO - Standards και να φέρουν πιστοποίηση ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE MARK)

Σημειώνεται ότι για τα η εταιρία οφείλει να παραδώσει προς χρήση στο νοσοκομείο, συσκευή μέτρησης συνεχούς καρδιακής παροχής, με τη δυνατότητα λειτουργίας του μηχανήματος και με εφεδρική μπαταρία, για ένα έτος.

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ

Set περιφερικά εισερχόμενου κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Να είναι κατασκευασμένος από θερμοευαίσθητη πολυουρεθάνη, υλικό με τη μέγιστη διάρκεια, έως ένα χρόνο ή και περισσότερο και αντοχή, το οποίο μαλακώνει εντός του αγγείου όταν βρίσκεται στη θερμοκρασία του αίματος.
- Διάμετρος καθετήρα 4Fr-4,5 Fr.
- Να είναι ενός αυλού, γεγονός το οποίο περιορίζει τη διάμετρο του καθετήρα και ευνοεί τη μακροχρόνια παραμονή του με σημαντικά λιγότερες επιπλοκές που αφορούν στις σχετιζόμενες με τον καθετήρα θρομβώσεις.
- Να διατίθεται σε μήκη από 40cm ως 55cm.
- Να έχει ατραυματικό άκρο.
- Να έχει δυνατότητα δυναμικής έγχυσης 5ml/sec.
- Να έχει ορατή βαθμονόμηση στην επιφάνεια του καθετήρα και να είναι ακτινοσκοπικό.
- Το σετ εισαγωγής πλέον του καθετήρα να περιέχει: α) χάρτινο μέτρο για τον αδρό υπολογισμό του τελικού μήκους του καθετήρα και ζώνη αιμοληψίας μιας χρήσης προκειμένου με την εφαρμογή της να αυξάνεται η διάμετρος του προς καθετηριασμό αγγείου, β) αποστειρωμένο πεδίο με σπλή κατά προτίμηση αυτοκόλλητο, γ) αποστειρωμένο ολόσωμο πεδίο, δ) σύριγγα 10cc, ε) πώμα ασφαλείας που θα αποτρέπει την παλινδρόμηση αίματος στον αυλό στ) νυστέρι ασφαλείας, ζ) ηχογενή βελόνη παρακέντησης διαμέτρου 21G, η) οδηγό σύρμα με μαλακό ατραυματικό άκρο στη μία πλευρά του, θ) θηκάρι εισαγωγής αποσχιζόμενο, ι) διαστολέα, κ) αυτοκόλλητο διαφανές ημιδιαπερατό επίθεμα, λ) αποστειρωμένη αγωγή γέλης υπερήχου, μ) αποστειρωμένη θήκη κεφαλής υπερήχου ν) σύστημα σταθεροποίησης του καθετήρα είτε με υποδόρια αγκίστρωση είτε αυτοκόλλητο.

ΘΩΡΑΚΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΕ ΓΩΝΙΑΣ

μεγέθη 18 έως 32 Fr

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΜΧ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

μεγέθη 18 έως 32 Fr

ΜΟΝΙΜΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ IPC

Μόνιμος εμφυτευόμενος καθετήρας παροχέτευσης πλευριτικών συλλογών για μακροχρόνια, διακοπτόμενη ή επαναλαμβανόμενη παροχέτευση ως μέρος συστήματος παροχέτευσης, που περιλαμβάνει μαζί με τον καθετήρα διαμέτρου 16fr και μήκους 67.5cm, φιάλες κενού χωρητικότητας 600 & 1000ml.

Ο καθετήρας να εμφυτεύεται με τη χρήση των τεχνικών Seldinger και Tunneling. Να φέρει ακτινοσκοπική γραμμή πλάτους 17mm, 30 περιφερειακές οπές, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος απόφραξης, πολυεστερικό cuff τουλάχιστον 12mm για τη δημιουργία ιστού κοντά στην έξοδο του από το σώμα και την αποτροπή του κινδύνου λοιμώξεων, ενσωματωμένη βαλβίδα μη-αντεπιστροφής, που δεν αποσπάται και επιτρέπει την ασφαλή πρόσδεση στα υλικά παροχέτευσης. Η βαλβίδα να συνδέεται και να 'κλειδώνει' με την αντίστοιχη εξειδικευμένη γραμμή παροχέτευσης (σύστημα IPC) προσφέροντας ασφάλεια κατά την παροχέτευση. Το σετ να περιλαμβάνει φιάλη παροχέτευσης 1000ml.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΚΟΥ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΝΟΣ ΔΡΟΜΟΥ

Σάκος συλλογής χωρητικότητας μεγαλύτερης από 500ml, κατάλληλος για ασθενείς υπό παροχέτευση υγρών ή και αέρα από την θωρακική κοιλότητα, που να διαθέτει:

- Βαλβίδα εξαερισμού για την αποτελεσματική απομάκρυνση του αέρα
 - Ενσωματωμένη βαλβίδα ενός δρόμου, που να εξασφαλίζει μονόδρομη παροχέτευση, προστατεύοντας τον ασθενή, από την ατυχηματική είσοδο αέρα στην υπεζωκοτική κοιλότητα
 - Βαλβίδα εκκένωσης στην κάτω πλευρά του, επιτρέποντας το άδειασμα του, σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες πρόληψης των λοιμώξεων
 - Απορροφητικό υπόστρωμα για μεγαλύτερη άνεση
 - Φίλτρα ενεργού άνθρακα που μειώνουν τις οσμές
 - Συνδετικό για σύνδεση με τον καθετήρα παροχέτευσης
 - Να προσφέρεται και δυνατότητα για Συνδετικό προστατευτικό για τον ύπνο
 - Να προσφέρεται και δυνατότητα για Ζώνη ώμου/ζώνης για σταθεροποίηση του ασκού
- Ο σάκος να είναι κατάλληλος για σύνδεση με τους καθετήρες 12Fr και 18Fr των συστημάτων θωρακικής παροχέτευσης τύπου Seldinger, καθώς και με τους μόνιμους καθετήρες παροχέτευσης συλλογών του συστήματος IPC

ΟΥΡΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ TIEMANN ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ

Να είναι κατάλληλοι για την αντιμετώπιση στενωμάτων ουρήθρας κατασκευασμένοι από ημίσκληρο αλλά εύκαμπτο ελαστικό υλικό ώστε να μη συμπίπτουν τα τοιχώματα. Να είναι διαφανείς από βιοσυμβατό ή ιστοσυμβατό υλικό, με ευρύ εσωτερικό αυλό και εξαιρετικά λεπτά τοιχώματα, διαβαθμισμένοι. Το πρόσθιο άκρο τους να είναι κεκαμμένο προς τα πάνω. Να είναι ακτινοσκοπικοί. Να έχουν μία ή δύο οπές στο ένα άκρο. Να διατίθενται σε μεγέθη από 8 - 24 Fr και μήκους 40 cm περίπου. Να προσφέρονται και καθετήρες που φέρουν συρμάτινο σπινάλι εντός του τοιχώματός τους. Να είναι αποστειρωμένοι και να προσφέρονται σε ατομική συσκευασία.

ΟΥΡΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ TIEMANN ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΣΙΑΙΚΟΝΗΣ

Καθετήρες διπλού αυλού τύπου Foley, με κυρτό άκρο τύπου Tiemann, από 100% σιλικόνη, διαφανείς, με υψηλή ικανότητα παροχέτευσης κατάλληλοι για χρήση έως και 6 εβδομάδες. Να φέρουν μπαλόνι με ανθεκτικά τοιχώματα χωρητικότητας 10ml. Το άκρο του καθετήρα να είναι ενισχυμένο για ευκολία εισαγωγής με πλευρικές αντισταθμιστικές οπές. Να διατίθενται σε μεγέθη 12-24Ch και μήκος 41cm. Να διαθέτουν βαλβίδα πλήρωσης του μπαλονιού για σύριγγα με άκρο τύπου Luer ή Luer-lock, ακτινοσκοπικό άκρο και γραμμή σκιαγραφικής αντίθεσης κατά μήκος του καθετήρα και επιφάνεια που παρεμποδίζει την επικάθιση αλάτων. Στο άκρο του αυλού παροχέτευσης να αναγράφονται το μέγεθος, το υλικό κατασκευής και τα ml πλήρωσης του μπαλονιού. Να διατίθενται σε ατομική διπλή συσκευασία, αποστειρωμένοι, μίας χρήσης, latex free.

ΟΥΡΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ FOLEY ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ LATEX

Να είναι αποστειρωμένοι, κατασκευασμένοι από κατάλληλο υλικό ώστε να μη συμπίπτει ο αυλός κατά την αναρρόφηση ή κατά την έγχυση υγρών όταν δέχονται εξωτερική πίεση. Να είναι διπλού αυλού. Να προσφέρονται σε μεγέθη από 10-26 Ch με χρωματικό κώδικα διάκρισης των μεγεθών. Να φέρουν δύο τουλάχιστον ευρείες οπές προς το άκρο τους που να εξασφαλίζουν την εύκολη παροχέτευση των ούρων. Ο υδροθάλαμος να είναι χωρητικότητας 5-30cc περίπου και ανθεκτικός στις πιέσεις. Να φέρουν εξωτερική βαλβίδα υδροθαλάμου ασφαλή ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση του περιεχομένου του υδροθαλάμου αλλά και να δύναται να αφαιρείται το περιεχόμενο του υδροθαλάμου ευχερώς. Να φέρουν ένδειξη του ποσού του υγρού που χρειάζεται για την πλήρωση του υδροθαλάμου στο εξωτερικό άκρο του αυλού αυτού. Να προσφέρονται καθετήρες από 100% latex και βαλβίδα από PVC ή Latex. Η συσκευασία να εξασφαλίζει την άσηπτη τοποθέτησή τους (διπλό περιτύλιγμα). Να διατίθενται σε ατομική συσκευασία που να αναφέρει το υλικό κατασκευής, το μέγεθος και την ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης.

ΟΥΡΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ FOLEY ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ LATEX

Να είναι αποστειρωμένοι, κατασκευασμένοι από κατάλληλο υλικό ώστε να μη συμπίπτει ο αυλός κατά την αναρρόφηση ή κατά την έγχυση υγρών όταν δέχονται εξωτερική πίεση. Να είναι τριπλού αυλού. Να προσφέρονται σε μεγέθη από 10-26 Ch με χρωματικό κώδικα διάκρισης των μεγεθών. Να φέρουν δύο τουλάχιστον ευρείες οπές προς το άκρο τους που να εξασφαλίζουν την εύκολη παροχέτευση των ούρων. Ο υδροθάλαμος να είναι χωρητικότητας 5-30cc περίπου και να είναι ανθεκτικός στις πιέσεις. Να φέρουν εξωτερική βαλβίδα υδροθαλάμου ασφαλή ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση του περιεχομένου του υδροθαλάμου αλλά και να δύναται να αφαιρείται το περιεχόμενο του υδροθαλάμου ευχερώς. Να φέρουν ένδειξη του ποσού του υγρού που χρειάζεται για την πλήρωση του υδροθαλάμου στο εξωτερικό άκρο του αυλού αυτού. Να προσφέρονται καθετήρες από 100% latex και βαλβίδα από PVC ή Latex. Η συσκευασία να

εξασφαλίζει την άσηπτη τοποθέτησή τους (διπλό περιτύλιγμα). Να διατίθενται σε ατομική συσκευασία που να αναφέρει το υλικό κατασκευής, το μέγεθος και την ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης.

ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

Καθετήρες διπλού αυλού τύπου Foley, με κυλινδρικό άκρο, από 100% σιλικόνη, διαφανείς, με υψηλή ικανότητα παροχέτευσης κατάλληλοι για χρήση έως και 6 εβδομάδες. Να φέρουν μπαλόνι με ανθεκτικά τοιχώματα χωρητικότητας 10ml. Το άκρο του καθετήρα να είναι ενισχυμένο για ευκολία εισαγωγής με πλευρικές αντικριστές οπές, Να διατίθενται σε μεγέθη 12-24Ch και μήκος 41cm. Να διαθέτουν βαλβίδα πλήρωσης του μπαλονιού για σύριγγα με άκρο τύπου Luer ή Luer-lock, ακτινοσκοπικό άκρο και γραμμή σκιαγραφικής αντίθεσης κατά μήκος του καθετήρα και επιφάνεια που παρεμποδίζει την επικάθιση αλάτων. Στο άκρο του αυλού παροχέτευσης να αναγράφονται το μέγεθος, το υλικό κατασκευής και τα ml πλήρωσης του μπαλονιού. Να διατίθενται σε ατομική διπλή συσκευασία, αποστειρωμένοι, μίας χρήσης, latex free.

ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

Καθετήρες τριπλού αυλού τύπου Foley, από 100% σιλικόνη, διαφανείς, με υψηλή ικανότητα παροχέτευσης, **κατάλληλοι και για μετεγχειρητική χρήση** με δυνατότητα παραμονής έως 6 εβδομάδες. Το άκρο του καθετήρα να είναι ενισχυμένο για ευκολία στην εισαγωγή. Να διαθέτουν βαλβίδα πλήρωσης του μπαλονιού για σύριγγα με άκρο τύπου Luer ή Luer-lock, με χρωματική κωδικοποίηση, ακτινοσκοπικό άκρο και γραμμή σκιαγραφικής αντίθεσης κατά μήκος του καθετήρα και επιφάνεια που παρεμποδίζει την επικάθιση αλάτων. Να διατίθενται **με άκρο κυλινδρικό, Couvelaire και Dufour** με πλευρικές οπές. Στο άκρο του αυλού παροχέτευσης να αναγράφονται το μέγεθος, το υλικό κατασκευή και τα ml πλήρωσης του μπαλονιού. Να φέρουν μπαλόνι από λατέξ μεγάλου όγκου από 20-80ml με ανθεκτικά τοιχώματα. Να διατίθενται σε ατομική διπλή συσκευασία, αποστειρωμένοι, μίας χρήσης, latex free. Να διατίθενται σε μεγέθη 18-24Ch και μήκος 41cm.

ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ FOLEY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ (open-tip, για τοποθέτηση πάνω σε οδηγό σύρμα)

Καθετήρες προσπέλασης στενώσεων, διπλού αυλού, από 100% έγχρωμη σιλικόνη, με κωνικό, διαστολικό και ακτινοσκοπικό άκρο και κεντρική οπή για κατεύθυνση πάνω από οδηγό σύρμα. Με μεγάλο αυλό και παράλληλα τοποθετημένες πλαϊνές οπές για τη βέλτιστη παροχέτευση. Υψηλής διατακτικότητας μπαλόνι 5-10ml τύπου integral και καθετήρας με αναγραφόμενο βαθμό σκληρότητας 50 πάνω στο σώμα του. Διάμετρος 12 – 20Fr, μήκος 43cm. Για χρήση με οδηγό σύρμα έως 0.038".

ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ FOLEY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ (open-tip, για τοποθέτηση πάνω σε οδηγό σύρμα)

Καθετήρες προσπέλασης στενώσεων, τριπλού αυλού, από 100% έγχρωμη σιλικόνη, με κωνικό, διαστολικό και ακτινοσκοπικό άκρο, καθώς και κεντρική οπή για κατεύθυνση πάνω από οδηγό σύρμα. Με μεγάλους αυλούς και ασυμμετρικά τοποθετημένες πλαϊνές οπές για τη βέλτιστη παροχέτευση. Υψηλής διατακτικότητας ενισχυμένο μπαλόνι 40-50ml και καθετήρας με αναγραφόμενο βαθμό σκληρότητας 85 πάνω στο σώμα του. Διάμετρος 18 – 24Fr μήκος 43cm. Για χρήση με οδηγό σύρμα έως 0.038".

ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΤΥΠΟΥ DUFOUR

Καθετήρες προστατεκτομής 3-way με άκρο τύπου Dufour κυρτό προς τα άνω με ευρεία οπή, από διαφανές θερμοευαίσθητο PVC, με υδρόφιλη επικάλυση σε όλο το μήκος του προσφέροντας ομοιογενής ενυδάτωση, υψηλή βιοσυμβατότητα, ανθεκτικό στην τριβή, επιτρέποντας ευκολότερη τοποθέτηση. Ο καθετήρας κατά την εισαγωγή να παραμένει σταθερός για να διευκολύνει τον καθετηριασμό και στη συνέχεια με την επαφή του με το σώμα λόγω της θερμότητας προσαρμόζεται άριστα στην ανατομία του ασθενούς, διατηρώντας τα τοιχώματα τη σταθερότητα στους για αποφυγή σύγκλησης τους κατά την αναρρόφησης. Να φέρουν μπαλόνι από λατέξ μεγάλου όγκου 75ml με ανθεκτικά τοιχώματα. Να διαθέτουν βαλβίδα πλήρωσης του μπαλονιού για σύριγγα με άκρο τύπου Luer ή Luer-lock, με χρωματική κωδικοποίηση. Να φέρουν κόκκινη γραμμή σκιαγραφικής αντίθεσης σε όλο το μήκος του καθετήρα. Στο άκρο του αυλού παροχέτευσης να αναγράφονται το μέγεθος, το υλικό κατασκευής και τα ml πλήρωσης του μπαλονιού. Να διατίθενται σε διαστάσεις 18 έως 24Ch και μήκος 41cm, σε ατομική διπλή συσκευασία, αποστειρωμένοι, μίας χρήσης.

ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΤΥΠΟΥ COUVELAIRE

Καθετήρες προστατεκτομής 3-way με άκρο τύπου Couvelaire με ευρεία οπή, από διαφανές θερμοευαίσθητο PVC, με υδρόφιλη επικάλυψη σε όλο το μήκος τους προσφέροντας ομοιογενή ενυδάτωση, υψηλή βιοσυμβατότητα, ανθεκτικό στην τριβή, επιτρέποντας ευκολότερη τοποθέτηση. Ο καθετήρας κατά την εισαγωγή να παραμένει σταθερός για να διευκολύνει τον καθετηριασμό και στη συνέχεια με την επαφή του με το σώμα λόγω της θερμότητας προσαρμόζεται άριστα στην ανατομία του ασθενούς, διατηρώντας τα τοιχώματα τη σταθερότητα στους για αποφυγή σύγκλησης τους κατά την αναρρόφησης. Να φέρουν μπαλόνι από λατέξ μεγάλου όγκου 75ml με ανθεκτικά τοιχώματα. Να διαθέτουν βαλβίδα πλήρωσης του μπαλονιού για σύριγγα με άκρο τύπου Luer ή Luer-lock, με χρωματική κωδικοποίηση. Να φέρουν κόκκινη γραμμή σκιαγραφικής αντίθεσης σε όλο το μήκος του καθετήρα. Στο άκρο του αυλού παροχέτευσης να αναγράφονται το μέγεθος, το υλικό κατασκευής και τα ml πλήρωσης του μπαλονιού. Να διατίθενται σε διαστάσεις 18 έως 24Ch και μήκος 41cm, σε ατομική διπλή συσκευασία, αποστειρωμένοι, μίας χρήσης.

ΣΕΤ ΥΠΕΡΗΒΙΚΗΣ ΚΥΣΤΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ SELDINGER

Σετ υπερηβικής κυστεοστομίας με τεχνική Sendinger αποτελούμενο από:

- α. Υπερηβικό καθετήρα σιλικόνης με μπαλόνι 5 και 10ml χαμηλού προφίλ, διαμέτρων 8, 12, 14 και 16ch με ανοικτό ή κλειστό άκρο και μήκος 33cm και 42cm.
- β. Βελόνα διαμέτρου 16G και μήκους 12cm
- γ. Οδηγό σύρμα μήκους 42cm άκαμπτο με άκρο ημιεύκαμπτο 8cm και εύκαμπτο 4cm, ατραυματικό, ευθύ, με 2 markers για τη σωστή τοποθέτηση του διαστολέα
- δ. Διαστολέα από τεφλόν με peel away sheath
- ε. Δύο (2) σύριγγες των 10 ml με άκρο Luer Lock
- στ. Νυστέρι για την αρχική τομή

ΣΕΤ ΥΠΕΡΗΒΙΚΗΣ ΚΥΣΤΕΟΣΤΟΜΙΑΣ

Σετ υπερηβικής κυστεοστομίας αποτελούμενο από καθετήρα 2-way 100% υποαλλεργικής διάφανης σιλικόνης με μπαλόνι χωρητικότητας 5ml, μεταλλικό διαιρούμενο τροκάρ μήκους 12cm και διαμέτρων 15 και 16.8 ch και πώμα καθετήρα. Τόσο το σώμα του καθετήρα όσο και το άκρο του να είναι πλήρως ακτινοσκοπικά. Ο καθετήρας να φέρει 2 μεγάλες οπές παροχέτευσης κάτω από το μπαλόνι. Να διατίθεται σε διαμέτρους 12 και 14ch με μήκος 41cm.

ΣΕΤ ΔΙΑΣΤΟΛΕΩΝ ΟΥΡΗΘΡΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ S ΓΙΑ ΤΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΗΓΟ ΣΥΡΜΑ

Σετ κάμπυλων διαστολέων ουρήθρας μιας χρήσης από ακτινοσκοπικό πολυαιθυλένιο με υδρόφιλη επικάλυψη και οπή στο άκρο που να επιτρέπει την προώθηση μέσω οδηγού σύρματος. Το σετ να περιλαμβάνει διαστολές μήκους 37cm και διαμέτρων 8-20Fr. Η διάμετρος του κάθε διαστολέα να αποτυπώνεται ανάγλυφα στο άκρο του για την εύκολη αναγνώρισή του.

ΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ S ΓΙΑ ΤΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΗΓΟ ΣΥΡΜΑ

Διαστολές ουρήθρας σε σχήμα S μίας χρήσης, έτσι ώστε να ακολουθούν τη φυσιολογική καμπύλη της ανδρικής ανατομίας. Να είναι κατασκευασμένοι από ακτινοσκοπικό πολυαιθυλένιο με υδρόφιλη επικάλυψη και οπή στο άκρο που να επιτρέπει την προώθηση μέσω οδηγού σύρματος. Να διατίθενται σε μήκος 37cm και διαμέτρους 22, 24 και 26Fr, τα οποία να αποτυπώνονται ανάγλυφα στο άκρο τους για την εύκολη αναγνώρισή του.

ΟΛΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ

Ουρολογικό οδηγό σύρμα από πυρήνα νιτινόλης σχεδιασμού coil to core με ενισχυμένο σώμα επίπεδης μεταλλικής περιέλιξης PTFE. Να διαθέτει 5cm ακτινοσκοπικό άκρο με στρώμα βολφραμίου και χημικά

εφαρμοσμένη επικάλυψη μέγιστης υδροφιλικότητας που καταλήγει σε 3cm ατραυματικό εύκαμπτο τελικό τμήμα. Να διατίθεται και με 10cm εύκαμπτο εγγύς άκρο για ατραυματική φόρτωση σε ουρητηροσκόπιο. Να έχει διαμέτρους 0.035'' και 0.038'', να έχει ευθύ ή κυρτό άκρο, με μήκος 150cm.

ΚΑΛΑΘΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΛΙΘΩΝ

Καθετήρας αφαίρεσης λίθων κατασκευασμένος από 4 σύρματα νικελίου - τιτανίου με μνήμη για επαναφορά στο αρχικό σχήμα και ατραυματικό άκρο. Να διαθέτει εξωτερικό καθετήρα με επικάλυψη PTFE. Να είναι πλήρως περιστρεφόμενος 1:1 κατά 360° μοίρες και να διαθέτει αποσπώμενη εργονομική λαβή τύπου "thumb tab" για χρήση με ένα χέρι. Να διατίθεται σε διαμέτρους καθετήρα 2.5 και 3ch, μήκος 90cm με καλάθι διαμέτρου 15mm.

ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΑ STENT (PIGTAIL) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ (OPEN-TIP)

Σετ ουρητηρικής ενδοπρόθεσης διπλού pigtail, ανοικτού άπω άκρου, από πολυμερές υλικό με χημικά εφαρμοσμένη επικάλυψη μέγιστης υδροφιλικότητας και τεκμηριωμένη μακρά διάρκεια παραμονής 9-12 μήνες. Να διαθέτει νήμα μετακίνησης/αφαίρεσης, οπές και διαβάθμιση σε όλο το μήκος του ανά 5 cm, Το σετ να διαθέτει τον προωθητή, 0.38'' ή 0.35'' PTFE οδηγό σύρμα και 6Fr ουρητηρικό καθετήρα. Να διατίθεται σε διαμέτρους 4.8-6-7-8Fr και μήκη 10-30cm.

ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΑ STENT (PIGTAIL) ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ (CLOSED-TIP)

Σετ ουρητηρικής ενδοπρόθεσης διπλού pigtail, κλειστού κυλινδρικού άπω άκρου, με υδρόφιλη βιοσυμβατή, ακτινοσκοπική επικάλυψη με οπές και διαβάθμιση σε όλο του το μήκος και με μακρά διάρκεια παραμονής έως 12 μήνες. Να προσφέρεται με προωθητή και οδηγό PTFE σύρμα με ένα εύκαμπτο άκρο ασφαλείας και ένα άκαμπτο άκρο. Να διατίθενται σε μεγέθη 4.8-8Fr και μήκος 22 έως 28cm. Να προσφέρονται επίσης set προ-συναρμολογημένα με εφάμιλλες προδιαγραφές και με μηχανισμό σύζευξης μεταξύ του pigtail, του προωθητή και του οδηγού σύρματος με ειδική σήμανση για την διευκόλυνση της χρήσης τους.

ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ

Να είναι ανοικτού άκρου και να διατίθενται με ευθύ κυλινδρικό άπω άκρο. Να προσφέρονται με εσωτερικό μεταλλικό στυλεό, αφαιρούμενο αντάπτορα έγχυσης σκιαγραφικού, να είναι ακτινοσκοπικοί και να διατίθενται σε μεγέθη διαμέτρου 3-8Fr και μήκους περί τα 70cm.

ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εύκαμπτο ψηφιακό κυστεοσκόπιο μιας χρήσης με δυνατότητα αναρρόφησης μέσω κομβίου στη λαβή, ενσωματωμένη πηγή φωτός με 2 LED και ανάλυση 160K pixel. Να έχει μήκος καθετήρα 610mm με ενσωματωμένο καλώδιο στο κάτω μέρος της λαβής, μήκους 2500mm. Να διατίθεται με καθετήρα εξωτερικής διαμέτρου 9.6, 12.0 και 15.6 Fr και κανάλι εργασίας 3.6, 6.0 και 6.6 Fr αντίστοιχα, μήκους 350mm. Η έξοδος των εργαλείων να γίνεται απεικονιστικά στην 9η ώρα. Το εύρος γωνίωσης να είναι 210° αμφίπλευρα, το οπτικό πεδίο 120 μοίρες με γωνία 0 μοιρών και το βάθος πεδίου 3-100 mm. Να διαθέτει μία Luer Lock υποδοχή και αντάπτορα τύπου Y. Να είναι συμβατό με τα υπάρχοντα ουρολογικά εργαλεία. Να συνοδεύεται από σύστημα επεξεργασίας της εικόνας με οθόνη 8", δυνατότητα καταγραφής βίντεο και φωτογραφίας καθώς και παγώματος της οθόνης με έλεγχο από τη λαβή του κυστεοσκοπίου με 2 ξεχωριστά κομβία. Να έχει δυνατότητα επιλογής πλαισίου απεικόνισης.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΚΑΜΠΤΟ ΣΤΥΛΕΟ (MADREN) ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥΣ ΟΥΡΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ

Να προσφερθεί εσωτερικό άκαμπτο μεταλλικό στυλέο - madren για ουροκαθετήρες, με κυρτό άκρο τύπου van Buren και μηχανισμό με λαβή κλειδώματος για να διατηρεί τον ουροκαθετήρα τεταμένο και άκαμπτο για δύσκολες τοποθετήσεις μετεγχειρητικά.

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ (PICCOS)

Set περιφερικά εισερχόμενου κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1. Να είναι κατασκευασμένος από θερμοευαίσθητη πολυουρεθάνη, υλικό με τη μέγιστη διάρκεια, έως ένα χρόνο ή και περισσότερο και αντοχή, το οποίο μαλακώνει εντός του αγγείου όταν βρίσκεται στη θερμοκρασία του αίματος.
2. Διάμετρος καθετήρα 4Fr-4,5 Fr.
3. Να είναι ενός αυλού, γεγονός το οποίο περιορίζει τη διάμετρο του καθετήρα και ευνοεί τη μακροχρόνια παραμονή του με σημαντικά λιγότερες επιπλοκές που αφορούν στις σχετιζόμενες με τον καθετήρα θρομβώσεις.
4. Να διατίθεται σε μήκη από 40cm ως 55cm.
5. Να έχει ατραυματικό άκρο.
6. Να έχει δυνατότητα δυναμικής έγχυσης 5ml/sec.
7. Να έχει ορατή βαθμονόμηση στην επιφάνεια του καθετήρα και να είναι ακτινοσκοπικό.
8. Το σετ εισαγωγής πλέον του καθετήρα να περιέχει: α)χάρτινο μέτρο για τον αδρό υπολογισμό του τελικού μήκους του καθετήρα και ζώνη αιμοληψίας μιας χρήσης προκειμένου με την εφαρμογή της να αυξάνεται η διάμετρος του προς καθετηριασμό αγγείου, β) αποστειρωμένο πεδίο με οπή κατά προτίμηση αυτοκόλλητο, γ)αποστειρωμένο ολόσωμο πεδίο , δ) σύριγγα 10cc, ε) πάμα ασφαλείας που θα αποτρέπει την παλινδρόμηση αίματος στον αυλό στ) νυστέρι ασφαλείας, ζ) ηχογενή βελόνη παρακέντησης διαμέτρου 21G, η)οδηγό σύρμα με μαλακό ατραυματικό άκρο στη μία πλευρά του, θ) θηκάρι εισαγωγής αποσχιζόμενο, ι)διαστολέα, κ)αυτοκόλλητο διαφανές ημιδιαπερατό επίθεμα, λ) αποστειρωμένη αγωγίμη γέλη υπερήχου, μ) αποστειρωμένη θήκη κεφαλής υπερήχου ν) σύστημα σταθεροποίησης του καθετήρα είτε με υποδόρια αγκίστρωση είτε αυτοκόλλητο.

Καθετήρας PICCO M.X.

Καθετήρας PICCO M.X. σύστημα μέτρησης & παρακολούθησης καρδιακής παροχής με τη μέθοδο της διαπνευμονικής θερμοκρασίας (να συνοδεύεται από τον αντίστοιχο εξοπλισμό-ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ-)

ΚΙΤ γραμμής πίεσεως παρακολούθησης M.X. PICCO (ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΕΕΕΣ

Έχει αναρτηθεί ως αρχείο XML και PDF στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ του διαγωνισμού, για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος)

Ημερομηνία έκδοσης

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα¹) : Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΓΥΡΟΙ»

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)².....

Εγγυήσή μας υπ' αριθμ. ποσού ευρώ³.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ.....⁴

υπέρ του:

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο), ΑΦΜ: (διεύθυνση) ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση) ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)

β) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)

γ) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση) (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..⁵/ της υπ αριθ σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την

¹ Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

² Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

³ Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

⁴ Όπως υποσημείωση 3.

⁵ Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση.

(αριθμό/ημερομηνία) Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ⁶
..... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σε ημέρες⁷ από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης⁸)

ή

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάρπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάρπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε⁹.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ	ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

⁶ Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007.

⁷ Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

⁸ Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.

⁹ Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V- ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η Υ ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»**

ΣΥΜΒΑΣΗ αριθ./ΤΑ/2025

**ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»**

ΚΑΙ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«.....»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ» (CPV: 33141200-2)

Για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

.....€ συμ/νου Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 : ΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΡΘΡΟ 2 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 3 : ΤΜΗΜΑ –ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΙΔΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΡΘΡΟ 7: ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 9: ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΑΡΘΡΟ 11: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΑΡΘΡΟ 13: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

ΑΡΘΡΟ 14: ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 15: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 16: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 18: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ./ΤΑ/2025

Στην Κηφισιά σήμερα την/...../2025, ημέρα, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

Αφενός

Το Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι», που εδρεύει στην Κηφισιά, στην οδό Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14, Τ.Κ. 14564, Καλυφτάκη, Α.Φ.Μ. 998965076, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ και εκπροσωπείται νόμιμα από το Διοικητή του Νοσοκομείου κ. Τσουρούλα Θεόδωρο, νομίμως διορισμένο με την υπ' αριθ. Υ.Α. Αριθ. Γ4β/Τ.Π.οικ.91557 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 1114/31.12.2019) Απόφαση του Υπουργού Υγείας και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «**η Αναθέτουσα Αρχή**».

και αφετέρου

Η εταιρεία με την επωνυμία «.....» με Α.Φ.Μ. της Δ.Ο.Υ., η οποία εδρεύει στ, οδός, Τ.Κ., και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «**ο Ανάδοχος**»,

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Του ν. 3580/07 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»
2. Του ν. 2469/97 άρθρο 18 και των σχετικών διατάξεων περί κρατήσεων και φόρου
3. Του ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
4. Του ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
5. Την αριθ. 10/ΤΑ/2025 Διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ» (CPV: 33141200-2)
6. Την αριθ. προσφορά του Αναδόχου, που υπεβλήθη στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης Διακήρυξης.
7. Την αριθ. Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης Διακήρυξης, στον Ανάδοχο.

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1^ο. ΟΡΙΣΜΟΙ

Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο Ανάδοχος με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό.

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση της Προμήθειας.

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών.

Προμήθεια: «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ» (CPV: 33141200-2)

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Ημέρα: Η ημερολογιακή ημέρα.

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης: Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης της προμήθειας και την παραλαβή της προμήθειας.

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά έργα, προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση.

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την ίδια την ημέρα της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.

Προσφορά: Η αριθ. προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή.

Σύμβαση: Η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση των Υπηρεσιών, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.

Συμβατικά τεύχη: Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α) τη Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Αναδόχου.

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της Προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 2°. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προμήθειας «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ» (CPV: 33141200-2).

Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

A/A		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΦΠΑ
	ΣΥΝΟΛΟ					

ΑΡΘΡΟ 3^ο. ΤΜΗΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η προμήθεια θα υλοποιηθεί όπως ορίζεται στην τεchnοοικονομική προσφορά του Αναδόχου και σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 10/ΤΑ/2025 Διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 4^ο. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΙΔΩΝ –ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΔΩΝ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα είδη τμηματικά, άμεσα (εντός δυο ημερών) από τη λήψη της παραγγελίας, στο αρμόδιο τμήμα του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες του Νοσοκομείου, όπως αυτές καθορίζονται από τη λειτουργία του και κατά την απόλυτη κρίση του, εντός του προβλεπόμενου από τη σύμβαση χρόνου.

Ο χρόνος παράδοσης, μπορεί να παραταθεί κατόπιν αιτιολόγησης από τον Ανάδοχο με τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικά στις περιπτώσεις, όπου η παράδοση του προς προμήθεια είδους δεν πραγματοποιείται εφάπαξ λόγω της φύσεως του σκοπού που εξυπηρετεί αλλά σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, μη δυνάμενες να προσδιορισθούν εκ των προτέρων, εξαρτημένης της παράδοσης από την κάλυψη των αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής, ο χρόνος παράδοσης θα αρχίζει από την επόμενη της κοινοποιήσεως της σχετικής παραγγελίας του προς προμήθεια είδους, με κάθε πρόσφορο μέσο προς την Αναθέτουσα Αρχή.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια πώλησης τον αριθμό της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, ήτοι από έως

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν τα είδη παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	STATUS	ΚΑΕ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Γ.Λ. ΠΔ 205/98
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ >30000,01 € (ΣΥΜΒΑΣΗ)(Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ)	ΥΠΕΡ Ανάπτυξης & Συντήρησης ΟΠΣ - ΕΣΗΔΗΣ 0,02% (άρθρο 36 παρ 6 Ν. 4412/2016) - εκκρεμεί η έκδοση ΚΥΑ	1	3391-5291	53.20.10
	ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ 0,1%	1	3399-5299	53.20.09
	ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4%	3	3391-5291	54.09.14

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Σε περίπτωση που οι προμήθειες παραδοθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται οι κυρώσεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 207.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των προς προμήθεια ειδών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των ειδών αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το [άρθρο 218](#) του ν. 4412/2016, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των€ συμ/νου Φ.Π.Α. (.....€ άνευ Φ.Π.Α.)

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1311 για τα οικονομικά έτη 2025 και 2026.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση

της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151/Α/94, όπως εκάστοτε ισχύει).

Στην αμοιβή του Αναδόχου, χωρίς Φ.Π.Α., περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.

Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως τη συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της Προμήθειας.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ποσού € (4% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Αναδόχου, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλων των ειδών, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον Ν.4412/16.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση.

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ

Αιτήματα για εκχώρηση συμβάσεων γίνονται αποδεκτά μόνο όταν οι εκχωρήσεις γίνονται προς εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα που ιδρύθηκαν και λειτουργούν στην Ελλάδα (υπ'αριθμ. 7^η/19.04.2011 απόφαση Δ.Σ.).

ΑΡΘΡΟ 10. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 4412/2016, ο Ανάδοχος θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας.
2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Προμήθεια τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει τα συμβατικά είδη, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας άτομα με την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης.

5. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από άτομα, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.

6. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.

7. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

Ο Ανάδοχος καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, συλλογικές συμβάσεις, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα:

Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση της παρούσας Προμήθειας και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο Ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεδεμένους με αυτόν για την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας.

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του Ανάδοχο καθ' οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης της παρούσας Προμήθειας, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της Προμήθειας αυτής. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοια.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με την προμήθεια, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή.

Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον Ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και να αξιώσει πληρωμή και

αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου, κηρύσσοντας τον έκπτωτο.

Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωμα επί του λογισμικού εφαρμογών που ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει εξ' αρχής σε εκτέλεση της Σύμβασης, μεταβιβάζεται επ' αόριστον, στην Αναθέτουσα Αρχή για πλήρη και απόλυτη χρήση και εκμετάλλευση από αυτήν.

Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν κατά κυριότητα στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού ή του εξοπλισμού, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ' αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ενδίκου μέσου.

ΑΡΘΡΟ 13°. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 14. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4412/2016 άρθρο 133. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.

Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για την Προμήθεια, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν.

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 15. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί (σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 202 του Ν. 4412/2016) όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο των ειδών, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αυτοδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 16. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Ν. 4412/2016, η αριθ. 10/ΤΑ/2025 Διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η αριθ. κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:

- α) Η παρούσα σύμβαση
- β) Ο Ν. 4412/2016
- γ) Η Διακήρυξη του διαγωνισμού
- δ) Η προσφορά του Αναδόχου

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ' όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 17. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το Κοινοτικό.

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

ΑΡΘΡΟ 18. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αμφότερα τα Συμβαλλόμενα Μέρη δηλώνουν ότι λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να τελούν σε πλήρη συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ)

που τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018. Στα πλαίσια παροχής των συμφωνηθεισών στη Σύμβαση υπηρεσιών, δεν διενεργείται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την έννοια του ΓΚΠΔ. Εάν κατ' εξαίρεση απαιτηθεί η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, τα Μέρη δεσμεύονται στη διενέργεια αυτής με βάση τα οριζόμενα στο ΓΚΠΔ και στο εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και στην κατάρτιση Πρόσθετης Πράξης αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε τρία πρωτότυπα, ένα (1) έλαβε ο Ανάδοχος και δύο (2) η Αναθέτουσα Αρχή.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ