

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 1^{ΗΣ} ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑ ΟΥΡΑ»
CPV: 33141615-4**

ΕΤΑΙΡΕΙΑ TELEFLEX MEDICAL HELLAS

Για το υλικό «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ» και συγκεκριμένα για το χαρακτηριστικό με α/α 12 προτείνουμε να αναδιαμορφωθεί σύμφωνα με το ακόλουθο κείμενο!

α/α 12 Να διαθέτει διπλό ογκομετρικό θάλαμο ωριαίας μέτρησης ούρων συνολικής χωρητικότητας 400 ml ή 500 ml (με ευκρινή διαβάθμιση ανά 5ml) και με ορατό διαφανή σταγονοθάλαμο 50ml με ενσωματωμένη βαλβίδα μη-παλινδρόμησης και ευκρινή διαβάθμιση ανά 1ml. Να διαθέτει επίσης πρόσθετη θυρίδα δειγματοληψίας ούρων.

Επιπλέον προτείνουμε να συμπεριληφθεί το παρακάτω σημαντικό χαρακτηριστικό ως α/α 13: Να διαθέτει εξαερισμό με υδρόφοβη και ελαιοφοβική μεμβράνη μη διαπερατή στα βακτήρια, για εξισορρόπηση της πίεσης στο σάκο και στο ογκομετρικό θάλαμο.