



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΕΞΗΔΗΣ & ΣΤΗΝ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αρμόδια: Ε. Βλάχου
Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14
Τ.Κ 14564 Καλυφτάκη, Κηφισιά
Τηλ.: 210 35.01.545

**ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 2^{ΗΣ} ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ» CPV: 33141615-4**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 / Α /4-4-05) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016(ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Την υπ' αριθ. 17/03-12-13 (θέμα 3ο) Συνεδρίαση της ΕΚΑΠΥ σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής»
4. Τις αποφάσεις της Ολομέλειας της ΕΚΑΠΥ που ελήφθησαν κατά την υπ' αριθ. 68/14-12-2015 (θέμα 6ο) και υπ' αριθ. 88/07-09-2016 συνεδρίασή της (θέμα 3ο, 4ο και 5ο) αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων.
5. Την υπ' αριθ. 3512/14-9-2015 εγκύκλιο της ΕΚΑΠΥ «Διευκρινήσεις αναφορικά με την διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων»
6. Την υπ' αριθ. 5657/28-11-2016 εγκύκλιο της ΕΚΑΠΥ «Εγκύκλιος – Για την εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών και των κριτηρίων ανάθεσης με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»
7. Την υπ' αριθ. 6211/08.04.2025 (ΑΔΑ: 9027469ΗΔΖ-ΜΧΨ) Απόφαση του Διοικητή περί ορισμού μελών επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
8. Το υπ' αριθ. 9061/05.06.2025 πρακτικό της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών με το οποίο καταθέτει τις τεχνικές προδιαγραφές.
9. Την υπ' αριθ. 9152/06.06.2025 (ΑΔΑ: ΡΟΜΓ469ΗΔΖ-ΞΝ8) 1^η Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών
10. Το υπ' αριθ. 10009/25.06.2025 Διαβιβαστικό προς την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών με τις παρατηρήσεις επί της 1^{ης} Διαβούλευσης, της εταιρείας TELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε
11. Το υπ' αριθ. 10753/08.07.2025 πρακτικό της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών με το οποίο καταθέτει τις τεχνικές προδιαγραφές
12. Το γεγονός ότι δεν έχουν αναρτηθεί ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές από την ΕΚΑΠΥ για την προμήθεια «ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ» CPV: 33141615-4

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

2^η Δημόσια διαβούλευση για τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ» CPV: 33141615-4, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών: α. από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» (<http://www.eprocurement.gov.gr>) και β. από τον ιστότοπο του Νοσοκομείου www.gonkhosp.gr (Τμήμα Προμηθειών-Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών).

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά (7) ημερολογιακές ημέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών. Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη αρχείων.

Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.). Κάθε αποστολή στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του. Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.gonkhosp.gr (Τμήμα Προμηθειών-Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών) με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις αυτές και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.

Η τελική απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών πρέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμως αιτιολογημένη, διάλογο των συντακτών της με τουλάχιστον τα εξής έξι (6) στοιχεία : 1) το υλικό που της παραδίδεται από το Τμήμα Προμηθειών 2) τις εν γένει διεθνείς παραδεδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα 3) τις παραδοχές της επιστήμης 4) την εμπειρία 5) τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις 6) τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι αποφάσεις της ΕΠΥ, των οποίων το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής. Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (<http://www.eprocurement.gov.gr>) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” και στην ιστοσελίδα του www.gonkhosp.gr (Τμήμα Προμηθειών-Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΥΡΟΥΛΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΗΣ ΘΩΜΑΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. 'Οι Άγιοι Ανάργυροι'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η Υ.Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Δ/ση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14
Τ.Κ 14564 Καλυφτάκη, Κηφισιά

ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 6211/08.04.2025 (ΑΔΑ: 9027469ΗΔΖ-ΜΧΨ) Απόφασης Διοικητή με την οποία οριστήκαμε ως μέλη της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ» CPV:33141615-4 και λαμβάνοντας υπ' όψιν τις παρατηρήσεις των εταιρειών στο στάδιο της 1^{ης} Διαβούλευσης, σας υποβάλλουμε τις τεχνικές προδιαγραφές:

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΛΟΙ

1) Να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση C E, που αποδεικνύει την συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ

2) Να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 8669-2:1996

3) Στην ετικέτα /συσκευασία (ή προϊόν) να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο (και στα ελληνικά), τουλάχιστον τα παρακάτω:

A) Επωνυμία εταιρείας/κατασκευαστή

B) Ημερομηνία τελικής χρήσης

Γ) Κωδικός παρτίδας (LOT)

Δ) Υλικό κατασκευής

Ε) Αναφορά σε προϊόν μιας χρήσης

Η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας που αναφέρονται παραπάνω και θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των προσφερομένων προϊόντων , ή όποιων άλλων επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και μόνον από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται κατασκευαστής των προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 130648-ΦΕΚ 2198 τευχ. Β/2-10-09)Προσφορές ουροσυλλεκτών που φέρουν επισημάνσεις πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί, σε οποιοδήποτε μέρος της συσκευασίας τους, από τρίτους, ακόμη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα του διανομέα, εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν παράβαση του όρου αυτού κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των συμβάσεων θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδεδομένων υλικών.

Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται και υπό μορφή συμβόλων.

- 4) Κατασκευασμένοι από (μη τοξικό) PVC, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές
- 5) Ο σάκος να είναι χωρητικότητας 2.000ml (με διπλές ραφές ασφαλείας) και με ευκρινή διαβάθμιση ανά 100 ml
- 6) Με ειδικό σημείο εγκοπής, ώστε να απορρίπτονται εύκολα και με ασφάλεια τα ούρα.
- 7) Με σωλήνα διαφανή ανθεκτικό, να μην τσακίζει, με μήκος τουλάχιστον 90 cm
- 8) Με σύνηθες ακροφύσιο σύνδεσης με όλους τους καθετήρες και αποχετευτικούς σωλήνες, με καπάκι
- 9) Να έχουν ενισχυμένες οπές για σίγουρη και ασφαλή στήριξη

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΝΟΥΛΑ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ

- 1) Να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού προϊόντος την προβλεπόμενη σήμανση C.E, που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ
- 2) Να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 8669-2:1996
- 3) Αποστειρωμένοι με διεργασία η οποία επικυρώνεται και ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων (οξείδιο αιθυλενίου)
- 4) Σε μεμονωμένη ατομική συσκευασία μιας χρήσεως, όπου θα αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω και στα ελληνικά:
 - A) όνομα/εμπορική ονομασία κατασκευαστή και χώρα κατασκευής
 - B) υλικό κατασκευής
 - Γ) ένδειξη ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ
 - Δ) μέθοδος αποστείρωσης
 - E) κωδικοί παρτίδας (LOT)
 - Z) Ημερομηνία κατασκευής και τελικής χρήσης (μήνας έτος)
 - H) συνθήκες αποθήκευσης
 - Θ) κάθε άλλη προειδοποίηση ή απαραίτητη προφύλαξη
 - I) σε ατομική συσκευασία αποστειρωμένοι ανά ένας.

Η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας που αναφέρονται παραπάνω και θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των προσφερομένων προϊόντων, ή όποιων άλλων επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και μόνον από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται κατασκευαστής των προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ,

(ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 130648-ΦΕΚ 2198 τευχ. Β/2-10-09) Προσφορές ουροσυλλεκτών που φέρουν επισημάνσεις πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί, σε οποιοδήποτε μέρος της συσκευασίας τους, από τρίτους, ακόμη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα του διανομέα, εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν παράβαση του όρου αυτού κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των συμβάσεων θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδεδομένων υλικών.

Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται και υπό μορφή συμβόλων.

- 5) Να έχουν διπλές ραφές ασφαλείας, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές
- 6) Χωρητικότητας 2.000ml και με ευκρινή διαβάθμιση ανά 100 ml στην μπροστινή πλευρά τη διαφανή. Η πίσω πλευρά να είναι αδιαφανής (λευκή)
- 7) Να διαθέτουν ειδική εσωτερική βαλβίδα μη παλινδρόμησης ούρων
- 8) Η αποχετευτική έξοδος να είναι στο κέντρο του σάκου (κατά προτίμηση διαφανής) τύπου T
- 9) Ο σωλήνας να είναι με μεγάλη εσωτερική διάμετρο (τουλάχιστον 7 mm), ώστε να διευκολύνει την διέλευση των πηγμάτων, να μην τσακίζει και να έχει μήκος τουλάχιστον 90 cm.
- 10) Να διαθέτουν στο σωλήνα ειδική αποδοχή στο σημείο εισόδου (ακροφύσιο), για εύκολη και ασφαλή δειγματοληψία
- 11) Ο σωλήνας να φέρει ειδικό κλίπ διακοπής ροής
- 12) Ο σωλήνας να διαθέτει κλιμακωτό ακροφύσιο συμβατό με όλους τους τύπους καθετήρων και αποχετευτικών σωλήνων με καπάκι
- 13) Να έχουν ενισχυμένες οπές για ασφαλή και σίγουρη στήριξη
- 14) Σε ατομική συσκευασία χαρτί και νάυλον (blister)

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ

- 1) Να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού προϊόντος την προβλεπόμενη σήμανση C.E, που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ
- 2) Να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 8669-2:1996
- 3) Αποστειρωμένοι με διεργασία η οποία επικυρώνεται και ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων (οξείδιο αιθυλενίου)

4) Σε μεμονωμένη ατομική συσκευασία μιας χρήσεως, όπου θα αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω και στα ελληνικά:

Α) όνομα/εμπορική ονομασία κατασκευαστή και χώρα κατασκευής

Β) υλικό κατασκευής

Γ) ένδειξη ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ

Δ) μέθοδος αποστείρωσης

Ε) κωδικοί παρτίδας (LOT)

Ζ) Ημερομηνία κατασκευής και τελικής χρήσης (μήνας έτος)

Η) συνθήκες αποθήκευσης

Θ) κάθε άλλη προειδοποίηση ή απαραίτητη προφύλαξη

Ι) Η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας που αναφέρονται παραπάνω και θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των προσφερομένων προϊόντων, ή όποιων άλλων επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και μόνον από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται κατασκευαστής των προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 130648-ΦΕΚ 2198 τευχ. Β/2-10-09) Προσφορές ουροσυλλεκτών που φέρουν επισημάνσεις πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί, σε οποιοδήποτε μέρος της συσκευασίας τους, από τρίτους, ακόμη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα του διανομέα, εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν παράβαση του όρου αυτού κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των συμβάσεων θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδεδομένων υλικών.

Σε ατομική συσκευασία αποστειρωμένες ανά μια

Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται και υπό μορφή συμβόλων.

5) Χωρητικότητας 2.000ml και με ευκρινή διαβάθμιση ανά 100 ml στην μπροστινή πλευρά τη διαφανή. Η πίσω πλευρά να είναι αδιαφανής (λευκή). Να έχει φίλτρο και ειδική βαλβίδα μη παλινδρόμησης ούρων

6) Με εύκαμπτο σωλήνα, που δεν τσακίζει, με μεγάλη εσωτερική διάμετρο (τουλάχιστον 7 mm), και να έχει μήκος τουλάχιστον 120 cm

7) Να υπάρχει, στο σωλήνα ειδική υποδοχή δειγματοληψίας, με ενσωματωμένο ειδικό αντιβακτηριδιακό φίλτρο

8) Να φέρουν, στο σωλήνα, ειδικό κλίπ διακοπής ροής

9) Ο σωλήνας να διαθέτει κλιμακωτό ακροφύσιο, συμβατό με όλους τους τύπους καθετήρων και αποχετευτικών σωλήνων με καπάκι

10) Η αποχετευτική έξοδος του σάκου, να είναι κατά προτίμηση έκκεντρη, διαφανής τύπου T, (της οποίας η άκρη θα είναι συμβατή απλούς ουροσυλλέκτες) και να διαθέτει ο σάκος ειδική θέση τοποθέτησης της αποχετευτικής εξόδου, για αποφυγή σταξίματος, μετά το άδειασμα και να διατηρείται καθαρή.

11) Ο σάκος να διαθέτει δυνατότητα στήριξης ,πλαστικό στήριγμα άγκιστρο, προαιρετικά και να υπάρχει δυνατότητα αναγραφής στοιχείων του ασθενούς.

12) Να διαθέτουν σκληρό πλαστικό διαφανή συλλεκτικό θάλαμο, συνδεδεμένο με το σάκο. Η χωρητικότητα του να είναι 400-500ml με ευκρινή διαβάθμιση ανά 5 ml, έως τα 50 ml και ανά 25 ml έως τα 500 ml, με στρόφιγγα εκκένωσης των ούρων. Να φέρει ορατό διαφανή εξωτερικό σταγονοθάλαμο 50 ml, με ειδική ενσωματωμένη βαλβίδα μη παλινδρόμησης και ευκρινή διαβάθμιση ανά 1ml. Να διαθέτει επίσης πρόσθετη θυρίδα δειγματοληψίας ούρων.

13) Να διαθέτει εξαερισμό με υδρόφοβη και ελαιοφοβική μεμβράνη μη διαπερατή στα βακτήρια, για εξισορρόπηση της πίεσης στο σάκο και στο ογκομετρικό θάλαμο.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ (ΣΤΑΤΩ) ΓΙΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

Πλαστικό στήριγμα με στρογγυλεμένα άγκιστρα, χρώματος μπλε για ουροσυλλέκτες έως 2 Lt.

ΠΩΜΑΤΑ ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ

Πώματα ουροκαθετήρων χρώματος μπλε με πεπλατυσμένη λαβή και κωνικό σχήμα άκρου, αποστειρωμένα και ατομικά συσκευασμένα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΜΗΤΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ