

**ΣΧΟΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΟΡΕΙΩΝ»
(CPV 33192160-1)**

Σχόλιο

Όνομα

AIMED ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Email

info@aimed.gr Δημοσιεύθηκε

05-09-2025

Άρθρο

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΙΩΝ**

ΑΘΗΝΑ, 05.09.2025

ΠΡΟΣ

Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΙΩΝ

Αξιότιμοι κκ!

Κατόπιν ανάγνωσης των προδιαγραφών της 2ης δημόσιας διαβούλευσης με Αρ.πρωτ.:
12956 27/08/2025 με θέμα: «2η Δημόσια διαβούλευση για τη σύνταξη των τεχνικών
προδιαγραφών για την προμήθεια «ΦΟΡΕΙΩΝ» (CPV 33192160-1)», προτείνουμε τις
παρακάτω τροποποιήσεις και βελτιώσεις ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή
συμμετοχή προμηθευτών, με ταυτόχρονη διατήρηση της ποιότητας.

ΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- 6. Η ρύθμιση ύψους να πραγματοποιείται μέσω υδραυλικού συστήματος ανύψωσης
με ποδομοχλό, με δυνατότητα ρύθμισης ύψους από 55 έως 90cm με μέγιστη απόκλιση
±4cm.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Η ρύθμιση ύψους να πραγματοποιείται μέσω υδραυλικού συστήματος ανύψωσης με ποδομοχλό, με δυνατότητα ρύθμισης ύψους από 55 έως 90cm με μέγιστη απόκλιση $\pm 5\text{cm}$.

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν υποβαθμίζει τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Οι μικρές αποκλίσεις στις ρυθμίσεις δεν δημιουργούν πρόβλημα αλλά διευρύνουν την συμμετοχή οικονομικών φορέων στον διαγωνισμό, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος αλλά και της σύννομης διαδικασίας.

- 8. Το επίπεδο πλάτης να κινείται με μηχανισμό αερίου σε γωνία μέχρι 75° τουλάχιστον, μέσω εργονομικής χειρολαβής εύκολα προσβάσιμης και από τις δύο πλευρές του φορείου.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Το επίπεδο πλάτης να κινείται με μηχανισμό αερίου σε γωνία μέχρι 70° τουλάχιστον, μέσω εργονομικής χειρολαβής εύκολα προσβάσιμης και από τις δύο πλευρές του φορείου.

Αιτιολόγηση

Ομοίως, η απόκλιση είναι μικρή και η προτεινόμενη τροποποίηση δεν υποβαθμίζει τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

- 10. Να φέρει πτυσσόμενα πλαϊνά προστατευτικά με ατραυματικές χειρολαβές από υλικό υψηλής αντοχής. Να είναι εύκολα κινούμενα μέσω μηχανισμού αερίου και αναδιπλώνουν σε τέτοια θέση ώστε να μην εμποδίζουν το φορείο. Να σταθεροποιούνται αυτόματα στη θέση τους. Το ύψος των προστατευτικών πάνω από την επιφάνεια να είναι τουλάχιστον 30cm και να καλύπτουν συνολικά μήκος τουλάχιστον 145cm, για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Να φέρει πτυσσόμενα πλαϊνά προστατευτικά με ατραυματικές χειρολαβές από υλικό υψηλής αντοχής. Να είναι εύκολα κινούμενα μέσω μηχανισμού αερίου ή μηχανικά, και να

αναδιπλώνουν σε τέτοια θέση ώστε να μην εμποδίζουν το φορείο. Ο μηχανισμός χειρισμού θα πρέπει να επιτρέπει τη λειτουργία με το ένα χέρι, χωρίς χρήση εργαλείων, και να σταθεροποιούνται αυτόματα στη θέση τους. Το ύψος των προστατευτικών πάνων από την επιφάνεια να είναι τουλάχιστον 30cm και να καλύπτουν συνολικά μήκος τουλάχιστον 145cm, για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Τα προστατευτικά θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 60601 2-52 ή ισοδύναμου ευρωπαϊκού προτύπου ασφαλείας για ιατρικά κρεβάτια και φορεία.

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροποποίηση-προσθήκη δεν υποβαθμίζει τις απαιτούμενες προδιαγραφές, αντιθέτως τις αναβαθμίζει, διότι αυξάνει τις επιλογές στον τρόπο κίνησης των πλαϊνών προστατευτικών, και διευκρινίζει τον τρόπο λειτουργίας τους. Η προσθήκη και η απαίτηση ευρωπαϊκού πρότυπου ασφαλείας θα πρέπει να προστεθεί ως χαρακτηριστικό στην εν λόγω προδιαγραφή για πιστοποίηση της ποιότητας και της ασφάλειας που παρέχουν τα προστατευτικά.

- 17. Διαστάσεις φορείου: Επιφάνεια κατάκλισης ασθενούς 200 x 75cm, με μέγιστη απόκλιση ± 3 cm.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Διαστάσεις φορείου: Επιφάνεια κατάκλισης ασθενούς 200 x 75cm, με μέγιστη απόκλιση ± 4 cm.

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροποποίηση είναι αμελητέα και δεν υποβαθμίζει τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Οι μικρές αποκλίσεις στις διαστάσεις δεν δημιουργούν πρόβλημα αλλά διευρύνουν την συμμετοχή οικονομικών φορέων στον διαγωνισμό, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος αλλά και της σύννομης διαδικασίας.

Με εκτίμηση,

Κανατάς Γιώργος

AIMED ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

info@aimed.gr

Ασημακοπούλου 31, Αγία Παρασκευή 15342, Αθήνα

T +302106009573 F +302106009223

Σχόλιο

Όνομα

MEDIC PLAN HEALTH PROJECT A.E.

Email

sales4@medic-plan.com

Δημοσιεύθηκε

05-09-2025

Άρθρο

2η ΔΙΑΒ. Τ.Π. - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΟΡΕΙΩΝ»

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,

Αναφερόμενοι στη 2η Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΦΟΡΕΙΩΝ», σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις μας προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τις αρμόδιες επιτροπές για την σύναψη των τελικών προδιαγραφών. Αναλυτικότερα:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3:

«Η όλη κατασκευή του να είναι ευέλικτη, ώστε να απαιτεί ελάχιστη προσπάθεια από το χειριστή για τη μετακίνηση του φορείου.»

Προτείνεται η βελτίωση της εν λόγω παραγράφου των τεχνικών προδιαγραφών , με την απαίτηση να αναφέρεται το βάρος του φορείου ώστε να αξιολογηθεί από την επιτροπή. Συνεπώς, προτείνεται η εξής τροποποίηση:

«Η όλη κατασκευή του να είναι ευέλικτη, ώστε να απαιτεί ελάχιστη προσπάθεια από το χειριστή για τη μετακίνηση του φορείου. Να αναφερθεί το συνολικό βάρος του φορείου προς αξιολόγησή»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17:

«Διαστάσεις φορείου:

- Επιφάνειας κατάκλισης: 200 x 75 cm, με μέγιστη απόκλιση ± 3 cm»

Οι συνολικές διαστάσεις του φορείου με τις διαστάσεις της επιφάνειας κατάκλισης δεν θα πρέπει να ταυτίζονται, διότι είναι ευκολά κατανοητό ότι οι διαστάσεις της επιφάνειας

κατάκλισης που θα τοποθετηθεί το στρώμα να είναι λίγο μικρότερες από αυτές του φορείου. Θεωρούμε ότι εκ παραδρομής, οι διαστάσεις που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο αφορούν τις συνολικές του φορείου και όχι την επιφάνεια κατάκλισης.

Διαστάσεις 200 x 75 cm επιφάνειας κατάκλισης αφορούν συνήθως κλίνη νοσηλείας και όχι φορείο μεταφοράς ασθενών. Για την μεγαλύτερη ευρύτητα συμμετοχής και την αποφυγή δημιουργίας ασαφειών στην διαδικασία αξιολόγησης, προτείνεται η τροποποίηση της εν λόγω παραγράφου ως εξής:

«Διαστάσεις φορείου με μέγιστη απόκλιση ± 3 cm

- Συνολικές: 200 x 75 cm
- Επιφάνειας κατάκλισης: 190 x 60 cm»

Μετά τιμής,

Για την MEDIC PLAN HEALTH PROJECT

ΣΟΥΛΟΛΛΑΡΙ ΜΕΓΚΙ

(Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας – Τμήμα Πωλήσεων)