


**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ & ΣΤΗΝ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γκαρτζώνη Β
Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14
Τ.Κ. 14564 Καλυφτάκη, Ν.Κηφισιά
Τηλ.: 2103501536

**ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 1^{ης} ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Ιατρικών Βοηθημάτων» (CPV 33196000-0)
(συγκεκριμένα ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ (ΜΠΟΥΜ) ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΑ)
Έχοντας υπόψη:**

1. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 / Α /4-4-05) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016(ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Την αριθ. 17/03-12-13 (θέμα 3ο) Συνεδρίαση της ΕΚΑΠΥ σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής»
4. Τις αποφάσεις της Ολομέλειας της ΕΚΑΠΥ που ελήφθησαν κατά την υπ' αριθ. 68/14-12-2015 (θέμα 6ο) και υπ' αριθ. 88/07-09-2016 συνεδριάσής της (θέμα 3ο, 4ο και 5ο), αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων.
5. Την αριθ. 3512/14-9-2015 εγκύκλιο της ΕΚΑΠΥ «Διευκρινήσεις αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων».
6. Την υπ' αριθ. 5657/28-11-2016 εγκύκλιο της ΕΚΑΠΥ «Εγκύκλιος – Για την εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών και των κριτηρίων ανάθεσης με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων».
7. Την αριθ. 12381/08.08.2025 (ΑΔΑ:9ΕΔΙ469ΗΔΖ-Ξ54) Απόφαση του Διοικητή περί ορισμού μελών επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
8. Το αριθ. 15905/16.10.2025 πρακτικό της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών με το οποίο καταθέτει τις τεχνικές προδιαγραφές.
9. Το γεγονός ότι δεν έχουν αναρτηθεί ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές από την ΕΚΑΠΥ για την προμήθεια «Ιατρικών Βοηθημάτων» (CPV 33196000-0) (συγκεκριμένα ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ (ΜΠΟΥΜ) ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΑ)

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

1^η Δημόσια διαβούλευση για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Ιατρικών Βοηθημάτων» (CPV 33196000-0) (συγκεκριμένα ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ (ΜΠΟΥΜ) ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΑ) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών: α. από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» (<http://www.eprocurement.gov.gr>) και β. από τον ιστότοπο του Νοσοκομείου <https://gonkhosp.gr/> (Τμήμα Προμηθειών-Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών).

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές για επτά (7) επιπλέον ημερολογιακές ημέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους από την επόμενη της ανάρτησης στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών. Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δε γίνεται επισύναψη αρχείων.

Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο e-mail: diavoulesfi@eprocurement.gov.gr, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.). Κάθε αποστολή στο e-mail : diavoulesfi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του. Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο e-mail : diavoulesfi@eprocurement.gov.gr, αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα <https://gonkhosp.gr/> (Τμήμα Προμηθειών-Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών) με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Το Νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις αυτές και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.

Η τελική απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών πρέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμως αιτιολογημένη, διάλογο των συντακτών της με τουλάχιστον τα εξής έξι (6) στοιχεία : 1) το υλικό που της παραδίδεται από το Τμήμα Προμηθειών 2) τις εν γένει διεθνείς παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα 3) τις παραδοχές της επιστήμης 4) την εμπειρία 5) τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις 6) τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι αποφάσεις της ΕΚΑΠΥ, των οποίων το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής.

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (<http://www.eprocurement.gov.gr>) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” και στην ιστοσελίδα του <https://gonkhosp.gr/> (Τμήμα Προμηθειών-Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΥΡΟΥΛΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΗΣ ΘΩΜΑΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. 'Οι Άγιοι Ανάργυροι'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

Ν. Κηφισιά, 16-10-25

Επιτροπή σύνταξης
Τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας
΄Πολυθρόνα (Μπουμ) Γυναικολογική
με προέκταση για ΑμΕΑ΄

Προς: Τμ. Προμηθειών

Θέμα: Κατάθεση τεχνικών προδιαγραφών

Σχετ : η με αρ. πρωτ. 12381/08-08-25 Απόφαση Διοικητή

Ως μέλη της επιτροπής, που ορίστηκε με την ανωτέρω σχετική απόφαση, σας καταθέτουμε τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια Ιατρικών Βοηθημάτων (CPV: 33196000-0) και συγκεκριμένα ΄Πολυθρόνα (Μπουμ) Γυναικολογική με προέκταση για ΑμΕΑ΄ και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βογιατζής Νικήστρατος



Κάλφας Αθανάσιος



Γαλανοπούλου Μαγδαληνή



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ

Σκοπός και Πλαίσιο Εφαρμογής

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια μιας σύγχρονης, ηλεκτροκίνητης γυναικολογικής εξεταστικής καρέκλας (γυναικολογικό boom), η οποία να πληροί προδιαγραφές προσβασιμότητας για άτομα με κινητικά προβλήματα και αναπηρίες (ΑΜΕΑ). Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι κατάλληλος για βαριά νοσοκομειακή χρήση, εξασφαλίζοντας την ασφαλή, αξιοπρεπή και αυτόνομη εξέταση ασθενών με περιορισμένη κινητικότητα. Η πολυχρησιμότητα του εξοπλισμού είναι κεντρικής σημασίας, καλύπτοντας τόσο τις ανάγκες της τυπικής γυναικολογικής εξέτασης όσο και την ανάγκη μετατροπής σε επίπεδη εξεταστική κλίνη για γενική εξέταση.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Να έχει έγκριση για χρήση ΑΜΕΑ.

Να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται εύκολα. Για το λόγο αυτό η βάση της να είναι καλυμμένη από θερμοπλαστικό αντιμικροβιακής σύστασης, η επιφάνεια κατάκλισης (καθίσματος, πλάτης, υποποδίων και προεκτάσεων) από αφρώδες υλικό, καλυμμένο από αντιβακτηριδιακό υλικό, αδιάβροχο, άκαυστο (κατηγορία M2 ή BS5852 1-2), μη αγωγίμο και πλενόμενο, ανθεκτικό σε πολλαπλές πλύσεις με ισχυρά κοινά απολυμαντικά διαλύματα τύπου δερματίνης χωρίς ραφές. Τα υλικά να φέρουν πιστοποιητικό από ανεξάρτητο φορέα σχετικά με την αντιμικροβιακή σύσταση.

Να διαθέτει βάση τροχήλατη για μετακίνηση της πολυθρόνας μέσω 4 τροχών με φρένο (διαμέτρου τουλάχιστον Φ100 και αντοχής τουλάχιστον 115kg/τροχό).

Ο σχεδιασμός της βάσης να επιτρέπει ελεύθερο χώρο περιμετρικά, για την είσοδο & χρήση φορητού ανυψωτικού μηχανήματος ασθενούς.

Για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μεταφορά, όλα τα πλευρικά εμπόδια πρέπει να είναι απομακρυνόμενα:

Υποβραχιόνια/Πλευρικά Στηρίγματα: Τα υποβραχιόνια ή τυχόν πλαϊνά στηρίγματα που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι σχεδιασμένα, ώστε να διπλώνουν πλήρως προς τα πάνω ή να αφαιρούνται για να επιτρέπουν την ανεμπόδιστη πλευρική μεταφορά από το αναπηρικό αμαξίδιο.

Αντοχή Στηρίξεων: Τυχόν σημεία στήριξης που λειτουργούν ως βοηθήματα μεταφοράς (transfer support) πρέπει να είναι εξαιρετικά ανθεκτικά. Υποχρεούνται να αντέχουν σε κατακόρυφες και οριζόντιες δυνάμεις τουλάχιστον 113 kg (250 lbs), χωρίς να επιτρέπεται οποιαδήποτε περιστροφή ή αστοχία εντός των εξαρτημάτων τους.

Να διαθέτει προσθαφαιρούμενο αφρώδες μαξιλάρι κεφαλής ιδίου υλικού με την επιφάνεια κατάκλισης.

Να διαθέτει ρυθμιζόμενα στηρίγματα (υποπόδια) με στήριξη στις γάμπες και στα πέλματα, τα οποία να μπορούν να περιστραφούν ή να αναδιπλωθούν εξασφαλίζοντας εύκολη μεταφορά από αναπηρικά αμαξίδια, ενώ να δίνεται η δυνατότητα χρήσης υποποδίων τύπου Goepel (υλικό που ήδη διαθέτουμε).

Να διαθέτει ανοξείδωτο λεκανάκι εκκρίσεων - συλλογής υγρών.

Να διαθέτει υποδοχή για ρολό χάρτου κάλυψης επιφάνειας κατάκλισης τουλάχιστον 50cm πλάτους.

Να διαθέτει τμήμα ποδιών αναδιπλούμενο κατά προτίμηση ηλεκτρικά.

Να δέχεται βάρος τουλάχιστον 220Kg (ασφαλές φορτίο λειτουργίας).

Η τάση λειτουργίας να είναι 230V AC 50-60Hz.

Η πολυθρόνα να εκτελεί τις κάτωθι ηλεκτρικές κινήσεις μέσω ενσύρματου χειριστηρίου:

Κίνησης έδρας:

Ελάχιστο ύψος: 48εκ (±2 εκ) Μέγιστο

ύψος: ανω των 85εκ (±2 εκ)

Trendelenburg: 10ο τουλάχιστον

Κίνησης λεκάνης : -8 έως 20ο τουλάχιστον

Κίνησης πλάτης: -10ο έως 60ο τουλάχιστον

Κίνησης επέκτασης ποδιών (προέκταση ΑΜΕΑ) από 0 μοίρες έως 110 μοίρες τουλάχιστον (0 μοίρες στο κάθετο επίπεδο)

Να προσφερθούν προς επιλογή, επιπρόσθετα, ποδομοχλοί για την εκτέλεση των ως άνω κινήσεων.

Οι διαστάσεις της πολυθρόνας να είναι :

Πλάτος καθίσματος : 600 mm (±5) τουλάχιστον.

Μήκος : 1200 mm (±5) τουλάχιστον (χωρίς το τμήμα των ποδιών).

Οι συμμετέχουσες εταιρείες να διαθέτουν δείγματα των προσφερόμενων ειδών προς επίδειξη εντός 10 ημερών.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η εξεταστική πολυθρόνα να φέρει σήμανση CE. Να κατατεθούν οι αντίστοιχες δηλώσεις κατασκευαστή και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εγγραφής στους αρμόδιους φορείς.

2. Τόσο οι κατασκευάστριες όσο και οι προμηθεύτριες εταιρείες των ειδών να είναι πιστοποιημένες κατά **ISO 9001, ISO 13485** και να είναι **εγγεγραμμένες στο μητρώο παραγωγών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού** βάσει του Νόμου 2939/2001 και του Προεδρικού Διατάγματος 117/2004. Επίσης, βάσει του ΠΔ 117/2004 οι προμηθευτές οφείλουν να είναι ενταγμένοι σε **πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε.** Οι εταιρείες που δεν είναι οι ίδιες κατασκευάστριες των ειδών αλλά διακινητές αυτών, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών που απαιτούνται για τους ίδιους και για τις κατασκευάστριες εταιρείες που αντιπροσωπεύουν, πρέπει να συμμορφώνονται σύμφωνα

με την **Υπουργική Απόφαση Δ3(α)4822/2025** περί διανομής Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

3. Να παρέχεται εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (3) έτη τουλάχιστον και τεχνικής υποστήριξης-ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.
4. Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει Τμήμα Υποστήριξης (service) εντός του Ν. Αττικής.
5. Ο χρόνος ανταπόκρισης σε βλάβη να είναι εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βογιατζής Νικήστρατος

Κάλφας Αθανάσιος

Γαλανοπούλου Μαγδαληνή

