



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αρμόδια: Α. ΚΟΥΛΕΡΗ
Δ/ση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14
14564 Καλυφτάκη, Κηφισιά
Τηλ.: 2103501545

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΕΣΗΔΗΣ & ΣΤΗΝ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

**ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 1^{ης} ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ» (CPV:
24957000-7)**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 / Α /4-4-05) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016(ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Την υπ' αριθ. 17/03-12-13 (θέμα 3^ο) Συνεδρίαση της ΕΠΥ σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής»
4. Τις αποφάσεις της Ολομέλειας της ΕΠΥ που ελήφθησαν κατά την υπ' αριθ. 68/14-12-2015 (θέμα 6^ο) και υπ' αριθ. 88/07-09-2016 συνεδρίασή της (θέμα 3^ο, 4ο και 5ο) αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων.
5. Την υπ' αριθ. 3512/14-9-2015 εγκύκλιο της ΕΠΥ «Διευκρινήσεις αναφορικά με την διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων».
6. Την υπ' αριθ. 5657/28-11-2016 εγκύκλιο της ΕΠΥ «Εγκύκλιος – Για την εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών και των κριτηρίων ανάθεσης με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων».
7. Την υπ' αριθ. 3729/23.02.2024 (ΑΔΑ: 62Φ6469ΗΔΖ-Κ1Ε) Απόφαση του Διοικητή περί ορισμού μελών επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
8. Το υπ' αριθ. 5186/15.03.2024 πρακτικό της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών με το οποίο καταθέτει τις τεχνικές προδιαγραφές.
9. Το γεγονός ότι δεν έχουν αναρτηθεί ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές από την ΕΠΥ για την προμήθεια «ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ» (CPV: 24957000-7).

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

1^η Δημόσια διαβούλευση σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «**ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ**» (CPV: 24957000-7), για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών: α. από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» (<http://www.eprocurement.gov.gr>) και β. από τον ιστότοπο του Νοσοκομείου www.gonkhosp.gr (Τμήμα Προμηθειών-Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών).

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της

διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές για επτά (7) επιπλέον ημερολογιακές ημέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους από την επόμενη της ανάρτησης στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών. Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη αρχείων.

Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο e-mail: diavouefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.). Κάθε αποστολή στο e-mail : diavouefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του. Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο e-mail : diavouefsi@eprocurement.gov.gr, αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.gonkhosp.gr (Τμήμα Προμηθειών-Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών) με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις αυτές και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.

Η τελική απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών πρέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμως αιτιολογημένη, διάλογο των συντακτών της με τουλάχιστον τα εξής έξι (6) στοιχεία: 1) το υλικό που της παραδίδεται από το Τμήμα Προμηθειών 2) τις εν γένει διεθνείς παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα 3) τις παραδοχές της επιστήμης 4) την εμπειρία 5) τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις 6) τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι αποφάσεις της ΕΠΥ, των οποίων το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής. Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (<http://www.eprocurement.gov.gr>) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” και στην ιστοσελίδα του www.gonkhosp.gr (Τμήμα Προμηθειών-Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΥΡΟΥΛΑΣ

.....!

,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Ταχ. Δ/ση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14
ΤΚ. 14564 Καλυφτάκη, Κηφισιά

Κηφισιά, 14.03.2024

Προς,
Γραφείο Προμηθειών

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ» CPV: 24957000-7.

Η Επιτροπή σύνταξης επικαιροποιημένων τεχνικών προδιαγραφών αποτελούμενη από τους:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

- 1. ΠΑΛΙΑΤΣΑ ΕΥΘΥΜΙΑ**
- 2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ**

η οποία ορίστηκε με την υπ' αριθ. 23.02.2024 (ΑΔΑ: 62Φ6469ΗΔΖ-Κ1Ε) Απόφαση του Διοικητή περί ορισμού μελών επιτροπής σύνταξης επικαιροποιημένων τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ» CPV: 24957000-7, σας υποβάλλει τις επικαιροποιημένες τεχνικές προδιαγραφές.

Η Επιτροπή

ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ



ΠΑΛΙΑΤΣΑ ΕΥΘΥΜΙΑ



ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ



ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

συσκευασία

1	AKETONH	1 lt
2	ALCIAN BLUE KIT	100 test
3	BUFFER TABLETS PH 6,8 BTX100	
4	CONGO RED KIT	100 test
5	CRYO FECT	200ml
6	CRYO-M-BED ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΕΣ ΒΙΟΨΙΕΣ (ΖΕΛΕ ΕΓΚΛΕΙΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΣΕ ΚΡΥΟΣΤΑΤΗ)	100ml
7	CRYOSPRAY ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΕΣ ΒΙΟΨΙΕΣ (ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΨΥΞΗ ΚΡΥΟΣΤΑΤΗ & ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ)	200ml
8	CRYSTAL VIOLET	5 lt
9	DPX MOUNTING FOR HISTOL.	500ml
10	ELASTICA kit (Weigert metodo rapido)	100 test
11	EOSIN SOLUTION ΑΛΚΟΟΛΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 1%	5 lt
12	FORMALINE BUFFERED 10% NEUTRAL	10 lt
* 13	FORMALINE BUFFERED 10% NEUTRAL	5 lt
14	FUCHSIN ΦΙΑΛΗ TB CARBOL FUCHSIN REAGENT (ΦΟΥΞΙΝΗ)	2,5 lt
15	GRAM LUGOL SOLUTION PVP-STABILIZED	2500 ml
16	GS AZUR EOSIN METHYL BLUE SOL (GIEMSA). Για GIEMSA να έχει σύσταση ως ακολούθως: GS AZUR EOSIN METHYL BLUE και να χρησιμοποιείται αραιωμένη με νερό ώστε να αποδίδει όσο το δυνατόν περισσότερα πλακάκια	2,5 lt
17	GROCOTT KIT	100 test
18	HARRIS HAEMATOXYLIN	5 lt
19	IMMERSION OIL (nD1,515 -1,517)	500 ml
20	ISTOKIT-PERLS ΧΡΩΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΥΑΝΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ PERL's Kit	100 test
21	MASSON TRICHROM WITH ANILINE BLUE LIGHTGREEN ISTO KIT	100 test
22	MERCUROCHROME CUT.SOL.	50 ml
23	METHANOL ΑΝΥΔΡΗ (99,8 %) ANALYTICAL GRADE	2,5 lt ή 5 lt
24	MG EOSIN METHYLENE BLUES (MAY GRUNWALD SOLUTION). Για την MAY GRUNWALD να έχει σύσταση ως ακολούθως: MG EOSIN METHYLENE BLUE MODIFIED και να χρησιμοποιείται αναραιωτή για καλύτερα αποτελέσματα.	2,5 lt
25	MOUNTING MEDIUM (nD1,49 - 1,50)	500ml
26	MUCICARMINE SOUTHGATE STAIN KIT	100 test
27	MYELOTECK KIT	100 test
28	ORANGE GO6 SOL.	2,5 lt
29	ORCEIN KIT	100 test
30	PARAPLAST 56-57 ο C - (ΠΑΡΑΦΙΝΗ)	2 κλά
31	PAS D ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΧΡΩΣΗ	100 test
32	PAS-ALCIAN BLUE KIT	100 test
33	POLYCHROM EA31 SOLUTION	2,5 lt
34	POLYCHROM EA50	SOLUTION
35	POTASSIUM HEXACYANOFERRATE 3 aq.r	500 gramm.
36	RETICULIN KIT	100 test
37	SAFRANIN SOLUTION (ΣΑΦΡΑΝΙΝΗ)	500ml

38	SCHIFF SOLUTION	1 lt
39	SILVER STAIN MONTIFIED KIT pneumocysti	100 test
40	SILVER STAIN MONTIFIED KIT spirochetes -helicobacter	100 test
*41	XYLENE (ΞΥΛΟΛΗ ΔΙΑΛΥΜΑ)	5 lt
42	ZIEHL NEELSEN kit (for mycobacteria)	100 test
43	ΑΛΟΥΜΙΝΟΝΕΡΟ 8 % σε φιάλη πλαστική	1 lt
*44	ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΛΚΟΟΛΗ 99,9 %	5 lt
45	ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ ΟΣΤΩΝ	5 lt
46	ΑΦΑΛΑΤΩΤΙΚΟ ΟΣΤΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ	5 lt
47	ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ σε βάζο	100 γραμμαριων
48	BENZINΗ ΦΙΑΛ. (ΑΝΕΝΕΡΓΟ)	450ml
*49	ΔΙΑΛΥΜΑ ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ (Propanol-2)	5 lt
50	ΔΙΑΛΥΜΑ ΟΞΙΝΙΣΜΕΝΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ	5 lt
51	ΚΑΥΣΤΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ (NaOH)	1 kilogram
52	ΜΕΛΑΝΗ ΣΙΝΙΚΗ (TISSUE MARKING DYE) ΧΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ	250ml
53	ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ	1 lt
54	ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ	500ml ή 1 lt
55	ΣΟΔΑ (Bicarbonete de soule)	350gr
56	ΤΑΛΚΗΣ POWDER	200 γραμμαριων
57	ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 37%	1 lt
58	ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ/ΖΑΡΜΠΗ CUT.SOL.3%	1 lt

Σημείωση : τα είδη

*13 FORMALINE BUFFERED 10% NEUTRAL
*41 XYLENE (ΞΥΛΟΛΗ ΔΙΑΛΥΜΑ)
*44 ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΛΚΟΟΛΗ 99,9 %
*49 ΔΙΑΛΥΜΑ ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ (Propanol-2)

θα πρέπει να είναι οποσδήποτε σε συσκευασία 5 lt, για να είναι συμβατά με την ιστοκινέττα MILESTONE LOGOS ONE

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΧΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΕ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΡΩΣΗΣ MAY GRUNWALD - GIEMSA

- 1 Να βάφουν επιχρίσματα ολικού αίματος και μυελού των οστών.
- 2 Να έχουν μεγάλη σταθερότητα κατά τη χρήση.
- 3 Να μην δημιουργούν ιζήματα και να μην απαιτούν διήθηση.
- 4 Το πρωτόκολλο χρώσης να είναι γρήγορο και απλό χωρίς να απαιτεί περαιτέρω υλικά (διαλύματα, ταμπλέτες κλπ) πλην νερού.

Η αξιολόγηση θα γίνει μαζί και στις 2 χρωστικές λόγω κοινού πρωτοκόλλου χρήσης το οποίο να κατατεθεί από την προσφέρουσα εταιρεία προς αξιολόγηση.

ΤΑΧΕΙΑ ΧΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

(ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ MAY GRUNWALD - GIEMSA)

- 1 Να αποτελείται από έτοιμα για χρήση αντιδραστήρια, Fix, Eosin και Blue χωρίς επιπρόσθετα αναλώσιμα.
- 2 Να είναι υποχρεωτικά πολλαπλής χρήσης, για εφαρμογές σε επιχρίσματα αίματος, μυελικά επιχρίσματα ή παράσιτα στο αίμα με διαφορετικά πρωτόκολλα διαφορικής διάγνωσης.
- 3 Τα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα για χρήση, ελεύθερα φορμόλης (μη τοξικά) και να συμμορφώνονται με τους διεθνείς κανόνες υγείας και ασφάλειας για την διαχείριση των μολυσματικών αποβλήτων.
- 4 Η χρώση να είναι υποχρεωτικά ταχεία για παροχή κατεπείγουσας διάγνωσης, να απαιτεί μόνο αποστράγγιση των πλακιδίων μεταξύ των βημάτων και άμεσο ξέπλυμα για μερικά δευτερόλεπτα με δισ απεσταγμένο νερό, χωρίς να απαιτείται η χρήση ειδικών ρυθμιστικών διαλυμάτων ή βημάτων προετοιμασίας με αραιώσεις.

Επιθυμητοί συνολικοί χρόνοι χρώσης

- | | |
|------------------------|----------|
| A) Επιχρίσματα αίματος | ≤ 15 sec |
| B) Επιχρίσματα Μυελού | ≤ 3 sec |
| Γ) Παράσιτα στο αίμα | ~1 min |

- 5 Η συσκευασία να είναι εργονομική, ευέλικτη, φιλική και να μην υπερβαίνει το 1 λίτρο ανα αντιδραστήριο.
- 6 Να υπάρχει διαθέσιμη και σε πρακτική συσκευασία των 100ml για χρήση κατά τις εφημερίες, με απευθείας εμβάπτιση των πλακιδίων στα φυαλίδια του kit.
- 7 Τα αντιδραστήρια να είναι σταθερά για τουλάχιστον 2 μήνες μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία της χρώσης.
- 8 Να διαθέτουν πιστοποιητικά σήμανσης CE, για In Vitro διαγνωστική χρήση.

Η Επιτροπή

ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ



ΠΑΛΙΑΤΣΑ ΕΥΘΥΜΙΑ



ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

