



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡ.: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΛΕΡΗ
Δ/ση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14
Τ.Κ. 14564 Καλυφτάκη, Κηφισιά
ΤΗΛ.: 210 35.01.545

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ»
(ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ Ή ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ) CPV: 33198200-6.

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα

1. Την Υ.Α. Υ4α/20074/15-02-2013 (ΦΕΚ Β' 557/11.03.2013) «Οργανισμός του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
2. Του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α' 81/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
3. Των άρθρων 75-83 του ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α' 184/23.9.2020) «Ψηφιακή Διαφάνεια-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
4. Του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167/23.07.2013) σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος και ειδικότερα του άρθρου 64
5. Την παρ. Ζ του άρθρου Πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107/09.05.2013) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16-02-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»
6. Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
7. Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε/αντικαταστάθηκε/συμπληρώθηκε με τον ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36/09.05.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
8. Του ν. 4915/2022 (ΦΕΚ Α 63/24.3.2022) όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4958/2022 (ΦΕΚ Α 142/21.7.2022) και ειδικότερα το άρθρο 27, στο οποίο αναφέρεται ότι: «Σε ό,τι αφορά στην προμήθεια υγειονομικού υλικού, αναλώσιμου υλικού και αγαθών ή υπηρεσιών, εντός του προϋπολογισμού έκαστου φορέα, η αρμοδιότητα για την έγκριση σκοπιμότητας, ανεξαρτήτως ποσού, ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο έκαστου, υπαγόμενου στη Δ.Υ.ΠΕ φορέα και στον Διοικητή ή Υποδιοικητή της αρμόδιας ΥΠΕ για τους φορείς της Πρωτοβάθμιας και την Κεντρική Υπηρεσία των Υ.ΠΕ.»
9. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α' 145/05.08.2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
10. Την Υ.Α. Γ4β/Γ.Π.οικ.91557 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1114/31.12.2019) περί διορισμού Διοικητή στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι», αρμοδιότητας της 1ης

Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, του οποίου η θητεία παρατάθηκε με την Υ.Α. Αριθμ. Γ4β/Γ.Π. οικ.6570 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 88/3.2.2022).

Β. Την υπ' αριθ. 2^η/Θ12^ο/07.05.2025 (ΑΔΑ: 9Φ35469ΗΔΖ-4ΒΣ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε μεταξύ άλλων το υπ' αριθ. 5825/02.04.2025 πρακτικό της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «**ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ**» (**ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ Ή ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ**) CPV: 33198200-6, όπως διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης.

Γ. Την αριθ. 16/ΤΑ/2025 Διακήρυξη του Τακτικού Ανοικτού διαγωνισμού (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 372712) κάτω των ορίων για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας «**ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ**» (**ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ Ή ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ**) CPV: 33198200-6, για διάστημα δύο (2) ετών, προϋπολογισθείσας δαπάνης **80.166,56€ συμ/νου ΦΠΑ**, με ημερομηνία διενέργειας την 07η Ιουλίου 2025, στον οποίο δεν υπήρξε κατακύρωση για τα είδη με **α/α: 7, 21, 32, 34 και 35**.

Δ. Την υπ' αριθ. 14^η /Θ7^ο/15.09.2025 (ΑΔΑ: ΨΜΒΒ469ΗΔΖ-ΘΥΘ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, η διενέργεια Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08.08.2016), για την προμήθεια των ειδών που δεν κατακυρώθηκαν, διότι είτε προσφέρθηκαν με τιμή υψηλότερη της προκηρυχθείσας, είτε δεν πληρούσαν τις τεχνικές προδιαγραφές, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης **4.940,35€ συμ/νου Φ.Π.Α.**, για διάστημα δύο (2) ετών, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές (σχετ. Β).

Ε. Το γεγονός ότι η προμήθεια «**ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ**» (**ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ Ή ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ**) CPV: 33198200-6, είναι απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου.

ΣΤ. Η δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα απόφαση θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 1359 του προϋπολογισμού, βάσει της υπ' αριθ. 14200/18.09.2025 (ΑΔΑ: 6ΘΛΛ469ΗΔΖ-ΧΩΡ) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης.

Π ρ ο σ κ α λ ο ύ μ ε ,

Α. Όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια «**ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ**» (**ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ Ή ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ**) CPV: 33198200-6, προϋπολογισθείσας δαπάνης **4.940,35€ συμ/νου Φ.Π.Α.**, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, για διάστημα δύο (2) ετών, και σύμφωνα με τις εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές (σχετ. Β), όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά τη διαδικασία δημόσιας Διαβούλευσης.

Το κείμενο της πρόσκλησης είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.gonkhosp.gr στη διαδρομή: <https://gonkhosp.gr>, στον ιστότοπο <http://et.diavgeia.gov.gr/> (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

A/A	ΕΙΔΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
1	ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΡΟΛΟ 3/4 ΜΕ ΧΗΜΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ	550	1,2280	675,40 €	837,50 €
2	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ	12000	0,0074	88,80 €	110,11 €
3	ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 300MM X 70M	15	61,3300	919,95 €	1.140,74 €
4	ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΑΜΠΟΥΛΑΣ) ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ	500	4,0000	2.000,00 €	2.480,00 €
5	ΧΑΡΤΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD 100S	10	30,0000	300,00 €	372,00 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Ταχ. Δ/ση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14
ΤΚ. 14564 Καλυφτάκη, Κηφισιά

Κηφισιά, 02/04/2025

Προς,
Γραφείο Προμηθειών

ΘΕΜΑ: Σύμβαση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ» (ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ Ή ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ CPV: 33198200-6).

Η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ» (ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ Ή ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ) CPV: 33198200-6), αποτελούμενη από τους:

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

η οποία ορίστηκε με την υπ' αριθ. 687/15.01.2025 (ΑΔΑ: Ψ5Τ4469ΗΔΖ-ΖΞΥ) Απόφαση Διοικητή του Νοσοκομείου περί ορισμού μελών επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ» (ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ Ή ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ) CPV: 33198200-6), αφού μελέτησε τις παρατηρήσεις των εταιρειών: 1) ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ.ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και 2) ΒΒΔ ΝΙΚ. ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ, αποφάσισε να μην τις λάβει υπόψη και μένει στις προηγούμενες κατατεθείσες τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες και επισυνάπτονται.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ (TECHNICAL DATA SHEET) ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.
2. ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥ85/Γ.Π.ΟΙΚ/1348/2004 (ΦΕΚ 32Β/16-1-2004) «ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝ ISO 13485 ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝ ISO 9001 ΚΑΙ ΕΝ ISO 13485 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE.
ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.
3. ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΕΠΑΡΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ .
- 4.ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ CE ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ.
5. ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΚΟΝΗ,ΤΣΑΚΙΣΜΑ,ΣΧΙΣΙΜΟ,ΥΓΡΑΣΙΑ Κ.Τ.Λ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥΣ.
6. ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΑΝΑ ΤΕΜ. ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΕΙΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ. (Π.Χ. ΡΟΛΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΤ.Λ.).
7. ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.
8. ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ Ή ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ.
9. ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Π.Χ (Ε.Ε.Α.Α.) ΣΕ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΕΚ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 2939/2001. ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ «ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ» ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
10. ΟΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΜΕΣΑ (ΕΝΤΟΣ 24 ΩΡΩΝ).

ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ.

1. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΣΑΚΚΟΙ (ΘΗΚΕΣ) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ.

1. Να προσφέρονται σε μεγάλοι ποικιλία διαστάσεων (90 mm X 270 mm, 130 mm X 280 mm, 130 mm X 360 mm, 150 200mm 150 mm X 300 mm, 200 mm X 350 mm, 190 X 360, 250 x 430, 300 x 470, 320 mm x 480 mm).

2. Οι σάκοι να είναι κατασκευασμένοι από καλής ποιότητας χαρτί αποστείρωσης (βάρους 65 gr/m² τουλάχιστον) και από ανθεκτική μαλακή διάφανη πλαστική μεμβράνη (φίλμ) ώστε να αντέχει το βάρος των υλικών προς αποστείρωση.
3. Να είναι απαλλαγμένοι από τοξικά υλικά και δυσάρεστες οσμές σε υγρή και στεγνή μορφή. Η ένωση των δύο υλικών (χαρτί – φίλμ), για όπου επιβάλλεται να υπάρχει, να είναι με πολλαπλή θερμο-συγκόλληση (τουλάχιστον 3 σε σειρά).
4. Να κλείνουν χωρίς τη βοήθεια θερμο-συγκολλητικού μηχανήματος, με απολύτως αυτοκόλλητη πλευρά. Η αυτοκόλλητη πλευρά πρέπει να είναι είτε προδιπλωμένη είτε να φέρει διακεκομμένη γραμμή ώστε να εξασφαλίζει ευθύγραμμο κλείσιμο μετά την αφαίρεση της προστατευτικής ταινίας.
5. Οι χημικοί δείκτες να είναι τυπωμένοι στη μπροστινή χάρτινη εσωτερική επιφάνεια ώστε:
 - λόγω θέσης να υπόκεινται στις ίδιες συνθήκες με το προς αποστείρωση υλικό.
 - να προστατεύεται ο δείκτης από τη χάρτινη επιφάνεια και το πλαστικό φίλμ.
 - να υπάρχει άνεση και έντονη οπτική επαφή του αντικειμένου και της αποστείρωσης ανά πάσα στιγμή χωρίς να χρειάζεται να αναποδογυριστεί η συσκευασία.
6. Να αναγράφονται οι επεξηγήσεις των χημικών δεικτών (αποστειρωτικό μέσο που προορίζεται, καθώς και το χρώμα αλλαγής μετά την αποστείρωση) και η διάστασή του πάνω σε κάθε αυτοκόλλητο σάκο ξεχωριστά. Μετά τον κύκλο της αποστείρωσης, η αλλαγή του χρώματος του δείκτη να είναι ολοκληρωτική, εμφανής και μόνιμη.
7. Να υπάρχει στο σάκο ένδειξη φοράς ανοίγματος του. Κατά το άνοιγμά του σάκου, να αποκολλάται ομοιόμορφα και χωρίς πολλή πίεση το χαρτί από το φίλμ, ώστε να επιτρέπει άσηπτη τεχνική.
8. Οι χημικοί δείκτες να μην είναι τοξικοί (απαλλαγμένοι από βαρέα μέταλλα και μόλυβδο).

2. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ¾ inch ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ.

1. Να είναι σε ρολό για εξωτερική χρήση.
2. Να αναγράφεται σε κάθε ταινία (ρολό) το είδος του αποστειρωτικού μέσου για το οποίο προορίζεται.
3. Να φέρει στην επάνω επιφάνεια ενδεικτικά σημεία αποστείρωσης (χημική μελάνη). Η ένδειξη μετά τον κύκλο αποστείρωσης να είναι ολοκληρωτική, εμφανής και μόνιμη.
4. Να είναι απολύτως αυτοκόλλητη και σε ατομική συσκευασία ανά τεμάχιο ή σε συσκευασία τέτοια ώστε να προστατεύεται η κόλλα και να αποθηκεύεται ασφαλέστερα.
5. Κατάλληλη για χρήση σε ιματισμό, μέταλλο, σε όλους τους τύπους χαρτιού περιτύλιξης και γυαλί.
6. Να αφαιρείται εύκολα χωρίς να αφήνει υπολείμματα στο ρολό καθώς και στα υλικά που χρησιμοποιείται.
7. Να μην αποκολλάται κατά τη διάρκεια της αποστείρωσης από τα αντικείμενα στα οποία είναι τοποθετημένη.
8. Η χημική μελάνη να μην είναι τοξική και αλλεργιογόνος (απαλλαγμένη από μόλυβδο, βαρέα μέταλλα).

3. ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΔΙΑΦΑΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ.

1. Να προσφέρονται σε διαστάσεις: α) 75 mm, β) 100 mm, γ) 150 mm, δ) 200 mm, ε) 250 mm, στ) 300 mm, ζ) 400 mm.
2. Να είναι κατασκευασμένα από καλής ποιότητας χαρτί αποστείρωσης (βάρους τουλάχιστον 65 gr/m²) και ανθεκτική μαλακή διάφανη πλαστική μεμβράνη(φίλμ) ώστε να αντέχει το βάρος των υλικών.
3. Να είναι θερμο-συγκολλούμενα και να διατίθενται σε επίπεδη μορφή (χωρίς πίετα).
4. Να είναι απαλλαγμένοι από τοξικά υλικά και δυσάρεστες οσμές σε υγρή και στεγνή μορφή. Η ένωση των δύο υλικών (χαρτί – φίλμ) στα πλάγια να γίνεται με πολλαπλή θερμο-συγκόλληση (τουλάχιστον τριπλή σειρά).
5. Ο δείκτης ατμού να είναι τυπωμένος στη χάρτινη εσωτερική μπροστινή επιφάνεια στο σημείο θερμο-συγκόλλησης με το πλαστικό φίλμ, ώστε να έχουμε τα εξής πλεονεκτήματα:
 - ο δείκτης, λόγω θέσης, να υπόκειται στις ίδιες συνθήκες αποστείρωσης με το προς αποστείρωση υλικό.
 - να προστατεύεται ο δείκτης από τη χάρτινη επιφάνεια και από το πλαστικό φίλμ.

- να υπάρχει άμεση και δυνατή οπτική παρακολούθηση του αντικειμένου και της αποστείρωσής του ανά πάσα στιγμή χωρίς να χρειάζεται να αναποδογυρίσει το πακέτο.
- 6. Μετά τον κύκλο της αποστείρωσης η αλλαγή του χρώματος του δείκτη να είναι ολοκληρωτική, μόνιμη και εμφανής.
- 7. Σε κάθε ρολό να υπάρχει χημικός δείκτης σε πυκνά διαστήματα (ανά 10 – 20 cm τουλάχιστον) ώστε να έχουμε ένδειξη αποστείρωσης σε μικρές συσκευασίες και να αναγράφεται η διάσταση του ρολού (πλάτος ρολού).
- 8. Να αναγράφεται σε κάθε χημικό δείκτη το είδος του αποστειρωτικού μέσου για το οποίο προορίζεται καθώς και η αλλαγή του χρώματος του χημικού δείκτη κατά την έκθεση του στην αποστείρωση.
- 9. Κατά το άνοιγμα της συσκευασίας του ρολού μετά τον κύκλο της αποστείρωσης, να αποκολλάται ομοιόμορφα και χωρίς πολλή πίεση το χαρτί από το φιλμ ώστε να επιτρέπει άσηπτη τεχνική.
- 10. Να είναι κατάλληλοι για αποστείρωση με ατμό και φορμαλδεΰδη.

4. ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ

1. Να προσφέρεται σε διαστάσεις 75 cm X 75 cm, 120 cm X 120 cm, 140 cm X 140 cm και 130 X 150 cm.
2. Να είναι non-woven κατασκευασμένο από ίνες πολυπροπυλενίου 5 στρωμάτων SSMMS, βάρους/ φύλλο από 45gr/m².
3. Να προσφέρεται σε εναλλασσόμενο χρώμα (φύλλα χαρτιού αποστείρωσης non-woven δύο χρωμάτων τοποθετημένων εναλλάξ μπλε – πράσινο) για εύκολη αναγνώριση κατεστραμμένου περιτυλίγματος. Τα εναλλασσόμενα φύλλα non – woven να είναι ίδιας ποιότητας, κατάλληλα για αποστείρωση με ατμό και φορμαλδεΰδη.
4. Να είναι ελεύθερο latex, φθαλικών ενώσεων και υδρόφοβο. Να μην αφήνει ινίδια κατά το τύλιγμα και το ξετύλιγμα και να προσφέρει ισχυρή φραγή απέναντι στα βακτηρίδια.
5. Να έχει χαμηλή μνήμη επαναφοράς μετά την αποστείρωση ώστε να βοηθάει την άσηπτη τεχνική.

5. ΧΑΡΤΙΝΑ ΦΙΛΤΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ (CONTAINERS) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ.

- α) χάρτινα φίλτρα μίας χρήσης, τετράγωνα, χωρίς οπές, διάστασης 23 cm X 23 cm.
- β) χάρτινα φίλτρα μίας χρήσης, στρογγυλά, με οπή διαμέτρου 19 cm.
1. Να είναι μίας χρήσης, με χημικό δείκτη στο πάνω μέρος τους ώστε να φαίνεται ότι έχουν περάσει από αποστείρωση. Ο χημικός δείκτης να μην είναι τοξικός και αλλεργιογόνος (απαλλαγμένος από μόλυβδο, βαρέα μέταλλα).
2. Να είναι μικροπορώδη για να επιτρέπουν τη διείσδυση μόνο του ατμού κατά τη διαδικασία της αποστείρωσης και τη σωστή αντι-μικροβιακή προστασία μετά, εμποδίζοντας τους μικροοργανισμούς.
3. Να είναι καλής ποιότητας και ελαστικό ώστε να αντέχει στην πίεση κατά την αποστείρωση.

6. ΧΑΡΤΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ

1. Να διατίθεται σε διάσταση 30cmx25cm, και 30cmx50cm.
2. Να είναι κατασκευασμένο από μη υφασμένο υλικό (NON WOVEN) καλής ποιότητας, από ίνες κυπαρίνης και πολυεστέρα μη τοξικό και εύχρηστο βάρους $\geq 60\text{gr/m}^2$.
3. Να μην αφήνει αιωρούμενα σωματίδια κατά τη χρήση του καθώς και μετά την αποστείρωση να μην αφήνει ίχνη στα εργαλεία.
4. Να έχει ικανότητα απορρόφησης υγρασίας πέντε φορές το βάρος του και να είναι εξαιρετικά ανθεκτικό σε στεγνή και υγρή κατάσταση.

7. ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΧΗΜΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ (CONTAINERS)

1. Οι ετικέτες να είναι χάρτινες, μη αυτοκόλλητες, διαστάσεων 7cmx3,5cm για την τοποθέτησή τους σε μεταλλικά κουτιά (CONTAINERS) και βάρους $\geq 200\text{gr/m}^2$.
2. Να είναι κατάλληλες για κλίβανο ατμού με χημικό δείκτη τάξης/κλάσης 1 για οπτική ένδειξη και διαχωρισμό των CONTAINERS (αποστειρωμένα και μη αποστειρωμένα).
3. Η ετικέτα να είναι 4 γραμμών φέρει τυπωμένα στοιχεία (όπως ημερομηνία Αποστείρωσης –ημερομηνία λήξης- στοιχεία κλιβανισμού) απαραίτητα για τον έλεγχο της αποστείρωσης.

8. ΠΑΚΕΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BOWIE-DICK TEST) ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ

1. Να είναι ολοκληρωμένο πακέτο μιας χρήσης αποτελούμενο από χάρτινα πορώδη φύλλα (350-400 φύλλα) και ενδιάμεσα να φέρει φύλλο δείκτη με χημική μελάνη. Μετά τον έλεγχο η χρωματική αλλαγή της χημικής μελάνης να είναι ευδιάκριτη και να παραμένει αναλλοίωτη για την αρχειοθέτηση του φύλλου (για τουλάχιστον 5 χρόνια).
2. Να ελέγχει όλες τις δυσλειτουργίες του κλιβάνου όπως μικροδιαρροές, εναπομένοντα αέρα, τα μη συμπυκνωμένα αέρια, συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και πίεσης του υγρού και υπέρθερμο ατμό. Να ελέγχει επίσης την αφαίρεση του αέρα (κενό) από τον εσωτερικό (θάλαμο) του κλιβάνου και τη διεισδυτικότητα του ατμού σε συνθήκες (θερμοκρασίας και πίεση) κύκλου αποστείρωσης.
3. Το φύλλο δείκτης να φέρει τυπωμένα τα απαραίτητα δεδομένα που χρειάζονται για την αρχειοθέτηση μετά το τέλος του τεχνικού ελέγχου (BOWIE-DICK TEST) (π.χ. ημερομηνία, αριθμός κλιβάνου, κύκλος επιτυχημένο-αποτυχημένο, χειριστής).
4. Η χημική μελάνη του φύλλου δείκτη να μην είναι τοξική (απαλλαγμένη από μόλυβδο, βαρέα μέταλλα και latex).
5. Το πακέτο του τεχνικού ελέγχου να παραμένει αναλλοίωτο και να μην ανοίγει κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας του στον κλίβανο.
6. Να είναι σύμφωνο με τα πρότυπα EN ISO11140-1:2006, TYPE2, EN ISO 11140-4:2007 πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα. Να κατατεθεί το πιστοποιητικό.
7. Να υπάρχει ερμηνευτικός πίνακας σφαλμάτων για την ανάγνωση του αποτελέσματος του φύλλου δείκτη.

9. ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΧΗΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ

1. Ο χημικός δείκτης να έχει μήκος 8-10 cm και να αναγράφεται σε κάθε δείκτη το είδος του αποστειρωτικού μέσου για το οποίο προορίζεται.
2. Η αλλαγή του χρώματος του δείκτη κατά την αποστείρωση πρέπει να είναι ολοκληρωτική εμφανής και μόνιμη με εκτυπωμένο το χρώμα αλλαγής πάνω στο δείκτη και να φέρει τη χημική μελάνη σε μεγάλη επιφάνεια του δείκτη.
3. Να είναι κατάλληλος για τον έλεγχο της αποστείρωσης στο εσωτερικό του πακέτου σε όλες τις θερμοκρασίες – προγράμματα του κλιβάνου ατμού (121 και 134 °C) καθώς και στο πρόγραμμα ταχείας αποστείρωσης (FLASH).
4. Η χημική μελάνη να μην είναι τοξική και αλλεργιογόνος (απαλλαγμένη από μόλυβδο, βαρέα μέταλλα)
5. Ο δείκτης αποστείρωσης να είναι σύμφωνος με το πρότυπο EN ISO 11140-1, Type 4.

10. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (ΑΜΠΟΥΛΕΣ) ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ

1. Να είναι κατάλληλοι για κάθε κλίβανο ατμού και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε θερμοκρασία μεταξύ 121 °C και 134 °C.
2. Να είναι αυτοπεριεχόμενοι σε μορφή αμπούλας με ενσωματωμένο θρεπτικό υλικό και βιολογικό φορτίο *GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHYLUS*.
3. Σε κάθε αμπούλα να αναγράφεται το αποστειρωτικό μέσο σε εξωτερική αυτοκόλλητη ετικέτα που θα περιέχει και τον ανάλογο χημικό δείκτη.
4. Να έχουν τη δυνατότητα να γίνεται η καλλιέργεια σε συσκευή επωαστήρα όπου θα λειτουργεί στο ενδιαφερόμενο τμήμα.
5. Το αποτέλεσμα να είναι χρωματικό και ασφαλές (100%), εμφανή σε 24 ώρες.

6. Σε κάθε συσκευασία βιολογικών δεικτών να υπάρχει πιστοποιητικό διασφάλισης της παρτίδας όπου και θα αναγράφεται:
 - Αριθμός των σπόρων ανά λωρίδα
 - Η τιμή D
 - Ο αριθμός παρτίδας
 - Ημερομηνία λήξεως του προϊόντος
7. Να προσφέρεται στο Νοσοκομείο δωρεάν η συσκευή επώασης.
8. Να πληρούν το πρότυπο EN ISO 11138-1-3
9. Να κατατεθεί επαρκής ποσότητα δειγμάτων και συνοδού εξοπλισμού (επωαστήρας) για να δοκιμαστούν σε όλα τα υπάρχοντα προγράμματα των κλιβάνων για τουλάχιστον 10-15 ημέρες.

11. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ (ΑΜΠΟΥΛΕΣ).

1. Να είναι κατάλληλοι για κάθε κλίβανο ατμού σε κύκλους με υποβοήθηση κενού μεταξύ 121 °C και 134° C.
2. Να είναι αυτοπεριεχόμενοι σε μορφή αμπούλας με ενσωματωμένο θρεπτικό υλικό και βιολογικό φορτίο *GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHYLUS*.
3. Σε κάθε αμπούλα να αναγράφεται το αποστειρωτικό μέσο σε εξωτερική αυτοκόλλητη ετικέτα που θα περιέχει και το ανάλογο χημικό δείκτη.
4. Να έχουν τη δυνατότητα να γίνεται η καλλιέργεια σε συσκευή επωαστήρα όπου θα λειτουργεί στο ενδιαφερόμενο τμήμα.
5. Να παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα εντός (3) τριών ωρών.
6. Σε κάθε συσκευασία βιολογικών δεικτών να υπάρχει πιστοποιητικό διασφάλισης της παρτίδας όπου και θα αναγράφεται:
 - Κωδικός και περιγραφή προϊόντος
 - Βακτηριακό στέλεχος και φορτίο
 - Ο αριθμός παρτίδας
 - Ημερομηνία παραγωγής λήξεως του προϊόντος
7. Να προσφέρεται στο Νοσοκομείο δωρεάν η συσκευή επώασης. Να υπάρχει δυνατότητα άμεσης εκτύπωσης του αποτελέσματος για την αρχειοθέτηση και τη δυνατότητα δυναμικού ελέγχου των αρμόδιων φορέων.
8. Να πληρούν το πρότυπο EN ISO 11138-1-3
9. Να κατατεθεί επαρκής ποσότητα δειγμάτων και συνοδού εξοπλισμού (επωαστήρας) για να δοκιμαστούν σε όλα τα υπάρχοντα προγράμματα των κλιβάνων για τουλάχιστον 10-15 ημέρες.

12. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ (ΑΜΠΟΥΛΕΣ).

1. Να είναι κατάλληλοι για κάθε κλίβανο ατμού σε κύκλους με υποβοήθηση κενού μεταξύ 121 °C και 134° C.
2. Να είναι αυτοπεριεχόμενοι σε μορφή αμπούλας με ενσωματωμένο θρεπτικό υλικό και βιολογικό φορτίο *GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHYLUS*.
3. Σε κάθε αμπούλα να αναγράφεται το αποστειρωτικό μέσο σε εξωτερική αυτοκόλλητη ετικέτα που θα περιέχει και το ανάλογο χημικό δείκτη.
4. Να έχουν τη δυνατότητα να γίνεται η καλλιέργεια σε συσκευή επωαστήρα όπου θα λειτουργεί στο ενδιαφερόμενο τμήμα.
5. Να παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα εντός μίας (1) ώρας.
6. Σε κάθε συσκευασία βιολογικών δεικτών να υπάρχει πιστοποιητικό διασφάλισης της παρτίδας όπου και θα αναγράφεται:
 - Κωδικός και περιγραφή προϊόντος
 - Βακτηριακό στέλεχος και φορτίο
 - Ο αριθμός παρτίδας
 - Ημερομηνία παραγωγής λήξεως του προϊόντος

7. Να προσφέρεται στο Νοσοκομείο δωρεάν η συσκευή επώασης. Να υπάρχει δυνατότητα άμεσης εκτύπωσης του αποτελέσματος για την αρχειοθέτηση και τη δυνατότητα δυνητικού ελέγχου των αρμόδιων φορέων.
8. Να πληρούν το πρότυπο EN ISO 11138-1-3
9. Να κατατεθεί επαρκής ποσότητα δειγμάτων και συνοδού εξοπλισμού (επωαστήρας) για να δοκιμαστούν σε όλα τα υπάρχοντα προγράμματα των κλιβάνων για τουλάχιστον 10-15 ημέρες.

13. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΧΗΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ

1. Ο χημικός δείκτης να είναι σε μορφή μετακινούμενης μελάνης σε παράθυρο μήκους τουλάχιστον 8-10cm.
2. Να είναι κατάλληλος για τον έλεγχο της αποστείρωσης στο εσωτερικό του πακέτου σε όλες τις θερμοκρασίες- προγράμματα του κλιβάνου ατμού (121° και 134° C) καθώς και στο πρόγραμμα ταχείας αποστείρωσης (FLASH).
3. Να είναι κατασκευασμένος έτσι ώστε να ελέγχει και να ανταποκρίνεται προοδευτικά στις σημαντικές παραμέτρους της αποστείρωσης (θερμοκρασία, χρόνος, ποιότητα ατμού).
4. Να έχει μια καθορισμένη τελική αντίδραση και τα αποτελέσματα να είναι ευδιάκριτα, εύκολης ερμηνείας και η χρωματική αλλαγή να παραμένει μόνιμα.
5. Η χημική μελάνη να μην είναι τοξική και αλλεργιογόνος (απαλλαγμένη από μόλυβδο, βαρέα μέταλλα).
6. Να κατατεθεί το ισχύον πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας του δείκτη σύμφωνα με το EN ISO 11140-1, Type 5.

14. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

1. Να είναι κατάλληλα σχεδιασμένα για την προστασία των άκρων των χειρουργικών εργαλείων καθώς και από το σχίσμο – φθορά της συσκευασίας μετά την αποστείρωση.
2. Διαφανή, με οπές ώστε να επιτρέπεται η εύκολη διείσδυση του αποστειρωτικού μέσου (ατμός – υπεροξείδιο του υδρογόνου H₂O₂).
3. Να προσφέρονται σε διάφορες διαστάσεις – μεγέθη για όλους τους τύπους των χειρουργικών εργαλείων.
4. Να είναι ελαστικά ανθεκτικά σε όλες τις θερμοκρασίες της αποστείρωσης (121° C και 135° C) ώστε να έχουν τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης τους.

15. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΤΙΩΝ (CONTAINERS) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ

1. Να είναι κατάλληλες για χρήση σε κλίβανο ατμού σε όλες τις θερμοκρασίες (121° C και 135° C)
2. Κατασκευασμένες από πλαστικό ιατρικής χρήσης για ασφαλές και ερμητικό κλείσιμο.
3. Η αποκοπή του υλικού να μην είναι χρονοβόρα (εργώδης) αλλά ούτε και ιδιαίτερα εύκολη. Μετά την αποκοπή του να μην υπάρχει δυνατότητα επανασυγκόλλησης.
4. Ο βραχίονας της ασφάλειας να είναι τέτοιου μεγέθους ≥4cm ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα κυτία (CONTAINERS) αποστείρωσης που διαθέτει το Νοσοκομείο μας.
5. Να υπάρχει χημικός δείκτης ενσωματωμένος στην πλαστική ασφάλεια που μετά την αποστείρωση η χρωματική αλλαγή του δείκτη να είναι ολοκληρωτική, εμφανής και μόνιμη.
6. Να κατατεθούν δείγματα.

16. ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΤΙΩΝ (CONTAINERS) ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ

1. Να είναι από καλής ποιότητας χαρτί για χρήση σε κλίβανο ατμού σε όλες τις θερμοκρασίες (121 και 134 C).
2. Να διασφαλίζουν ασφαλές και ερμητικό κλείσιμο.
3. Ο βραχίονας-λωρίδα της χάρτινης ασφάλειας να είναι τέτοιου μήκους (από 6 cm) ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα κυτία του νοσοκομείου.

4. Η αποκοπή του υλικού να μην είναι χρονοβόρα αλλά και ούτε ιδιαίτερα εύκολη. Μετά την αποκοπή να μην υπάρχει δυνατότητα επανασυγκόλλησης.
5. Η χάρτινη ασφάλεια να φέρει τυπωμένα στοιχεία (όπως ημερομηνία αποστείρωσης- ημερομηνία λήξης) καθώς και χημικό δείκτη απαραίτητο για τον έλεγχο της αποστείρωσης.

17. ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

1. Να είναι αυτοκόλλητη, μεγάλης ανθεκτικότητας στις συχνές πλύσεις και αποστειρώσεις των χειρουργικών εργαλείων στον κλίβανο ατμού
2. Να προσφέρονται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων (μονόχρωμες) για εύκολη αναγνώριση των χειρουργικών εργαλείων
3. Οι ταινίες σήμανσης να προσφέρονται σε μορφή ρολό πλάτους 0,5cm.

18. ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΠΛΥΣΗΣ) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Να διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων και σχημάτων για τον καθαρισμό χειρουργικών εργαλείων παντός τύπου (ΕΠΙΠΕΔΑ Ή ΑΥΛΟΕΙΔΗ)
2. Να είναι κατάλληλα για χειρουργικά εργαλεία κατασκευασμένα από υλικό το οποίο να μην τα χαράσσει ή τα καταστρέφει.
3. Να είναι επαναχρησιμοποιούμενα με δυνατότητα καθαρισμού τους σε αυτόματα πλυντήρια – απολυμαντές καθώς και αποστείρωσης στον κλίβανο ατμού

19. ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ.

1. Οι ετικέτες να είναι διπλής επικόλλησης για την αρχειοθέτηση του αποστειρωμένου φορτίου.
2. Να φέρουν χημική μελάνη (δείκτη) και να αναγράφεται το είδος του αποστειρωτικού μέσου για το οποίο προορίζονται. Η ένδειξη του χημικού δείκτη μετά τον κύκλο της αποστείρωσης να είναι ολοκληρωτική, εμφανής και μόνιμη για τουλάχιστον 5 έτη.
3. Να φέρουν απαραίτητα τα στοιχεία της ιχνηλασιμότητας του φορτίου όπως
 - τα αρχικά του χειριστή κλιβάνου
 - τον κωδικό αριθμό του κλιβάνου
 - τον αριθμό του φορτίου
 - ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης.
4. Να είναι κατάλληλες για χρήση σε ύφασμα, μέταλλο, σε όλους τους τύπους χαρτιού περιτύλιξης, γυαλί, και πλαστικό (φίλμ).
5. Να μην αποκολλάται κατά την διάρκεια της αποστείρωσης από τα αντικείμενα στα οποία είναι τοποθετημένες.
6. Να προσφέρονται δωρεάν τουλάχιστον δύο συσκευές εκτύπωσης ετικετών.
7. Στην οικονομική προσφορά να περιλαμβάνεται και ο συνοδός εξοπλισμός (μελάνι) των συσκευών εκτύπωσης για ένα καθορισμένο, από την εταιρεία, αριθμό εκτυπώσεων.

20. ΚΑΣΕΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ.

1. Η κασέτα να περιέχει υπεροξείδιο του υδρογόνου (H₂O₂) και να είναι απολύτως συμβατή με τον κλίβανο πλάσματος **STERRAD 100S.**

21. ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ(ΧΗΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ.

1. Ο χημικός δείκτης να έχει μήκος 8-10cm και να αναγράφεται σε κάθε δείκτη το είδος του αποστειρωτικού μέσου για το οποίο προορίζεται.

2. Η αλλαγή του χρώματος του δείκτη κατά την αποστείρωση πρέπει να είναι ολοκληρωτική, εμφανής και μόνιμη με εκτυπωμένο το χρώμα αλλαγής (χρώμα αναφοράς) πάνω στο δείκτη και να φέρει τη χημική μελάνη σε μεγάλη επιφάνεια του δείκτη.
3. Να είναι κατάλληλος για τον έλεγχο την αποστείρωσης στο εσωτερικό του πακέτου σε κλίβανο πλάσματος (H_2O_2).
4. Η χημική μελάνη να μην είναι τοξική και αλλεργιογόνος (απαλλαγμένη από μόλυβδο, βαρέα μέταλλα).
5. Ο δείκτης αποστείρωσης να είναι σύμφωνος με το πρότυπο EN ISO 11140-1 TYPE 4.

22. ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 3/4 inch ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

1. Να είναι σε ρολό για εξωτερική χρήση.
2. Να αναγράφεται σε κάθε ταινία (ρολό) το είδος του αποστειρωτικού μέσου για το οποίο προορίζεται.
3. Να φέρει στην πάνω επιφάνεια ενδεικτικά σημεία αποστείρωσης (χημική μελάνη). η ένδειξη μετά το κύκλο αποστείρωσης να είναι ολοκληρωτική, εμφανής και μόνιμη.
4. Να είναι απολύτως αυτοκόλλητη και σε ατομική συσκευασία ανά τεμάχιο ή σε συσκευασία τέτοια ώστε να προστατεύεται η κόλλα και να αποθηκεύεται ασφαλέστερα.
5. Κατάλληλη για χρήση στα υλικά που μπορούν να αποστειρωθούν με τον κλίβανο πλάσματος (μέταλλο, χαρτί περιτύλιξης και γυαλί).
6. Να αφαιρείται εύκολα χωρίς να αφήνει υπολείμματα στην ταινία καθώς και στα υλικά που χρησιμοποιείται.
7. Να μην αποκολλάται κατά την διάρκεια της αποστείρωσης από τα αντικείμενα στα οποία είναι τοποθετημένη.
8. Η χημική μελάνη να μην είναι τοξική και αλλεργιογόνος (απαλλαγμένη από μόλυβδο και βαρέα μέταλλα).

23. ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ.

1. Να προσφέρεται σε διαστάσεις 75X 75 ΚΑΙ 120 X120cm.
2. Να είναι πλήρες συνθετικό από 100% ίνες πολυπροπυλενίου πέντε στρωμάτων **SSMMS** βάρους μεγαλύτερου ή ίσο με 45 gr /m².
3. Να προσφέρεται σε εναλλασσόμενο χρώμα (φύλλα χαρτιού αποστείρωσης δυο χρωμάτων τοποθετημένων εναλλάξ μπλε- πράσινο). Τα εναλλασσόμενα φύλλα να είναι ιδίας ποιότητας κατάλληλα για αποστείρωση με H_2O_2 (κλίβανο πλάσματος).
4. Να αντιστέκεται στα υγρά όπως νερό, να μην αφήνει ινίδια κατά το τύλιγμα και το ξετύλιγμα του πακέτου, και να προσφέρει ισχυρή φραγή απέναντι στα βακτηρίδια μετά την αποστείρωση.
5. Να έχει χαμηλή μνήμη επαναφοράς μετά την αποστείρωση ώστε να βοηθάει την άσηπτη τεχνική και να έχει αντιστατικές ιδιότητες.
6. Να είναι σύμφωνο με τα EN ISO 11607-1 ΚΑΙ EN ISO 868-2.

24. ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΔΙΑΦΑΝΗ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

1. Να προσφέρονται σε διαστάσεις πλάτους: α) 100mm, β) 150 mm, γ) 200mm, δ) 250mm ε) 300mm στ) 400mm.
2. Να είναι κατασκευασμένα από ειδικό χαρτί τύπου tyvek (συνθετικές ίνες πολυφελίνης) υψηλής ποιότητας για αποτελεσματικό φραγμό κατά των μικροβίων, βάρους $\geq 70\text{gr/m}^2$ και ανθεκτική μαλακή μεμβράνη-φίλμ (πολυαιθυλένιο -πολυεστέρας) ώστε να αντέχει το βάρος των υλικών.
3. Να είναι θερμο-συγκολλούμενα και να διατίθενται σε επίπεδη μορφή (χωρίς πιέτα).
4. Να είναι απαλλαγμένα από τοξικά υλικά και δυσάρεστες οσμές. Η ένωση των δυο υλικών (tyvek επιφάνειας και φίλμ) να γίνεται στα πλάγια με πολλαπλή θερμοσυγκόλληση (τουλάχιστον τρεις σε σειρά).
5. Ο χημικός δείκτης πλάσματος (H_2O_2) να είναι τοποθετημένος στην tyvek εσωτερική μπροστινή επιφάνεια στο σημείο θερμοσυγκόλλησης με το πλαστικό φίλμ ώστε να επιτυγχάνονται τα εξής πλεονεκτήματα:
 - Ο δείκτης λόγω θέσης να υπόκεινται στις ίδιες συνθήκες αποστείρωσης με το προς αποστείρωση υλικό.
 - Ο δείκτης να προστατεύεται από την tyvek επιφάνεια και από το πλαστικό φίλμ.
 - Να υπάρχει άμεση και δυνατή οπτική παρακολούθηση του αντικειμένου και της αποστείρωσης του, ανά πάσα στιγμή, χωρίς να χρειάζεται να αναποδογυριστεί το πακέτο.

6. Μετά τον κύκλο της αποστείρωσης η αλλαγή του χρώματος του δείκτη να είναι ολοκληρωτική, μόνιμη και εμφανής.
7. Σε κάθε ρολό να υπάρχει χημικός δείκτης σε πυκνά διαστήματα ανά 10-20 cm τουλάχιστον, ώστε να υπάρχει ένδειξη αποστείρωσης σε μικρές συσκευασίες και να αναγράφεται το πλάτος του ρολού.
8. Να αναγράφεται σε κάθε χημικό δείκτη το είδος του αποστειρωτικού μέσου για το οποίο προορίζεται καθώς και η αλλαγή του χρώματος του χημικού δείκτη κατά την έκθεση του στην αποστείρωση.
9. Κατά το άνοιγμα της συσκευασίας του ρολού μετά τον κύκλο της αποστείρωσης να αποκολλάται ομοιόμορφα και χωρίς πολλή πίεση το χαρτί από το φιλμ ώστε να επιτρέπεται η άσηπτη τεχνική.

25. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (ΑΜΠΟΥΛΕΣ) ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

1. Να είναι κατάλληλοι για κάθε κλίβανο πλάσματος με υπεροξείδιο του υδρογόνου (H_2O_2).
2. Να είναι αυτοπεριεχόμενοι σε μορφή αμπούλας με ενσωματωμένο θρεπτικό υλικό και βιολογικό φορτίο *GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHYLUS*.
3. Σε κάθε αμπούλα να αναγράφεται το αποστειρωτικό μέσο σε εξωτερική αυτοκόλλητη ετικέτα που θα περιέχει και το ανάλογο χημικό δείκτη.
4. Να έχουν τη δυνατότητα να γίνεται η καλλιέργεια σε συσκευή επωαστήρα όπου θα λειτουργεί στο ενδιαφερόμενο τμήμα.
5. Το αποτέλεσμα να είναι χρωματικό και ασφαλές (100%), εμφανή σε 24 ώρες.
6. Σε κάθε συσκευασία βιολογικών δεικτών να υπάρχει πιστοποιητικό διασφάλισης της παρτίδας όπου και θα αναγράφεται:
 - Αριθμός των σπόρων ανά λωρίδα
 - Η τιμή D
 - Ο αριθμός παρτίδας
 - Ημερομηνία λήξεως του προϊόντος
7. Να προσφέρεται στο Νοσοκομείο δωρεάν η συσκευή επώασης.
8. Να πληρούν το πρότυπο EN ISO 11138-1-3
9. Να κατατεθεί επαρκής ποσότητα δειγμάτων και συνοδού εξοπλισμού (επωαστήρας) για να δοκιμαστούν σε όλα τα υπάρχοντα προγράμματα των κλιβάνων για τουλάχιστον 10-15 ημέρες.

26. ΧΑΡΤΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD 100S

1. Να είναι διπλότυπο πλάτους 7,5cm κατάλληλο για κλίβανο πλάσματος STERRAD 100S.

27. ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΡΙΨΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD 100S.

28. ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD 100S.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Β. Χρόνος και Τόπος Κατάθεσης των Προσφορών

1. Οι υπογεγραμμένες προσφορές θα κατατίθενται ή θα παραλαμβάνονται (αν αποστέλλονται ταχυδρομικά) στην Γραμματεία-Πρωτόκολλο του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» μέχρι την **Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 10:00πμ**, μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο και απαραίτητα θα αναφέρει την λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ή ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, την επωνυμία του Νοσοκομείου, τον τίτλο της σύμβασης, την καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής), τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (οδός, αριθμός, τηλ. και κλπ) σύμφωνα με το άρθρου 92 του ν. 4412/08.08.2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/16) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 34 του ν.4782/2021).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ο ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α4, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

2. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτά στοιχεία συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η συνθήκη της Χάγης που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984. Τα ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα (εταιρικά ή μη) με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική.
3. Οι προσφορές θα υποβάλλονται δακτυλογραφημένες με αντίγραφα σε ενιαίο κλειστό φάκελο ο οποίος θα περιλαμβάνει τους κάτωθι **χωριστούς επί μέρους σφραγισμένους φάκελους**:
 - α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» στο οποίο θα τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά
 - β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά » στο οποίο θα τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς .
 - γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά » στο οποίο θα τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς **ως εξής**:
 - γ1. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ (€) συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων.
 - γ2. Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής. Η συνολική τιμή προσφοράς για το κάθε είδος, χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται.
 - γ3. Στην προσφορά θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για ένα (1) έτος.
4. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη **«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»**
5. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη της προσφοράς, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλεται με τον ως άνω τρόπο.
6. Οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία θα πρέπει να παραλαμβάνονται με απόδειξη. Σε περίπτωση που περιέλθουν στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
7. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο. Η αποσφράγιση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα γίνει στο Γραφείο Διαγωνισμών του Τμ. Προμηθειών του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» στο ισόγειο την **Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 10:30πμ. Η αξιολόγηση τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα γίνει σε ένα στάδιο και θα συνταχθεί ένα πρακτικό τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης** σύμφωνα με το άρθρου 100 του ν. 4412/08.08.2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/16) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του ν.4782/2021).
8. Κατά την διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών δικαιούνται να παρίστανται η προσφέροντες εταιρείες ή εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.
9. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για διάστημα δύο (2) ετών, από την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση κατά την οποία κατά το οριζόμενο στην παρούσα χρόνο λήξεως της παροχής υπηρεσιών ή προμηθειών, το αντικείμενο της εν λόγω παροχής δεν έχει εξαντληθεί κατά

απόλυτο αριθμό (κατά προϋπολογιζόμενα τεμάχια) τότε η σύμβαση θα παρατείνεται αυτοδικαίως και άνευ ετέρου έως χρόνου εξαντλήσεως των αντικειμένων προς προμήθεια ειδών /υπηρεσιών.

10. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
11. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της υπηρεσίας.

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Δ. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί 360 ημέρες από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο και χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς.

Ε. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι οικονομικοί φορείς με την υποβολή της προσφοράς τους πρέπει να αποστείλουν

Α) Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία θα δηλώνουν ότι μέχρι την ημέρα υποβολής αυτής:

- 1) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης
- 2) Είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις
- 3) Δεν τελούν σε αποκλεισμό από σε διαγωνισμό κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- 4) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.

- 5) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική τους διαγωγή βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου και ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
- 6) Δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους της παρ. 1 του άρθρου 73 ν. 4412/08.08.2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/16) όπως τροποποιήθηκε ο τίτλος και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του ν.4782/2021
- 7) Έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους –υποχρεώσεις της πρόσκλησης.
- 8) Τηρούν την σχετική Νομοθεσία με την εργασία (εργατική – ασφαλιστική)
- 9) Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικό συμβιβασμό.

Β) Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης. Το συγκεκριμένο αποδεικτικό (νόμιμης εκπροσώπησης) πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του.

Τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις, όπου απαιτείται, δύναται να ζητηθούν από το Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις περί προμηθειών διατάξεις, κατά την υπογραφή της σύμβασης.

ΣΤ. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ

Α. Προβλέπεται ρήτρα αναπροσαρμογής της τιμής, η οποία εφαρμόζεται μόνο αν, κατά τον χρόνο παράδοσης των αγαθών, συντρέχουν αθροιστικά οι εξής συνθήκες:

- α) η σύμβαση έχει διάρκεια μεγαλύτερη των δώδεκα μηνών και έχουν παρέλθει δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών,
- β) ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι μικρότερος από μείον τρία τοις εκατό (-3%) και μεγαλύτερος από τρία τοις εκατό (3%),
- γ) η αναθέτουσα αρχή διαθέτει τις απαραίτητες πιστώσεις για την εφαρμογή της αναπροσαρμογής της τιμής.

Σε περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων, η τιμή αναπροσαρμόζεται για τις ποσότητες που, σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης, προβλέπεται να παραδοθούν μετά την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών.

Β. Για την αναπροσαρμογή της τιμής εφαρμόζεται ο τύπος:

$$T = \text{Τπροσφοράς } X (1 + \Delta\text{TK})$$

Όπου ΔΤΚ: ο δείκτης τιμών καταναλωτή της συγκεκριμένης κατηγορίας στην οποία υπάγονται τα αγαθά, όπως έχει ανακοινωθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για τον μήνα που προηγείται του χρόνου παράδοσης των αγαθών, σε σχέση με τον ίδιο μήνα του έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα, και ανακοινώνεται σε μηνιαία βάση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Τ - προσφοράς: η τιμή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση και Τ: η αναπροσαρμοσμένη τιμή.

Γ. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, με υπαιτιότητα του αναδόχου, ο χρόνος παράτασης δεν λαμβάνεται υπόψη για την αναπροσαρμογή. Προκαταβολή που χορηγήθηκε αφαιρείται από την προς αναπροσαρμογή συμβατική αξία.

Δ. Στην περίπτωση, που κατά τον χρόνο εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής, η αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει τις, κατά περίπτωση, αναγκαίες πιστώσεις, μπορεί να προβαίνει σε αύξηση των τιμών μονάδας, με παράλληλη μείωση των προς παράδοση ποσοτήτων, υπό την προϋπόθεση ότι συναινεί ο ανάδοχος.

Ζ. ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την παραλαβή των υπηρεσιών με βάση τα δικαιολογητικά και τα συνοδευτικά στοιχεία (τιμολόγιο, πρωτόκολλο παραλαβή, Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κλπ). Τα σχετικά τιμολόγια θα είναι εξοφλητέα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.

Η αμοιβή του αναδόχου θα επιβαρύνεται από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος όπως κάθε φορά αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Για συμβάσεις που συνάπτονται ή/και εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, μετά την 01/06/2024, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να προσκομίσουν ηλεκτρονικό τιμολόγιο το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον Εθνικό Μορφότυπο Ηλεκτρονικού Τιμολογίου (ΗΤ), με αριθμό ηλεκτρονικής τιμολόγησης: 1015.E00182.0001, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 52445/2023 Κ.Υ.Α., ΦΕΚ Β/2385/2023, ΦΕΚ Β/3061/2023.

Η. ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στα άρθρα 203, 204, 206, και 207 του Ν.4412/16.

Εσωτερική Διανομή:

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ: ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΣΕΡΒΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΔΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ-ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ)

2. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (ΔΕ ΒΟΗΘ. ΥΓΕΙΟΝ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΤΖΗΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ)

2. ΓΑΛΛΙΑ ΑΦΡΟΦΙΤΗ (ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΥΡΟΥΛΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΗΣ ΘΩΜΑΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. 'Οι Άγιοι Ανάργυροι'