

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κηφισιά: 12/03/2025

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

1^η Υ.ΠΕ.ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ.Ο.Ν.Κ. «ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

ΝΟΥΦΑΡΩΝ & ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 14

ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64

ΠΡΟΣ

Γραφείο Προμηθειών

ΘΕΜΑ: Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «αναλώσιμων υλικών νεφρικής υποκατάστασης με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού» (CVP: 33181000-2), μετά από την 1^η διαβούλευση,

Η Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών αποτελείται από τους:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

2. ΚΑΨΑΛΗΣ ΜΑΝΘΟΣ


Η οποία ορίστηκε με την υπ' αριθ. Πρωτ. 8199/16-07-2024 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Διοικητή περί ορισμού μελών επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Αναλώσιμων υλικών νεφρικής υποκατάστασης με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού» (CVP: 33181000-2), σας υποβάλλει τις τεχνικές προδιαγραφές, μετά από την 1^η διαβούλευση.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ



ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ



ΚΑΨΑΛΗΣ ΜΑΝΘΟΣ



11/03/2025

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» CVP: 33181000-2 ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ 1ΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Ως προς τις παρατηρήσεις της Εταιρείας «Κ.ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ ΤΕΧΝΟΙΑΤΡΙΚΗ» η Επιτροπή δηλώνει ότι:

- Η παρατήρηση σε σχέση με την προδιαγραφή 8 **δεν γίνεται δεκτή.**
- Η παρατήρηση σε σχέση με την προδιαγραφή 16 **δεν γίνεται δεκτή.**
- Η παρατήρηση σε σχέση με την προδιαγραφή 19 **δεν γίνεται δεκτή.**

Ως προς τις παρατηρήσεις της Εταιρείας «ARITI A.E.» η επιτροπή δηλώνει ότι:

- Για την παρατήρηση «Η συσκευή θα πρέπει να δέχεται φίλτρα κατάλληλα για τις θεραπείες CRRT, TPE & HEMOPERFUSION, όλων των μέχρι σήμερα γνωστών επιφανειών, τύπων και εργοστασίων»: αυτό περιγράφεται στην προδιαγραφή 8, που δεν χρήζει αλλαγής, άρα η παρατήρηση **δεν γίνεται δεκτή.**
- Για την παρατήρηση «Τα εν λόγω φίλτρα CRRT να έχουν ένδειξη χρήσης, εκτός των άλλων και για απομάκρυνση σηπτικών παραγόντων λόγω του ορίου διαπερατότητας (cut-off) της μεμβράνης καθώς επίσης και να είναι συμβατά με τους δύο τύπους αντιπηκτικής αγωγής (ηπαρίνη-κιτρικά).»: η αφαίρεση σηπτικών παραγόντων μόνο λόγω ορίου διαπερατότητας, όπως επίσης η χρήση του ίδιου φίλτρου για τους δύο τύπους αντιπηκτικής αγωγής φωτογραφίζει την εταιρεία «ARITI A.E.» και **δεν γίνεται δεκτή.**
- Για την παρατήρηση «Να υπάρχει η δυνατότητα εναλλαγής του τρόπου αντιπηξίας κατά τη διάρκεια της θεραπείας CRRT. Το μηχάνημα να χρησιμοποιεί τα ίδια διαλύματα υποκατάστασης σε όλα τα είδη θεραπειών CRRT τόσο για αντιπηκτική αγωγή ηπαρίνης όσο και κιτρικών. Ιδιαίτερα κατά την αντιπηκτική αγωγή κιτρικών να μην χρειάζονται πολλά διαφορετικά και ειδικά διαλύματα ή προσθήκη επιπλέον αναλωσίμων γραμμών ανάλογα με την θεραπεία ώστε να είναι δυνατή η εναλλαγή τους.»: φωτογραφίζει την εταιρεία «ARITI A.E.» και **δεν γίνεται δεκτή.**

Ως προς τις παρατηρήσεις της Εταιρείας «MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε»

- Η παρατήρηση για την προδιαγραφή 5 **γίνεται δεκτή** και η προδιαγραφή τροποποιείται ως εξής:
«Να εκτελείται απαραίτητως όλες τις παρακάτω μεθόδους:
Α) Συνεχή φλεβο-φλεβική Αιμοδιήθηση
Β) Συνεχή φλεβο-φλεβική Αιμοκάθαρση
Γ) Συνεχή φλεβο-φλεβική Αιμοδιαδιήθηση
Δ) Θεραπεία αιμοδιήθησης υψηλών όγκων
Ε) Θεραπείες πλασμαφαίρεσεις
ΣΤ) Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα διενέργειας θεραπείας για αφαίρεση ενδοτοξινών και

κυτταροκινών.»

- Η παρατήρηση για την προδιαγραφή 12 **γίνεται δεκτή** και η προδιαγραφή τροποποιείται ως εξής:
«Να έχει δυνατότητα αντιπηξίας με δύο τρόπους, με χορήγηση ηπαρίνης και κιτρικών. Για τη χρήση των κιτρικών να υπάρχει η δυνατότητα επανέγχυσης ασβεστίου με μεγάλης ακρίβειας αντλίες ή με ζυγούς. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα λειτουργίας των αντλιών κιτρικού και ασβεστίου ως ενιαίο σύστημα και η αυτόματη ρύθμιση της χορηγούμενης ποσότητας κιτρικών και ασβεστίου.»
- Οι παρατηρήσεις ως προς την προδιαγραφή 23 **γίνονται δεκτές** και η προδιαγραφή τροποποιείται ως εξής:
« Να αναφερθούν περαιτέρω χαρακτηριστικά και δυνατότητες του μηχανήματος προς αξιολόγηση. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα εμφάνισης του ποσοστού αιμοσυμπύκνωσης ή του συντελεστή διήθησης.»

Η Επιτροπή Αξιολόγησης

Τσίγκου Ευδοξία

Ρουμελιώτη Ιωάννα

Καψάλης Μάνθος



The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature is above the name Τσίγκου Ευδοξία, the second is above Ρουμελιώτη Ιωάννα, and the third is above Καψάλης Μάνθος. The signatures are stylized and somewhat cursive.