

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2<sup>ΗΣ</sup> ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ» CPV: 33141320-9**

**1) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ Α.Ε.**

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Ζητούμε να αφαιρεθεί ο όρος <<Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσεως και στην Ελληνική Γλώσσα>>. Διότι κυρίως θα αποτελέσει -πιστεύουμε- εμπόδιο στην ευρεία συμμετοχή εταιρειών στο είδος! Δεν χρειάζεται, εξάλλου, να υπάρχουν οδηγίες στα ελληνικά σε ένα είδος που είναι ξεκάθαρο στους αναισθησιολόγους, για το πώς χρησιμοποιείται, ενώ επιπλέον δεν δύναται να υπάρχουν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά σε είδος που κατασκευάζεται από οίκους εξωτερικού και η συσκευασία είναι ούτως ή άλλως πολύ περιορισμένη χώρου για να χωρέσουν αυτά τα στοιχεία. Αν τυχόν υπήρξε τέτοια συσκευασία το πιο πιθανό θα ήταν να είχε προστεθεί από την ίδια την εταιρεία ένα αυτοκόλλητο επάνω στη συσκευασία με οδηγίες στα ελληνικά, όμως αυτό θα ήταν εφικτό μόνο για το δείγμα τού διαγωνισμού και όχι καθολικά και στην παράδοση τού υλικού όταν θα κατακυρωνόταν αυτή η εταιρεία. Τέλος, καθώς ζητείται από τις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές να είναι τα είδη σε συμμόρφωση με το ISO 13485 και 9001 υπάρχει η νόμιμη δυνατότητα τού νοσοκομείου να γίνει πρόσκληση τής εταιρείας που θα κατακυρωθεί για να στείλει αντιπρόσωπο για την τεχνική υποστήριξη τού προϊόντος τής!

A/A 14. Ζητούμε να αφαιρεθεί η προδιαγραφή <<Προτιμάται το σετ να περιέχει αποστειρωμένο πεδίο μιας χρήσης με σπή, λαβίδα, τολύπια και γάζες>>. Διότι: όλα αυτά τα υλικά εκτοξεύουν το κόστος τού είδους σε πολύ υψηλά επίπεδα! Ένα σετ με όλα τα παραπάνω ζητούμενα θα μπορούσε να κοστίζει ακόμη και 60 ευρώ. Επίσης, η λέξη <<προτιμάται>> πιστεύουμε ότι είναι όρος που θα δημιουργήσει πρόβλημα στην αξιολόγηση και πιθανώς να γίνει και αφορμή για τυχόν προσφυγές σε περίπτωση που απορριφθούν εταιρείες που δεν διαθέτουν τα ανωτέρω! Θεωρούμε, ότι είτε θα πρέπει να αφαιρεθεί αυτή η προδιαγραφή, το οποίο και ζητούμε, είτε μία ορθή διατύπωση θα μπορούσε να είναι <<το σετ να περιέχει αποστειρωμένο πεδίο μιας χρήσης με σπή, λαβίδα, τολύπια και γάζες>>, δίχως τον όρο <<προτιμάται>>.

A/A 18. Ζητούμε να αφαιρεθεί η προδιαγραφή <<Να έχουν διάφανο hub για έλεγχο παλινδρόμησης υγρού>>. Διότι δεν είναι βελόνα ραχιαίας, που ο άμεσος εντοπισμός υγρού είναι το πιο σημαντικό στην αναισθησία, αλλά αποκλεισμός νεύρων. Και δεν συνηθίζεται να ζητείται μία βελόνα αποκλεισμού νεύρων να φέρει διάφανη λαβή. Υπάρχει πιθανότητα να βγει και άγνοο το είδος. Προτείνουμε είτε την αφαίρεση τής προδιαγραφή, είτε στη θέση αυτής - τής προδιαγραφής- την εξής προδιαγραφή: <<Να φέρει χρωματική λαβή ανάλογα το μέγεθος για εύκολη αναγνώριση μεγέθους>>.

Επίσης θα προτείναμε και την εξής αλλαγή, η οποία καθιστά το είδος ασφαλέστερο και ποιοτικότερο: η προδιαγραφή Νο 5 να διαμορφωθεί ως εξής: <<Να διαθέτουν μη αποσπώμενη προέκταση έγχυσης φαρμάκων>>, ώστε να διατηρείται κλειστό σύστημα και δίχως διαρροές!!