

**ΣΧΟΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 1ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΟΡΕΙΩΝ»
(CPV 33192160-1)**

Σχόλιο

Όνομα

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΗΛΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ

Email

info@psiliakos.gr

Δημοσιεύθηκε

22-08-2025

Άρθρο

2025DIAB31053

Αξιότιμοι Κύριοι/Κυρίες,

Σεβόμενοι το έργο της Επιτροπής σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, θα θέλαμε να σας υποβάλλουμε τις προτάσεις της εταιρείας μας σχετικά με την Διενέργεια 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης για τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΦΟΡΕΙΩΝ» (CPV 33192160-1).'

Η εταιρεία μας διαθέτει σύγχρονα και ποιοτικά προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας και σκοπός των παρατηρήσεών που διατυπώνουμε κατωτέρω, προσανατολίζονται στην εξασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος τόσο του ιδρύματος σας όσο και του Δημόσιου συμφέροντος.

- Σχετικά με την προδιαγραφή 4 η οποία ορίζει:
«Η επιφάνεια κατάκλισης να απαρτίζεται από δυο (2) τμήματα και να είναι κατασκευασμένη από συμπαγές, ακτινοδιαπερατό υλικό HPI με αντιβακτηριακή δράση και οικολογική πιστοποίηση, χωρίς αιχμηρές άκρες, εύκολο στον καθαρισμό και την απολύμανση.»

Προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να μεταβληθεί ως εξής:

«Η επιφάνεια κατάκλισης να απαρτίζεται από δυο (2) τμήματα και να είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό καλουπωτό πλαστικό υλικό, με πιστοποιημένη αντιμικροβιακή σύσταση ιόντων αργύρου ag, το οποίο δύναται να καθαριστεί και να απολυμανθεί. Τα επιμέρους τμήματα να δύνανται να αντικατασταθούν σε περίπτωση φθοράς τους. Να κατατεθεί πιστοποιητικό από ανεξάρτητο φορέα σχετικά με την αντιμικροβιακή σύσταση.»

Αιτιολόγηση: Για την εν λόγω προδιαγραφή προτείνουμε η επιφάνεια κατάκλισης να είναι από ανθεκτικό καλουπωτό πλαστικό υλικό, προκειμένου το φορείο να είναι ελαφρύτερο για την μεταφορά και τον χειρισμό του από το προσωπικό, ως επίσης και να απολυμαίνεται εύκολα. Επιπλέον, προτείνουμε το κάλυμμα της βάσης να είναι αντιμικροβιακής σύστασης ιόντων αργύρου ag, καθώς ενισχύει την πρόληψη λοιμώξεων. Το πιστοποιητικό προτείνουμε να είναι από ανεξάρτητο φορέα για μέγιστη εξασφάλιση της Υπηρεσίας σας.

- Σχετικά με την προδιαγραφή 6 η οποία ορίζει:

«Η ρύθμιση ύψους να πραγματοποιείται μέσω υδραυλικού συστήματος ανύψωσης, με δυνατότητα ρύθμισης ύψους από 55 έως 90 cm., με μέγιστη απόκλιση ± 4 cm.»

Προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να μεταβληθεί ως εξής:

«Η ρύθμιση ύψους να πραγματοποιείται μέσω υδραυλικού συστήματος ανύψωσης από δυο τηλεσκοπικές κολόνες, με δυνατότητα ρύθμισης ύψους από 55 έως 90 cm., με μέγιστη απόκλιση ± 4 cm.»

Αιτιολόγηση: Η χρήση δύο τηλεσκοπικών κολονών εξασφαλίζει ελεύθερο χώρο στη μέση του φορείου, επιτρέποντας τη χρήση C-arm για ακτινοσκοπικές πράξεις.

Παράλληλα προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα κατά την ανύψωση και την τοποθέτηση του ασθενούς.

- Σχετικά με την προδιαγραφή 10 η οποία ορίζει:

«Να φέρει πτυσσόμενα πλαϊνά προστατευτικά με ατραυματικές χειρολαβές από υλικό υψηλής αντοχής. Να είναι εύκολα κινούμενα μέσω μηχανισμού αερίου και αναδιπλώνουν σε τέτοια θέση ώστε να μην εμποδίζουν το φορείο. Να σταθεροποιούνται αυτόματα στη θέση τους. Το ύψος των προστατευτικών πάνω από την επιφάνεια να είναι τουλάχιστον 30 cm και να καλύπτουν συνολικά μήκος τουλάχιστον 145 cm, για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς.»

Προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να μεταβληθεί ως εξής:

«Να φέρει πτυσσόμενα πλαϊνά προστατευτικά αποτελούμενα από ανοξείδωτους οριζόντιους σωλήνες, σταθεροποιούμενα και εύκολα κινούμενα μέσω μηχανισμού αερίου και αναδιπλώνουν σε τέτοια θέση ώστε να μην εμποδίζουν το φορείο. Να σταθεροποιούνται αυτόματα στη θέση τους. Το ύψος των προστατευτικών πάνω από την επιφάνεια να είναι τουλάχιστον 35 cm, για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς.»

Αιτιολόγηση: Προτείνουμε τα κάγκελα να είναι από ανοξείδωτους οριζόντιους σωλήνες για απεριόριστη αντοχή και ανθεκτικότητα σε καθαρισμούς και απολύμανσεις, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού. Το μεγαλύτερο ύψος (35 cm) προσφέρει αυξημένη ασφάλεια, μειώνοντας τον κίνδυνο πτώσης του ασθενούς.

- Σχετικά με την προδιαγραφή 15 η οποία ορίζει:

«Να φέρει επίσης κάλυμμα βάσης από πλαστικό υλικό για την κάλυψη των μηχανικών μερών, με διαμορφωμένες θήκες και την τοποθέτηση προσωπικών αντικειμένων του ασθενή, εύκολο στον καθαρισμό και την απολύμανση.»

Προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να μεταβληθεί ως εξής:

«Η βάση του φορείου, μαζί με τις τηλεσκοπικές κολώνες, να φέρουν καλουπωτό θερμοπλαστικό πλαστικό κάλυμμα αντιμικροβιακής σύστασης ιόντων αργύρου ag , για την κάλυψη των μηχανικών μερών καθώς και με θέση υποδοχή φιάλης οξυγόνου και προσωπικών αντικειμένων ασθενούς, εύκολο στον καθαρισμό και την απολύμανση. Να κατατεθεί πιστοποιητικό από ανεξάρτητο φορέα σχετικά με την αντιμικροβιακή σύσταση.»

Αιτιολόγηση: Για την εν λόγω προδιαγραφή προτείνουμε η βάση του φορείου, μαζί με τις τηλεσκοπικές κολώνες να φέρουν καλουπωτό θερμοπλαστικό πλαστικό κάλυμμα αντιμικροβιακής σύστασης ιόντων αργύρου ag , καθώς ενισχύει την πρόληψη λοιμώξεων. Το πιστοποιητικό προτείνουμε να είναι από ανεξάρτητο φορέα για μέγιστη εξασφάλιση της Υπηρεσίας σας.

- Σχετικά με την προδιαγραφή 16 η οποία ορίζει:

«Στη βάση του να φέρει τέσσερις (4) περιστρεφόμενους τροχούς διαμέτρου 200 mm τουλάχιστον, με σύστημα ταυτόχρονης πέδησης καθώς και σύστημα κατεύθυνσης.»

Προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να μεταβληθεί ως εξής:

«Στη βάση του να φέρει τέσσερις (4) πλαστικούς περιστρεφόμενους τροχούς διαμέτρου 200 mm τουλάχιστον, με σύστημα ταυτόχρονης πέδησης καθώς και σύστημα κατεύθυνσης. Να διαθέτει 5ο τροχό κατεύθυνσης για καλύτερη οδήγηση.»

Αιτιολόγηση: Για την εν λόγω προδιαγραφή προτείνουμε οι τροχοί να είναι πλαστικοί για αντοχή ενάντια σε οξειδώσεις και το φορείο να διαθέτει 5ο τροχό κατεύθυνσης για μεγαλύτερη ευκολία χειρισμού, ασφάλεια και σταθερότητα κατά τον χειρισμό.

- Στο πλαίσιο αναβάθμισης της ποιότητας και των δυνατοτήτων του υπό προμήθεια εξοπλισμού, προτείνουμε την προσθήκη των κάτωθι προδιαγραφών :

«Το φορείο να μπορεί να δεχθεί ασθενή με βάρος 280kg τουλάχιστον.»

Αιτιολόγηση: Προτείνουμε την ως άνω προσθήκη προκειμένου το φορείο να ανταποκρίνεται καλύτερα στις σύγχρονες ανάγκες μεταφοράς ασθενών, καθώς παρατηρείται αύξηση των υπέρβαρων ασθενών.

- Σχετικά με τον γενικό όρο 4 ο οποίος ορίζει :

«Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 13485 για εμπορία και τεχνική υποστήριξη και ISO 14001. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)»

Προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να μεταβληθεί ως εξής:

«Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 13485 για εμπορία και τεχνική υποστήριξη, ISO 27001, ISO 27701, ISO 50001, ISO 37001, ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση και ISO 45001 για σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία, και να είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο παραγωγών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού βάσει του Νόμου 2939/2001 και του Προεδρικού Διατάγματος 117/2004. Επίσης, βάσει του 117/2004 οι προμηθευτές οφείλουν να είναι ενταγμένοι σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. Οι εταιρείες που δεν είναι οι ίδιες κατασκευάστριες των ειδών αλλά διακινητές αυτών, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών που απαιτούνται για τους ίδιους και για τις κατασκευάστριες εταιρείες που αντιπροσωπεύουν, πρέπει να συμμορφώνονται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ3(α)4822/2025 περί διανομής Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)»

Αιτιολόγηση: Για την εν λόγω προδιαγραφή προτείνουμε την προσθήκη των παραπάνω πιστοποιήσεων για την μέγιστη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας του εξοπλισμού, καθώς και την υπευθυνότητα των προμηθευτών.

- Σχετικά με τον γενικό όρο 5 ο οποίος ορίζει :

«Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001, ISO 13485 και ISO 14001. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)»

Προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να μεταβληθεί ως εξής:

«Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001, ISO 13485, ISO 27001, ISO 27701, ISO 50001, ISO 45001, ISO 37001 και ISO 14001. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)»

Αιτιολόγηση: Για την εν λόγω προδιαγραφή προτείνουμε την προσθήκη των παραπάνω πιστοποιήσεων για την μέγιστη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας του εξοπλισμού, καθώς και την υπευθυνότητα των κατασκευαστών.

Ευελπιστούμε ότι οι προδιαγραφές μας θα γίνουν δεκτές προκειμένου να διασφαλιστούν τα επίπεδα ύψιστης ποιότητας που επιθυμούμε αμφότεροι.

Με εκτίμηση,

Λεωνίδας Ψηλιάκος

Σχόλιο

Όνομα

RONTIS HELLAS A.E.B.E.

Email

infohellas@rontis.com

Δημοσιεύθηκε

19-08-2025

Άρθρο

ΣΧΟΛΙΑ RONTIS HELLAS ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΟΡΕΙΩΝ

Ανταποκρινόμενοι στην κλίση του Νοσοκομείου σας για την 1η Δημόσια Διαβούλευση της 7 Αυγούστου 2025 επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια (φορεία μεταφοράς ασθενών), και έπειτα από προσεκτική μελέτη των τεχνικών προδιαγραφών και σεβόμενοι πάντα το έργο της Επιτροπής σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, θα θέλαμε να προτείνουμε τις ακόλουθες τροποποιήσεις αυτών με σκοπό να διασφαλισθεί

μέγιστος υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των συμμετεχόντων και ταυτόχρονα το Νοσοκομείο σας να μπορέσει να προμηθευτεί εξοπλισμό άριστης ποιότητας και νέας τελευταίας τεχνολογίας, πάντα στα πλαίσια του προβλεπόμενου προϋπολογισμού.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ :

A/A1. Το φορείο να είναι σύγχρονης τεχνολογίας να αναφερθεί το πρώτο έτος κατασκευής /πρώτο έτος κυκλοφορίας την τελευταία πενταετία), να είναι μεταβλητού ύψους για να υπάρχει δυνατότητα εύκολης πρόσβασης από αρρώστους. Να διαθέτει και πέμπτο τηλεσκοπικό συστατικό τροχό στο μέσο, ώστε να μπορεί να προσφέρει εύκολο χειρισμό, κύλιση και πορεία του φορείου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

A/A2. Ο σκελετός του φορείου να είναι κατασκευασμένος από ειδικό κράμα μετάλλων επικαλυμμένο με ηλεκτροστατική βαφή ανθεκτικό σε κτυπήματα και οξειδωση. Η βάση του φορείου και τα καλύμματα να είναι από ανθεκτικό πολυμερές ABS ή άλλο υλικό μεγάλης αντοχής με δυνατότητα εκμετάλλευσης ως αποθηκευτικού χώρου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

A/A3. Όλη η κατασκευή του να είναι ευέλικτη, το φορείο να μπορεί να κατεβαίνει με σταθερή ταχύτητα ανεξάρτητα από το βάρος που φέρει ώστε να μην κινδυνέψει ο άρρωστος από ακούσιο κραδασμό, να διαθέτει και πέμπτο τηλεσκοπικό συστατικό τροχό στο μέσο, ώστε να μπορούν να γίνονται απρόσκοπτα οι απαιτούμενοι ελιγμοί στις στροφές και να επιτρέπεται η περιστροφή του κατά 360° γύρω από τον άξονα του έτσι ώστε να μπορεί να προσφέρει εύκολο χειρισμό, κύλιση και πορεία του φορείου, χωρίς καταπόνηση και ελάχιστη προσπάθεια από τον χειριστή για την μετακίνηση του φορείου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ :

A/A4. Η επιφάνεια κατάκλισης να είναι διαστάσεων περίπου 190cm x 60cm, να διαιρείται σε δυο τμήματα, ακτινοδιαπερατή επιφάνεια να είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό υλικό HPL το οποίο να δύναται να καθαριστεί και να απολυμανθεί όπως προβάλλεται από τα πρωτόκολλα άσηπτων συνθηκών νοσοκομειακού περιβάλλοντος. ΔΙΕΚΡΙΝΗΣΗ:

Προτείνουμε να αφαιρεθεί ο όρος σχετικός με την μικροβιακή σύσταση των υλικών κατασκευής διότι παραπέμπει στην χρήση υλικών με πρόσμιξη με ιόντα Ag⁺ και κατά συνέπεια θα μπορούσε να προτρέπει σε φορεία συγκεκριμένης εταιρίας αλλά το πιο

σημαντικό είναι ότι έχουν γίνει μελέτες από ανεξάρτητους φορείς σχετικά με την τοξικότητα των ιόντων Ag⁺ και των υλικών αυτών όταν έρχονται σε επαφή με τον ασθενή. Είμαστε στην διάθεση της Επιτροπής να προσκομίσουμε τις σχετικές μελέτες.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

A/A5. Να φέρει αμφοτερόπλευρα προστατευτικά ανοξείδωτα κάγκελα με πλαστικά καλύμματα στο πάνω μέρος τους. Τα κάγκελα να αναδιπλώνουν εύκολα κάτω από την επιφάνεια κατάκλισης ώστε να διευκολύνεται η προσέγγιση του φορείου για περίπτωση μεταφόρτωσης του αρρώστου. Στην ανύψωση τα κιγκλιδώματα να ασφαλίζουν αυτόματα στην θέση πλήρους ανάπτυξης τους. Να είναι ανοξείδωτα, ανθεκτικής κατασκευής, στο πάνω μέρος καλυμμένα με πλαστικό κάλυμμα. Να διαθέτει πλήρες σετ ιμάντες περίδεσης ασθενών και να φέρει πλευρικά ανοίγματα στην επιφάνεια για την διέλευση και συγκράτηση του ασθενούς.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ :

A/A6. Η ρύθμιση ύψους να πραγματοποιείται μέσω υδραυλικού συστήματος. Να είναι μεταβλητού ύψους με χαμηλότερο περίπου 55cm(±4) για να υπάρχει δυνατότητα εύκολης πρόσβασης από περιπατητικούς αρρώστους που περπατάνε και το ψηλότερο να είναι 90cm (±4)(ώστε να μπορεί να έρχεται «πρόσωπο» με μαγνητικό τομογράφο, αξονικό, αγγειογράφο, χειρουργική τράπεζα κλπ. για εύκολη και ασφαλή μεταφόρτωση του αρρώστου. Η ανύψωση του να γίνεται μέσω υδραυλικού συστήματος με ποδομοχλούς και στις δύο πλευρές του φορείου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ :

A/A7. Να έχει τη δυνατότητα κλίσεων Trendelenburg/Anti-Trendelenburg τουλάχιστον ± 16° από ποδομοχλούς και στις δύο πλευρές του φορείου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

A/A8. Το τμήμα της πλάτης να ανυψώνεται με πνευματική υποβοήθηση από 0° - 80° και να κλειδώνει σε οποιαδήποτε θέση.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ :

A/A9. Να φέρει ανοξείδωτες ή από άλλο ανθεκτικό υλικό λαβές ώθησης στα πόδια και στο κεφάλι για ευκολότερη μεταφορά. Οι λαβές να είναι αναδιπλούμενες για εργονομία και εύκολη πρόσβαση στον άρρωστο.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ :

A/A10. Να φέρει κάγκελα προστασίας πτυσσόμενα αμφίπλευρα του φορείου. Να μην προεξέχουν και να μην εμποδίζουν την πρόσβαση του ασθενή και από τις δύο πλευρές. Τα κάγκελα να αναδιπλώνουν εύκολα κάτω από την επιφάνεια κατάκλισης ώστε να διευκολύνεται η προσέγγιση του φορείου για περίπτωση μεταφόρτωσης του αρρώστου. Να διαθέτει με σύστημα ημιαυτόματης ασφάλισης – απασφάλισης και να είναι εύκολα στο χειρισμό.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

A/A11. Να διαθέτει προστατευτικούς προσκρουστήρες και στις τέσσερις γωνίες του για τη εξομάλυνση των συγκρούσεων κατά την μετακίνηση του.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ :

A/A12. Να διαθέτει υποδοχής και στις τέσσερις γωνίες του φορείου για στατώ ορού και στήριξη εξαρτημάτων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ :

A/A13. Να συνοδεύεται από το κατάλληλο στρώμα για τη μεταφορά βαριά πασχόντων πάχους τουλάχιστον 8cm ικανό να φιλοξενήσει και βαριατρικά περιστατικά. Να είναι κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας πολυουρεθάνης κατάλληλο και για πολύωρη παραμονή ασθενούς στο φορείο, η πυκνότητα αφρού είναι 32kg/m^3 . Το κάλυμμα του να είναι από ειδικό αδιάβροχο υλικό, να είναι βραδύκαυστο, αποσπώμενο για εύκολο καθαρισμό και να μπορεί να σταθεροποιείται το στρώμα στην επιφάνεια

κατάκλισης να μην γλιστράει να αναφερθεί ο τρόπος . Να μπορεί να πλένεται και να απολυμαίνεται όπως προβλέπει το πρωτόκολλο.

Το στρώμα να συμμορφώνεται με τα παρακάτω

- EN 597-1:1995
- EN 597-2:1995

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ :

A/A14. Το φορείο να συνοδεύεται με:

- Να διαθέτει ενσωματωμένο τηλεσκοπικό στατώ ορού στο προσκέφαλο του φορείου, και έναν επιπλέον μετακινούμενο και στις τέσσερις θέσεις του φορείου. Το στατώ να μπορεί να δεχτεί βάρος μέχρι και 18 κιλά.

-Να διαθέτει ειδική βάση για τοποθέτηση και στήριξη απινιδωτή. Η βάση είναι προσθαφαιρούμενη για μεγαλύτερη ευκολία και ασφάλεια. Να διαθέτει ιμάντα ασφάλισης του απινιδωτή.

-Να διαθέτει βάση φιάλης οξυγόνου στο κάτω μέρος του φορείου και μια φορητή βάση. Να δέχεται φιάλες O₂ μέχρι 27 κιλά βάρους και διαστάσεων Ø140mm και μήκους 900mm το μέγιστο.

Για την RONTIS HELLAS A.E.B.E.

Γεώργιος Λούτσκα

Διευθυντής Πωλήσεων Τμήματος Medsurg

Σχόλιο

Όνομα

MEDIC PLAN HEALTH PROJECT A.E.

Email

sales4@medic-plan.com

Δημοσιεύθηκε

14-08-2025

Άρθρο

Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΦΟΡΕΙΩΝ»

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,

Αναφερόμενοι στη Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΦΟΡΕΙΩΝ», σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις μας προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τις αρμόδιες επιτροπές για την σύναψη των τελικών προδιαγραφών. Αναλυτικότερα:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3:

«Η όλη κατασκευή του να είναι ευέλικτη, ώστε να απαιτεί ελάχιστη προσπάθεια από το χειριστή για τη μετακίνηση του φορείου.»

Προτείνεται η βελτίωση της εν λόγω παραγράφου των τεχνικών προδιαγραφών , με την απαίτηση να αναφέρεται το βάρος του φορείου ώστε να αξιολογηθεί από την επιτροπή. Συνεπώς, προτείνεται η εξής τροποποίηση:

«Η όλη κατασκευή του να είναι ευέλικτη, ώστε να απαιτεί ελάχιστη προσπάθεια από το χειριστή για τη μετακίνηση του φορείου. Να αναφερθεί το συνολικό βάρος του φορείου προς αξιολόγησή»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17:

«Διαστάσεις φορείου:

- Επιφάνειας κατάκλισης: 200 x 75 cm, με μέγιστη απόκλιση ± 3 cm»

Οι συνολικές διαστάσεις του φορείου με τις διαστάσεις της επιφάνειας κατάκλισης δεν θα πρέπει να ταυτίζονται, διότι είναι ευκολά κατανοητό ότι οι διαστάσεις της επιφάνειας κατάκλισης που θα τοποθετηθεί το στρώμα να είναι λίγο μικρότερες από αυτές του φορείου. Θεωρούμε ότι εκ παραδρομής, οι διαστάσεις που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο αφορούν τις συνολικές του φορείου και όχι την επιφάνεια κατάκλισης.

Διαστάσεις 200 x 75 cm επιφάνειας κατάκλισης αφορούν συνήθως κλίνη νοσηλείας και όχι φορείο μεταφοράς ασθενών. Για την μεγαλύτερη ευρύτητα συμμετοχής και την αποφυγή δημιουργίας ασαφειών στην διαδικασία αξιολόγησης, προτείνεται η τροποποίηση της εν λόγω παραγράφου ως εξής:

«Διαστάσεις φορείου με μέγιστη απόκλιση ± 3 cm

- Συνολικές: 200 x 75 cm
- Επιφάνειας κατάκλισης: 190 x 60 cm»

Μετά τιμής,

Για την MEDIC PLAN HEALTH PROJECT

ΣΟΥΛΟΛΛΑΡΙ ΜΕΓΚΙ

(Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας – Τμήμα Πωλήσεων)