

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΕΣΗΔΗΣ & ΣΤΗΝ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αρμόδια: Α.ΚΟΥΛΕΡΗ
Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14
Τ.Κ 14564 Καλυφτάκη, Ν.Κηφισιά
Τηλ.: 210 35.01.545

**ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 3^{ΗΣ} ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ» CPV: 33184100-4 και συγκεκριμένα «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ»**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 / Α /4-4-05) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016(ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Την υπ' αριθ. 17/03-12-13 (θέμα 3ο) Συνεδρίαση της ΕΚΑΠΥ σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής»
4. Τις αποφάσεις της Ολομέλειας της ΕΚΑΠΥ που ελήφθησαν κατά την υπ' αριθ. 68/14-12-2015 (θέμα 6ο) και υπ' αριθ. 88/07-09-2016 συνεδρίασή της (θέμα 3ο, 4ο και 5ο) αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων.
5. Την υπ' αριθ. 3512/14-9-2015 εγκύκλιο της ΕΚΑΠΥ «Διευκρινήσεις αναφορικά με την διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων»
6. Την υπ' αριθ. 5657/28-11-2016 εγκύκλιο της ΕΚΑΠΥ «Εγκύκλιος – Για την εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών και των κριτηρίων ανάθεσης με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»
7. Την υπ' αριθ. 790/16.01.2025 (ΑΔΑ: 9ΛΤ7469ΗΔΖ-Γ2Ζ) 1^η Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ» CPV: 33184100-4 και συγκεκριμένα «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ»
8. Το υπ' αριθ. 1904/03.02.2025 Διαβιβαστικό παρατηρήσεων των εταιρειών 1) BECTON DICKINSON HELLAS A.E, 2) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΕ, 3) ANAXIS MIKE, 4) AXION HEALTH, 5) ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε, 6) JOHNSON & JOHNSON MEDICAL GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε, 7) VISTA NOVUS ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ, προς την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο της 1^{ης} Διαβούλευσης
9. Το υπ' αριθ. 10966/10.07.2025 πρακτικό της επιτροπής με το οποίο καταθέτει τις νέες αναδιαμορφωμένες τεχνικές προδιαγραφές
10. Την υπ' αριθ. 11054/11.07.2025 (ΑΔΑ: Ψ6ΝΩ469ΗΔΖ-ΨΟΥ) 2^η Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ» CPV: 33184100-4 και συγκεκριμένα «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ»
11. Το υπ' αριθ. 11596/23.07.2025 Διαβιβαστικό παρατηρήσεων των εταιρειών 1) BECTON DICKINSON HELLAS A.E, 2) KALTEQ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ, 3) JOHNSON & JOHNSON MEDICAL GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., 4) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΕ και 5) AXION HEALTH, προς την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο της 2^{ης} Διαβούλευσης
12. Το υπ' αριθ. 16310/24.10.2025 πρακτικό της επιτροπής με το οποίο καταθέτει τις νέες αναδιαμορφωμένες τεχνικές προδιαγραφές
13. Το γεγονός ότι δεν έχουν αναρτηθεί ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές από την ΕΚΑΠΥ για την προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ» CPV: 33184100-4 και συγκεκριμένα «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

3^η Δημόσια διαβούλευση για τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια **«ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ» CPV: 33184100-4 και συγκεκριμένα «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ»**, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών: α. από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» (<http://www.eprocurement.gov.gr>) και β. από τον ιστότοπο του Νοσοκομείου <https://gonkhosp.gr/> (Τμήμα Προμηθειών-Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών).

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών. Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επίσυναψη αρχείων.

Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.). Κάθε αποστολή στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του. Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.gonkhosp.gr (Τμήμα Προμηθειών-Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών).με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις αυτές και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.

Η τελική απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών πρέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμως αιτιολογημένη, διάλογο των συντακτών της με τουλάχιστον τα εξής έξι (6) στοιχεία : 1) το υλικό που της παραδίδεται από το Τμήμα Προμηθειών 2) τις εν γένει διεθνείς παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα 3) τις παραδοχές της επιστήμης 4) την εμπειρία 5) τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις 6) τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι αποφάσεις της ΕΚΑΠΥ, των οποίων το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής.

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (<http://www.eprocurement.gov.gr>) στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» και στην ιστοσελίδα του www.gonkhosp.gr (Τμήμα Προμηθειών-Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΥΡΟΥΛΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΗΣ ΘΩΜΑΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. 'Οι Άγιοι Ανάργυροι'

Ν. Κηφισιά 24-10-2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Ταχ. Δ/ση Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14
ΤΚ. 14564 Καλυφτάκη, Κηφισιά

Προς: Τμ. Προμηθειών

Θέμα: Κατάθεση τεχνικών προδιαγραφών

Η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ» CPV: 33184100-4 και συγκεκριμένα «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ», αποτελούμενη από τους : 1) ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β' ΧΕΙΡ/ΚΗΣ), 2) ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡ/ΚΗΣ), 3) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ), σε συνέχεια του υπ' αριθ. 11596/23.07.2025 διαβιβαστικού εγγράφου σας, μελέτησε τις παρατηρήσεις των εταιρειών, στο στάδιο της 2^{ης} Διαβούλευσης, σας υποβάλει τις νέες αναδιαμορφωμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΟΥΒΟΝΟΚΗΛΕΣ	
1	Σετ από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο ή πολυπροπυλένιο σε συνδυασμό με άλλο υλικό, αποτελούμενο από α. επίπεδο πλέγμα και β. κώνο ή ημισφαίριο. • Επίπεδο πλέγμα 5-7εκ X 9-14εκ με διάσταση κώνου ή ημισφαιρίου 3εκ • Επίπεδο πλέγμα 5-7εκ X 9-14εκ με διάσταση κώνου ή ημισφαιρίου 3,8εκ
2	Ημιαπορροφήσιμο τρισδιάστατο πλέγμα μονόκλωνου πολυπροπυλενίου- Poly-L γαλακτικού οξέος για λαπαροσκοπική αποκατάσταση • 12 X 15cm • 12 X 17cm
3	Πλέγμα αυτοκαθηλούμενο από μονόκλωνο πολυεστέρα που δεν απαιτεί καθήλωση, ανατομικού σχεδιασμού με απορροφήσιμα ενσωματωμένα μικροσκοπικά άγκιστρα από μονόκλωνο νήμα πολυγαλακτικού οξέως (PLA). Με αρχικό βάρος 72gr/m² προ απορρόφησης των αγκίστρων η οποία πραγματοποιείται εντός 15 μηνών και τελικό βάρος 39gr/m². Το πλέγμα διαθέτει σχισμή για τον σπερματικό τόνο με δυνατότητα ρύθμισης εύρους από τον χρήστη χωρίς την απαίτηση καθήλωσης κατάλληλο για αριστερή βουβωνοκήλη Διάσταση 14x09cm.
4	Πλέγμα αυτοκαθηλούμενο από μονόκλωνο πολυεστέρα που δεν απαιτεί καθήλωση, ανατομικού σχεδιασμού με απορροφήσιμα ενσωματωμένα μικροσκοπικά άγκιστρα από μονόκλωνο νήμα πολυγαλακτικού οξέως (PLA). Με αρχικό βάρος 72gr/m² προ απορρόφησης των αγκίστρων η οποία πραγματοποιείται εντός 15 μηνών και τελικό βάρος 39gr/m². Το πλέγμα διαθέτει σχισμή για τον σπερματικό τόνο με δυνατότητα ρύθμισης εύρους από τον χρήστη χωρίς την απαίτηση καθήλωσης κατάλληλο για δεξιά βουβωνοκήλη Διάσταση 14x09cm.
5	Ημιαπορροφήσιμο πλέγμα για λαπαροσκοπική αποκατάσταση βουβωνοκήλης αποτελούμενο από ελαφρύ μονόκλωνο πολυπροπυλένιο και πολυγαλακτικό οξύ με τρισδιάστατο σχήμα που ακολουθεί την ανατομία της βουβωνικής περιοχής. • 12 X 15 Right • 12 X 17 Right • 12 X15 Left • 12X15 Left
6.	Ημιαπορροφήσιμο συνθετικό πλέγμα για την αποκατάσταση της κήλης αποτελούμενο απο 35% πολυπροπυλένιο (μη απορροφήσιμο) και 65% από πολυγλυκολικό οξύ-καπρολακτόνη (απορροφήσιμο).Ελαφρύ

	πλέγμα ώστε να είναι πολύ καλά ανεκτό από το σώμα, βάρος ανά μονάδα επιφάνειας, μετά από απορρόφηση 28 g/ m².Μέγεθος πόρου μεταξύ 2 και 4 mm. Δομή: μονόκλωνο πριν την απορρόφηση, εξάκλωνο μετά από απορρόφηση για εξαιρετική απαλότητα για άνεση των ασθενών. Μπορεί να κοπεί σε μεμονωμένο μέγεθος χωρίς απώλεια αντοχής σε εφελκυσμό ή σταθερότητα. Διαστάσεις: 15x10εκ, 11x6εκ, 15x15εκ, 30x15εκ, 12x10εκ
7.	Σετ Λαπαροσκοπικής αποκατάστασης βουβωνοκήλης που περιλαμβάνει: α) (1) ένα τροκάρ ατραυματικό διαμέτρου 5/12mm μήκους β) (1) ένα τροκάρ ατραυματικό διαμέτρου 5mm μήκους 100mm δ) (1) κάνουλα διαμέτρου 5mm μήκους 100mm ε) (1) ένα εργαλείο καθήλωσης πλέγματος με στυλεό διαμέτρου 5mm και μήκος 36cm. Να περιλαμβάνει 12 απορροφήσιμα κλιπ πολυδιοξανόνης/πολυγλακτίνης, σχήματος διπλής άγκυρας με δύο σημεία καθήλωσης για ασφαλέστερη συγκράτηση πλέγματος. στ) (1) ημιαπορροφήσιμο πλέγμα αποτελούμενο 50% από πολυπροπυλένιο και 50% από πολυγλυκαπρόνη, με διάμετρο πόρων άνω των 2,5mm και υπολειπόμενη μάζα μετά την απορρόφηση μεγαλύτερη των 35gr/m², ώστε να παρέχει ελαστικότητα και ταυτόχρονα μεγάλη αντοχή.
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΕΣ (ΑΠΛΑ)	
1.	Ημιαπορροφήσιμο πλέγμα αποτελούμενο 50% από πολυπροπυλένιο και 50% από πολυγλυκαπρόνη. Να έχει διάμετρο πόρων άνω των 2,5mm και υπολειπόμενη μάζα μετά την απορρόφηση μεγαλύτερη των 35gr/m². Διάσταση 10x15 cm
2.	Ημιαπορροφήσιμο πλέγμα αποτελούμενο 50% από πολυπροπυλένιο και 50% από πολυγλυκαπρόνη. Να έχει διάμετρο πόρων άνω των 2,5mm και υπολειπόμενη μάζα μετά την απορρόφηση μεγαλύτερη των 35gr/m². Διάσταση 15x15 cm
3.	Ημιαπορροφήσιμο πλέγμα αποτελούμενο 50% από πολυπροπυλένιο και 50% από πολυγλυκαπρόνη. Να έχει διάμετρο πόρων άνω των 2,5mm και υπολειπόμενη μάζα μετά την απορρόφηση μεγαλύτερη των 35gr/m². Διάσταση 30x30 cm
4.	Πλέγμα αυτοκαθηλούμενο από μονόκλωνο πολυεστέρα για την αποκατάσταση κήλης που δεν απαιτεί καθήλωση με ράμμα ή άλλου τύπου καθηλωτικού

	εργαλείου (κλιπ) με απορροφήσιμα ενσωματωμένα μικροσκοπικά άγκιστρα από μονόκλωνο νήμα πολυγαλακτικού οξέως (PLA). Με αρχικό βάρος 72gr/m² προ απορρόφησης των άγκιστρων η οποία πραγματοποιείται εντός 15 μηνών και τελικό βάρος 39gr/m². Διάσταση 30x15cm
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΕΣ (ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΑ)	
1.	Πλέγμα διπλής όψης με αντισυμφυτική επιφάνεια, συμβατό για ενδοπεριτοναϊκή χρήση (πολυπροπυλένιο, πολυεστέρας, ePTFE, GORETEX). • Κυκλικό με διάμετρο 4-5εκ • Κυκλικό με διάμετρο 6-7 εκ • Κυκλικό με διάμετρο 8-9 εκ • Ορθογώνιο 15X15εκ • Ορθογώνιο 20X20 • Ορθογώνιο 30X30
2.	Πλέγμα ενδοπεριτοναϊκό διάφανο, με τρισδιάστατη ύφανση, διπλής όψεως, αποτελούμενο στην μία πλευρά από τρισδιάστατο μονόκλωνο πολυεστέρα με έξτρα πτερύγιο δισδιάστατου μονόκλωνου πολυεστέρα πράσινου χρώματος για διευκόλυνση προσανατολισμού και καθήλωσης και στην άλλη πλευρά από απορροφήσιμο υδρόφιλο αντισυμφυτικό φιλμ, από μείγμα χοίρειου κολλαγόνου και γλυκερόλης. Να διατίθεται σε διαμέτρους: • 15x10cm • 17x10cm • 20x15cm • 25x20cm • 30x20cm
3.	Πλέγμα ενδοπεριτοναϊκό διάφανο, με τρισδιάστατη ύφανση, διπλής όψεως, αποτελούμενο στην μία πλευρά από τρισδιάστατο μονόκλωνο πολυεστέρα με έξτρα πτερύγιο δισδιάστατου μονόκλωνου πολυεστέρα πράσινου χρώματος για διευκόλυνση προσανατολισμού και καθήλωσης και στην άλλη πλευρά από απορροφήσιμο υδρόφιλο αντισυμφυτικό φιλμ, από μείγμα χοίρειου κολλαγόνου και γλυκερόλης. Να διατίθεται σε διαμέτρους: • 9cm • 12cm • 15cm
4.	Πλέγμα πολυπροπυλενίου, lightweight, με ελάχιστο βάρος 47gr/m² , με μεγάλους πόρους μεγέθους τουλάχιστον 3mm, πλήρως επικαλυμμένο με διοξείδιο του τιτανίου (TiO₂) παρέχοντας εξαιρετική βιοσυμβατότητα, με μεγάλη ελαστικότητα και ελάχιστη συρρίκνωση, με ισχυρή τάση και αντοχή

	55N/cm, καθώς και χρωματική ένδειξη προσανατολισμού κατά την λαπαροσκοπική τοποθέτηση, κατάλληλο για ενδοπεριτοναϊκή χρήση, στα ακόλουθα μεγέθη: α) 10×15 cm β) 15 x15 cm γ) 20×15 cm δ) 30×30 cm
5.	Ενδοπεριτοναϊκό Υβριδικό Βιουλικό 3 στρωμάτων 3D που να αποτελείται από απορροφήσιμο πλεκτό ικρίωμα από συμπολυμερές πολυγλυκολικού οξέος, ανθρακικού τριμεθυλενίου, μακροπορόδες πλεκτό πλέγμα από PTFEE μη απορροφήσιμο και απορροφήσιμο φιλμ πολυγλυκολικού οξέος και ανθρακικού τριμεθυλενίου. Να είναι εύκαμπτο, προσαρμόσιμο, να προσφέρει εύκολο χειρισμό και βέλτιστη τοποθέτηση. Να προσφέρει ταχεία αγγείωση (σε 7 ημέρες μετά την τοποθέτηση). Σε διαστάσεις: • Στρογγυλό με διάμετρο 12 cm. • 10 cm x 15 cm οβάλ. • 15 cm x 20 cm οβάλ. • 20 cm x 25 cm ορθογώνιο. • 20 cm x 30 cm ορθογώνιο.
ΚΑΘΗΛΩΤΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ	
1.	Επαναφορτιζόμενο λαπαροσκοπικό εργαλείο καθήλωσης πλέγματος μίας χρήσεως, διαμέτρου στειλεού 5mm, αρθρούμενο κατά 65°, με 30 απορροφήσιμα κλιπ αποτελούμενα από PG LA, ολικού ύψους 5.1mm, ωφέλιμου ύψους 4.1mm, σχήματος βίδας, με πτερύγια στήριξης για περισσότερη ασφάλεια.
2.	Ανταλλακτική κεφαλή για το επαναφορτιζόμενο και αρθρούμενο εργαλείο καθήλωσης πλέγματος, με 10 απορροφήσιμα κλιπ αποτελούμενα από PG LA, ολικού ύψους 5.1mm, ωφέλιμου ύψους 4.1mm, σχήματος βίδας, με πτερύγια στήριξης για περισσότερη ασφάλεια.
3.	Εργαλείο λαπαροσκοπικής καθήλωσης πλέγματος, με εύκαμπτο στειλεό διαμέτρου 5mm, μήκος 36cm με 30 απορροφήσιμα κλιπ αποτελούμενα από PG LA, ολικού ύψους 5.1mm, ωφέλιμου ύψους 4.1mm, σχήματος βίδας, με πτερύγια στήριξης για περισσότερη ασφάλεια, με δυνατότητα κάμψης του

	στειλεού κατά 3cm και αριθμημένη κλίμακα σε εκατοστά
	ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΣ
1.	Πλέγμα για ενδοπεριτοναϊκή αποκατάσταση ομφαλοκήλης διπλής όψεως <u>με διάμετρο 4,6cm</u> , αποτελούμενο από αντισυμφητικό φιλμ υδρόφιλου κολλαγόνου και από τρισδιάστατο μονόκλωνο πολυεστέρα μεγάλων πόρων, με ενσωματωμένο απορροφήσιμο δακτύλιο έκπτυξης από PGLA, τέσσερα πτερύγια καθήλωσης και 2 αφαιρούμενες λαβές τοποθέτησης ενωμένες με τα πτερύγια καθήλωσης.
2.	Πλέγμα για ενδοπεριτοναϊκή αποκατάσταση ομφαλοκήλης διπλής όψεως <u>με διάμετρο 6,6cm</u> , αποτελούμενο από αντισυμφητικό φιλμ υδρόφιλου κολλαγόνου και από τρισδιάστατο μονόκλωνο πολυεστέρα μεγάλων πόρων, με ενσωματωμένο απορροφήσιμο δακτύλιο έκπτυξης από PGLA, τέσσερα πτερύγια καθήλωσης και 2 αφαιρούμενες λαβές τοποθέτησης ενωμένες με τα πτερύγια καθήλωσης.
3.	Πλέγμα για ενδοπεριτοναϊκή αποκατάσταση ομφαλοκήλης διπλής όψεως <u>με διάμετρο 8,6cm</u> , αποτελούμενο από αντισυμφητικό φιλμ υδρόφιλου κολλαγόνου και από τρισδιάστατο μονόκλωνο πολυεστέρα μεγάλων πόρων, με ενσωματωμένο απορροφήσιμο δακτύλιο έκπτυξης από PGLA, τέσσερα πτερύγια καθήλωσης και 2 αφαιρούμενες λαβές τοποθέτησης ενωμένες με τα πτερύγια καθήλωσης.
	ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΚΗΛΗΣ
1.	Ημιαπορροφήσιμο συνθετικό πλέγμα για την αποκατάσταση της διαφραγματοκήλης. Κατασκευασμένο από 35% πολυπροπυλένιο (μη απορροφήσιμο) και 65% πολυγλυκολικό οξύ-καπρολακτόνη (απορροφήσιμο). Διαθέτει μοναδικό σχεδιασμό από 2 ξεχωριστά εύκαμπτα τμήματα, το καθένα με μια ημικυκλική εγκοπή, τα οποία «αγκαλιάζουν» περιμετρικά τον οισοφάγο, με επιπλέον ενισχυμένη πλέξη 3 στρωμάτων.
	ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΑΣΤΟΥ
1.	Ημιαπορροφήσιμο συνθετικό εμφύτευσιμο πλέγμα για την αναδόμηση του γυναικείου μαστού. Κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο (μη απορροφήσιμο) και πολυγλυκολικό οξύ-καπρολακτόνη (απορροφήσιμο). Ο χρόνος διάλυσης του

	απορροφητικού τμήματος περ. 90 - 120 ημέρες. Ελαφρύ πλέγμα ώστε να είναι πολύ καλά ανεκτό από το σώμα, βάρος ανά μονάδα επιφάνειας, μετά από απορρόφηση 28 g / m². Μέγεθος πόρων περίπου 2x3 mm για καλή ανάπτυξη ιστού. Λόγω της σταθερότητάς του είναι επίσης κατάλληλο για μεγάλα εμφυτεύματα. Διαστάσεις : 13,5 x 9,5cm 22,5x14,5 cm 17,5x11,5 cm 28,5x17,5 cm – round 23cm diameter with notch
2.	«Πλήρως απορροφήσιμο πλέγμα για αναδόμηση μαστού, κατασκευασμένο από πολυδιοξανόνη (PDO) με μακροπορώδη δομή. Ο χρόνος απορρόφησης του είναι 180 - 210 ημέρες. Μπορεί να προσαρμοστεί στην ανατομία της περιοχής.» 2i) Προσχηματισμένο σε διαστάσεις : 22,5x14,5 cm / 17,5x11,5 cm / 28,5x17,5 cm 2ii) Σε ειδικό σχήμα «φάκελος» σε διαστάσεις : 14,5 x 17 cm / 16 x 18,5 cm / 18 x 20,5cm
3.	Επίπεδο Ικρίωμα από πολυ-4-υδροξυβουτυρικό που ενδείκνυται για χρήση σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αποκατάσταση και ενίσχυση μαλακών μορίων σε ιατρικά απαραίτητες χειρουργικές επεμβάσεις μαστού, πλήρως απορροφήσιμο εντός 18 έως 24 μηνών. Διατιθέμενες διαστάσεις : 10X20εκ 15X20εκ Να κατατεθεί βιβλιογραφία που να αποδεικνύει την αποτελεσματικότητά του
4.	Ικρίωμα από πολυ-4-υδροξυβουτυρικό με τρισδιάστατη καμπυλότητα που ενδείκνυται για χρήση σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αποκατάσταση και ενίσχυση μαλακών μορίων σε ιατρικά απαραίτητες χειρουργικές επεμβάσεις μαστού, πλήρως απορροφήσιμο εντός 18 έως 24 μηνών. Διατιθέμενες διαστάσεις : 7.5 x 21.0εκ Large 3D Oval Να κατατεθεί βιβλιογραφία που να αποδεικνύει την αποτελεσματικότητά του
5.	Ικρίωμα από πολυ-4-υδροξυβουτυρικό με τρισδιάστατη καμπυλότητα & χείλος στήριξης που ενδείκνυται για χρήση σε ασθενείς που υποβάλλονται σε

	αποκατάσταση και ενίσχυση μαλακών μορίων σε ιατρικά απαραίτητες χειρουργικές επεμβάσεις μαστού, πλήρως απορροφήσιμο εντός 18 έως 24 μηνών. Διατιθέμενες διαστάσεις : 7.5 x 21.0εκ Large 3D Oval Να κατατεθεί βιβλιογραφία που να αποδεικνύει την αποτελεσματικότητά του
	3D Προκεκαμένο Βιολογικό Ακυτταρικό Πλέγμα από Χοίρειο Χόριο, πάχους 0,6mm, με ένδειξη χρήσης για Επεμβάσεις Μαστού, σε σχήμα τεταρτοσφαιρίου Βιολογικό ακυτταρικό πλέγμα κολλαγόνου από χοίρειο χόριο (ADM), χωρίς συνθετικά υλικά, προκαθορισμένου πάχους 0,6mm, μη διασταυρούμενης δομής, με ιδιότητα προώθησης της επαναγγείωσης, της αναδόμησης ιστών και το σχηματισμό αυτόλογου ιστού στη θέση του. Να είναι προκεκαμένο, 3D σε σχήμα τεταρτοσφαιρίου και να διατηρεί την καμπυλότητά του ακόμα και μετά την ενυδάτωσή του. Η τεχνολογία και διαδικασία επεξεργασίας του να διαφυλάσσει τη δομή της εξωκυτταρίου μήτρας στο σώμα του, για την καλύτερη εποίκιση από ινοβλάστες και την ανάπτυξη βέλτιστης ποιότητας αυτόλογου ιστού στο σώμα του. Να είναι συμπαγούς σώματος, χωρίς οπές. Να είναι συμβατό με χρήση διαλυμάτων αντιβίωσης και να είναι επεξεργασμένο χωρίς χημικές ουσίες (μη εμποτισμένο με χημικές ουσίες και συντηρητικά). Να είναι αποστειρωμένο, να φέρει ένδειξη χρήσης σε επεμβάσεις - αποκατάστασης του μαστού. Να διατίθεται σε εύρος Διαστάσεων: A) Μήκος 14cm x βάθος/προβολή 7cm, Εξωτερική Περίμετρος/Τόξο: 22 cm περίπου. B) Μήκος 16cm x βάθος/προβολή 8cm, Εξωτερική Περίμετρος/Τόξο: 25 cm περίπου. 6. Να κατατεθεί βιβλιογραφία που να αποδεικνύει την αποτελεσματικότητά του
	Προσχηματισμένο ακυτταρικό Βιολογικό Πλέγμα από χοίρειο χόριο, πάχους 0,6mm, για Επεμβάσεις Μαστού, για την πλήρη κάλυψη Ενθέματος (πρόσθια και οπίσθια όψη) και Διατήρηση Μείζονα Θωρακικού Μυός. Να ράβεται σε σχήμα φακέλου και να συνοδεύεται από κλινικές μελέτες. Να κατατεθεί βιβλιογραφία που να αποδεικνύει την αποτελεσματικότητά του

Παρατηρήσεις

- ❖ Η προσφέρουσα εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια, είναι απαραίτητο να προσκομίσει δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας που να δηλώνει ότι η προσφέρουσα θα ενημερώνεται για όλες τις πιθανές ανακλήσεις/αποσύρσεις προϊόντων, σχετικές με τα είδη που έχει προσφέρει στο διαγωνισμό.
- ❖ Για κάθε είδος και για όλες τις γενικές και ειδικές τεχνικές προδιαγραφές που ζητούνται θα πρέπει να συμπληρωθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπή σε κωδικό και σε σελίδα καταλόγου ή/και τεχνικών φυλλαδίων της κατασκευάστριας εταιρείας. Όλοι οι κωδικοί και οι τεχνικές προδιαγραφές που ζητούνται θα πρέπει να επισημαίνονται στους αντίστοιχους καταλόγους ή/και τα τεχνικά φυλλάδια, που θα επισυνάπτονται. Προσφορές που υποβάλλονται χωρίς να περιλαμβάνονται τα πιο πάνω στοιχεία να απορρίπτονται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β' ΧΕΙΡ/ΚΗΣ)
2. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡ/ΚΗΣ)
3. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ)

