



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η ΥΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΠ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Καμπυλαυκά
Δ/ση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14
Τ.Κ. 14564 Καλυφτάκη, Κηφισιά
ΤΗΛ.: 210 35.01.545

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συλλογή γραπτών προσφορών, με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 του ν.4782/2021, για την παροχή «**ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**» (CPV 50420000-5) και συγκεκριμένα του ενδοσκοπικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.598,33€ συμ/νου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για διάστημα ενός (1) μήνα.

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα:

1. Της Υ.Α. Υ4α/20074/15-02-2013 (ΦΕΚ Β' 557/11.03.2013) «Οργανισμός του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
2. Του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α' 81/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
3. Των άρθρων 75-83 του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ Α' 184/23.09.2020) «Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα Διαύγεια»
4. Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα του άρθρου 32Α όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 2 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36/09.03.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
5. Του ν. 4915/2022 (ΦΕΚ Α 63/24.3.2022) όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4958/2022 (ΦΕΚ Α 142/21.7.2022) και ειδικότερα το άρθρο 27, στο οποίο αναφέρεται ότι: «Σε ό,τι αφορά στην προμήθεια υγειονομικού υλικού, αναλώσιμου υλικού και αγαθών ή υπηρεσιών, εντός του προϋπολογισμού εκάστου φορέα, η αρμοδιότητα για την έγκριση σκοπιμότητας, ανεξαρτήτως ποσού, ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο εκάστου, υπαγόμενου στη Δ.Υ.ΠΕ φορέα και στον Διοικητή ή Υποδιοικητή της αρμόδιας ΥΠΕ για τους φορείς της Πρωτοβάθμιας και την Κεντρική Υπηρεσία των Υ.ΠΕ.»
6. Του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167/23.07.2013) σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος και ειδικότερα του άρθρου 64
7. Την παρ. Ζ του άρθρου Πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107/09.05.2013) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16-02-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»
8. Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

9. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α 145/05.08.2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
 10. Την υπ' αριθ. Υ.Α. Αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ.91557 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 1114/31.12.2019) για το διορισμό του Διοικητή ΤΣΟΥΡΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ», του οποίου η θητεία παρατάθηκε με την υπ' αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 6569 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 88/03.02.2023)

Β. Την υπ' αριθ. 2^η/Θ18ο/07.05.2025 (ΑΔΑ: 9Θ33469ΗΔΖ-3ΨΚ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το αριθμ. 7210/05.05.2025 πρακτικό της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (CPV 50420000-5), όπως διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης.

Γ. Την αριθ. 148/Α/2025 σύμβαση με την εταιρεία «ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε.», συνολικής δαπάνης 13.795,00€ συμ/νου Φ.Π.Α, με ημερομηνία λήξης την 19η/09/2025.

Δ. Το αριθ. 12837/25.08.2025 έγγραφο του προϊστάμενου της Υποδιεύθυνσης Τεχνικού, κου Γ. Ζησούλη, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, στο οποίο αναφέρει ότι στις 19/09/2025 λήγει η σύμβαση συντήρησης του ενδοσκοπικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου.

Ε. Το γεγονός ότι η εν λόγω υπηρεσία έχει συμπεριληφθεί στον αριθ. 17/ΤΑ/2025 Τακτικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (CPV 50420000-5), ο οποίος διενεργήθηκε στις 11/07/2025 και βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης. Επομένως είναι αναγκαία η υπογραφή νέας σύμβασης προκειμένου να εξασφαλισθεί η λειτουργία του ενδοσκοπικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου έως την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

Στ. Η δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα απόφαση θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 0887 του προϋπολογισμού, βάσει της υπ' αριθ. 12887/26.08.2025 (ΑΔΑ: 94ΩΗ469ΗΔΖ-Ν6Ε) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.

Αποφασίζουμε,

Την έγκριση διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή γραπτών προσφορών, με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 του ν.4782/2021), για την παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (CPV 50420000-5) και συγκεκριμένα του ενδοσκοπικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.598,33€ συμ/νου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για διάστημα ενός (1) μήνα.

Το κείμενο της πρόσκλησης είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.gonkhosp.gr στη διαδρομή: <https://gonkhosp.gr>, στον ιστότοπο <http://et.diavgeia.gov.gr/> (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΛΟΥΣ ΦΠΑ
1	Συντήρηση Ενδοσκοπικού Εξοπλισμού Αναλυτικά ο ενδοσκοπικός εξοπλισμός είναι ο παρακάτω: 1. VIDEO ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ SERIES 700 - G7, ΠΛΗΡΕΣ /EC-720R/L με s/n 1C742K081 2. VIDEO ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ SERIES 700 - G7, ΠΛΗΡΕΣ /EC-720R/L με s/n 1C742K058 3. VIDEO ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ SERIES 700 - G7, ΠΛΗΡΕΣ /EG-720R με s/n 1G412K038 4. VIDEO ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ SERIES 700 - G7, ΠΛΗΡΕΣ /EG-720R με s/n 1G412K192 5. VIDEO ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ SERIES 500 - G5, ΠΛΗΡΕΣ /EC-530WL3 με s/n 3C643K185 6. VIDEO ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ SERIES 500 - G5, ΠΛΗΡΕΣ /EC-530WL3 με s/n 1C643K744 7. VIDEO ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ SERIES 500 - G5, ΠΛΗΡΕΣ /EG-530FP με s/n 1G374K708 8. VIDEO ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ELUXEO LIGHT ME Π.ΦΩΤΙΣΜΟΥ /EP-6000 με s/n 1V693K190 9. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ + FICE 3500 ΣΕΙΡΑ /VP-3500HD με s/n 1V609K210 10. ΠΗΓΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ XENON 4450 ΣΕΙΡΑ /XL-4450 με s/n 1S094K895 11. ΣΥΣΚΕΥΗ CO2 /GW-100 με s/n 3V605K187 12. ΣΥΣΚΕΥΗ CO2 /GW-100 με s/n 3V605K188 13. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ SL-V1-AL-GTA με s/n 27301 - ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Σωλήνας εισαγωγής TEM 2 2 Σύστημα γωνιώσεων TEM 2 3 Κάμερα TEM 1	3.708,33€	4.598,33€

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα καταθέσουν προσφορά για το σύνολο του ανωτέρω ενδοσκοπικού εξοπλισμού.

B. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ**«ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»****(CPV: 50420000-5)****A) ΓΕΝΙΚΑ**

Αντικείμενο του παρόντος αποτελεί η συντήρηση και επισκευή του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένος στο ΓΟΝΚ, όπως περιγράφεται στο συνημμένο Πίνακα και συγκεκριμένα η προληπτική συντήρηση, για την διατήρηση της υψηλής διαγνωστικής ικανότητας και απόδοσης των μηχανημάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστικών οίκων, όπως αυτές αναφέρονται στα επίσημα εγχειρίδια συντήρησης (service manuals), καθώς και η εκτέλεση απεριόριστου αριθμού επανορθωτικών συντηρήσεων (αποκατάσταση βλαβών).

Ο προμηθευτής μπορεί να δώσει προσφορά, είτε για το σύνολο, είτε για μέρος του ζητούμενου εξοπλισμού.

Οι δαπάνες μετάβασης του τεχνικού προσωπικού της εταιρίας στην έδρα του ΓΟΝΚ, δαπάνες παραμονής και δαπάνες επιστροφής του, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

B) ΓΕΝΙΚΑ ΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

1. «Προληπτική συντήρηση» είναι, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου, περιοδικός έλεγχος ορθής λειτουργίας των μηχανημάτων.

Συμπεριλαμβάνονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις, ευθυγραμμίσεις, ο καθαρισμός, η αναγκαία λίπανση των μηχανικών τμημάτων καθώς και οι δοκιμές των μηχανημάτων σε κατάσταση λειτουργίας.

2. «Επανορθωτική συντήρηση» είναι η οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια για την επιδιόρθωση βλαβών των μηχανημάτων που γνωστοποιούνται προς την εταιρεία είτε κατά την διάρκεια των επισκέψεων προληπτικής συντήρησης, είτε κατά τα μεσολαβούντα διαστήματα μεταξύ των επισκέψεων αυτών.

3. «Υποχρεωτικές βελτιώσεις» είναι οι, σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, απαιτούμενες υποχρεωτικές τεχνικές μετατροπές καθώς και ανταλλακτικά για την βελτίωση των υπαρχουσών μηχανημάτων.

4.«Αναλώσιμα» θεωρούνται διεθνώς τα υλικά των μηχανημάτων, των οποίων ο χρόνος ζωής περιορίζεται από την χρήση τους.

Ο προμηθευτής οφείλει να ορίσει ρητώς με την προσφορά του, τα αναλώσιμα του κάθε μηχανήματος που δεν καλύπτονται από τη σύμβαση Συντήρησης, την απαιτούμενη ετήσια κατανάλωση, τους κωδικούς και την τιμή εξωσυμβατικής αγοράς τους. Δεν είναι απαραίτητη η κατάθεση τιμοκαταλόγου εξαιρουμένων αναλωσίμων που δεν είναι του ιδίου κατασκευαστή με αυτόν του προς συντήρηση συστήματος και μπορεί το Νοσοκομείο να τα προμηθευτεί από το ελεύθερο εμπόριο. Επίσης να αναφερθεί αν είναι αποκλειστικής προμήθειας.

Η συντήρηση θα γίνεται από εταιρείες με πιστοποιητικό από κατασκευαστικό οίκο ή με βεβαίωση καλής συνεργασίας από άλλα δημόσια νοσοκομεία στα ίδια μηχανήματα. Θα υποβληθεί το σχετικό πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο ή κατάλογος του εκπαιδευμένου τεχνικού προσωπικού της εταιρείας, με αντίστοιχες καταστάσεις της επιθεώρησης εργασίας.

Γ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία υποχρεούται να πραγματοποιεί προληπτικές συντηρήσεις, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστικού οίκου, κατά την διάρκεια της σύμβασης και κατά χρονικά διαστήματα λογικά απέχοντα μεταξύ τους. Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των εργάσιμων ωρών και ημερών (Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:00-16:00) επί τη βάση ενός χρονοδιαγράμματος που θα συμφωνηθεί μεταξύ του ΓΟΝΚ και της εταιρείας. Το εν λόγω χρονοδιάγραμμα δύναται να υποστεί τροποποιήσεις κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων.

2. Η εταιρεία υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για τον εντοπισμό και αποκατάσταση βλαβών μετά από έγγραφη ή τηλεφωνική κλήση του ΓΟΝΚ. **Ο χρόνος ανταπόκρισης δεν θα υπερβαίνει τις 24 ώρες.** Θα πραγματοποιείται επιτόπια επίσκεψη τεχνικού της εταιρείας εντός 24 ωρών από την έγγραφη ή τηλεφωνική δήλωση της βλάβης, όταν η βλάβη δε δύναται να λυθεί τηλεφωνικώς.

3. Όλες οι εργασίες θα γίνονται παρουσία τεχνικών του ΓΟΝΚ.

4. Η εταιρεία μετά από το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο ΓΟΝΚ, αντίγραφο Δελτίων Εργασίας, στα οποία αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί, καθώς και αυτά που χρήζουν αντικατάστασης. Τα κατεστραμμένα ανταλλακτικά ή αναλώσιμα περιέχονται στην κυριότητα της εταιρείας, εκτός εάν υπάρχει ιδιαίτερη συμφωνία ως προς αυτά.

5. Η εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί απόθεμα καινούριων και αμεταχείριστων (όχι ανακατασκευασμένων) ανταλλακτικών στις αποθήκες της, για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση του ΓΟΝΚ. Για τα συστήματα των οποίων έχουν παρέλθει πάνω από δέκα (10) έτη από την οριστική τους παραλαβή, η εταιρεία υποχρεούται υπό την προϋπόθεση της διάθεσης τους από τον κατασκευαστικό ή άλλο οίκο (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά ο χρόνος υποχρεωτικής κάλυψης με ανταλλακτικά από τη σύμβαση προμήθειας του εξοπλισμού). Να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση διάθεσης αποθέματος της εταιρείας.

Στην περίπτωση που ο κατασκευαστικός οίκος ανακοινώσει την παύση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών για κάποιο μηχάνημα ή μέρος αυτού, η εταιρεία θα ειδοποιήσει εγγράφως το ΓΟΝΚ.

6. Η εταιρεία αναλαμβάνει τη διατήρηση και ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της λειτουργικής κατάστασης των μηχανημάτων.

7. Η εταιρεία οφείλει να ενημερώνει το ΓΟΝΚ σχετικά με τις βελτιώσεις του μηχανήματος που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος. Θα προσκομίσει βεβαίωση δυνατότητας βελτιώσεων – αναβαθμίσεων του προς συντήρηση εξοπλισμού έως της τελευταίας έκδοσής τους. Επίσης να μπορεί να πραγματοποιεί διορθώσεις-τροποποιήσεις-ανακλήσεις σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας του εργοστασίου κατασκευής και τις αντίστοιχες τυχόν οδηγίες Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών αρχών.

Για τα συστήματα των οποίων έχουν παρέλθει πάνω από δέκα (10) έτη από την οριστική τους παραλαβή, να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή ότι θα ενημερώνει το Νοσοκομείο για τυχόν βελτιώσεις – αναβαθμίσεις που εξαγγέλλει ο κατασκευαστικός Οίκος

8. Ο μέγιστος επιτρεπτός χρόνος **εκτός λειτουργίας** (down time) του μηχανήματος **να μην υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες (240 ώρες) ετησίως.** Ως χρόνος εκτός λειτουργίας ορίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο το Συγκροτήμα τίθεται εκτός λειτουργίας, δηλαδή όταν δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τις εξετάσεις για τις οποίες προορίζεται, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού Οίκου και στο επίπεδο ποιότητας και ποσότητας που προβλέπονται από τον κατασκευαστή.

Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη εάν το μηχάνημα τεθεί σε κατάσταση εκτός λειτουργίας από αποδεδειγμένο κακό ή πλημμελή χειρισμό ή κακή παροχή κατά ποσότητα και ποιότητα των πόρων, που υποχρεούται να διαθέτει το ΓΟΝΚ και για τους οποίους δεν έχει ευθύνη η εταιρεία.

9. Για κάθε μέρα πλήρους ακινητοποίησης του μηχανήματος, πέρα των δέκα (10) εργασίμων ημερών, θα παρατείνεται η διάρκεια της σύμβασης κατά δύο (2) εργάσιμες ημέρες για κάθε επιπλέον 24ωρο μη λειτουργίας του συγκροτήματος, χωρίς υποχρέωση από πλευράς του ΓΟΝΚ καταβολής οποιουδήποτε ανταλλάγματος και ο χρόνος μη λειτουργίας του συγκροτήματος αρχίζει να υπολογίζεται από την ημέρα ακινητοποίησης. Ο χρόνος περιοδικών και προληπτικών συντηρήσεων, η υλοποίηση αναβαθμίσεων, ο χρόνος αντικατάστασης λυχνιών (όπου απαιτείται) και οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας δεν προσμετρούνται για τον υπολογισμό του χρόνου μη λειτουργίας του συγκροτήματος.

10. Για τα συστήματα των οποίων έχουν παρέλθει πάνω από δέκα (10) έτη από την οριστική τους παραλαβή και αποδεδειγμένα η ακινητοποίηση οφείλεται στη μη διάθεση ανταλλακτικών από τον

κατασκευαστικό οίκο (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά ο χρόνος υποχρεωτικής κάλυψης με ανταλλακτικά από τη σύμβαση προμήθειας του εξοπλισμού), και το σύστημα παραμένει οριστικά εκτός λειτουργίας, το τμήμα της σύμβασης που αφορά στο εν λόγω μηχάνημα θα παύει, αυτομάτως και αζημίως για αμφοτέρους τους συμβαλλόμενους, και η σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει για τα υπόλοιπα μηχανήματα. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία θα ειδοποιήσει εγγράφως το ΓΟΝΚ και η εν λόγω σύμβαση θα λύεται σε ότι αφορά το συγκεκριμένο μηχάνημα, τη συγκεκριμένη ημερομηνία αποστολής της ειδοποίησης. Η δε τιμολόγηση της σύμβασης θα γίνεται αντίστοιχα σε ότι αφορά το συγκεκριμένο μηχάνημα έως τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα. Παράλληλα θα αφαιρείται από τα τιμολόγια το κατά χρονική αναλογία υπολειπόμενο έως τη λήξη της σύμβασης ποσό για το μηχάνημα αυτό.

11. Η εταιρεία οφείλει να έχει α) πιστοποίηση κατά το **ISO 9001:2015** για την «Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας», β) το **ISO 13485:2016** με πεδίο πιστοποίησης την «Διακίνηση και Τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων», γ) πιστοποίηση σύμφωνα με την **Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/1348/2004** περί «Διακίνησης και Τεχνικής υποστήριξης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων», δ) πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης **ISO 14001:2015** και ε) βεβαίωση συμμετοχής σε **Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης**.

12. Στις συμβάσεις συντήρησης δεν συμπεριλαμβάνονται τα αναλώσιμα του συγκροτήματος συστημάτων ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, και μόνο αυτά, τα οποία και αναφέρονται ονομαστικά στις αντίστοιχες προσφορές.

Συγκρότημα θεωρείται οποιοσδήποτε εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος με το κυρίως μηχάνημα, είναι απαραίτητος για την λειτουργία του και έχει εγκατασταθεί από την προμηθεύτρια εταιρεία στην αρχική εγκατάσταση του εξοπλισμού.

Ενδοσκοπικός Εξοπλισμός

ΛΙΣΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

- 1. VIDEO ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ SERIES 700 - G7, ΠΛΗΡΕΣ /EC-720R/L με s/n 1C742K081**
- 2. VIDEO ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ SERIES 700 - G7, ΠΛΗΡΕΣ /EC-720R/L με s/n 1C742K058**
- 3. VIDEO ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ SERIES 700 - G7, ΠΛΗΡΕΣ /EG-720R με s/n 1G412K038**
- 4. VIDEO ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ SERIES 700 - G7, ΠΛΗΡΕΣ /EG-720R με s/n 1G412K192**
- 5. VIDEO ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ SERIES 500 - G5, ΠΛΗΡΕΣ /EC-530WL3 με s/n 3C643K185**
- 6. VIDEO ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ SERIES 500 - G5, ΠΛΗΡΕΣ /EC-530WL3 με s/n 1C643K744**
- 7. VIDEO ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ SERIES 500 - G5, ΠΛΗΡΕΣ /EG-530FP με s/n 1G374K708**
- 8. VIDEO ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ELUXEO LIGHT ME Π.ΦΩΤΙΣΜΟΥ /EP-6000 με s/n 1V693K190**
- 9. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ + FICE 3500 ΣΕΙΡΑ /VP-3500HD με s/n 1V609K210**
- 10. ΠΗΓΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ XENON 4450 ΣΕΙΡΑ /XL-4450 με s/n 1S094K895**
- 11. ΣΥΣΚΕΥΗ CO2 /GW-100 με s/n 3V605K187**
- 12. ΣΥΣΚΕΥΗ CO2 /GW-100 με s/n 3V605K188**
- 13. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ SL-V1-AL-GTA με s/n 27301**

Η ετήσια συντήρηση θα περιλαμβάνει:

- **Δύο (2) επισκέψεις** προληπτικού ελέγχου, μία/εξάμηνο.
- Όλες τις λειτουργικές αναβαθμίσεις (firmware & software).
- Απεριόριστη τεχνική υποστήριξη με αποστολή των μηχανημάτων στην έδρα της εταιρίας.
- Απεριόριστη χρήση τηλεφωνικής τεχνικής υποστήριξης ή υποστήριξης από απόσταση.
- **Έως δώδεκα (12) έκτακτες επιτόπιες επισκέψεις** για τεχνική υποστήριξη και αποκατάσταση βλαβών.
- Έως μία (1) ημέρα εκπαίδευσης προσωπικού σε θέματα καθημερινής συντήρησης, πλύσης και φύλαξης του εξοπλισμού.
- Ετήσιο έλεγχο ασφαλείας των ενδοσκοπίων και έλεγχο διαρροών ρεύματος. Η ανωτέρω διαδικασία είναι υποχρεωτική βάση του πρωτοκόλλου συντήρησης και εξασφαλίζει την απόλυτη ασφάλεια όσον αφορά τους ασθενείς, ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό.

- Αποκατάσταση βλαβών συμπεριλαμβανομένων όλων των ανταλλακτικών για τα μηχανήματα που περιλαμβάνονται στην σύμβαση.
- Έξοδα μεταφοράς από και προς τις εγκαταστάσεις της εταιρείας
- Παροχή μηχανήματος αντικατάστασης σε περίπτωση μη αποκατάστασης της βλάβης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν διατίθεται άλλο αντίστοιχο μηχάνημα στο ενδοσκοπικό τμήμα του νοσοκομείου.

ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Σωλήνας εισαγωγής TEM (2)
- Σύστημα γωνιώσεων TEM (2)
- Κάμερα TEM (1)

Δεν καλύπτονται:

- 1.οπίσθιοι εξωτερικοί σωλήνες , ηλεκτρικός κοννέκτορας σύνδεσης του ενδοσκοπίου
- 2.εξαρτήματα & ανταλλακτικά τα οποία λείπουν από τα μηχανήματα κατά την παραλαβή τους
- 3.τα αξεσουάρ (λαβίδες, βούρτσες, λούπες, probe, συνδετικά κλπ)
- 4.τα αναλώσιμα-ημιαναλώσιμα (φίλτρα, προφίλτρα νερού-αέρα, απολυμαντικά, ενζυματικά υγρά, χαρτί εκτυπωτή, τάπες καναλιών βιοψίας, λάδι σιλικόνης, λυχνίες κλπ).

-Η συντήρηση καλύπτει όλες τις βλάβες, χωρίς να εξετάζεται η αιτία που προήλθαν συμπεριλαμβανομένων της αστοχίας χρήσης, αστοχίας καθαρισμού, κακής χρήσης, μη τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή κατά την διάρκεια της χρήσης, του καθαρισμού και της φύλαξης, αστάθειες δικτύου ή H/Z με εξαίρεση την ολική καταστροφή, κλοπή, φωτιά, κεραυνό και πρόκληση ζημιών από σεισμό.

-Η συχνότητα αντικατάστασης των ανταλλακτικών δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 2 μήνες για τους ίδιους κωδικούς ανταλλακτικών, εκτός και αν το αντικατασταθέν ανταλλακτικό ή η εργασία επισκευής αποδειχθεί ελαττωματική ή ελλιπής.

-Λόγω του ότι καλύπτεται και αποκατάσταση βλαβών χωρίς περιορισμούς και χωρίς να εξετάζεται η αιτία της βλάβης, υπάρχει περιορισμός αριθμού ανά έτος στα ανωτέρω αναφερόμενα ειδικά ανταλλακτικά των ενδοσκοπίων.

-Για τις περιπτώσεις που η αποκατάσταση της βλάβης απαιτεί αντικατάσταση ανταλλακτικού το οποίο δεν καλύπτεται από την παρούσα σύμβαση για κάποιον από τους ανωτέρω λόγους, ο συντηρητής θα αποστέλλει προσφορά η οποία θα περιλαμβάνει μόνο το κόστος του ανταλλακτικού. Η επισκευή του συγκεκριμένου μηχανήματος θα γίνεται με την αποδοχή της ανωτέρω προσφοράς.

Η υποχρέωση του συντηρητή για παροχή μηχανήματος αντικατάστασης ξεκινά μετά την έγκριση της αντίστοιχης προσφοράς.

-Μετά από κάθε προληπτική συντήρηση, θα παραδίδεται check list με τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν.

-Ο συντηρητής υποχρεούται να εκδίδει επίσημο πιστοποιητικό καλής και ασφαλούς λειτουργίας και ηλεκτρικής ασφάλειας, μετά από κάθε παρέμβαση τεχνικής υποστήριξης.

-Όλες οι απαιτούμενες συντηρήσεις, οι έλεγχοι και οι επισκευές να γίνονται από πιστοποιημένους τεχνικούς από τα εργοστάσια κατασκευής.

-Ο συντηρητής οφείλει να διαθέτει πλήρες stock ανταλλακτικών για όλα τα αναφερόμενα μηχανήματα.

-Ο συντηρητής οφείλει να διαθέτει πλήρη σειρά πιστοποιημένων εργαλείων και οργάνων μέτρησης, τα οποία είναι απαραίτητα για την τεχνική υποστήριξη των ανωτέρω μηχανημάτων.

-Κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης, δεν επιτρέπεται η παρέμβαση μη εξουσιοδοτημένου & πιστοποιημένου συνεργείου ή τεχνικού από την ανάδοχο εταιρεία καθώς και η χρήση μη συνιστώμενων αναλωσίμων ή υλικών, σύμφωνα με τα εγχειρίδια χρήσης και τις οδηγίες του κατασκευαστή.

-Για την έναρξη ισχύος της σύμβασης συντήρησης, επιβάλλεται το κάθε μηχάνημα να είναι σε πλήρη λειτουργική κατάσταση.

Β. Χρόνος και Τόπος Κατάθεσης των Προσφορών

1. Οι υπογεγραμμένες προσφορές θα κατατεθούν ή θα παραληφθούν (αν αποσταλούν ταχυδρομικά) στη Γραμματεία-Πρωτόκολλο του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» μέχρι την **Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ.**, μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο και απαραίτητα θα αναφέρουν τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ή ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, την επωνυμία του Νοσοκομείου, τον τίτλο της σύμβασης, την καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής), τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (οδός, αριθμός, τηλ. και κλπ) σύμφωνα με το άρθρο 92 του ν. 4412/08.08.2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/16) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 34 του ν.4782/2021).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ο ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α4, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

2. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η συνθήκη της Χάγης που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984. Τα ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα (εταιρικά ή μη) με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική.
3. Οι προσφορές θα υποβάλλονται δακτυλογραφημένες σε ενιαίο κλειστό φάκελο ο οποίος θα περιλαμβάνει:
Έναν υποφάκελο με όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και έναν υποφάκελο με όλα τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς **ως εξής:**
 - Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ (€) συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων.
 - Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής. Η συνολική τιμή προσφοράς για το κάθε είδος, χωρίς ΦΠΑ.
 - Στην προσφορά θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για τρεις (3) μήνες.
4. Εφόσον οι προσφορές αποσταλούν στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη **«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».**
5. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο.
6. Οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία θα πρέπει να παραλαμβάνονται με απόδειξη. Σε περίπτωση που περιέλθουν στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
7. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, σε ένα στάδιο (τεχνική και οικονομική προσφορά), στο Γραφείο Διαγωνισμών του Τμ. Προμηθειών του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» στο ισόγειο, **την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 11:30 π.μ. Η αξιολόγηση τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα γίνει σε ένα στάδιο και θα συνταχθεί ένα πρακτικό τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης,** σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/08.08.2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/16) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του ν.4782/2021.
8. Κατά τη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή εκπρόσωποι τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.
9. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
10. Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
11. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δε θα ληφθούν υπόψη. Ο προσφέρων, ο οποίος θα υποβάλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων

αυτών. Ως κύρια θεωρείται η πρώτη κατά σειρά προσφορά και ως εναλλακτικές όλες οι υπόλοιπες.

12. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για διάστημα ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση κατά την οποία κατά τον οριζόμενο στην παρούσα χρόνο λήξεως της παροχής υπηρεσιών, το αντικείμενο της εν λόγω παροχής δεν έχει εξαντληθεί κατά απόλυτο αριθμό (κατά προϋπολογιζόμενα τεμάχια), τότε η σύμβαση θα παρατείνεται αυτοδικαίως και άνευ ετέρου έως χρόνου εξαντλήσεως των προς προμήθεια ειδών /υπηρεσιών.

Δ. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί τρεις (3) μήνες από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο και χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς.

Ε. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι οικονομικοί φορείς με την υποβολή της προσφοράς τους πρέπει να αποστείλουν υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία θα δηλώνουν ότι μέχρι την ημέρα υποβολής αυτής:

- 1) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης
- 2) Είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις
- 3) Δεν τελούν σε αποκλεισμό από σε διαγωνισμό κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- 4) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
- 5) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική τους διαγωγή βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου και ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
- 6) Δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους της παρ. 1 του άρθρου 73 ν. 4412/08.08.2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/16) όπως τροποποιήθηκε ο τίτλος και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του ν.4782/2021
- 7) Έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους –υποχρεώσεις της πρόσκλησης.
- 8) Τηρούν τη σχετική με την εργασία Νομοθεσία (εργατική – ασφαλιστική).

Τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις, όπου απαιτείται, δύναται να ζητηθούν από το Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις περί προμηθειών διατάξεις, κατά την υπογραφή της σύμβασης.

ΣΤ. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης (ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

Ζ. ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την παραλαβή των υπηρεσιών με βάση τα δικαιολογητικά και τα συνοδευτικά στοιχεία (τιμολόγιο, πρωτόκολλο παραλαβής, Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κλπ). Τα σχετικά τιμολόγια θα είναι εξοφλητέα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.

Η αμοιβή του αναδόχου θα επιβαρύνεται από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος όπως κάθε φορά αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Η. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για ό,τι δεν προβλέπεται στη συγκεκριμένη διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου.

Εσωτερική Διανομή: **ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:**

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΖΗΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ: ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

- 1. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ)**
- 2. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ)**

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

- 1. ΚΑΛΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)**
- 2. ΓΑΛΛΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ (ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ)**

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΥΡΟΥΛΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΗΣ ΘΩΜΑΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. 'Οι Άγιοι Ανάργυροι'