

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
 Ταχ. Δ/ση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14
 ΤΚ. 14564 Καλυφτάκη, Κηφισιά

Κηφισιά, 19.02.2025

Προς: Τμήμα προμηθειών

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «**ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ**» (Αναλώσιμα υλικά αιμοδυναμικού τμήματος) CPV:33111710-1.

Η επιτροπή συμπλήρωσης, τροποποίησης και επικαιροποίησης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «**ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ**» (Αναλώσιμα υλικά αιμοδυναμικού τμήματος) CPV:33111710-1, αποτελείται από τους:

ΤΣΙΑΜΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 ΣΕΦΕΡΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

η οποία ορίστηκε με την υπ' αριθ. 2756/14.02.2025 (ΑΔΑ: 6ΥΦ0469ΗΔΖ-ΣΡ6) Απόφαση Διοικητή του Νοσοκομείου περί ορισμού μελών επιτροπής συμπλήρωσης, τροποποίησης και επικαιροποίησης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «**ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ**» (Αναλώσιμα υλικά αιμοδυναμικού τμήματος) CPV:33111710-1, σας υποβάλλει συμπληρωματική τεχνική προδιαγραφή προς διαβούλευση.

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
 «ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»**

(Αναλώσιμα υλικά αιμοδυναμικού τμήματος) CPV:33111710-1

Περιγραφή	Τεχνική Προδιαγραφή
Οδηγιά σύρματα για σύμπλοκες αγγειοπλαστικές	Να είναι κατάλληλα για χρήση σε ολικές αποφράξεις και να διαθέτουν: 1) Υψηλή ικανότητα ελιγμών, 2) Εξαιρετική προσπελασιμότητα, 3) Ανθεκτικότητα άκρου, 4) Σύνθετο πυρήνα πολλαπλών συρμάτων τεχνολογίας ACTONE ή/και EXTRAND, 5) Υδρόφιλη επικάλυψη slip-coat ή full silicon, 6) Ροπή στρέψης 1:1, 7) Επικαλύψεις διαβαθμισμένης σκληρότητας και 8) Βάρος άκρου από 0,5 έως 12 γραμμάρια

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΣΙΑΜΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΣΕΦΕΡΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ