



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14
Τ.Κ. 14564 Καλυφτάκη, Ν.Κηφισιά
Τηλ.: 2103501536

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ & ΣΤΗΝ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 1^{ης} ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» (CPV:42992000) και συγκεκριμένα ενός (1) ΨΥΓΕΙΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 / Α /4-4-05) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016(ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Την αριθ. 17/03-12-13 (θέμα 3^ο) Συνεδρίαση της ΕΚΑΠΥ σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής»
4. Τις αποφάσεις της Ολομέλειας της ΕΚΑΠΥ που ελήφθησαν κατά την υπ' αριθ. 68/14-12-2015 (θέμα 6^ο) και υπ' αριθ. 88/07-09-2016 συνεδρίασή της (θέμα 3^ο, 4ο και 5ο), αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων.
5. Την αριθ. 3512/14-9-2015 εγκύκλιο της ΕΚΑΠΥ «Διευκρινήσεις αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων».
6. Την υπ' αριθ. 5657/28-11-2016 εγκύκλιο της ΕΚΑΠΥ «Εγκύκλιος – Για την εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών και των κριτηρίων ανάθεσης με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων».
7. Την αριθ. 15671/13.10.2025 (ΑΔΑ:6ΤΠΡ469ΗΔΖ-Λ2Ν) Απόφαση του Διοικητή περί ορισμού μελών επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
8. Το αριθ. 16774/03.11.2025 πρακτικό της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών με το οποίο καταθέτει τις τεχνικές προδιαγραφές.
9. Το γεγονός ότι δεν έχουν αναρτηθεί ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές από την ΕΚΑΠΥ για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» (CPV:42992000) και συγκεκριμένα ενός (1) ΨΥΓΕΙΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

1^η Δημόσια διαβούλευση για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» (CPV:42992000) και συγκεκριμένα ενός (1) ΨΥΓΕΙΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών: α. από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις»

(<http://www.eprocurement.gov.gr>) και β. από τον ιστότοπο του Νοσοκομείου <https://gonkhosp.gr/> (Τμήμα Προμηθειών-Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών).

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές για επτά (7) επιπλέον ημερολογιακές ημέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους από την επόμενη της ανάρτησης στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών. Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δε γίνεται επισύναψη αρχείων.

Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο e-mail: dianoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.). Κάθε αποστολή στο e-mail : dianoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του. Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο e-mail : dianoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα <https://gonkhosp.gr/> (Τμήμα Προμηθειών-Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών) με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Το Νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις αυτές και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.

Η τελική απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών πρέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμως αιτιολογημένη, διάλογο των συντακτών της με τουλάχιστον τα εξής έξι (6) στοιχεία : 1) το υλικό που της παραδίδεται από το Τμήμα Προμηθειών 2) τις εν γένει διεθνείς παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα 3) τις παραδοχές της επιστήμης 4) την εμπειρία 5) τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις 6) τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι αποφάσεις της ΕΚΑΠΥ, των οποίων το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής.

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (<http://www.eprocurement.gov.gr>) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” και στην ιστοσελίδα του <https://gonkhosp.gr/> (Τμήμα Προμηθειών-Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΥΡΟΥΛΑΣ

.....!

,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

Ν. Κηφισιά, 03-11-25

Επιτροπή σύνταξης
Τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας
'Ψυγείου φύλαξης μονάδων αίματος'

Προς: Τμ. Προμηθειών

Θέμα: Κατάθεση τεχνικών προδιαγραφών

Σχετ : η με αρ. πρωτ. 15671/13-10-25 Απόφαση Διοικητή

Ως μέλη της επιτροπής, που ορίστηκε με την ανωτέρω σχετική απόφαση, σας καταθέτουμε τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια Ηλεκτρικών ειδών ειδικής χρήσης (CPV: 42992000) και συγκεκριμένα **'ενός(1) Ψυγείου φύλαξης μονάδων αίματος'** και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γάφου Ανθίππη



Τζώρτζης Θωμάς



Γαλανοπούλου Μαγδαληνή



Τεχνικές Προδιαγραφές
Ψυγείου Ασκών Αίματος περίπου 300 λίτρων

1. Να είναι κάθετο τροχήλατο ψυγείο ασκών αίματος, με εσωτερικό από ανοξείδωτο ατσάλι 304, χωρητικότητας 300 λίτρων.
2. Οι εξωτερικές διαστάσεις να μην υπερβαίνουν τα 190 cm σε ύψος, ενώ σε πλάτος & βάθος τα 70 cm (ΥxΠxB).
3. Να είναι πιστοποιημένη συσκευή κατά Medical Device Class IIa (MDD 93/42 – 2007/47/CE), κατάλληλη για φύλαξη αίματος και παραγώγων του και να φέρει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά καταλληλότητας EU,CE,ISO.
4. Να φέρει οδηγίες χρήσης, πιστοποιητικό βαθμονόμησης και μητρώο εργασιών συντήρησης.
5. Να μπορεί να δεχθεί τουλάχιστον 150 ασκούς αίματος των 450ml.
6. Να λειτουργεί με μονοφασικό ρεύμα 220-230V/50HZ.
7. Να λειτουργεί σε χώρο με εύρος θερμοκρασίας 18-25 °C.
8. Να είναι εξοπλισμένο με 5 συρόμενα συρτάρια από ανοξείδωτο ατσάλι.
9. Να διαθέτει τέσσερις(4) ρόδες με σύστημα φρένου.
3. Να διαθέτει γυάλινη πόρτα με διπλό κρύσταλλο, πλήρως αντιθαμβωτικής τεχνολογίας, να έχει αυτόματη επαναφορά και κλειδαριά ασφαλείας.
10. Να διαθέτει μόνωση από αφρό πολυουρεθάνης (Non FCF).
11. Η θερμοκρασία να είναι προ-ρυθμισμένη στους +4 C με εύρος ρύθμισης από +2°C έως +8°C. Ο έλεγχος της θερμοκρασίας να γίνεται από μικροεπεξεργαστή με δυνατότητα ρύθμισης κατά 0,1°C.
12. Να γίνεται συνεχής αναγραφή θερμοκρασίας με ακρίβεια 0,5°C.
13. Να επιτυγχάνει ομοιόμορφη κατανομή στον εσωτερικό χώρο 2-6 °C. Να μην υπάρχουν σημεία στο εσωτερικό με απόκλιση >1,5 °C.
14. Να λειτουργεί σε χαμηλά επίπεδα θορύβου (<42dB).
15. Να διαθέτει προ-εγκατεστημένο σταθεροποιητή τάσης ηλεκτρικού ρεύματος.
16. Να διαθέτει οθόνη αφής τουλάχιστον 5" ιντσών στην οποία να εμφανίζονται όλες οι απαραίτητες ενδείξεις και εγκατεστημένες ρυθμίσεις της συσκευής, καθώς και αποτύπωση γραφήματος θερμοκρασίας σε πραγματικό χρόνο.
17. Να διαθέτει ηλεκτρονικό καταγραφικό το οποίο κρατάει ιστορικό ανώτερων/κατώτερων θερμοκρασιών και συναγερμών για τουλάχιστον ένα(1)μήνα.Ο χρήστης να μπορεί να εξάγει τα δεδομένα μέσω θύρας USB.
18. Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς για :
 - διακοπή ρεύματος
 - υπερβάσεις ορίων θερμοκρασίας
 - ανοιχτής πόρτας
 - βλάβες συμπιεστή
 - βλάβες αισθητήρων θερμοκρασίας
 - βλάβη/αποφόρτιση back-up μπαταρίας
 - να διαθέτει σύστημα ελέγχου του συναγερμού σε θερμοκρασία εκτός των ορίων εύρους ρύθμισης της θερμοκρασίας.

19. Να διαθέτει μπαταρία η οποία εξασφαλίζει την λειτουργία του πίνακα ελέγχου για τουλάχιστον 20 ώρες σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
20. Να διαθέτει προ-εγκατεστημένες εξόδους για σύνδεση εξωτερικού ανεξάρτητου συναγερμού.
21. Να έχει αυτόματη απόψυξη που προσαρμόζεται στις συνθήκες χρήσης.
22. Το σύστημα ψύξης να χρησιμοποιεί φυσικά ψυκτικά ΗC (Υδρογονάνθρακες) σε πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό F-Gas της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
23. Να καθορισθεί από τον αντιπρόσωπο η συχνότητα προληπτικών συντηρήσεων και βαθμονομήσεων.
24. Να διενεργηθεί η πιστοποίηση IQ/OQ από τον αντιπρόσωπο, ο οποίος επίσης θα επιβλέψει την επικύρωση.
25. Να υπάρχει εγγύηση λειτουργίας δύο(2) ετών για τον συμπιεστή & τα υπόλοιπα μέρη και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα(10) έτη.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γάφου Ανθίππη



Τζώρτζης Θωμάς



Γαλανοπούλου Μαγδαληνή

