ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 3η ΔΙΑΒ. Τ.Π. - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

Περιεχόμενα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1

Όνομα: RONTIS HELLAS AEBE.....1

Όνομα: **RONTIS HELLAS AEBE** Email: infohellas@rontis.com Δημοσιεύθηκε: 29-05-2026

Άρθρο: RONTIS HELLAS AEBE

Αξιότιμοι Κύριοι,

Με την παρούσα επιστολή και σχετικά με την τρίτη Δημόσια Διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Ορθοπεδικών Υλικών» (CPV: 33141700-7) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου σας, υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις της εταιρείας μας όπως παρακάτω:

Παρατήρηση Α:

Κατηγορία: Α.1.2 Αναθεώρηση Αρθροπλαστικής Ισχίου

33.5.56 Μεταλική κοτύλη αναθεώρησης για μεγάλα οστικά ελλείματα, χωρίς τσιμέντο, με πρόσθετη επεξεργασία ή επικάλυψη, και πρόσθετα ή συναρμολογούμενα μηχανικά σημεία στήριξης(πτερύγια, άγκιστρα κλπ) για χρήση βιδών Τύπος Β

Να αφαιρεθεί από τις ζητούμενες προδιαγραφές

Παρατήρηση Β:

Κατηγορία: ΣΥΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΟΝΑΤΟΣ

Να προστεθούν οι παρακάτω υποκατηγορίες που αφορούν σε υλικά συμβατά με αυτά που ήδη ζητούνται στη κατηγορία 33.4.129 Αναθεώρηση Ολικής Αρθροπλαστικής Γόνατος με Τσιμέντο:

33.5.66 Προσθήκες Μηριαίας και Κνημιαίας Πρόθεσης

Προσθήκη αναπλήρωσης περιφερικών ή/και οπίσθιων οστικών ελλειμμάτων μηριαίας πρόθεσης για χρήση σε ολική αρθροπλαστική γόνατος με ακρυλικό τσιμέντο. Να προσφέρεται σε τουλάχιστον τρία μεγέθη 5, 10 και 15 mm για περιφερικά ελλείμματα και τουλάχιστον δύο μεγέθη 5 και 10 mm για οπίσθια ελλείμματα για κάθε μέγεθος μηριαίας πρόθεσης.

Προσθήκη αναπλήρωσης οστικών ελλειμμάτων για το έσω ή έξω διαμέρισμα της κνημιαίας πρόθεσης για χρήση σε ολική αρθροπλαστική γόνατος με ακρυλικό τσιμέντο. Η προσθήκη να προσφέρεται σε τουλάχιστον δύο μεγέθη 5 και 10 mm για κάθε μέγεθος κνημιαίας πρόθεσης.
και επιπρόσθετα η υποκατηγορία:
33.5.67 Προθέσεις για Κάλυψη Μεγάλων Οστικών Ελλειμμάτων Μηριαίων και Κνημιαίων Τμημάτων Μηριαίας & Κνημιαίας Πρόθεσης
Κωνική πρόθεση αναπλήρωσης μεγάλων οστικών ελλειμμάτων κνήμης (tibial cone augment) για χρήση χωρίς ακρυλικό τσιμέντο. Η κωνική κνημιαία πρόθεση να είναι κατασκευασμένη από καθαρό τιτάνιο, να έχει πορώδη δομή παρόμοια με αυτή του σπογγώδες οστού και υψηλό συντελεστή τριβής. Να προσφέρεται σε δύο τύπους, συμμετρικού και ασύμμετρου σχεδιασμού και σε τουλάχιστον πέντε και τέσσερα μεγέθη αντίστοιχα για κάθε προσφερόμενο τύπο.
Κωνική πρόθεση αναπλήρωσης μεγάλων οστικών ελλειμμάτων μηριαίου (femoral cone augment) για χρήση χωρίς ακρυλικό τσιμέντο. Η κωνική μηριαία πρόθεση να είναι κατασκευασμένη από καθαρό τιτάνιο, να έχει πορώδη δομή παρόμοια με αυτή του σπογγώδες οστού και υψηλό συντελεστή τριβής. Να έχει ανατομικό σχεδιασμό και να προσφέρεται σε τουλάχιστον έξι μεγέθη.
Σημειώνουμε ότι οι συγκεκριμένες παρατηρήσεις είχαν υποβληθεί αυτούσιες από την Εταιρεία μας και στην δεύτερη δημόσια διαβούλευση που είχε διενεργηθεί τον Φεβρουάριο του 2026 και θεωρούμε εύλογο ότι πρέπει να γίνουν αποδεκτές.
Ειδικότερα όσον αφορά στην Παρατήρηση Β οι επιπρόσθετες κατηγορίες που ζητούμε να προστεθούν στις προδιαγραφές, αποτελούν μέρος του συστήματος αναθεώρησης αρθροπλαστικής γόνατος με τσιμέντο που ήδη ζητείται από το Νοσοκομείο σας. Επομένως πρέπει να προστεθούν στις ζητούμενες προδιαγραφές για να μπορεί να υπάρξει ολοκληρωμένη προσφορά για το συγκεκριμένο σύστημα αρθροπλαστικής στην περίπτωση διενέργειας διαγωνισμού.

RONTIS HELLAS AEBE