

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΑΒ. Τ.Π. - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ & ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ)

Περιεχόμενα

Όνομα: ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ	1
Όνομα: MENARINI ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΒΕ	1

Όνομα: **ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ** Email: tenders@biodynamics.gr Δημοσιεύθηκε: 11-06-2026

Άρθρο: Απάντηση στη διαβούλευση προδιαγραφών για την προμήθεια αντιδραστηρίων Παθολογοανατομικού με & χωρίς συνοδό εξοπλισμό

Αξιότιμες/οι,

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της Δημόσιας Διαβούλευσης για την <Προμήθεια αντιδραστηρίων Παθολογοανατομικού με & χωρίς συνοδό εξοπλισμό> παρακαλούμε όπως βρείτε παρακάτω τα σχόλιά μας:

B. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

1. Η έγκριση FDA αφορά τις Η.Π.Α. κι όχι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτείνουμε να αφαιρεθεί.
 8. Να αφαιρεθεί το «ή από επίσημη επιστολή του οίκου εξωτερικού» και να διατηρηθεί η υπόλοιπη πρόταση, καθώς όταν η τιμή αραίωσης καθορίζεται από επικαιροποιημένο εγχειρίδιο χρήσης (datasheet) διασφαλίζεται ότι αυτή δε θα είναι παρωχημένη ή αναληθής και το εργαστήριο θα επιτυγχάνει την καλύτερη αναλογία τιμής ανά εξέταση.
 9. Να αξιολογηθούν τα αντισώματα στο μικρότερο χρόνο επώασης ο οποίος προτείνεται βάσει επικαιροποιημένου εγχειρίδιου χρήσης (datasheet) κι όχι αποκλειστικά για χρόνο επώασης 30 min σε θερμοκρασία δωματίου, ώστε να επιτρέπεται και να προάγεται ο υγιής ανταγωνισμός.
- Στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισμού, προτείνουμε στον πίνακα ειδών όταν ζητούνται RTU αντισώματα, να μην αναφέρεται ρητά η συσκευασία (RTU των 12 ή 15ml), αλλά εύρος συσκευασιών (π.χ. 5 ml έως 25 ml) ανάλογα με τις ανάγκες του εργαστηρίου. Οι ανάγκες αυτές θα μπορούσαν να δηλώνονται με ζητούμενο αριθμό εξετάσεων, ώστε να μπορεί ο εκάστοτε προμηθευτής να προσφέρει την αντίστοιχη συσκευασία.

Με εκτίμηση,

Για τη Βιοδυναμική ΑΕ

Όνομα: **MENARINI ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΒΕ** Email: inform@menarinidiagnostics.gr Δημοσιεύθηκε: 04-06-2026

Άρθρο: Απάντηση στη διαβούλευση προδιαγραφών για την προμήθεια αντιδραστηρίων Παθολογοανατομικού με & χωρίς συνοδό εξοπλισμό

Αξιότιμοι κύριοι,

Σχετικά με την από 27.05.2026 πρόσκλησή σας σε δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αντιδραστηρίων Παθολογοανατομικού με & χωρίς συνοδό εξοπλισμό, θα θέλαμε να κάνουμε τις ακόλουθες χρήσιμες παρατηρήσεις / σχόλια επί των αναγραφόμενων κλώνων, δεδομένου ότι ορισμένα εκ των αναγραφόμενων στην πρόσκληση αντισωμάτων, είτε το Νοσοκομείο σας τα έχει προμηθευτεί την τελευταία 2ετία από την εταιρεία μας με διαφορετικούς κλώνους, είτε αναμένεται να τα προμηθευτεί εντός του τρέχοντος έτους, κατόπιν των σχετικών μεταξύ μας συμβάσεων.

Πιο συγκεκριμένα, προτείνουμε την προσθήκη κλώνων ως εξής:

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΚΛΩΝΟΣ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
3	Alpha-1-Fetoprotein	Polyclonal και C3	Ready to use (12ml)
8	BCL-6	G/191E/A8 και LN22	1ml (πυκνό
10	BRAF	RMB και IHC600	Ready to use (15ml)
12	CAIX	TH22 και IHC724	Ready to use (15ml)
19	Cancer Antigen 19-9	116-NS-19-9 και IHC065	Ready to use (12ml)
20	Carcinoembryonic Antigen (CEA)	II-7 και IHC543	1ml (πυκνό
95	Mesothelin	5B2 και EP140	Ready to use (12ml)
100	MUC1 (Mucin 1 glycoprotein)	Polyclonal και IHC600	1ml (πυκνό
103	MyoD1	5.8A και EP212	Ready to use (12ml)
113	p16	JC8 & MX007 & G175-405 και IHC116	1ml (πυκνό
115	p63	DKA-P63 & 4A4 και IHC063	1ml (πυκνό
117	PAX-8	Polyclonal και IHC048	1ml (πυκνό
118	PGP9.5	10A1 και IHC647	Ready to use (12ml)
133	Thrombomodulin (CD141)	1009 και EP175	Ready to use (12ml)
134	Thyroglobulin	DAK-Tg6 και IHC674	Ready to use (12ml)

Οι ανωτέρω παρεμβάσεις μας δεν διαφοροποιούν το βασικό ζητούμενο ούτε και την ουσία των προδιαγραφών, καθιστούν όμως εφικτή αφενός την ευρύτερη συμμετοχή προμηθευτών, καθώς και την δική μας και ελπίζουμε στην αποδοχή τους εκ μέρους σας.

Παραμένουμε διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

MENARINI ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ – ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΒΕ