

**Σχόλια εταιρειών επί της 1ης Διαβούλευσης συμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ»**

**Σχόλιο**

Όνομα ARTION ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Email contact@artionmedical.gr

Δημοσιεύθηκε 11-06-2026

Άρθρο

1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
«ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ»

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες

Σε συνέχεια της ανωτέρω ανακοίνωσης σας παραθέτουμε τεχνικές προδιαγραφές για την antenna MW που προτείνουμε να συμπεριληφθεί στον διαγωνισμό στο πλαίσιο της διασφάλισης περισσότερων επιλογών διαμέτρου και μήκους βελονών.

A.A 3

Αντένα μικροκυμάτων με κεραμικό προστατευτικό περίβλημα για κατάλυση νεοπλασμάτων των μαλακών ιστών διατομής 14,15, 16, 18 G και μήκος 8, 10, 15, 20 και 25cm. Να διαθέτει ενσωματωμένη περισταλτική αντλία ψύξης κλειστού τύπου. Να διαθέτει Αποσπώμενη λαβή της κεραίας από το καλώδιο RF και δύο ενσωματωμένους αισθητήρες θερμοκρασίας τοποθετημένοι σε απόσταση 30mm και 40mm από το άκρο της βελόνας.

Να έχει απόδοση στα 2.45 Ghz

3.3.26 3.000 ευρώ

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόσθετη τεχνική πληροφορία.

Με εκτίμηση,

ARTION ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΝ ΙΚΕ

## **Σχόλιο**

Όνομα Atron Health ΑΕ

Email ef@atronhealth.gr

Δημοσιεύθηκε 05-06-2026

Άρθρο 1η Δημόσια Διαβούλευση των ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια της από 27/05/2026 ανάρτησης του Νοσοκομείου σας, για την 1η Δημόσια Διαβούλευση των ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας καταθέσουμε τις δικές μας προτάσεις – παρατηρήσεις όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές και παρακαλούμε όπως αυτές ληφθούν υπόψη της επιτροπής αξιολόγησης.

Οι προτάσεις μας έχουν αναλυτικά ως ακολούθως:

### **A/A 2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑ**

ΣΕΤ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ για Υπερηχητικό αναρροφητήρα τύπου SONOPET OMNI/IQ:  
για κοπή οστού και όγκου.

Να διαθέτει δυνατότητα διαμήκους δόνησης και στρεπτικής ταλάντωσης, κατά την λειτουργία

Να διατίθενται:

Σωληνώσεις μιας χρήσης (σε αποστειρωμένη συσκευασία).

Οι σωληνώσεις να διαθέτουν ειδική κασέτα τοποθέτησης με μοναδικό κωδικό αναγνώρισης, ο οποίος να διασφαλίζει αυτόματα τον έλεγχο χρονικής ισχύος της αποστείρωσης της σωλήνωσης και την ευκολία στην συνδεσμολογία.

Ρύγχος κοπής για σκληρά μηνιγγιώματα και όγκους κατασκευασμένο από τιτάνιο.

Να είναι αιχμηρού σχήματος, μεγάλης διαμέτρου 2,5mm τουλάχιστον. Να διατίθεται σε αποστειρωμένη εργοστασιακή συσκευασία. Να διατίθεται σε τουλάχιστον επτά (7) διαφορετικούς τύπους, ανάλογα με τις ανάγκες του χειρουργείου.

Ρύγχος κοπής κατασκευασμένο από τιτάνιο, με δυνατότητα κοπής 360°. Να διατίθεται σε αποστειρωμένη εργοστασιακή συσκευασία. Να διατίθεται σε τουλάχιστον οκτώ (8) διαφορετικούς τύπους, ανάλογα με τις ανάγκες του χειρουργείου.

Επιπρόσθετα, τα ρύγγη κοπής να διαθέτουν μοναδικό "ID" κωδικό, ο οποίος να αναγνωρίζεται αυτόματα από το μηχάνημα κατά την τοποθέτησή του, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μη επαναχρησιμοποίησή του και ο έλεγχος χρονικής ισχύος της αποστείρωσης της σωλήνωσης.

Τα αναλώσιμα να είναι συμβατά με το ήδη υπάρχον μηχάνημα.

Η συμβατότητα και η γνησιότητα αυτών να αποδεικνύεται με τα ανάλογα Πιστοποιητικά του Οίκου Εξωτερικού.

A/A ΕΠΥ: 57.92	ΤΙΜΗ ΕΠΥ: 699,00	Σωληνώσεις
A/A ΕΠΥ: 57.29	ΤΙΜΗ ΕΠΥ: 940,00	Ρύγχος κοπής για σκληρά μηνιγγιώματα και όγκου
A/A ΕΠΥ: 57.107	ΤΙΜΗ ΕΠΥ: 1.490,00	Ρύγχος κοπής οστού

Παρακαλούμε πολύ όπως οι παραπάνω παρατηρήσεις ληφθούν υπόψη της επιτροπής αξιολόγησης, για την επανεξέταση και επανέκδοση νέων τεχνικών προδιαγραφών.

Αναμένουμε σύντομα απάντησή σας,

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία,

Με εκτίμηση

Για την εταιρεία

Atron Health AE,