



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η Υ ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΚΑΜΠΥΛΛΑΥΚΑ
Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14
Τ.Κ. 145 64 Καλυφτάκη, Κηφισιά
ΤΗΛ.: 210 35.01.548

Προς εταιρείες:

- 1) ICON DYNAMICS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Ε.
- 2) SOLMED Ι.Κ.Ε.
- 3) INTRAHEALTH Ε.Π.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32, παρ. 2γ του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/16), με υποβολή γραπτής προσφοράς από τις εταιρείες **ICON DYNAMICS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Ε., SOLMED Ι.Κ.Ε. και INTRAHEALTH Ε.Π.Ε.,** για την προμήθεια του cryostat/magnet vessel, για την αποκατάσταση της λειτουργίας του μαγνητικού τομογράφου μάρκας Philips, Achieva 1,5 Tesla, προϋπολογισθείσας δαπάνης **124.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α.,** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

Α. Τις διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα:

1. Της Υ.Α. Υ4α/20074/15-02-2013 (ΦΕΚ Β' 557/11.03.2013) «Οργανισμός του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
2. Του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α' 81/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
3. Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»
4. Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα του άρ. 32, παρ. 2γ, και του άρ. 32Α, όπως αντικαταστάθηκε από το άρ. 2 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36/09.03.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
5. Του ν. 4915/2022 (ΦΕΚ Α 63/24.3.2022) όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4958/2022 (ΦΕΚ Α 142/21.7.2022) και ειδικότερα το άρθρο 27, στο οποίο αναφέρεται ότι: «Σε ό,τι αφορά στην προμήθεια υγειονομικού υλικού, αναλώσιμου υλικού και αγαθών ή υπηρεσιών, εντός του προϋπολογισμού εκάστου φορέα, η αρμοδιότητα για την έγκριση σκοπιμότητας, ανεξαρτήτως ποσού, ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο εκάστου, υπαγόμενου στη Δ.Υ.ΠΕ φορέα και στον Διοικητή ή Υποδιοικητή της αρμόδιας ΥΠΕ για τους φορείς της Πρωτοβάθμιας και την Κεντρική Υπηρεσία των Υ.ΠΕ.»
6. Του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167/23.07.2013) σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος και ειδικότερα του άρθρου 64

7. Την παρ. Ζ του άρθρου Πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107/09.05.2013) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16-02-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»
8. Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
9. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α' 145/05.08.2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
10. Της Υ.Α. Αριθ. 8934/2026 (ΦΕΚ Β' 1759/27.03.2026) «Καθορισμός νομοθετημένου κατώτατου μισθού και νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας»
11. Την Υ.Α. Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.91557 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 1114/31.12.2019), περί διορισμού Διοικητή στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι», αρμοδιότητας της 1^{ης} Υ. Πε. Αττικής

Β. Την υπ' αριθ. 25^η/Θ13ο/21.08.2026 (ΑΔΑ: Ψ9ΛΜ469ΗΔΖ-8ΔΥ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε: α) η αποδοχή του αριθμ. 11533/10.07.2026 πρακτικού της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια cryostat / magnet vessel, για την αποκατάσταση της λειτουργίας του μαγνητικού τομογράφου μάρκας Philips, μοντέλο Achieva και β) η προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατ' αρθρ. 32 παρ.2 περ.γ. ν.4412/2016 λόγω σωρευτικής συνδρομής: 1) Απρόβλεπτου γεγονότος, διότι αφορά την αντικατάσταση του βασικού υπερώριμου συγκροτήματος του μαγνήτη, με συνοδές εργασίες αποκατάστασης και όχι ενός συνήθους ανταλλακτικού, η φύση και η έκταση του οποίου αποκλείει, εξ αντικειμένου, εναλλακτικές διαθέσιμες επιλογές, σύμφωνα με την επιστολή της αναδόχου εταιρείας. Πρόκειται δε για ουσιώδη βλάβη, η οποία δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί.

2) Κατεπείγουσας ανάγκης, η οποία δεν συμβιβάζεται με τις προθεσμίες, που τάσσονται για τις λοιπές διαγωνιστικές διαδικασίες, συνιστάμενη στην διακοπή λειτουργίας του Μαγνήτη από 9/5/2026 ώστε να διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία παρακολούθησης των ογκολογικών ασθενών.

3) Αιτιώδους συνάφειας, διότι το ως άνω απρόβλεπτο γεγονός είχε ως συνέπεια την διακοπή λειτουργίας του Μαγνητικού Τομογράφου ώστε να διαμορφωθεί άμεσος και επικείμενος κίνδυνος, από την στέρηση της χρήσης του έναντι των ατόμων, για τα οποία απαιτούνται εξειδικευμένες εξετάσεις. 4) Η κατεπείγουσα ανάγκη δεν απορρέει από ευθύνη του Νοσοκομείου, το οποίο άλλωστε είχε μεριμνήσει, για την συμβατική κάλυψη συντήρησης του Μαγνητικού Τομογράφου, στο πλαίσιο της οποίας δεν μπορούσε να προβλεφθεί, το περιστατικό εκτόνωσης He στην ατμόσφαιρα (Quench).

5) Την ΑΠ: Β2.α/Γ.Π. 34055/27-7-2026 Υπουργική Απόφαση περί έγκρισης της 2ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026 στον οποίο προβλέφθηκε η εν λόγω δαπάνη, καθώς ήταν απρόβλεπτη και δεν ήταν δυνατόν να προϋπολογισθεί κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, και συγκεκριμένα με την τροποποίηση και αύξηση του ΑΛΕ 24203040000001 «Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού». 6) Την πρόσκληση σε διαπραγμάτευση της συντηρήτριας εταιρείας ICON DYNAMICS, της OCTORAD και της INTRAHEALTH.

Δ. Την υπ' αριθ. 26^η/Θ1ο/28.08.2026 (ΑΔΑ: 924Π469ΗΔΖ-ΕΤ4) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία αποφασίστηκε: 1. Η τροποποίηση της αριθμ. 25^{ης}/Θ13ο/21.08.2026 (ΑΔΑ: Ψ9ΛΜ469ΗΔΖ-8ΔΥ) Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου ως προς τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς στην πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την προμήθεια του cryostat/magnet vessel, για την αποκατάσταση της λειτουργίας του μαγνητικού τομογράφου μάρκας Philips, Achieva 1,5 Tesla, καθώς δεν ανευρέθηκε εκπρόσωπος, ούτε περαιτέρω διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας OCTORAD και 2. Η πρόσκληση της εταιρείας με τη επωνυμία Solmed I.K.E. στην ως άνω διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Ε. Το γεγονός ότι η άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας του μοναδικού μαγνητικού τομογράφου του Νοσοκομείου κρίνεται ανελαστική και κατεπείγουσα για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος.

ΣΤ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΑΛΕ 24203040000001 του προϋπολογισμού, βάσει της αριθμ. 13679.27/08/2026 (ΑΔΑ: 6ΑΟΣ469ΗΔΖ-ΡΩΔ) Απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

Προσκαλούμε

Τις εταιρείες **ICON DYNAMICS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Ε.**, **SOLMED Ι.Κ.Ε.** και **INTRAHEALTH Ε.Π.Ε.**, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32, παρ. 2γ του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/16), με υποβολή γραπτής προσφοράς, για την προμήθεια και εγκατάσταση του cryostat/magnet vessel, για την αποκατάσταση της λειτουργίας του μαγνητικού τομογράφου μάρκας Philips, Achieva 1,5 Tesla, προϋπολογισθείσας δαπάνης **124.000,00€ συμ/νου Φ.Π.Α.**, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

Το κείμενο της πρόσκλησης για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.gonkhosp.gr στη διαδρομή: <https://gonkhosp.gr>, στον ιστότοπο <http://et.diavgeia.gov.gr/> (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

A. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

A/A	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.
1	Προμήθεια και εγκατάσταση του cryostat/magnet vessel, για την αποκατάσταση της λειτουργίας του μαγνητικού τομογράφου μάρκας Philips, Achieva 1,5 Tesla	100.000,00€	124.000,00€

B. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ CRYOSTAT / MAGNET VESSEL ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ PHILIPS ACHIEVA 1.5T

1. Άνοιγμα του RF shielding (κλωβού Faraday) στην απαιτούμενη πλευρά, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ασφαλής εξαγωγή και επανεισαγωγή του cryostat / magnet vessel.
2. Αποσύνδεση και αποκαλωδίωση όλων των απαραίτητων ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών, RF, ψυκτικών και λοιπών συνδέσεων του υφιστάμενου cryostat / magnet vessel.
3. Εξαγωγή και απομάκρυνση του υφιστάμενου προβληματικού cryostat / magnet vessel.
4. Προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση νέου λειτουργικού cryostat / magnet vessel, καθώς και επανασύνδεση όλων των απαιτούμενων υποσυστημάτων και συνδέσεων του μαγνητικού τομογράφου.
5. Αποκατάσταση και κλείσιμο του RF shielding (κλωβού Faraday) στην αρχική του κατάσταση.
6. Εκτέλεση της διαδικασίας ramp-up για την επαναφορά του μαγνητικού πεδίου στην ονομαστική ένταση λειτουργίας των 1,5 Tesla.
7. Εκτέλεση πεδιομέτρησης, των απαραίτητων ρυθμίσεων (shimming) και πλήρους ελέγχου του μαγνητικού πεδίου με χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού.
8. Διενέργεια πλήρους λειτουργικού και ποιοτικού ελέγχου του μαγνητικού τομογράφου και παράδοση του συστήματος σε πλήρη κλινική λειτουργία.
9. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το εγκατεστημένο cryostat / magnet vessel θα διαθέτει πληρότητα υγρού ηλίου τουλάχιστον 65%.

Υποχρεωτική Επιτόπια Αυτοψία

Λόγω της ιδιαίτερης τεχνικής φύσης του αντικειμένου της σύμβασης και της πολυπλοκότητας των απαιτούμενων εργασιών, η διενέργεια επιτόπιας αυτοψίας στον χώρο εγκατάστασης του μαγνητικού τομογράφου και η τεχνική επιθεώρηση του συστήματος είναι υποχρεωτική για όλους τους οικονομικούς φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία.

Η επιτόπια αυτοψία θα πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή και παρουσία εκπροσώπου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

Μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας θα χορηγείται από την Τεχνική Υπηρεσία σχετική βεβαίωση πραγματοποίησης της επιτόπιας επίσκεψης και της τεχνικής επιθεώρησης του χώρου εγκατάστασης και του μαγνητικού τομογράφου, η οποία θα υποβάλλεται υποχρεωτικά μαζί με την τεχνική προσφορά.

Με την υποβολή της προσφοράς του, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι έχει λάβει πλήρη γνώση της κατάστασης του χώρου εγκατάστασης, του μαγνητικού τομογράφου και του αντικειμένου της σύμβασης και ότι η προσφορά του περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες, υλικά, μικροϋλικά, αναλώσιμα, εξοπλισμό, καθώς και κάθε ανταλλακτικό ή εξάρτημα που τυχόν απαιτηθεί για την πλήρη ολοκλήρωση του έργου και την παράδοση του μαγνητικού τομογράφου σε πλήρη, ασφαλή και κανονική λειτουργία, χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η ανάδοχος εταιρεία να διαθέτει προσωπικό με σχετικές νόμιμες άδειες και αποδεδειγμένη τεχνική εμπειρία στο συγκεκριμένο μηχάνημα. Προς απόδειξη των ανωτέρω να κατατεθεί πιστοποιητικό εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο μηχάνημα από τον Κατασκευαστικό Οίκο, να κατατεθεί κατάλογος συμβάσεων στο συγκεκριμένο μηχάνημα (τουλάχιστον 2) καθώς επίσης και Δελτία τεχνικών με εργασίες επισκευής-Συντήρησης στο συγκεκριμένο μηχάνημα.

Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα όργανα και εργαλεία για τον ποιοτικό έλεγχο και επισκευή του εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία. Να κατατεθούν σχετικά πιστοποιητικά διακριβώσεων αυτών σε ισχύ.

Ο ανάδοχος να διαθέτει τουλάχιστον τα κάτωθι πιστοποιητικά τα οποία πρέπει να κατατεθούν, επί ποινή απόρριψης:

- Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015
- ISO 13485:2016 για την «διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων»
- Πιστοποίηση σύμφωνα με την Υ.Α Δ3(α)4822/2025 περί «Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων».
- Σχετικές Βεβαιώσεις ότι είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης.
- Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015
- Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001 «συστήματα διαχείρισης για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία».
- Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO/IEC 27001:2013 για την «διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών».

Β. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, έχουν οι εταιρείες:
 - ICON DYNAMICS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Ε., με Α.Φ.Μ. 998860010, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

- SOLMED T.K.E., με Α.Φ.Μ. 801099230, Δ.Ο.Υ. Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ
- INTRAHEALTH Ε.Π.Ε., με Α.Φ.Μ. 999575152, Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Οι υπογεγραμμένες προσφορές θα κατατεθούν ή θα παραληφθούν (αν αποσταλούν ταχυδρομικά) στη Γραμματεία-Πρωτόκολλο του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», μέχρι την **Τετάρτη, 02 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 12:00 μ.μ.**, μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο και απαραίτητα θα αναφέρουν την λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ή ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, την επωνυμία του Νοσοκομείου, τον τίτλο της σύμβασης, την καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής), τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (οδός, αριθμός, τηλ. κ.λπ.), σύμφωνα με το άρθρο 92 του ν. 4412/08.08.2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/16), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 34 του ν.4782/2021).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ο ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α4, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

2. Η προσφορά και τα περιλαμβανόμενα σε αυτή στοιχεία συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η συνθήκη της Χάγης που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984. Τα ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα (εταιρικά ή μη) με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική.
3. Η προσφορά θα υποβάλλεται δακτυλογραφημένη σε ενιαίο κλειστό φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει:
Έναν υποφάκελο με όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και έναν υποφάκελο με όλα τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, **ως εξής:**
 - Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ (€) συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων.
 - Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής. Η συνολική τιμή προσφοράς για το κάθε είδος, χωρίς Φ.Π.Α.
 - Στην προσφορά θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για τέσσερις (4) μήνες
4. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «**Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία**».
5. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη της προσφοράς, από οποιαδήποτε αιτία.
6. Η προσφορά που υποβάλλεται ή περιέρχεται καθ' οιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία θα πρέπει να παραλαμβάνεται με απόδειξη. Σε περίπτωση που περιέλθει στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρείται εκπρόθεσμη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγισθεί.
7. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, σε ένα στάδιο (τεχνική και οικονομική προσφορά) και θα συνταχθεί ένα πρακτικό αξιολόγησης, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (επιτροπή αξιολόγησης), στο Γραφείο Διαγωνισμών του Τμήματος Προμηθειών του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», στο ισόγειο, την **Τετάρτη, 02 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 12:30 μ.μ.** **Η αξιολόγηση τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα γίνει σε ένα στάδιο και θα συνταχθεί ένα πρακτικό τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης,** σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/08.08.2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/16), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του ν.4782/2021). **Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης έχει το δικαίωμα να καλέσει τους οικονομικούς φορείς σε διαπραγμάτευση, με σκοπό τη βελτίωση των προσφορών τους.**
8. Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Δ. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει το διαγωνιζόμενο επί 120 ημέρες από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο και χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς.

Ε. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η προμήθεια, παράδοση και εγκατάσταση του Cryostat/Magnet Vessel σε πλήρη λειτουργία είναι άμεσης και κατεπείγουσας ανάγκης, για την αποκατάσταση της λειτουργίας του Μαγνητικού Τομογράφου μάρκας Philips, Achieva 1,5 Tesla.

Η παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία του προσφερόμενου είδους θα πρέπει να γίνει άμεσα, ξεκινώντας από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται στην οικονομική του προσφορά να δηλώσει τον ακριβή χρόνο παράδοσης, εγκατάστασης και θέσης σε πλήρη λειτουργία του Cryostat/Magnet Vessel.

ΣΤ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1) Οι οικονομικοί φορείς με την υποβολή της προσφοράς τους πρέπει να αποστείλουν υπεύθυνη δήλωση του Αρθρου 8 του Ν. 1599/86, υπογεγραμμένη από το/τη νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, σύμφωνα με την οποία θα δηλώνουν ότι μέχρι την ημέρα υποβολής αυτής:

- 1) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης.
- 2) Είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
- 3) Δεν τελούν σε αποκλεισμό από συμμετοχή σε διαγωνισμό κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- 4) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική τους διαγωγή, βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου και ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
- 5) Δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους της παρ. 1 του άρθρου 73 ν. 4412/08.08.2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/16), όπως τροποποιήθηκε ο τίτλος και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του ν.4782/2021
- 6) Έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους – υποχρεώσεις της πρόσκλησης.
- 7) Τηρούν την σχετική Νομοθεσία με την εργασία (εργατική – ασφαλιστική).
- 8) Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του διαγωνισμού.

2) Οι οικονομικοί φορείς, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και παρ. 2 του ν. 4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την οικονομοτεχνική τους προσφορά, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου που εκδίδεται έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) και εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) ή προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές των εταιρειών.

β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

γ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

δ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ισχύουσας εκπροσώπησης, που εκδίδεται έως τριάντα (30) ημέρες πριν από την υποβολή του, από όπου προκύπτουν τα μέλη και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την παραλαβή των υπηρεσιών, με βάση τα δικαιολογητικά και τα συνοδευτικά στοιχεία (τιμολόγιο, πρωτόκολλο παραλαβή, Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κλπ). Τα σχετικά τιμολόγια θα είναι εξοφλητέα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.

Η αμοιβή του αναδόχου θα επιβαρύνεται από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος όπως κάθε φορά αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Για συμβάσεις που συνάπτονται ή/και εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, μετά την 01/06/2024, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να προσκομίσουν ηλεκτρονικό τιμολόγιο το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον Εθνικό Μορφότυπο Ηλεκτρονικού Τιμολογίου (ΗΤ), με αριθμό ηλεκτρονικής τιμολόγησης: 1015.E00182.0001, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 52445/2023 Κ.Υ.Α., ΦΕΚ Β/2385/2023, ΦΕΚ Β/3061/2023.

Η. ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στα άρθρα 203, 204, 206 και 207 του Ν.4412/16.

Θ. ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ορίζονται ως μέλη της επιτροπής αξιολόγησης, οι κάτωθι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1. ΤΥΠΑΛΛΟΥ ΑΚΡΙΒΟΥΛΑ (ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ/ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ)

2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ)

Ι. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για ό,τι δεν προβλέπεται στη συγκεκριμένη προκήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΥΡΟΥΛΑΣ

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Διοικητή
- Τμήμα Προμηθειών
- Μέλη επιτροπής αξιολόγησης

Ακριβές Αντίγραφο

Κεντρικό Πρωτόκολλο

ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΗΣ ΘΩΜΑΣ

Γ.Ο.Ν.Κ. 'Οι Άγιοι Ανάργυροι'